

	CRITERIS TÈCNICS AMB APLICACIÓ DE FÓRMULA MATEMÀTICA (sobre únic)		
Número criteri	Taula quirúrgica radiotransparent	Indicar valor o Compleix Sí/No	Índex documental (sobre únic)
3	Pes màxim que pot suportar la taula en la posició més desfavorable respecte la columna		
4	Major superfície radiotransparent disponible		
5	Capacitat de plegar el taulell per a aconseguir que el pacient quedi assegut i poder realitzar puncions del pericardi		
6	Incloure dues faldilles plomades que es puguin suportar a la taula per a reduir la dosis de radiació que rep el professional.		
7	Inclusió d'una barra tècnica a cada costat de la taula a la zona dels peus i d'un portasèrums en una dels riells. El portasèrum ha de ser d'acer inoxidable i l'alçada ha de ser ajustable		
8	Inclusió d'un arc d'anestèsia flexible d'acer inoxidable. Ha de permetre penjar el material necessari per a diferencia la zona estèril de la no estèril		
9	Inclusió d'un recolza braços radiotransparent. Ha de permetre ajustar-ho horitzontalment i el suport no pot ser d'acer inoxidable, ha d'assegurar la radiotransparència.		