

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES APLICABLE AL CONTRACTE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA RELATIU AL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE LLITS RESIDENCIALS AMB EL SEU MATALÀS PER AL CENTRE D'ESTADES TEMPORALS I RESPIR DE GENT GRAN DE L'ÀREA DE SOSTENIBILITAT SOCIAL, CICLE DE VIDA I COMUNITAT

Núm Expedient: 2024/0021001

1.OBJECTE.

L'objecte d'aquest plec és establir les bases tècniques que serviran per a la contractació del subministrament i muntatge de llits residencials amb el seu matalàs per al Centre d'Estades Temporals i Respir de Gent Gran, situat al Pavelló Nord del Recinte Mundet.

2.DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

2.1 LLITS

- Somier format per quatre plans, tres d'ells articulats, tronc i cuixes mitjançant motors elèctrics i cames mitjançant accionament manual, amb allotjament per a incorporador i porta-sèrums.
- Les dimensions externes ha de tenir unes mides d'entre 205 i 208 cm de llargada i ≤ 100 cm d'amplada
- El llit haurà de tenir un mínim de 3 parades (entre 25 cm i 30 cm, entre 40 i 45 cm i entre 75 i 80 cm).
- Superfície de llit extraïble sense eines, per a facilitar la neteja.
- Pla de tronc i cames retraïble en realitzar el moviment de pujada, augmentant la distància entre ells en almenys 12 cm.

- Regulació en altura, inclinació en “trend” i “antitredelenburg” mitjançant motors elèctrics, i posició de butaca programat en un botó.
- Comandament amb possibilitat de cancel·lació de moviments.
- La part del somier del tronc haurà de tenir un mínim de 88 cm de llargada, per evitar que el cap o el coixí quedin fora del perímetre del tronc quan aquest s'aixeca més de 30°.
- El llit haurà de baixar a una alçada mínima de 27 cm del terra, per evitar lesions en cas de caiguda.
- El llit haurà de tenir llum d'orientació per a pacients.
- Llit amb un sistema de posició “semifowler” amb programació automàtica que permeti la millora dels problemes provocats per mala circulació.
- Llit amb una capacitat màxima del pes de l'usuari de fins a 210 kg
- Haurà d'estar equipat amb una extensió integrada en el propi llit.
- Ha d'incloure pal potenciador i triangle com a dotació per a cada llit.
- Mida del llit adequada per a matalàs de 90 d'ample per 190 cm de llargada.
- El color de la fusta, de l'estructura del llit, s'escollirà un cop adjudicat el contracte entre el mostrari de què disposi el contractista.

2.2 SISTEMES DE SEGURETAT:

- Sistema de protecció format per quatre baranes fabricades en alumini i fusta, d'ús independent, que cobreixin el 100% del lateral del llit. Proteccions laterals: 4 proteccions laterals per a la seguretat individual del pacient, protecció en capçalera com a element de mobilització i ajuda per incorporar-se. Bretxa entre proteccions laterals inferior a 60 mm destinada a evitar les caigudes i la fuga del llit, per a tots els nivells d'atenció. Cada protecció ha de regular-se en 4 posicions predeterminades per a afavorir ocultació, orientació, sortida del llit i protecció total.
- Sistema de frenat automàtic del llit, que eviti accidents durant el seu maneig.

2.3 ACABATS:

- Capçal i peuer amb marc en fusta massissa, panell decoratiu interior, peuer amb passamà amb buit entre passamà i marc.

- Revestiment en fusta de totes les parts metàl·liques del llit per a aconseguir una estètica càlida.

2.4 NORMATIVA:

- Marcat CE i compliment acreditat de la normativa vigent per a seguretat de llits socio-sanitaris IEC 60601-2-52.
- Tractament sanitized anti bacteri.
- Tractament sanitized anti fongs.
- Tractament antiàcars .
- Tractament antiestàtic .

2.5 MATALASSOS

- Escuma de cèl·lula oberta que li aporti capacitat de recuperació/resiliència, (capacitat de recuperar l'enfonsament produït per la pressió).
- Ignífug.
- Resistència a la deformació.
- Perfilat ondulat que aporti: durabilitat (vida útil del bloc); confort al pacient, amb una superfície de suport estable; fabricació monobloc, sense necessitat d'unió de capes.
- Mida: 90 d'ample x190 cm de llargada.

2.6 FUNDA DEL MATALÀS

- Color fosc
- Rentable a 90° sense encongiment.
- Esterilitzable en autoclau a 134°C.
- Resistència al trencament.
- Resistència a l'esquinçament.
- Adhesió.
- Impermeabilitat.
- Permeable al vapor d'aigua, per tant, transpirable.
- Transpirabilitat major de 1250 g /m2 en 24 hores a 37.8°C .
- Resistència al foc.
- Neteja aplicant desinfectants .
- Tractament sanitized anti bacteri.
- Tractament sanitized anti fongs.
- Tractament antiàcars .
- Tractament antiestàtic .

3.MUNTATGES DE LLITS/MATALASSOS

El contractista es compromet al muntatge de tots els components dels llits/matalassos, així com a realitzar les comprovacions que siguin necessàries en el lloc on s'han de instal·lar, per tal de deixar-los aptes per a la seva utilització.

A més el contractista es compromet a retirar tot l'embalatge originat, i a emportar-se les estructures dels llits per llençar. I traslladarà els matalassos vells al magatzem del Pavelló Nord. Aquests treballs es realitzaran dins del període establert en el PCAP (CL. 1.5 del PCAP).

El subministrament es farà al Recinte Mundet, Passeig de la Vall d'Hebron 171, en concret a l'edifici del Pavelló Nord, a les plantes següents:

PP (Pablo Picasso)		6 llits
SD (Salvador Dalí)		6 llits
MX (Margarita Xirgu)		5 llits
TOTAL		17 llits

En el cas que fos possible adquirir més llits dels previstos inicialment, d'acord amb les previsions de la clàusula 1.4 del PCAP, es comunicarà al contractista la planta on s'haurà de traslladar un cop notificada l'adjudicació.

4.INFORMACIÓ DE LES INSTRUCCIONS D'ÚS DEL LLIT

El contractista ha de proporcionar en qualsevol de les següents llengües oficials de Catalunya (català o castellà), les instruccions d'ús dels llits, així com el coneixement necessari pel seu bon ús, al personal adscrit al Centre d'Estades Temporals i Respir de Gent Gran, amb una sessió informativa.

Metadades del document

Núm. expedient	2024/0021001
Tipus documental	Plec de clàusules o condicions
Títol	Plec de prescripcions tècniques relatiu al subministrament i muntatge de llits residencials amb el seu matalàs per al Centre d'Estades Temporals i Respir de Gent gran de l'Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat.

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Eduardo Del Pozo Castro (TCAT)	Cap del Servei de Suport Gest. Recursos i Subministraments	Signa	18/09/2024 11:10

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
b31a166057616c5a4ff3	https://seuelectronica.diba.cat	

