

## ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA VALORACIÓ DELS SOBRES B CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR

### **CP-2024-23 “Subministrament de material fungible específic per perfusió amb bombes volumètriques per tractament endovenós de medicació i fluids amb destinació a Institut Català d'Oncologia (ICO) Hospitalet”**

Acta de la sessió de la mesa de contractació constituïda pel següent Procediment Obert:

#### **MEMBRES**

President: Maria Victoria Rovira Lapiedra.

Un representant de la Intervenció: Maria Sànchez Bernal

Un representant de l'Assessoria Jurídica: Cristina Grau Estradé

Tècnics: Pilar Fernández, X.Garcia Eroles.

Secretari: José Luis González Herrero.

#### **ANTECEDENTS**

**Primer:** Que en data 3 de setembre de 2024 reunits per via telemàtica els membres de la Mesa de Contractació varen procedir a la obertura dels Sobres A corresponents a la documentació administrativa, sense haver-se trobat incidències. A continuació es detalla el licitador presentat i admes a la licitació:

#### **GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA,S.A.U.**

**Segon:** Reunits en data 9 de setembre de 2024 per via telemàtica, es procedeix a la obertura del Sobre B relatiu als Criteris Susceptibles de Judici de Valor i a la lectura de la proposta presentada pel licitador, pendent de posterior revisió per part dels tècnics.



## DESENVOLUPAMENT

**Primer:** Reunits per via telemàtica en 19 de setembre de 2024 s'analitza l'Informe Tècnic, essent el principal extracte el que s'adjunta tot seguit:

EMPRESA	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.	Punts totals del criteri	% puntuació	
<b>2.1. Valoració de la proposta de model d'equip d'anestèsia presentat (fins a 12 punts).</b>	a) Si l'equip proposat presenta en un mínim de dos dels paràmetres de monitorització sol·licitats un rang superior (més ampli) als mínims requerits al plec tècnic i que es valori d'utilitat pels usos previstos (fins a 2 punts).	<b>1</b>	2	50%
	b) Si l'equip proposat disposa d'un nombre i modalitat d'alarmes superiors al mínim sol·licitat al plec tècnic, que es valorin d'utilitat i que aporten valor afegit a la proposta (fins a 2 punts).	<b>2</b>	2	100%
	c) Si la durada de la bateria d'emergència que garanteixi el funcionament autònom del equip és superior al mínim requerit a les prestacions tècniques obligatòries i la qualitat de la solució proposada (fins a 1 punt).	<b>1</b>	1	100%
	d) La incorporació de modalitats de ventilació i monitoratge addicionals a les mínimes requerides al plec de prescripcions tècniques i que es valorin aporten valor afegit a la proposta.(fins a 2 punts)	<b>2</b>	2	100%
	e) La incorporació a la proposta d'opcions de programació i monitorització addicionals al mínim requerit al plec que es valori puguin aportar major seguretat o qualitat a la activitat assistencial.(fins a 2 punts).	<b>2</b>	2	100%
	f) Incorporar un mòdul que permeti la monitorització de la relaxació muscular / mòdul de BIS. Es valorarà per als equips proposats, la incorporació d'aquesta funcionalitat de monitorització de la relaxació muscular i la seva qualitat i característiques, per la millora qualitativa que comporta en tot el procediment d'inducció anestèsica, així com manteniment i monitorització posterior del pacient.(fins a 3 punts).	<b>0</b>	3	0%
<b>2.2 Valoració de la proposta d'integració de l'equip d'anestèsia amb els sistemes d'informació de l'hospital ICO Hospitalet presentada (fins a 8 punts).</b>	<b>6</b>	8	75%	
<b>2.3 Capacitat per integrar-se amb monitor multiparamètric model GE Carescope B650 i posterior exportació de dades a SAP Argos (fins a 6 punts).</b>	<b>6</b>	6	100%	
<b>2.4 Condicions i prestacions del manteniment proposat i del servei tècnic durant el període de garantia (fins a 8 punts).</b>	a) Es valorarà la proposta de manteniment presentada, on caldrà detallar les actuacions incloses, la seva periodicitat, els aspectes de l'equipament que es revisaran, i altres aspectes que es considerin d'interès. Es valorarà especialment el fet que la proposta de manteniment i servei tècnic durant el període de garantia inclogui el subministrament d'un equip de substitució en cas d'averies amb previsió de resolució llarga. (Fins a 4 punts).	<b>2</b>	4	50%
	b) Així mateix, es valorarà altres aspectes relatius a la proposta de manteniment com, principalment, la experiència del personal del servei tècnic, disponibilitat de recanvi o accessibilitat del magatzem i del taller. Es d'especial interès i per tant es valorarà molt positivament la capacitat operativa i la dotació de personal de guàrdia per poder donar resposta a incidències crítiques fora de horari laboral. S'entén com incidència crítica aquella que comporta que l'equip quedi inoperatiu.(Fins a 4 punts).	<b>3</b>	4	75%
<b>2.5 Condicions i prestacions del manteniment post-garantia (fins a 2 punts).</b>	<b>1,5</b>	2	75%	
<b>2.6. Pla de formació (fins a 4 punts).</b>	<b>3</b>	4	75%	
<b>Puntuació total</b>	<b>29,5</b>	40	74%	

Sistema de puntuació dels criteris d'adjudicació subjectes a judici de valor:



**Llindar de puntuació mínima als criteris subjectes a judici de valor:**

La oferta de GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA,S.A.U. té una puntuació total de 29,5 punts dels 40 punts màxims, que suposa un **74% de la puntuació total assignada**, i supera el llindar de puntuació mínima a obtenir pels licitadors del 60% de la puntuació total assignada als criteris subjectes a judici de valor.

**Sistema de puntuació dels criteris d'adjudicació subjectes a judici de valor:**

La oferta de GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA,S.A.U. **no supera el llindar del 80 % de la puntuació prevista en alguns dels criteris i subcriteris** susceptibles de judici de valor. Per tant obtenen la puntuació resultant de la valoració inicialment realitzada.

**ACORDEN**

**Primer:** Acceptar l'informe tècnic que s'adjunta com **Annex** a aquesta acta.

**Segon:** Convocar l'obertura del Sobre C, que es resta publicada en la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

Per tot l'exposat i sense més temes a tractar, es declara celebrada la sessió aixecant acta de la mateixa.

**El president**

**El secretari**

