

**INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ RELATIU A L' ACORD MARC DEL
SUBMINISTRAMENT DE TIRES REACTIVES I MESURADORS PEL
CONTROL DE LA GLUCOSA I DE LA COAGULACIÓ CSC M 21/21**

ACORD MARC - CSC M 21/21 -

Tècnica avaluadora

Esther Cerrillo Camacho
Gestora Clínica de Proves Especials
SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP

ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT DE TIRES REACTIVES I MESURADORS PEL CONTROL DE LA GLUCOSA I DE LA COAGULACIÓ, TRAMITAT PEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ - CSC M 21/21 -

1. OBJECTE
2. EMPRESES PRESENTADES A VALORACIÓ
3. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ (VALORACIÓ AM, JUDICI DE VALOR I AUTOMÀTICS)
4. VALORACIÓ
5. QUADRE RESUM AVALUACIONS (DOCUMENT EXCEL)

1. OBJECTE

En relació amb l'Acord Marc del subministrament de tires reactives i mesuradors pel control de la glucosa i de la coagulació, amb núm. d'expedient CSC M 21/21, tramitat pel Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, es sol·licita la valoració, puntuació i justificació dels criteris de valoració establert al Quadre de característiques per la posterior adjudicació dels contractes derivats de l'acord Marc del present subministrament sanitari.

Per tal de poder fer aquesta contractació basada des del propi Hospital (qui és l'encarregat d'enviar les invitacions a les empreses homologades per tal de demanar la documentació necessària per valorar els productes) es va fer arribar una documentació on es demanava, entre d'altres coses, el següent:

- Complimentar, el document Excel relatiu al llistat d'adjudicació, essent causa d'exclusió automàtica de l'empresa la modificació del mateix en qualsevol dels seus termes.
- Fitxa tècnica actualitzada dels productes que s'ofereixen. S'establí que en el cas de no presentar la documentació especificada en el termini establert, s'entendrà que l'empresa renuncia a la contractació derivada del present expedient.

El present informe tècnic es realitza un cop llegida la documentació tècnica de millora d'ofertes presentades per les empreses interessades a participar en el present procediment. S'admeten propostes que no compareguin a tots els productes del lot.

2. EMPRESAS PRESENTADES A VALORACIÓ

Les empreses que han presentat, dins de termini, la documentació requerida són les següents:

LOT 1

- Abbott Laboratories, S.A.
- BIOGINE FARMA S.L.U.
- DPP INTERNACIONAL, S.A.
- EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIÓ, S.A.
- HARMONIUM HEALTHCARE S.L.
- LABIANA PHARMACEUTICALS, S.L.
- NOVA BIOMEDICAL IBERIA, S.L.

- ROCHE DIABETES CARE SPAIN

LOT 2

- Abbott Laboratories, S.A.
- Ascensia Diabetes Care Spain, S.L.
- EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIÓ, S.A.
- LIFESCAN SPAIN, S.L.
- MENARINI DIAGNÓSTICOS, S.A.
- ROCHE DIABETES CARE SPAIN
- YPSOMED DIABETES, S.L.U.

LOT 3

- Abbott Laboratories, S.A.
- Ascensia Diabetes Care Spain, S.L.
- BIOGINE FARMA, S.L.U.
- DPP INTERNACIONAL, S.A.
- EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIÓ, S.A.
- HARMONIUM HEALTHCARE, S.L.
- LABIANA PHARMACEUTICALS, S.L.
- LIFESCAN SPAIN, S.L.
- MENARINI DIAGNÓSTICOS, S.A.
- ROCHE DIABETES CARE SPAIN

LOT 6

- EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIÓ, S.A.
- MENARINI DIAGNÓSTICOS, S.A.

LOT 9

- Abbott Rapid Diagnostics Healthcare, S.L.
- NOVA BIOMEDICAL IBERIA, S.L.
- ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.U.
- SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.

LOT 10

- LABIANA PHARMACEUTICALS, S.L.
- ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.U.

LOT 11

- LABORATORIOS RHOGEN S.L.
- ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.U.
- WERFEN ESPAÑA, S.A.U.

LOT 14

- LAMBRA, S.L.
- MONLAB, S.L.
- PALEX MEDICAL, S.A.
- AKRALAB, S.L.
- TECIL, S.A.

LOT 17

- Abbott Rapid Diagnostics Healthcare, S.L.
- LAMBRA, S.L.
- MONLAB, S.L.
- AKRALAB, S.L.
- TECIL, S.A.

LOT 18

- Abbott Rapid Diagnostics Healthcare, S.L.
- LABORATORIOS RHOGEN, S.L.
- TECIL, S.A.

LOT 19

- LAMBRA, S.L.
- MONLAB, S.L.

LOT 20

- LABORATORIOS RHOGEN, S.L.

- LABORATORIOS RUBIO, S.A.
- TECIL, S.A.

Les empreses que no han presentat la documentació sol·licitada (mostres), en temps i forma, queden excloses del present procediment i, per tant, NO poden participar en la contractació basada, sent:

- **LOT 1:** DPP INTERNACIONAL, S.A.
- **LOT 2:** MENARINI DIAGNÓSTICOS, S.A., YPSOMED DIABETES, S.L.U.
- **LOT 3:** ABBOTT LABORATORIES, S.A., DPP INTERNACIONAL, S.A., MENARINI DIAGNÓSTICOS, S.A.
- **LOT 6:** MENARINI DIAGNÓSTICOS, S.A.
- **LOT 9:** Abbott Rapid Diagnostics Healthcare, S.L., NOVA BIOMEDICAL IBERIA, S.L.
- **LOT 11:** WERFEN ESPAÑA, S.A.U.
- **LOT 14:** MONLAB, S.L., PALEX MEDICAL, S.A., AKRALAB, S.L., TECIL, S.A.
- **LOT 17:** Abbott Rapid Diagnostics Healthcare, S.L., LAMBRA, S.L., MONLAB, S.L., AKRALAB, S.L.
- **LOT 18:** Abbott Rapid Diagnostics Healthcare, S.L., TECIL, S.A.
- **LOT 19:** MONLAB, S.L.
- **LOT 20:** TECIL, S.A.

Els licitadors als que es fa referència en el present informe, en relació amb les ofertes presentades pel lot i que compleixen els requisits demanats per lot son els següents:

3. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ (VALORACIÓ AM, JUDICI DE VALOR I AUTOMÀTICS)

- **PUNTUACIÓ OBTINGUDA EN LA VALORACIÓ DE L'ACORD MARC (30 punts per TOTS ELS LOTS)**
- **CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR i CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA:**

LOT 1. Tires reactives de glucosa i cossos cetònics

- **CRITERI SUSCEPTIBLE DE JUDICI DE VALOR (50 punts)**

Adaptació a les necessitats i protocols del centrefins 50 punts

- **característiques de les tires (caducitat, volum de mostra)fins a 20 punts**

- formació i suport a professionals i pacients fins a 10 punts
- característiques dels mesuradors (calibració automàtica/autocalibratge, temps de lectura, capacitat de memòria, connectivitat)fins a 20 punts
- **CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (20 punts)**

Oferta econòmica final Es valorarà com a màxim fins a **20 punts**

S'obtindrà la puntuació aplicant la següent fórmula:

Oferta econòmica final Es valorarà com a màxim fins a **10 punts**

S'obtindrà la puntuació aplicant la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P = Puntuació de l'oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
O = Oferta Millor
O^m = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
VP = Valor de Ponderació
El Valor de Ponderació serà = 1

LOT 2

- **CRITERI SUSCEPTIBLE DE JUDICI DE VALOR (50 punts)**

Adaptació a les necessitats i protocols del centrefins **50 punts**

- característiques de les tires (caducitat, volum de mostra)fins a 20 punts
- formació i suport a professionals i pacients fins a 10 punts
- característiques dels mesuradors (calibració automàtica/autocalibratge, temps de lectura, capacitat de memòria, connectivitat)fins a 20 punts
- **CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (20 punts)**

Oferta econòmica final Es valorarà com a màxim fins a **20 punts**

S'obtindrà la puntuació aplicant la següent fórmula:

Oferta econòmica final Es valorarà com a màxim fins a **10 punts**

S'obtindrà la puntuació aplicant la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P = Puntuació de l'oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
O = Oferta Millor
O^m = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
VP = Valor de Ponderació
El Valor de Ponderació serà = 1

LOT 3 Tires reactives de glucosa i cossos cetònics

- **CRITERI SUSCEPTIBLE DE JUDICI DE VALOR (50 punts)**

Adaptació a les necessitats i protocols del centrefins 50 punts

- característiques de les tires (caducitat, volum de mostra)fins a 20 punts
- formació i suport a professionals i pacients fins a 10 punts
- característiques dels mesuradors (calibració automàtica/autocalibratge, temps de lectura, capacitat de memòria, connectivitat)fins a 20 punts

- **CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (20 punts)**

Oferta econòmica final Es valorarà com a màxim fins a 20 punts

Oferta econòmica final..... Es valorarà com a màxim fins a 10 punts

S'obtindrà la puntuació aplicant la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P = Puntuació de l'oferta a Valorar
 P = Punts criteri econòmic
 O = Oferta Millor
 O_v = Oferta a Valorar
 IL = Import de Licitació
 VP = Valor de Ponderació
 El Valor de Ponderació zero = 1

LOT 6: Tires reactives de glucosa i cossos cetònics

- **CRITERI SUSCEPTIBLE DE JUDICI DE VALOR (50 punts)**

Adaptació a les necessitats i protocols del centrefins 50 punts

- característiques de les tires (caducitat, volum de mostra)fins a 20 punts
- formació i suport a professionals i pacients fins a 10 punts
- característiques dels mesuradors (calibració automàtica/autocalibratge, temps de lectura, capacitat de memòria, connectivitat)fins a 20 punts

- **CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (20 punts)**

Oferta econòmica final Es valorarà com a màxim fins a 20 punts

S'obtindrà la puntuació aplicant la següent fórmula:

Oferta econòmica final..... Es valorarà com a màxim fins a **10 punts**

S'obindrà la puntuació aplicant la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P = Puntuació de l'oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
O = Oferta Millor
O = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
VP = Valor de Ponderació
El Valor de Ponderació serà = 1

LOT 9: Tires determinació hemoglobina glucosilada

- **CRITERI SUSCEPTIBLE DE JUDICI DE VALOR (40 punts)**

Adaptació a les necessitats i protocols del centrefins 40 punts

- característiques de les tires (caducitat, volum de mostra)fins a 30 punts
- formació i suport a professionals fins a 10 punts

- **CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (30 punts)**

Oferta econòmica final Es valorarà com a màxim fins a 30 punts

S'obindrà la puntuació aplicant la següent fórmula:

Oferta econòmica final..... Es valorarà com a màxim fins a **10 punts**

S'obindrà la puntuació aplicant la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P = Puntuació de l'oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
O = Oferta Millor
O = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
VP = Valor de Ponderació
El Valor de Ponderació serà = 1

LOT 10: Tires reactives de glucosa i cossos cetònics

- **CRITERI SUSCEPTIBLE DE JUDICI DE VALOR (50 punts)**

Adaptació a les necessitats i protocols del centrefins 50 punts

- característiques de les tires (caducitat, volum de mostra)fins a 20 punts
- formació i suport a professionals i pacients fins a 10 punts
- característiques dels mesuradors (calibració automàtica/autocalibratge, temps de lectura, capacitat de memòria, connectivitat)fins a 20 punts

- **CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (20 punts)**

Oferta econòmica final Es valorarà com a màxim fins a 20 punts

S'obindrà la puntuació aplicant la següent fórmula:

Oferta econòmica final Es valorarà com a màxim fins a 10 punts

S'obindrà la puntuació aplicant la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P = Puntuació de l'oferta a Valorar
 P = Punts criteri econòmic
 O = Oferta Millor
 O^m = Oferta a Valorar
 IL = Import de Licitació
 VP = Valor de Ponderació
 El Valor de Ponderació serà = $\frac{1}{2}$

LOT 11: Tires de coagulació

- **CRITERI SUSCEPTIBLE DE JUDICI DE VALOR (40 punts)**
Adaptació a les necessitats i protocols del centrefins 40 punts
 - característiques mesuradors (control de qualitat/calibració, temps de lectura)fins a 15 punts
 - formació i suport educatiu a professionals i pacients fins a 10 punts
 - monitoratge dels pacients en autocontrolfins a 15 punts

Programa informàticfins a 20 punts

- **CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (10 punts)**

Oferta econòmica final Es valorarà com a màxim fins a 10 punts

S'obindrà la puntuació aplicant la següent fórmula:

Oferta econòmica final Es valorarà com a màxim fins a 10 punts

S'obindrà la puntuació aplicant la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P = Puntuació de l'oferta a Valorar
 P = Punts criteri econòmic
 O = Oferta Millor
 O^m = Oferta a Valorar
 IL = Import de Licitació
 VP = Valor de Ponderació
 El Valor de Ponderació serà = $\frac{1}{2}$

LOT 14: Tires orina multi-prova

- **CRITERI SUSCEPTIBLE DE JUDICI DE VALOR (40 punts)**

Adaptació a les necessitats i protocols del centrefins 40 punts

- precisió de la identificació en l'escala de colors fins a 15 punts
- identificació visual ràpida dels resultats fins a 15 punts
- instruccions d'ús clares i precises fins a 10 punts

- **CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (30 punts)**

Oferta econòmica final Es valorarà com a màxim fins a **30 punts**

S'obtindrà la puntuació aplicant la següent fórmula:

Oferta econòmica final..... Es valorarà com a màxim fins a **10 punts**

S'obtindrà la puntuació aplicant la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P = Puntuació de l'oferta a Valorar
P = Punt criteri econòmic
O = Oferta Millor
O^m = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
VP = Valor de Ponderació
 El Valor de Ponderació serà = 1

LOT 17: Tires per diagnòstic d'estreptococ

- **CRITERI SUSCEPTIBLE DE JUDICI DE VALOR (40 punts)**

Adaptació a les necessitats i protocols del centrefins 40 punts

- precisió de la identificació en l'escala de colors fins a 15 punts
- identificació visual ràpida dels resultats fins a 15 punts
- instruccions d'ús clares i precises fins a 10 punts

- **CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (30 punts)**

Oferta econòmica final Es valorarà com a màxim fins a **30 punts**

S'obtindrà la puntuació aplicant la següent fórmula:

Oferta econòmica final..... Es valorarà com a màxim fins a **10 punts**

S'obtindrà la puntuació aplicant la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P = Puntuació de l'oferta a Valorar
P = Punt criteri econòmic
O = Oferta Millor
O^m = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
VP = Valor de Ponderació
 El Valor de Ponderació serà = 1

LOT 18: Test ràpid VIH

- **CRITERI SUSCEPTIBLE DE JUDICI DE VALOR (40 punts)**

Adaptació a les necessitats i protocols del centrefins 40 punts

- precisió de la identificació en l'escala de colors fins a 15 punts
- identificació visual ràpida dels resultats fins a 15 punts
- instruccions d'ús clares i precises fins a 10 punts

- **CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (30 punts)**

Oferta econòmica final Es valorarà com a màxim fins a 30 punts

S'obtindrà la puntuació aplicant la següent fórmula:

Oferta econòmica final..... Es valorarà com a màxim fins a 10 punts

S'obtindrà la puntuació aplicant la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P = Puntuació de l'oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
O = Oferta Millor
O = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
VP = Valor de Ponderació
 El Valor de Ponderació serà = 1

LOT 19: Test d'embaràs

- **CRITERI SUSCEPTIBLE DE JUDICI DE VALOR (40 punts)**

Adaptació a les necessitats i protocols del centrefins 40 punts

- precisió de la identificació en l'escala de colors fins a 15 punts
- identificació visual ràpida dels resultats fins a 15 punts
- instruccions d'ús clares i precises fins a 10 punts

- **CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (30 punts)**

Oferta econòmica final Es valorarà com a màxim fins a 30 punts

S'obtindrà la puntuació aplicant la següent fórmula:

Oferta econòmica final..... Es valorarà com a màxim fins a **10 punts**

S'obindrà la puntuació aplicant la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P = Puntuació de l'oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
O = Oferta Millor
O = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
VP = Valor de Ponderació
 El Valor de Ponderació serà = $\frac{1}{2}$

LOT 20: Kit trencament prematur de membranes

- **CRITERI SUSCEPTIBLE DE JUDICI DE VALOR (40 punts)**

Adaptació a les necessitats i protocols del centrefins 40 punts

- precisió de la identificació en l'escala de colors fins a 15 punts
- identificació visual ràpida dels resultats fins a 15 punts
- instruccions d'ús clares i precises fins a 10 punts

- **CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (30 punts)**

Oferta econòmica final Es valorarà com a màxim fins a **30 punts**

S'obindrà la puntuació aplicant la següent fórmula:

Oferta econòmica final..... Es valorarà com a màxim fins a **10 punts**

S'obindrà la puntuació aplicant la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P = Puntuació de l'oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
O = Oferta Millor
O = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
VP = Valor de Ponderació
 El Valor de Ponderació serà = $\frac{1}{2}$

D'acord amb els criteris d'adjudicació anteriorment relacionats, l'adjudicació dels diferents contractes basats de l'acord marc serà de l'empresa que hagi obtingut una major puntuació de la suma dels criteris d'adjudicació de l'acord marc i dels contractes basats.

LOT 1

- Abbott Laboratories, S.A.

Puntuació valoració AM: 29,48 punts

Puntuació judici de valor: 30 punts. Tot i presentar la documentació i les mostres requerides obté menor puntuació atès que l'aparell requereix de calibració prèvia per al seu correcte funcionament.

Puntuació criteris automàtics: 20 punts.

- BIOGINE FARMA S.L.U.

Puntuació valoració AM: 28,50 punts

Puntuació judici de valor: 30 punts. Tot i presentar la documentació i les mostres requerides obté menor puntuació atès que l'aparell presenta un menú poc intuïtiu.

Puntuació criteris automàtics: 20 punts.

- EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIÓ, S.A.

Puntuació valoració AM: 24,79 punts

Puntuació judici de valor: 50 punts. Obté la màxima puntuació atès que presenta i compleix amb tots els requeriments exigits quant a mostres, aparells i documentació a presentar.

Puntuació criteris automàtics: 20 punts.

- HARMONIUM HEALTHCARE S.L.

Puntuació valoració AM: 29,65 punts

Puntuació judici de valor: 32 punts. Tot i presentar la documentació i les mostres requerides obté menor puntuació atès que la inserció de la tira reactiva és de càrrega superior, fet que suposa un canvi en la pràctica habitual i, sobre tot en alguns usuaris ha ocasionat error d'interpretació de la lectura.

Puntuació criteris automàtics: 20 punts.

- LABIANA PHARMACEUTICALS, S.L.

Puntuació valoració AM: 18,95 punts

Puntuació judici de valor: 20 punts. Tot i presentar la documentació i les mostres requerides obté menor puntuació atès que, la inserció de la tira reactiva és de càrrega superior, fet que suposa un canvi en la pràctica habitual i, sobre tot en alguns usuaris ha ocasionat error d'interpretació de la lectura.

D'altra banda a la documentació no consta la formació i suport als professionals i usuaris.

Puntuació criteris automàtics: 20 punts.

- NOVA BIOMEDICAL IBERIA, S.L.

Puntuació valoració AM: 22,01 punts

Puntuació judici de valor: 25 punts. Tot i presentar la documentació i les mostres requerides obté menor puntuació atès que la inserció de la tira reactiva és de càrrega superior, fet que suposa un canvi en la pràctica habitual i, sobre tot en alguns usuaris ha ocasionat error d'interpretació de la lectura.

Puntuació criteris automàtics: 20 punts.

- ROCHE DIABETES CARE SPAIN

Puntuació valoració AM: 26,88 punts

Puntuació judici de valor: 50 punts. Obté la màxima puntuació atès que presenta i compleix amb tots els requeriments exigits quant a mostres, aparells i documentació a presentar.

Puntuació criteris automàtics: 20 punts.

LOT 2

- Abbott Laboratories, S.A.

Puntuació valoració AM: 26,06 punts

Puntuació judici de valor: 30 punts. Tot i presentar la documentació i les mostres requerides obté menor puntuació atès que l'aparell requereix de calibració prèvia per el seu correcte funcionament.

Puntuació criteris automàtics: 20 punts.

- Ascensia Diabetes Care Spain, S.L.

Puntuació valoració AM: 28,02 punts

Puntuació judici de valor: 50 punts. Obté la màxima puntuació atès que presenta i compleix amb tots els requeriments exigits quant a mostres, aparells i documentació a presentar.

Puntuació criteris automàtics: 20 punts.

- EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIÓ, S.A.

Puntuació valoració AM: 27,99 punts

Puntuació judici de valor: 50 punts. Obté la màxima puntuació atès que presenta i compleix amb tots els requeriments exigits quant a mostres, aparells i documentació a presentar.

Puntuació criteris automàtics: 20 punts.

- LIFESCAN SPAIN, S.L.

Puntuació valoració AM: 26,36 punts

Puntuació judici de valor: 40 punts. Tot i presentar la documentació i les mostres requerides obté menor puntuació atès que la inserció de la tira reactiva és de càrrega superior fet que suposa un canvi en la pràctica habitual i, sobre tot en alguns usuaris ha ocasionat error d'interpretació de la lectura.

Puntuació criteris automàtics: 20 punts.

- ROCHE DIABETES CARE SPAIN

Puntuació valoració AM: 18,86 punts

Puntuació judici de valor: 50 punts. Obté la màxima puntuació atès que presenta i compleix amb tots els requeriments exigits quant a mostres, aparells i documentació a presentar.

Puntuació criteris automàtics: 20 punts.

LOT 3

- Ascensia Diabetes Care Spain, S.L.

Puntuació valoració AM: 21,29 punts

Puntuació judici de valor: 50 punts. Obté la màxima puntuació atès que presenta i compleix amb tots els requeriments exigits quant a mostres, aparells i documentació a presentar.

Puntuació criteris automàtics: 20 punts.

- BIOGINE FARMA, S.L.U.

Puntuació valoració AM: 26,83 punts

Puntuació judici de valor: 30 punts. Tot i presentar la documentació i les mostres requerides obté menor puntuació atès que l'aparell presenta un menú poc intuïtiu.

Puntuació criteris automàtics: 20 punts.

- EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIÓ, S.A.

Puntuació valoració AM: 21,25 punts

Puntuació judici de valor: 50 punts. Obté la màxima puntuació atès que presenta i compleix amb tots els requeriments exigits quant a mostres, aparells i documentació a presentar.

Puntuació criteris automàtics: 20 punts.

- HARMONIUM HEALTHCARE, S.L.

Puntuació valoració AM: 30 punts

Puntuació judici de valor: 32 punts. Tot i presentar la documentació i les mostres requerides obté menor puntuació atès que la inserció de la tira reactiva és de

càrrega superior fet que suposa un canvi en la pràctica habitual i, sobre tot en alguns usuaris ha ocasionat error d'interpretació de la lectura.

Puntuació criteris automàtics: 20 punts.

- LABIANA PHARMACEUTICALS, S.L.

Puntuació valoració AM: 19,54 punts

Puntuació judici de valor: 20 punts. Tot i presentar la documentació i les mostres requerides obté menor puntuació atès que la inserció de la tira reactiva és de càrrega superior fet que suposa un canvi en la pràctica habitual i, sobre tot en alguns usuaris ha ocasionat error d'interpretació de la lectura.

D'altra banda a la documentació no consta la formació i suport als professionals i usuaris.

Puntuació criteris automàtics: 20 punts.

- LIFESCAN SPAIN, S.L.

Puntuació valoració AM: 19,54 punts

Puntuació judici de valor: 40 punts. Tot i presentar la documentació i les mostres requerides obté menor puntuació atès que la inserció de la tira reactiva és de càrrega superior fet que suposa un canvi en la pràctica habitual i, sobre tot en alguns usuaris ha ocasionat error d'interpretació de la lectura.

Puntuació criteris automàtics: 20 punts.

- ROCHE DIABETES CARE SPAIN

Puntuació valoració AM: 23,75 punts

Puntuació judici de valor: 50 punts. Obté la màxima puntuació atès que presenta i compleix amb tots els requeriments exigits quant a mostres, aparells i documentació a presentar.

Puntuació criteris automàtics: 20 punts.

LOT 6

- EXCLUSIVAS DE PASCUAL Y FURIÓ, S.A.

Puntuació valoració AM: 30 punts

Puntuació judici de valor: 50 punts. Obté la màxima puntuació atès que presenta i compleix amb tots els requeriments exigits quant a mostres, aparells i documentació a presentar.

Puntuació criteris automàtics: 20 punts.

LOT 9

- ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.U.

Puntuació valoració AM: 26,21 punts

Puntuació judici de valor: 40 punts. Obté la màxima puntuació atès que presenta i compleix amb tots els requeriments exigits quant a mostres, aparells i documentació a presentar.

Puntuació criteris automàtics: 30 punts.

- SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.

Puntuació valoració AM: 27,98 punts

Puntuació judici de valor: 25 punts. Tot i presentar la documentació i les mostres requerides obté menor puntuació atès que l'aparell requereix un temps de calibració que no s'adequa a les nostres necessitats assistencials.

Puntuació criteris automàtics: 30 punts.

LOT 10

- LABIANA PHARMACEUTICALS, S.L.

Puntuació valoració AM: 28,50 punts

Puntuació judici de valor: 20 punts. Obté menor puntuació atès que a la documentació presentada no consta la formació i suport als professionals, d'altra banda la inserció de la tira reactiva és de càrrega superior fet que suposa un canvi en la pràctica habitual i, sobre tot en alguns usuaris ha ocasionat error d'interpretació de la lectura.

Puntuació criteris automàtics: 20 punts.

- ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.U.

Puntuació valoració AM: 23 punts

Puntuació judici de valor: 50 punts. Obté la màxima puntuació atès que presenta i compleix amb tots els requeriments exigits quant a mostres, aparells i documentació a presentar.

Puntuació criteris automàtics: 20 punts.

LOT 11

- LABORATORIOS RHOGEN S.L.

Puntuació valoració AM: 24,07 punts

Puntuació judici de valor: 20 punts. Obté menor puntuació atès que a la documentació presentada no consta la formació i suport als professionals, d'altra banda tant les tires com el maneig de l'aparell suposa un canvi en la pràctica habitual, sobre tot per a l'usuari. Quant al programa informàtic, no explica amb claredat el funcionament del programa.

Puntuació criteris automàtics: 10 punts.

- ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.U.

Puntuació valoració AM: 30 punts

Puntuació judici de valor: 60 punts. Obté la màxima puntuació atès que presenta i compleix amb tots els requeriments exigits quant a mostres, aparells i documentació a presentar. Presenta detalladament a la documentació aportada el seu programa informàtic.

Puntuació criteris automàtics: 10 punts.

LOT 14

- LAMBRA, S.L.

Puntuació valoració AM: 22,56 punts

Puntuació judici de valor: 40 punts. Obté la màxima puntuació atès que presenta i compleix amb tots els requeriments exigits quant a mostres i documentació a presentar.

Puntuació criteris automàtics: 30 punts.

LOT 17

- TECIL, S.A.

Puntuació valoració AM: 26,48 punts

Puntuació judici de valor: 40 punts. Obté la màxima puntuació atès que presenta i compleix amb tots els requeriments exigits quant a mostres i documentació a presentar.

Puntuació criteris automàtics: 30 punts.

LOT 18

- LABORATORIOS RHOGEN, S.L.

Puntuació valoració AM: 27,50 punts

Puntuació judici de valor: 23 punts. Tot i presentar correctament la documentació i les mostres requerides, obté menor puntuació atès que les instruccions d'ús no són prou clares, fet que ha generat dubtes als professionals a l'hora d'utilitzar el producte.

Puntuació criteris automàtics: 30 punts.

LOT 19

- LAMBRA, S.L.

Puntuació valoració AM: 27,06 punts

Puntuació judici de valor: 40 punts. Obté la màxima puntuació atès que presenta i compleix amb tots els requeriments exigits quant a mostres i documentació a presentar.

Puntuació criteris automàtics: 30 punts.

LOT 20

- LABORATORIOS RHOGEN, S.L.

Puntuació valoració AM: 16,61 punts

Puntuació judici de valor: 40 punts. Obté la màxima puntuació atès que presenta i compleix amb tots els requeriments exigits quant a mostres i documentació a presentar.

Puntuació criteris automàtics: 30 punts.

- LABORATORIOS RUBIO, S.A.

Puntuació valoració AM: 18,68 punts

Puntuació judici de valor: 40 punts. Obté la màxima puntuació atès que presenta i compleix amb tots els requeriments exigits quant a mostres i documentació a presentar.

Puntuació criteris automàtics: 30 punts.

4.VALORACIÓ

Es realitza la valoració d'acord amb els criteris indicats al quadre de característiques específiques del concurs objecte del present informe.

Per la valoració de les ofertes de les empreses licitadores del present concurs, s'ha tingut en compte la documentació aportada per cada empresa.

S'avalua les característiques del material, composició del mateix, qualitat, i funcionalitat a la pràctica per part de diferents professionals del Hospital.

A part es consulta la informació recollida a fitxes tècniques de les empreses que han manifestat la seva voluntat de participar en el procediment per la seva valoració quant a formació i millores tècniques, així com millores en la cessió de recursos/equips.

Les puntuacions recollides es traslladen a la graella resum de les puntuacions obtingudes per poder fer el sumatori total.

5. QUADRE RESUM AVALUACIONS (DOCUMENT EXCEL)

S'adjunta el document Excel al present informe valoratiu i justificatiu.

I als efectes oportuns, a Reus amb data de signatura digital

Esther Cerrillo Camacho
Gestora Clínica de Proves Especials
SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP