

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL PER A**

CS/CC00/1101407214/25/AMUP

**Catèters intravasculars no intervencionistes: catèters
arterials d'accés femoral i arterials d'accés radial**



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 08/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PJGJ180LIAORB2ZXYTL8ZR1MCN0RRSY

Data creació còpia:
08/10/2024 14:57:50

Pàgina 1 de 39

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	4
2.3. Requisits obligatoris addicionals:	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial	7
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació	8
4.3. Manual d'usuari	8
4.4. Condicions logístiques i de subministrament	8
4.4.1. Condicions de subministrament	8
4.4.2. Garantia de subministrament	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	10
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	11
4.4.3. Sistema EDI	11
4.5. Condicions de l'operador logístic	13
4.5.1. Embalatges	13
4.5.2. L'albarà	14
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE	15
4.5.4. Motius pels quals es pot rebutjar una mercaderia	15



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 08/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PJGJ180LIAORB2ZXYTL8ZR1MCN0RRSY

Data creació còpia:
08/10/2024 14:57:50

Pàgina 2 de 39

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 16
4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 17



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 08/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PJGJ180LIAORB2ZXYTL8ZR1MCN0RRSY

Data creació còpia:
08/10/2024 14:57:50

Pàgina 3 de 39

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de **Catèters intravasculars no intervencionistes: catèters arterials d'accés femoral i arterials d'accés radial** per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Aquest expedient es licita per codi individual (Codi SAP).

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants. No s'admeten ofertes variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals



Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.
En les descripcions on surten definides la llargària dels catèters, s'admeten variacions per tal que es puguin presentar ofertes dins d'aquest paràmetres:

- Per al Lot 1 - Catèter intravascular arterial d'accés femoral
S'admetrà una variació de longitud dels catèters de +/- 5 mm.
- Per al Lot 2 - Catèter intravascular arterial d'accés radial
S'admetrà una variació de longitud dels catèters de +/- 2 mm.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

No hi ha requisits obligatoris addicionals.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, en aquest expedient **no hi ha Sobre 2Bis**.



Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual** del producte, **ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4**

Hi ha Excel per omplir i cal annexar documentació que acrediti compliment dels criteris tal i com s'especifica a l'Annex D4 del PCAP.

Les ofertes que no presentin aquest annex complimentat i si es el cas, els certificats/informes que es sol·liciten, no seran valorades.

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes les fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.



Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP: PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un



contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament



Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuals d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.



En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.



4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.
L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.



- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.



L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic

4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.**


Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.



- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'emalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'emalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació



4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat. **En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.**

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es pot rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.



4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat . c. Posteriorment es procedirà a obrir la caixa del camió, abatir les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament es dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	



6. En cas d'**emergència**:
- Abandoni el lloc de treball en condicions segures.
- Segueix les instruccions del personal de Logaritme.
- Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).
- No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.

NORMES DE SEURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d' emergència :	
Abandoni el lloc de treball en condicions segures.	
Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme	
Vagi a punt de reunió (garita d'entrada)	
No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.



Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor (No hi ha)
- ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
- ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
- ANNEX D3 - Llista-resum, Requisits d'obligat compliment (No hi ha)
- ANNEX D4 - Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació
- ANNEX E - Presentació de mostres (No hi ha)



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 08/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PJGJ180LIAORB2ZXYTL8ZR1MCN0RRSY

Data creació còpia:
08/10/2024 14:57:50

Pàgina 18 de 39

ANNEXOS
AL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE
MATERIAL DE

CS/CC00/1101407214/25/AMUP

**Catèters intravasculars no intervencionistes: Catèters
arterials d'accés femoral i arterials d'accés radial**



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 08/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PJGJ180LIAORB2ZXYTL8ZR1MCN0RRSY

Data creació còpia:
08/10/2024 14:57:50

Pàgina 19 de 39



ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 08/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PJGJ180LIAORB2ZXYTL8ZR1MCN0RRSY

Data creació còpia:
08/10/2024 14:57:50

Pàgina 20 de 39

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101407214/25/AMUP
Catèters intravasculars no intervencionistes: catèters arterials d'accés femoral i arterials
d'accés radial

Lot	Descripció lot	Condicció Lot
001	Catèter arterial d'accés femoral	No obligatori
002	Catèter arterial d'accés radial	



ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 08/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PJGJ180LIAORB2ZXYTL8ZR1MCN0RRSY

Data creació còpia:
08/10/2024 14:57:50

Pàgina 22 de 39

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 25.09.2024 HORA: 08:45:41 PAGINA: 1 / 4
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101407214	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 30001163
Descripció llarga: Equip punció arterial tècnica Seldinger compost: catèter (PEBA) radioopac, calibre:18G, llargària 8cm; agulla introductora 18Gx50mm; guia en recta ,025"x33cm, allargador 7cm, 1 clamp i ales de sutura baix perfil, lliure làtex, DEHP. Estèril, un sol ús		
Descripció tècnica: Equip punció arterial tècnica Seldinger compost: catèter (PEBA) radioopac, calibre:18G, llargària 8cm; agulla introductora 18Gx50mm; guia en recta 0,025"x33cm, allargador 7cm, 1 clamp i ales de sutura baix perfil, lliure làtex, DEHP. Estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101407214	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 30001164
Descripció llarga: Equip punció arterial radial/femoral tècnica Seldinger compost: catèter de polietilè (PE),radioopac, transparent, calibre: 20G ,llar gària 8cm; agulla introductora 20Gx38mm; guia recta Ø 0,53mmx20cm, ales de sutura, lliure làtex, DEHP. Estèril, un sol ús		
Descripció tècnica: Equip punció arterial radial/femoral tècnica Seldinger compost: catèter de polietilè (PE),radioopac, transparent, calibre: 20G ,llargària 8cm; a gulla introductora 20Gx38mm; guia recta Ø 0,53mmx20cm, ales de sutura, l liure làtex, DEHP. Estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101407214	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 30001165
Descripció llarga: Equip punció arterial tècnica Seldinger compost: catèter (PEBA) radioopac, transp, calibre: 22G, llargària 8cm; agulla introduc 22G x4cm; guia recta 0,021"x35cm, allargador 7cm, 1 clamp, ales de sutura baix perfil, lliure làtex, DEHP. Estèril, un sol ús		
Descripció tècnica: Equip punció arterial tècnica Seldinger compost: catèter (PEBA) radioopac, transp, calibre: 22G, llargària 8cm; agulla introduc 22Gx4cm; guia recta 0,021"x35cm, allargador 7cm, 1 clamp, ales de sutura baix perfil, lliure làtex, DEHP. Estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101407214	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 30001167
Descripció llarga: Equip punció arterial radial/femoral tèc Seldinger compost: catèter (PE), transp, cat 18Gx18cm; agulla punció d'acer 19Gx68mm; guia metàl·lica recta 46cm; allargadora 30cm.long,clau 3vies PC/PE;1-xeringa 5ml,Camp TNT 45x60cm.Est,un sol ús		
Descripció tècnica: Equip punció arterial radial/femoral tèc Seldinger compost: catèter (PE) , transp, cat 18Gx18cm; agulla punció d'acer 19Gx68mm; guia metàl·lica r ecta 46cm; allargadora 30cm.long,clau 3vies PC/PE;1-xeringa 5ml,Camp TNT 45x60cm.Est,un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101407214	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 30001803
Descripció llarga: Catèter arterial perifèric de tefló (PTFE) siliconitzat radioopac, transparent, calibre 20G, (Øextern 1,1mm, Øintern 0,7mm), llàrgar ia 45mm, agulla acer inox silicona, punta doble conicitat, vàlvula control flux, lliure làtex, DEHP. Estèril, un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 25.09.2024 HORA: 08:45:41 PÀGINA: 2 / 4
--	---------------------------------------	---

Descripció tècnica:	Catèter arterial perifèric de tefló (PTFE) siliconitzat radioopac, trans parent, calibre 20G, (Øextern 1,1mm, Øintern 0,7mm), llargària 45mm, agu lla acer inox silicona, punta doble conicitat, vàlvula control flux, lli ure làtex, DEHP. Estèril, un sol ús.	
SOL.COMANDA: 1101407214	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 30007223
Descripció llarga:	Equip punció arterial tècnica Seldinger compost: catèter radioopac, transp, calibre: 24G, llargària 2,5cm; agulla introduc 26Gx1,9cm ; guia recta 0,018"x25cm, allargador 7cm, 1 clamp, ales de sutura baix perfil, lliure làtex, DEHP. Estèril, un sol ús	
Descripció tècnica:	Equip punció arterial tècnica Seldinger compost: catèter radioopac, transp, calibre: 24G, llargària 2,5cm; agulla introduc 26Gx1,9cm; guia recta 0,018"x25cm, allargador 7cm, 1 clamp, ales de sutura baix perfil, lliure làtex, DEHP. Estèril, un sol ús	
SOL.COMANDA: 1101407214	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 30009821
Descripció llarga:	Equip punció arterial tècnica Seldinger compost: catèter radioopac, transp, calibre: 20G, llargària 5cm; agulla introduc 20Gx4cm; gu ia recta 0,021"x35cm, 1 clamp, ales de sutura baix perfil i tap. Lliure làtex, DEHP. Estèril, un sol ús	
Descripció tècnica:	Equip punció arterial tècnica Seldinger compost: catèter radioopac, tran sp, calibre: 20G, llargària 5cm; agulla introduc 20Gx4cm; guia recta 0,0 21"x35cm, 1 clamp, ales de sutura baix perfil i tap. Lliure làtex, DEHP. Estèril, un sol ús	
SOL.COMANDA: 1101407214	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 30012547
Descripció llarga:	Equip punció arterial radial/femoral tècnica Seldinger compost: catèter de polietilè (PE),radioopac, transparent, calibre: 18G ,llar gària 10cm; agulla introductora 19Gx52mm; guia recta Ø 0,71mmx30cm, ales de sutura, lliure làtex, DEHP. Estèril, un sol ús	
Descripció tècnica:	Equip punció arterial radial/femoral tècnica Seldinger compost: catèter de polietilè (PE),radioopac, transparent, calibre: 18G ,llargària 10cm; agulla introductora 19Gx52mm; guia recta Ø 0,71mmx30cm, ales de sutura, lliure làtex, DEHP. Estèril, un sol ús	
SOL.COMANDA: 1101407214	POSICIÓ: 90	MATERIAL: 30013511
Descripció llarga:	Equip punció arterial tècnica Seldinger compost: catèter (PUR) radioopac, transp, calibre: 20G, llargària 5cm; agulla introduc 20Gx4 cm; guia recta 0,021"x35cm, allargador 7cm, 1 clamp, ales de sutura baix perfil, lliure làtex, DEHP. Estèril, un sol ús	
Descripció tècnica:	Equip punció arterial tècnica Seldinger compost: catèter (PUR) radioopac, transp, calibre: 20G, llargària 5cm; agulla introduc 20Gx4cm; guia recta 0,021"x35cm, allargador 7cm, 1 clamp, ales de sutura baix perfil, lliure làtex, DEHP. Estèril, un sol ús	

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 25.09.2024 HORA: 08:45:41 PAGINA: 3 / 4
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101407214	POSICIÓ: 100	MATERIAL: 30014031
Descripció llarga: Catèter arterial perifèric de niló de 5Fx135/20cm, 20cm distals perforats/orificis per a infusió endovascular local de medicació antitrombòtica, marcadors radioopacs, guia de 0,035" amb sistema d'oclusió distal. Connector L-L. Estèril, un sol ús		
Descripció tècnica: Catèter arterial perifèric de niló de 5Fx135/20cm, 20cm distals perforat s/orificis per a infusió endovascular local de medicació antitrombòtica, marcadors radioopacs, guia de 0,035" amb sistema d'oclusió distal. Conn ector L-L. Estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101407214	POSICIÓ: 110	MATERIAL: 30014032
Descripció llarga: Catèter arterial perifèric de niló de 5Fx135/30cm, 30cm distals perforats/orificis per a infusió endovascular local de medicació antitrombòtica, marcadors radioopacs, guia de 0,035" amb sistema d'oclusió distal. Connector L-L. Estèril, un sol ús		
Descripció tècnica: Catèter arterial perifèric de niló de 5Fx135/30cm, 30cm distals perforat s/orificis per a infusió endovascular local de medicació antitrombòtica, marcadors radioopacs, guia de 0,035" amb sistema d'oclusió distal. Conn ector L-L. Estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101407214	POSICIÓ: 120	MATERIAL: 30014034
Descripció llarga: Catèter arterial perifèric de niló de 5Fx90/20cm, 20cm distals perforats/orificis per a infusió endovascular local de medicació antitrombòtica, marcadors radioopacs, guia de 0,035" amb sistema d'oclusió distal. Connector L-L. Estèril, un sol ús		
Descripció tècnica: Catèter arterial perifèric de niló de 5Fx90/20cm, 20cm distals perforats /orificis per a infusió endovascular local de medicació antitrombòtica, marcadors radioopacs, guia de 0,035" amb sistema d'oclusió distal. Conne ctor L-L. Estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101407214	POSICIÓ: 130	MATERIAL: 30015193
Descripció llarga: Catèter arterial perifèric de niló de 5Fx90/10cm, 10cm distals perforats/orificis per a infusió endovascular local de medicació antitrombòtica, marcadors radioopacs, guia de 0,035" amb sistema d'oclusió distal. Connector L-L. Estèril, un sol ús		
Descripció tècnica: Catèter arterial perifèric de niló de 5Fx90/10cm, 10cm distals perforats /orificis per a infusió endovascular local de medicació antitrombòtica, marcadors radioopacs, guia de 0,035" amb sistema d'oclusió distal. Conne ctor L-L. Estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101407214	POSICIÓ: 140	MATERIAL: 30030195
Descripció llarga: Equip monitorització de pressions cardíaques tècnica Seldinger compost: catèter radioopac, transp, calibre: 20G x 8cm; agulla introd uc 20G; guia, allargador, vàlvula hemostàtica amb L-L, ales de sutura baix perfil, lliure làtex, DEHP. Estèril, un sol ús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 25.09.2024 HORA: 08:45:41 PÀGINA: 4 / 4
--	---------------------------------------	---

Descripció tècnica: Equip monitorització de pressions cardiaques tècnica Seldinger compost: catèter radioopac, transp, calibre: 20G x 8cm; agulla introduc 20G; guia , allargador, vàlvula hemostàtica amb L-L, ales de sutura baix perfil, 1 liure làtex, DEHP. Estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101407214 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30030196		
Descripció llarga: Equip monitorització de pressions cardiaques tècnica Seldinger compost: catèter radioopac, transp, calibre: 20G x 16cm; agulla intro duc 20G; guia, allargador, vàlvula hemostàtica amb L-L, ales de sutura baix perfil, lliure làtex, DEHP. Estèril, un sol ús		
Descripció tècnica: Equip monitorització de pressions cardiaques tècnica Seldinger compost: catèter radioopac, transp, calibre: 20G x 16cm; agulla introduc 20G; gui a, allargador, vàlvula hemostàtica amb L-L, ales de sutura baix perfil, lliure làtex, DEHP. Estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101407214 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30032702		
Descripció llarga: Equip punció arterial radial/femoral tèc Seldinger compost: catèter (PTFE), transparent amb dos líneas radioopagues, cat 18G (4Fr) x 20cm amb aletes de fixació; agulla punció d'acer 19Gx68mm; guia metàl·lica 40cm. Estèril, un sol ús.		
Descripció tècnica: Equip punció arterial radial/femoral tèc Seldinger compost: catèter (PTF E), transparent amb dos líneas radioopagues, cat 18G (4Fr) x 20cm amb aletes de fixació; agulla punció d'acer 19Gx68mm; guia metàl·lica 40cm. Es tèril, un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101407214 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30051663		
Descripció llarga: Equip punció arterial radial/femoral tècnica Seldinger compost: catèter de polietilè (PE),radioopac, transparent, calibre: 20G ,llar gària 4cm; agulla introductora 20Gx38mm; guia recta Ø 0,53mmx20cm, ales de sutura, lliure làtex, DEHP. Estèril, un sol ús		
Descripció tècnica: Equip punció arterial radial/femoral tècnica Seldinger compost: catèter de polietilè (PE),radioopac, transparent, calibre: 20G ,llargària 4cm; a gulla introductora 20Gx38mm; guia recta Ø 0,53mmx20cm, ales de sutura, 1 liure làtex, DEHP. Estèril, un sol ús		



ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

-No hi ha criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor-



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 08/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PJGJ180LIAORB2ZXYTL8ZR1MCN0RRSY

Data creació còpia:
08/10/2024 14:57:50

Pàgina 27 de 39



ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 08/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PJGJ180LIAORB2ZXYTL8ZR1MCN0RRSY

Data creació còpia:
08/10/2024 14:57:50

Pàgina 28 de 39

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE	
Dades de la licitació	
Núm. expedient	Descripció expedient
Descripció codi SAP o codi Agrupador	
Codi SAP	Codi Agrupador
LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)

Àrea DADES DEL LICITADOR

En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu i ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.

Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).

Dades específiques d'identificació de la empresa

NIF de l'empresa

Nom de l'empresa

Dades del producte específics

Marca comercial/Model Informar la marca comercial del material ofertat

Referència distribuïdor Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora

Referència fabricant Informar la referència del fabricant

Especificacions tècniques

Material de fabricació Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: PUR, recobriments hidròfil // Baló: marcadors radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil

Mides

S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm

EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris

Mètode d'esterilització

En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.

Si no és estèril el material, indicar NO APLICA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 08/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PJGJ180LIAORB2ZXYTL8ZR1MCN0RRSY

Data creació còpia:
08/10/2024 14:57:50

Pàgina 30 de 39

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE , <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE , DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 08/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PJGJ180LIAORB2ZXYTL8ZR1MCN0RRSY

Data creació còpia:
08/10/2024 14:57:50

Pàgina 31 de 39

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació		Codi SAP	
Núm. expedient	Descripció expedient		
CS/CC00/1101407214/25/AMUP	Subministrament agregat de Catèters intravasculars no intervencionistes: catèters arterials d'accés femoral i arterials d'accés radial	Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom	Fabricant	(SI / NO) Distribuidor (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *	
Referència distribuïdor	Material de fabricació *		
Referència fabricant	Mides del material ofertat *		
Descripció breu del producte		* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material	
Descripció ampliada del producte		Imatge de la referència	
Dades d'acreditacions		Logo de l'empresa	
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC			
Marcat CE/Tipus de classe			
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris			
(SI/NO)			
Altres acreditacions i/o auto certificació			
Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1 - FitxTecnivv_pag1.xls



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 25/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
08/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PJGJ180LIAORB2ZXYTL8ZR1MCN0RRSY

Data creació còpia:
08/10/2024 14:57:50

Pàgina 32 de 39

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció			
Dades de la licitació		Codi SAP	
Núm. expedient	Descripció expedient		
CS/CC00/1101407214/25/AMUP	Subministrament agregat de Catèters intravasculars no intervencionistes: catèters arterials d'accés femoral i arterials d'accés radial	Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador			
		LOT	Tipus oferta
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom	Fabricant	Fabricant (SI / NO) Distribuidor (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *		
Referència distribuïdor	Material de fabricació *		
Referència fabricant	Mides del material ofertat *		
Descripció ampliada del producte			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1 - FitxTecnivv_pag2.xls



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 25/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
08/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PJGJ180LIAORB2ZXYTL8ZR1MCN0RRSY

Data creació còpia:
08/10/2024 14:57:50

Pàgina 33 de 39



ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 08/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PJGJ180LIAORB2ZXYTL8ZR1MCN0RRSY

Data creació còpia:
08/10/2024 14:57:50

Pàgina 34 de 39

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Compliment regulació prod sanitari (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 08/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PJGJ180LIAORB2ZXYTL8ZR1MCN0RRSY

Data creació còpia:
08/10/2024 14:57:50

Pàgina 35 de 39

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

[illegible]

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 25/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 08/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PJGJ180LIAORB2ZXYTL8ZR1MCN0RRSY

Data creació còpia:
08/10/2024 14:57:50

Pàgina 36 de 39



ANNEX - D3 - Fitxa Requisits Obligat compliment

(No hi ha)



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 08/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PJGJ180LIAORB2ZXYTL8ZR1MCN0RRSY

Data creació còpia:
08/10/2024 14:57:50

Pàgina 37 de 39



ANNEX D4 - Llista-Resum de criteris objectius d'adjudicació

Aquest model es troba en format informàtic



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 08/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PJGJ180LIAORB2ZXYTL8ZR1MCN0RRSY

Data creació còpia:
08/10/2024 14:57:50

Pàgina 38 de 39



Annex E - Presentació de mostres.

No és necessària la presentació de mostres



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
25/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 08/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0PJGJ180LIAORB2ZXYTL8ZR1MCN0RRSY

Data creació còpia:
08/10/2024 14:57:50

Pàgina 39 de 39