

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'ELÈCTRODES DE RADIOFREQUÈNCIA PEL TRACTAMENT DE MIOMES PEL SERVEI DE GINECOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON	Criteris d'adjudicació
	CS/AH01/1101394958/25/AMUP

CRITERIS AUTOMÀTICS OBJECTIUS

A- VALORACIÓ ECONÒMICA (SOBRE 3):

La puntuació econòmica màxima serà de 70 punts.

La puntuació màxima d'aquest criteri de 70 punts els rebrà la oferta més econòmica sempre que compleixi amb els requisits mínims indicats en el Plec de condicions tècniques. Les ofertes restants obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - Om}{IL} \right) \right] \times P$$

Sent:

P: Punts criteri econòmic

IL: Import de licitació

Ov: Import de l'oferta econòmica a valorar

Om: Import de la millor oferta presentada

Pv: Punts atorgats a la oferta

OAB: Preu per sota del qual l'oferta es considera anormalment baixa

En aplicació del que preveu a l'article 149.2 de la Llei de contractes del sector públic, es considerarà, en principi, com a ofertes anormalment baixes (OAB), les que queden indicades a l'article 85 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

En cas d'ofertes considerades anormalment baixes l'òrgan de contractació sol·licitarà a l'empresa licitadora un informe justificatiu de l'oferta econòmica presentada per a la seva valoració. En cas que la informació rebuda no expliqui satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats, l'empresa licitadora quedarà automàticament exclosa del procés de licitació.

Tots els càlculs es faran amb imports sense IVA.

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'ELÈCTRODES DE RADIOFREQUÈNCIA PEL TRACTAMENT DE MIOMES PEL SERVEI DE GINECOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON	Criteris d'adjudicació
	CS/AH01/1101394958/25/AMUP

B- CRITERIS DE VALORACIÓ TÈCNICA AUTOMÀTICA (SOBRE 2):

La puntuació màxima de la valoració tècnica automàtica serà de 10 punts. Aquelles ofertes que no aconseguixin el 50% de la puntuació màxima en els "Criteris de valoració tècnica automàtica" quedaran exclosos de continuar en el procediment de licitació.

	CRITERIS DE VALORACIÓ	VALORS	PUNTUACIÓ
B1	Assistència del tècnic especialista, en presència física, durant el procediment	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Durant les 15 primeres sessions: 5 punts ▪ Durant les 10 primeres sessions: 3 punts ▪ Menys de les 10 primeres sessions: 0 punts 	5
B2	Assegurar la reposició de l'elèctrode en un termini determinat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 dia: 5 punts ▪ >1 dia i <3 dies: 2 punts ▪ > 3 dies: 0 punts 	5
TOTAL PUNTUACIÓ			10

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'ELÈCTRODES DE RADIOFREQUÈNCIA PEL TRACTAMENT DE MIOMES PEL SERVEI DE GINECOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON	Criteris d'adjudicació
	CS/AH01/1101394958/25/AMUP

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

C- CRITERIS DE VALORACIÓ TÈCNICA NO AUTOMÀTICA (SOBRE 2 BIS):

La valoració de les propostes tècniques en relació als criteris sotmesos a judici de valor, es realitzarà d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri i posteriorment s'aplicarà la següent formula per obtenir la puntuació definitiva:

$$Pop = P \times \frac{VTop}{VTmv}$$

P_{op} : puntuació de l'oferta a puntuar

P : puntuació del criteri

$VTop$: valoració tècnica de l'oferta que es puntua

$VTmv$: valoració tècnica de l'oferta millor valorada

La puntuació màxima dels criteris de valoració tècnica no automàtica serà de 20 punts. Aquelles ofertes que no aconseguixin el 50% de la puntuació màxima en els "Criteris de valoració tècnica no automàtica" quedaran exclosos de continuar en el procediment de licitació. Aquests criteris es valoraran amb la mostra aportada i es realitzarà un informe.

	CRITERIS DE VALORACIÓ	VALORS	PUNTUACIÓ
C1	Flexibilitat de l'elèctrode sense capacitat de deformació	▪ Sí: 5 punts	5
		▪ No: 0 punts	
C2	Ergonomia i facilitat en l'ús	▪ Màxima facilitat d'ús: 5 punts	5
		▪ Facilitat d'ús mitjana: 3 punts	
		▪ Poca facilitat d'ús: 0 punts	
C3	El sistema de refrigeració de circulació de l'elèctrode mantingui la impedància adequada en la superfície de l'elèctrode	▪ Sí: 5 punts	5
		▪ No: 0 punts	

EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'ELÈCTRODES DE RADIOFREQUÈNCIA PEL TRACTAMENT DE MIOMES PEL SERVEI DE GINECOLOGIA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON	Criteris d'adjudicació
	CS/AH01/1101394958/25/AMUP

C4	Impedeix que el teixit adjacent a la punta activa es carbonitzi durant el procediment i ajuda a fer una zona ideal d'ablació esfèrica	▪ Sí: 5 punts	5
		▪ No: 0 punts	
TOTAL PUNTUACIÓ			20

Dra. Elena Carreras i Moratonas
 Cap de Servei d'Obstetrícia i Ginecologia
 Hospital Universitari Vall d'Hebron
 Barcelona, 27 de juny de 2024