

LOT 1 CABINA PER A PREPARACIÓ CITOSTÀTICS

2a) Característiques bàsiques: 0 punts

AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L.U.
compleix les característiques bàsiques

2b) Millores a considerar:

Punts a atorgar:
24

AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L.U.
BIOPTIMA CYTO 4 IT

Fins a 24 punts				
Puntuació	Llindar Puntuació min.	Índex	Descripció:	AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, SLU
10	>5,00		VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta d'instal·lació VTmv - Val.Tècnica millor valorada P op - Puntuació oferta a puntuar	0,00 0,00 0,00
		1	Es valorarà que la proposta inclogui tota la instal·lació amb el clima a cost 0 o col·litzat amb cost mínim. Indicar cost (IVA inclos).	No s'inclou en la oferta ni es cotitza
10	>5,00		VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta de col·locació i idoneïtat del circuit VTmv - Val.Tècnica millor valorada P op - Puntuació oferta a puntuar	6,00 6,00 10,00
		2	Es valorarà la proposta de la col·locació dels accessoris i la integració amb tots els equips existents del quimioprocess, així com la idoneïtat del circuit de retirada, entrada i muntatge de les cabines.	Proposta adequada de col·locació de les impresores, ordinadors i lectors amb l'espai proporcionat gràcies a 2 tauletes i suports addicionals. El circuit d'entrada i retirada es farà pel mateix loc, entrant pel moll de càrrega de l'Hospital General. No es detallen tots els circuits que es seguiran
2	>1,00		VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta d'accessoris i preus de recanvis i fungible VTmv - Val.Tècnica millor valorada P op - Puntuació oferta a puntuar	2,00 2,00 2,00
		3	Es valorarà el mínim import dels recanvis principals. Cal indicar referència i preu unitari (IVA inclos).	Preus de recanvi de mercat - Làmpara UV: 75 - Targeta electrònica: 649 - Sondes de velocitat: 178 - 224 - Ventilador: 307 - Filtres: 149-520 - Luminària: 34 - Motor - Panell de control: 136 - Botoneres: 71-161 - Bateria: 71 - Pre-filtres: 34 - Font alimentació: 76
2	>1,00		VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta referent a les característiques funcionals i tècniques VTmv - Val.Tècnica millor valorada P op - Puntuació oferta a puntuar	2,00 2,00 2,00
		4	Millor proposta de les característiques tècniques (velocitats, major superfície de treball, sistema de neteja, proteccions antimicrobianes addicionals, etc.)	velocitats i superfícies de treball correctes solució recobrint antimicrobià per minimitzar conataminació

Punts a atorgar:
24

2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial):

Fins a 24 punts				
Puntuació	Llindar Puntuació min.	Índex	Descripció:	AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, SLU
8	>4,00		Valoració tècnica (Llindar 50%) - Robustesa, seguretat, facilitat de transport, robustesa i higiene VTmv - Val.Tècnica millor valorada P op - Puntuació oferta a puntuar	6,00 6,00 8,00
		5	Es valorarà la robustesa, la seguretat, facilitat de neteja, disseny i adequació a l'entorn i les necessitats assistencials	Materials i acabats robustos de fàcil neteja - interior tot en inoxidable Incorpora 9 filtres HEPA per maximitzar la seguretat
8	>4,00		Valoració tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, Facilitat d'ús, usabilitat i interfície d'usuari VTmv - Val.Tècnica millor valorada P op - Puntuació oferta a puntuar	6,00 6,00 8,00
		6	Facilitat d'ús, comoditat de treball, maneig, maniobrabilitat, interfície d'usuari amigable	Es valora molt positivament el confort i ergonomia de la cabina Interface i comandaments molt intuïtius i amigables
8	>4,00		Valoració tècnica (Llindar 50%) - Adaptació quimioprocess VTmv - Val.Tècnica millor valorada P op - Puntuació oferta a puntuar	6,00 6,00 8,00
		7	Integració adequada amb el QuimioProcess (correcta col·locació de cablejat, espai suficient per tots els accessoris, ubicació dels connectors/endolls/suports)	Integració s'adequa a l'espai disponible- Optimitza la integració de l'equipament dins cabina (pantall integrada, bascula i les connexions amb equips exteriors). Per fora cabina presenta taula per impressora, suport per pc, i suport teclat amb tots els passables perfectament integrats

RESUM

2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme al compliment dels criteris
 2b) Millores a considerar: Fins a 18 punts, inclouen:
 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 30 punts:

AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L.U.	38,00
BIOPTIMA CYTO 4 IT	
Els equips compleixen amb les característiques bàsiques	
es valoren en	14,00
es valoren en	24,00

Sra. Raquel Cánovas Paradel
 Sotsdirectora de Tecnologia Mèdica
 Barcelona, 10 doctubre de 2024