

INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DEL SOBRE C RELATIU A CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT**CP-2024-02 Subministrament d'accessos vasculars/reservoris centrals per l'Institut Català d'Oncologia****1. ANTECEDENTS**

En data 29 d'abril de 2024 es va procedir a l'obertura dels Sobres A corresponents a la documentació administrativa, havent-se trobat incidències i quedant les mateixes resoltes. A continuació es detallen els licitadors presentats i admesos a la licitació:

	EMPRESA
1	CARDIVA 2, S.L.
2	B.BRAUN SURGICAL, S.A.
3	BECTON DICKINSON, S.A.U.
4	HOSPIDIS S.L
5	VYGON S.A.U.

En data 14 de maig de 2024 per via telemàtica a les 11:30 hores, es va procedir a la obertura del Sobre B relatiu als Criteris Susceptibles de Judici de Valor i a la lectura de les propostes presentades pels licitadors, pendent de posterior revisió per part dels tècnics.

En data 15 de juliol de 2024 es va emetre informe tècnic relatiu a la verificació del compliment de requeriments tècnics i valoració d'ofertes, on es va acordar proposar l'exclusió de les empreses **Cardiva 2, S.L., Becton Dickinson S.A.U., Hospidis, SL i Vygón, S.A.U** per incompliment dels requeriments tècnics mínims establerts en el plec de prescripcions tècnic, no ajustant-se a les necessitats de l'ICO, havent-se comunicat la seva exclusió als licitadors indicats.



Pel que fa a la **valoració de l'oferta tècnica admesa** a la licitació, el principal extracte de les puntuacions és el que s'adjunta tot seguit:

Puntuació inicial de valoració	Puntuació màxima	B BRAUN SURGICAL
2.1 Ergonomia d'ús i avantatges en manipulació i utilització (fins a 10 punts).	10	10
<i>La facilitat o la comoditat en la utilització i inserció del dispositiu en el teixit subcutani, en relació amb el disseny del dispositiu, pes, facilitat per la connexió del catèter i el reservori, i fixació (fins a 5 punts).</i>	5	5
<i>Incorporació d'altres elements que permetin una actuació correcta i amb seguretat, tant per al manipulador com per al pacient, en el moment d'utilitzar el producte (facilitat de palpació i localització del reservori, connexió i desconexió, identificació, informació, etc. (fins a 5 punts).</i>	5	5
2.2 Composició i qualitat del material i accessoris i del seu comportament (fins a 10 punts)	10	10
<i>Es valorarà, principalment, la qualitat i la composició i materials del reservori i el catèter, la seva rigidesa, flexibilitat, i facilitat d'inserció i/o retirada. (fins a 5 punts).</i>	5	5
<i>Es valoraran així mateix les característiques, materials i facilitat d'ús dels accessoris aportat per a la implantació del dispositiu (introductor, tunelitzador, separadors, agulles de punció, etc. (fins a 5 punts).</i>	5	5
2.3 Qualitat de l'emalatge (fins a 5 punts)	5	5
2.4 Termini de caducitat del material (fins a 3 punts).	3	3
2.5 Valoració del catàleg de reservoris disponible (fins a 5 punts)	5	4
<i>Es valorarà la disponibilitat i compromís d'aportació si en cas de requeriment d'una amplia gamma de reservoris de diferents materials amb catèters disponibles de poliuretà i silicona que compreguin calibres des dels 4,5F al 8,5F per a poder oferir referències alternatives compatibles en cas de necessitat de material (fins a 2,5 punts).</i>	2,5	2,5
<i>Igualment es valorarà la disponibilitat per part del proveïdor d'altres models de reservori amb característiques i usos diferents dels definits, que permetin donar resposta a necessitats que es puguin generar durant la vigència del concurs. (fins a 2,5 punts).</i>	2,5	1,5
2.6 Disponibilitat dels serveis tècnics i/o comercial i temps de resposta davant incidències (fins a 5 punts).	5	2,5
2.7 Pla de formació (fins a 5 punts).	5	3



Puntuació inicial de valoració	Puntuació màxima	B BRAUN SURGICAL
<i>Es valorarà la qualitat de la proposta d'un programa de formació inicial i de reciclatge per a la correcta utilització del tipus de dispositiu (Reservori) en aspectes com les diferents alternatives d'inserció i manteniment i altres aspectes que es puguin valorar d'interès pel centre (fins a 3 punts).</i>	3	3
<i>Es valorarà principalment la seva durada (cal indicar nombre d'hores i edicions), la relació i qualitat dels continguts inclosos en la formació, i la obtenció d'una acreditació de la seva realització, així com la formació i experiència del personal formador proposat (fins a 2 punts).</i>	2	0
Puntuació total:	43	37,5

Sistema de puntuació dels criteris d'adjudicació subjectes a judici de valor:

Puntuació inicial de valoració i verificació l'indar mínims de puntuació	Puntuació màxima	B BRAUN SURGICAL
2.1 Ergonomia d'ús i avantatges en manipulació i utilització (fins a 10 punts).	10	10 100%
<i>La facilitat o la comoditat en la utilització i inserció del dispositiu en el teixit subcutani, en relació amb el disseny del dispositiu, pes, facilitat per la connexió del catèter i el reservori, i fixació (fins a 5 punts).</i>	5	5 100%
<i>Incorporació d'altres elements que permetin una actuació correcta i amb seguretat, tant per al manipulador com per al pacient, en el moment d'utilitzar el producte (facilitat de palpació i localització del reservori, connexió i desconnexió, identificació, informació, etc. (fins a 5 punts).</i>	5	5 100%
2.2 Composició i qualitat del material i accessoris i del seu comportament (fins a 10 punts)	10	10 100%
<i>Es valorarà, principalment, la qualitat i la composició i materials del reservori i el catèter, la seva rigidesa, flexibilitat, i facilitat d'inserció i/o retirada. (fins a 5 punts).</i>	5	5 100%
<i>Es valoraran així mateix les característiques, materials i facilitat d'ús dels accessoris aportat per a la implantació del dispositiu (introduïdor, tunelitzador, separadors, agulles de punció, etc. (fins a 5 punts).</i>	5	5 100%
2.3 Qualitat de l'emalatge (fins a 5 punts)	5	5 100%
2.4 Termini de caducitat del material (fins a 3 punts).	3	3 100%
2.5 Valoració del catàleg de reservoris disponible (fins a 5 punts)	5	4 80%



Puntuació inicial de verificació lliars mínims de puntuació	de	valoració	i	Puntuació màxima	B BRAUN SURGICAL
<i>Es valorarà la disponibilitat i compromís d'aportació si en cas de requeriment d'una ampla gamma de reservoris de diferents materials amb catèters disponibles de poliuretà i silicona que compreguin calibres des dels 4,5F al 8,5F per a poder oferir referències alternatives compatibles en cas de necessitat de material (fins a 2,5 punts).</i>				2,5	2,5 100%
<i>Igualment es valorarà la disponibilitat per part del proveïdor d'altres models de reservori amb característiques i usos diferents dels definits, que permetin donar resposta a necessitats que es puguin generar durant la vigència del concurs. (fins a 2,5 punts).</i>				2,5	1,5 60%
2.6 Disponibilitat dels serveis tècnics ilo comercial i temps de resposta davant incidències (fins a 5 punts).				5	2,5 50%
2.7 Pla de formació (fins a 5 punts).				5	3 60%
<i>Es valorarà la qualitat de la proposta d'un programa de formació inicial i de reciclatge per a la correcta utilització del tipus de dispositiu (Reservori) en aspectes com les diferents alternatives d'inserció i manteniment i altres aspectes que es puguin valorar d'interès pel centre (fins a 3 punts).</i>				3	3 100%
<i>Es valorarà principalment la seva durada (cal indicar nombre d'hores i edicions), la relació i qualitat dels continguts inclosos en la formació, i la obtenció d'una acreditació de la seva realització, així com la formació i experiència del personal formador proposat (fins a 2 punts).</i>				2	0 0%
Puntuació total:				43	37,5 87%

Es va verificar que la oferta de **B BRAUN SURGICAL, SA** no supera a tots els criteris i subcriteris el 80 % de puntuació prevista. Per tant, es manté la valoració i puntuació inicial.

Puntuació final de valoració	Puntuació màxima	B BRAUN SURGICAL
2.1 Ergonomia d'ús i avantatges en manipulació i utilització (fins a 10 punts).	10	10
<i>La facilitat o la comoditat en la utilització i inserció del dispositiu en el teixit subcutani, en relació amb el disseny del dispositiu, pes, facilitat per la connexió del catèter i el reservori, i fixació (fins a 5 punts).</i>	5	5
<i>Incorporació d'altres elements que permetin una actuació correcta i amb seguretat, tant per al manipulador com per al pacient, en el moment d'utilitzar el producte (facilitat de palpació i localització del reservori, connexió i desconnexió, identificació, informació, etc. (fins a 5 punts).</i>	5	5



Puntuació final de valoració	Puntuació màxima	B BRAUN SURGICAL
2.2 Composició i qualitat del material i accessoris i del seu comportament (fins a 10 punts)	10	10
<i>Es valorarà, principalment, la qualitat i la composició i materials del reservori i el catèter, la seva rigidesa, flexibilitat, i facilitat d'inserció i/o retirada. (fins a 5 punts).</i>	5	5
<i>Es valoraran així mateix les característiques, materials i facilitat d'ús dels accessoris aportat per a la implantació del dispositiu (introductor, tunelitzador, separadors, agulles de punció, etc. (fins a 5 punts).</i>	5	5
2.3 Qualitat de l'embalatge (fins a 5 punts)	5	5
2.4 Termini de caducitat del material (fins a 3 punts).	3	3
2.5 Valoració del catàleg de reservoris disponible (fins a 5 punts)	5	4
<i>Es valorarà la disponibilitat i compromís d'aportació si en cas de requeriment d'una ampla gamma de reservoris de diferents materials amb catèters disponibles de poliuretà i silicona que compreguin calibres des dels 4,5F al 8,5F per a poder oferir referències alternatives compatibles en cas de necessitat de material (fins a 2,5 punts).</i>	2,5	2,5
<i>Igualment es valorarà la disponibilitat per part del proveïdor d'altres models de reservori amb característiques i usos diferents dels definits, que permetin donar resposta a necessitats que es puguin generar durant la vigència del concurs. (fins a 2,5 punts).</i>	2,5	1,5
2.6 Disponibilitat dels serveis tècnics i/o comercial i temps de resposta davant incidències (fins a 5 punts).	5	2,5
2.7 Pla de formació (fins a 5 punts).	5	3
<i>Es valorarà la qualitat de la proposta d'un programa de formació inicial i de reciclatge per a la correcta utilització del tipus de dispositiu (Reservori) en aspectes com les diferents alternatives d'inserció i manteniment i altres aspectes que es puguin valorar d'interès pel centre (fins a 3 punts).</i>	3	3
<i>Es valorarà principalment la seva durada (cal indicar nombre d'hores i edicions), la relació i qualitat dels continguts inclosos en la formació, i la obtenció d'una acreditació de la seva realització, així com la formació i experiència del personal formador proposat (fins a 2 punts).</i>	2	0
Puntuació total:	43	37,5

2. CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT

2.1 Oferta econòmica: (puntuació màxima de 45 punts)

Es valorarà amb la màxima puntuació l'oferta que resulti més econòmica. Les ofertes hauran de ser iguals o inferiors a 195.000,00 € (IVA exclòs). Es detallarà el preu màxim per tractament.

Per al càlcul de la puntuació s'aplicarà la següent fórmula:

$$Pv = (1 - ((Ov - Om) / IL)) \times (1 / VP) \times P$$



On:

- Pv = Puntuació de l'oferta a Valorar
- Ov = Oferta a Valorar
- Om = Oferta Millor
- IL = Import de Licitació
- VP = Valor de ponderació : 1.
- P = Punts criteri econòmic : 45

1.2 Altres criteris d'adjudicació subjectes a valoració automàtica: (puntuació màxima de 12 punts)

1.2.1 Termini de lliurament (fins a 3 punts).

Al Plec tècnic s'indica un termini màxim de 5 dies naturals per realitzar el lliurament de l'equipament (en l'apartat 4 del plec tècnic).

Menys de 48 h	3 punts
Entre 48 i menys de 72 h	2 punts
Entre 72 i menys de 96 h	1 punts
Més de 96 h0 punts

1.2.2 Gestió d'incidències davant ruptura d'estoc o altres problemes de subministrament (fins a 3 punts).

El licitador té disponibilitat i aporta compromís documentat per proporcionar un producte alternatiu de característiques i qualitat igual o superior a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació, sense cost superior 3 punts

El licitador no proporciona aquest compromís 0 punts

1.2.3 Ambientalització del vehicle per al lliurament de l'equip (Fins a 3 punts)

Es valorarà la qualitat ambiental del vehicle destinat a la distribució i lliurament de l'equip, des del magatzem de la empresa licitadora fins al punt de lliurament, a partir de la classificació del vehicle segons el registre del Distintiu Ambiental de la DGT.

Les empreses licitadores hauran de presentar les següents dades del vehicle: marca i model, tipus de motor (elèctric / híbrid endollable / híbrid no endollable / gas natural / GLP / gasolina / gasoil) , matrícula – si es disposa de la mateixa - i classificació ambiental DGT.

En cas d'utilitzar un vehicle aliè, caldrà incloure també l'empresa subcontractada i l'acreditació del compromís contret entre ambdues parts.

No es podrà realitzar cap lliurament dels articles amb un vehicle que no hagi estat inclòs en aquesta informació. No es podrà adscriure a la distribució dels articles un vehicle que no disposi de Distintiu Ambiental de la DGT.

Es puntuarà el vehicle segons els seu distintiu ambiental de la següent manera:

- 1) Vehicle amb Distintiu ambiental Zero emissions 3 punts
- 2) Vehicle amb Distintiu Ambiental Eco 2 punts
- 3) Vehicle amb Distintiu Ambiental C.....1 punt
- 4) Vehicle amb Distintiu Ambiental B 0 punts



1.2.4 Embalatge elaborat amb matèries primeres renovables (Fins a 3 punts)

Es valorarà la procedència del paper, cartró o plàstics de l'embalatge del material, en què com a mínim el 70% del material procedeixi d'explotacions forestals sostenibles o bé que siguin de materials reciclats.

Així mateix, es valorarà que el material sigui reciclable.

- a) 3 punts l'oferta que acrediti que el material d'embalatge del material a emprar s'ha elaborat a partir de materials reciclats
- b) 1,5 punts l'oferta que acrediti que els materials de l'embalatge són renovables.
- c) 0 punts l'oferta que no ho acrediti.

En cas de que l'empresa acrediti més d'un subcriteri, només computarà el subcriteri amb més puntuació.

Per a la justificació d'aquest criteri s'hauran de presentar certificats emesos pels fabricants dels embalatges indicant que la identificació del material de l'embalatge i les dades d'elaboració amb matèries primeres reciclades. I també s'haurà d'indicar els materials, la seva composició i la indicació de ser renovables.

(P.ex. Certificat de cadena de custòdia (FSC, PEFC) (100%, mixt o reciclada, o certificat d'ecoetiqueta, etiqueta ecològica de la Unió Europea o equivalent.

3. VALORACIÓ DE L'OFERTES PRESENTADES

1.1 Oferta econòmica: (puntuació màxima de 45 punts)

L'empresa **B BRAUN MEDICAL SURGICAL, SA** presenta una oferta d'import total 162.500,00 €, preu unitari 125,00 €. Per tant, li corresponen **45 punts**.

1.2 Altres criteris d'adjudicació subjectes a valoració automàtica: (puntuació màxima de 12 punts)

1.2.1 Termini de lliurament (fins a 3 punts).

L'empresa **B BRAUN MEDICAL SURGICAL, SA** presenta un termini de lliurament de menys de 48 hores. Per tant, li corresponen **3 punts**.

1.2.2 Gestió d'incidències davant ruptura d'estoc o altres problemes de subministrament (fins a 3 punts).

L'empresa **B BRAUN MEDICAL SURGICAL, SA**. Informa **SI** al compromís de gestió d'incidències davant ruptura d'estocs. També ho confirma en el document *0 ACREDITACION CRITERIOS.pdf*. Per tant, li corresponen **3 punts**.

1.2.3 Ambientaltzació del vehicle per al lliurament de l'equip (Fins a 3 punts)



L'empresa **B BRAUN MEDICAL SURGICAL, SA** presenta relació de tres vehicles aliens, amb distintiu ambiental C.

També aporta, en el document *1 FICHA TECNICAS VEHICULOS.pdf*, les fitxes tècniques i documentació dels vehicles, d'una tercera empresa.

En aquesta documentació no consta el compromís contret amb la empresa subcontractada, què es demana per valorar aquest criteri, i per tant s'incompleix per a la seva valoració.

Per tant, li corresponen **0 punts**.

1.2.4 Embalatge elaborat amb matèries primeres renovables (Fins a 3 punts)

L'empresa **B BRAUN MEDICAL SURGICAL, SA** indica **SI** a si el material d'embalatge de l'equipament a emprar s'ha elaborat a partir de materials reciclats, i també consta **en blanc** a que els materials d'embalatge sigui renovables.

Presenta, en document *2 FICHAS EMBALAJES.pdf*, fitxes de les referències de material d'embalatge del proveïdor Saixapack en què s'indica la fabricació amb un 100% de paper reciclar.

Per tant, li corresponen **3 punts**.

4. CONCLUSIONS

Un cop analitzada la documentació, referent al contracte de referència, i valorada, la puntuació obtinguda pel licitador, es desglossa de la següents manera:

QUADRE RESUM:

<i>Puntuació criteris d'adjudicació d'avaluació automàtica</i>	puntuació màxima	B BRAUN MEDICAL SURGICAL, SA	Punts
<i>Oferta econòmica</i>	45	162.500,00 €	45
<i>Termini de lliurament</i>	3	<48 hores	3
<i>Gestió d'incidències davant ruptura d'estoc o altres problemes de subministrament</i>	3	Sí, compromís	3
<i>Ambientalització del vehicle per al lliurament de l'equip</i>	3	Distintius C, vehicles aliens, manca compromís amb subcontractista.	0
<i>Embalatge elaborat amb matèries primeres renovables</i>	3	SI, elaborat a partir de materials reciclats	3
Puntuació total	57		0



Es proposa traslladar a la Mesa de contractació el present informe de valoració dels criteris d'adjudicació automàtics, per tal de continuar amb el procediment d'adjudicació pel **CP-2024-02 Subministrament d'accessos vasculars/reservoris centrals per l'Institut Català d'Oncologia.**

I per això es signa electrònicament aquest informe als efectes oportuns.

Toni Tena
Cap d'Unitat de Compres i Logística ICO

