

**INFORME SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE SÈRUMS PER A L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE
GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA I L'INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
EXPEDIENT: CS/AH04/1101393598/24/AMUP**

S'ha realitzat la valoració tècnica dels diferents productes presentats per diferents licitadors.

No s'han valorat els productes que no complien els requeriments tècnics bàsics:

1. Codi agrupador 999016645: GLUCOSALI 5%+0,9% 500 ml bossa poliolefina.

Laboratori Laphysan, S.A.U.: No ha aportat documentació justificativa del requeriment de volum addicional.

2. Codi agrupador 999012228: PLASMA LYTE 148 EN AIGUA 500 ml bossa

Laboratori B.Braun Medical, S.A.: No compleix amb la composició requerida ja que conté calci.

3. Codi agrupador 999011897: FISIOLÓGIC 1.000 ml bossa poliolefina

Laboratori B.Braun Medical, S.A.: Connexió no apta per sistemes tancats de transferència de medicaments.

Laboratori Laphysan, S.A.U.: Connexió no apta per sistemes tancats de transferència de medicaments. No ha aportat documentació justificativa del requeriment de volum addicional.

4. Codi agrupador 999014153: Glucosalí 3,3%+0,3% 1000 mL bossa poliolefina o vial plàstic col·lapsable.

Laboratori B Braun Medical, S.A.: No compleix la concentració de glucosa al 3,3%.

5. Codi agrupador 999010773: GLUCOSA 10% 500 ml vial plàstic

Laboratori Laphysan, S.A.U.: No ha aportat documentació justificativa del requeriment de volum addicional.

6. Codi agrupador 999012416: FISIOLÓGIC 500 ml bossa poliolefina

Laboratori B.Braun Medical, S.A.: Connexió no apta per sistemes tancats de transferència de medicaments.

Laboratori Laphysan, S.A.U.: Connexió no apta per sistemes tancats de transferència de medicaments. No ha aportat documentació justificativa del requeriment de volum addicional.

7. Codi agrupador 999013916: Glucosalí 3,3%+0,3% 500 mL bossa poliolefina

Laboratori B Braun Medical, S.A.: No compleix la concentració de glucosa al 3,3%.

8. Codi agrupador 999014473: Glucosalí 3,3%+0,3% 250 mL bossa poliolefina

Laboratori B Braun Medical, S.A.: No compleix la concentració de glucosa al 3,3%.

9. Codi agrupador 999013374: FISIOLÓGIC 250 ml bossa poliolefina

Laboratori B.Braun Medical, S.A.: Connexió no apta per sistemes tancats de transferència de medicaments.

Laboratori Laphysan, S.A.U.: Connexió no apta per sistemes tancats de transferència de medicaments. No ha aportat documentació justificativa del requeriment de volum addicional.

10. Codi agrupador 999012337: GLUCOSA 5% 250 ml bossa poliolefina

Laboratori B.Braun Medical, S.A.: Connexió no apta per sistemes tancats de transferència de medicaments.

Laboratori Laphysan, S.A.U.: Connexió no apta per sistemes tancats de transferència de medicaments. No ha aportat documentació justificativa del requeriment de volum addicional.

11. Codi agrupador 999011256: GLUCOSA 5% 50 ml bossa poliolefina

Laboratori B.Braun Medical, S.A.: Connexió no apta per sistemes tancats de transferència de medicaments.

Laboratori Laphysan, S.A.U.: Connexió no apta per sistemes tancats de transferència de medicaments. No ha aportat documentació justificativa del requeriment de volum addicional.

12. Codi agrupador 999013560: GLUCOSA 5% 100 ml bossa poliolefina

Laboratori B.Braun Medical, S.A.: Connexió no apta per sistemes tancats de transferència de medicaments.

Laboratori Laphysan, S.A.U.: Connexió no apta per sistemes tancats de transferència de medicaments. No ha aportat documentació justificativa del requeriment de volum addicional.

13. Codi agrupador 999011440: FISIOLÓGIC 100 ml bossa poliolefina

Laboratori B.Braun Medical, S.A.: Connexió no apta per sistemes tancats de transferència de medicaments.

Laboratori Laphysan, S.A.U.: Connexió no apta per sistemes tancats de transferència de medicaments. No ha aportat documentació justificativa del requeriment de volum addicional.

14. Codi agrupador 999013915: FISIOLÓGIC 50 ml bossa poliolefina

Laboratori B.Braun Medical, S.A.: Connexió no apta per sistemes tancats de transferència de medicaments.

Laboratori Laphysan, S.A.U.: Connexió no apta per sistemes tancats de transferència de medicaments. No ha aportat documentació justificativa del requeriment de volum addicional.

15. Codi agrupador 999011813: Bicarbonat sòdic 1M (8,4%) 250 ml flascó.

Laboratori B.Braun Medical, S.A.: No és medicament, és producte sanitari.

S'adjunta taula de puntuacions totals tècniques dels productes del diferents licitadors que compleixen els requeriments tècnics bàsics.

Carles Quiñones Ribas

Cap de Servei de Farmàcia

Girona, 5 d'agost de 2024