

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES**

**ACORD MARC OBERT AMB UN ÚNIC PROVEÏDOR, PER AL  
SUBMINISTRAMENT DE FIBRES ÒPTIQUES PER LÀSER UROLÒGIC D'ALTA  
POTÈNCIA I KITS DE MORCELACIÓ, AMB DESTÍ A L'INSTITUT CLÍNIC DE  
NEFROLOGIA I UROLOGIA DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA (HCB)**

**EXP.: 2024-67**

## 1. OBJECTE

L'objecte d'aquest plec és establir les condicions de la contractació per al subministrament de fibres òptiques per làser urològic d'alta potència i kits de morcelació, amb destí a l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia (ICNU) de l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB), que es detallen a l'**annex 1 (ACO1\_PPT\_OT) del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT)**.

La present contractació s'articula en **4 lots** corresponents als diferents productes a subministrar. **Les empreses licitadores han de presentar oferta per a la totalitat del lot (articles i gammes incloses)**. Per tant, quedaran excloses automàticament de la licitació del lot les empreses que no presentin oferta a tots els articles i gammes que integren el lot o, tot i que presenten oferta a la totalitat, hagin de resultar excloses d'un dels articles del lot. **L'adjudicació és per lot.**

Els articles i les quantitats establertes a l'**Annex 3 (ACO\_3\_PCAP\_OE) del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP)** són aproximades, tenint en compte els volums de subministrament requerits en l'exercici anterior per l'HCB. Les empreses adjudicatàries es comprometen a subministrar el nombre de productes que l'HCB necessiti en cada moment, sense que les quantitats expressades a l'**Annex 3 (ACO\_3\_PCAP\_OE)** suposin un compromís de contractació per part de l'HCB, que podrà incrementar o reduir les necessitats de subministrament expressades sense que les empreses adjudicatàries puguin reclamar cap mena d'indemnització o compensació per aquest fet. El PCAP preveu un percentatge de modificació prevista.

## 2. REQUERIMENTS TÈCNICS

Els requeriments tècnics dels articles licitats són els descrits a l'**annex 1** del PPT.

En cas que alguna de les descripcions tècniques d'alguns materials d'aquest expedient incloguin referències específiques de productes, marques, o models, es podran presentar ofertes amb referències equivalents, sempre i quan tinguin la mateixa funcionalitat i compleixin les descripcions tècniques indicades en el present plec.

Si alguna de les descripcions tècniques dels productes d'aquest expedient preveuen valors o mides específiques, s'ha d'interpretar en el sentit que s'admetrà una tolerància del +/- cinc per cent (+/- 5%) sobre el valor que s'especifica en la pròpia descripció tècnica. Aplica a totes les mides de tots els productes.

A més, tots els materials han de complir amb les especificacions, composició i característiques establertes com a mínimes a l'apartat 3 de "Requeriments tècnics". L'incompliment d'alguna de les especificacions tècniques mínimes suposarà l'exclusió de l'oferta del procediment de licitació o la resolució del contracte. A més, han de complir amb els requeriments tècnics i de qualitat expressament exigits per la normativa nacional i internacional.

Si al llarg de la vigència del contracte, el material adjudicat sofreix evolució tecnològica, millores, variació o substitució en els seus components, aquests seran subministrats en les mateixes condicions econòmiques del contracte.

Les empreses adjudicatàries estaran obligades a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

Juntament amb els requeriments tècnics descrits a l'annex 1 del PPT, les licitadores hauran de complir amb les següents obligacions:

A les fitxes tècniques, les licitadores hauran de reflectir tots els extrems/requeriments tècnics que es detallen a l'Annex ACO1 del PPT per a cadascun dels productes/lots als quals es licita.

Les empreses licitadores que presentin oferta al material que es licita al **lot 2**, hauran de proposar-lo en compatibilitat amb l'equip Laser de Holmio Pulse 120H Moses 2.0 amb sistema morcelador, atès que aquest equip és propietat de l'Hospital. Les característiques tècniques d'aquest equip són les següents:

- Potència òptica màxima 120W
- Longitud de l'ona 2,1
- Taxa de repetició 5-120 Hz
- Energia de pols 0,2-6 J
- Mode CaseSaver
- Pedal doble
- Ample de pols ajustable (curt, mig i llarg)
- Fibres reutilitzables i d'un sol
- Sistema d'identificació intel·ligent
- Requisits elèctrics 200-240 VCA <46 Amp, 50/60 Hz

### 3. CESSIÓ D'EQUIPS

En cas que determinats articles requereixin la cessió per part de l'empresa adjudicatària de l'equipament necessari per a l'ús del material fungible, aquesta cessió serà sense cap cost econòmic addicional per a l'HCB. Les característiques d'aquests equipaments s'hauran d'adjuntar a l'oferta tècnica del fungible, en el sobre B de criteris de judici de valor, ja que al anar indefectiblement associats al fungible també formaran part de la valoració. Aquests equipaments seran cedits per les empreses adjudicatàries i el seu cost ha d'estar inclòs en el preu final de l'article licitat. No s'acceptarà cap cost addicional.

Concretament, en els següents lots es requereix equip en cessió:

#### a) **Lot 1** :

L'equip haurà de complir els requisits mínims següents:

- Làser polsat 100 w potència màxima
- Morcelador amb dipòsit de rebuig d'aproximadament 4.000 ml, amb un dipòsit de desbordament de 100 ml, amb tub de succió i peça de mà.
- Videoprocessador
- Set de Nefroscopi

#### b) **Lot 3**:

L'equip haurà de complir els requisits mínims següents, aproximadament:

- Potència màxima 150W
- Longitud de l'ona 2,1  $\mu\text{m}$

- Energia del pols 0,2 - 6J
- Freqüència de polsos 5 - 100 Hz
- Amplada de pols 150 - 1700 µs (durada)
- Pantalla de control com a mínim de 10,1"

**c) Lot 4:**

L'equip haurà de complir els requisits mínims següents, aproximadament:

- Potència màxima 105W
- YAG de darrera generació
- Energia de pols 0,2 - 5J
- Longitud de l'ona 2,1 µm
- Amplada de pols 50 - 1100 µs (durada)
- Modes de tractament: Litotricia, Teixit tou, Hipertrofia benigna de pròstata.
- Pantalla tàctil de control

**Per a tots els lots:** Les empreses adjudicatària es faran càrrec del manteniment correctiu i preventiu de tots els equips subjectes a cessió.

Manteniment preventiu (revisió periòdica de seguretat i control de funcionament, ajustos, calibratges i greixatge dels equips), mitjançant visites programades / preventives per tipus d'aparell, pel correcte funcionament.

Manteniment correctiu que inclourà la mà d'obra i materials necessaris per la reparació d'avaries i defectes causats per l'ús, aportació d'eines especials, aparells de mesura i control necessari pel manteniment dels equips.

- Per les avaries urgents, el temps de resposta no serà superior a 6 hores des del moment de l'avís, i per les avaries no urgents el termini serà de 24 hores. En tots els casos el manteniment inclourà el cost del temps dels tècnics, desplaçaments i les peces de recanvi.

#### **4.- CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT**

Els productes a subministrar han de complir els requisits tècnics descrits a l'**Annex 1** (ACO1\_PPT\_OT) del PPT.

En cas que el material fungible objecte de la licitació tingui equips associats en règim de cessió, l'adjudicatària serà la responsable del manteniment complert garantint el perfecte estat de funcionament, així com la substitució immediata de l'equip en cas de parada, per qualsevol causa. No s'acceptarà cap cost addicional per aquests conceptes.

En cas que durant la vigència del concurs, hi hagués canvis de les característiques tècniques orientades a augmentar la seguretat del pacient, l'empresa proveïdora s'ha de comprometre a incorporar-les sense cap cost addicional per l'Hospital Clínic.

L'adjudicatària està obligada a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

Si l'adjudicatària hagués d'aportar al seu càrrec equipament informàtic de caràcter estàndard, les característiques, marca i model seran necessàriament les determinades per l'HCB a fi d'homogeneïtzar aquest tipus d'equipament.

L'inici del subministrament haurà d'efectuar-se un cop formalitzat el contracte en el termini estipulat en el PCAP.

Les caducitats dels productes no seran inferiors en cap cas al 50% de la vida útil del producte, ni inferiors als 60 dies. En aquells productes on la vida útil dels quals sigui inferior als 60 dies no es lliuraran productes amb caducitats inferiors al 75% de la vida útil.

L'adjudicatari proporcionarà, sense càrrec, l'instrumental necessari per a la implantació del producte de manera fàcil i precisa.

## 5. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT

El material objecte del present contracte haurà de ser lliurat en el Magatzem General de l'Hospital Clínic de Barcelona, o lloc que s'estipuli a la comanda. Les comandes ordinàries es serviran en un **termini màxim de 5 dies laborables i les urgents en 24 hores** o en el seu cas en els compromesos per l'adjudicatari en la seva oferta si les millorés (SOBRE C de l'oferta).

El lliurament de qualsevol tipus de producte, a excepció dels dipòsits autoritzats al proveïdor, haurà de ser cursada per comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a la comanda.

La comanda mínima serà d'una unitat de l'embalatge mínim adjudicat.

En cas de desviament tant en data com en quantitat respecte a la comanda rebuda, el subministrador ho comunicarà amb el màxim d'antelació possible a l'HCB. Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats conforme l'apartat 3l del quadre de característiques del PCAP.

L'empresa adjudicatària retirarà els productes defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. Els proveïdors han d'emballar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.

El lliurament no s'entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat a la comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert.

El lloc i horari es reflecteix a l'apartat: DIRECCIÓ DE SUBMINISTRAMENTS de la comanda i, excepte indicació contrària i expressa a la comanda, serà:

MAGATZEM GENERAL DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Carrer IGNASI IGLESIAS, núm. 13, NAU núm. 9

CORNELLÀ DE LLOBREGAT – 08940 - (Barcelona)

Horari de recepció de materials: De 7.00 h a 14.00 h. de dilluns a divendres no festius.

Per a lliuraments al Magatzem General de l'HCB (Cornellà) no s'acceptaran lliuraments fora de l'horari o dia de comanda. Els proveïdors amb dia fix setmanal de lliurament assignat hauran de respectar la planificació. En cas d'incompliment de lliurament previsible o ja incorregut, subministraran el més ràpidament possible coordinant el lliurament de manera explícita amb el responsable de Magatzem per a que autoritzi el seu lliurament fora del dia planificat.

## **6. CONDICIONS DE PRESENTACIÓ DEL MATERIAL LLIURAT**

Cada comanda cursada s'haurà de subministrar complint amb els requeriments que a continuació es descriuen:

### **6.1 Condicions dels paquets que es lliurin:**

L'els albarà/ns haurà/n d'anar a L'EXTERIOR DELS PAQUETS.

Cada comanda haurà d'anar en un paquet.

Els paquets hauran d'estar identificats individualment amb el NÚMERO D'ALBARÀ, NÚMERO DE COMANDA I PROVEÏDOR.

Les etiquetes adhesives, si n'hi hagués, dels operadors logístics no hauran d'anular les identificacions del proveïdor.

Las mercaderies es lliuraran en cas de ser paletitzades en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-les (precinte transparent, etc). **NOMÉS S'ACCEPTARAN PALETS D'ESTÀNDARD EUROPEU.**

La descàrrega de qualsevol tipus de mercaderia estigui o no paletitzada anirà **SEMPRE** a càrrec del proveïdor o del seu operador logístic amb els seus propis mitjans tant tècnics com humans i es col·locarà en el recinte del magatzem en el lloc que determini el personal de la recepció del l'HCB.

Les empreses indicaran obligatòriament als envasos i embalatges de les unitats oferides el sistema d'identificació per codi de barres basat en la norma GTIN-13/14 (antic EAN-13/14) i GS1-EAN-128 (antic EAN-128) tant a la unitat mínima de compra/comanda, com a la unitat mínima d'envasat/distribució.

**Per reforçar el control, gestió i traçabilitat dels materials fungibles, es recomanable que l'empresa adjudicatària identifiqui i col·loqui en cada unitat dels productes a lliurar (l'envàs primari) etiquetes RFID.** En aquest cas, l'etiquetatge RFID ha de complir amb els següents requisits:

- Operi a UHF: Overview Operating Frequency 860 - 960 MHz
- Operi amb: International Standards } EPC Class 1 Gen 2 ISO 18000-6C
- Mida de 97 mm x 15 mm o similars.
- Si escau, per a productes que es dificulti la lectura d'etiquetes planes, la utilització d'etiquetes tipus banderola.
- Pre-codificades amb dades del producte segons EPC Tag Data Standard que defineix l'EPC™, i també especifica els continguts de la memòria dels Tags RFID Gen 2. La pre-codificació ha de contenir informació de la unitat a consumir, o bé,

identificador RFID unívoc de gestió de materials de l'Hospital Clínic de Barcelona.

- Integració compatible amb la plataforma de gestió de materials RFID.
- Incorporar tota la informació del producte en un arxiu Excel (s'adjunta annex) on consti la següent informació: codi EAN, proveïdor, descripció material, referència proveïdor, descripció referència proveïdor, nombre fabricant, adreça fabricant, referència fabricant.
- Identificació de la caixa d'entrega i en els albarans amb anotació: conté RFID o similar.

Tal i com s'especifica al Reglament <<Reglament ( UE ) 2017/745 del Parlament Europeu i del Consell de 5 de abril de 2017 sobre els productes sanitaris, en que es modifiquen les Directives 2011/83/CE, del reglament (CE ) nº 178/2002 i del Reglament (CE) nº 1223/2009 i per el que es deroguen les Directives 90/385/CEE i 93/42/CEE del Consell. Pàgina 117 del Reglament diu de forma explícita: *“Las etiquetas se facilitarán en un formato legible para las personas y podrán completarse con información de lectura óptica , como la identificación por radiofrecuencia (RFID) o los códigos de barras”*

Per a qualsevol dubte tècnic o funcional podeu enviar un correu a la següent adreça: [sc@clinic.cat](mailto:sc@clinic.cat)”.

## **6.2 Condicions de la documentació necessària pel lliurament.**

El lliurament del material haurà d'anar acompanyat de l'albarà original i la seva copia.

Un albarà quedarà en poder del servei sol·licitant de 'HCB, i l'altre albarà signat se li retornarà al proveïdor segellat amb la “CONFORMITAT LLEVAT EXAMEN”.

A l'albarà signat haurà de constar necessàriament les següents dades:

- El codi intern de l'HCB de l'article, número de comanda, número d'albarà i número d'expedient; no acceptant aquells albarans i factures que no s'ajustin a l'especificat.
- Les devolucions es notificaran Les devolucions de material es notificaran al proveïdor per correu electrònic i hauran de ser retirats del Magatzem General en un termini màxim de 15 dies després de l'acceptació per part del proveïdor.

Ara bé, passat el termini de 15 dies després de l'acceptació per part del proveïdor, i per recuperar el material, s'haurà de fer càrrec de les despeses d'emmagatzematge.

## **7. CONDICIONS LOGÍSTIQUES DELS LLIURAMENTS DE MATERIALS AL MAGATZEM GENERAL DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA.**

### **7.1 Lloc i horari de lliurament**

El Magatzem General de l'Hospital Clínic de Barcelona està ubicat al carrer Ignasi Iglesias, núm. 13, Nau núm. 9 de Cornellà de Llobregat, 08940 - Barcelona.

En cas d'un canvi d'ubicació del magatzem, es comunicaria prèviament amb la deguda antelació i es mantindrien totes les condicions que és relacionen en aquest document.

La recepció de materials al magatzem es realitza de dilluns a divendres no festius, en horari de 7h a 14h, a excepció del material refrigerat que és de 7h a 10h.

Cada proveïdor té un dia setmanal assignat per realitzar els seus lliuraments, que haurà de respectar, doncs no es permetrà cap entrega fora d'aquest dia sense previ avís, amb una antelació mínima de 72 hores, als departaments d'Aprovisionament, Compres i Logística.

El proveïdor que no respecti el seu dia de lliurament, sense previ avís per causes justificades, se li aplicarà una penalització del 5% de l'import total de l'albarà si existeix un incompliment successiu de tres entregues en un període de 6 mesos.

En cas d'incidència, s'haurà de comunicar al responsable del magatzem, amb qui s'haurà de pactar un dia alternatiu per realitzar el lliurament d'acord amb les necessitats del servei de Logística. Cap d'Equip de Magatzem: Carlos Sánchez, telèfon 648 21 98 84, mail: [csanche2@clinic.cat](mailto:csanche2@clinic.cat)

## **7.2 Recepció i lliurament físic dels materials**

Per dur a terme la recepció física, el material haurà d'anar acompanyat de la documentació necessària i suficient.

No s'acceptarà cap lliurament si no té assignat un número de comanda oficial de l'HCB.

Tampoc s'acceptarà cap lliurament de materials en dipòsit, com pròtesi i implants, així com de materials radioactius, doncs el lliurament s'ha de fer directament al servei sol·licitant.

L'albarà haurà d'anar a l'exterior del paquet. Ara bé, si estigués a l'interior, serà el transportista qui haurà d'obrir-lo per presentar-lo a la recepció de proveïdors del magatzem.

En qualsevol cas, l'albarà haurà de ser llegible i presentar-se en suport paper i en correctes condicions per al seu processament. Es probable que durant la vigència del contracte s'implementi obligatòriament l'albarà electrònic, què es notificaria prèviament amb antelació.

Cada albarà correspondrà a un únic número de comanda i cada paquet contindrà el material corresponent a un únic albarà.

A l'albarà valorat haurà de constar necessàriament les següents dades de l' HCB: El número de codi intern de l'article, número de comanda, número d'albarà i número d'expedient.

L'albarà original es quedarà en poder del magatzem. Si el proveïdor subministra una còpia, se li retornarà segellada amb un "Conforme llevat examen".

Els paquets hauran d'estar correctament identificats amb el número d'albarà i de comanda, a més del nom del proveïdor.

Els envasos i embalatges aniran amb el sistema d'identificació per codi de barres basat en la Norma GS1-13/14 (antic EAN-13/14) i GS1 -128 (antic EAN-128), com a mínim



constarà el material, la quantitat inclosa, lot i data de caducitat. A més, l' HCB podrà sol·licitar que aquesta identificació estigui implementada en etiquetes RFID passives a nivell de palet , caixa i unitat. En qualsevol cas, hauran de poder-se llegir pels dispositius lectors de l'HCB.

Les etiquetes adhesives dels operadors logístics en cap cas anul·laran les identificacions del fabricant i/o proveïdor.

Els materials es lliuraran, en cas d'anar paletitzats, en palets normalitzats segons l'estàndard europeu (80 cm x 120 cm) i precintats de manera que permetin l' inspecció visual de la mercaderia sense obrir-los (precinte transparent). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu i presentats en les degudes condicions de seguretat i higiene. L'alçada màxima de cada palet ha de ser de 160 cm, incloent mercaderia i palet.

El material, quan la seva quantitat equivalgui a un palet sencer i sempre que sigui del mateix lot, s'haurà de presentar en un únic palet estàndard europeu, sense cap fraccionament.

La descàrrega de qualsevol tipus de material estigui o no paletitzada anirà sempre a càrrec del proveïdor o del seu operador logístic amb els seus propis mitjans tant tècnics com humans i es col·locarà dintre del magatzem en el lloc que determini el personal de la recepció del l'HCB.

Els vehicles utilitzats en el lliurament de mercaderies a l'HCB hauran de mantenir l'adequada neteja interior.

Les empreses adjudicatàries hauran de retirar els palets de fusta que serveixen pel transport de material lliurat a DIRAC.

## **8. CONDICIONS DE FACTURACIÓ**

Les condicions i requisits establerts per l'HCB per a l'abonament de factures es troben previstos al Plec de Clàusules Administratives Particulars, i seran d'obligat compliment.

## **9. MOSTRES**

Les mostres s'hauran de presentar obligatòriament abans del termini de finalització de presentació d'ofertes, segons els termes previstos al PCAP. La quantitat que es sol·licitarà serà ajustada i la necessària per poder avaluar tècnicament les ofertes i per emetre el judici de valor.

Barcelona, 20 de setembre de 2024

Dra. Rosa Ramos

Directora de l'Institut Clínic  
de Nefrologia i Urologia (ICNU)

## ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 1 PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1\_PPT\_OT)

Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI.  
En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi.  
**Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.**

TÍTOL DE L'EXPEDIENT:	<b>SUBMINISTRAMENT DE FIBRES OPTIQUES PER LASER UROLÒGIC D'ALTA POTÈNCIA I KITS DE MORCELACIÓ</b>		
NÚMERO D'EXPEDIENT:	2024/67		

LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:					TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ	TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR	
EMPRESA		DATA			ORDINARI 5 dies laborables	ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*)	URGENT OFERTAT (Hores) (*)
MAIL		MAIL comandes					
PERSONA DE CONTACTE (COMERCIAL)	TELÈFON	DIRECCIÓ MAIL CONTACTE (No comandes)	TELÈFON comandes		URGENT 24 hores		
			FAX COMANDES				

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT				IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR												
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
1	1 al 5		FIBRES OPTIQUES PER LASER THULIO													
1	1	216299	Fulla bilateral per a morcel·lador, llargària aprox. 40cm. Reutilitzable 10 usos.	UND												
1	2	216312	Tub per a la succió i extracció del teixit prostàtic, amb dipòsit de capacitat 300ml. Compatible amb sistema de morcel·lació. Estèril. Un sol ús.	UND												
1	3	216294	Fibra òptica de 272 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Punta nua sense recobriment. Compatible amb equip LASER Thulio. Estèril. Un sol ús.	UND												
1	4	216315	Fibra òptica de 365 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Punta nua sense recobriment. Compatible amb equip LASER Thulio. Estèril. Un sol ús.	UND												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT					IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
1	5	216314	Fibra òptica de 550 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Punta nua sense recobriment. Compatible amb equip LASER Thulio. Estèril. Un sol ús.	UND												
2	6 al 10		FIBRES OPTIQUES PER LASER HOLMIO 120W													
2	6	220426	Fibra òptica de 200 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Compatible amb equip LASER Holmio. Estèril. Un sol ús.													
2	7	220427	Fibra òptica de 365 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Compatible amb equip LASER Holmio. Estèril. Un sol ús.													
2	8	220428	Fibra òptica de 550 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Compatible amb equip LASER Holmio. Estèril. Un sol ús.													
2	9	185529	Kit de fulles per a la succió i extracció del teixit prostàtic. Compatible amb endoscopis de calibre 26Fr i equip LASER Holmio. Reutilitzable.	KIT												
2	10	185530	Tub per a la succió i extracció del teixit prostàtic, llargària 3m. Compatible amb equip LASER Holmio. Estèril. Un sol ús.	UND												
3	11 al 14		FIBRES OPTIQUES PER LASER HOLMIO 150W													
3	11	215593	Fibra òptica de 200 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Amb sistema RFID. Compatible amb equip LASER Holmio-YAG. Estèril. Un sol ús.	UND												
3	12	215594	Fibra òptica de 550 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Amb sistema RFID. Compatible amb equip LASER Holmio-YAG. Estèril. Un sol ús.	UND												
3	13	215121	Fulla per a la succió i extracció de teixit prostàtic, diàmetre 15Fr, llargària aprox. 40cm. Compatible amb sistemes de morcel·lació Multicut i Multicut Solo. Reutilitzable.	UND												
3	14	215122	Set de 10 tubs per a la succió i extracció del teixit prostàtic, llargària aprox. 3m. Compatible amb sistema de morcel·lació Multicut i Multicut Solo. Estèril. Un sol ús.	UND												
4	15 al 17		FIBRES OPTIQUES PER LASER HOLMIO 100W													
4	15	195690	Fibra òptica de 272 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Compatible amb equip LASER Holmio. Estèril. Un sol ús.	UND												
4	16	195691	Fibra òptica de 365 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Compatible amb equip LASER Holmio. Estèril. Un sol ús.	UND												
4	17	195692	Fibra òptica de 550 micres, per a tractament de càlculs urinaris. Compatible amb equip LASER Holmio. Estèril. Un sol ús.	UND												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT					IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
<p>Aquest document d'oferta no s'ha de signar atès que, en el moment de fer l'enviament de la proposta a través de l'eina de Sobre Digital, la persona o persones que tenen la deguda representació de l'empresa han de signar el document "resum" de l'oferta presentada que comporta la signatura de tots els documents que la integren, sense perjudici d'haver de signar el DEUC de conformitat amb l'article 140 de la LCSP</p>																

\*Trobareu les instruccions a la pestanya "Instruccions complimentació"

## ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 1 PPT DE OFERTA TÉCNICA (ACO1\_PPT\_OT)

Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE.  
En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE.  
**Presentación obligatoria de este anexo en formato EXCEL no protegido.**

TITULO EXPEDIENTE:		<b>SUMINISTRO DE FIBRAS OPTICAS PARA LASER UROLOGICO DE ALTA POTENCIA Y KITS DE MORCELACION</b>															
NUMERO EXPEDIENTE:		2024/67															
LICITADOR E IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA:											PLAZOS DE ENTREGA MAXIMOS LICITACIÓN		PLAZOS ENTREGA OFERTADOS LICITADOR				
EMPRESA							FECHA						ORDINARIO 5 días laborables		ORDINARIO OFERTADO (días laborables) (*)	URGENTE OFERTADO (Horas) (*)	
MAIL							MAIL PEDIDOS										
PERSONA DE CONTACTO (COMERCIAL)		TELÉFONO			DIRECCIÓN MAIL CONTACTO (No pedidos)			TELÉFONO PEDIDOS						URGENTE 24 horas			
								FAX PEDIDOS									
IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO											IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR						
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS		UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (*)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
1	1 al 5		FIBRAS OPTICAS PARA LASER THULIO														
1	1	216299	Cuchilla bilateral para morcelador, longitud aprox. 40cm. Reutilizable 10 usos.		UND												
1	2	216312	Tubo para la succión y extracción del tejido prostático, con depósito de capacidad 300ml. Compatible con sistema de morcelación. Estéril. Un solo uso.		UND												
1	3	216294	Fibra óptica de 272 micras, para tratamiento de cálculos urinarios. Punta desnuda sin recubrimiento. Compatible con equipo LASER Thulio. Estéril. Un solo uso.		UND												
1	4	216315	Fibra óptica de 365 micras, para tratamiento de cálculos urinarios. Punta desnuda sin recubrimiento. Compatible con equipo LASER Thulio. Estéril. Un solo uso.		UND												

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO					IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (****)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
1	5	216314	Fibra óptica de 550 micras, para tratamiento de cálculos urinarios. Punta desnuda sin recubrimiento. Compatible con equipo LASER Thulio. Estéril. Un solo uso.	UND												
2	6 al 10		FIBRAS OPTICAS PARA LASER HOLMIO 120W													
2	6	220426	Fibra óptica de 200 micras, para tratamiento de cálculos urinarios. Compatible con equipo LASER Holmio. Estéril. Un solo uso.													
2	7	220427	Fibra óptica de 365 micras, para tratamiento de cálculos urinarios. Compatible con equipo LASER Holmio. Estéril. Un solo uso.													
2	8	220428	Fibra óptica de 550 micras, para tratamiento de cálculos urinarios. Compatible con equipo LASER Holmio. Estéril. Un solo uso.													
2	9	185529	Kit de cuchillas para la succión y extracción del tejido prostático. Compatibles con endoscopios de calibre 26Fr y equipo LASER Holmio. Reutilizable.	KIT												
2	10	185530	Tubo para la succión y extracción del tejido prostático, longitud 3m. Compatible con equipo LASER Holmio. Estéril. Un solo uso.	UND												
3	11 al 14		FIBRAS OPTICAS PARA LASER HOLMIO 150W													
3	11	215593	Fibra óptica de 200 micras, para tratamiento de cálculos urinarios. Con sistema RFID. Compatible con equipo LASER Holmio-YAG. Estéril. Un solo uso.	UND												
3	12	215594	Fibra óptica de 550 micras, para tratamiento de cálculos urinarios. Con sistema RFID. Compatible con equipo LASER Holmio-YAG. Estéril. Un solo uso.	UND												
3	13	215121	Cuchilla para la succión y extracción de tejido prostático, diámetro 15Fr, longitud aprox. 40cm. Compatible con sistemas de morcelación Multicut y Multicut Solo. Reutilizable.	UND												
3	14	215122	Set de 10 tubos para la succión y extracción del tejido prostático, longitud aprox. 3m. Compatible con sistema de morcelación Multicut y Multicut Solo. Estéril. Un solo uso.	UND												
4	15 al 17		FIBRAS OPTICAS PARA LASER HOLMIO 100W													
4	15	195690	Fibra óptica de 272 micras, para tratamiento de cálculos urinarios. Compatible con equipo LASER Holmio. Estéril. Un solo uso.	UND												
4	16	195691	Fibra óptica de 365 micras, para tratamiento de cálculos urinarios. Compatible con equipo LASER Holmio. Estéril. Un solo uso.	UND												
4	17	195692	Fibra óptica de 550 micras, para tratamiento de cálculos urinarios. Compatible con equipo LASER Holmio. Estéril. Un solo uso.	UND												

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO					IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (****)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (****)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
Este documento de oferta no se tiene que firmar dado que, en el momento de hacer el envío de la proposición a través de la herramienta de Sobre Digital, la persona o personas que tienen la debida representación de la empresa tienen que firmar el documento "resumen" de la oferta presentada que comporta la firma de todos los documentos que la integran, sin perjuicio de tener que firmar el DEUC en conformidad con el artículo 140 de la LCSP																

\* Encontraréis las instrucciones en la pestaña de "Instrucciones cumplimentación"