

ACTA de la Mesa per la revisió de l'informe de valoració de la documentació tècnica avaluable mitjançant fórmules.

Expedient: CS/AH02/1101403941/25/AMUP

Objecte: Contracte de subministrament de reactius, materials i equipaments per la realització de determinacions automatitzades de les tècniques de l'àrea d'autoimmunitat i bioquímica de l'Hospital Universitari de Bellvitge

Membres de la Mesa:

Han estat nomenats membres de la Mesa de contractació, identificats nominalment, els següents:

Presidenta: Cristina Robles Agustin. Directora Económico financera de l'HUB

Vocals:

1. Control intern: Sr. Ramon Moreno Fuentes, Cap d'Unitat de Gestió econòmica de l'HUB
2. Assessor jurídic: Sr. Pere Sust Ballester
3. Sr. Javier Jiménez Pérez (Tècnic de la Unitat de Compres de l'HUB)
4. Sra. Xenia Rodriguez Busquet, Cap d'Unitat de Contractacions Administratives de l'HUB

Secretari: Sr. Alfons Merida Campos, Tècnic de la Unitat de Contractacions Administratives

Orde del dia

Revisió de l'informe de valoració de la documentació tècnica avaluable mitjançant fórmules del sobre digital número 2 presentat en l'expedient de contractació CS/AH02/1101403941/25/AMUP per a la contractació de subministrament de reactius, materials i equipaments per la realització de determinacions automatitzades de les tècniques de l'àrea d'autoimmunitat i bioquímica de l'Hospital Universitari de Bellvitge

Desenvolupament de la sessió

A les 10:00 hores del dia 9 d'octubre de 2024, es constitueix vàlidament la Mesa de contractació, d'acord amb la normativa de desenvolupament (article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic).

Aquesta sessió és continuació de la sessió relativa a l'obertura dels 'sobres 2'.

La documentació que s'ha valorat correspon a les empreses licitadors:

-LOT 1: SEBIA HISPANIA S.A.A62512579

-LOT 2: WERFEN ESPAÑA, S.A.U.A28114742

-LOT 3: PALEX MEDICAL, S.A.A58710740

S'inicia la sessió, amb la lectura i revisió del contingut de l'informe de valoració redactat pels tècnics, el qual s'adjunta com annex a l'acta

La suma de les puntuacions de les valoracions dels criteris tècnics avaluables mitjançant fórmules, són:

	Empresa	Puntuació
LOT1	SEBIA HISPANIA S.A.A62512579	40,00
LOT2	WERFEN ESPAÑA, S.A.U.A28114742	40,00
LOT3	PALEX MEDICAL, S.A.A58710740	40,00

D'acord amb el que anteriorment s'ha exposat, la Mesa adopta els següents:

Acords

1. Aprovar l'informe tècnic de valoració de la documentació dels sobres 2, que s'adjunta com Annex I
2. Procedir a la convocatòria de la Mesa per a l'acte d'obertura del sobres 3 de les empreses licitadores.

I, sense més temes a tractar, la Presidència aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta signada per la secretària i amb el vist-i-plau de la presidenta, quan són les 10:48 hores..

El secretàri

Vist-i-plau La Presidenta

Informe tècnic valoració documentació sobre 2

Expedient núm. CS/AH02/1101403941/25/AMUP per a la contractació de subministrament de reactius, materials i equipaments per la realització de determinacions automatitzades de les tècniques de l'àrea d'autoimmunitat i bioquímica de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

S'han presentat a la licitació electrònica les següents empreses:

- LOT 1: SEBIA HISPANIA S.A. A62512579
- LOT 2: WERFEN ESPAÑA, S.A.U. A28114742
- LOT 3: PALEX MEDICAL, S.A. A58710740

D'acord amb les fitxes tècniques omplertes per les empreses, els materials ofertats compleixen amb els requisits mínims obligatoris

Es procedeix a la valoració dels criteris avaluable mitjançant fórmula automàtica de les empreses, amb la puntuació que apareix a l'Annex I.

**Pedro Alía
Ramos
(DNI:)**

Signat
digitalment per
Pedro Alía
Ramos (DNI:)
Data: 2024.10.07
13:51:50 +02'00'

Pedro Alía Ramos
Cap de Secció
Àrea de Bioquímica Especial
Hospital Universitari de Bellvitge

NÚMERO EXPEDIENT:	CS/AH02/1101403941/25/AMUP
OBJECTE:	Subministrament de reactius, materials i equipaments per la realització de determinacions automatitzades de les tècniques de l'àrea d'autoimmunitat i bioquímica de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

LOT 1 - Autoanticossos mitjançant tècniques ELISA.		Sebia hispania S.A.		
criteris tècnics objectius				
Descripció criteri	Puntuació màxima	CONTESTAR:	Resposta empresa:	Puntuació
Capacitat per analitzar fins a 30 paràmetres diferents simultàniament.	15	Qtt de paràmetres	Més de 30	15
Velocitat de processament per mostra	15	minuts	80 minuts o menys	15
Disponibilitat de kits de baix volum (<25 determinacions/kit).	5	SI/NO	Si	5
Dispensació de mostres amb puntes rebutjables per evitar contaminació entre mostres	5	SI/NO	Si	5

NÚMERO EXPEDIENT:	CS/AH02/1101403941/25/AMUP
OBJECTE:	Subministrament de reactius, materials i equipaments per la realització de determinacions automatitzades de les tècniques de l'àrea d'autoimmunitat i bioquímica de l'Hospital

LOT 2 - Autoanticossos en connectivopaties i celiaquia per anàlisi multiparemètric		WERFEN ESPAÑA, S.A.U.		
criteris tècnics objectius				
Descripció criteri	Puntuació màxima	CONTESTAR:	Resposta empresa:	Puntuació
Capacitat de càrrega de mostres a bord.	5	Capacitat de càrrega de mostres	Superior a 100 mostres	5
Velocitat de processament de mostres.	5	Temps en minuts que triga en processar una mostra	Igual o menor a 30 minuts	5
Estabilitat en la calibració.	5	Temps que es manté estable	Fins al canvi de lot o als 6 mesos	5
Cartutxos identificats per radiofreqüència.	5	si/no	Si	5
Determinació de la especificitat DFS70 amb el cartux de connectivopaties.	10	si/no	Si	10
Calibradors i controls de qualitat identificats amb codi 2D.	10	si/no	Si	10

NÚMERO EXPEDIENT:	CS/AH02/1101403941/25/AMUP
OBJECTE:	Subministrament de reactius, materials i equipaments per la realització de determinacions automatitzades de les tècniques de l'àrea d'autoimmunitat i bioquímica de l'Hospital Universitari de

LOT 3 - Elastasa fecal i la calprotectina mitjançant tècniques immunoturbidimètriques		PALEX MEDICAL		
criteris tècnics objectius				
Descripció criteri	Puntuació màxima	CONTESTAR:	Resposta empresa:	Puntuació
Possibilitat d'analitzar l'elastasa fecal en el mateix instrument que la calprotectina a partir del mateix dispositiu d'extracció.	8	si/no	Si	8
Nombre de publicacions indexades sobre valors discriminants per al seguiment de la Malaltia Inflamatòria Intestinal utilitzant el reactiu per calprotectina.	8	Nombre de publicacions indexades	Superior a 8	8
Valor màxim de l'interval de mesura	5	Valor màxim d'interval en ug/g	Igual o superior a 8000 ug/g	5
Estabilitat dels reactius on-board	5	Dies d'estabilitat	Superior o igual a 60 dies	5
Estabilitat de la calibració.	5	Dies d'estabilitat	Superior o igual a 30 dies	5
Estabilitat de l'extracte fecal en el dispositiu d'extracció refrigerat a una temperatura de 2-8 °C per la determinació de calprotectina fecal.	5	Dies d'estabilitat	Superior o igual a 10 dies	5
Doble accés al col·lector.	2	si/no	Si	2
Dilució automàtica de la mostra.	2	si/no	Si	2