

ACTA de la Mesa per la revisió de l'informe de valoració de la documentació avaluable mitjançant fórmules automàtiques (Sobre 2)

Expedient CS/CC00/1101403943/24/PO

Objecte: Subministrament d'ecògrafs portàtils sense fils per a diferents serveis de l'Hospital Universitari de Bellvitge i Atenció Primària.

A les 10:00 h s'ha celebrat la sessió per la revisió de la documentació i de valoració de l'informe de compliment de valoració de la documentació tècnica avaluable mitjançant fórmules automàtiques.

Membres de la mesa

Han estat nomenats membres de la mesa de contractació:

Presidenta: Cristina Robles Agustín (Direcció Econòmic financera)

Vocals:

1 Funció de control intern: Sr. Ramon Moreno Fuentes (Cap d'Unitat de Gestió Econòmica)

2 Assessor Jurídic: Sr. Pere Sust Ballester

3 Sr. Marc Alameda Pineda (Cap d'Electromedicina)

4 Sra. Xenia Rodríguez Busquet (Cap d'Unitat de Contractacions Administratives)

Sr. Secretari: Alfons Mérida Campos (Tècnic de contractacions Administratives)

Ordre del dia:

Revisió de l'informe de valoració dels criteris d'adjudicació avaluable mitjançant fórmules automàtiques presentat a la Mesa de Contractació de l'expedient CS/CC00/1101403943/24/PO per al a contractació del subministrament d'ecògrafs portàtils sense fils per a diferents serveis de l'Hospital Universitari de Bellvitge i Atenció Primària.

Desenvolupament de la sessió:

A les 10:00 hores del dia 15 d'octubre de 2024, es constitueix vàlidament la Mesa de Contractació, d'acord amb la normativa de desenvolupament (Article 21 del Reial decret 817/2009 de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic).

Aquesta sessió és continuació de la sessió relativa a l'obertura dels sobres 2.

S'inicia la sessió, amb la lectura i revisió del contingut de l'informe de valoració redactat pels tècnics de data 14 d'octubre de 2024, el qual s'annexa a l'acta.



La suma de les puntuacions de les valoracions dels criteris sotmesos a judici de valor que figura a l'informe és el següent:

LOT 1

EMPRESA	PUNTUACIÓ SOBRE 2
Distribuciones y Representaciones Biomédicas Direx S.L.	15,00 PUNTS

LOT 2

EMPRESA	PUNTUACIÓ SOBRE 2
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA,S.A.U.	15,00 PUNTS

D'acord amb el que anteriorment s'ha exposat, la Mesa adopta els següents:

Acords:

1. Aprovar l'informe tècnic de valoració de la documentació presentada als sobres 2 elaborat pels tècnics de data 14 d'octubre de 2024 (Annex I).

I, sense més temes a tractar, la Presidència dona per finalitzada la sessió de la qual s'estén aquesta acta signada pel secretari amb el vist i plau de la presidenta.

EL SECRETARI

Vist-i-plau
LA PRESIDENTA



ANNEX I

- ✓ Informe de valoració del sobre 2



Informe valoració sobre 2

Expedient: CS/CC00/1101403943/24/PO

Objecte: Subministrament d'ecògrafs portàtils sense fils per a diferents serveis de l'Hospital Universitari de Bellvitge i Atenció Primària.

S'han presentat a la licitació electrònica les següents empreses:

LOT 1

Distribuciones y Representaciones Biomédicas Direx S.L. B38353900

LOT 2

GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA,S.A.U. A28061737

Una vegada examinada i valorada la documentació aportada en el sobre 2, les valoracions dels criteris tècnics automàtics són les que es relacionen a l'ANNEX I.

MARC
ALAMEDA
PINEDA - DNI
(TCAT)



Firmado
digitalmente por
MARC ALAMEDA
PINEDA - DNI
(TCAT) Fecha:
2024.10.14
09:42:56 +02'00'

Marc Alameda Pineda
Cap d'Unitat d'Electromedicina i Enginyeria Biomèdica
Hospital Universitari de Bellvitge

LOT 1 - ECÒGRAF PORTÀTIL SENSE FILS

Criteris tècnics objectius (Sobre 2)		Distribuciones y Representaciones Biomédicas Direx S.L.	
Descripció criteri	Puntuació màxima	RESPOSTA	PUNTUACIÓ
Temps de càrrega del 10 % al 90 % inferior a 75 minuts.	3	SI	3
Autonomia no inferior a 50 minuts amb la bateria totalment carregada.	3	SI	3
Sonda convexa: - Nombre d'elements mínims de la 128 - Freqüència central de 3,3 MHz.	2	SI	2
Sonda sectorial: - Nombre d'elements mínims de la 64 - Freqüència central de 2,65 MHz.	2	SI	2
Sonda lineal: - Nombre d'elements mínims de la 192 - Freqüència central de 7,7 MHz.	2	SI	2
Leds de colors integrats en el propi dispositiu ecogràfic per identificar la sonda activa i nivell de bateria.	3	SI	3
		PUNTUACIÓ TOTAL	15

LOT 2 - ECÒGRAF CARDIOLOGIA

Criteris tècnics objectius (Sobre 2)		GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA,S.A.U.	
Descripció criteri	Puntuació màxima	RESPOSTA	PUNTUACIÓ
Control per pantalla tàctil i per teclat	1	SI	1
Reconeixement d'espectres de mesurament automàtic	5	SI	5
Carro amb 6 suports de sonda, quatre ganxos per cables de sonda i mínim 2 cistells.	2	SI	2
Camp de visió de la sonda d'uns 120º	6	SI	6
Kit de cables de ECG inclòs en l'oferta	1	SI	1
		PUNTUACIÓ TOTAL	15