

	<b>CRITERIS TÈCNICS AMB APLICACIÓ DE FÓRMULA MATEMÀTICA (sobre únic)</b>		
<b>Número criteri</b>	<b>Taula quirúrgica radiotransparent</b>	<b>Indicar valor o Compleix Sí/No</b>	<b>Índex documental (sobre únic)</b>
<b>3</b>	Pes màxim que pot suportar la taula en la posició més desfavorable respecte la columna		
<b>4</b>	Major superfície radiotransparent disponible		
<b>5</b>	Capacitat de plegar el taulell per a aconseguir que el pacient quedi assegut i poder realitzar punçons del pericardi		
<b>6</b>	Incloure dues faldilles plomades que es puguin suportar a la taula per a reduir la dosis de radiació que rep el professional.		
<b>7</b>	Inclusió d'una barra tècnica a cada costat de la taula a la zona inferior i d'un porta sèrums en una dels riells. El porta sèrum ha de ser d'acer inoxidable i l'alçada ha de ser ajustable		
<b>8</b>	Inclusió d'un arc d'anestèsia flexible d'acer inoxidable. Ha de permetre penjar el material necessari per a diferencia la zona estèril de la no estèril		
<b>9</b>	Inclusió d'un recolza braços radiotransparent. Ha de permetre ajustar-ho horitzontalment i el suport no pot ser d'acer inoxidable, ha d'assegurar la radiotransparència.		