

## CRITERIS D'ADJUDICACIÓ PER A LA PONDERACIÓ DE LES OFERTES RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT D'UNA TAULA QUIRÚRGICA RADIOTRANSAPRENT PER A L'HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL DE BADALONA

La valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmica més avantatjosa es durà a terme per l'aplicació dels següents criteris de valoració:

### Criteris de valoració automàtica (màxim 100 punts):

#### 1- Preu (fins a 70 punts).

En aquest concepte es tindrà en compte el preu final a satisfer per l'òrgan de contractació en cas de ser adjudicat, i ha d'incloure, si escau, els accessoris, formació, treballs d'instal·lació, etc. (llevat l'IVA, que s'haurà d'indicar per separat).

L'oferta més econòmica, sempre i quan compleixi els requeriments tècnics mínims indicats en el plec de prescripcions tècniques, rebrà la màxima puntuació i la resta d'ofertes rebran una puntuació proporcional, d'acord amb el diferencial de percentatges respecte a l'oferta amb més puntuació, segons resulti de l'aplicació de la següent fórmula:

$$P_V = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left( \frac{1}{1,70} \right) \right] \times 70$$

On:

*Pv: Puntuació oferta valorada*

*Ov: Preu oferta a valorar (sense IVA)*

*Om: Preu millor oferta (sense IVA)*

*IL: Import de licitació (sense IVA)*

#### 2- Ampliació de la garantia fins a un període total de 4 anys (fins a 5 punts).

Es valorarà de la següent manera:

- Ampliació de la garantia en 1 any (3 anys en total): 2 punts
- Ampliació de la garantia en 2 anys (4 anys en total): 5 punts
- Altres: 0 punts

No es valoraran ampliacions de períodes inferiors a 2 anys.

#### 3- Pes màxim que pot suportar la taula en la posició més desfavorable respecte la columna (fins a 3 punts).

Es valorarà de la següent manera:

$$P_V = \frac{O_m}{O_v} \times 3$$

On:

*Pv: Puntuació oferta valorada*

*Ov: Pes suportable per l'equip a valorar*

*Om: Pes suportable màxim per l'equip amb major capacitat*

**4- Major superfície radiotransparent disponible (fins a 3 punts).**

Es valorarà de la següent manera:

$$P_v = \frac{O_m}{O_v} \times 3$$

On:

*Pv: Puntuació oferta valorada*

*Ov: Superfície radiotransparent de l'equip a valorar*

*Om: Superfície radiotransparent de l'equip amb major capacitat*

**5- Capacitat de plegar el taulell per a aconseguir que el pacient quedi assegut i poder realitzar punxions del pericardi (fins a 1 punt).**

Es valorarà de la següent manera:

- Compleix: 1 punt
- No compleix: 0 punts

**6- Incloure dues faldilles plomades que es puguin suportar a la taula per a reduir la dosi de radiació que rep el professional. (fins a 6 punts).**

Es valorarà de la següent manera:

- Compleix: 6 punts
- No compleix: 0 punts

**7- Inclusió d'una barra tècnica a cada costat de la taula a la zona inferior i d'un porta sèrums en una dels riells. El porta sèrum ha de ser d'acer inoxidable i l'alçada ha de ser ajustable (fins a 2 punts).**

Es valorarà de la següent manera:

- Compleix: 2 punts
- No compleix: 0 punts

**8- Inclusió d'un arc d'anestèsia flexible d'acer inoxidable. Ha de permetre penjar el material necessari per a diferenciar la zona estèril de la no estèril (fins a 5 punts).**

Es valorarà de la següent manera:

- Compleix: 5 punts
- No compleix: 0 punts

**9- Inclusió d'un recolza braços radiotransparent. Ha de permetre ajustar-ho horitzontalment i el suport no pot ser d'acer inoxidable, ha d'assegurar la radiotransparència. (fins a 5 punts).**

Es valorarà de la següent manera:

- Compleix: 5 punts
- No compleix: 0 punts