

<b>Núm. d'expedient:</b>	CS/CC00/1101404399/25/AMUP
<b>Tipus:</b>	Subministraments
<b>Procediment:</b>	Obert
<b>Objecte:</b>	Equipaments, reactius i material fungible per proves de detecció d'anticossos i d'antígens

#### Resolució de modificació

Acord marc d'equipaments, reactius i material fungible per proves de detecció d'anticossos i d'antígens

#### Antecedents

En data 18 de setembre de 2024, es va incoar i aprovar l'expedient CS/CC00/1101404399/25/AMUP subministrament d'equipaments, reactius i material fungible per proves de detecció d'anticossos i d'antígens (complementari) per als centres de l'Institut Català de la Salut (ICS).

En data 19 de setembre de 2024, es va publicar l'expedient de contractació.

En data 21 d'octubre de 2024, finalitza el termini de presentació de propostes.

S'ha detectat que cal corregir una errada en la redacció de l'annex D3 i D4 del Plec de prescripcions tècniques i en els criteris de valoració del lot 2 on consta el codi 10023666 quan el codi correcte és 10026333 (annex 1 i 2 respectivament d'aquesta resolució).

#### Fonaments jurídics

D'acord amb el que disposa l'article 136 i 155 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Vist el que preveu l'article 16 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, el qual determina que l'Institut Català de la Salut ha d'ajustar la seva activitat contractual al que disposa la normativa reguladora dels contractes de les administracions públiques i que, l'òrgan de contractació és el director o directora gerent, tot i que els directors dels centres, els serveis i els establiments de l'Institut també ho poden ésser si ho determinen els estatuts o si ho acorda el Consell d'Administració.

#### Resolc

**Primer.-** Corregir els aspectes continguts en els antecedents com consta en l'annex d'aquesta resolució, els quals no tenen la consideració de modificacions essencials del contracte.



Doc. original signat per:  
Josep Manel Pomar Reynés  
07/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 08/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



02O4G2XFCMOX1TPRD2NM9QAOEHBPJ2C9

Data creació còpia:  
08/10/2024 08:19:49

Pàgina 1 de 6



**Segon.-** Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant de l'Institut Català de la Salut, que es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública (<https://contractaciopublica.gencat.cat>).

Barcelona,

Josep M. Pomar Reynés  
Director gerent de l'Institut Català de la Salut

Exp. CS/CC00/11014040399/25/AMUP

MB/jgc



Doc. original signat per:  
Josep Manel Pomar Reynés  
07/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 08/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



02O4G2XFCMOX1TPRD2NM9QAOEHBPJ2C9

Data creació còpia:  
08/10/2024 08:19:49

Pàgina 2 de 6



ANNEX 1

**Redacció de l'annex D3 i D4 del Plec de prescripcions tècniques ERRÒNIA**

ANNEX D3: Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació.

S'haurà d'omplir aquest full Excel amb les dades que es demanen i dir si compleix o no algun dels criteris addicionals puntuables.

ANNEX D4: Fitxa tècnica pròpia dels equips.

S'ha d'omplir el full Excel amb les dades bàsiques que es demanen juntament amb la documentació tècnica pròpia dels equips.

La documentació tècnica pròpia dels equips, s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: Fitxa tècnica\_equip

En el cas que la Fitxa tècnica no reflecteixi els requisits obligatoris sol·licitats (punt 2.3.1 del PPT) l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària dels equips". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.



Doc. original signat per:  
Josep Manel Pomar Reynés  
07/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 08/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



02O4G2XFCMOX1TPRD2NM9QAOEHBPJ2C9

Data creació còpia:  
08/10/2024 08:19:49

Pàgina 3 de 6



## Redacció de l'annex D3 i D4 del Plec de prescripcions tècniques CORRECTA

ANNEX D3\_ Fitxa tècnica equipaments.

S'haurà d'omplir aquest full Excel anomenat Annex D3 Fitxa Tècnica Equipaments amb les dades que es demanen i indicar en quina carpeta o arxiu es troba la documentació de l'equipament ofertat.

La documentació tècnica pròpia dels equips, s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten. La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta. Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: Fitxa tècnica\_equip.

En el cas que la Fitxa tècnica no reflecteixi els requisits obligatoris sol·licitats (punt 2.3 del PPT) l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduït al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària dels equips". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: EQUIPNúm. de Lot

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

ANNEX D4: Criteris de valoració objectius

S'ha d'omplir el full Excel anomenat Annex D4 Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius.



Doc. original signat per:  
Josep Manel Pomar Reynés  
07/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 08/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



02O4G2XFCMOX1TPRD2NM9QAOEHBPJ2C9

Data creació còpia:  
08/10/2024 08:19:49

Pàgina 4 de 6

ANNEX 2

Redacció dels criteris de valoració del lot 2 ERRÒNIA

CRITERI	PUNTUACIÓ MÀXIMA	ESCALA DE VALORS: BAREM
Els kits oferts han de permetre una lectura clara dels resultat, sense opció a confusió o interpretació incorrecte. Es valorarà la intensitat de la línia del resultat	5	Es donarà la màxima puntuació a l'oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.
Es valorarà la rapidesa en aparèixer la línia del resultat.	5	Es donarà la màxima puntuació a l'oferta que presenti aquestes característiques, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts
Dades de sensibilitat: Haurà d'estar especificat a la Product Data. Per als reactius per a la detecció ràpida dels virus respiratoris (Adenovirus, VSR, Coronavirus (SARS_COV-2) i Influenza A i B) (codi SAP 10034647 / 10030596) Es valorarà amb millor puntuació els articles que presentin la major sensibilitat mitjana per a tots els virus detectats: la sensibilitat mitjana serà la mitja de la sensibilitat específica per a cada un d'ells.	10	Sensibilitat major o igual a 97%: <b>10 punts</b> Sensibilitat entre < 97 % i > 93 %: <b>5 punts</b> Sensibilitat <= 93% : <b>0 punts</b>
Per al reactiu de detecció de VIH (codi SAP <b>10023666</b> ), es valorarà la detecció d'anticossos i d'antígens en dos bandes diferenciades.	10	Es donarà la màxima puntuació a l'oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc original signat per:  
Josep Manel Pomar Reynés  
07/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 08/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



02O4G2XFCMOX1TPRD2NM9QAOEHBPJ2C9

Data creació còpia:  
08/10/2024 08:19:49

Pàgina 5 de 6

Redacció dels criteris de valoració del lot 2 CORRECTA

CRITERI	PUNTUACIÓ MÀXIMA	ESCALA DE VALORS: BAREM
Els kits oferts han de permetre una lectura clara dels resultat, sense opció a confusió o interpretació incorrecte. Es valorarà la intensitat de la línia del resultat	5	Es donarà la màxima puntuació a l'oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.
Es valorarà la rapidesa en aparèixer la línia del resultat.	5	Es donarà la màxima puntuació a l'oferta que presenti aquestes característiques, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts
Dades de sensibilitat: Haurà d'estar especificat a la Product Data. Per als reactius per a la detecció ràpida dels virus respiratoris (Adenovirus, VSR, Coronavirus (SARS_COV-2) i Influenza A i B) (codi SAP 10034647 / 10030596) Es valorarà amb millor puntuació els articles que presentin la major sensibilitat mitjana per a tots els virus detectats: la sensibilitat mitjana serà la mitja de la sensibilitat específica per a cada un d'ells.	10	Sensibilitat major o igual a 97%: <b>10 punts</b> Sensibilitat entre < 97 % i > 93 %: <b>5 punts</b> Sensibilitat <= 93% : <b>0 punts</b>
Per al reactiu de detecció de VIH (codi SAP <b>10026333</b> ), es valorarà la detecció d'anticossos i d'antigenes en dos bandes diferenciades.	10	Es donarà la màxima puntuació a l'oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.



Doc. original signat per:  
Josep Manel Pomar Reynés  
07/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 08/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



02O4G2XFCMOX1TPRD2NM9QAOEHBPJ2C9

Data creació còpia:  
08/10/2024 08:19:49

Pàgina 6 de 6