

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT DE SUTURES MANUALS AMB DESTINACIÓ A TOTS ELS CENTRES DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA (CMPSB).

El Dr. Fernando Burdío Pinilla, Cap de Servei de Cirurgia General del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (en endavant CMPSB), proposa que s'incoï un expedient per a la contractació del subministrament següent:

1. Objecte del contracte i motivació de la necessitat a cobrir

L'objecte del contracte correspon a la realització del subministrament successiu i continuat de sutures manuals, per a la seva utilització per part dels facultatius de tots els centres del CMPSB, durant tota la vigència del contracte.

L'objectiu principal d'una sutura és aproximar els teixits de les mateixes característiques per tal que cicatriquin correctament, per tant, la necessitat a cobrir és la capacitat de dotar als Centres del CMPSB del material necessari per poder dur a terme un correcte tancament de ferides, produïdes per les diferents patologies que requereixen intervencions ginecològiques, abdominals, urològiques, toràciques, endoscòpiques, etc..., o bé per traumatismes accidentals, dels pacients que assisteixen als centres.

L'esmentat objecte correspon als Codis de la nomenclatura Vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió Europea següents:

33141121-4 "*Suturas quirúrgicas*"

2. Lots: Sí. La present licitació es compon de 13 lots.

- Lot 1** Sutura absorbible sintètica multifilament d'absorció mitja amb antisèptic
- Lot 2** Sutura absorbible sintètica multifilament d'absorció mitja sense antisèptic
- Lot 3** Sutura absorbible sintètica multifilament d'absorció ràpida sense antisèptic
- Lot 4** Sutura absorbible sintètica monofilament d'absorció lenta sense antisèptic
- Lot 5** Sutura absorbible sintètica monofilament d'absorció a molt llarg termini (més de 15 setmanes) sense antisèptic
- Lot 6** Sutura absorbible sintètica monofilament d'absorció mitja sense antisèptic
- Lot 7** Sutura absorbible sintètica monofilament d'absorció mitja amb antisèptic
- Lot 8** Sutura no absorbible sintètica monofilament de polipropilè sense antisèptic
- Lot 9** Sutura no absorbible sintètica monofilament de poliamida (nylon) sense antisèptic
- Lot 10** Sutura no absorbible sintètica multifilament de polièster sense antisèptic
- Lot 11** Sutura no absorbible sintètica monofilament de PTFEe sense antisèptic
- Lot 12** Sutura de seda natural no absorbible multifilament amb i sense agulla sense antisèptic
- Lot 13** Lligadura en loop per a cirurgia laparoscòpica monofilament d'absorció lenta sense antisèptic.

D'acord amb l'article 99.3 de la LCSP, a causa de la naturalesa i l'objecte del contracte, es permet aquesta divisió en lots, atès que s'han agrupat els productes per tipus de procediment quirúrgic depenent de la patologia a tractar, afavorint la concurrència de les empreses.

Obligatorietat d'anar a la totalitat: NO. Es podrà presentar oferta per a un o més lots, sempre en la totalitat dels articles del/s lot/s (veure **Annex 1 del PPT**). En aquesta licitació no existeixen sublots.

3. Mostres:

Sí. És obligatòria la presentació de mostres segons l'establert al Plec de Prescripcions Tècniques, essent el

seu incompliment causa d'exclusió de la licitació. El número de mostres, i el seu lliurament es detalla al punt 7 del Plec de Prescripcions Tècniques d'aquesta licitació.

4. Valor estimat del contracte:

El càlcul del valor estimat inclou, a més dels costos derivats de l'execució de l'objecte del contracte, l'opció de possibles pròrrogues, així com l'import previst per les modificacions, d'acord amb el que s'indica següidament:

2 anys de contracte (IVA exclòs)	759.510,14 €
3 anys de pròrroga (IVA exclòs)	1.139.265,21 €
20 % modificacions del preu inicial del contracte (IVA exclòs)	151.902,03 €
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE	2.050.677,38 €

5. Pressupost base de licitació

El límit màxim de despesa que en virtut del contracte el CMPSB pot comprometre, inclòs l'impost sobre el valor afegit contemplant els preus unitaris establerts en el període de contractació de 2 anys, i considerant inclosos tant els costos directes com indirectes i altres despeses derivades de l'execució del contracte, són:

Lot 1 Sutura absorbible sintètica multifilament d'absorció mitja amb antisèptic

Base Imposable 2 anys	269.741,58 €
10% IVA	26.974,16 €
TOTAL PRESSUPOST LOT 1	296.715,74 €

Lot 2 Sutura absorbible sintètica multifilament d'absorció mitja sense antisèptic

Base Imposable 2 anys	81.431,18 €
10% IVA	8.143,12 €
TOTAL PRESSUPOST LOT 2	89.574,30 €

Lot 3 Sutura absorbible sintètica multifilament d'absorció ràpida sense antisèptic

Base Imposable 2 anys	30.331,08 €
10% IVA	3.033,11 €
TOTAL PRESSUPOST LOT 3	33.364,19 €

Lot 4 Sutura absorbible sintètica monofilament d'absorció lenta sense antisèptic

Base Imposable 2 anys	13.579,36 €
10% IVA	1.357,94 €
TOTAL PRESSUPOST LOT 4	14.937,30 €

Lot 5 Sutura absorbible sintètica monofilament d'absorció a molt llarg termini (més de 15 setmanes) sense antisèptic

Base Imposable 2 anys	43.229,76 €
10% IVA	4.322,98 €
TOTAL PRESSUPOST LOT 5	47.552,74 €

Lot 6 Sutura absorbible sintètica monofilament d'absorció mitja sense antisèptic

Base Imposable 2 anys	3.951,26 €
10% IVA	395,13 €
TOTAL PRESSUPOST LOT 6	4.346,39 €

Lot 7 Sutura absorbible sintètica monofilament d'absorció mitja amb antisèptic

Base Imposable 2 anys	80.799,94 €
10% IVA	8.079,99 €
TOTAL PRESSUPOST LOT 7	88.879,93 €

Lot 8 Sutura no absorbible sintètica monofilament de polipropilè

Base Imposable 2 anys	115.628,56 €
10% IVA	11.562,86 €
TOTAL PRESSUPOST LOT 8	127.191,42 €

Lot 9 Sutura no absorbible sintètica monofilament de poliamida (Nylon)

Base Imposable 2 anys	3.271,20 €
10 % IVA	327,12 €
TOTAL PRESSUPOST LOT 9	3.598,32 €

Lot 10 Sutura no absorbible sintètica multifilament de polièster

Base Imposable 2 anys	12.113,12 €
10% IVA	1.211,31 €
TOTAL PRESSUPOST LOT 10	13.324,43 €

Lot 11 Sutura no absorbible sintètica monofilament de PTFEe

Base Imposable 2 anys	40.984,84 €
10% IVA	4.098,48 €
TOTAL PRESSUPOST LOT 11	45.083,32 €

Lot 12 Sutura de seda natural no absorbible multifilament amb i sense agulla

Base Imposable 2 anys	42.163,20 €
10% IVA	4.216,32 €
TOTAL PRESSUPOST LOT 12	46.379,52 €

Lot 13 Lligadura en loop per a cirurgia laparoscòpica monofilament d'absorció lenta

Base Imposable 2 anys	22.285,06 €
-----------------------	-------------

10% IVA	2.228,51 €
---------	------------

TOTAL PRESSUPOST LOT 13	24.513,57 €
--------------------------------	--------------------

Total Base Imposable 2 anys (IVA exclòs)	759.510,14 €
--	--------------

IVA 10%	75.951,01 €
---------	-------------

TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	835.461,15 €
---	---------------------

6. Justificació del preu de licitació

Preus Unitaris Màxims sense IVA: **Sí.** (Veure Annex 1 del PPT).

El preu de licitació del subministrament s'ha determinat per preus unitaris segons estudis de mercat i es consideren inclosos tant els costos directes com indirectes. Així mateix, s'ha tingut en compte l'històric de consums dels articles (objecte d'aquesta licitació) dels darrers 12 mesos com també l'augment o disminució de l'activitat assistencial.

Les quantitats que es faciliten són a nivell orientatiu ja que per la pròpia naturalesa del contracte la quantia exacta de les unitats a subministrar no es pot definir amb exactitud.

7. Durada del contracte:

La durada prevista del contracte serà de 2 anys des de la seva formalització, amb possibilitat de pròrroga fins a un màxim de 3 anys més.

Aquesta durada s'ha determinat tenint en compte la naturalesa de la prestació, d'acord amb l'art. 29.1 de la LCSP, per tal de permetre de donar compliment a les fites i objectius que es descriuen a l'apartat 1 d'aquesta memòria.

8. Termini de garantia de la caducitat de les sutures manuals:

Respecte el termini de garantia de la caducitat de les sutures manuals, objecte de la licitació, coincidirà amb la vigència del contracte.

9. Procediment que es proposa utilitzar:

Obert subjecte a regulació harmonitzada (PORH), de conformitat amb el que s'estableix a l'article 21 de la LCSP, ja que la quantia del seu VEC és superior al llindar de 221.000,00 € indicat a l'esmentat article i modificat segons Ordre HFP/1352/2023, de 15 de desembre.

10. Tramitació:

Via ordinària.

11. Criteris de solvència:

Atenent a que l'objecte del contracte i al seu valor estimat, es proposen els següents criteris de solvència.

Solvència econòmica i financera:

De conformitat amb el que disposa l'article 87 de la LCSP, la justificació de la solvència econòmica – financera de l'empresari s'acreditarà pels mitjans següents:

Volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles, en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per import igual o superior pressupost base de licitació del/s lot/s als quals liciti.

Solvència tècnica o professional:

De conformitat amb el que disposa l'article 89 de la LCSP, la justificació de la solvència tècnica de l'empresari s'acreditarà pels mitjans següents:

Relació dels subministraments principals efectuats de la mateixa naturalesa o similar que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres últims anys. Els subministraments efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, indicant l'import, dates i destinatari públic o privat d'aquests, amb pressupostos similars o superiors als que constitueixen l'objecte del contracte en curs executats en els últims 3 anys.

Els licitadors hauran d'acreditar haver executat de forma acumulada un import mínim (sense impostos) igual o superior al pressupost de licitació.

Justificació dels requisits de solvència establerts: S'han establert uns criteris de solvència econòmica i tècnica que són adequats i proporcionals atenent a la naturalesa i dimensió del contracte. Es pretén assegurar que l'adjudicatari tingui la capacitat suficient per fer front amb totes les garanties a l'execució del contracte.

12. Previsió de Modificacions:

D'acord amb l'article 204 de la LCSP, es preveuen un 20% del preu inicial del contracte, amb l'objectiu de cobrir possibles desviacions en cas d'augment/disminució en el consum estimat dels articles objecte de l'expedient derivades de l'increment o reducció de l'activitat assistencial. Aquest percentatge pretén cobrir a l'alça o a la baixa la variació de l'activitat assistencial dels centres i del criteri tècnic dels diferents serveis/departaments usuaris dels articles a licitació.

13. Condicions especials d'execució:

D'acord amb l'article 202 LCSP com a condicions especials d'execució respecte dels aspectes socials i mediambientals es proposen les següents:

- a) L'adjudicatari mantindrà, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte, fixades en el moment de presentar l'oferta, segons el conveni que sigui d'aplicació. Aquesta condició es pot acreditar amb una declaració responsable que presenti el contractista, quan sigui requerit.
- b) L'adjudicatari té l'obligació, de presentar la totalitat dels embalatges dels subministraments objecte del contracte reciclables o reutilitzables. El compliment d'aquesta condició es pot acreditar mitjançant la presentació d'una declaració responsable indicant aquelles mesures adoptades, quan sigui requerida, sens perjudici que es pugui requerir la presentació de documentació acreditativa addicional.

Aquestes condicions tenen caràcter d'obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d'extinció contractual.

Justificació dels requisits de solvència establerts: S'han establert uns criteris de solvència econòmica i tècnica que són adequats i proporcionals atenent a la naturalesa i dimensió del contracte. Es pretén assegurar que l'adjudicatari tingui la capacitat suficient per fer front amb totes les garanties a l'execució del contracte.

14. Vocals de la Mesa de Contractació:

- Sra. Susana Castellví Lucea, Infermera coordinadora de material de cures i equipament CMPSB
- Sr. Joan Maria Aviñó i Parés, Tècnic en Contractació de Producte Sanitari CMPSB

15. Criteris d'adjudicació:

En primer lloc, es comprovarà el compliment dels requeriments bàsics exigits al plec de prescripcions tècniques i al seu Annex 1. Quan una proposició no compleixi aquests requeriments quedarà exclosa. Les propostes que compleixin els requisits bàsics sol·licitats passaran a ser valorades.

Conforme la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, en aquesta licitació s'utilitzarà la fórmula per a la valoració de les ofertes econòmiques que es descriu a continuació. Aquesta Directriu va ser aprovada per la Direcció General de Contractació Pública d'acord amb les seves competències, les quals queden recollides a l'article 30 del Decret 43/2019, de 25 de febrer, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

1) Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques comuns a tots els lots: fins a 55 punts.

De conformitat amb la Directriu 1/2020 i l'article 146.2 de la LCSP, per a l'avaluació de les ofertes conforme a criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules, s'utilitzaran les següents:

1.1. Oferta Econòmica: fins a 46,00 punts (comú per a tots els lots)

Es podran obtenir de 0 a 46,00 punts, valorats de la forma següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

O_v = Oferta a Valorar

O_m = Oferta Millor

IL = Import de Licitació

VP = Valor de Ponderació

P = Punts criteri econòmic

Justificació fórmula: Directriu 1/2020, de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica.

S'assigna un valor de ponderació **VP=3**, tal com es recull en el punt 7 apartat b) de la Directriu 1/2020, associat a que en aquesta licitació s'exigeix que la prestació s'executi amb **un alt nivell qualitatiu**.

JUSTIFICACIÓ: *Sent el preu una variable objectiva respecte a l'oferta del producte s'utilitza una ponderació **VP=3** atès que és de gran importància poder oferir una atenció de màxima seguretat i qualitat als seus usuaris assistencials i pacients, poder fer ús de materials de la millor qualitat per dur a terme un tractament òptim de les ferides i per tal que cicatritzin correctament després d'una intervenció quirúrgica. Així doncs, de la correcta elecció i manipulació d'aquests materials, en pot*

dependre l'èxit o el fracàs d'una intervenció quirúrgica; Per tant, té una relació directa amb la qualitat de vida que el pacient podrà gaudir a partir del moment de la seva utilització, per aquest motiu es valora que siguin de la millor relació qualitat/preu.

Les **baixes presumptament desproporcionades** seran les que **$Ov \leq 0,90 \times PM$** , on PM és la mitja aritmètica dels preus de les ofertes presentades.

La mitja aritmètica es calcularà en funció del número d'empreses "n" presentades:

- Si **$n \leq 4$** , es calcula la mitja amb totes les ofertes.
- Si **$5 \leq n \leq 7$** , es calcula la mitja descartant l'oferta més econòmica i la més cara.
- Si **$n \geq 8$** , es calcula la mitja descartant les 2 ofertes més econòmiques i les 2 més cares.

1.2. Criteris mediambientals del producte: fins a 5,00 punts (comú per a tots els lots):

Es valorarà fins a:

- 5,00 punts en el cas d'acreditar els dos requisits que s'indiquen.
 - 2,50 punts en cas d'acreditar-ne un.
 - 0,00 punts en cas de no acreditar-ne cap.
- Que sigui un producte Eco dissenyat (Sota la Norma ISO 14006 anteriorment UNE 150301).....2,50 punts
 - El compliment d'aquesta condició s'ha d'acreditar mitjançant la presentació d'una declaració responsable indicant els criteris ambientals del producte i l'envasat.
 - Que compleixi amb els criteris d'alguna etiqueta ecològica i declaracions Ambientals (Sota les normes actualment incloses en la sèrie ISO 14020):2.50 punts
 - **Etiquetatge Tipus I:** Ecoetiquetes segons especificacions ISO 14024 (Com Nòrdic Swan, Etiqueta Ecològica de la Unió Europea o equivalent) sistemes voluntaris de qualificació ambiental que certifiquen de forma oficial que els productes tenen un menor efecte negatiu sobre l'ambient.
 - **Etiquetatge Tipus II:** Autodeclaracions segons especificacions ISO 14021. Mitjançant aquestes ecoetiquetes, es fa saber al possible comprador que el producte o servei és amigable amb el medi ambient. Així, aquestes ecoetiquetes, proporcionen al consumidor la informació necessària sobre possibles efectes ambientals deguts al consum o l'ús d'aquest producte.
 - **Etiquetatge Tipus III:** Declaracions ambientals de producte segons especificacions ISO 14025 i la ISO 14040. Són quantificacions mediambientals sobre l'anàlisi del cicle de vida dels productes.
 - El compliment d'aquesta condició s'ha d'acreditar mitjançant l'aportació de la corresponent eco etiqueta, certificació o document acreditatiu.

JUSTIFICACIÓ: *Es pretén incentivar la presentació d'ofertes que tenen en compte aspectes mediambientals en la producció i/o comercialització dels productes. Tenint en compte l'elevat consum de material sanitari per part del CMPSB, es considera convenient valorar els aspectes relatius a un menor impacte mediambiental dels productes que es compren.*

1.3. Normativa MDR: fins a 4,00 punts:

Descripció	SI/NO	Punts
Es valorarà estar certificat amb el nou reglament MDR (UE) 2017/745	SÍ	4,00

	NO	0,00
--	----	------

ACREDITACIÓ: Per tal d'acreditar aquest criteri s'haurà d'adjuntar el certificat MDR (UE) 2017/745 corresponent si s'escau.

JUSTIFICACIÓ: haver estat certificat en base al reglament de productes sanitaris afavoreix la gestió d'adquisició dels productes licitats perquè durant el període transitori d'aplicació del nou reglament disminueix la possibilitat de descatalogació i/o no certificació de la nova normativa. D'aquesta manera, disminueix la possibilitat de ruptures de estoc i la recerca de productes alternatius.

2) **Criteris d'adjudicació avaluables segons judicis de valor: (Fins a 45,00 punts per lot).**

S'utilitzaran criteris que han estat validats pel responsable del contracte i que s'han descrit atenent a les diferents característiques dels diferents productes, tal com es descriu al punt 1 "objecte del contracte i motivació de la necessitat a cobrir".

S'aplicarà la metodologia descrita a la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya per la valoració dels criteris avaluables segons judicis de valor, considerant que per aquesta licitació, l'òrgan de contractació estableix que els licitadors han d'assolir un llindar mínim del 70% de la puntuació per a cada criteri a valorar:

2.1 S'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent de puntuació.

- a. A tots els criteris on alguna de les propostes aconseguixi una puntuació igual o superior al 70% de la seva puntuació màxima, s'aplicarà, per aquell criteri i per a totes les propostes, la fórmula següent:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

Pop = Puntuació final de l'oferta a puntuar

P = Puntuació del criteri que es valora

VTop = Valoració Tècnica de l'oferta que es puntua

VTmv = Valoració Tècnica de l'oferta millor valorada

- b. En tots els criteris en què al menys una de les propostes aconseguixi inicialment la puntuació màxima atorgada al criteri, la valoració final del criteri per a totes les propostes coincidirà amb l'obtinguda inicialment (com a conseqüència de l'aplicació de la fórmula anterior).
- c. Per a tots els criteris en què cap de les propostes aconseguixin inicialment una puntuació igual o superior al 70% de la seva puntuació màxima, la puntuació final de totes les propostes coincidirà amb l'obtinguda inicialment (ja que no s'aplicarà la fórmula anterior de regularització de puntuacions).

2.2 Un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, **es consideraran propostes amb qualitat tècnica inacceptable, i per tant, seran excloses de la licitació, les que finalment obtinguin una puntuació total (suma de puntuacions de tots els criteris) inferior al 50% de la puntuació total dels criteris avaluables segons judicis de valor (és a dir, menys de 22,50 punts sobre els 45,00 totals possibles).**

Es podran obtenir de 0 a 45,00 punts, valorats de la manera següent:

LOT 1 Sutura absorbible sintètica multifilament d'absorció mitja amb antisèptic (fins a 45 punts)		
Tots el codis		
Criteris subjectius a valorar sobre la mostra		
Aspectes a valorar sobre l'agulla		Puntuació fins a:
Penetració de l'agulla al teixit	Es valorarà que es garanteixi una penetració segura i atraumàtica tant a l'inici com a les repeticions. Que no es deteriori la punta i dificulti la penetració	5,00
Resistència de l'agulla	Es valorarà que l'agulla sigui dúctil i resistent a la deformació i que no es trenqui	5,00
Subjecció del fil a l'agulla	Es valorarà que no es trenqui en aquest punt de subjecció al passar a través del teixit.	5,00
Aspectes a valorar sobre el fil		
Manipulació del fil	Es valorarà l'elasticitat, resistència i facilitat en la manipulació durant el seu procediment	5,00
Lliscament del fil	Es comprovarà que el fil llisqui amb suavitat quan travessi els diferents teixits sense produir cap esquinc	2,50
	Es comprovarà que posseeixi un lliscament correcte en l'anusat del fil i descens del nus	2,50
Memòria del fil	Es comprovarà que el fil no guardi la posició d'envasat i la sutura un cop treta de l'embalatge surti estirada i sense pics o colzes	5,00
Resistència a la tracció en l'anusat	Es valorarà que es garanteixi la seguretat en la aproximació del primer anusat, amb elevada força tensil i que no es deformi l'estructura	5,00
Permanència de l'anusat	Es farà l'anusat de la sutura, i haurà de romandre fixe i ferm, sense que s'afluixi	5,00
Aspectes a valorar sobre la presentació i embalatge		
Fàcil obertura de l'envàs, que no es trenqui i fàcil accés directe a l'agulla		2,00
Fàcil extracció de la sutura de l'envàs (portador intern) i muntatge al porta-agulles		2,00
Fàcil identificació de les dades del producte a l'envàs: Caducitat, lot, mides, tipus de fil i d'agulla, imatge de l'agulla a escala real.		1,00
PUNTUACIÓ		45,00

LOT 2 Sutura absorbible sintètica multifilament d'absorció mitja sense antisèptic (fins a 45 punts en total)

**Criteris per a sutures amb agulla. Valoració conjunta de tots els codis (FKD155, FKD104, FKD016, FKD045, FKD168, FKD169, FKD170, FKD171, FKD173, FKD174, FKD175)
(Fins a 35 punts)**

Criteris subjectius a valorar sobre la mostra

Aspectes a valorar sobre l'agulla		Puntuació fins a:
Penetració de l'agulla al teixit	Es valorarà que es garanteixi una penetració segura i atraumàtica tant a l'inici com a les repeticions. Que no es deteriori la punta i dificulti la penetració.	5,00
Resistència de l'agulla	Es valorarà que l'agulla sigui dúctil i resistent a la deformació i que no es trenqui	5,00
Subjecció del fil a l'agulla	Es valorarà que no es trenqui en aquest punt de subjecció al passar a través del teixit.	5,00
Aspectes a valorar sobre el fil		
Manipulació del fil	Es valorarà l'elasticitat, resistència i facilitat en la manipulació durant el seu procediment	4,00
Lliscament del fil	Es comprovarà que el fil llisqui amb suavitat quan atravesi els diferents teixits sense produir cap esquinç	2,00
	Es comprovarà que posseeixi un lliscament correcte en l'anusat del fil i descens del nus	2,00
Memòria del fil	Es comprovarà que el fil no guardi la posició d'envasat i la sutura un cop treta de l'embalatge surti estirada i sense pics o colzes	3,00
Resistència a la tracció en l'anusat	Es valorarà que es garanteixi la seguretat en la aproximació del primer anusat, amb elevada força tensil i que no es deformi l'estructura	2,00
Permanència de l'anusat	Es farà l'anusat de la sutura, i haurà de romandre fixe i ferm, sense que s'afluixi	2,00
Aspectes a valorar sobre la presentació i embalatge		
Fàcil obertura del envàs, que no es trenqui i fàcil accés directe a l'agulla		2,00
Fàcil extracció de la sutura de l'envàs (portador intern) i muntatge al porta-agulles		2,00
Fàcil identificació de les dades del producte a l'envàs: Caducitat, lot, mides, tipus de fil i d'agulla, imatge de l'agulla a escala real.		1,00
PUNTUACIÓ		35,00

Criteris per a sutures sense agulla. Valoració conjunta de tots el codis (FKD176, FKD182, FKD177, FKD178) (Fins a 10 punts)		
Criteris subjectius a valorar sobre la mostra		
Aspectes a valorar sobre el fil		Puntuació fins a:
Manipulació del fil	Es valorarà l'elasticitat, resistència i facilitat en la manipulació durant el seu procediment	2,00
Lliscament del fil	Es comprovarà que el fil llisqui amb suavitat quan travessi els diferents teixits sense produir cap esquinç	1,00
	Es comprovarà que posseeixi un lliscament correcte en l'anusat del fil i descens del nus	1,00
Memòria del fil	Es comprovarà que el fil no guardi la posició d'envasat i la sutura un cop treta de l'embalatge surti estirada i sense pics o colzes	1,00
Resistència a la tracció en l'anusat	Es valorarà que es garanteixi la seguretat en la aproximació del primer anusat, amb elevada força tensil i que no es deformi l'estructura	1,00
Permanència de l'anusat	Es farà l'anusat de la sutura, i haurà de romandre fixe i ferm, sense que s'afluixi	1,00
Aspectes a valorar sobre la presentació i embalatge		
Fàcil obertura l'envàs, que no es trenqui		1,00
Facilitat d'extracció de la sutura de l'envàs		1,00
Facilitat d'identificació de les dades del producte a l'envàs: Caducitat, lot, mides, tipus de fil.		1,00
PUNTUACIÓ		10,00
PUNTUACIÓ TOTAL LOT 2		45,00

La puntuació total de 45 punts s'obtindrà com a resultat de la suma de la puntuació obtinguda de la valoració conjunta de tots els codis de les sutures sense agulla i de les sutures amb agulla.

LOT 3 Sutura absorbible sintètica multifilament d'absorció ràpida sense antisèptic (fins a 45 punts)	
Tots el codis	
Criteris subjectius a valorar sobre la mostra	
Aspectes a valorar sobre l'agulla	Puntuació fins a:

Penetració de l'agulla al teixit	Es valorarà que es garanteixi una penetració segura i atraumàtica tant a l'inici com a les repeticions. Que no es deteriori la punta i dificulti la penetració.	5,00
Resistència de l'agulla	Es valorarà que l'agulla sigui dúctil i resistent a la deformació i que no es trenqui	5,00
Subjecció del fil a l'agulla	Es valorarà que no es trenqui en aquest punt de subjecció al passar a través del teixit.	5,00
Aspectes a valorar sobre el fil		
Manipulació del fil	Es valorarà l'elasticitat, resistència i facilitat en la manipulació durant el seu procediment	5,00
Lliscament del fil	Es comprovarà que el fil llisqui amb suavitat quan atravesi els diferents teixits sense produir cap esquinç	2,50
	Es comprovarà que posseeixi un lliscament correcte en l'anusat del fil i descens del nus	2,50
Memòria del fil	Es comprovarà que el fil no guardi la posició d'envasat i la sutura un cop treta de l'embalatge surti estirada i sense pics o colzes	5,00
Resistència a la tracció en l'anusat	Es valorarà que es garanteixi la seguretat en la aproximació del primer anusat, amb elevada força tensil i que no es deformi l'estructura	5,00
Permanència de l'anusat	Es farà l'anusat de la sutura, i haurà de romandre fixe i ferm, sense que s'aflluixi	5,00
Aspectes a valorar sobre la presentació i embalatge		
Fàcil obertura de l'envàs, que no es trenqui i fàcil accés directe a l'agulla		2,00
Fàcil extracció de la sutura de l'envàs (portador intern) i muntatge al porta-agulles		2,00
Fàcil identificació de les dades del producte a l'envàs: Caducitat, lot, mides, tipus de fil i d'agulla, imatge de l'agulla a escala real.		1,00
PUNTUACIÓ		45,00

LOT 4 Sutura absorbible sintètica monofilament d'absorció lenta sense antisèptic (fins a 45 punts)		
Tots el codis		
Criteris subjectius a valorar sobre la mostra		
Aspectes a valorar sobre l'agulla		Puntuació fins a:
Penetració de l'agulla al teixit	Es valorarà que es garanteixi una penetració segura i atraumàtica tant a l'inici com a les repeticions. Que no es deteriori la punta i dificulti la penetració.	5,00
Resistència de l'agulla	Es valorarà que l'agulla sigui dúctil i resistent a la deformació i que no es trenqui	5,00

Subjecció del fil a l'agulla	Es valorarà que no es trenqui en aquest punt de subjecció al passar a través del teixit.	5,00
Aspectes a valorar sobre el fil		
Manipulació del fil	Es valorarà l'elasticitat, resistència i facilitat en la manipulació durant el seu procediment	5,00
Lliscament del fil	Es comprovarà que el fil llisqui amb suavitat quan atravesi els diferents teixits sense produir cap esquinç	2,50
	Es comprovarà que posseeixi un lliscament correcte en l'anusat del fil i descens del nus	2,50
Memòria del fil	Es comprovarà que el fil no guardi la posició d'envasat i la sutura un cop treta de l'embalatge surti estirada i sense pics o colzes	5,00
Resistència a la tracció en l'anusat	Es valorarà que es garanteixi la seguretat en la aproximació del primer anusat, amb elevada força tensil i que no es deformi l'estructura	5,00
Permanència de l'anusat	Es farà l'anusat de la sutura, i haurà de romandre fixe i ferm, sense que s'afluixi	5,00
Aspectes a valorar sobre la presentació i embalatge		
Fàcil obertura de l'envàs, que no es trenqui i fàcil accés directe a l'agulla		2,00
Fàcil extracció de la sutura de l'envàs (portador intern) i muntatge al porta-agulles		2,00
Fàcil identificació de les dades del producte a l'envàs: Caducitat, lot, mides, tipus de fil i d'agulla, imatge de l'agulla a escala real.		1,00
PUNTUACIÓ		45,00

LOT 5 Sutura absorbible sintètica monofilament d'absorció a molt llarg termini (més de 15 setmanes) sense antisèptic (fins a 45 punts)

Tots el codis

Criteris subjectius a valorar sobre la mostra

Aspectes a valorar sobre l'agulla		Puntuació fins a:
Penetració de l'agulla al teixit	Es valorarà que es garanteixi una penetració segura i atraumàtica tant a l'inici com a les repeticions. Que no es deteriori la punta i dificulti la penetració.	5,00
Resistència de l'agulla	Es valorarà que l'agulla sigui dúctil i resistent a la deformació i que no es trenqui	5,00
Subjecció del fil a l'agulla	Es valorarà que no es trenqui en aquest punt de subjecció al passar a través del teixit.	5,00

Aspectes a valorar sobre el fil		
Manipulació del fil	Es valorarà l'elasticitat, resistència i facilitat en la manipulació durant el seu procediment	5,00
Lliscament del fil	Es comprovarà que el fil llisqui amb suavitat quan travessa els diferents teixits sense produir cap esquinc	2,50
	Es comprovarà que posseeixi un lliscament correcte en l'anusat del fil i descens del nus	2,50
Memòria del fil	Es comprovarà que el fil no guardi la posició d'envasat i la sutura un cop treu de l'embalatge surti estirada i sense pics o colzes	5,00
Resistència a la tracció en l'anusat	Es valorarà que es garanteixi la seguretat en la aproximació del primer anusat, amb elevada força tensil i que no es deformi l'estructura	5,00
Permanència de l'anusat	Es farà l'anusat de la sutura, i haurà de romandre fixe i ferm, sense que s'afluixi	5,00
Aspectes a valorar sobre la presentació i embalatge		
Fàcil obertura de l'envàs, que no es trenqui i fàcil accés directe a l'agulla		2,00
Fàcil extracció de la sutura de l'envàs (portador intern) i muntatge al porta-agulles		2,00
Fàcil identificació de les dades del producte a l'envàs: Caducitat, lot, mides, tipus de fil i d'agulla, imatge de l'agulla a escala real.		1,00
PUNTUACIÓ		45,00

LOT 6 Sutura absorbible sintètica monofilament d'absorció mitja sense antisèptic (fins a 45 punts)		
Tots el codis		
Criteris subjectius a valorar sobre la mostra		
Aspectes a valorar sobre l'agulla		Puntuació fins a:
Penetració de l'agulla al teixit	Es valorarà que es garanteixi una penetració segura i atraumàtica tant a l'inici com a les repeticions. Que no es deteriori la punta i dificulti la penetració.	5,00
Resistència de l'agulla	Es valorarà que l'agulla sigui dúctil i resistent a la deformació i que no es trenqui	5,00
Subjecció del fil a l'agulla	Es valorarà que no es trenqui en aquest punt de sujecció al passar a través del teixit.	5,00
Aspectes a valorar sobre el fil		
Manipulació del fil	Es valorarà l'elasticitat, resistència i facilitat en la manipulació durant el seu procediment	5,00

Lliscament del fil	Es comprovarà que el fil llisqui amb suavitat quan atravesi els diferents teixits sense produir cap esquinc	2,50
	Es comprovarà que posseeixi un lliscament correcte en l'anusat del fil i descens del nus	2,50
Memòria del fil	Es comprovarà que el fil no guardi la posició d'envasat i la sutura un cop treia de l'embalatge surti estirada i sense pics o colzes	5,00
Resistència a la tracció en l'anusat	Es valorarà que es garanteixi la seguretat en la aproximació del primer anusat, amb elevada força tensil i que no es deformi l'estructura	5,00
Permanència de l'anusat	Es farà l'anusat de la sutura, i haurà de romandre fixe i ferm, sense que s'afluixi	5,00
Aspectes a valorar sobre la presentació i embalatge		
Fàcil obertura de l'envàs, que no es trenqui i fàcil accés directe a l'agulla		2,00
Fàcil extracció de la sutura de l'envàs (portador intern) i muntatge al porta-agulles		2,00
Fàcil identificació de les dades del producte a l'envàs: Caducitat, lot, mides, tipus de fil i d'agulla, imatge de l'agulla a escala real.		1,00
PUNTUACIÓ		45,00

LOT 7 Sutura absorbible sintètica monofilament d'absorció mitja amb antisèptic (fins a 45 punts)		
Tots el codis		
Criteris subjectius a valorar sobre la mostra		
Aspectes a valorar sobre l'agulla		Puntuació fins a:
Penetració de l'agulla al teixit	Es valorarà que es garanteixi una penetració segura i atraumàtica tant a l'inici com a les repeticions. Que no es deteriori la punta i dificulti la penetració.	5,00
Resistència de l'agulla	Es valorarà que l'agulla sigui dúctil i resistent a la deformació i que no es trenqui	5,00
Subjecció del fil a l'agulla	Es valorarà que no es trenqui en aquest punt de subjecció al passar a través del teixit.	5,00
Aspectes a valorar sobre el fil		
Manipulació del fil	Es valorarà l'elasticitat, resistència i facilitat en la manipulació durant el seu procediment	5,00
Lliscament del fil	Es comprovarà que el fil llisqui amb suavitat quan atravesi els diferents teixits sense produir cap esquinc	2,50

	Es comprovarà que posseeixi un lliscament correcte en l'anusat del fil i descens del nus	2,50
Memòria del fil	Es comprovarà que el fil no guardi la posició d'envasat i la sutura un cop treta de l'emalatge surti estirada i sense pics o colzes	5,00
Resistència a la tracció en l'anusat	Es valorarà que es garanteixi la seguretat en la aproximació del primer anusat, amb elevada força tensil i que no es deformi l'estructura	5,00
Permanència de l'anusat	Es farà l'anusat de la sutura, i haurà de romandre fixe i ferm, sense que s'afluixi	5,00
Aspectes a valorar sobre la presentació i embalatge		
	Fàcil obertura de l'envàs, que no es trenqui i fàcil accés directe a l'agulla	2,00
	Fàcil extracció de la sutura de l'envàs (portador intern) i muntatge al porta-agulles	2,00
	Fàcil identificació de les dades del producte a l'envàs: Caducitat, lot, mides, tipus de fil i d'agulla, imatge de l'agulla a escala real.	1,00
PUNTUACIÓ		45,00

LOT 8 Sutura no absorbible sintètica monofilament de polipropilè sense antisèptic (fins a 45 punts)		
Tots el codis		
Criteris subjectius a valorar sobre la mostra		
Aspectes a valorar sobre l'agulla		Puntuació fins a:
Penetració de l'agulla al teixit	Es valorarà que es garanteixi una penetració segura i atraumàtica tant a l'inici com a les repeticions. Que no es deteriori la punta i dificulti la penetració.	5,00
Resistència de l'agulla	Es valorarà que l'agulla sigui dúctil i resistent a la deformació i que no es trenqui	5,00
Subjecció del fil a l'agulla	Es valorarà que no es trenqui en aquest punt de subjecció al passar a través del teixit.	5,00
Aspectes a valorar sobre el fil		
Manipulació del fil	Es valorarà l'elasticitat, resistència i facilitat en la manipulació durant el seu procediment	5,00
Lliscament del fil	Es comprovarà que el fil llisqui amb suavitat quan atravesi els diferents teixits sense produir cap esquing	2,50
	Es comprovarà que posseeixi un lliscament correcte en l'anusat del fil i descens del nus	2,50

Memòria del fil	Es comprovarà que el fil no guardi la posició d'envasat i la sutura un cop treta de l'embalatge surti estirada i sense pics o colzes	5,00
Resistència a la tracció en l'anusat	Es valorarà que es garanteixi la seguretat en la aproximació del primer anusat, amb elevada força tensil i que no es deformi l'estructura	5,00
Permanència de l'anusat	Es farà l'anusat de la sutura, i haurà de romandre fixe i ferm, sense que s'aflluixi	5,00
Aspectes a valorar sobre la presentació i embalatge		
Fàcil obertura de l'envàs, que no es trenqui i fàcil accés directe a l'agulla		2,00
Fàcil extracció de la sutura de l'envàs (portador intern) i muntatge al porta-agulles		2,00
Fàcil identificació de les dades del producte a l'envàs: Caducitat, lot, mides, tipus de fil i d'agulla, imatge de l'agulla a escala real.		1,00
PUNTUACIÓ		45,00

LOT 9 Sutura no absorbible sintètica monofilament de poliamida (nylon) sense antisèptic (fins a 45 punts)		
Tots el codis		
Criteris subjectius a valorar sobre la mostra		
Aspectes a valorar sobre l'agulla		Puntuació fins a:
Penetració de l'agulla al teixit	Es valorarà que es garanteixi una penetració segura i atraumàtica tant a l'inici com a les repeticions. Que no es deteriori la punta i dificulti la penetració.	5,00
Resistència de l'agulla	Es valorarà que l'agulla sigui dútil i resistent a la deformació i que no es trenqui	5,00
Subjecció del fil a l'agulla	Es valorarà que no es trenqui en aquest punt de subjecció al passar a través del teixit.	5,00
Aspectes a valorar sobre el fil		
Manipulació del fil	Es valorarà l'elasticitat, resistència i facilitat en la manipulació durant el seu procediment	5,00
Lliscament del fil	Es comprovarà que el fil llisqui amb suavitat quan atravesi els diferents teixits sense produir cap esquinc	2,50
	Es comprovarà que posseeixi un lliscament correcte en l'anusat del fil i descens del nus	2,50
Memòria del fil	Es comprovarà que el fil no guardi la posició d'envasat i la sutura un cop treta de l'embalatge surti estirada i sense pics o colzes	5,00

Resistència a la tracció en l'anusat	Es valorarà que es garanteixi la seguretat en la aproximació del primer anusat, amb elevada força tensil i que no es deformi l'estructura	5,00
Permanència de l'anusat	Es farà l'anusat de la sutura, i haurà de romandre fixe i ferm, sense que s'afluixi	5,00
Aspectes a valorar sobre la presentació i embalatge		
Fàcil obertura de l'envàs, que no es trenqui i fàcil accés directe a l'agulla		2,00
Fàcil extracció de la sutura de l'envàs (portador intern) i muntatge al porta-agulles		2,00
Fàcil identificació de les dades del producte a l'envàs: Caducitat, lot, mides, tipus de fil i d'agulla, imatge de l'agulla a escala real.		1,00
PUNTUACIÓ		45,00

LOT 10 Sutura no absorbible sintètica multifilament de polièster sense antisèptic (fins a 45 punts)
Tots el codis
Criteris subjectius a valorar sobre la mostra

Aspectes a valorar sobre l'agulla		Puntuació fins a:
Penetració de l'agulla al teixit	Es valorarà que es garanteixi una penetració segura i atraumàtica tant a l'inici com a les repeticions. Que no es deteriori la punta i dificulti la penetració.	5,00
Resistència de l'agulla	Es valorarà que l'agulla sigui dúctil i resistent a la deformació i que no es trenqui	5,00
Subjecció del fil a l'agulla	Es valorarà que no es trenqui en aquest punt de subjecció al passar a través del teixit.	5,00
Aspectes a valorar sobre el fil		
Manipulació del fil	Es valorarà l'elasticitat, resistència i facilitat en la manipulació durant el seu procediment	5,00
Lliscament del fil	Es comprovarà que el fil llisqui amb suavitat quan atravesi els diferents teixits sense produir cap esquing	2,50
	Es comprovarà que posseeixi un lliscament correcte en l'anusat del fil i descens del nus	2,50
Memòria del fil	Es comprovarà que el fil no guardi la posició d'envasat i la sutura un cop treta de l'embalatge surti estirada i sense pics o colzes	5,00
Resistència a la tracció en l'anusat	Es valorarà que es garanteixi la seguretat en la aproximació del primer anusat, amb elevada força tensil i que no es deformi l'estructura	5,00
Permanència de l'anusat	Es farà l'anusat de la sutura, i haurà de romandre fixe i ferm, sense que s'afluixi	5,00

Aspectes a valorar sobre la presentació i embalatge	
Fàcil obertura de l'envàs, que no es trenqui i fàcil accés directe a l'agulla	2,00
Fàcil extracció de la sutura de l'envàs (portador intern) i muntatge al porta-agulles	2,00
Fàcil identificació de les dades del producte a l'envàs: Caducitat, lot, mides, tipus de fil i d'agulla, imatge de l'agulla a escala real.	1,00
PUNTUACIÓ	45,00

LOT 11 Sutura no absorbible sintètica monofilament de PTFEe sense antisèptic (fins a 45 punts)
Tots el codis
Criteris subjectius a valorar sobre la mostra

Aspectes a valorar sobre l'agulla		Puntuació fins a:
Penetració de l'agulla al teixit	Es valorarà que es garanteixi una penetració segura i atraumàtica tant a l'inici com a les repeticions. Que no es deteriori la punta i dificulti la penetració.	5,00
Resistència de l'agulla	Es valorarà que l'agulla sigui dúctil i resistent a la deformació i que no es trenqui	5,00
Subjecció del fil a l'agulla	Es valorarà que no es trenqui en aquest punt de subjecció al passar a través del teixit.	5,00
Aspectes a valorar sobre el fil		
Manipulació del fil	Es valorarà l'elasticitat, resistència i facilitat en la manipulació durant el seu procediment	5,00
Lliscament del fil	Es comprovarà que el fil llisqui amb suavitat quan atravesi els diferents teixits sense produir cap esquinc	2,50
	Es comprovarà que posseeixi un lliscament correcte en l'anusat del fil i descens del nus	2,50
Memòria del fil	Es comprovarà que el fil no guardi la posició d'envasat i la sutura un cop treta de l'embalatge surti estirada i sense pics o colzes	5,00
Resistència a la tracció en l'anusat	Es valorarà que es garanteixi la seguretat en la aproximació del primer anusat, amb elevada força tensil i que no es deformi l'estructura	5,00
Permanència de l'anusat	Es farà l'anusat de la sutura, i haurà de romandre fixe i ferm, sense que s'afluixi	5,00
Aspectes a valorar sobre la presentació i embalatge		

Fàcil obertura de l'envàs, que no es trenqui i fàcil accés directe a l'agulla	2,00
Fàcil extracció de la sutura de l'envàs (portador intern) i muntatge al porta-agulles	2,00
Fàcil identificació de les dades del producte a l'envàs: Caducitat, lot, mides, tipus de fil i d'agulla, imatge de l'agulla a escala real.	1,00
PUNTUACIÓ	45,00

LOT 12 Sutura de seda natural no absorbible multifilament amb i sense agulla sense antisèptic (fins a 45 punts en total)

Criteris per a sutures sense agulla. Valoració conjunta de tots el codis (FKB004, FKB008, FKB009, FKB011, FKB005, FKB012, FKB016, FKB057) (Fins a 10 punts)

Criteris subjectius a valorar sobre la mostra

Aspectes a valorar sobre el fil		Puntuació fins a:
Manipulació del fil	Es valorarà l'elasticitat, resistència i facilitat en la manipulació durant el seu procediment	2,00
Lliscament del fil	Es comprovarà que el fil llisqui amb suavitat quan atravesi els diferents teixits sense produir cap esquinc	1,00
	Es comprovarà que posseeixi un lliscament correcte en l'anusat del fil i descens del nus	1,00
Memòria del fil	Es comprovarà que el fil no guardi la posició d'envasat i la sutura un cop treta de l'emalatge surti estirada i sense pics o colzes	1,00
Resistència a la tracció en l'anusat	Es valorarà que es garanteixi la seguretat en la aproximació de la primera llaçada, amb elevada força tensil i que no es deformi l'estructura	1,00
Permanència de l'anusat	Es farà l'anusat de la sutura, i haurà de romandre fixe i ferm, sense que s'afluixi o llisqui	1,00
Aspectes a valorar sobre la presentació i embalatge		
Facilitat d'obertura del envàs, que no es trenqui		1,00
Facilitat d'extracció de la sutura de l'envàs		1,00
Facilitat d'identificació de les dades del producte a l'envàs: Caducitat, lot, mides, tipus de fil.		1,00
PUNTUACIÓ		10,00

Criteris per a sutures amb agulla. Valoració conjunta de tots els codis (FKB006, FKB007, FKB010, FKB014, FKB013, FKB015, FKB026, FKB019, FKB017, FKB018, FKB028, FKB020, FKB021, FKB022, FKB001, FKB023, FKB024) (Fins a 35 punts)		
Criteris subjectius a valorar sobre la mostra		
Aspectes a valorar sobre l'agulla		Puntuació fins a:
Penetració de l'agulla al teixit	Es valorarà que es garanteixi una penetració segura i atraumàtica tant a l'inici com a les repeticions. Que no es deteriori la punta i dificulti la penetració.	5,00
Resistència de l'agulla	Es valorarà que l'agulla sigui dúctil i resistent a la deformació i que no es trenqui	5,00
Subjecció del fil a l'agulla	Es valorarà que no es trenqui en aquest punt de subjecció al passar a través del teixit.	5,00
Aspectes a valorar sobre el fil		
Manipulació del fil	Es valorarà l'elasticitat, resistència i facilitat en la manipulació durant el seu procediment	4,00
Lliscament del fil	Es comprovarà que el fil llisqui amb suavitat quan atravesi els diferents teixits sense produir cap esquinç	2,00
	Es comprovarà que posseeixi un lliscament correcte en l'anusat del fil i descens del nus	2,00
Memòria del fil	Es comprovarà que el fil no guardi la posició d'envasat i la sutura un cop treia de l'embalatge surti estirada i sense pics o colzes	3,00
Resistència a la tracció en l'anusat	Es valorarà que es garanteixi la seguretat en la aproximació del primer anusat, amb elevada força tensil i que no es deformi l'estructura	2,00
Permanència de l'anusat	Es farà l'anusat de la sutura, i haurà de romandre fixe i ferm, sense que s'afluixi	2,00
Aspectes a valorar sobre la presentació i embalatge		
Fàcil obertura de l'envàs, que no es trenqui i fàcil accés directe a l'agulla		2,00
Fàcil extracció de la sutura de l'envàs (portador intern) i muntatge al porta-agulles		2,00
Fàcil identificació de les dades del producte a l'envàs: Caducitat, lot, mides, tipus de fil i d'agulla, imatge de l'agulla a escala real.		1,00
PUNTUACIÓ		35,00

PUNTUACIÓ TOTAL LOT 12	45,00
-------------------------------	--------------

La puntuació total de 45 punts s'obtindrà com a resultat de la suma de la puntuació obtinguda de la valoració conjunta de tots els codis de les sutures sense agulla i de les sutures amb agulla.

LOT 13 Lligadura en loop per a cirurgia laparoscòpica monofilament d'absorció lenta sense antisèptic (fins a 45 punts)		
Tots el codis		
Criteris subjectius a valorar sobre la mostra		
Aspectes a valorar sobre el fil i l'aplicador		Puntuació fins a:
Comportament del fil	Es valorarà el comportament del fil a través de l'aplicador. Si llisca còmodament a través de l'aplicador i no s'encalla	6,00
Comportament de l'aplicador del fil	Es valorarà el comportament de l'aplicador del fil a través del tròcar. no s'encalli i llisqui correctament fins el punt de sutura	6,00
Lliscament del fil	Es comprovarà que el fil llisqui amb suavitat quan atravesi els diferents teixits sense produir cap esquinç	6,00
	Es comprovarà que posseeixi un lliscament correcte en l'anusat del fil i descens del nus	6,00
Memòria del fil	Es comprovarà que el fil no guardi la posició d'envasat i la sutura un cop treia de l'emalatge surti estirada i sense pics o colzes	6,00
Resistència a la tracció en l'anusat	Es valorarà que es garanteixi la seguretat en la aproximació del primer anusat, amb elevada força tensil i que no es deformi l'estructura	6,00
Permanència de l'anusat	Es farà l'anusat de la sutura, i haurà de romandre fixe i ferm, sense que s'aflluixi	6,00
Aspectes a valorar sobre la presentació i embalatge		
Es valorarà la fàcil obertura de l'envàs, que no es trenqui.		2,00
Fàcil identificació de les dades del producte a l'envàs: Caducitat, lot, mides, tipus de fil i d'agulla, imatge de l'agulla a escala real.		1,00
PUNTUACIÓ		45,00

16. Subcontractació:

La subcontractació només serà possible, prèvia autorització expressa per part de l'òrgan de contractació d'acord amb l'article 215 de la LCSP.

17. Cessió del contracte:

L'adjudicatari no podrà cedir les prestacions de subministrament del present contracte sense autorització prèvia de l'Òrgan de Contractació d'acord amb l'article 214 de la LCSP.

18. Visita obligatòria a les instal·lacions: No es precisa en aquesta licitació.

19. Documentació addicional específica: No es requereix.

Barcelona, a la data de la signatura electrònica

Dr. Fernando Burdío Pinilla
Cap de Servei de Cirurgia General
CMPSB