

INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA

SCS-2024-546

Material divers d'otorrinolaringologia per al nou Hospital de Viladecans

LOT 1:

4210300100

Butaca d'ORL encoixinada amb reposacaps

Les empreses següents han presentat oferta tècnica:

AMPLIFON IBERICA, SAU

DISTRAUMA MEDICAL, SL

INSTITUTO AUDITIVO SALESA, SL

INTERSCHULLER, SL

OPTOMIC ESPAÑA, SA

Les propostes tècniques valorades a continuació compleixen els requeriments tècnics demanats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT):

AMPLIFON IBERICA, SAU

DISTRAUMA MEDICAL, SL

INSTITUTO AUDITIVO SALESA, SL

INTERSCHULLER, SL

OPTOMIC ESPAÑA, SA

LOT 2:

1330050300

Polígraf respiratori domiciliari

Les empreses següents han presentat oferta tècnica:

HOSPITAL HISPANIA, SL

Les propostes tècniques valorades a continuació compleixen els requeriments tècnics demanats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT):

HOSPITAL HISPANIA, SL

En haver-hi únicament una oferta presentada i admesa no és d'aplicació la fórmula que recull el Quadre de característiques del contracte.
Per tant, en aquest cas, l'oferta obté com a puntuació total el valor inicialment obtingut en la fase de valoració.



Cofinançat per
la Unió Europea



Generalitat
de Catalunya

4210300100 Butaca d'ORL encoixinada amb reposacaps		Puntuació màxima			AMPLIFON IBERICA, SAU			DISTRAUMA MEDICAL, SL
SCS-2024-546	Material divers d'otorrinolaringologia per al nou Hospital de Viladecans	19,00	Puntuació maximitzada total		Namrol AURIS 4 motores	Puntuació total		LEMI / 94011157+313+346+ACC
			15,00			16,00		

Prestacions tècniques i funcionals		Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada			Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Butaca d'exploració		12,00	12,00	12,00			12,00	12,00
Característiques a valorar								
Sistema automàtic, elèctric i sincronitzat del moviment del respatller amb el reposacames		6	6,00		Sí		6,00	Sí
Possibilitat de Trendelenburg (-10º) del respatller de la butaca		6	6,00		Sí		6,00	Sí
1.2. Accessoris		4,00	0,00	0,00			4,00	4,00
Pedals addicionals (només indicar el nombre sense incloure el d'obligat compliment)		4	0,00		No		4,00	1 pedal addicional.

Servei tècnic durant el període de garantia		Puntuació màxima					Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
Servei tècnic durant el període de garantia		3,00	3,00	3,00			0,00	0,00
Característiques a valorar								
Les consultes d'ORL estaran ubicades en un espai temporal durant un temps. Es valorarà que el proveïdor es faci càrrec de la desinstal·lació, trasllat, muntatge i instal·lació i calibracions, així com altres accions necessàries per a la posada en marxa i correcte funcionament en la nova ubicació.		3	3,00		Sí		0,00	No ho indica.

4210300100 Butaca d'ORL encoixinada amb reposacaps		Puntuació màxima	INSTITUTO AUDITIVO SALESA, SL		INTERSCHULLER, SL	
SCS-2024-546	Material divers d'otorrinolaringologia per al nou Hospital de Viladecans	19,00	Puntuació maximitzada total	NAMROL / AURIS 4	Puntuació maximitzada total	AR-EL, model CH-2061
			19,00		13,00	

Prestacions tècniques i funcionals		Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
1.1. Butaca d'exploració		12,00	12,00	12,00	6,00	6,00
Característiques a valorar						
Sistema automàtic, elèctric i sincronitzat del moviment del respatllet amb el reposacames		6	6,00		6,00	Sí
Possibilitat de Trendelenburg (-10º) del respatllet de la butaca		6	6,00		0,00	No
1.2. Accessoris		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Pedals addicionals (només indicar el nombre sense incloure el d'obligat compliment)		4	4,00		4,00	1 pedal addicional.

Servei tècnic durant el període de garantia		Puntuació màxima				
Servei tècnic durant el període de garantia		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Característiques a valorar						
Les consultes d'ORL estaran ubicades en un espai temporal durant un temps. Es valorarà que el proveïdor es faci càrrec de la desinstal·lació, trasllat, muntatge i instal·lació i calibracions, així com altres accions necessàries per a la posada en marxa i correcte funcionament en la nova ubicació.		3	3,00		3,00	Sí.

4210300100 Butaca d'ORL encoixinada amb reposacaps		Puntuació màxima	OPTOMIC ESPAÑA, SA	
SCS-2024-546	Material divers d'otorrinolaringologia per al nou Hospital de Viladecans	19,00	Puntuació maximitzada total	OPTOMIC / OP-S7
			19,00	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	
1.1. Butaca d'exploració	12,00	12,00	12,00	
Característiques a valorar				
Sistema automàtic, elèctric i sincronitzat del moviment del respatl·ler amb el reposacames	6	6,00		Sí
Possibilitat de Trendelenburg (-10º) del respatl·ler de la butaca	6	6,00		Sí
1.2. Accessoris	4,00	4,00	4,00	
Pedals addicionals (només indicar el nombre sense incloure el d'obligat compliment)	4	4		1 pedal addicional.

Servei tècnic durant el període de garantia	Puntuació màxima			
Servei tècnic durant el període de garantia	3,00	3,00	3,00	
Característiques a valorar				
Les consultes d'ORL estaran ubicades en un espai temporal durant un temps. Es valorarà que el proveïdor es faci càrrec de la desinstal·lació, trasllat, muntatge i instal·lació i calibracions, així com altres accions necessàries per a la posada en marxa i correcte funcionament en la nova ubicació.	3	3		Sí.

1330050300 Polígraf respiratori domiciliari		Puntuació màxima		HOSPITAL HISPANIA, SL
SCS-2024-546	Material divers d'otorrinolaringologia per al nou Hospital de Viladecans	37,00	Puntuació total	Nox Medical T3s
			35,00	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	
1.1. Característiques tècniques Característiques a valorar Anàlisi de paràmetres addicionals: diferenciació d'apnees obstructives, centrals i mixtes, anàlisi de bruxisme, anàlisi de PTT amb esdeveniments definibles en funció de la caiguda, etc. Flux nas bucal per mitjà de termoparell Possibilitat d'afegir canals calculats (BF, Hz, Resp. paradoxal, suma esforços...)	13,00	13,00		
	5	5,00		Sí
	4	4,00		Sí
	4	4,00		Sí
1.2. Connectivitat i emmagatzematge Característiques a valorar Llicència de programari que permeti la càrrega en múltiples ordinadors i base de dades en servidor, per disposar de múltiples estacions de lectura sense cost afegit Virtualització del programari en els servidors virtuals de l'Hospital	14,00	14,00		
	7	7,00		Sí
	7	7,00		Sí, ho permet
1.3. Accessoris Característiques a valorar Sonda de dit SpO2 amb connectivitat sense fil Major dotació de fungible i accessoris	10,00	8,00		
	5	5,00		Sí, s'hi inclou.
	5	3,00		Diuen que sí, però no especifiquen exactament ni tipus ni quantitat.

Resum de la valoració tècnica

LOT 1:

4210300100 Butaca d'ORL encoixinada amb reposacaps

Les valoracions finals són les següents:

Empresa	TOTAL
AMPLIFON IBERICA, SAU	15,00
DISTRAUMA MEDICAL, SL	16,00
INSTITUTO AUDITIVO SALESA, SL	19,00
INTERSCHULLER, SL	13,00
OPTOMIC ESPAÑA, SA	19,00

LOT 2:

1330050300 Polígraf respiratori domiciliari

Les valoracions finals són les següents:

Empresa	TOTAL
HOSPITAL HISPANIA, SL	35,00

Pilar Muñoz Sánchez

Tècnica de la Divisió de Tecnologia i Equipaments



Cofinançat per
la Unió Europea



Generalitat
de Catalunya