

ACTA – classificació i proposta d'adjudicació

Expedient núm. CS/CC00/1101386206/24/AMUP - lot 13 per a la contractació de material de ventilació i respiració per als centres de l'Institut Català de la Salut i centres adherits a aquest procediment: Consorci Sanitari de l'Anoia, GSS-Gestió de Serveis Sanitaris, Hospital de Berga, Hospital de Cerdanya i IDI-Institut de Diagnòstic per la Imatge.

En data 28/10/2024 i a les 09:00 hores s'ha celebrat la sessió de classificació de les ofertes per tal de procedir a la proposta d'adjudicació corresponent.

Membres de la mesa

Han estat designats com a membres de la mesa de contractació:
Presidenta suplent: Blanca Olmo Panadero

Vocals:

- 1 Miquel Arrufat Vila. Director de gestió de l'ICS
- 2 Jordi Salvadó Rubio . Assessoria Jurídica de l'ICS
- 3 Jordi Morera Bernús. Gerència de compres de l'ICS
- 4 Mónica Gómez Garrido. Gerència de compres de l'ICS

Secretari/a: Rosa Redón Tomás

Ordre del dia

Aquesta sessió té com a finalitat realitzar la classificació de les proposicions admeses, l'avaluació de la documentació que obra en poder de l'ICS i proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació de les mateixes.

Desenvolupament de la sessió

Es constitueix la mesa de contractació designada en l'expedient de referència, integrada pels membres indicats anteriorment, d'acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació.

S'inicia la sessió i es procedeix a l'anàlisi dels informes de les ofertes presentades i de la valoració que s'ha fet d'aquestes, en aplicació dels criteris d'adjudicació previstos en el plec de clàusules administratives particulars, informes els quals han estat elaborats pel comitè de valoració designat a tal efecte.

Després de l'anàlisi dels informes la mesa de contractació classifica la/es proposta/es segons consta a la base de ponderació publicada a la plataforma, la qual s'adjunta a aquesta acta.

Seguidament es procedeix a l'anàlisi de la documentació justificativa de requeriments previs i de la resta de documentació aportada per les empreses.

Es proposa elevar a l'òrgan de contractació els següents:

Proposta d'acord/s

- Declarar com a ofertes amb millor relació qualitat-preu les de les empreses que consten a l'annex 2 d'aquesta acta i en conseqüència, proposar que siguin les empreses adjudicatàries.
- Proposar com a deserta la contractació dels articles/lots que consten a l'annex 3 d'aquesta acta pels motius que s'indiquen a l'informe base de ponderació.

Sense més temes per tractar, es dona per finalitzada la sessió estenent-se acta.

EL/LA SECRETARI/A

Vist-i-plau
EL/LA PRESIDENT/A suplent

Relació d'ANNEXES:

1. ANNEX 1: Informe base de ponderació
2. ANNEX 2: Llistat proposta adjudicatari
3. ANNEX 3: Llistat proposta deserts

**INFORME DE PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT DE
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE VENTILACIÓ I
RESPIRACIÓ_COMPLEMENTARI**

CS/CC00/1101386206/24 /AMUP

Unitat de Planificació

IT-AMUP-S-1101386206

Els criteris aplicats en l'avaluació tècnica del **lot 13** de l'expedient indicat són els que consten en el plec de clàusules administratives particulars de l'expedient, Annex 4 _Detall criteris d'adjudicació.

Els criteris i puntuacions del lot 13 són els següents:

Criteri	Subcriteri	Puntuació
1. Valoració econòmica		85
2. Valoració tècnica	2.1 Embalatge transparent lliure de plàstic	5
	2.2 Material biocompatible	5
	2.3 Material superior al 70% reciclat	5

Consideracions tècniques i procediment de valoració

El procediment seguit en l'avaluació ha estat:

1. Comprovar el compliment de les característiques bàsiques sol·licitades:

Les ofertes que incompleixen els requeriments bàsics han estat desestimades, quedant fora de la ponderació de la resta de criteris de valoració.

2. Aplicació dels criteris previstos per a la valoració de característiques addicionals. Al respecte, s'han aplicat les puntuacions previstes en els criteris.

Consideracions tècniques:

-No hi ha hagut desistiments.

3. ANNEXOS DE L'INFORME:

- ANNEX 1 - BASE DE PONDERACIONS - El desglossament de puntuacions i la proposta d'adjudicació estan indicades en el document Excel adjunt. Els motius de desestimació estan indicats en la columna corresponent.
- ANNEX 3 - DESERTS TÈCNICS

Lot 13

Fase 01				Tipi B/V		CS/CC00/1101386206/24/AMUP		MAX:					5	5	5	Passa / No passa	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	ADJUDICACIÓ			
Lot	Pos.	Partida	Desc	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Consideracions tècniques	Millores tècniques addicionals	Motius de desestimació tècnica	Embalatge transparent lliure plàstic						Material biocompatible	Material superior al 70% reciclat	
13	170	0		30002802	Sensor flux adults tipus Infinity o eq. Policarbonat (PC). Lliure de làtex i ftalats. Esterilitzable. Reutilitzable. Compatible amb respiradors Evita Infinity V500, V300, Perseus A500, Primus, Savina, Apollo, Fabius, Julian, Cato i Cicero o eq.	6871980	A28063485	DRAGER HISPANIA SAU	1515	33,562000	33,562000				0	5	0	SI	5	85	90	Adjudicació	
13	190	0		30004746	Cintes de cotó, 1 cinta de 51 (+/-3)cm i 1 cinta de 20 (+/-2)cm amb veta adherent a l'extrem cosida i amb adhesiu amovible per a fixació del tub endotraqueal. Amplada de les dues cintes 2 (+/-0,2)cm. D'un sol ús.	P18101	A08432247	LABOLISER, S.A.	36844	2,590000	2,155000			Desestimada: Oferten 1 cinta de 750 mm x 22 mm. Demanem 1 cinta de 51 (+/-3)cm i 1 cinta de 20 (+/-2)cm	0	0	0	No	0	0	0		
13	190	0		30004746	Cintes de cotó, 1 cinta de 51 (+/-3)cm i 1 cinta de 20 (+/-2)cm amb veta adherent a l'extrem cosida i amb adhesiu amovible per a fixació del tub endotraqueal. Amplada de les dues cintes 2 (+/-0,2)cm. D'un sol ús.	FE-1000	B38307989	FERMON INDIS, S.L.	36844	2,590000	2,590000				0	5	0	Si	5	70,23	75,23		
13	190	0		30004746	Cintes de cotó, 1 cinta de 51 (+/-3)cm i 1 cinta de 20 (+/-2)cm amb veta adherent a l'extrem cosida i amb adhesiu amovible per a fixació del tub endotraqueal. Amplada de les dues cintes 2 (+/-0,2)cm. D'un sol ús.	FI-152	B79356218	MEDICAL SOREVAN, S.L.	36844	2,590000	2,140000	S'han valorat mostres demanades a l'empresa.				0	5	5	Si	10	85	95	Adjudicació
13	530	0		30035954	Vàlvula espiratòria sense membrana per a pacient pediàtric/adult, cos de plàstic, amb connector 22mmØ mascle i 15mmØ femella. Reutilitzable. Compatible amb membrana fabian i respiradors fabian nCPAP i HFO o equivalent.	507653	A58710740	PALEX MEDICAL,S.A.	13	165,000000	164,800000				0	5	0	SI	5	85	90	Adjudicació	
13	880	0		30060413	Sensor de flux per a respirador. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb respirador HT70 Plus Proevee o equivalent.	KIT3420A	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	40	25,000000	25,000000				0	5	0	SI	5	85	90	Adjudicació	
13	890	0		30060751	Sonda/catèter nasogàstrica amb baló esofàgic PUR per mesuratge pressions esofàgiques,Ø14F,marques profunditat,marq rx,2claus de 3v,ext distal tancat a/orificis lat,connector EnFit (ISO 80369-3),guia acer inox,xer 10ml,lliure làtex i PVC,estèril,un sol ús	230154	B38353900	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES BIOMEDICAS DIREX SL	13	190,000000	190,000000			Desestimada: No especifica diàmetre 14F. No especifica marques de profunditat.	0	0	0	No	0	0	0	Desert tècnic	
13	920	0		30061217	Cinta d'escuma adult per a fixació del tub endotraqueal, sense orifici, una peça amb veta adherent. Ajustable. Adult. Lliure de làtex, d'un sol ús.	423802001	B61435079	DISTRAUMA MEDICAL SL	200	0,850000	0,840000				0	0	0	SI	0	85	85	Adjudicació	

ANNEX – 02

Expedient núm. CS/CC00/1101386206/24/AMUP

ARTICLES DESERTS - LOT 13

DESERTS SENSE OFERTA:

LOT	Codi article
13	30002596
13	30012943

DESERT TÈCNIC:

LOT	Codi article
13	30060751

Concurs: CS/CC00/1101386206/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE VENTILACIÓ I RESPIRACIÓ_COMPLEMENTARI (lot 13)

Lot: 013 Material divers per a respirador

NIF	PROVEÏDOR	Article	Descripció	Quantitat	Preu sense IVA	Id.IVA	Preu amb IVA	Referència	Import sense IVA	Import amb IVA
A28063485	DRAGER HISPANIA SAU	30002802	Sensor flux adults tipus Infinity o eq. Policarbonat (PC). Lliure de làtex i ftalats. Esterilitzable. Reutilitzable. Compatible amb respiradors Evita Infinity V500, V300, Perseus A500, Primus, Savina, Apollo, Fabius, Julian, Cato i Cicero o eq.	1.515	33,562000	21	40,610020	6871980	50.846,43	61.524,18
B79356218	MEDICAL SOREVAN, S.L.	30004746	Cintes de cotó, 1 cinta de 51 (+/-3)cm i 1 cinta de 20 (+/-2)cm amb veta adherent a l'extrem cosida i amb adhesiu amovible per a fixació del tub endotraqueal. Amplada de les dues cintes 2 (+/-0,2)cm. D'un sol ús.	36.844	2,140000		2,589400	FI-152	78.846,16	95.403,85
A58710740	PALEX MEDICAL,S.A.	30035954	Vàlvula expiratòria sense membrana per a pacient pediàtric/adult, cos de plàstic, amb connector 22mmØ mascle i 15mmØ femella. Reutilitzable. Compatible amb membrana fabian i respiradors fabian nCPAP i HFO o equivalent.	13	164,800000		199,408000	507653	2.142,40	2.592,30
A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	30060413	Sensor de flux per a respirador. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb respirador HT70 Plus Provee o equivalent.	40	25,000000		30,250000	KIT3420A	1.000,00	1.210,00
B61435079	DISTRAUMA MEDICAL SL	30061217	Cinta d'escuma adult per a fixació del tub endotraqueal, sense orifici, una peça amb veta adherent. Ajustable. Adult. Lliure de làtex, d'un sol ús.	200	0,840000		1,016400	423802001	168,00	203,28

ANNEX 3

Expedient núm. CS/CC00/1101386206/24/AMUP

ARTICLES DESERTS - LOT 13

DESERTS SENSE OFERTA:

LOT	Codi article
13	30002596
13	30012943

DESERT TÈCNIC:

LOT	Codi article
13	30060751