

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Subministrament de reactius i equipament necessari per a la realització de tincions automatitzades de rutina (HE), d'histoquímica, d'immunohistoquímica, d'immunofluorescència, i d'hibridació in situ (cromogènica i fluorescent) per al servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

Expedient:

LOT 1

2.1. Oferta econòmica.....fins a 50 punts (sobre 3)

L'oferta més econòmica, sempre i quan compleixi els requeriments tècnics mínims indicats en el plec d'inscripcions tècniques, rebrà la màxima puntuació (50 punts) i la resta d'ofertes rebran una puntuació proporcional, d'acord amb el diferencial de percentatges respecte a l'oferta amb més puntuació, segons resulti de l'aplicació de la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar
 P = Punts criteri econòmic
 O_m = Oferta Millor
 O_v = Oferta a Valorar
 IL = Import de Licitació
 VP = Valor de ponderació

S'estableix el valor de ponderació per aquesta licitació en 2

2.2. Criteris tècnics automàtics.....fins a 50 punts (sobre 2)

2.2.1. Tinció individualitzada dels portaobjectes d'hematoxilina-eosina en càrrega màxima de treball per reduir el risc de contaminació creuada.

Possibilitat NO.....0 punts
 Possibilitat SI.....10 punts

2.2.2. Possibilitat que l'aparell de HE utilitzi cobreobjectes preencolats per afavorir un ràpid assecat de les preparacions i evitar sobrant de líquid de muntatge.

Possibilitat NO.....0 punts
 Possibilitat SI.....10 punts

2.2.3. Equip per tècniques immunohistoquímiques automatitzades: Es valorarà la màxima càrrega continua portaobjectes a portaobjectes:

Nombre de portaobjectes < 152 punts
 Nombre de portaobjectes 15 a 295 punts
 Nombre de portaobjectes > 2910 punts

2.2.4. Possibilitat de dispensació manual d'anticòs a la màquina d'immunohistoquímica sense interferir en el correcte funcionament de la sessió de treball de la màquina

Possibilitat NO.....0 punts
 Possibilitat SI.....10 punts

2.2.5. Es valorarà la no utilització de cap fungible addicional sobre els portaobjectes alhora de realitzar la tinció en els diferents sistemes de tinció oferts

SI s'utilitza0 punts
 NO s'utilitza..... 10 punts

LOT 2

2.1. Oferta econòmica.....fins a 50 punts (sobre 3)

L'oferta més econòmica, sempre i quan compleixi els requeriments tècnics mínims indicats en el plec d'inscripcions tècniques, rebrà la màxima puntuació (50 punts) i la resta d'ofertes rebran una puntuació proporcional, d'acord amb el diferencial de percentatges respecte a l'oferta amb més puntuació, segons resulti de l'aplicació de la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar
 P = Punts criteri econòmic
 O_m = Oferta Millor
 O_v = Oferta a Valorar
 IL = Import de Licitació
 VP = Valor de ponderació

S'estableix el valor de ponderació per aquesta licitació en 2

2.2. Criteris tècnics automàtics.....fins a 50 punts (sobre 2)

2.2.1. Màxima capacitat de càrrega de reactius al mateix temps i en un mateix equip, per tal de poder fer a la vegada el màxim de tècniques diferents de FISH, CISH i immunofluorescències directes.

Nombre de reactius < 20 1 punts
 Nombre de reactius 20 a 29 3 punts
 Nombre de reactius > 29 5 punts

2.2.2. Es valorarà que l'equip presentat sigui un equip de peu i no de sobretaula, per garantir la millor ubicació per a aquest.

Equip de poiata:..... 0 punts
 Equip de peu..... 5 punts

2.2.3. Es valorarà que las sondes FISH ofertades presenten característiques d'excitació i emissió compatibles amb l'equipament de visualització ja existent en el servei (550 excitació / 580 emissió)

Fluoròfor Orange (PB550)..... 10 punts
 Texas Red o altres 0 punts

2.2.4. Es valorarà que el revelat per la hibridació in situ cromogènica (CISH) es realitzi amb el mateix polímer utilitzat per la immunofluorescència, per optimitzar la feina dels tècnics de laboratori i l'espai dels reactius a la nevera

Compleix 15 punts
 No compleix 0 punts

2.2.5. L'equip de tinció ha d'ocupar el menor espai possible en planta.

Planta menor que 0,65 m2 15 punts
 Mesures superiors..... 0 punts