

Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen l'Acord Marc amb una única empresa proveïdora per a la contractació en procediment obert del "Subministrament de material de punció, transductors de pressió, administració de fluids amb i sense dispositiu de bio seguretat, sol.lucions pel manteniment dels catèters , amb destí a l'Hospital Clínic de Barcelona"

Expedient núm. 2024-81

1. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT

L'objecte d'aquest plec és establir les condicions de la contractació per al Subministrament de material de punció, transductors de pressió, administració de fluids amb i sense dispositiu de bioseguretat, solucions pel manteniment dels catèters, amb destí a l'Hospital Clínic de Barcelona (en endavant l'HCB).

Amb l'execució del present contracte es pretén dotar als professionals sanitaris del material més adient per tal d'atendre les necessitats i garantir amb seguretat el tractament més adequat a les necessitats de cada pacient d'aquest hospital.

Les quantitats d'unitats que figuren a l'annex ACO3 del Plec de Clàusules administratives Particulars (en endavant PCAP), s'han calculat d'acord amb un càlcul estimatiu dels consums de l'HCB durant el període que es contracta. És per això que aquestes quantitats poden ser objecte de modificació a l'alça o a la baixa, en funció de les necessitats. L'HCB no resta obligat a garantir les unitats estimades.

El contracte consta de 26 lots, 46 articles corresponents als diferents productes a subministrar, segons consta l'annex ACO1 del present PPT. Les empreses licitadores hauran de presentar oferta per a la totalitat de lot.

2. REQUERIMENTS TÈCNICS

Els requeriments tècnics mínims dels articles licitats són els descrits a l'annex ACO1 del Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT).

Durant el transcurs del contracte, està previst que l'HCB adopti la implementació de la plataforma EDI (intercanvi electrònic de dades). Arribat el moment de la referida implementació, l'adjudicatària s'haurà d'adaptar-se a aquest canvi, i per tant, disposar de les eines necessàries per tal de fer efectiva la correcta execució de la plataforma EDI entre l'adjudicatari i l'HCB.

Donat que els productes tenen data de caducitat, la vida mitja serà d'almenys 12 mesos des del moment d'entrega.

Els requeriments tècnics dels articles licitats són els descrits a l'annex ACO1 del Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT).

Addicionalment

- En el cas dels articles que no aparegui cap rang de tolerància, aquest serà del 5%

Juntament amb els requeriments tècnics descrits a l'annex 1 del PPT, les licitadores hauran de complir amb les següents obligacions:

2.1 Certificats i normatives

Els productes sanitaris objectes del contracte hauran de complir amb la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat. Per això, les licitadores hauran de presentar en el sobre B de l'oferta, una declaració conforme tots els productes van etiquetats acomplint el contingut previst en el RD 192/2023, de 21 de març, pel qual es regulen els productes sanitaris.

Els productes sanitaris objectes del contracte hauran de complir amb la normativa de la marca CE "*Conformité Européenne*" i tota aquella normativa nacional, comunitària o internacional vigent sobre la matèria. Així mateix, és necessari aportar certificació del producte lliure de làtex i/o DEHP en aquells productes requerits a l'annex ACO1 del PPT.

Quedaran excloses automàticament les propostes que no aportin els certificats i normatives reglamentaris.

Per la totalitat de lots de l'expedient, pel que fa referència a l'impacte mediambiental, l'empresa licitadora haurà d'emetre i presentar de forma obligatòria certificació sobre els criteris i la gestió de l'eliminació de residus, fonamentant el seu contingut segons la normativa actual vigent a Catalunya i evitant citar "eliminar segons els requeriments de la normativa local" que ja s'indica a l'apartat de "Eliminació" de la fitxa de seguretat del producte.

Totes les normatives i certificats hauran de presentar-se en castellà i/o català.

3. FITXA TÈCNICA

A la fitxa tècnica, que caldrà presentar al sobre B de l'oferta, hauran de reflectir-se tots els extrems/requeriments tècnics que es detallen a l'Annex ACO1 del PPT per a cadascun dels productes/lots als quals es licita. Per a més aclariment al respecte, haurà de constar, com a mínim i amb caràcter essencial i exclouent la següent informació. És a dir, la licitadora quedarà exclosa si com a mínim no preveu la incorporació de la següent informació al sobre B:

- Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte.
- Referència del distribuïdor: codi amb el que la distribuïdora / licitadora identifica el producte.
- Marca comercial de l'article.
- Descripció de les característiques bàsiques del producte.
- Descripció de la composició del producte.
- Mides: indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc.
- Certificació de lliure de làtex, DEHP si escau i es requereix segons annex ACO1 del PPT.
- Fotografia, que identifiqui amb claredat el producte, és a dir, que la imatge sigui nítida, no es valoraran si porten dibuix
- Instruccions d'ús
- Mides de l'embalatge del producte, com la llargada i amplada.
- Mètode d'esterilització, si aplica
- Codi EAN i nacional, si aplica
- Registre sanitari AEMPS, si aplica

En les ofertes tècniques hauran de constar totes les referències i mides de cadascun dels articles que componen el lot al qual es licita.

4. CADUCITAT DELS MATERIALS

Les caducitats dels materials no seran inferiors en cap cas al 50% de la vida útil del material, ni inferiors als 60 dies. En aquells materials on la vida útil dels quals sigui inferior als 60 dies no es lliuraran materials amb caducitats inferiors al 75% de la vida útil.

Si al llarg de la vigència del contracte, el material adjudicat patís evolució tecnològica, o substitució en els seus components, aquests seran subministrats en les mateixes condicions econòmiques del contracte.

Tots els productes oferts hauran d'acomplir amb els requeriments tècnics i de qualitat expressament exigits per la normativa Nacional i Internacional.

5. IDENTIFICACIÓ DELS MATERIALS

Tots els productes es presentaran envasats individualment i estèrils si es requereix. L'incompliment d'aquest apartat podria ser motiu d'exclusió. En l'envàs han de constar les dades essencials en català o castellà en una part visible de forma que permeti una fàcil i ràpida visualització de les mateixes :

- Identificació de l'empresa
- Referència comercial
- Dades necessàries per identificar el producte i contingut
- Marca CE, numero de l'organisme notificat, Registre sanitari AEMPS , si aplica

- Núm. de lot
- Data de caducitat
- Identificació de material d'un sol ús, si aplica
- Condicions específiques d'emmagatzematge i conservació
- Mètode d'esterilització, si aplica
- Lliure de làtex, DEHP, si aplica

6. CONDICIONS LOGÍSTIQUES DELS LLIURAMENTS DE MATERIALS AL MAGATZEM GENERAL DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA.

6.1 Lloc i horari de lliurament

El Magatzem General de l'Hospital Clínic de Barcelona està ubicat al carrer Ignasi Iglesias, núm. 13, Nau núm. 9 de Cornellà de Llobregat, 08940 - Barcelona.

En cas d'un canvi d'ubicació del magatzem, es comunicaria prèviament amb la deguda antelació i es mantindrien totes les condicions que és relacionen en aquest document.

La recepció de materials al magatzem es realitza de dilluns a divendres no festius, en horari de 7h a 14h, a excepció del material refrigerat que és de 7h a 10h.

Cada proveïdora disposa d'un dia setmanal assignat per realitzar els seus lliuraments, que haurà de respectar, doncs no es permetrà cap entrega fora d'aquest dia sense previ avís, amb una antelació mínima de 72 hores, als departaments d'Aprovisionament, Compres i Logística.

El proveïdor que no respecti el seu dia de lliurament, sense previ avís per causes justificades, se li aplicarà una penalització del 5% de l' import total de l'albarà si existeix un incompliment successiu de tres entregues en un període de 6 mesos.

En cas d'incidència, s'haurà de comunicar al responsable del magatzem, amb qui s'haurà de pactar un dia alternatiu per realitzar el lliurament d'acord amb les necessitats del servei de Logística.

Cap d'Equip de Magatzem : Carlos Sánchez, telèfon 648 21 98 84, mail: csanche2@clinic.cat

6.2 Recepció i lliurament físic dels materials

Per dur a terme la recepció física, el material haurà d'anar acompanyat de la documentació necessària i suficient.

No s'acceptarà cap lliurament si no té assignat un número de comanda oficial de l'HCBC. Tampoc s'acceptarà cap lliurament de materials en dipòsit, com pròtesis i implants, així com de materials radioactius, doncs el lliurament s'ha de fer directament al servei sol·licitant.

L'albarà haurà d'anar a l'exterior del paquet. Ara bé, si estigués a l'interior, serà el transportista qui haurà d'obrir-lo per presentar-lo a la recepció de proveïdors del magatzem.

En qualsevol cas, l'albarà haurà de ser llegible i presentar-se en suport paper i en correctes condicions per al seu processament. És probable que durant la vigència del contracte s'implementi obligatòriament l'albarà electrònic, què es notificaria prèviament amb antelació.

Cada albarà correspondrà a un únic número de comanda i cada paquet contindrà el material corresponent a un únic albarà.

A l'albarà valorat haurà de constar necessàriament les següents dades de l' HCB : El número de codi intern de l'article, número de comanda, número d'albarà i número d'expedient.

L'albarà original es quedarà en poder del magatzem. Si el proveïdor subministra una còpia, se li retornarà segellada amb un "Conforme llevat examen".

Els paquets hauran d'estar correctament identificats amb el número d'albarà i de comanda, a més del nom del proveïdor.

Els envasos i embalatges aniran amb el sistema d'identificació per codi de barres basat en la Norma GS1-13/14 (antic EAN-13/14) i GS1 -128 (antic EAN-128), com a mínim constarà el material, la quantitat inclosa, lot i data de caducitat. A més, l'HCB podrà sol·licitar que aquesta identificació estigui implementada en etiquetes RFID passives a nivell de palet, caixa i unitat. En qualsevol cas, hauran de poder-se llegir pels dispositius lectors de l'HCB.

Les etiquetes adhesives dels operadors logístics en cap cas anul·laran les identificacions del fabricant i/o proveïdor.

Els materials es lliuraran, en cas d'anar paletitzats, en palets normalitzats segons l'estàndard europeu (80 cm x 120 cm) i precintats de manera que permetin l'inspecció visual de la mercaderia sense obrir-los (precinte transparent). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu i presentats en les degudes condicions de seguretat i higiene. L'altura màxima de cada palet ha de ser de 160 cm, incloent mercaderia i palet.

El material, quan la seva quantitat equivalgui a un palet sencer i sempre que sigui del mateix lot, s'haurà de presentar en un únic palet estàndard europeu, sense cap fraccionament.

La descàrrega de qualsevol tipus de material estigui o no paletitzada anirà sempre a càrrec del proveïdor o del seu operador logístic amb els seus propis mitjans tant tècnics com humans i es col·locarà dintre del magatzem en el lloc que determini el personal de la recepció del l'HCB.

Els vehicles utilitzats en el lliurament de mercaderies a l'HCB hauran de mantenir l'adequada neteja interior.

6.3 Condicions de les devolucions

Les devolucions de material es notificaran al proveïdor per correu electrònic i hauran de ser retirats del Magatzem General en un termini màxim de 15 dies després de l'acceptació per part del proveïdor.

Ara bé, passat el termini de 15 dies després de l'acceptació per part del proveïdor, i per recuperar el material, s'haurà de fer càrrec de les despeses d'emmagatzematge.

Per cada metre cúbic de mercaderia, la despesa d'emmagatzematge serà d'1€ al dia, IVA inclòs, i en cas de que fos material refrigerat o be de congelador, tindrien una despesa diària de 3€, IVA inclòs.

L'Hospital Clínic de Barcelona, emetrà a l'adjudicatària pertinent una factura per les despeses ocasionades de l'emmagatzematge de les devolucions a les instal·lacions del magatzem general, passat el termini esmentat de notificació i acceptació.

A partir del tres mesos sense retirar-lo l'HCB podrà disposar del material com consideri més convenient, inclosa la seva destrucció.

L'embalatge de qualsevol material subjecte a devolució es farà segons el criteri dels tècnics logístics de l'HCB. El procediment administratiu de la devolució es regirà sempre i únicament segons els protocols de l'HCB.

6.4 Control de qualitat

Dins el procés de millora continua en el que es trobà immers l'àrea de Logística de l'HCB, es preveu la posada en marxa d'uns indicadors per tal d'avaluar logísticament els proveïdors:

- ✓ Compliment del dia de lliurament assignat a la comanda.
- ✓ Condicions de presentació dels embalums.
- ✓ Condicions de presentació dels palets d'estàndard europeu.
- ✓ Compliment de la senyalització dels pictogrames en els embalums.
- ✓ Compliment de les condicions de temperatura dels materials.
- ✓ Estadística de les no conformitats.
- ✓ Estadística dels materials en trencament d'estoc.

Aquests indicadors podran ser utilitzats per l'avaluació del correcte compliment de la prestació objecte del contracte. En cas de que l'hospital observi un incompliment successiu dels compromisos assumits per l'empresa amb ajuda d'aquets indicadors, el proveïdor podrà ser penalitzat d'acord amb el règim de penalitats de l'apartat 3.I del quadre de característiques del PCAP.

6.5 Garantia de subministrament

Les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir les existències que garanteixin una adequada continuïtat de l'abastiment durant la vigència del contracte.

Així mateix, les empreses adjudicatàries es comprometen a assegurar els terminis de lliurament

El temps d'entrega després de fer la comanda serà entre 7-15 dies.

Els responsables logístics de l'HCB podran visitar les instal·lacions prèvia acceptació de la proveïdora per comprovar in situ la disponibilitat dels estocs dels articles adjudicats.

L'incompliment del termini del lliurament del material fungible pactat es penalitzarà en funció dels dies de retard segons la següent escala:

- Fins a 5 dies amb el 5-15% del valor de la comanda (IVA inclòs).
- De 6 a 10 dies amb el 10-30% del valor de la comanda (IVA inclòs).
- A partir de l'11 dia amb el 15-50% del valor de la comanda a més d'un 2% addicional per cada 5 dies addicionals de retard (IVA inclòs).

Barcelona, 8 d'agost de 2024

Rosa Oliveras

Directora de Serveis Generals
de l'Hospital Clínic de Barcelona

ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 1 PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)

Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI.
En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi.
Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.

TÍTOL DE L'EXPEDIENT:	Material de punció, transductors de pressió, administració de fluids amb i sense dispositiu de bio seguretat, sol.lucions pel manteniment dels catèters
NÚMERO D'EXPEDIENT:	2024/81

LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:						TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ	TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR	
EMPRESA				DATA		ORDINARI 5 dies laborables	ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*)	URGENT OFERTAT (Hores) (*)
MAIL				MAIL comandes				
PERSONA DE CONTACTE (COMERCIAL)	TELÈFON	DIRECCIÓ MAIL CONTACTE (No comandes)	TELÈFON comandes			URGENT 24 hores		
			FAX COMANDES					

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT					IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
1	1	181758	Adaptador amb luer amb portatub premontat per a extraccions per sistema de buit. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT					IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (***)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (****)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (****)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
2	2 al 14	G560	Agulles espinals d'acer inoxidable, bisell curt tipus Quincke amb estilet interior, superfície exterior polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca de seguretat. Diferents calibres i llargàries. Estèril. Sense làtex.	UND												
2	2	182010	Agulla espinal d'acer inoxidable, bisell curt tipus Quincke amb estilet interior, superfície exterior polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca de seguretat. Calibre 18G, llargària 75mm. Estèril. Sense làtex.	UND												
2	3	182011	Agulla espinal d'acer inoxidable, bisell curt tipus Quincke amb estilet interior, superfície exterior polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca de seguretat. Calibre 18G, llargària 90mm. Estèril. Sense làtex.	UND												
2	4	182012	Agulla espinal d'acer inoxidable, bisell curt tipus Quincke amb estilet interior, superfície exterior polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca de seguretat. Calibre 19G, llargària 90mm. Estèril. Sense làtex.	UND												
2	5	182018	Agulla espinal d'acer inoxidable, bisell curt tipus Quincke amb estilet interior, superfície exterior polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca de seguretat. Mides especials. Calibre 20G, llargària 152mm. Estèril. Sense làtex.	UND												
2	6	182013	Agulla espinal d'acer inoxidable, bisell curt tipus Quincke amb estilet interior, superfície exterior polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca de seguretat. Calibre 20G, llargària 90mm. Estèril. Sense làtex.	UND												
2	7	182020	Agulla espinal d'acer inoxidable, bisell curt tipus Quincke amb estilet interior, superfície exterior polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca de seguretat. Calibre 22G, llargària 125mm. Estèril. Sense làtex.	UND												
2	8	182021	Agulla espinal d'acer inoxidable, bisell curt tipus Quincke amb estilet interior, superfície exterior polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca de seguretat. Calibre 22G, llargària 175-180mm. Estèril. Sense làtex.	UND												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT					IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
2	9	182014	Agulla espinal d'acer inoxidable, bisell curt tipus Quincke amb estilet interior, superfície exterior polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca de seguretat. Calibre 22G, llargària 40mm. Estèril. Sense làtex.	UND												
2	10	182015	Agulla espinal d'acer inoxidable, bisell curt tipus Quincke amb estilet interior, superfície exterior polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca de seguretat. Calibre 22G, llargària 90mm. Estèril. Sense làtex.	UND												
2	11	182022	Agulla espinal d'acer inoxidable, bisell curt tipus Quincke amb estilet interior, superfície exterior polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca de seguretat. Pediàtrica. Calibre 25G, llargària 25mm. Estèril. Sense làtex.	UND												
2	12	182016	Agulla espinal d'acer inoxidable, bisell curt tipus Quincke amb estilet interior, superfície exterior polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca de seguretat. Calibre 25G, llargària 90mm. Estèril. Sense làtex.	UND												
2	13	182017	Agulla espinal d'acer inoxidable, bisell curt tipus Quincke amb estilet interior, superfície exterior polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca de seguretat. Calibre 26G, llargària 90mm. Estèril. Sense làtex.	UND												
2	14	182023	Agulla espinal d'acer inoxidable, bisell curt tipus Quincke amb estilet interior, superfície exterior polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca de seguretat. Calibre 27G, llargària 90mm. Estèril. Sense làtex.	UND												
3	15	G559	Agulles hipodèrmiques amb sistema de bioseguretat d'activació visual-sonora, d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado, connexió luer, luer lock, puliment electrònic. Diferents calibres i llargàries. Estèril. Sense làtex. Amb protecció de l'agulla de forma irreversible.	UND												
3	15.1	182004	Agulla hipodèrmica amb sistema de bioseguretat d'activació visual-sonora, d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i paret fina, connexió luer i luer lock, puliment electrònic. Calibre 21G, llargària 25mm. Estèril. Sense làtex. Amb protecció de l'agulla de forma irreversible.	UND												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT					IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
3	15.2	182005	Agulla hipodèrmica amb sistema de bioseguretat d'activació visual-sonora, d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i paret fina, connexió luer i luer lock, puliment electrònic. Calibre 21G, llargària 38-40mm. Estèril. Sense làtex. Amb protecció de l'agulla de forma irreversible.	UND												
3	15.3	182006	Agulla hipodèrmica amb sistema de bioseguretat d'activació visual-sonora, d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i paret regular, connexió luer i luer lock, puliment electrònic. Calibre 23G, llargària 25mm. Estèril. Sense làtex. Amb protecció de l'agulla de forma irreversible.	UND												
3	15.4	182007	Agulla hipodèrmica amb sistema de bioseguretat d'activació visual-sonora, d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i paret regular, connexió luer i luer lock, puliment electrònic. Calibre 25G, llargària 16mm. Estèril. Sense làtex. Amb protecció de l'agulla de forma irreversible.	UND												
3	15.5	182008	Agulla hipodèrmica amb sistema de bioseguretat d'activació visual-sonora, d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i paret regular, connexió luer i luer lock, puliment electrònic. Calibre 30G, llargària 13mm. Estèril. Sense làtex. Amb protecció de l'agulla de forma irreversible.	UND												
4	16	G558	Agulles hipodèrmiques d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i parets primes, con translúcid, connexió luer i luer lock. Diferents calibres i llargàries. Estèril. Sense làtex.	UND												
4	16.1	181990	Agulla hipodèrmica d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i paret fina, con translúcid, connexió luer i luer lock. Calibre 19G, llargària 25mm. Estèril. Sense làtex.	UND												
4	16.2	181993	Agulla hipodèrmica d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i paret fina, con translúcid, connexió luer i luer lock. Calibre 21G, llargària 25mm. Estèril. Sense làtex.	UND												
4	16.3	181994	Agulla hipodèrmica d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i paret fina, con translúcid, connexió luer i luer lock. Calibre 21G, llargària 40mm. Estèril. Sense làtex.	UND												
4	16.4	213356	Agulla hipodèrmica d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i paret fina, con translúcid, connexió luer i luer lock. Calibre 21G, llargària 50mm. Estèril. Sense làtex.	UND												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT					IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
4	16.5	181996	Agulla hipodèrmica d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i paret fina, con translúcid, connexió luer i luer lock. Calibre 23G, llargària 25mm. Estèril. Sense làtex.	UND												
4	16.6	181995	Agulla hipodèrmica d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i paret fina, con translúcid, connexió luer i luer lock. Calibre 23G, llargària 40mm. Estèril. Sense làtex.	UND												
4	16.7	181997	Agulla hipodèrmica d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i paret regular, con translúcid, connexió luer i luer lock. Calibre 25G, llargària 16mm. Estèril. Sense làtex.	UND												
4	16.8	181998	Agulla hipodèrmica d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i paret regular, con translúcid, connexió luer i luer lock. Calibre 27G, llargària 13mm. Estèril. Sense làtex.	UND												
4	16.9	182000	Agulla hipodèrmica d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i paret regular, con translúcid, connexió luer i luer lock. Calibre 30G, llargària 12-13mm. Estèril. Sense làtex.	UND												
5	17 al 18															
5	17	194347	Agulla de càrrega de medicació, d'acer inoxidable, punta roma tallada en angle de 45º, connexió luer i luer lock. Calibre 18G, llargària 25mm. Estèril. Sense làtex.	UND												
5	18	194348	Agulla de càrrega de medicació, d'acer inoxidable, punta roma tallada en angle de 45º, connexió luer i luer lock, amb filtre de 5 micres. Calibre 18G, llargària 40mm. Estèril. Sense làtex.	UND												
6	19	198914	Agulla de càrrega de medicació, d'acer inoxidable, punta roma, connexió NRFit. Calibre 18G, llargària 50mm. Estèril. Sense làtex.	UND												
7	20 al 21															
7	20	190988	Agulla hipodèrmica d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i parets fines, con translúcid, connexió luer i luer lock. Calibre 25G, llargària 40mm. Estèril. Sense làtex.	UND												
7	21	182001	Agulla hipodèrmica d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i parets fines, con translúcid, connexió luer i luer lock. Calibre 27G, llargària 40mm. Estèril. Sense làtex.	UND												
8	22	182036	Agulla percutània d'acer inoxidable. Calibre 18G, llargària aprox. 70mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT					IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
9	23	182030	Llanceta de punció capil.lar, d'acer inoxidable, llargària aprox. 38mm, ample aprox. 5,6mm, punta 1mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
10	24	182034	Llanceta de seguretat, per punció capil.lar. Calibre 21G, profunditat punció entre 2,8-3mm, amb agulla tribisellada. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
11	25	206224	Llanceta de seguretat, per punció de taló, llargària aprox. 40mm, ample aprox. 2,5mm, profunditat punció 1mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
12	26 al 29	G562	Agulles infusió reservori subcutani amb sistema de bioseguretat actiu, acer inox, punta Hubber, angle recte, nansa de plàstic, línia PVC baixa absorció, luer lock a/tap. Pinça bloqueix. Diferents mides. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Lliure DEHP. Amb base embuatada. El sistema de bioseguretat actiu haurà de protegir l'agulla de manera irreversible. Llargària aproximada de la línia 20cm. Tolerància aprox. 5%.	UND												
12	26	182037	Agulla infusió reservori subcutani amb sistema de bioseguretat actiu, acer inox, punta Hubber, angle recte, nansa de plàstic, línia PVC baixa absorció, luer lock a/tap. Pinça bloqueix. Calibre 19G, llargària 19mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Lliure DEHP. Amb base embuatada. El sistema de bioseguretat actiu haurà de protegir l'agulla de manera irreversible. Llargària aproximada de la línia 20cm. Tolerància aprox. 5%.	UND												
12	27	182038	Agulla infusió reservori subcutani amb sistema de bioseguretat actiu, acer inox, punta Hubber, angle recte, nansa de plàstic, línia PVC baixa absorció, luer lock a/tap. Pinça bloqueix. Calibre 19G, llargària 25mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Lliure DEHP. Amb base embuatada. El sistema de bioseguretat actiu haurà de protegir l'agulla de manera irreversible. Llargària aproximada de la línia 20cm. Tolerància aprox. 5%.	UND												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT					IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
12	28	182039	Agulla infusió reservori subcutani amb sistema de bioseguretat actiu, acer inox, punta Hubber, angle recte, nansa de plàstic, línia PVC baixa absorció, luer lock a/tap. Pinça bloqueix. Calibre 20G, llargària 25mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Lliure DEHP. Amb base embuatada. El sistema de bioseguretat actiu haurà de protegir l'agulla de manera irreversible. Llargària aproximada de la línia 20cm. Tolerància aprox. 5%.	UND												
12	29	182040	Agulla infusió reservori subcutani amb sistema de bioseguretat actiu, acer inox, punta Hubber, angle recte, nansa de plàstic, línia PVC baixa absorció, luer lock a/tap. Pinça bloqueix. Calibre 22G, llargària 19mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Lliure DEHP. Amb base embuatada. El sistema de bioseguretat actiu haurà de protegir l'agulla de manera irreversible. Llargària aproximada de la línia 20cm. Tolerància aprox. 5%.	UND												
13	30	G563	Agulles amb sistema de bioseguretat, d'acer inoxidable, triple bisell, amb aleta fixadora (palomita), allargadera de PVC aprox. 30cm, connexió luer lock i portatub premuntat. Diferents calibres i llargàries. Estèrils. Un sol ús. Sense làtex. Mecanisme de seguretat al dispositiu. Irreversible un cop activat. Activació amb una sola mà. Connectat a adaptador luer amb agulla i vàlvula protectora incorporada i premuntada al porta-tubs.	UND												
13	30.1	182042	Agulla amb sistema de bioseguretat, d'acer inoxidable, triple bisell, amb aleta fixadora (palomita), allargadera de PVC aprox. 30cm, connexió luer lock i portatub premuntat. Calibre 21G, llargària 19mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Mecanisme de seguretat al dispositiu. Irreversible un cop activat. Activació amb una sola mà. Connectat a adaptador luer amb agulla i vàlvula protectora incorporada i premuntada al porta-tubs.	UND												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT					IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
13	30.2	182043	Agulla amb sistema de bioseguretat, d'acer inoxidable, triple bisell, amb aleta fixadora (palomita), allargadera de PVC aprox. 30cm, connexió luer lock i portatub premuntat. Calibre 23G, llargària 19mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Mecanisme de seguretat al dispositiu. Irreversible un cop activat. Activació amb una sola mà. Connectat a adaptador luer amb agulla i vàlvula protectora incorporada i premuntada al porta-tubs.	UND												
14	31	G1281	Agulles amb sistema de bioseguretat, mecanisme no automàtic, d'acer inoxidable, triple bisell, amb aleta fixadora (palomita), allargadera de PVC aprox. 30cm i connexió luer lock. Diferents calibres i llargàries. Estèrils. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
14	31.1	182044	Agulla amb sistema de bioseguretat, mecanisme no automàtic, d'acer inoxidable, triple bisell, amb aleta fixadora (palomita), allargadera de PVC aprox. 30cm i connexió luer lock. Calibre 19G, llargària 19mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
14	31.2	206463	Agulla amb sistema de bioseguretat, mecanisme no automàtic, d'acer inoxidable, triple bisell, amb aleta fixadora (palomita), allargadera de PVC aprox. 30cm i connexió luer lock. Calibre 21G, llargària 19mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
14	31.3	206464	Agulla amb sistema de bioseguretat, mecanisme no automàtic, d'acer inoxidable, triple bisell, amb aleta fixadora (palomita), allargadera de PVC aprox. 30cm i connexió luer lock. Calibre 23G, llargària 19mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
15	32	G564	Fulles de bisturí d'acer inoxidable o d'acer de carboni. Diferents mides. Estèril.	UND												
15	32.1	182045	Fulla de bisturí d'acer inoxidable o d'acer de carboni n.10. Adaptable a mànec n.3. Estèril.	UND												
15	32.2	182046	Fulla de bisturí d'acer inoxidable o d'acer de carboni n.11. Adaptable a mànec n.3. Estèril.	UND												
15	32.3	182047	Fulla de bisturí d'acer inoxidable o d'acer de carboni n.15. Adaptable a mànec n.3. Estèril.	UND												
15	32.4	182048	Fulla de bisturí d'acer inoxidable o d'acer de carboni n.20. Adaptable a mànec n.4. Estèril.	UND												
15	32.5	182049	Fulla de bisturí d'acer inoxidable o d'acer de carboni n.23. Adaptable a mànec n.4. Estèril.	UND												
15	32.6	182050	Fulla de bisturí d'acer inoxidable o d'acer de carboni n.24. Adaptable a mànec n.4. Estèril.	UND												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT					IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (***)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (****)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (***)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
16	33	G1215	Xeringues 3 peces (cos, èmbol i junta d'estanquitat), diferents capacitats, connexió luer-lock. Cilindre transparent de policarbonat. Graduació impresa inesborrable. Color vermella. Estèrils. Un sol ús. Sense làtex. Èmbol amb anell de seguretat d'alta resistència	UND												
16	33.1	182115	Xeringa 3 peces (cos, èmbol i junta d'estanquitat), capacitat 10ml, connexió luer-lock. Cilindre transparent de policarbonat. Graduació impresa inesborrable. Color vermella. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Èmbol amb anell de seguretat d'alta resistència	UND												
16	33.2	182122	Xeringa 3 peces (cos, èmbol i junta d'estanquitat), capacitat 20ml, connexió luer-lock. Cilindre transparent de policarbonat. Graduació impresa inesborrable. Color vermella. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Èmbol amb anell de seguretat d'alta resistència	UND												
17	34	182144	Xeringa 3 peces (cos, èmbol i junta d'estanquitat), capacitat 50ml, con concèntric tipus catèter. Cilindre transparent, anell de seguretat de l'èmbol reforçat. Graduació impresa inesborrable. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
18	35	212230	Clau de pas de 3 vies, mínim 2 bar, resistent a solucions hipertòniques i/o lipídiques, connexió flotant permetent el gir complet sobre el seu eix, 360°, connexió luer lock hermètica. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Lliure DEHP	UND												
19	36 al 37															
19	36	182098	Catèter de termomodulació amb baló, calibre 7Fr, llargària 100cm, 3 llums; distal-proximal-inflat, radioopac, clau de tancament i cable del termistor. Extra rígida. Connexió a monitor de despesa cardíaca, guia 0,028"+xeringa 1,5ml. Estèril. Un sol ús.	UND												
19	37	182099	Catèter de termomodulació amb baló, calibre 7Fr, llargària 110cm, 3 llums; distal-proximal-inflat, radioopac, clau de tancament i cable del termistor. Connexió a monitor de despesa cardíaca, xeringa de 1,5ml amb connexió luer-lock. Estèril. Un sol ús.	UND												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT					IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (***)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (****)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (****)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
20	38	G1122	Xeringues 3 peces (cos, èmbol i junta d'estanquitat), capacitat 1ml, connexió luer concèntrica amb agulla de bioseguretat, per tuberculina. Cilindre transparent. Graduació impresa inesborrable. Estèrils. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
20	38.1	182141	Xeringa 3 peces (cos, èmbol i junta d'estanquitat), capacitat 1ml, connexió luer concèntrica amb agulla de bioseguretat tribisellada de 27Gx13mm, per tuberculina. Cilindre transparent. Graduació impresa inesborrable. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
20	38.2	182117	Xeringa 3 peces (cos, èmbol i junta d'estanquitat), capacitat 1ml, connexió luer concèntrica amb agulla de bioseguretat tribisellada de 28Gx13mm, per tuberculina. Cilindre transparent. Graduació impresa inesborrable. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
21	39	182131	Xeringa gasometria 3 peces, capacitat 3ml, luer lock. Cilindre transparent. Graduació inesborrable, precarregada heparina, balancejada de liti i vaporitzada en xeringa, agulla triple bisell a/sistema bioseg actiu 22G. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.	UND												
22	40	216067	Solució per al manteniment de catèters, composta d'heparina sòdica 20UI/ml. Vial de 3ml. Un sol ús.	VIA												
23	41	182229	Solució amb substàncies antimicrobianes, compost de taurolidina, heparina 500UI/ml i citrat 4%, per al segellat de catèters i reservoris implantables. Vial de 5ml. Estèril. Un sol ús.	UND												
24	42	182226	Solució amb substàncies antimicrobianes, compost de taurolidina, uroquinasa 25.000UI i citrat 4%, per al segellat de catèters i reservoris implantables. Vial de 5ml, més vial d'Uroquinasa. Estèril. Un sol ús.	UND												
25	43 al 45															
25	43	181267	Kit de monitorització de pressió arterial: 1 transductor, equip d'infusió amb macrogoter 150cm apx, sistema de rentat integrat i flux continu, 2 claus 3 vies, 2 allargades 120cm i 30cm aprox. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Connector del cable del monitor impermeable. Tolerància de l'aprox. +/- 5%. Desviació del zero <(><<)> /= 25mmHg. Disposició de plaques i pines suport	KIT												

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT					IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR											
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	UNITAT DE MESURA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMAT DE PRESENTACIÓ	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**)	FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA	UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (***)	ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (****)	UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (***)	NOM DEL FABRICANT	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANT
25	44	181268	Kit de monitorització de pressió arterial: 2 transductors, equip d'infusió amb macrogoter 150cm apx, sistema de rentat integrat i flux continu. Cada transductor: 2 claus 3v, 2 allargadores 120cm i 30cm apx. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Connector del cable del monitor impermeable. Tolerància de l'aprox. +/- 5%. Desviació del zero <(><<)>!= 25mmHg. Disposició de plaques i pinces suport	KIT												
25	45	181269	Kit de monitorització de pressió arterial: 3 transductors, equip d'infusió amb macrogoter 150cm apx, sistema de rentat integrat i flux continu. Cada transductor: 2 claus 3v, 2 allargadores 120cm i 30cm apx. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Connector del cable del monitor impermeable. Tolerància de l'aprox. +/- 5%. Desviació del zero <(><<)>!= 25mmHg. Disposició de plaques i pinces suport	KIT												
26	46	180196	Coixinet d'escuma de poliuretà amb adhesiu acrílic biocompatible. Densitat de l'escuma aprox. 20Kg/m3. Mida aprox. 28cm x 20cm x 1cm. Sense làtex. Tolerància de l'aprox. +/-5%	UND												

Aquest document d'oferta no s'ha de signar atès que, en el moment de fer l'enviament de la proposició a través de l'eina de Sobre Digital, la persona o persones que tenen la deguda representació de l'empresa han de signar el document "resum" de l'oferta presentada que comporta la signatura de

ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 1 PPT DE OFERTA TÉCNICA (ACO1_PPT_OT)

Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE.
En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE.
Presentación obligatoria de este anexo en formato EXCEL no protegido.

TITULO EXPEDIENTE:		Material de punción , trasductores de presión, administración de fluidos con y sin dispositivo de bioseguridad, soluciones para el mantenimiento de los catéteres											
NUMERO EXPEDIENTE:		2024/81											

LICITADOR E IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA:								PLAZOS DE ENTREGA MAXIMOS LICITACIÓN	PLAZOS ENTREGA OFERTADOS LICITADOR		
EMPRESA							FECHA		ORDINARIO 5 días laborables	ORDINARIO OFERTADO (días laborables) (*)	URGENTE OFERTADO (Horas) (*)
MAIL							MAIL PEDIDOS				
PERSONA DE CONTACTO (COMERCIAL)	TELÉFONO		DIRECCIÓN MAIL CONTACTO (No pedidos)		TELÉFONO PEDIDOS						
					FAX PEDIDOS			URGENTE 24 horas			

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO					IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
1	1	181758	Adaptador luer con portatubo premontado para extracciones por sistema de vacío. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												
2	2 al 14	G560	Agujas espinales de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Diferentes calibres y longitudes. Estéril. Sin látex.	UND												
2	2	182010	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 18G, longitud 75mm. Estéril. Sin látex.	UND												

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO					IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
2	3	182011	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 18G, longitud 90mm. Estéril. Sin látex.	UND												
2	4	182012	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 19G, longitud 90mm. Estéril. Sin látex.	UND												
2	5	182018	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Medidas especiales. Calibre 20G, longitud 152mm. Estéril. Sin látex.	UND												
2	6	182013	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 20G, longitud 90mm. Estéril. Sin látex.	UND												
2	7	182020	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 22G, longitud 125mm. Estéril. Sin látex.	UND												
2	8	182021	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 22G, longitud 175-180mm. Estéril. Sin látex.	UND												
2	9	182014	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 22G, longitud 40mm. Estéril. Sin látex.	UND												
2	10	182015	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 22G, longitud 90mm. Estéril. Sin látex.	UND												
2	11	182022	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Pediátrica. Calibre 25G, longitud 25mm. Estéril. Sin látex.	UND												
2	12	182016	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 25G, longitud 90mm. Estéril. Sin látex.	UND												

IDENTIFICACIÓN ARTÍCULO LICITADO					IDENTIFICACIÓN ARTÍCULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (****)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
2	13	182017	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 26G, longitud 90mm. Estéril. Sin látex.	UND												
2	14	182023	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 27G, longitud 90mm. Estéril. Sin látex.	UND												
3	15	G559	Agujas hipodérmica con sistema de bioseguridad de activación visual-sonora, de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado, conexión luer, luer lock, pulido electrónico. Diferentes calibres y longitudes. Estéril. Sin látex. Con protección de la aguja de forma irreversible.	UND												
3	15.1	182004	Aguja hipodérmica con sistema de bioseguridad de activación visual-sonora, de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y pared fina, conexión luer y luer lock, pulido electrónico. Calibre 21G, longitud 25mm. Estéril. Sin látex. Con protección de la aguja de forma irreversible.	UND												
3	15.2	182005	Aguja hipodérmica con sistema de bioseguridad de activación visual-sonora, de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y pared fina, conexión luer y luer lock, pulido electrónico. Calibre 21G, longitud 38-40mm. Estéril. Sin látex. Con protección de la aguja de forma irreversible.	UND												
3	15.3	182006	Aguja hipodérmica con sistema de bioseguridad de activación visual-sonora, de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y pared regular, conexión luer y luer lock, pulido electrónico. Calibre 23G, longitud 25mm. Estéril. Sin látex. Con protección de la aguja de forma irreversible.	UND												
3	15.4	182007	Aguja hipodérmica con sistema de bioseguridad de activación visual-sonora, de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y pared regular, conexión luer y luer lock, pulido electrónico. Calibre 25G, longitud 16mm. Estéril. Sin látex. Con protección de la aguja de forma irreversible.	UND												
3	15.5	182008	Aguja hipodérmica con sistema de bioseguridad de activación visual-sonora, de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y pared regular, conexión luer y luer lock, pulido electrónico. Calibre 30G, longitud 13mm. Estéril. Sin látex. Con protección de la aguja de forma irreversible.	UND												
4	16	G558	Agujas hipodérmicas de acero inoxidable, punta biselada de tripe facetado y paredes finas, cono translúcido, conexión luer y luer lock. Diferentes calibres y longitudes. Estéril. Sin látex.	UND												

IDENTIFICACIÓN ARTÍCULO LICITADO					IDENTIFICACIÓN ARTÍCULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (****)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
4	16.1	181990	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y pared fina, cono translúcido, conexión luer y luer-lock. Calibre 19G, longitud 25mm. Estéril. Sin látex.	UND												
4	16.2	181993	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y pared fina, cono translúcido, conexión luer y luer-lock. Calibre 21G, longitud 25mm. Estéril. Sin látex.	UND												
4	16.3	181994	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y pared fina, cono translúcido, conexión luer y luer-lock. Calibre 21G, longitud 40mm. Estéril. Sin látex.	UND												
4	16.4	213356	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y pared fina, cono translúcido, conexión luer y luer-lock. Calibre 21G, longitud 50mm. Estéril. Sin látex.	UND												
4	16.5	181996	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y pared fina, cono translúcido, conexión luer y luer-lock. Calibre 23G, longitud 25mm. Estéril. Sin látex.	UND												
4	16.6	181995	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y pared fina, cono translúcido, conexión luer y luer-lock. Calibre 23G, longitud 40mm. Estéril. Sin látex.	UND												
4	16.7	181997	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y pared regular, cono translúcido, conexión luer y luer lock. Calibre 25G, longitud 16mm. Estéril. Sin látex.	UND												
4	16.8	181998	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y pared regular, cono translúcido, conexión luer y luer lock. Calibre 27G, longitud 13mm. Estéril. Sin látex.	UND												
4	16.9	182000	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y pared regular, cono translúcido, conexión luer y luer lock. Calibre 30G, longitud 12-13mm. Estéril. Sin látex.	UND												
5	17 al 18															
5	17	194347	Aguja de carga de medicación, de acero inoxidable, punta roma cortada en ángulo de 45º, conexión luer y luer lock. Calibre 18G, longitud 25mm. Estéril. Sin látex.	UND												
5	18	194348	Aguja de carga de medicación, de acero inoxidable, punta roma cortada en ángulo de 45º, conexión luer y luer lock, con filtro de 5 micras. Calibre 18G, longitud 40mm. Estéril. Sin látex.	UND												
6	19	198914	Aguja de carga de medicación, de acero inoxidable, punta roma, conexión NRFit. Calibre 18G, longitud 50mm. Estéril. Sin látex.	UND												
7	20 al 21															
7	20	190988	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y paredes finas, cono translúcido, conexión luer y luer lock. Calibre 25G, longitud 40mm. Estéril. Sin látex.	UND												

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO					IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (****)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
7	21	182001	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y paredes finas, cono translúcido, conexión luer y luer lock. Calibre 27G, longitud 40mm. Estéril. Sin látex.	UND												
8	22	182036	Aguja percutánea de acero inoxidable. Calibre 18G, long 70mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												
9	23	182030	Lanceta de punción capilar, de acero inoxidable, longitud aprox. 38mm, ancho aprox. 5,6mm, punta 1mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												
10	24	182034	Lanceta de seguridad, para punción capilar. Calibre 21G, profundidad punción entre 2,8-3mm, con aguja tribiselada. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												
11	25	206224	Lanceta de seguridad, para punción del talón, longitud aprox. 40mm, ancho aprox. 2,5mm, profundidad punción 1mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												
12	26 al 29	G562	Agujas infusión reservorio subcutáneo con sistema de bioseguridad activo, acero inox, punta Hubber, ángulo recto, asa de plástico, línea PVC baja absorción, luer lock c/tapón. Pinza bloqueo. Diferentes medidas. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP. Con base acolchada. El sistema de bioseguridad activo debe proteger la aguja de forma irreversible. Longitud aproximada de la línea 20cm. Tolerancia aprox. 5%.	UND												
12	26	182037	Aguja infusión reservorio subcutáneo con sistema de bioseguridad activo, acero inox, punta Hubber, ángulo recto, asa de plástico, línea PVC baja absorción, luer lock c/tapón. Pinza bloqueo. Calibre 19G, long 19mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP. Con base acolchada. El sistema de bioseguridad activo debe proteger la aguja de forma irreversible. Longitud aproximada de la línea 20cm. Tolerancia aprox. 5%.	UND												
12	27	182038	Aguja infusión reservorio subcutáneo con sistema de bioseguridad activo, acero inox, punta Hubber, ángulo recto, asa de plástico, línea PVC baja absorción, luer lock c/tapón. Pinza bloqueo. Calibre 19G, long 25mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP. Con base acolchada. El sistema de bioseguridad activo debe proteger la aguja de forma irreversible. Longitud aproximada de la línea 20cm. Tolerancia aprox. 5%.	UND												
12	28	182039	Aguja infusión reservorio subcutáneo con sistema de bioseguridad activo, acero inox, punta Hubber, ángulo recto, asa de plástico, línea PVC baja absorción, luer lock c/tapón. Pinza bloqueo. Calibre 20G, long 25mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP. Con base acolchada. El sistema de bioseguridad activo debe proteger la aguja de forma irreversible. Longitud aproximada de la línea 20cm. Tolerancia aprox. 5%.	UND												

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO					IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR ^(***)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN ^(**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO ^(**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS ^(***)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR ^(**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
12	29	182040	Aguja infusión reservorio subcutáneo con sistema de bioseguridad activo, acero inox, punta Hubber, ángulo recto, asa de plástico, línea PVC baja absorción, luer lock c/tapón. Pinza bloqueo. Calibre 22G, long 19mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP. Con base acolchada. El sistema de bioseguridad activo debe proteger la aguja de forma irreversible. Longitud aproximada de la línea 20cm. Tolerancia aprox. 5%.	UND												
13	30	G563	Agujas con sistema de bioseguridad, de acero inoxidable, triple bisel, con aleta fijadora (palomita), alargadera de PVC aprox. 30cm, conexión luer lock y portatubo premontado. Diferentes calibres y longitudes. Estériles. Un solo uso. Sin látex. Mecanismo de seguridad integrado en el dispositivo. Irreversible una vez activado. Activación con una sola mano. Conectado a adaptad or luer con aguja y válvula protectora incorporada y premontada al portatubos.	UND												
13	30.1	182042	Aguja con sistema de bioseguridad, de acero inoxidable, triple bisel, con aleta fijadora (palomita), alargadera de PVC aprox. 30cm, conexión luer lock y portatubo premontado. Calibre 21G, longitud 19mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Mecanismo de seguridad integrado en el dispositivo. Irreversible una vez activado. Activación con una sola mano. Conectado a adaptad or luer con aguja y válvula protectora incorporada y premontada al portatubos.	UND												
13	30.2	182043	Aguja con sistema de bioseguridad, de acero inoxidable, triple bisel, con aleta fijadora (palomita), alargadera de PVC aprox. 30cm, conexión luer lock y portatubo premontado. Calibre 23G, longitud 19mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Mecanismo de seguridad integrado en el dispositivo. Irreversible una vez activado. Activación con una sola mano. Conectado a adaptad or luer con aguja y válvula protectora incorporada y premontada al portatubos.	UND												
14	31	G1281	Agujas con sistema de bioseguridad, mecanismo no automático, de acero inoxidable, triple bisel, con aleta fijadora (palomita), alargadera de PVC aprox. 30cm y conexión luer lock. Diferentes calibres y longitudes. Estériles. Un solo uso. Sin látex.	UND												
14	31.1	182044	Aguja con sistema de bioseguridad, mecanismo no automático, de acero inoxidable, triple bisel, con aleta fijadora (palomita), alargadera de PVC aprox. 30cm y conexión luer lock. Calibre 19G, longitud 19mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO					IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (****)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (****)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
14	31.2	206463	Aguja con sistema de bioseguridad, mecanismo no automático, de acero inoxidable, triple bisel, con aleta fijadora (palomita), alargadera de PVC aprox. 30cm y conexión luer lock. Calibre 21G, longitud 19mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												
14	31.3	206464	Aguja con sistema de bioseguridad, mecanismo no automático, de acero inoxidable, triple bisel, con aleta fijadora (palomita), alargadera de PVC aprox. 30cm y conexión luer lock. Calibre 23G, longitud 19mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												
15	32	G564	Hojas de bisturí de acero inoxidable o de acero carbono. Diferentes medidas. Estéril.	UND												
15	32.1	182045	Hoja de bisturí de acero inoxidable o de acero carbono n.10. Adaptable a mango n.3. Estéril.	UND												
15	32.2	182046	Hoja de bisturí de acero inoxidable o de acero carbono n.11. Adaptable a mango n.3. Estéril.	UND												
15	32.3	182047	Hoja de bisturí de acero inoxidable o de acero carbono n.15. Adaptable a mango n.3. Estéril.	UND												
15	32.4	182048	Hoja de bisturí de acero inoxidable o de acero carbono n.20. Adaptable a mango n.4. Estéril.	UND												
15	32.5	182049	Hoja de bisturí de acero inoxidable o de acero carbono n.23. Adaptable a mango n.4. Estéril.	UND												
15	32.6	182050	Hoja de bisturí de acero inoxidable o de acero carbono n.24. Adaptable a mango n.4. Estéril.	UND												
16	33	G1215	Jeringas de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), diferentes capacidades, conexión luer-lock. Cilindro transparente de policarbonato. Graduación impresa imborrable. Color roja. Estériles. Un solo uso. Sin látex. Émbolo con anillo de seguridad de alta resistencia	UND												
16	33.1	182115	Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 10ml, conexión luer-lock. Cilindro transparente de policarbonato. Graduación impresa imborrable. Color roja. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Émbolo con anillo de seguridad de alta resistencia	UND												
16	33.2	182122	Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 20ml, conexión luer-lock. Cilindro transparente de policarbonato. Graduación impresa imborrable. Color roja. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Émbolo con anillo de seguridad de alta resistencia	UND												
17	34	182144	Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 50ml, cono concéntrico tipo catéter. Cilindro transparente, anillo de seguridad del émbolo reforzado. Graduación impresa imborrable. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												
18	35	212230	Llave de paso de 3 vías, mínimo 2 bar, resistente a soluciones hipertónicas i/o lipídicas, conexión flotante que permite el giro completo sobre su eje, 360º, conexión luer lock hermética. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre DEHP	UND												

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO					IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (****)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
19	36 al 37															
19	36	182098	Catéter de termomodulación con balón, calibre 7Fr, longitud 110cm, 3 luces; distal-proximal-inflado, radiopaco, llave de cierre y cable del termistor. Extra rígido. Conexión a monitor de gasto cardíaco, guía 0,028"+jeringa 1,5ml. Estéril. un solo uso.	UND												
19	37	182099	Catéter de termomodulación con balón, calibre 7Fr, longitud 110cm, 3 luces; distal-proximal-inflado, radiopaco, llave de cierre y cable del termistor. Conexión a monitor de gasto cardíaco, jeringa de 1,5ml con conexión luer-lock. Estéril. Un solo uso.	UND												
20	38	G1122	Jeringas de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 1ml, conexión luer concéntrica con aguja de bioseguridad, para tuberculina. Cilindro transparente. Graduación impresa imborrable. Estériles. Un solo uso. Sin látex.	UND												
20	38.1	182141	Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 1ml, conexión luer concéntrica con aguja de bioseg. tribiselada 27Gx13mm, para tuberculina. Cilindro transparente. Graduación impresa imborrable. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												
20	38.2	182117	Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 1ml, conexión luer concéntrica con aguja de bioseg. tribiselada 28Gx13mm, para tuberculina. Cilindro transparente. Graduación impresa imborrable. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												
21	39	182131	Jeringa gasometría 3 piezas, capacidad 3ml, luer lock. Cilindro transparente. Graduación imborrable, precargada de heparina, balanceada de litio y vaporizada en jeringa, aguja triple bisel c/sistema bioseg activo 22G. Estéril. Un solo uso. Sin látex.	UND												
22	40	216067	Solución para el mantenimiento de catéteres, compuesta de heparina sódica 20UI/ml. Vial de 3ml. Un solo uso.	VIA												
23	41	182229	Solución con sustancias antimicrobianas, compuesto de taurolidina, heparina 500UI/ml y citrato 4%, para el sellado de catéteres y reservorios implantables. Vial de 5ml. Estéril. Un solo uso.	UND												
24	42	182226	Solución con sustancias antimicrobianas, compuesto de taurolidina, uroquinasa 25.000UI y citrato 4%, para el sellado de catéteres y reservorios implantables. Vial de 5ml, más vial de Uroquinasa. Estéril. Un solo uso.	UND												
25	43 al 45															

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO					IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR											
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML)	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***)	FORMATO DE PRESENTACIÓN	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**)	FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**)	OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***)	UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)	NOMBRE DEL FABRICANTE	MARCA	REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
25	43	181267	Kit de monitorización de presión arterial: 1 transductor, equipo de infusión con macro gotero 150cm apx, sistema de lavado integrado y flujo continuo, 2 llaves 3 vías, 2 alargaderas 120cm y 30cm aprox. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Conector del cable del monitor impermeable. Tolerancia del aprox. +/-5%. Desviación del cero <(><<)>/= 25mmHg. Disposición de placas y pinzas soporte	KIT												
25	44	181268	Kit de monitorización de presión arterial: 2 transductores, equipo de infusión con macro gotero 150cm apx, sistema de lavado integrado y flujo continuo. Cada transductor: 2 llaves 3v, 2 alargaderas 120cm y 30cm apx. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Conector del cable del monitor impermeable. Tolerancia del aprox. +/-5%. Desviación del cero <(><<)>/= 25mmHg. Disposición de placas y pinzas soporte	KIT												
25	45	181269	Kit de monitorización de presión arterial: 3 transductores, equipo de infusión con macro gotero 150cm apx, sistema de lavado integrado y flujo continuo. Cada transductor: 2 llaves 3v, 2 alargaderas 120cm y 30cm apx. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Conector del cable del monitor impermeable. Tolerancia del aprox. +/-5%. Desviación del cero <(><<)>/= 25mmHg. Disposición de placas y pinzas soporte	KIT												
26	46	180196	Almohadilla de espuma de poliuretano con adhesivo acrílico biocompatible. Densidad de la espuma aprox. 20Kg/m3. Medida aprox. 28cm x 20cm x 1cm. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/-5%	UND												

Este documento de oferta no se tiene que firmar dado que, en el momento de hacer el envío de la proposición a través de la herramienta de Sobre Digital, la persona o personas que tienen la debida representación de la empresa tienen que firmar el documento "resumen" de la oferta presentada que comporta la firma de todos los documentos que la integran, sin perjuicio de tener que firmar el DEUC en conformidad con el artículo 140 de la LCSP

* Encontraréis las instrucciones en la pestaña de "Instrucciones cumplimentación"

ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 2 PPT ALBARÀ DE MOSTRES

Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI.
En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi.
Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.

TÍTOL DE L'EXPEDIENT:	Material de punció, transductors de pressió, administració de fluids amb i sense dispositiu de bio seguretat, sol.lucions pel manteniment dels catèters
NÚMERO D'EXPEDIENT:	2024/81

IDENTIFICACIÓ DEL LICITADOR I DE L'OFERTA:		REGISTRE DE MOSTRES	
EMPRESA:		DATA I HORA RECEPCIÓ	
MAIL		SEGELL I SIGNATURA	
		NOM I DNI/MATRICULA DEL RECEPTOR	

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT				IDENTIFICACIÓ ARTICLE DEL LICITADOR			
LOT	ARTICLE	CODI HCB	DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA ARTICLE	QUANTITAT DE MOSTRES REQUERIDES	QUANTITAT DE MOSTRES PRESENTADES
1	1	181758	Adaptador amb luer amb portatub premontat per a extraccions per sistema de buit. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.			100	
2	2 al 14	G560	Agulles espinals d'acer inoxidable, bisell curt tipus Quincke amb estilet interior, superfície exterior polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca de seguretat. Diferents calibres i llargàries. Estèril. Sense làtex.				
2	2	182010	Agulla espinal d'acer inoxidable, bisell curt tipus Quincke amb estilet interior, superfície exterior polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca de seguretat. Calibre 18G, llargària 75mm. Estèril. Sense làtex.			10	

2	3	182011	Agulla espinal d'acer inoxidable, bisell curt tipus Quincke amb estilet interior, superfície exterior polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca de seguretat. Calibre 18G, llargària 90mm. Estèril. Sense làtex.			5	
2	4	182012	Agulla espinal d'acer inoxidable, bisell curt tipus Quincke amb estilet interior, superfície exterior polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca de seguretat. Calibre 19G, llargària 90mm. Estèril. Sense làtex.			5	
2	5	182018	Agulla espinal d'acer inoxidable, bisell curt tipus Quincke amb estilet interior, superfície exterior polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca de seguretat. Mides especials. Calibre 20G, llargària 152mm. Estèril. Sense làtex.			5	
2	6	182013	Agulla espinal d'acer inoxidable, bisell curt tipus Quincke amb estilet interior, superfície exterior polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca de seguretat. Calibre 20G, llargària 90mm. Estèril. Sense làtex.			10	
2	7	182020	Agulla espinal d'acer inoxidable, bisell curt tipus Quincke amb estilet interior, superfície exterior polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca de seguretat. Calibre 22G, llargària 125mm. Estèril. Sense làtex.			5	
2	8	182021	Agulla espinal d'acer inoxidable, bisell curt tipus Quincke amb estilet interior, superfície exterior polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca de seguretat. Calibre 22G, llargària 175-180mm. Estèril. Sense làtex.			2	
2	9	182014	Agulla espinal d'acer inoxidable, bisell curt tipus Quincke amb estilet interior, superfície exterior polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca de seguretat. Calibre 22G, llargària 40mm. Estèril. Sense làtex.			5	
2	10	182015	Agulla espinal d'acer inoxidable, bisell curt tipus Quincke amb estilet interior, superfície exterior polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca de seguretat. Calibre 22G, llargària 90mm. Estèril. Sense làtex.			10	
2	11	182022	Agulla espinal d'acer inoxidable, bisell curt tipus Quincke amb estilet interior, superfície exterior polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca de seguretat. Pediàtrica. Calibre 25G, llargària 25mm. Estèril. Sense làtex.			2	
2	12	182016	Agulla espinal d'acer inoxidable, bisell curt tipus Quincke amb estilet interior, superfície exterior polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca de seguretat. Calibre 25G, llargària 90mm. Estèril. Sense làtex.			5	

2	13	182017	Agulla espinal d'acer inoxidable, bisell curt tipus Quincke amb estilet interior, superfície exterior polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca de seguretat. Calibre 26G, llargària 90mm. Estèril. Sense làtex.			5	
2	14	182023	Agulla espinal d'acer inoxidable, bisell curt tipus Quincke amb estilet interior, superfície exterior polida i no siliconada, pavelló transparent amb osca de seguretat. Calibre 27G, llargària 90mm. Estèril. Sense làtex.			5	
3	15	G559	Agulles hipodèrmiques amb sistema de bioseguretat d'activació visual-sonora, d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado, connexió luer, luer lock, puliment electrònic. Diferents calibres i llargàries. Estèril. Sense làtex. Amb protecció de l'agulla de forma irreversible.				
3	15.1	182004	Agulla hipodèrmica amb sistema de bioseguretat d'activació visual-sonora, d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i paret fina, connexió luer i luer lock, puliment electrònic. Calibre 21G, llargària 25mm. Estèril. Sense làtex. Amb protecció de l'agulla de forma irreversible.			400	
3	15.2	182005	Agulla hipodèrmica amb sistema de bioseguretat d'activació visual-sonora, d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i paret fina, connexió luer i luer lock, puliment electrònic. Calibre 21G, llargària 38-40mm. Estèril. Sense làtex. Amb protecció de l'agulla de forma irreversible.			400	
3	15.3	182006	Agulla hipodèrmica amb sistema de bioseguretat d'activació visual-sonora, d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i paret regular, connexió luer i luer lock, puliment electrònic. Calibre 23G, llargària 25mm. Estèril. Sense làtex. Amb protecció de l'agulla de forma irreversible.			400	
3	15.4	182007	Agulla hipodèrmica amb sistema de bioseguretat d'activació visual-sonora, d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i paret regular, connexió luer i luer lock, puliment electrònic. Calibre 25G, llargària 16mm. Estèril. Sense làtex. Amb protecció de l'agulla de forma irreversible.			100	
3	15.5	182008	Agulla hipodèrmica amb sistema de bioseguretat d'activació visual-sonora, d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i paret regular, connexió luer i luer lock, puliment electrònic. Calibre 30G, llargària 13mm. Estèril. Sense làtex. Amb protecció de l'agulla de forma irreversible.			100	
4	16	G558	Agulles hipodèrmiques d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i parets primes, con translúcid, connexió luer i luer lock. Diferents calibres i llargàries. Estèril. Sense làtex.				

4	16.1	181990	Agulla hipodèrmica d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i paret fina, con translúcid, connexió luer i luer lock. Calibre 19G, llargària 25mm. Estèril. Sense làtex.			500	
4	16.2	181993	Agulla hipodèrmica d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i paret fina, con translúcid, connexió luer i luer lock. Calibre 21G, llargària 25mm. Estèril. Sense làtex.			300	
4	16.3	181994	Agulla hipodèrmica d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i paret fina, con translúcid, connexió luer i luer lock. Calibre 21G, llargària 40mm. Estèril. Sense làtex.			100	
4	16.4	213356	Agulla hipodèrmica d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i paret fina, con translúcid, connexió luer i luer lock. Calibre 21G, llargària 50mm. Estèril. Sense làtex.			50	
4	16.5	181996	Agulla hipodèrmica d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i paret fina, con translúcid, connexió luer i luer lock. Calibre 23G, llargària 25mm. Estèril. Sense làtex.			100	
4	16.6	181995	Agulla hipodèrmica d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i paret fina, con translúcid, connexió luer i luer lock. Calibre 23G, llargària 40mm. Estèril. Sense làtex.			200	
4	16.7	181997	Agulla hipodèrmica d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i paret regular, con translúcid, connexió luer i luer lock. Calibre 25G, llargària 16mm. Estèril. Sense làtex.			300	
4	16.8	181998	Agulla hipodèrmica d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i paret regular, con translúcid, connexió luer i luer lock. Calibre 27G, llargària 13mm. Estèril. Sense làtex.			100	
4	16.9	182000	Agulla hipodèrmica d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i paret regular, con translúcid, connexió luer i luer lock. Calibre 30G, llargària 12-13mm. Estèril. Sense làtex.			300	
5	17 al 18						
5	17	194347	Agulla de càrrega de medicació, d'acer inoxidable, punta roma tallada en angle de 45°, connexió luer i luer lock. Calibre 18G, llargària 25mm. Estèril. Sense làtex.			200	
5	18	194348	Agulla de càrrega de medicació, d'acer inoxidable, punta roma tallada en angle de 45°, connexió luer i luer lock, amb filtre de 5 micres. Calibre 18G, llargària 40mm. Estèril. Sense làtex.			200	
6	19	198914	Agulla de càrrega de medicació, d'acer inoxidable, punta roma, connexió NRFit. Calibre 18G, llargària 50mm. Estèril. Sense làtex.			100	
7	20 al 21						

7	20	190988	Agulla hipodèrmica d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i parets fines, con translúcid, connexió luer i luer lock. Calibre 25G, llargària 40mm. Estèril. Sense làtex.			100	
7	21	182001	Agulla hipodèrmica d'acer inoxidable, punta bisellada de triple facetado i parets fines, con translúcid, connexió luer i luer lock. Calibre 27G, llargària 40mm. Estèril. Sense làtex.			100	
8	22	182036	Agulla percutània d'acer inoxidable. Calibre 18G, llargària aprox. 70mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.			50	
9	23	182030	Llanceta de punció capil.lar, d'acer inoxidable, llargària aprox. 38mm, ample aprox. 5,6mm, punta 1mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.			400	
10	24	182034	Llanceta de seguretat, per punció capil.lar. Calibre 21G, profunditat punció entre 2,8-3mm, amb agulla tribisellada. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.			200	
11	25	206224	Llanceta de seguretat, per punció de taló, llargària aprox. 40mm, ample aprox. 2,5mm, profunditat punció 1mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.			200	
12	26 al 29	G562	Agulles infusió reservori subcutani amb sistema de bioseguretat actiu, acer inox, punta Hubber, angle recte, nansa de plàstic, línia PVC baixa absorció, luer lock a/tap. Pinça bloqueix. Diferents mides. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Lliure DEHP. Amb base embuatada. El sistema de bioseguretat actiu haurà de protegir l'agulla de manera irreversible. Llargària aproximada de la línia 20cm. Tolerància aprox. 5%.				
12	26	182037	Agulla infusió reservori subcutani amb sistema de bioseguretat actiu, acer inox, punta Hubber, angle recte, nansa de plàstic, línia PVC baixa absorció, luer lock a/tap. Pinça bloqueix. Calibre 19G, llargària 19mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Lliure DEHP. Amb base embuatada. El sistema de bioseguretat actiu haurà de protegir l'agulla de manera irreversible. Llargària aproximada de la línia 20cm. Tolerància aprox. 5%.			75	
12	27	182038	Agulla infusió reservori subcutani amb sistema de bioseguretat actiu, acer inox, punta Hubber, angle recte, nansa de plàstic, línia PVC baixa absorció, luer lock a/tap. Pinça bloqueix. Calibre 19G, llargària 25mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Lliure DEHP. Amb base embuatada. El sistema de bioseguretat actiu haurà de protegir l'agulla de manera irreversible. Llargària aproximada de la línia 20cm. Tolerància aprox. 5%.			50	

12	28	182039	Agulla infusió reservori subcutani amb sistema de bioseguretat actiu, acer inox, punta Hubber, angle recte, nansa de plàstic, línia PVC baixa absorció, luer lock a/tap. Pinça bloqueix. Calibre 20G, llargària 25mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Lliure DEHP. Amb base embuatada. El sistema de bioseguretat actiu haurà de protegir l'agulla de manera irreversible. Llargària aproximada de la línia 20cm. Tolerància aprox. 5%.			5	
12	29	182040	Agulla infusió reservori subcutani amb sistema de bioseguretat actiu, acer inox, punta Hubber, angle recte, nansa de plàstic, línia PVC baixa absorció, luer lock a/tap. Pinça bloqueix. Calibre 22G, llargària 19mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Lliure DEHP. Amb base embuatada. El sistema de bioseguretat actiu haurà de protegir l'agulla de manera irreversible. Llargària aproximada de la línia 20cm. Tolerància aprox. 5%.			25	
13	30	G563	Agulles amb sistema de bioseguretat, d'acer inoxidable, triple bisell, amb aleta fixadora (palomita), allargadera de PVC aprox. 30cm, connexió luer lock i portatub premuntat. Diferents calibres i llargàries. Estèrils. Un sol ús. Sense làtex. Mecanisme de seguretat al dispositiu. Irreversible un cop activat. Activació amb una sola mà. Connectat a adaptador luer amb agulla i vàlvula protectora incorporada i premuntada al porta-tubs.				
13	30.1	182042	Agulla amb sistema de bioseguretat, d'acer inoxidable, triple bisell, amb aleta fixadora (palomita), allargadera de PVC aprox. 30cm, connexió luer lock i portatub premuntat. Calibre 21G, llargària 19mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Mecanisme de seguretat al dispositiu. Irreversible un cop activat. Activació amb una sola mà. Connectat a adaptador luer amb agulla i vàlvula protectora incorporada i premuntada al porta-tubs.			200	
13	30.2	182043	Agulla amb sistema de bioseguretat, d'acer inoxidable, triple bisell, amb aleta fixadora (palomita), allargadera de PVC aprox. 30cm, connexió luer lock i portatub premuntat. Calibre 23G, llargària 19mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Mecanisme de seguretat al dispositiu. Irreversible un cop activat. Activació amb una sola mà. Connectat a adaptador luer amb agulla i vàlvula protectora incorporada i premuntada al porta-tubs.			100	
14	31	G1281	Agulles amb sistema de bioseguretat, mecanisme no automàtic, d'acer inoxidable, triple bisell, amb aleta fixadora (palomita), allargadera de PVC aprox. 30cm i connexió luer lock. Diferents calibres i llargàries. Estèrils. Un sol ús. Sense làtex.				

14	31.1	182044	Agulla amb sistema de bioseguretat, mecanisme no automàtic, d'acer inoxidable, triple bisell, amb aleta fixadora (palomita), allargadera de PVC aprox. 30cm i connexió luer lock. Calibre 19G, llargària 19mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.			50	
14	31.2	206463	Agulla amb sistema de bioseguretat, mecanisme no automàtic, d'acer inoxidable, triple bisell, amb aleta fixadora (palomita), allargadera de PVC aprox. 30cm i connexió luer lock. Calibre 21G, llargària 19mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.			50	
14	31.3	206464	Agulla amb sistema de bioseguretat, mecanisme no automàtic, d'acer inoxidable, triple bisell, amb aleta fixadora (palomita), allargadera de PVC aprox. 30cm i connexió luer lock. Calibre 23G, llargària 19mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.			50	
15	32	G564	Fulles de bisturí d'acer inoxidable o d'acer de carboni. Diferents mides. Estèril.				
15	32.1	182045	Fulla de bisturí d'acer inoxidable o d'acer de carboni n.10. Adaptable a mànec n.3. Estèril.			100	
15	32.2	182046	Fulla de bisturí d'acer inoxidable o d'acer de carboni n.11. Adaptable a mànec n.3. Estèril.			300	
15	32.3	182047	Fulla de bisturí d'acer inoxidable o d'acer de carboni n.15. Adaptable a mànec n.3. Estèril.			300	
15	32.4	182048	Fulla de bisturí d'acer inoxidable o d'acer de carboni n.20. Adaptable a mànec n.4. Estèril.			100	
15	32.5	182049	Fulla de bisturí d'acer inoxidable o d'acer de carboni n.23. Adaptable a mànec n.4. Estèril.			200	
15	32.6	182050	Fulla de bisturí d'acer inoxidable o d'acer de carboni n.24. Adaptable a mànec n.4. Estèril.			100	
16	33	G1215	Xeringues 3 peces (cos, èmbol i junta d'estanquitat), diferents capacitats, connexió luer-lock. Cilindre transparent de policarbonat. Graduació impresa inesborrable. Color vermella. Estèrils. Un sol ús. Sense làtex. Èmbol amb anell de seguretat d'alta resistència				
16	33.1	182115	Xeringa 3 peces (cos, èmbol i junta d'estanquitat), capacitat 10ml, connexió luer-lock. Cilindre transparent de policarbonat. Graduació impresa inesborrable. Color vermella. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Èmbol amb anell de seguretat d'alta resistència			75	
16	33.2	182122	Xeringa 3 peces (cos, èmbol i junta d'estanquitat), capacitat 20ml, connexió luer-lock. Cilindre transparent de policarbonat. Graduació impresa inesborrable. Color vermella. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Èmbol amb anell de seguretat d'alta resistència			75	
17	34	182144	Xeringa 3 peces (cos, èmbol i junta d'estanquitat), capacitat 50ml, con concèntric tipus catèter. Cilindre transparent, anell de seguretat de l'èmbol reforçat. Graduació impresa inesborrable. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.			120	

18	35	212230	Clau de pas de 3 vies, mínim 2 bar, resistent a solucions hipertòniques i/o lipídiques, connexió flotant permetent el gir complet sobre el seu eix, 360°, connexió luer lock hermètica. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Lliure DEHP			400	
19	36 al 37						
19	36	182098	Catèter de termodilució amb baló, calibre 7Fr, llargària 100cm, 3 llums; distal-proximal-inflat, radioopac, clau de tancament i cable del termistor. Extra rígida. Connexió a monitor de despesa cardíaca, guia 0,028"+xeringa 1,5ml. Estèril. Un sol ús.			2	
19	37	182099	Catèter de termodilució amb baló, calibre 7Fr, llargària 110cm, 3 llums; distal-proximal-inflat, radioopac, clau de tancament i cable del termistor. Connexió a monitor de despesa cardíaca, xeringa de 1,5ml amb connexió luer-lock. Estèril. Un sol ús.			5	
20	38	G1122	Xeringues 3 peces (cos, èmbol i junta d'estanquitat), capacitat 1ml, connexió luer concèntrica amb agulla de bioseguretat, per tuberculina. Cilindre transparent. Graduació impresa inesborrable. Estèrils. Un sol ús. Sense làtex.				
20	38.1	182141	Xeringa 3 peces (cos, èmbol i junta d'estanquitat), capacitat 1ml, connexió luer concèntrica amb agulla de bioseguretat tribisellada de 27Gx13mm, per tuberculina. Cilindre transparent. Graduació impresa inesborrable. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.			50	
20	38.2	182117	Xeringa 3 peces (cos, èmbol i junta d'estanquitat), capacitat 1ml, connexió luer concèntrica amb agulla de bioseguretat tribisellada de 28Gx13mm, per tuberculina. Cilindre transparent. Graduació impresa inesborrable. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.			100	
21	39	182131	Xeringa gasometria 3 peces, capacitat 3ml, luer lock. Cilindre transparent. Graduació inesborrable, precarregada heparina, balancejada de liti i vaporitzada en xeringa, agulla triple bisell a/sistema bioseg actiu 22G. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.			400	
22	40	216067	Solució per al manteniment de catèters, composta d'heparina sòdica 20UI/ml. Vial de 3ml. Un sol ús.			10	
23	41	182229	Solució amb substàncies antimicrobianes, compost de taurolidina, heparina 500UI/ml i citrat 4%, per al segellat de catèters i reservoris implantables. Vial de 5ml. Estèril. Un sol ús.			10	
24	42	182226	Solució amb substàncies antimicrobianes, compost de taurolidina, uroquinasa 25.000UI i citrat 4%, per al segellat de catèters i reservoris implantables. Vial de 5ml, més vial d'Uroquinasa. Estèril. Un sol ús.			5	
25	43 al 45						

25	43	181267	Kit de monitorització de pressió arterial: 1 transductor, equip d'infusió amb macrogoter 150cm apx, sistema de rentat integrat i flux continu, 2 claus 3 vies, 2 allargades 120cm i 30cm aprox. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Connector del cable del monitor impermeable. Tolerància de l'aprox. +/- 5%. Desviació del zero <(><<)> /= 25mmHg. Disposició de plaques i pinces suport			30	
25	44	181268	Kit de monitorització de pressió arterial: 2 transductors, equip d'infusió amb macrogoter 150cm apx, sistema de rentat integrat i flux continu. Cada transductor: 2 claus 3v, 2 allargadores 120cm i 30cm apx. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Connector del cable del monitor impermeable. Tolerància de l'aprox. +/- 5%. Desviació del zero <(><<)> /= 25mmHg. Disposició de plaques i pinces suport			15	
25	45	181269	Kit de monitorització de pressió arterial: 3 transductors, equip d'infusió amb macrogoter 150cm apx, sistema de rentat integrat i flux continu. Cada transductor: 2 claus 3v, 2 allargadores 120cm i 30cm apx. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Connector del cable del monitor impermeable. Tolerància de l'aprox. +/- 5%. Desviació del zero <(><<)> /= 25mmHg. Disposició de plaques i pinces suport			6	
26	46	180196	Coixinet d'escuma de poliuretà amb adhesiu acrílic biocompatible. Densitat de l'escuma aprox. 20Kg/m3. Mida aprox. 28cm x 20cm x 1cm. Sense làtex. Tolerància de l'aprox. +/-5%				

Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions.

ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 2 PPT ALBARÁN DE MUESTRAS

*Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE.
En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE.
Presentación obligatoria de este anexo en formato EXCEL no protegido.*

TÍTULO EXPEDIENTE:	Material de punción , trasductores de presión, administración de fluidos con y sin dispositivo de bioseguridad, soluciones para el mantenimiento de los catéteres
NÚMERO EXPEDIENTE:	2024/81

IDENTIFICACIÓN DEL LICITADOR Y DE LA OFERTA:		REGISTRO DE MUESTRAS	
EMPRESA:		FECHA Y HORA RECEPCIÓN	
MAIL		SELLO Y FIRMA	
		NOMBRE Y DNI/MATRICULA DEL RECEPTOR	

IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO				IDENTIFICACIÓN ARTICULO DEL LICITADOR			
LOTE	ARTÍCULO	CÓDIGO HCB	DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS	DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR	REFERENCIA ARTÍCULO	CANTIDAD DE MUESTRAS REQUERIDAS	CANTIDAD DE MUESTRAS PRESENTADAS
1	1	181758	Adaptador luer con portatubo premontado para extracciones por sistema de vacío. Estéril. Un solo uso. Sin látex.			100	
2	2 al 14	G560	Agujas espinales de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Diferentes calibres y longitudes. Estéril. Sin látex.				
2	2	182010	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 18G, longitud 75mm. Estéril. Sin látex.			10	

2	3	182011	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 18G, longitud 90mm. Estéril. Sin látex.			5	
2	4	182012	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 19G, longitud 90mm. Estéril. Sin látex.			5	
2	5	182018	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Medidas especiales. Calibre 20G, longitud 152mm. Estéril. Sin látex.			5	
2	6	182013	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 20G, longitud 90mm. Estéril. Sin látex.			10	
2	7	182020	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 22G, longitud 125mm. Estéril. Sin látex.			5	
2	8	182021	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 22G, longitud 175-180mm. Estéril. Sin látex.			2	
2	9	182014	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 22G, longitud 40mm. Estéril. Sin látex.			5	
2	10	182015	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 22G, longitud 90mm. Estéril. Sin látex.			10	
2	11	182022	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Pediátrica. Calibre 25G, longitud 25mm. Estéril. Sin látex.			2	

2	12	182016	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 25G, longitud 90mm. Estéril. Sin látex.			5	
2	13	182017	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 26G, longitud 90mm. Estéril. Sin látex.			5	
2	14	182023	Aguja espinal de acero inoxidable, bisel corto tipo Quincke con estilete interno, superficie exterior pulida y no siliconada, pabellón transparente con muesca de seguridad. Calibre 27G, longitud 90mm. Estéril. Sin látex.			5	
3	15	G559	Agujas hipodérmica con sistema de bioseguridad de activación visual-sonora, de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado, conexión luer, luer lock, pulido electrónico. Diferentes calibres y longitudes. Estéril. Sin látex. Con protección de la aguja de forma irreversible.				
3	15.1	182004	Aguja hipodérmica con sistema de bioseguridad de activación visual-sonora, de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y pared fina, conexión luer y luer lock, pulido electrónico. Calibre 21G, longitud 25mm. Estéril. Sin látex. Con protección de la aguja de forma irreversible.			400	
3	15.2	182005	Aguja hipodérmica con sistema de bioseguridad de activación visual-sonora, de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y pared fina, conexión luer y luer lock, pulido electrónico. Calibre 21G, longitud 38-40mm. Estéril. Sin látex. Con protección de la aguja de forma irreversible.			400	
3	15.3	182006	Aguja hipodérmica con sistema de bioseguridad de activación visual-sonora, de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y pared regular, conexión luer y luer lock, pulido electrónico. Calibre 23G, longitud 25mm. Estéril. Sin látex. Con protección de la aguja de forma irreversible.			400	
3	15.4	182007	Aguja hipodérmica con sistema de bioseguridad de activación visual-sonora, de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y pared regular, conexión luer y luer lock, pulido electrónico. Calibre 25G, longitud 16mm. Estéril. Sin látex. Con protección de la aguja de forma irreversible.			100	

3	15.5	182008	Aguja hipodérmica con sistema de bioseguridad de activación visual-sonora, de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y pared regular, conexión luer y luer lock, pulido electrónico. Calibre 30G, longitud 13mm. Estéril. Sin látex. Con protección de la aguja de forma irreversible.			100	
4	16	G558	Agujas hipodérmicas de acero inoxidable, punta biselada de tripe facetado y paredes finas, cono translúcido, conexión luer y luer lock. Diferentes calibres y longitudes. Estéril. Sin látex.				
4	16.1	181990	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y pared fina, cono translúcido, conexión luer y luer-lock. Calibre 19G, longitud 25mm. Estéril. Sin látex.			500	
4	16.2	181993	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y pared fina, cono translúcido, conexión luer y luer-lock. Calibre 21G, longitud 25mm. Estéril. Sin látex.			300	
4	16.3	181994	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y pared fina, cono translúcido, conexión luer y luer-lock. Calibre 21G, longitud 40mm. Estéril. Sin látex.			100	
4	16.4	213356	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y pared fina, cono translúcido, conexión luer y luer-lock. Calibre 21G, longitud 50mm. Estéril. Sin látex.			50	
4	16.5	181996	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y pared fina, cono translúcido, conexión luer y luer-lock. Calibre 23G, longitud 25mm. Estéril. Sin látex.			100	
4	16.6	181995	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y pared fina, cono translúcido, conexión luer y luer-lock. Calibre 23G, longitud 40mm. Estéril. Sin látex.			200	
4	16.7	181997	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y pared regular, cono translúcido, conexión luer y luer lock. Calibre 25G, longitud 16mm. Estéril. Sin látex.			300	
4	16.8	181998	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y pared regular, cono translúcido, conexión luer y luer lock. Calibre 27G, longitud 13mm. Estéril. Sin látex.			100	
4	16.9	182000	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y pared regular, cono translúcido, conexión luer y luer lock. Calibre 30G, longitud 12-13mm. Estéril. Sin látex.			300	
5	17 al 18						

5	17	194347	Aguja de carga de medicación, de acero inoxidable, punta roma cortada en ángulo de 45°, conexión luer y luer lock. Calibre 18G, longitud 25mm. Estéril. Sin látex.			200	
5	18	194348	Aguja de carga de medicación, de acero inoxidable, punta roma cortada en ángulo de 45°, conexión luer y luer lock, con filtro de 5 micras. Calibre 18G, longitud 40mm. Estéril. Sin látex.			200	
6	19	198914	Aguja de carga de medicación, de acero inoxidable, punta roma, conexión NRFit. Calibre 18G, longitud 50mm. Estéril. Sin látex.			100	
7	20 al 21						
7	20	190988	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y paredes finas, cono translúcido, conexión luer y luer lock. Calibre 25G, longitud 40mm. Estéril. Sin látex.			100	
7	21	182001	Aguja hipodérmica de acero inoxidable, punta biselada de triple facetado y paredes finas, cono translúcido, conexión luer y luer lock. Calibre 27G, longitud 40mm. Estéril. Sin látex.			100	
8	22	182036	Aguja percutánea de acero inoxidable. Calibre 18G, long 70mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.			50	
9	23	182030	Lanceta de punción capilar, de acero inoxidable, longitud aprox. 38mm, ancho aprox. 5,6mm, punta 1mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.			400	
10	24	182034	Lanceta de seguridad, para punción capilar. Calibre 21G, profundidad punción entre 2,8-3mm, con aguja tribiselada. Estéril. Un solo uso. Sin látex.			200	
11	25	206224	Lanceta de seguridad, para punción del talón, longitud aprox. 40mm, ancho aprox. 2,5mm, profundidad punción 1mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.			200	
12	26 al 29	G562	Agujas infusión reservorio subcutáneo con sistema de bioseguridad activo, acero inox, punta Hubber, ángulo recto, asa de plástico, línea PVC baja absorción, luer lock c/tapón. Pinza bloqueo. Diferentes medidas. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP. Con base acolchada. El sistema de bioseguridad activo debe proteger la aguja de forma irreversible. Longitud aproximada de la línea 20cm. Tolerancia aprox. 5%.				

12	26	182037	Aguja infusión reservorio subcutáneo con sistema de bioseguridad activo, acero inox, punta Hubber, ángulo recto, asa de plástico, línea PVC baja absorción, luer lock c/tapón. Pinza bloqueo. Calibre 19G, long 19mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP. Con base acolchada. El sistema de bioseguridad activo debe proteger la aguja de forma irreversible. Longitud aproximada de la línea 20cm. Tolerancia aprox. 5%.			75	
12	27	182038	Aguja infusión reservorio subcutáneo con sistema de bioseguridad activo, acero inox, punta Hubber, ángulo recto, asa de plástico, línea PVC baja absorción, luer lock c/tapón. Pinza bloqueo. Calibre 19G, long 25mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP. Con base acolchada. El sistema de bioseguridad activo debe proteger la aguja de forma irreversible. Longitud aproximada de la línea 20cm. Tolerancia aprox. 5%.			50	
12	28	182039	Aguja infusión reservorio subcutáneo con sistema de bioseguridad activo, acero inox, punta Hubber, ángulo recto, asa de plástico, línea PVC baja absorción, luer lock c/tapón. Pinza bloqueo. Calibre 20G, long 25mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP. Con base acolchada. El sistema de bioseguridad activo debe proteger la aguja de forma irreversible. Longitud aproximada de la línea 20cm. Tolerancia aprox. 5%.			5	
12	29	182040	Aguja infusión reservorio subcutáneo con sistema de bioseguridad activo, acero inox, punta Hubber, ángulo recto, asa de plástico, línea PVC baja absorción, luer lock c/tapón. Pinza bloqueo. Calibre 22G, long 19mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre de DEHP. Con base acolchada. El sistema de bioseguridad activo debe proteger la aguja de forma irreversible. Longitud aproximada de la línea 20cm. Tolerancia aprox. 5%.			25	
13	30	G563	Agujas con sistema de bioseguridad, de acero inoxidable, triple bisel, con aleta fijadora (palomita), alargadera de PVC aprox. 30cm, conexión luer lock y portatubo premontado. Diferentes calibres y longitudes. Estériles. Un solo uso. Sin látex. Mecanismo de seguridad integrado en el dispositivo. Irreversible una vez activado. Activación con una sola mano. Conectado a adaptador or luer con aguja y válvula protectora incorporada y premontada al portatubos.				

13	30.1	182042	Aguja con sistema de bioseguridad, de acero inoxidable, triple bisel, con aleta fijadora (palomita), alargadera de PVC aprox. 30cm, conexión luer lock y portatubo premontado. Calibre 21G, longitud 19mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Mecanismo de seguridad integrado en el dispositivo. Irreversible una vez activado. Activación con una sola mano. Conectado a adaptador luer con aguja y válvula protectora incorporada y premontada al portatubos.			200	
13	30.2	182043	Aguja con sistema de bioseguridad, de acero inoxidable, triple bisel, con aleta fijadora (palomita), alargadera de PVC aprox. 30cm, conexión luer lock y portatubo premontado. Calibre 23G, longitud 19mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Mecanismo de seguridad integrado en el dispositivo. Irreversible una vez activado. Activación con una sola mano. Conectado a adaptador luer con aguja y válvula protectora incorporada y premontada al portatubos.			100	
14	31	G1281	Agujas con sistema de bioseguridad, mecanismo no automático, de acero inoxidable, triple bisel, con aleta fijadora (palomita), alargadera de PVC aprox. 30cm y conexión luer lock. Diferentes calibres y longitudes. Estériles. Un solo uso. Sin látex.				
14	31.1	182044	Aguja con sistema de bioseguridad, mecanismo no automático, de acero inoxidable, triple bisel, con aleta fijadora (palomita), alargadera de PVC aprox. 30cm y conexión luer lock. Calibre 19G, longitud 19mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.			50	
14	31.2	206463	Aguja con sistema de bioseguridad, mecanismo no automático, de acero inoxidable, triple bisel, con aleta fijadora (palomita), alargadera de PVC aprox. 30cm y conexión luer lock. Calibre 21G, longitud 19mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.			50	
14	31.3	206464	Aguja con sistema de bioseguridad, mecanismo no automático, de acero inoxidable, triple bisel, con aleta fijadora (palomita), alargadera de PVC aprox. 30cm y conexión luer lock. Calibre 23G, longitud 19mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.			50	
15	32	G564	Hojas de bisturí de acero inoxidable o de acero carbono. Diferentes medidas. Estéril.				
15	32.1	182045	Hoja de bisturí de acero inoxidable o de acero carbono n.10. Adaptable a mango n.3. Estéril.			100	
15	32.2	182046	Hoja de bisturí de acero inoxidable o de acero carbono n.11. Adaptable a mango n.3. Estéril.			300	
15	32.3	182047	Hoja de bisturí de acero inoxidable o de acero carbono n.15. Adaptable a mango n.3. Estéril.			300	
15	32.4	182048	Hoja de bisturí de acero inoxidable o de acero carbono n.20. Adaptable a mango n.4. Estéril.			100	

15	32.5	182049	Hoja de bisturí de acero inoxidable o de acero carbono n.23. Adaptable a mango n.4. Estéril.			200	
15	32.6	182050	Hoja de bisturí de acero inoxidable o de acero carbono n.24. Adaptable a mango n.4. Estéril.			100	
16	33	G1215	Jeringas de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), diferentes capacidades, conexión luer-lock. Cilindro transparente de policarbonato. Graduación impresa imborrable. Color roja. Estériles. Un solo uso. Sin látex. Émbolo con anillo de seguridad de alta resistencia				
16	33.1	182115	Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 10ml, conexión luer-lock. Cilindro transparente de policarbonato. Graduación impresa imborrable. Color roja. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Émbolo con anillo de seguridad de alta resistencia			75	
16	33.2	182122	Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 20ml, conexión luer-lock. Cilindro transparente de policarbonato. Graduación impresa imborrable. Color roja. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Émbolo con anillo de seguridad de alta resistencia			75	
17	34	182144	Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 50ml, cono concéntrico tipo catéter. Cilindro transparente, anillo de seguridad del émbolo reforzado. Graduación impresa imborrable. Estéril. Un solo uso. Sin látex.			120	
18	35	212230	Llave de paso de 3 vías, mínimo 2 bar, resistente a soluciones hipertónicas i/o lipídicas, conexión flotante que permite el giro completo sobre su eje, 360°, conexión luer lock hermética. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Libre DEHP			400	
19	36 al 37						
19	36	182098	Catéter de termodilución con balón, calibre 7Fr, longitud 110cm, 3 luces; distal-proximal-inflado, radiopaco, llave de cierre y cable del termistor. Extra rígido. Conexión a monitor de gasto cardíaco, guía 0,028"+jeringa 1,5ml. Estéril. un solo uso.			2	
19	37	182099	Catéter de termodilución con balón, calibre 7Fr, longitud 110cm, 3 luces; distal-proximal-inflado, radiopaco, llave de cierre y cable del termistor. Conexión a monitor de gasto cardíaco, jeringa de 1,5ml con conexión luer-lock. Estéril. Un solo uso.			5	

20	38	G1122	Jeringas de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 1ml, conexión luer concéntrica con aguja de bioseguridad, para tuberculina. Cilindro transparente. Graduación impresa imborrable. Estériles. Un solo uso. Sin látex.				
20	38.1	182141	Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 1ml, conexión luer concéntrica con aguja de bioseg. tribiselada 27Gx13mm, para tuberculina. Cilindro transparente. Graduación impresa imborrable. Estéril. Un solo uso. Sin látex.			50	
20	38.2	182117	Jeringa de 3 piezas (cuerpo, émbolo y junta de estanqueidad), capacidad 1ml, conexión luer concéntrica con aguja de bioseg. tribiselada 28Gx13mm, para tuberculina. Cilindro transparente. Graduación impresa imborrable. Estéril. Un solo uso. Sin látex.			100	
21	39	182131	Jeringa gasometría 3 piezas, capacidad 3ml, luer lock. Cilindro transparente. Graduación imborrable, precargada de heparina, balanceada de litio y vaporizada en jeringa, aguja triple bisel c/sistema bioseg activo 22G. Estéril. Un solo uso. Sin látex.			400	
22	40	216067	Solución para el mantenimiento de catéteres, compuesta de heparina sódica 20UI/ml. Vial de 3ml. Un solo uso.			10	
23	41	182229	Solución con sustancias antimicrobianas, compuesto de taurolidina, heparina 500UI/ml y citrato 4%, para el sellado de catéteres y reservorios implantables. Vial de 5ml. Estéril. Un solo uso.			10	
24	42	182226	Solución con sustancias antimicrobianas, compuesto de taurolidina, uroquinasa 25.000UI y citrato 4%, para el sellado de catéteres y reservorios implantables. Vial de 5ml, más vial de Uroquinasa. Estéril. Un solo uso.			5	
25	43 al 45						
25	43	181267	Kit de monitorización de presión arterial: 1 transductor, equipo de infusión con macro gotero 150cm apx, sistema de lavado integrado y flujo continuo, 2 llaves 3 vías, 2 alargaderas 120cm y 30cm aprox. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Conector del cable del monitor impermeable. Tolerancia del aprox. +/-5%. Desviación del cero <(><<)>/- 25mmHg. Disposición de placas y pinzas soporte			30	

25	44	181268	Kit de monitorización de presión arterial: 2 transductores, equipo de infusión con macro gotero 150cm apx, sistema de lavado integrado y flujo continuo. Cada transductor: 2 llaves 3v, 2 alargaderas 120cm y 30cm apx. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Conector del cable del monitor impermeable. Tolerancia del aprox. +/-5%. Desviación del cero <(><<)>!= 25mmHg. Disposición de placas y pinzas soporte			15	
25	45	181269	Kit de monitorización de presión arterial: 3 transductores, equipo de infusión con macro gotero 150cm apx, sistema de lavado integrado y flujo continuo. Cada transductor: 2 llaves 3v, 2 alargaderas 120cm y 30cm apx. Estéril. Un solo uso. Sin látex. Conector del cable del monitor impermeable. Tolerancia del aprox. +/-5%. Desviación del cero <(><<)>!= 25mmHg. Disposición de placas y pinzas soporte			6	
26	46	180196	Almohadilla de espuma de poliuretano con adhesivo acrílico biocompatible. Densidad de la espuma aprox. 20Kg/m3. Medida aprox. 28cm x 20cm x 1cm. Sin látex. Tolerancia del aprox. +/-5%				

Si tiene problemas de formato para rellenar en este fichero su oferta contacte con el email csecreta@clinic.cat o con el teléfono 932275629, para solicitar un fichero corregido o aclaraciones.