

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE LLITS, PER
LA UNITAT DE SEMICRÍTICS DE L'INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA.**

EXP. CONTR/2024/0000000157

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

ÍNDEX

1 ANTECEDENTS	3
2 OBJECTE	3
2.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)	3
2.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)	3
3 REQUERIMENTS TÈCNICS DE L'OBJECTE	4
3.1 REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECÍFICS	4
3.1.1 DEMOSTRACIÓ	6
3.2 REQUISITS TÈCNICS OBLIGATORIS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL EN FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE	7
4 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR	8
4.1 SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I TÈCNICA	9
4.2 SOBRE B: OFERTA ECONÒMICA, CRITERIS AUTOMÀTICS I OBJECTIUS.	10
5 CRITERIS D'ADJUDICACIÓ	10
5.1 CRITERIS DE JUDICI DE VALOR. MÀXIM 25 PUNTS	10
5.2 CRITERIS AUTOMÀTICS. MÀXIM 75 PUNTS	11
6 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ	13
7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ	14
8 DADES DE CONTACTE	14
9 ANNEXES.	15
9.1 ANNEX 1. OFERTA ECONÒMICA: PROPOSTA I RÀPEL	15

1 ANTECEDENTS

L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) és una empresa pública que forma part de la xarxa sanitària i social de cobertura pública de la Generalitat de Catalunya, a través de la concertació amb el Departament de Salut i el Departament de Benestar i Família. Presta al conjunt de la Regió Sanitària de Girona, serveis d'atenció especialitzada, serveis de salut mental, serveis sociosanitaris, socials i de suport i diagnòstic, així com atenció primària. Gestiona l'Edifici Santa Caterina (hospital general bàsic de La Selva interior i part del Gironès) i el Parc Hospitalari Martí i Julià.

2 OBJECTE

L'OBJECTE del present expedient és la contractació del subministrament de llits, per la Unitat de Semicrítics de l'Institut d'assistència sanitària.

La instal·lació, la formació, el manteniment integral, l'assistència tècnica, la reparació i/o el canvi del mobiliari en cas d'averia o defecte, anirà a càrrec de l'adjudicatari.

La contractació és per procediment obert. Cada licitadora només podrà presentar una sola oferta. No s'admeten ofertes variants.

UNITATS	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI SENSE IVA	IMPORT TOTAL SENSE IVA	% IVA	IMPORT TOTAL AMB IVA
3	LLIT PER LA UNITAT DE SEMICRÍTICS	14.200,00 €	42.600,00 €	21%	51.546,00 €
IMPORT TOTAL			42.600,00 €	8.946,00 €	51.546,00 €

2.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)

P.B.L. total sense IVA:	42.600,00 €
Import total amb IVA:	51.546,00 €

2.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)

Pressupost base de licitació: 42.600,00 € (SENSE IVA) (21% IVA).
Pròrrogues: NO.
Possibles opcions eventuais: NO.
Import total VEC = 42.600,00 €.

3. REQUERIMENTS TÈCNICS DE L'OBJECTE

3.1. REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECÍFICS

Ateses les diferents característiques dels articles objecte de la licitació, s'indica a continuació les característiques tècniques mínimes que conformen l'objecte contractual. L'incompliment d'un requeriment tècnic específic, serà causa d'exclusió de la licitació.

Les característiques i mides dels articles relacionats podran ser aproximades amb un mínim de variació, essent la Unitat Tècnica la que avaluarà si el material presentat per cada licitadora, s'ajusta a les necessitats del centre, de la part assistencial i del pacient. En el cas de no ajustar-se, l'oferta podrà quedar exclosa.

ESTRUCTURA DEL LLIT
Càrrega segura de treball de mínim 250 kg.
Dimensions externes 219 x 100 cm (posició curta).
Dimensions externes 241 x 100 cm (posició llarga).
SOMIER
Coberta plàstica de bastidor.
Extrems de llit integrada.
Cobertes plàstiques extraïbles.
Capçal i peus fixats amb tancaments de seguretat.
MATALÀS
Dimensions del matalàs 208 x 90 cm.
SEMP activa de baixa pressió constant integrat al llit per la prevenció del risc nafres per aire.
El compressor ha de estar ocult, integrat al llit no sent vàlid al peu.
Els comandaments del matalàs estan disponibles al comandament d'infermeria.
Càrrega segura 250 Kg.
BARANES
Baranes partides de quatre seccions d'accionament independent amb panell de control en capçal.
Baranes abatibles laterals d'acord amb la normativa EN 60 601-2-52 .
Alçada mínima de la barana d'acord amb la normativa EN 60 601-2-52 .
Fabricades en ABS o similar.
Abatibles, esmorteïdes i d'accionament independent.
Dotades de sistema de seguretat anticaiguda, antiatrapament i amb sistema de bloqueig.
Indicadors d'angle integrats.

Protectors per a barana.
CAPÇAL I PEUS
Sistema de fre centralitzat i automàtic després de connexió a xarxa.
Pedal de fre en les quatre rodes del llit . Operació des de capçal.
Comandament exclusiu de motorització.
Alarma de fre no activat.
Quatre rodes de 150 mm (1 antiestàtica) + 5ª roda motoritzada.
MOVIMENTS
Moviment sincronitzat de respall i pla de cames.
Regulació elèctrica del pla dels peus.
Regulació elèctrica de l'alçada del llit entre 43-81 cm aprox.
Trendelemburg i Antitrendelemburg elèctric amb angulació mínim +15°/-15°.
Regulació elèctrica del pla del tronc de (0-60º) aprox. Amb desembraga manual d'emergència.
Regulació elèctrica del pla de cames de (0-45º) aprox. respecte al pla del somier.
Sistema que proporcioni efecte antidecúbit.
Capacitat per programar les següents posicions com a mínim amb un sol botó: cadira cardíaca i Trendelemburg.
Possibilitat de col·locar el llit en la posició més baixa i totalment plana amb un sol botó.
COMANDAMENTS DE CONTROL PER PACIENT I INFERMERIA
Comandament de pacient amb llanterna LED i teclat retroil·luminat per a llit sense control integrat.
Comandament de control per al pacient de mà amb opció de poder connectar-lo amb moviments almenys de tronc i cames.
Comandaments de control del llit per personal en totes les seves funcions per facilitar-ne l'accessibilitat i el maneig.
Posicions terapèutiques i sistema de cancel·lació fora de l'abast del pacient.
Accionat elèctricament, d'alçada variable i múltiples posicions de la superfície de repòs.
Pedals accessible ambdós costats de regulació d'alçada.
Els llits hauran de tenir connexió tipus plug and play (connectar i llest) per endollar el comandament.
DISPOSITIUS DE SEGURETAT
Llum nocturna.
Sistema de bloqueig total automàtic de moviments involuntaris.
Sistema d'emergència bilateral d'accés fàcil.
Sistema d'emergència elèctric.

Sistema anti-caiguda de les proteccions.
Plànols lliures per evitar atrapaments sota el llit.
Sistema de bloqueig d'emergència i desactivació del subministrament elèctric.
Desembarcament d'emergència al pla de tronc per a un descens ràpid del pla, fins i tot en absència de corrent, identificat amb sigles CPR.
Bateria recarregable/ Bateria de recanvi.
Alarma acústica de sortida de pacient.
ACCESSORIS
Suport de plàstic per a incorporador ajustable per retractor.
Porta sèrums amb un mínim de 4 ganxos per cada llit.
Amb coixins de posicionament per a inclinació lateral, coberta elàstica rentable.
Suport per a ampolla d'oxigen (5l) vertical.
4 protectors horitzontals de paret de 90 mm.
4 amortidors d'impacte en cantonades per a porta sèrums, 2 amortidors a l'adaptador del xassís per a porta sèrums, bossa d'orina en pla cames.
Element incorporador regulable en alçada.
Cable EU.

COMPLIMENT OBLIGATORI DE LA NORMATIVA PER ELS LLITS OFERTS

El material ofert ha de complir la legislació vigent i altres normes tècniques d'aplicació obligada. Cal certificar el **marcatge CE** (Directiva 93/42/CEE) en la classe i modalitat pertinents.

Caldrà aportar la documentació que acrediti el compliment de les següents normatives referent als requisits particulars per a la seguretat bàsica i funcionament essencial dels llits d'hospital.

- **UNE-EN 60601-1:2008/A1:2013**
- **UNE-EN 60601-1-6:2010/A2:2021**
- **UNE-EN 60601-2-52:2010/A1:2015**

3.1.1. DEMOSTRACIÓ

Les empreses licitadores hauran de fer una demostració dels llits. Els articles de la demostració hauran de ser els mateixos que s'ofereixin a la licitació.

La demostració s'haurà de fer a l'Hospital Santa Caterina i s'haurà de coordinar amb els Serveis Logístics, i que serà la unitat tècnica que farà la valoració. **Caldrà sol·licitar dia i hora** als correus electrònics indicats: jaspreet.kaur.ias@ias.cat / susanna.payet.ias@ias.cat o bé al telèfon: 972182600 – ext. 1082.

El termini de la demostració ha de coincidir amb el termini final de presentació de les ofertes, establert a l'anunci de licitació i s'haurà de fer des de la data de publicació de l'expedient a la Plataforma de Contractació, fins com a màxim la data de finalització de la presentació de les ofertes que dictaminin l'anunci de licitació.

Serà imprescindible fer la demostració i s'haurà d'acompanyar d'un comprovant signat amb la data que s'ha efectuat la demostració. En el cas que alguna licitadora no la faci, implicarà una valoració de 0 punts d'aquells criteris de valoració directament relacionats amb l'oferta tècnica i la demostració.

3.2 REQUISITS TÈCNICS OBLIGATORIS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL EN FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

L'incompliment de les condicions del subministrament segons els termes del present plec tècnic, comportarà l'aplicació del règim de penyalitats a l'empresari dels articles 192 i 193 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre) i allò que s'estipula al PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars) de la present licitació. Les penyalitats seran proporcionades a la gravetat de l'incompliment i la quantia de cadascuna d'elles no podrà superar el 10% del preu del contracte.

Els incompliments de les condicions establertes en la documentació d'aquesta licitació i altres que se'n derivin de la proposta tècnica i econòmica de la licitadora es consideraran faltes. La seva gravetat es determinarà en funció de les repercussions al servei i podrà comportar la resolució contractual d'acord amb les disposicions establertes en l'article 212 de la LCSP.

Les ofertes que presentin les licitadores hauran d'incloure totes les mesures encaminades a la posada en funcionament dels diferents equipaments oferts. Seran a compte de l'adjudicatari, si s'escau, l'assessorament tècnic, la redacció d'informes, projectes menors, pressupostos de la instal·lació i muntatge, legalització de la seva instal·lació, taxes legals i de registre, etc. derivades de la instal·lació dels equips oferts.

Segons s'estableix a l'article 127 apartat 1 del RDL 1/2007, el proveïdor haurà de garantir les peces de recanvi, durant com a mínim, cinc anys des que l'objecte es deixi de fabricar.

TRANSPORT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ

L'empresa adjudicatària subministrarà i instal·larà el mobiliari a la ubicació indicada quedant llest per la seva utilització. La entrega s'haurà de fer prèvia coordinació i planificació amb l'IAS.

Els mitjans personals, tècnics, materials, equips i transport necessaris per a la correcta prestació del contracte, amb les especificacions mínimes assenyalades al present plec, seran a càrrec de l'empresa adjudicatària. L'empresa adjudicatària s'encarregarà de gestionar i assumirà qualsevol cost associat si s'escau

del lloguer de vehicles o maquinària específica per la descàrrega, manipulació o trasllat del material dins les instal·lacions de l'IAS fins a la seva ubicació final.

La instal·lació s'haurà de coordinar amb la persona responsable que es designi. Cal tenir molt present que la instal·lació per a la posada en funcionament dels articles subministrats s'ha d'executar en una àrea hospitalària en funcionament i, per aquest fet, cal tenir la màxima seguretat per evitar riscos i inconvenients als usuaris.

Les ofertes que presentin les licitadores hauran d'incloure totes les mesures encaminades a la posada en funcionament de tot el material ofert.

L'empresa adjudicatària garantirà a tots els operaris del muntatge (propis o subcontractats) tots els mitjans de seguretat necessaris, obligant al compliment de tota la legislació vigent en matèria de salut laboral, en particular la normativa de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995 i normativa de desenvolupament), essent el seu incompliment, motiu de paralització dels treballs, en virtut del que es contempla en l'article 44 de la llei esmentada.

Respecte dels diferents plans d'autoprotecció de l'IAS, l'empresa contractada s'haurà d'implicar i participar en la mesura que indiqui el pla corresponent i el manual general d'autoprotecció de l'IAS, per garantir la pròpia seguretat i la de les altres persones que puguin romandre a l'IAS; així com per preservar la integritat dels béns i patrimoni del centre.

En el cas que a l'IAS se l'imposés alguna sanció per part de l'autoritat competent, com a conseqüència d'incompliment de mesures preventives per part del personal de l'empresa adjudicatària, l'IAS repercutirà i deduirà aquestes quantitats de les factures que hagi d'abonar a l'empresa contractada. L'empresa adjudicatària disposarà en tot moment de la documentació legal, permisos, llicències, acreditacions, titulacions, etc. obligatoris segons la legislació vigent pel desenvolupament de la seva activitat.

L'empresa adjudicatària disposarà en tot moment de la documentació legal, permisos, llicències, acreditacions, titulacions, etc. obligatoris segons la legislació vigent pel desenvolupament de la seva activitat.

L'objecte s'haurà de transportar degudament embalat i protegit. El deteriorament de l'objecte degut a la manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega o muntatge serà imputable a l'adjudicatari.

4. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

La documentació es presentarà amb **SOBRE DIGITAL**.

Per tal que la Unitat Tècnica de l'IAS pugui valorar amb objectivitat cada una de les ofertes que presenten les licitadores, és necessari que les ofertes es presentin detallades i que els seus apartats siguin identificables, segons les denominacions i epígrafs, essent la valoració de cada un d'ells el que es descriu en els criteris d'adjudicació especificats en aquest plec i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Es recomana que les memòries siguin concretes i concises amb la mínima extensió possible que permeti la clara comprensió de la proposta aportada. No s'ha d'incloure documentació o informació comercial genèrica si no aporta valor a l'oferta concreta.

Segons es descriu en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, l'oferta completa constarà de 2 sobres: A i B: La documentació tècnica s'ha d'incorporar en el sobre A i l'oferta econòmica al sobre B. És molt important la correcta distribució de la documentació en els sobres correctes. Qualsevol error invalida la proposta i l'oferta no es podrà avaluar.

Cada licitadora només podrà presentar una sola oferta.

Les ofertes hauran de:

- Complir amb totes les característiques i requisits definits en cada apartat del punt 3 **REQUISITS TÈCNICS DE L'OBJECTE** i del punt 4 **DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR** d'aquest plec. En el cas que alguna característica o requisit sol·licitat no es compleixi, l'oferta quedarà EXCLOSA i no s'obrirà el sobre B.
- No es pot superar el preu unitari fixat.
- Les ofertes s'han de presentar de la forma que es detalla a **l'ANNEX 1. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 15 i s.)**.

4.1 SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I TÈCNICA

Caldrà adjuntar al sobre A:

Documentació administrativa: segons es disposa en el PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars).

Documentació tècnica: Per tal que la unitat tècnica de l'IAS pugui valorar cadascuna de les ofertes que presentin les licitadores, **és necessari que la licitadora presenti al sobre A els següents documents enumerats i anomenats tal i com s'indica a continuació**:

- 1- **FITXES TÈCNIQUES** del llit ofert.
- 2- **CERTIFICAT EL MARCATGE CE (Directiva 93/42/CEE)** en la classe i modalitat pertinents.
- 3- **ACREDITACIÓ / DECLARACIÓ DE LA NORMATIVA REQUERIDA** a l'apartat **"COMPLIMENT OBLIGATORI DE LA NORMATIVA DELS LLITS OFERTS"**.
- 4- **COMPROVANT** signat per l'IAS i amb la data que s'ha efectuat la demostració.

TOTA LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA AL SOBRE A ÉS DE PRESENTACIÓ OBLIGATÒRIA.

Tots els requeriments tècnics específics han de ser perfectament identificables a la proposta tècnica o fitxes tècniques i a poder ser remarcats amb color.

En el supòsit que les empreses licitadores no presentin la documentació tècnica amb la suficient qualitat d'informació, i/o la forma de presentació no sigui la sol·licitada, no es garanteix que la seva oferta sigui avaluada.

4.2 SOBRE B: CRITERIS AUTOMÀTICS I OBJECTIUS.

La licitadora ha de presentar al SOBRE B, en català i/o castellà:

L'oferta econòmica segons el model de l'**ANNEX 1. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 15 i s.)**, degudament signada:
Per valorar-les, caldrà omplir els següents punts del document:

- **PROPOSTA OFERTA ECONÒMICA. (MÀXIM 50 PUNTS).**
- **RÀPEL. (MÀXIM 5 PUNTS).**
- **PROPOSTA DE TERMINI LLIURAMENT. (MÀXIM 5 PUNTS).**
- **CRITERIS AVALUABLES OBJECTIVAMENT. (MÀXIM 15 PUNTS)**

5. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

5.1 CRITERIS DE JUDICI DE VALOR. MÀXIM 25 PUNTS

La valoració dels criteris de judici de valor es farà en base a la **demonstració** i la **documentació tècnica** del Sobre A, i es valoraran de la següent manera:

1. CRITERIS DE JUDICI DE VALOR. MÀXIM 25 PUNTS

1. **FACILITAT D'ÚS:** Es valoraran aspectes com la facilitat en la utilització de totes les parts del llit. Es valorarà especialment la facilitat de la neteja de les diferents parts del llit, la capacitat d'extensió del llit, l'alliberació del capçal i el peu, l'ús dels controls i comandaments que siguin intuïtius, accessibles i fàcils de manejar i els pedals i frens i la maniobrabilitat dels llits tenint en especial consideració les dimensions dels espais que han d'ocupar. **Màxim 6 punts.**
2. **ERGONOMIA I SEGURETAT:** Es valoraran aspectes relacionats amb l'ergonomia i la seguretat de totes les parts del llit. Es valorarà especialment el capçal i el peu, les baranes, el somier, el fre i els diferents sistemes de seguretat que incorpori el llit tant pel pacient com per la part assistencial. **Màxim 6 punts.**
3. **COMODITAT:** Es valoraran aspectes relacionats amb la comoditat d'ús de totes les parts que conformen en llit. Es valorarà especialment el matalàs que sigui adaptable a l'anatomia del cos i que permeti un repartiment homogeni del pes corporal mitjançant el canvi dels punts de suport, alleugerint la pressió i disminuint la necessitat de massatges i canvis de postures del malalt i la comoditat dels comandaments. **Màxim 6 punts.**

4. **QUALITAT DEL MATERIAL:** Es tindrà en compte la composició i el comportament del material. Es valorarà especialment la resistència del material en general i la resistència als productes desinfectants **Màxim 5 punts.**
5. **ALTRES MILLORES:** Es valorarà sobre els mínims establerts al plec, qualsevol aspecte que suposi una millora i no estigui inclosa en cap altre criteri dels anteriorment esmentats. Caldrà especificar de manera clara i detallada quines millores s'ofereixen. **Màxim 2 punts.**

LA NO ESPECIFICACIÓ COMPORTARÀ UNA VALORACIÓ DE 0 PUNTS D'AQUEST CRITERI.

La puntuació màxima de la suma dels criteris subjectius de cada lot és fins a 25 punts. Les propostes es valoraran segons els criteris de la "Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica" de la Direcció General de Contracció Pública de la Generalitat de Catalunya.

S'aplicaran els criteris descrits en aquest apartat i posteriorment s'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent, i s'aplicarà la fórmula següent, per obtenir la puntuació:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar
 P = Puntuació del criteri
 VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua
 VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

Segons l'article 3 d'aquesta directriu, s'aplicarà un llindar mínim en aquest apartat del **80% de cada criteri** de manera que existeixen dues opcions possibles respecte la funció d'aquest llindar segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).

- **Opció 1** - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
- **Opció 2** - Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes amb la fórmula anterior i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.

En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació. L'efecte d'aquest llindar és aplicar una o altre de les opcions anteriors, en funció de si alguna oferta o cap superen aquest llindar.

5.2 CRITERIS AUTOMÀTICS. MÀXIM 75 PUNTS

Proposta econòmica, ràpel i criteris avaluables objectivament (**ANNEX 1. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 15 i s.)**)

Criteris de valoració de les ofertes. La valoració de les proposicions es durà a terme per l'aplicació dels següents criteris de valoració:

1. PREU DE L'OBJECTE (FINS A 50 PUNTS)

Oferta econòmica. Puntuació màxima **50 punts**.

La valoració econòmica es farà seguint la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, segons la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_v = Oferta a Valorar

O_m = Oferta Millor

IL = Import de Licitació

VP = Valor de Ponderació **1,50**

(S'assigna el valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu).

2. RÀPEL (FINS A 5 PUNTS)

La licitadora podrà presentar oferta d'aplicació d'un ràpel al final de cada any natural, sobre el total de la facturació, per aquest concepte, sempre i quan compleixi els requeriment tècnics mínims indicats al plec de prescripcions tècniques. Obtindrà la màxima puntuació de **5 punts** l'oferta amb el ràpel més alt.

Les restants propostes de ràpels obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula (directament proporcional) :

$$P_x = (O_x/O_e) \times 5$$

On:

P_x : puntuació ràpel valorat

O_x : proposta de % ràpel ofert

O_e : proposta de % ràpel més alta

3. PROPOSTA DE TERMINI LLIURAMENT. (FINS A 5 PUNTS)

Es valoraran les propostes de termini de lliurament ofertes segons el següent escalat:

De 0 a 5 dies a partir de la data de l'adjudicació: 5 punts.

De 6 a 14 dies a partir de la data de l'adjudicació: 1 punts.

Més de 14 dies a partir de la data de l'adjudicació: 0 punts.

4. CRITERIS AVALUABLES OBJECTIVAMENT. (FINS A 15 PUNTS)

La puntuació màxima serà de 15 punts.

Per fer la valoració dels criteris objectius, caldrà adjuntar AL SOBRE B, una memòria dels criteris de valoració objectius juntament amb la documentació que n'acrediti el compliment de cada punt. La no aportació de la documentació requerida implicarà una valoració de 0 punts d'aquells criteris de valoració directament relacionats amb els criteris avaluable objectivament.

1. Es valorarà que el matalàs tingui un termoregulador que amorteixi els canvis de temperatura creant un microclima constant.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

- Si ho incorpora la puntuació prevista és de **5 punts**.
- Si no ho incorpora la puntuació prevista és de **0 punts**.

2. Es valorarà que el llit tingui casset per a raigs X, per pacients inestables per fer una placa sense moure'ls del llit.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

- Si ho incorpora la puntuació prevista és de **5 punts**.
- Si no ho incorpora la puntuació prevista és de **0 punts**.

3. Es valorarà que com a accessoris hi hagi un carregador USB integrat per la comoditat del pacient durant l'estada.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

- Si ho incorpora la puntuació prevista és de **5 punts**.
- Si no ho incorpora la puntuació prevista és de **0 punts**.

6 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

La recepció del material s'haurà de fer al magatzem de Compres Generals, situat a la planta baixa de l'Hospital Santa Caterina, del Parc Hospitalari Martí i Julià, c/ Dr. Castany, s/n, 17190 de Salt (Girona) amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció de material i dins l'horari establert pel centre: 8 h a 14 h.

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. El centre verificarà la integritat de l'embalatge en el moment de la rebuda del material. En el cas que aquest no arribi en les condicions adequades i establertes per el centre, es retornarà a l'empresa.

L'objecte s'haurà de transportar degudament embalat i protegit. El deteriorament de l'objecte degut a la manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega o instal·lació, serà imputable a l'adjudicatari. L'empresa adjudicatària es compromet a reposar l'objecte malmès en un termini no superior a 48h.

El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia.

7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

L'empresa contractista, haurà d'aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant del pagament en termini.

L'empresa contractista, en l'elaboració i presentació de l'objecte del contracte, ha d'incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l'ús del llenguatge i de la imatge.

L'empresa contractista, en relació a l'embalatge de l'objecte (Directiva 94/62/CE) i l'impacte d'aquest al medi ambient, rep les següents recomanacions:

- No fer ús de plàstics que comportin la formació i/o emissió al medi ambient de substàncies tòxiques bioacumulables.
- Utilització de materials reciclats, com el paper o cartró reciclat, així com embalatges reutilitzables.

La licitadora té l'obligació de gestionar aquells embalatges, inclosos a les comandes que rep el centre, que no són reutilitzables, i els farà reciclar per un gestor de residus autoritzat.

8 DADES DE CONTACTE

Per tal de complimentar la informació tècnica que es dona en el present Plec, i per qualsevol dubte, aclariment o visita tècnica, les empreses interessades podran concertar visita contactant amb els Serveis Logístics de l'IAS als telèfons i/o als correus electrònics següents:

607 07 19 45 - vicens.lloret.ias@gencat.cat

972 18 26 00. Ext. 1082 - jaspreet.kaur.ias@gencat.cat

Per qüestions jurídiques: Sra. M^a Jesús Costa, telèfon 972 182 509 - mariajesus.costa.ias@gencat.cat

Signat. Vicens Lloret Alba
Cap de Serveis Logístics de l'IAS
Salt, 25 d'octubre de 2024

9 ANNEXES.

9.1 ANNEX 1. OFERTA ECONÒMICA: PROPOSTA I RÀPEL

NOM LICITADORA:	
ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC CONCURSOS:	
PERSONA DE CONTACTE:	TELÈFON:

El/la Sr./Sra.....amb residència
a.....al carrer.....número.....i amb
NIF....., declara que, assabentat/da de les condicions i requisits que s'exigeixen
per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte....., amb expedient
número....., es compromet (en nom propi/ en nom i presentació de
l'empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per **l'import total de:.....€** (xifra en lletres i en números), IVA exclòs.
PREU IVA (o exempt)
IMPORT TOTAL IVA INCLÒS:

I un ràpel sobre el total de la facturació.....%.

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.

UNITATS	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	% IVA	TOTAL AMB IVA
3	LLIT PER LA UNITAT DE SEMICRÍTICS				
TOTAL					

PROPOSTA DE TERMINI LLIURAMENT. MÀXIM 5 PUNTS

PROPOSTA DE TERMINI DE LLIURAMENT: indicar el termini ofert	
0 a 5 dies a partir de la data de l'adjudicació (5 punts)	
6 a 14 dies a partir de la data de l'adjudicació (1 punt)	
Més de 14 dies a partir de la data de l'adjudicació (0 punts)	