

## INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA

SCS-2024-496

Equipament mèdic per a quiròfans, consultes especialitzades i rentat per a l'Hospital de Viladecans

**155000100**

LOT 1 Ulleres de magnificació

L'empresa següent ha presentat oferta tècnica:

**CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A**

La proposta tècnica valorada a continuació compleixen els requeriments tècnics demanats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT):

**CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A**

En haver-hi únicament una oferta presentada i admesa no és d'aplicació la fórmula que recull el Quadre de característiques del contracte. Per tant, en aquest cas, l'oferta obté com a puntuació total el valor inicialment obtingut en la fase de valoració.

**1270180700**

LOT 2 Equip amb sistema per mesurar la fibrosi hepàtica amb guiatge

L'empresa següent ha presentat oferta tècnica:

**ECHOSSENS IBERIA**

La proposta tècnica valorada a continuació compleixen els requeriments tècnics demanats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT):

**ECHOSSENS IBERIA**

En haver-hi únicament una oferta presentada i admesa no és d'aplicació la fórmula que recull el Quadre de característiques del contracte. Per tant, en aquest cas, l'oferta obté com a puntuació total el valor inicialment obtingut en la fase de valoració.

**3140401000**

LOT 3 Rentadora desinfectadora d'endoscopis

L'empresa següent ha presentat oferta tècnica:

**ANTONIO MATACHANA S.A.**

**STEELCO ESPAÑA SOLUCIONES INTEGRALES EN**

**MEIJI PHARMA SPAIN, S.A**

## INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA

SCS-2024-496

Equipament mèdic per a quiròfans, consultes especialitzades i rentat per a l'Hospital de Viladecans

Les propostes tècniques valorades a continuació compleixen els requeriments tècnics demanats en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT):

**ANTONIO MATACHANA S.A.**

**STEELCO ESPAÑA SOLUCIONES INTEGRALES EN  
ESTERILIZACIÓN, S.L.**

**MEIJI PHARMA SPAIN, S.A**



Cofinançat per  
la Unió Europea



Generalitat  
de Catalunya

<b>155000100</b>	<b>Ulleres de magnificació</b>	<b>Puntuació màxima</b>	<b>CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A</b>	
SCS-2024-496	Equipament mèdic per a quiròfans, consultes especialitzades i rentat per a l'Hospital de Viladecans	<b>31,00</b>	<b>Puntuació total</b>	<b>EYEMAG SMART</b>
			<b>31,00</b>	

<b>Prestacions tècniques i funcionals</b>		<b>Puntuació màxima</b>	<b>Puntuació tècnica</b>
<b>1.1. Característiques tècniques bàsiques</b>		<b>31,00</b>	<b>31,00</b>
<b>Característiques a valorar</b>			
Muntura de titani		5,00	5,00 Muntura de Titani
Permet acoblar protectors laterals		5,00	5,00 Permet acoblar proteccions lateral
Permet seleccionar diferents distàncies de treball		9,00	9,00 Permet seleccionar diferents distàncies de treball
Ajustament de la inclinació de l'ocular		6,00	6,00 Permet fer ajustament d'inclinació ocular
Ajust de la distància interpupil·lar		6,00	6,00 Permet ajust de distància interpupil·lar

<b>1270180700</b>	<b>Equip amb sistema per mesurar la fibrosi hepàtica amb guiatge</b>	<b>Puntuació màxima</b>	<b>ECHOSENS IBERIA</b>	
SCS-2024-496	Equipament mèdic per a quiròfans, consultes especialitzades i rentat per a l'Hospital de Viladecans	<b>29,00</b>	<b>Puntuació total</b>	<b>FIBROSCAN FS530 compact</b>
			<b>29,00</b>	

<b>Prestacions tècniques i funcionals</b>	<b>Puntuació màxima</b>	<b>Puntuació tècnica</b>	
<b>1.1. Característiques tècniques bàsiques</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	
<b>Característiques a valorar</b>			
Màxima compacitat de l'equip	5,00	5,00	46 cm x 36 cm x 25 cm
Mínim pes de l'equip	5,00	5,00	Pes de l'equip: 10 kg
Possibilitat d'incorporar-hi impressora	3,00	3,00	Permet connectar l'equip a una impressora
Màxima autonomia de la bateria	3,00	3,00	Autonomia màxima de la bateria: 2 hores
Amplitud del rang de l'elastografia (kpa)	6,00	6,00	Rang de rigidesa: 2 kPa (min) - 75 kPa (max).
Amplitud del rang de l'esteatosi (db/m)	7,00	7,00	Rang de l'esteatosi hepàtica des de 100 dB/m (min) - 400 dB/m (máx)

<b>3140401000</b>	<b>Rentadora desinfectadora d'endoscòpis</b>	Puntuació màxima		<b>ANTONIO MATACHANA S.A.</b>		<b>STELCO ESPAÑA SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTERILIZACIÓN, S.L.</b>		<b>MEIJI PHARMA SPAIN, S.A</b>
SCS-2024-496	Equipament mèdic per a quiròfans, consultes especialitzades i rentat per a l'Hospital de Viladecans	<b>41,00</b>	Puntuació tècnica total maximitzada	<b>WASSENBURG WD4200</b>	Puntuació tècnica total maximitzada	<b>Steelco EW 1 S</b>	Puntuació tècnica total maximitzada	<b>MEDIVATORS ISA</b>
			<b>28,94</b>		<b>41,00</b>		<b>31,96</b>	

<b>Prestacions tècniques i funcionals</b>	Puntuació màxima	Puntuació tècnica total	Puntuació tècnica		Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada		Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada
<b>1.1. Característiques tècniques</b>	<b>41,00</b>	<b>24,00</b>	<b>28,94</b>		<b>34,00</b>	<b>41,00</b>		<b>26,50</b>	<b>31,96</b>
<b>Característiques a valorar</b>									
Obertura automàtica de portes sense contacte directe (sense mans) per part de l'usuari	4,00	2,00		Obertura automàtica sense contacte directe de mans (fa contacte amb peu mitjançant pedal)	4,00		Porta amb obertura automàtica mitjançant sensor de presència o RFID	2,00	
Sistema de tancament electrònic	4,00	0,00		No disposa de tancament electrònic	4,00		Disposa de tancament electrònic mitjançant RFID al inici del cicle	4,00	
El mètode proposat per a càrrega i descàrrega dels endoscòpis requereix el menor nombre de reconexions per a l'endoscopi i la menor manipulació directa per part de l'usuari respecte a la resta de propostes	6,00	2,00		La càrrega i descàrrega es realitza a través de la porta superior. El sistema de connexió dels cables entre endoscopi i rentadora és un a un. Cada canal es connecta amb el tub i el connector corresponent, seguint una guia de colors. Quan no es canvia el model d'endoscopi a re processar, es poden mantenir els connectors fixes a la cambra de la rentadora. Aquesta solució comporta una manipulació important per part de l'usuari.	6,00		La càrrega i descàrrega es realitza utilitzant la porta frontal com a plataforma, o bé es pot extreure la safata del endoscopi i realitzar la càrrega a un altre lloc. La rentadora disposa del sistema de connexió única OCS. Aquest connector compta per una banda amb un cap que es connecta a la rentadora (una única connexió) i amb un cos format per cables de colors (segons una codificació), cadascun dels quals es connecta als diferents canals de l'endoscopi. Aquesta solució comporta una menor manipulació i connexionat per part de l'usuari.	4,50	
Capacitat de desinfecció amb peròxid d'hidrogen.	3,00	0,00		No pot desinfectar amb peròxid d'hidrogen	3,00		Pot desinfectar amb peròxid d'hidrogen	0,00	
Control per pantalla tàctil	2,00	2,00		Control per pantalla tàctil	2,00		Control per pantalla tàctil	2,00	
Càrrega superior	5,00	5,00		Si	0,00		Càrrega els endoscòpis de forma vertical perquè es col·loquen en la porta, però no té tapa superior de càrrega	5,00	
Visibilitat directa del procés de rentat a través de la porta	4,00	0,00		No	4,00		si, disposa de porta de vidre	4,00	
Sistema de neteja helicoidal del tub d'inserció a la mateixa càmera	2,00	2,00		Si, disposa de sistema de neteja helicoidal del tub d'inserció a la mateixa càmera	0,00		No disposa de neteja helicoidal del tub d'inserció en la mateixa cambra	0,00	
Incorporació de les dades dels productes químics (lot i caducitat) al report automàtic de l'equip de re processament	2,00	2,00		Si	2,00		Si	0,00	
Sensor de degoteig de substàncies químiques a la safata inferior	2,00	2,00		Si	2,00		Si	0,00	
Possibilitat de cicle d'autodesinfecció química	2,00	2,00		Si	2,00		Si	2,00	
Compliment amb l'EN 1717: protecció contra la contaminació de l'aigua potable a les instal·lacions d'aigües i requisits generals dels dispositius per evitar la contaminació per reflux.	2,00	2,00		Si	2,00		Si	0,00	
Compliment amb UNE EN ISO 14937: esterilització de productes sanitaris	3,00	3,00		Si	3,00		Si	3,00	

## Resum de la valoració tècnica

SCS-2024-496

Equipament mèdic per a quiròfans, consultes especialitzades i rentat per a l'Hospital de Viladecans

**155000100** Ulleres de magnificació

La valoració final és la següent:

<b>Empresa</b>	<b>TOTAL</b>
<b>CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A</b>	31,00

**1270180700** LOT 2 Equip amb sistema per mesurar la fibrosi hepàtica amb guiatge

La valoració final és la següent:

<b>Empresa</b>	
<b>ECHOSSENS IBERIA</b>	29,00

**3140401000** LOT 3 Rentadora desinfectadora d'endoscopis

<b>Empresa</b>	
<b>ANTONIO MATACHANA S.A.</b>	28,94
<b>STEELCO ESPAÑA SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTERILIZACIÓN, S.L.</b>	41,00
<b>MEIJI PHARMA SPAIN, S.A</b>	31,96

Núria Curriu Navarro

Tècnica de la Divisió de Tecnologia i Equipaments