



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL
SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU DE LLITERES I
MATALASSOS PER AL SERVEI D'URGÈNCIES PER AL
CONSORCI SANITARI DE L'ALT Penedès I GARRAF**

Exp: CSAPG OB 2024/27

ÍNDEX

1. OBJECTE DEL CONTRACTE.....	3
2. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT.....	3
3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	3
4. FASE DE VALORACIÓ DE MOSTRES EN DEMO	4
5. CONDICIONS I TERMINI DE SUBMINISTRAMENT	4
6. SEGUIMENT I RÈGIM DE PENALITZACIONS.....	5
7. GARANTIA	6
8. FORMACIÓ	6
9. COMANDES I PRESENTACIÓ DE FACTURES	6
10. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.....	7
11. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR	7

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE LLITERES I MATALASSOS DESTINAT AL SERVEI D'URGÈNCIES PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDÈS GARRAF.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és el subministrament **de 40 lliteres amb matalàs** d'urgències i **50 matalassos de recanvi** per al Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (en endavant CSAPG). D'acord amb les característiques tècniques i condicions definides al present document.

*** El subministrament ha de complir amb tots els requeriments legals vigents en el moment de la seva contractació.

L'adjudicació és a lot complet.

2. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT

Es subministraran successivament un total de 40 lliteres amb matalàs i 50 matalassos de recanvi per diferents unitats del CSAPG.

El contracte s'estructura mitjançant la modalitat de tracte successiu en el que l'empresa contractista haurà de subministrar les lliteres durant tota la durada del contracte, en funció de les comandes que s'efectuïn per part del departament de compres del CSAPG.

Tal i com es determina a l'apartat B1 del Quadre de Característiques, atès que el subministrament s'anirà efectuant de manera continua durant els cinc anys, existeix la possibilitat que al final del contracte no s'hagin adquirit el número total de lliteres que es preveuen al present contracte. Per tant, en cap cas l'estimació del consum serà vinculant.

Les lliteres s'hauran d'entregar a l'adreça que figuri a la comanda, sense que representi cap cost addicional pel CSAPG.

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Les característiques tècniques mínimes de l'equipament a subministrar consten a l'Annex 1 del present Plec de Prescripcions Tècniques.

NOTA IMPORTANT: Caldrà complir amb totes les característiques detallades a l'Annex 1, per tant l'incompliment de qualsevol dels requeriments indicats en els referits annexes, **serà causa d'exclusió** de l'oferta del licitador.

La falta d'informació, absència de fulles de dades del producte o dels seus components o resposta a les qüestions tècniques plantejades que no puguin ser degudament contrastades, podrà ser motiu de que l'oferta no sigui valorada.

En el supòsit que alguna de les característiques establertes determinés una marca o model exclusiu, aquestes seran preses únicament com a guia o orientació, sense que el fet de no ajustar-se exactament sigui causa d'exclusió.

L'equip haurà de ser de nova fabricació i d'última generació i ha de dur el corresponent segell de la Comunitat Europea (CE) acreditatiu del compliment de la normativa comunitària.

El licitador haurà de garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament, com a mínim durant els següents 10 anys a la data d'adquisició dels mateixos.

4. FASE DE VALORACIÓ DE MOSTRES EN DEMO

Cada licitador haurà de realitzar dues (2) sessions demostratives (una a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès i l'altra a l'Hospital Residència Sant Camil) d'una llitera amb matalàs, amb les mateixes característiques que l'ofert. Aquesta sessió haurà de tenir una durada aproximada de trenta (30 minuts).

L'equip objecte de demostració, a més s'haurà de deixar durant un període de dues (2) setmanes per tal que els professionals puguin fer les valoracions sota criteris de judici de valor corresponents, indicades **a l'apartat H** del quadre de característiques específiques del contracte.

Arribat el moment de la seva valoració, el CSAPG indicarà a les empreses licitadores la data i lloc per a la sessió i el seu lliurament.

Tots els costos derivats del lliurament i recollida dels equips aniran a càrrec de l'empresa licitadora.

A més de ser un dels criteris d'avaluació sotmès a judici de valor, la fase de demostració és condició essencial del present contracte. La no assistència de les empreses licitadores en aquesta fase, suposarà la seva exclusió del procediment de licitació.

En cas de necessitat, el CSAPG podrà ampliar el termini de les demostracions amb l'equip.

5. CONDICIONS I TERMINI DE SUBMINISTRAMENT

L'empresa adjudicatària del present procediment de licitació haurà de garantir el compliment de les següents condicions del subministrament, que estaran incloses en l'import final d'adjudicació del contracte i no suposarà cap tipus de contraprestació econòmica a favor de l'adjudicatari.

Per tant, l'adjudicatari haurà de:

- Subministrar l'equip (inclosos els accessoris) en el termini de sis (6) setmanes a comptar des de la data de cada comanda.
- Embalar els equips convenientment per tal que arribin en perfectes condicions.
- Realitzar la retirada de l'embalatge.
- Muntatge en cas de ser necessari.

- Realitzar la neteja de tots els residus i brutícia produïts per les tasques de desembalatge, recepció, trasllat i muntatge dels equips, per tal de deixar l'espai on s'han realitzat aquestes tasques en les mateixes condicions que es trobava.
- Presentar un manual amb les indicacions per a la neteja i desinfecció de l'equip, tot indicant els productes aptes.
- La instal·lació i posada en marxa es realitzarà de forma coordinada amb l'hospital i amb presència del personal del servei a qui va dirigit.
- Els paquets hauran d'estar identificats individualment amb el número d'albarà, número de comanda i proveïdor. L'/els albarà/ns haurà/n d'anar a l'exterior dels paquets.
- A l'albarà hi haurà de constar necessàriament les següents dades:
 - Número de comanda
 - Número d'albarà
- Les mercaderies es lliuraran en cas de ser paletitzades en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-la (precinte transparent, etc). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu.
- La instal·lació es realitzarà de forma coordinada amb l'hospital i s'haurà d'informar al departament de compres cinc (5) dies hàbils abans que s'efectuï l'entrega. En cas de ser necessari el CSAPG podrà retardar l'entrega.
- Un cop instal·lats els equips, l'empresa realitzarà una prova de funcionament en presència del personal tècnic, així com de la supervisora, i realitzada la prova amb resultats satisfactoris es signarà l'acta de recepció de l'equip, des del punt de vista tècnica i assistencial. Aquestes tasques s'hauran de realitzar com a màxim en 10 dies després de la posta en marxa.

L'empresa adjudicatària ha d'estar capacitada per portar a terme els serveis de transport, lliurament i muntatge de tots els seus productes amb personal propi. En el cas que, alguns d'aquests serveis es subcontractin, l'empresa adjudicatària precisarà la seva aprovació, per el que ho haurà de comunicar prèviament per escrit a CSAPG.

6. SEGUIMENT I RÈGIM DE PENALITZACIONS

En cas que l'adjudicatari incompleixi amb els termes fixats en aquest contracte, el CSAPG podrà aplicar les següents penalitzacions:

Descripció	Criteri	Penalització
Incompliment del termini de lliurament	Entrega superior a la estipulada en el PPT	15%
Neteja i ordre	No es realitza segons l'indicat en aquest PPT	10%
Incompliments d'altres termes fixats en aquest PPT	No es realitza segons l'indicat en aquest PPT	5%

En cas d'incompliment de qualitat del producte subministrat: CSAPG retornarà els bens lliurats que no compleixi amb les característiques mínimes i/o ofertes per l'adjudicatari. En aquest cas el CSAPG podrà desestimar el contracte i adjudicar al segon proveïdor amb major puntuació.

7. GARANTIA

El termini de garantia de l'equip haurà de ser, com a mínim, de dos (2) anys i començarà a comptar a partir de la data de l'acta de recepció.

Durant la garantia el proveïdor es farà càrrec de:

- Qualsevol reparació de defectes i substitució de l'equip o peces per avaries provocades per un mal funcionament del mateix.
- Manteniment preventiu: Inspecció, calibratge i substitució de peces.
- Manteniment correctiu: reparacions il·limitades, peces, ma d'obra i desplaçaments inclosos.

Aquesta garantia **inclourà** la resolució de totes les anomalies i possibles vicis ocults dels recanvis o nous programes i/o actualitzacions dels llits, com a mínim durant el període de garantia de l'equip.

8. FORMACIÓ

En cas de ser necessari el CSAPG podrà demanar formació pel que fa al maneig per al personal tècnic i assistencial, sense que això representi cap cost addicional.

L'objectiu de la formació és que el personal adquireixi els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per un adequat i òptim ús de l'equip, tant a nivell operatiu com funcional.

9. COMANDES I PRESENTACIÓ DE FACTURES

La plataforma e.FACT és el punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic (Acord GOV/151/2014, d'11 de Novembre). Als efectes de la factura electrònica, s'informa que la unitat tramitadora és (A09006563), l'òrgan gestor és (A09006563) i l'oficina comptable (A09006563).

El seguiment de l'estat de les factures es podrà consultar a la web del Departament de la Vicepresidència d'Economia i Hisenda a l'apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l'Estat de les factures i pagaments de documents), a partir de l'endemà del registre de la factura.

És d'obligat compliment indicar en les factures el número de comanda i l'expedient contractual de referència. Sense aquestes dades la comanda pot ser retornada.

10. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'empresa o empreses adjudicatàries i els seus empleats resten obligats a complir en tot moment, amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, conforme el Reial Decret de 30 de gener pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats; adoptant les mesures oportunes a tal efecte i durant l'execució del subministrament, seguint les directius especificades pel Consorci Sanitari de l'Alt Penedès Garraf.

11. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR**SOBRE A**

- Documentació que sigui requerida als Plecs de Clàusules Administratives del contracte.

SOBRE B

- Certificat CE en vigor.
- Fitxes tècniques.
- Adreça de correu electrònic per realitzar la citació de la demostració.

SOBRE C

- Annex 2 al Plec de Clàusules Administratives del contracte, que inclourà l'import de l'oferta econòmica i els criteris tècnics de valoració automàtica.

ANNEX 1 - CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES TÈCNIQUES

Característiques de les lliteres amb matalàs
Llitera amb matalàs
Llitera mòbil amb alçada variable per a ús i desplaçament de pacients
Superfície de descans amb el respatller articulats i flexió de genoll
Accionament i regulació del respatller mitjançant dispositiu manual
Regulació de l'alçada de la superfície de descans i de l'elevació de cames mitjançant dispositiu hidràulic
Posició de trendelenburg i antitrendelenburg
Dispositiu de rodament format per 4 rodes i cinquena roda per a facilitar els girs
Rodes de 200 mm de diàmetre com a mínim
L'estructura de la llitera no ha de disposar de cap element que dificulti fer la transferència del pacient d'una llitera a una altra (transferència 0)
Dimensions mínimes de la superfície de descans del pacient 190cm x 65 cm
Càrrega mínima de 200 kg
Grau d'inclinació del tronc, mínim 70º
Pedals de fre i desplaçament a la capçalera i peus
Pedals de regulació d'alçada i de trendelenburg i antitrendelenburg en els dos laterals
Materials i acabats superficials resistents als impactes i fregaments, així com als productes de neteja
Acoblament d'accessoris al bastidor, en qualsevol dels costats: pal per a ampolles de sèrum, baranes, suport per a ampolles d'oxigen, etc
Elements de protecció elàstics, situats perímetre. Evitant el deteriorament dels paraments verticals i esmorteixin els impactes
Matalàs de material antiescares amb un gruix mínim de 12 cm i d'un sol cos
Entapissat de textura llisa, de polièster de baixa fricció, antibacterià, fungicida, antimicrobià, transpirable, impermeable, ignífug i resistent als productes de neteja habituals. Amb cremallera o sistema equivalent per desenfundar fàcilment
Baranes laterals senceres amb tancament de seguretat en la posició alçada. Plegables o escamotejables per sota de la superfície de descans
Suports verticals per a ampolles de sèrum amb doble ganxo abatible d'alçada variable i fixats a l'estructura de la llitera (capçal)
Suport per a ampolles d'oxigen
Nanses de conducció ergonòmiques i escamotejables
Dos pals de sèrum
Característiques matalàs de recanvi
S'ha d'oferir el mateix matalàs que el que portarà l'ofert en la proposta llitera amb matalàs
Matalàs de material antiescares amb un gruix mínim de 12 cm i d'un sol cos
Entapissat de textura llisa, de polièster de baixa fricció, antibacterià, fungicida, antimicrobià, transpirable, impermeable, ignífug i resistent als productes de neteja habituals. Amb cremallera o sistema equivalent per desenfundar fàcilment