



Expedient número: 1457/2024

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VERIFICACIÓ D'ETILÒMETRE EVIDENCIAL, REPARACIONS I SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES PER A PROVES D'ALCOHOLÈMIA DE LA POLICIA LOCAL DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L' objecte del contracte és la contractació d'un servei de verificació i tractament correctiu de l' etilòmetre DRÄGER ALCOTEST 7510 així com l'enviament del mateix a APPLUS i el retorn a les dependències de la Policia Local de Santa Margarida de Montbui, degudament certificat per part del laboratori homologat.

També és objecte del present contracte el subministrament del material consumible necessari pel funcionament de l'aparell esmentat (broquets) i la reposició i/o adquisició d'altre material consumible que es pot deteriorar amb el seu ús habitual (paper impressora IR), destinats a la realització de controls per la vigilància i control del trànsit (Relacionats a l' apartat 2.2 del PPT).

2. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2.1 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL SERVEI DE TRACTAMENT I VERIFICACIÓ DE L' ETILÒMETRE

La Policia Local de Santa Margarida de Montbui necessita contractar un servei de tractament i verificació anual de l'etilòmetre evidencial de precisió citat, per un període de 2 anys prorrogable anualment per 2 anys mes, una vegada finalitzi el primer any de calibratge i verificació original, per tal d'assegurar el seu bon funcionament i amb la finalitat de garantir que els resultats de proves d'alcoholèmia siguin correctes.

Aquest aparell ha de trobar-se degudament calibrat per tal d'oferir les majors garanties legals i de control a l'hora d'imposar sancions mitjançant les proves obtingudes. Per aquest motiu, és necessari realitzar la contractació del servei de manteniment preventiu, i verificació de l'organisme homologat, APPLUS, de l'equip esmentat.

Els tècnics encarregats i operaris del servei de manteniment han d'estar especialitzats per realitzar la calibració i reparació de tots els aparells que han de ser objecte de revisió. En cap cas l'adjudicatari podrà al·legar desconeixement de la tècnica i particularitats en que es desenvolupa el tipus de servei contractat per eludir responsabilitats o per a repercutir-ho en una demora en els treballs o un increment de preus.

Respecte a les verificacions de l'equip subministrat, es portarà a APPLUS que és Organisme homologat per aquells instruments inclosos a les Directives 2014/31/UE i 2014/32/UE (sent també l'Organisme de Control metrològic i Organisme Autoritzat de Verificació Metrològica d'Espanya).





2.2 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES (BROQUETS I PAPER D'IMPRESSIÓ)

Juntament amb el l'entrega de l'etilòmetre un cop certificat, s'hauran de subministrar els següent material fungible:

- A. Dos cents-cinquanta (250) broquets. Aquestes han de contenir una vàlvula antiretorn i han de ser compatibles per la seva utilització en l'etilòmetre ofert.
- B. Cinc (5) bobines de paper per a la impressora IR ALCOTEST DRÄGER. El rotllo de paper per la impressora ha de ser tèrmic d'alta qualitat, vàlid per a la impressora portàtil que acompanya a l'etilòmetre.

3. PRESTACIÓ DEL SERVEI

3.1 PRESTACIÓ DE SERVEI DE VERIFICACIÓ:

Una vegada transcorregut el primer any de certificació i calibratge del Centre Espanyol de Metrologia inclòs en el subministrament de l'equip, entrarà en execució la part de servei del contracte relatiu a la revisió preventiva anual i certificació de l'equip.

El servei de manteniment preventiu i verificació que realitza un centre reconegut pel Centre Espanyol de Metrologia es farà com a mínim un cop l'any.

A l'import d'adjudicació pel servei de manteniment, estan inclosos els imports de la revisió preventiva anual, ma d'obra, la taxa estimada d'abonament al centre homologat per la verificació i certificació de l'etilòmetre, així com tots els ports de transports de recollida i retornada de l'aparell. La taxa de verificació serà abonada directament al Centre homologat per l'adjudicatari.

L'adjudicatari i/o el fabricant haurà de realitzar una revisió i manteniment de l'etilòmetre que permeti que aquest superi posteriorment el corresponent calibratge legalment establert, el qual es realitzarà en un centre reconegut pel Centre Espanyol de Metrologia, en aquest cas APPLUS, obtenint d'aquesta manera el corresponent certificat acreditatiu una vegada a l'any.

Serà l'adjudicatari l'encarregat de recollir l'aparell .El responsable del contracte nomenarà una persona encarregada de realitzar les peticions mitjançant e-mail. L'adjudicatari serà l'encarregat de recollir l'aparell de calibrar de les dependències de la Policia Local en un **termini màxim de 96 hores** des de la petició a l'adjudicatari. Aquesta petició es realitzarà mitjançant correu electrònic per part de la Policia Local.

L'adjudicatari haurà de recollir l'aparell a les dependències de la Policia Local de Santa Margarida de Montbui i transportar-lo al servei tècnic i/o fabricant per la seva revisió i amb posterioritat al centre de metrologia homologat (APPLUS) per tal que li realitzin les proves metrològiques pertinents. Un cop revisat i calibrat l'aparell, el retornarà juntament amb el corresponent certificat de calibratge emès pel centre metrològic homologat a les dependències de la Policia Local.

Per portar a terme les tasques de manteniment preventiu (revisions) i verificació al centre homologat de l'aparell evidencial, l'adjudicatari disposarà d'un **termini màxim de 40 dies**





naturals a comptar des de la seva recollida a les dependències de la Policia Local.

3.2 PARÀMETRES TÈCNICS A MANTENIR I REVISAR:

ETILÒMETRE EVIDENCIAL	
Inspecció de l'estat de conservació.	Exterior (neteja, sí l'equip ho requereix). Interior (si s'obre l'equip per reparació).
Auto comprovació d'indicacions de funcionament.	Indicació visual (led ON) i indicació acústica Display: segments i il·luminació. Unitat de mesura.
Comprovació dels indicadors d'anomalies.	Missatges d'error.
Control i canvi de fungibles (si procedeix).	Sensors, per caducitat, manca de sensibilitat o avaria.
Comprovació del sistema de presa de mostres.	Comprovació del pistó-aspiració Comprovació dels sensors de pressió.
Verificació del zero.	Verificació de zero amb aire aspirat.
Ajust de sensibilitat.	Verificació del sensor electroquímic. Ajustos amb dissolució d'alcohol en aigua en una concentració de 0.500 mg/l (5 proves).
Comprovació de la unitat d'alimentació.	Bateria recarregable i carregador o canvi de piles alcalines.
Realització del certificat de revisió i ajustament.	Certificat estàndard.
Certificat de verificació.	Superades aquestes proves, es portarà al Centre de Metrologia homologat (APPLUS) per a la seva verificació.

3.3 PRESTACIÓ DE SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU / REPARACIONS:

Durant el període de vigència del contracte de manteniment es realitzaran aquelles reparacions que siguin necessàries en funció de les avaries que es produeixin en els equips prèvia petició per part de la Policia Local de Santa Margarida de Montbui.

L'adjudicatari procedirà a recollir l'aparell a revisar, a les dependències de la Policia Local i transportar-ho al servei tècnic i/o fabricant per la seva revisió, aquest haurà de remetre a la Policia Local el pressupost indicant el tipus d'avaría i cost econòmic de la reparació, la realització d'aquesta tasca no repercutirà en cap cost econòmic per l'Ajuntament.

Si el responsable del contracte decideix no procedir a la reparació de l'aparell l'adjudicatari procedirà a retornar-lo a les dependències de la Policia Local, sense percebre cap import per les actuacions realitzades.

Si el responsable del contracte decideix procedir a efectuar la reparació de l'aparell, proposarà a l'òrgan competent la petició de reparació del mateix, el qual procedirà o no a la seva autorització, en base a la documentació aportada i les disponibilitat pressupostaries.





Tots els recanvis i materials utilitzats a les reparacions seran nous i originals de cadascuna de les marques i models atesos en aquest contracte.

Si les peces estiguessin disponibles al mercat de forma separada seran sempre de la marca i model del fabricant original de la peça.

Tots els ports de maquinària i recanvis, i els desplaçaments necessaris a les dependències de la Policia Local de Santa Margarida de Montbui per part de personal i equips de l'adjudicatari per a l'execució del contracte seran per compte de l'adjudicatari.

3.4 VERIFICACIÓ DE L' EQUIP POSTERIOR A REPARACIÓ.

En els casos, que la reparació comporti haver de tornar a verificar l'equip per part d'un organisme homologat (APPLUS), aquest import s'haurà d'incloure al pressupost emès per l'adjudicatari per la reparació corresponent i serà ell mateix que s'encarregarà de portar-lo a l'organisme corresponent i obtenir el corresponent certificat de verificació de l'aparell de la mateixa manera que s'ha descrit a l'apartat 2.3.1.

L'apartat 5 de l'Annex XIII de l'Ordre ICT/155/2020, de 7 de febrer per la qual es regula el control metrològic de l'estat dels instruments destinats a mesurar la concentració d'alcohol en aire aspirat exigeix tanmateix una verificació periòdica anual que es realitzarà conforme l'indicat en el capítol IV i l'Apèndix IV.

Respecte a les verificacions dels equips es portaran a APPLUS que és Organisme notificat núm. 370 per aquells instruments inclosos a les Directives 2014/31/UE i 2014/32/UE. A més és l'Organisme de Control metrològic i Organisme Autoritzat de Verificació Metrològica a Espanya terme a les Entitats Acreditades a Catalunya. El certificat de verificació, sempre haurà d'anar a nom de l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.

4. FORMA D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

S'entendrà que el subministrament estarà complet per part de l'adjudicatari a partir del moment en què hagi posat l'equip a disposició de la Policia Local de Santa Margarida de Montbui, amb el procés de certificació al CEM (Centre Espanyol de Metrologia), en el seu nom.

Una vegada formalitzat el contracte, es definirà almenys, l'aspecte següent:

- Per part de l'empresa adjudicatària i/o del fabricant responsable del manteniment, s'assignarà un interlocutor per la correcta gestió del contracte, i el compliment de l'establert en el Plec.

Les ordres de revisió anuals de l'equip, seran notificades per via telemàtica a l'interlocutor designat per l'adjudicatari i/o fabricant, que en el termini màxim de **96 hores** haurà de recollir l'equip per al seu manteniment i revisió.

Santa Margarida de Montbui, a data de signatura electrònica.





Ajuntament
de Santa Margarida
de **Montbui**

José Andrés González Blázquez
Sergent Cap de la Policia Local

Jordi Bòria Taixé
Regidor de Promoció Econòmica,
Comerç, Turisme, Ocupació i
Seguretat Ciutadana.

