

REVISIÓ PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES LICITACIÓ

“SIM-11 PISTOLA ANÀLISI RÀPIDA METALLS PESANT EN FANGS”

L'apartat 3 Descripció dels Treballs del Plec de Clàusules Tècniques (PCT), que estava redactat com es mostra a continuació:

“El subministrament d'una “pistola” per a la determinació ràpida de metalls pesants en fangs deshidratats, equip portàtil d'anàlisis per XRF; amb les següents característiques:

- Tecnologia basada en la fluorescència de raigs X, amb ànode de Ag
- Detector SDD, resolució <140 eV, temps pic 0,25 µs de > 10mm de área
- Diferents característiques del feix per optimitzar paràmetres, amb sistema de canvi immediat
- Equip portàtil de fàcil maniobrabilitat
- Sistema que no necessiti càmera de buit de He
- Equip amb carcassa IP55
- Equip que compleixi norma MIL-810 de resistència a impactes
- Equip dotat d'un sistema per a evitar la fuga de radiació en el moment de realitzar les medicions, de forma que l'usuari no hagi de tenir la llicència de supervisor i operador d'instal·lacions radiactives.
- Marca CE

...”

Es modifica puntualment, i passa a quedar redactat de la següent manera:

“El subministrament d'una “pistola” per a la determinació ràpida de metalls pesants en fangs deshidratats, equip portàtil d'anàlisis per XRF; amb les següents característiques:

- Tecnologia basada en la fluorescència de raigs X
- Detector SDD (Detector Deriva Silici)
- Diferents característiques del feix per optimitzar paràmetres, amb sistema de canvi immediat
- Equip portàtil de fàcil maniobrabilitat
- Sistema que no necessiti càmera de buit de He
- Equip amb carcassa protecció mínima IP54
- Equip que compleixi norma MIL-810 de resistència a impactes

- Equip dotat d'un sistema per a evitar la fuga de radiació en el moment de realitzar les medicions, de forma que l'usuari no hagi de tenir la llicència de supervisor i operador d'instal·lacions radiactives.
- Marca CE

...

Òrgan de Contractació
SIMMAR S.L.
Mataró, 7 de novembre de 2024