

TÍTOL EXPEDIENT:		SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES SANITARIS PER LA REALITZACIÓ DE PROCEDIMENT DE CIRURGIA DE CATARACTA PER AL SERVEI D'OPTALMOLOGIA PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA			
NÚMERO D'EXPEDIENT:		20_CSA_2024			
Nº LOT		1			
NOM LICITADOR:					
DOMICILI: C/:					
LOCALITAT:					
TELÈFON:					
CORREU ELECTRÒNIC:					
DADES DEL SIGNANT:					
NOM I COGNOMS:					
DNI:					
CÀRREC:					
SIGNAT I SEGELLAT:					
DATA:					

Nº CSA	PRODUCTE		DEFINICIÓ PRESTACIÓ TÈCNICA	COMPLEIX? (SI/NO)	Document i pàgina on es pot verificar aquesta prestació
T420325-T420390	LENT MONOFOCAL	Definició	Lent intraocular monofocal blanca de càmera posterior hidròfoba, acrílica, asfèrica amb hàptics en C loop i monobloc amb filtre UV, lliure de glistenning. Precarregada amb sistema d'injecció d'un sol ús, amb potencies disponibles mínim de +8,00D a + 30,00D amb augments de 0,5D. Envàs etiquetat amb etiqueta RFID per tal de controlar les dades de traçabilitat com lot i caducitat del producte a través del sistema intel·ligent de gestió.		
		Altres prestacions tècniques	Òptica de com a mínim 6mm de Ø totalment útil		
			Vora recta/quadrada		
			Mida de la lent ≥ 12.5mm		
			Índex de refracció ≥ 1,51		
			Injectable per incisió de 2.2mm		
T420284	LENT 3 PECES	Definició	Lent monofocal asfèrica hidròfòbica 3 peces amb filtre UV, amb potencies disponibles mínim de +10,00D a +30,00D amb augments de 0,5D. Diàmetre òptica 6.0 mm totalment útil. Diàmetre total màxim de 13.0 mm. Envàs etiquetat amb etiqueta RFID per tal de controlar les dades de traçabilitat com lot i caducitat del producte a través del sistema intel·ligent de gestió.		
T420398	LENT TÒRICA	Definició	Lent intraocular tòrica de càmera posterior, monofocal, hidròfoba, acrílica, asfèrica amb hàptics en C loop i monobloc amb filtre UV, lliure de glistenning. Precarregada amb sistema d'injecció d'un sol ús, amb potencies disponibles mínim de +8,00D a + 30,00D amb augments de 0,5D. Envàs etiquetat amb etiqueta RFID per tal de controlar les dades de traçabilitat com lot i caducitat del producte a través del sistema intel·ligent de gestió.		
		Altres prestacions tècniques	Òptica de com a mínim 6mm de Ø totalment útil		
			Vora recta/quadrada		
			Mida de la lent ≥ 12mm		
			Índex de refracció ≥ 1,51		
			Injectable per incisió de 2.2mm		
			Marques eix estigmatisme visibles		
	ARMARI CONTROL RFID EN CESSIÓ	Definició	Sistema intel·ligent de gestió de dipòsit de lents (unitats, lots i caducitats) que permeti la traçabilitat i visualització en tot moment dels implantables controlats amb tecnologia RFID. Cal que l'equip permeti la integració amb els sistemes informàtics del CSA (Business Central i HIS-Savac-MIRA) i disposi de la capacitat d'emmagatzematge suficient pel volum de dipòsit de lents requerit en aquesta licitació (tant monofocals com lents de 3 peces). L'equip haurà de disposar de pantalla tàctil pel seu ús i correcta neteja, així com també, accés a base de dades per URL i explotació de les mateixes.		
	MICROSCOPI EN CESSIÓ	Definició	Microscopi de peu adequat per a cirurgies de segment anterior amb retroil·luminació per a cirurgia de cataractes. Equip de nova fabricació i última generació.		
		Altres prestacions tècniques	Estatiu de peu amb rodes anti-electrostàtiques equipades amb frens, amb braç articulat pivotant		
			Mànecs ergonòmics per a desbloqueig dels frens electromagnètics		
			Configuració de 2 rutes òptiques amb possibilitat de canviar lateralitat de l'òptica de l'ajudant		
			Sistema d'il·luminació LED amb capacitat d'ajust independent de l'il·luminació coaxial respecte a la llum de camp		
			Pedal impermeable		
			Amb element de grabació de la cirurgia en una unitat USB		
			Possibilitat de personalitzar les funcions del pedal		
			Control de zoom, enfoc, XY des del pedal		
			Magnificació motoritzada, de 0,5x a 2x		
			Enfoc motoritzar amb, com a mínim, 55mm de recorregut		
			Magnificació real total de, com a mínim, 22x		
			Binoculars de gran angular amb ajust de distància interpupil·lar i correcció diòptrica		
			Ha d'incloure, com a mínim, 7 conjunts de mànecs esterilitzables		
			Pantalla per al control de gestió de l'equip i amb opció de visualitzar la cirurgia		

ANNEX 1 PPT Oferta tècnica					
TITOL EXPEDIENT:		SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES SANITARIS PER LA REALITZACIÓ DE PROCEDIMENT DE CIRURGIA DE CATARACTA PER AL SERVEI D'OFTALMOLOGIA PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ANGOA			
NUMERO D'EXPEDIENT:		20_CSA_2024			
Nº LOT		2			
NOM LICITADOR: DOMICILI: C/: LOCALITAT: TELÈFON: CORREU ELECTRÒNIC:					
DADES DEL SIGNANT:					
NOM I COGNOMS:					
DNI:					
CÀRREC:					
SIGNAT I SEGELLAT:					
DATA:					
Nº CSA	PRODUCTE		DEFINICIÓ PRESTACIÓ TÈCNICA	COMPLEX? (SI/NO)	Document i pàgina on es pot verificar aquesta prestació
4810207	PACK CIRURGIA FACOEMULSIFICACIO		Custom pack estèril compost pel següent: - 1 Llanceta esclerat 20G - 1 agulla per a facoemulsificació - 2 caputxons d'irrigació i test de càmera - 1 cassette amb sistema de drenatge i tubuladures - 1 ganiveta 2,75mm doble bisell (superior i inferior) - 1 cistotom irrigació 25G - 1 canula d'hidroseció 25G - 1 canula d'irrigació per a camera anterior 27G - 1 xeringa de 1cc luer lock - 1 xeringa de 10cc luer lock - 1 xeringa de 5cc luer lock - 1 protector ocular de plastic transparent - 5 hemostetes microsponges - 10 gases 10x10cm de més de 8 plecs - 1 batea de plàstic graduada 250ml - 1 bata quirúrgica no reforçada amb eixugamans talla L - 1 bata quirúrgica no reforçada amb eixugamans talla XL - 1 Apòsit ("parche") ocular oval - 1 camp quirúrgic no fenestrat 165x255cm (+-5cm) amb bossa - 1 camp per cobrir taula 140x140cm (+-5cm) amb adhesiu		
4810227	VISCOLASTIC COHESIU		Dispositiu viscoquirúrgico oftàlmic cohesiu en una xeringa precarregada i cànula d'injecció independent. Amb hialuronat sòdic al 1%, volum 0.85ml i amb cànula roscada tipus luer lock o similar. Estèril i lliure de latex.		
4810232	VISCOLASTIC DISPERSIU		Dispositiu viscoquirúrgico oftàlmic dispersiu en una xeringa precarregada i cànula d'injecció independent. Amb hialuronat sòdic al 3%, volum major de 0.75ml i amb cànula roscada tipus luer lock o similar. Estèril i lliure de latex.		
4810305	SOLUCIÓ SALINA FACOEMULSIFICADOR		Solució salina balancejada en bossa de 500ml compatible el seu ús amb el facoemulsificador cedit.		
	FACOEMULSIFICADOR EN CESSIÓ	Característiques bàsiques	Equip d'última generació amb actualització de hardware i software al 2024 per part del fabricant		
			Control d'ultrasons lineal i ajustable		
			Control independent de buit i fluxe d'aspiració		
			Cassets d'un sol ús i tubs d'alt vuit		
			Possibilitat de fer cirurgia de cataracta per micro incisió (2,2mm o inferior)		
			Possibilitat de'incorporar paràmetre d'actuació de diferents usuaris		
			Etaques i paràmetres personalitzats de cada tècnica escollida segons la duresa de la cataracta		
			Reflux actiu des del pedal		
			Fluxe d'aspiració sel.leccionable		
			Buit sel.leccionable		
			Possibilitat de buit i fluxe d'aspiració fix i lineal en qualsevol etapa de la cirurgia		
			Vitreotom anterior amb possibilitat d'aconseguir com a mínim 4000cpm, 20G i/o 23G		
			Submodes vitrectomia, mínim: - Tall -I/A - I/A - tall - Iridectomia perifèrica		
			Vitreotom bimanual		
			Sistema de regulació del nivell de l'ull del pacient		
			Tub d'irrigació amb connexió luer-lock		
			Pantalla tàctil amb instruccions visuals i, com a mínim, en castellà		
			Sistema de coagulació bipolar		
			Amb suport rodable pel seu transport		
		Accessoris	Cal que cada equip inclogui 6 peces de mà i 6 mànecs I/A		
			Pedal inalambric		
	MICROSCOPI EN CESSIÓ	Definició	Microscopi de peu adequat per a cirurgies de segment anterior amb retroil·luminació per a cirurgia de cataractes. Equip d'última generació amb actualització de hardware i software al 2024 per part del fabricant.		
		Altres prestacions tècniques	Estatu de peu amb rodes anti-electrostàtiques equipades amb frens, amb braç articulat pivotant		
			Mànecs ergonòmics per a desbloqueig dels frens electromagnètics		
			Configuració de 2 rutes òptiques		
			Sistema d'il·luminació LED amb capacitat d'ajust independent de l'il·luminació coaxial respecte a la llum de camp		
			Pedal impermeable de control inalàmbric		
			Possibilitat de personalitzar la velocitat de l'enfoc, el zoom, l'XY, les funcions del pedal, l'enfoc inicial i la magnificació inicial		
			Possibilitat de gestionar i personalitzar perfils de cirurgians amb paràmetres de visualització predefinits		
			Control de zoom, enfoc, XY i d'iniciar i aturar la gravació des del pedal		
			Magnificació motoritzada, de 0,5x a 2x amb reajust automàtic		
			Enfoc motoritzar amb, com a mínim, 55mm de recorregut		
			Magnificació real total de, com a mínim, 22x		
			Binoculars de gran angular amb ajust de distància interpup·llar i correcció diòptrica		
			Ha d'incloure, com a mínim, tres conjunts de mànecs esterilitzables		
			Pantalla tàctil per al control de gestió de l'equip i amb opció de visualitzar la cirurgia		
			Possibilitat de gravació de cirurgies des del pedal		
			Possibilitat de connectivitat inalàmbrica amb l'equip de facoemulsificació que permeti visualitzar els paràmetres de la cirurgia a la pantalla del microscopi		