PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CÀNULES, SONDES, EQUIPS DE DRENATGE, FILTRES, CONNECTORS I ADAPTADORS. COMPLEMENTARI.

CS/CC00/1101410863/25/AMUP

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

Pàgina 1 de 48

INDEX

1. Condicions generals 4
1.1. Objecte de la contractació 4
1.2. Característiques de la contractació 4
1.3. Tècnics 4
2. Requeriments obligatoris 4
2.1. Normativa aplicable 4
2.2. Especificacions tècniques generals 5
2.3. Requisits obligatoris addicionals: 5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit 5
3. Com presentar la oferta 5
3.1. Oferta tècnica 5
3.2. Model d'oferta tècnica 5
3.3. Presentació de mostres 7
3.4. Documentació confidencial 8
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista 8
4.1. Prevenció de riscos laborals 8
4.2. Formació 8
4.3. Manual d'usuari 9
4.4. Condicions logístiques i de subministrament 9
4.4.1. Condicions de subministrament 9
4.4.2. Garantia de subministrament 9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC) 9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte 10
4.4.2.3. Termini de lliurament 11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda 11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes 11
4.4.3. Sistema EDI 11
4.5. Condicions de l'operador logístic 14
4.5.1. Embalatges 14
4.5.2. L'albarà 15
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE. 15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia 16

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 16
4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 18

GENERALITAT DE CATALUNYA

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material agregat de de cànules, sondes, equips de drenatge, filtres, connectors i adaptadors per als Centres de l'Institut Català de la Salut i Centres adherits.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que composen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que composen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient.**

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

No hi ha requisits obligatoris addicionals.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 9 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor**, **ANNEX C**

  S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxxx_2bis**

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual** del producte, **ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2.**

  A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

  Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

  El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

  Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx
  Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

  A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

  El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

  Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

  La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

  La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

  Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia: 05/11/2024 07:46:52

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001
Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Llista-resum de criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D3, detallats al document CA-AMUP-S-25-25.**

  S'han d'emplenar els camps dels diferents criteris segons les indicacions del document (Annex D3), excepte el criteri gamma ja que el càlcul d'aquest ve determinat pel número d'ofertes tècnicament vàlides.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia: 05/11/2024 07:46:52

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres** (GIC). El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
  - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
  - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
  - Discontinuïtats o obsolescències
  - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari,** la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'**.** El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF **i exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un**

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

nou usuari, l'administrador del NIF rebrà un correu notificant **que cal** la **validació** d'una **alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha *l'Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuals d'usuari proveïdor* i *l'Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia: 05/11/2024 07:46:52

adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:

  - NIF del proveïdor
  - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
  - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
  - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
  - La descripció del producte
  - El número de lot i la caducitat
  - La quantitat per referència
  - El preu unitari
  - Import total
  - Temperatura de conservació

- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa
ICS pròtesis y fungibles: https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa
Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web http://comedinet.ediversa.net, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@evidersa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic

4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER**.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència.*

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:

    - NIF del proveïdor
    - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
    - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
    - La referència i el codi EAN (GTIN).
    - La descripció del producte
    - El número de lot i la caducitat
    - La quantitat per referència
    - El preu unitari
    - Import total
    - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agencia de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida**.

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas què l'agencia de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

GENERALITAT DE CATALUNYA

1. Accés al recinte. **Identifiqueu-vos** quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de **10 km/h**, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el **vehicle totalment immobilitzat**. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle**. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.** b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà **d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.** c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'**emergència:** Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de **10 km/h**, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas **d'emergència**: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació
ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
ANNEX D3 – Fitxa de criteris addicionals d´adjudicació

GENERALITAT DE CATALUNYA

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

GENERALITAT DE CATALUNYA

Annex A - CS/CC00/1101410863/25/AMUP

Lot	Nom Lot	Condició
1	Equip per a drenatge vesical suprapúbic	NO OBLIGATORI
2	Sondes d'aspiració sense control digital nasofaríngies, traqueobronquials i accessoris	NO OBLIGATORI
3	Sondes pediàtriques d'aspiració amb control digital nasofaríngies, traqueobronquials i accessoris	OBLIGATORI
4	Sondes esofagogàstriques	NO OBLIGATORI
5	Sondes gàstriques per a rentat o aspiració	NO OBLIGATORI
6	Sonda vesical permanent amb punta Couvelaire	NO OBLIGATORI
7	Sonda vesical permanent punta Dufour	NO OBLIGATORI
8	Sonda vesical permanent punta Tiemann	NO OBLIGATORI
9	Sonda vesical permanent punta Foley	NO OBLIGATORI
10	Sonda vesical intermitent/buidatge lubricada	NO OBLIGATORI
11	Sondes rectals	NO OBLIGATORI
12	Sondes amb baló per a doble contrast	NO OBLIGATORI
13	Altres sondes i complements	NO OBLIGATORI
14	Sonda permanent punta tipus Pezzer	NO OBLIGATORI
15	Solució per a instil·lació intravesical i de manteniment	NO OBLIGATORI
16	Penrose de làtex radioopac	NO OBLIGATORI
17	Tub de drenatge Kher	NO OBLIGATORI
18	Tub de drenatge Jackson Pratt	NO OBLIGATORI
19	Altres tubs i equips de drenatge	NO OBLIGATORI
20	Tub connector de silicona	NO OBLIGATORI
21	Tub d'aspiració per a dispositiu de neteja en procedimients de trombectomia	OBLIGATORI
22	Tub de plàstic tipus bulb	NO OBLIGATORI
23	Connectors reductors de plàstic recte, en "T" i en "Y"	NO OBLIGATORI
24	Claus per a equips d'infusió	NO OBLIGATORI
25	Connectors per a tubs	NO OBLIGATORI
26	Connectors per a infusió endovenosa	NO OBLIGATORI
27	Taps per a catèters	NO OBLIGATORI
28	Altres adaptadors i connectors	NO OBLIGATORI
29	Filtres de partícules antibacterians per a infusió endovenosa	NO OBLIGATORI
30	Altres filtres	NO OBLIGATORI

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

GENERALITAT DE CATALUNYA

Institut Català de la Salut

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

GENERALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.10.2024
HORA: 12:48:44
PÀGINA: 1 / 16

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30000871

Descripció llarga:

Sonda aspiració sense control digital, faríngia,traqueal o bronquial,PVC transparent,flexible,CH-5,llargària 48+/-3cm,extrem distal amb orifici terminal recte atraumàtic 2 orificis laterals,extrem proximal a/connector universal,codificat colors,est,1ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30000872

Descripció llarga:

Sonda aspiració sense control digital, faríngia,traqueal o bronquial,PVC transparent,flexible,CH-6,llargària 48+/-3cm,extrem distal amb orifici terminal recte atraumàtic 2 orificis laterals,extrem proximal a/connector universal,codificat colors,est,1ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30000873

Descripció llarga:

Sonda aspiració sense control digital, faríngia,traqueal o bronquial,PVC transparent,flexible,CH-8,llargària 48+/-3cm,extrem distal amb orifici terminal recte atraumàtic 2 orificis laterals,extrem proximal a/connector universal,codificat colors,est,1ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30000875

Descripció llarga:

Sonda aspiració sense control digital, faríngia,traqueal o bronquial,PVC transparent,flexible,CH-12,llargària 48+/-3cm,extrem distal amb orifici terminal recte atraumàtic 2 orificis laterals,extrem proximal a/connector universal,codificat colors,est,1ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30000878

Descripció llarga:

Sonda aspiració sense control digital, faríngia,traqueal o bronquial,PVC transparent,flexible,CH-18,llargària 48+/-3cm,extrem distal amb orifici terminal recte atraumàtic 2 orificis laterals,extrem proximal a/connector universal,codificat colors,est,1ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30000882

Descripció llarga:

Sonda nasogàstrica 2vies per a aspiració i irrigació/asp intermitent,PVC termosensible transparent,CH-10x90+/-10cm,línia radioopaca, marques profunditat,extrem distal tancat atraumàtic amb orificis laterals,connexió enFit,lliure làtex/DEHP,estèril,un ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30000884

Descripció llarga:

Sonda nasogàstrica 2 vies per a aspiració/irrigació intermitent,PVC transp a/vàlvula anti-reflux,CH-14x120+/-5cm,línia radioopaca,ma rques profunditat,extrem distal tancat atraumàtic a/orificis laterals,connexió cònica univers,lliure DEHP,estèril,1 sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30000885

Descripció llarga:

Sonda nasogàstrica 2 vies per a aspiració/irrigació intermitent,PVC transp a/vàlvula anti-reflux,CH-16x120+/5cm,línia radioopaca,mar ques profundita ,extrem distal tancat atraumàtic a/ orificis laterals,connex cònica univers,lliure DEHP,estèril,1 sol ús

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30000886

Descripció llarga:

Sonda nasogàstrica 2 vies per a aspiració/irrigació intermitent,PVC tranp a/vàlvula anti-reflux,CH-18x120+/-5cm,línia radioopaca,mar ques profunditat,extrem distal tancat atraumàtic a/ orificis laterals,connexió cònica univers,lliure DEHP,estèril,1 sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30000888

Descripció llarga:

Sonda esofàgica,silicona transparent,CH-28,longitud 150+/-10cm,punta tancada,cilíndrica amb orificis laterals atraumàtics,marques de profunditat i control radiològic,connexió embut,per a tractament d'estenosis o obstruccions de l'esòfag,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30000889

Descripció llarga:

Sonda esofàgica,silicona transparent,CH-34,longitud 150+/-10cm,punta tancada,cilíndrica amb orificis laterals atraumàtics,marques de profunditat i control radiològic,connexió embut,per a tractament d'estenosis o obstruccions de l'esòfag,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30000931

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley 2 vies,amb fiador,làtex siliconat,CH-28, llargària 40-42cm,extrem distal recte punta cilín drica tancada amb orificis laterals oposats,baló 10-15mL,vàlvula p/ràcords luer i luer-lock,connexió universal,est,lús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30000935

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, làtex amb recobriment d'hidrogel, dues vies, CH-12, llargària 40-42cm, extrem distal rect e tancat arrodonit, orificis laterals, baló 5-10mL,vàlvula p/ràcords luer i luer-lock connexió universal,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30000973

Descripció llarga:

Sonda permanent material làtex siliconat una via, CH-24, llargària 35-37cm, recta, punta tipus Pezzer, orificis laterals, connexió u niversal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30000974

Descripció llarga:

Sonda permanent material làtex siliconat, una via, CH-26, llargària 35-37cm, recta, punta tipus Pezzer, orificis laterals, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30000976

Descripció llarga:

Sonda permanent material làtex siliconat, una via, CH-30, llargària 35-37cm, recta, punta tipus Pezzer, orificis laterals, connexió universal, estèril, un sol ús

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30000991

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació,làtex siliconat,tres vies,CH-18 ,llargària 40-42cm,extrem distal atraumàtic,punta recta,cilín drica,orificis a extrem distal,baló 30-35ml,vàlvula p/ràcords luer i luer-lock,connexió univer,estèril,1 sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30000995

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació punta colzada tipus Dufour,làtex semirígid,tres vies,CH-18,llargària 40-42cm,orificis latera ls,baló 50-80mL,vàlvula per a ràcords luer,connexió universal,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30000996

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació punta colzada tipus Dufour,làtex semirígid,tres vies,CH-20,llargària 40-42cm,orificis latera ls,baló 50-80mL,vàlvula per a ràcords luer,connexió universal,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30000997

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació punta colzada tipus Dufour,làtex semirígid,tres vies,CH-22,llargària 40-42cm,orificis latera ls,baló 50-80mL,vàlvula per a ràcords luer,connexió universal,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30000998

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació punta colzada tipus Dufour,làtex semirígid,tres vies,CH-24,llargària 40-42cm,orificis latera ls,baló 50-80+/-5mL,vàlvula per a ràcords luer,connexió universal,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30001022

Descripció llarga:

Sonda rectal transparent resistent a la torsió, policlorur de vinil (PVC), CH-20, llargària 40-42cm, extrem distal tancat arrodonit amb orificis laterals, connector universal amb codificació de colors, funda protectora, lliure de làtex i DEHP,estèril,1ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30001023

Descripció llarga:

Sonda rectal transparent resistent a la torsió, policlorur de vinil (PVC), CH-22, llargària 40-42cm, extrem distal tancat arrodonit amb orificis laterals, connector universal amb codificació de colors, funda protectora, lliure de làtex i DEHP,estèril,1ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30001024

Descripció llarga:

Sonda rectal transparent resistent a la torsió, policlorur de vinil (PVC), CH-26, llargària 40-42cm, extrem distal tancat arrodonit amb orificis laterals, connector universal amb codificació de colors, funda protectora, lliure de làtex i DEHP,estèril,1ús

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30001025

Descripció llarga:

Sonda rectal transparent resistent a la torsió, policlorur de vinil (PVC), CH-28, llargària 40-42cm, extrem distal tancat arrodonit amb orificis laterals, connector universal amb codificació de colors, funda protectora, lliure de làtex i DEHP,estèril,1ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30001026

Descripció llarga:

Sonda rectal transparent resistent a la torsió, policlorur de vinil (PVC), CH-30, llargària 40-42cm, extrem distal tancat arrodonit amb orificis laterals, connector universal amb codificació de colors, funda protectora, lliure de làtex i DEHP,estèril,1ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30001027

Descripció llarga:

Sonda rectal transparent resistent a la torsió, policlorur de vinil (PVC), CH-32, llargària 40-42cm, extrem distal tancat arrodonit amb orificis laterals, connector universal amb codificació de colors, funda protectora, lliure de làtex i DEHP,estèril,1ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30001221

Descripció llarga:

Drenatge quirúrgic abdominal-biliar tipus Kehr en forma "T", silicona de grau mèdic, CH-8, línia radioopaca, dimensions 450-500mm t ub vertical T/180-200mm tub transversal amb extrems perforats, connector mascle per a connexió a bossa de drenatge,est,1ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30001222

Descripció llarga:

Drenatge quirúrgic abdominal-biliar tipus Kehr forma "T", silicona de grau mèdic, CH-10, línia radioopaca, dimensions 450-500mm tu b vertical T/180-200mm tub transversal amb extrems perforats, connector mascle per a connexió a bossa de drenatge,est,1ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30001227

Descripció llarga:

Tub drenatge ferides i abscessos per gravetat tipus Penrose de silicona grau mèdic amb marques de profunditat, pla, radioopac, clip de subjecció, mides: diàmetre 9-10mm, amplada 15-16mm, llargària 45-50cm, lliure de làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30001233

Descripció llarga:

Tub per a drenatge ferides post-quirúrgiques tipus Jackson-Pratt, silicona biocompatible, flexible, 18F, llargària 55-60cm, rodó, at raumàtic, marques radioopaques, extrem distal obert, multiperforat 20+/-2cm, per a aspiració contínua, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30001245

Descripció llarga:

Tub de clorur de polivinil (PVC), tub tipus bulb, anticolzament, eixamplament cada metre per a connexió, diàmetre interior 7mm, un s ol ús, no estèril. Presentació: envàs 3-5m

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30001249

Descripció llarga:

Tub connector de goma làtex, diàmetre interior 4mm, diàmetre exterior 7mm, un sol ús. Presentació: rotlle de 20-21m

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30001641

Descripció llarga:

Sonda permanent material làtex siliconat, una via, CH-16, llargària 35-37cm, recta, punta tipus Pezzer, orificis laterals, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30001642

Descripció llarga:

Sonda permanent material làtex siliconat, una via, CH-18, llargària 35-37cm, recta, punta tipus Pezzer, orificis laterals, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30001643

Descripció llarga:

Sonda permanent material làtex siliconat, una via, CH-20, llargària 35-37cm, recta, punta tipus Pezzer, orificis laterals, connexió universal, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30001689

Descripció llarga:

Filtre adm NPT Øint3mm,Øext4,1mm,long26cm,filtre Mb 10cm²,àrea filtr suport 30x60±2mm,mínim flux a 180ml/min,volum mort= 2,4ml,tub P VC s/DEHP ,Mb filtrat hidròfila:PES 1,2i,Mb aireació hidrofòb 0,03is,clamp ,terminals:LLM i LLF a/cambra prot,est,n/DEHP,1ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30001810

Descripció llarga:

Connector en Y de polipropilè amb connexions reductores, diàmetre exterior 12mm, diàmetre interior 9x9x9mm, esterilitzable, un sol ú s

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30001814

Descripció llarga:

Connector recte de polipropilè amb connexions reductores, diàmetre exterior 4x4mm, esterilitzable, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30001832

Descripció llarga:

Connector cònic de làtex punta oberta, flexible, CH-10 per diàmetre de sonda de 3 a 10, longitud 5-6 cm, adaptable a sondes ureteral s i bosses col·lectores d'orina, extremitat proximal:tub per a connexió, estèril, un sol ús

GENERALITAT DE CATALUNYA

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30001851

Descripció llarga:

Tub silicona grau mèdic per a connexions vàries a equips d'aspiració, Øintern 5mm, Øextern 8mm, no estèril, un sol ús. Presentació: rotlle 25-30m

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30001959

Descripció llarga:

Connector en Y de polipropilè amb connexions reductores, diàmetre exterior 7x10mm, esterilitzable, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30002296

Descripció llarga:

Connector en Y de polipropilè amb dues connexions luer-lock, diàmetre exterior 7mm, diàmetre interior 4mm, altre connexió luer de 4m m x 2 mm, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30002407

Descripció llarga:

Tub per a drenatge ferides post-quirúrgiques tipus Jackson-Pratt, silicona biocompatible, flexible, 10F, llargària 55-60cm, rodó, at raumàtic, marques radioopaques, extrem distal obert, multiperforat 20+/-2cm, per a aspiració contínua, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30002408

Descripció llarga:

Tub per a drenatge ferides post-quirúrgiques tipus Jackson-Pratt, silicona grau mèdic transparent, flexible, 7F, llargària 100-110cm , rodó, estriat llum interna, atraumàtic, línia radioopaca, extrem distal multiperforat, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30002409

Descripció llarga:

Tub per a drenatge ferides post-quirúrgiques tipus Jackson-Pratt, de baix buit, silicona biocompatible, flexible, de 6-7mm, llargàri a 120-125cm, pla, acanalat, marques radioopaques, multiperforat, extrem distal obert, per a aspiració contínua,estèril,1ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30002413

Descripció llarga:

Tub silicona grau mèdic amb peròxid per connexió a bombes peristàltiques, màquines de diàlisi, equips d'hemoteràpia-fluïdoteràpia i línies entrada. Ø intern 1,98-2mm, Øextern 3-3,18mm, no estèril, un sol ús. Autoclavable. Presentació: rotlle de 15-20m

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30002414

Descripció llarga:

Tub silicona grau mèdic per a connexions vàries a equips d'aspiració, Øintern 4-5mm, Øextern 9-10mm, no estèril, un sol ús. No estèr il. Autoclavable. Presentació: rotlle 15-30m

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30002415

Descripció llarga:

Tub silicona grau mèdic per a connexions vàries a equips d'aspiració, Øintern 6-7mm, Øextern 9-10mm, no estèril, un sol ús. Presenta ció: rotlle 25-30m

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30002417

Descripció llarga:

Tub silicona grau mèdic per a connexions vàries a equips d'aspiració, Øintern 7-8mm, Øextern 12-13mm, no estèril, un sol ús. No estè ril. Autoclavable. Presentació: rotlle 15-30m

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30002646

Descripció llarga:

Connector universal làtex i ABS,long 12-13cm,adaptable sondes ureteral+bossa orina compost per 2 connectors units:1 connector 4 esca lons adaptable a sondes de CH-3 a CH-12 a part distal + 1 connector L-L mascle p/sonda i 1connexió cònica p/bossa,est,1ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30002723

Descripció llarga:

Sonda rectal ènemes doble contrast PE siliconat, atraumàtica, multiperforada, baló de retenció silicona 90-100mL, coixinet escuma pe r a inflat volum exacte, anell fixació exterior,línies preconnectades diferenciades p/colors p/aire i contrast,s/làtex,1ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30002730

Descripció llarga:

Sonda aspiració faríngia,traqueal o bronquial,plàstic PVC translúcid ,flexible,CH-6,llargària 30+/-2cm,a/control d'asp a/tap obturado r,marq profund,extrem distal,obert,recte,bisellat,atraumàtic,orificis laterals,connexió univ,n/làtex,n/DEHP,est,1ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30002816

Descripció llarga:

Tub connector d'extensió de tubs d'aspiració de clorur de polivinil (PVC) siliconat transparent, amb extrems tipus embut, per a dren atge a pressions superiors a 500mmHg, compatible amb diferents Ø, estèril

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30002982

Descripció llarga:

Filtre antibacterià per a infusió E.V. pediatria i adults, atb+quimio ,membrana de 0,2micres,superficie 10+/-1cm²,tub extensió transp aren 10+15+/-1cm,clamp,adaptador a agulla,luer-lock mascle-femella,pres max 3+/-1bars,màx 96h,tap,no làt,no DEHP,estèril

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30003166

Descripció llarga:

Tub silicona grau mèdic amb peròxid per connexió a bombes peristàltiques, màquines de diàlisi, equips d'hemoteràpia-fluidoteràpia i línies entrada. Ø intern 9,5-10mm, Øextern 12,7-13mm, no estèril, un sol ús. Autoclavable. Presentació: rotlle de 15-20m

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30003181

Descripció llarga:

Filtre antibactèria pla per a infusió E.V,pediatria,nen prematur,a/filtre 0,2µm,super filt 4,3+/-0,2cm²,membrana càrrega positiva i baixa absorció proteica,línia infusió a/con L-L /M-F,3-5 bars pressió,ús fins a 96-120h ,no PVC, no làtex,no DEHP,estèril

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30003698

Descripció llarga:

Clau d'una via amb cos transparent,per a fluïdoteràpia,infusió de medicaments i injecció contrast,alta pressió 82,7bar/1200psi,al·le ta giratòria,1connector luer femella,1connector luer-lock mascle rotatori ,lliure làtex,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30004003

Descripció llarga:

Connexió plàstic p/catèter Y 3vies microcalib 1mm independents fins punt injecció;3 vàlv segur bidirec,baix volum purga =o<0,4mL,flu ids,lípids ,sang i hemoderiv;con luerlock i luerslip;long 10-11cm;superf injec llisa;transp;ús 7 dies,n/làtex/DEHP,est,1ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30004945

Descripció llarga:

Sonda rectal, goma tova vermella, CH-12, llargària 50cm, punta oberta, 1 orifici lateral, connexió universal

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30004952

Descripció llarga:

Sonda rectal, goma tova vermella, CH-8, llargària 30cm, punta tancada, orificis laterals, connexió universal

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30005129

Descripció llarga:

Dispositiu material plàstic en forma de con universal per a fixació de sondes entre 5F i 40F a través d'altres dispositius com col·l ectors, per a drenatge de ferides, compost per con de perforació i broquet flexible, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30005172

Descripció llarga:

Tub silicona grau mèdic per a connexions vàries a equips d'aspiració, Øintern 2,64-3mm, Øextern 4,88-5mm, no estèril, un sol ús. Pre sentació: rotlle 25-30m

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30005334

Descripció llarga:

Sonda vesical (SV) punta bisellada forma flauta tipus Couvelaire, PVC plastificat, radioopac, una via, CH-8, llargària 40-42cm, extr em distal obert, recte, orificis laterals, sense baló, connexió universal, lliure làtex, estèril, un sol ús

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30005335

Descripció llarga:

Sonda vesical (SV) punta bisellada forma flauta tipus Couvelaire, PVC plastificat, radioopac, una via, CH-12, llargària 40-42cm, ext rem distal obert, recte, orificis laterals, sense baló, connexió universal, lliure làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 30005351

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) pediàtrica tipus Foley,silicona transparent ,2 vies,CH-8, llargària 30+/-2cm,fiador,punta recta tancad a,orificis later,línia radioopaca,baló 3-5mL,vàlvula p/ràcords luer,connexió universal,estèril,lliure làtex,1ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 30005363

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) tipus Foley, silicona transparent, 2 vies, CH-20, llargària 40-42cm, punta recta oberta, orificis late rals, línia radioopaca, baló 15-20mL, vàlvula p/ràcords luer,compatible guia 0,038", connexió universal,estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 30005374

Descripció llarga:

Sonda aspiració faríngia,traqueal o bronquial,plàstic PVC translúcid ,flexible,CH-5,llargària 30+/-2cm,a/control d'asp a/tap obturado r,marq profund,extrem distal,obert,recte,bisellat,atraumàtic,orificis laterals,connexió univ,n/làtex,n/DEHP,est,1ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 30005375

Descripció llarga:

Sonda aspiració faríngia,traqueal o bronquial de meconi,plàstic tipus PVC transp,CH-14x15+/-1cm,línia radiop,a/contr asp,a/tap,marq profund,extr distal bisellat,a/adapt mascle p/ventilació,p/connect el tub al respir tipus ambú o eq,n/làtex,n/DEHP,est,1ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 30005452

Descripció llarga:

Tub per a drenatge ferides post-quirúrgiques tipus Jackson-Pratt, silicona biocompatible, 10Fx90-100cm, marques radioopaques, sense trocar, atraumàtic, rodó multiperforat 20+/-2cm, flexible, lliure de làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 30005457

Descripció llarga:

Pera de polímer termoplàstic tipus etilè vinil acetat (EVA) per a irrigació i aspiració vesical, sondes de 10F a 24F, de 100-110mL d e capacitat, graduada, amb tap protector, lliure de DEHP i làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 30006396

Descripció llarga:

Connector de vinil per a tubs esterilitzats tipus 5 en 1, connecta catèters/tubs de diàmetre intern de 5-11mm, connexions rectes un iversal i extrem cilíndric. lliure de làtex, estèril, un sol ús

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 30006733

Descripció llarga:

Sonda vesical (SV) punta bisellada forma flauta tipus Couvelaire, PVC plastificat, radioopac, una via, CH-20, llargària 40-42cm, ext rem distal obert, recte, orificis laterals, sense baló, connexió universal, lliure làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 30006779

Descripció llarga:

Sonda rectal, goma tova vermella, CH-14, llargària 50cm, punta oberta, 1 orifici lateral, connexió universal

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 30006837

Descripció llarga:

Filtre antibacterià per a xeringa amb membrana de 1,2 micres i diàmetre de 25-30mm, de polietersulfona de baixa adsorció proteica, c onnexió luer-lock mascle- femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 30006860

Descripció llarga:

Tubuladura per a sonda d'aspiració, material plàstic transparent, CH-25 Ø, longitud 150+/-10cm, connexió femella amb control digital , pressió màxim de succió 680mmHg. Estèril. lliure de làtex i DEHP, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 30006903

Descripció llarga:

Tap dosificador per a flascó medicació de 18 a 22mm. Blanc.

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 30007423

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació tipus Foley,PVC termosensible transparent, tres vies,CH-20, llargària 40-42cm,punta bisellad a,orificis later,línia radioopaca,baló de làtex 30-35mL,vàlvula p/ràcords luer i luer-lock,connexió universal,estèril,1ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 30007424

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació tipus Foley,PVC termosensible transparent, tres vies,CH-22, llargària 40-42cm,punta bisellad a,orificis later,línia radioopaca,baló de làtex 30-35mL,vàlvula p/ràcords luer i luer-lock,connexió universal,estèril,1ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 30007585

Descripció llarga:

Sonda nasogàstrica 2vies per a aspiració i irrigació/aspiració intermitent, PVC transparent,CH-36 x 120+/-5cm, marques profunditat,extrem distal tancat, orificis laterals, lliure làtex, estèril, un sol ús

GENERALITAT DE CATALUNYA

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 30007704

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP),punta colzada tancada tipus Tiemann, silicona 100% transparent, dues vies, CH-18, llargària 40-42cm,or ifici lateral, baló 20-30mL,vàlvula p/ràcords luer, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 30008254

Descripció llarga:

Filtre antibacterià pla per a anestèsia epidural, post operatòria o analgèsia, consta de: filtre de 0,2 micres amb capacitat de =o<0 ,45mL, resistència de fins a 7+/1bar, codi de color (groc), sense làtex, estèril, envàs individual

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 30008861

Descripció llarga:

Tub connector aspiració de clorur de polivinil (PVC) grau mèdic, diàmetre interior 6mm, 1,8-2m de longitud, amb connexions F-F, lliu re làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 30009086

Descripció llarga:

Connector luer-lock mascle material plàstic per a bossa drenatge nefroureterostomia o recollida fluids, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 30009123

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, policlorur de vinil (PVC), masculina tipus Nelaton, CH-8, llargària 40-45cm, lubricada, lipofílica de baixa fricció, connector luer-lock, orificis atraumàtics, amb funda flexible, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 30009128

Descripció llarga:

Tub connector aspiració de clorur de polivinil (PVC) siliconat, amb control de buit, diàmetre interior 6mm, longitud 3m, compatible amb diferents Ø, estèril.

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 30010028

Descripció llarga:

Sonda vesical (SV) punta bisellada forma flauta tipus Couvelaire, PVC plastificat, radioopac, una via, CH-10, llargària 40-42cm, ext rem distal obert, recte, orificis laterals, sense baló, connexió universal, lliure làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 30010080

Descripció llarga:

Filtre antibacterià per a xeringa, de polietersulfona de baixa adsorció proteica, consta de: membrana de 0,2 micres, diàmetre de 25- 30mm ,superficie de filtració 4+/-0,5cm²,pressió màxima 4-5bars, connexió luer-lock mascle-femella,no làt/DEHP/PVC,estèril

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 30010107

Descripció llarga:

Clau de 3vies amb cos transparent per a fluïdoteràpia i infusió de medicaments,policarbonat/poliamida,resistència a la pressió std 1 4bar/200psi,al·leta giratòria 360°,2connex luer-lock femella,1connex luer-lock mascle rotatòria,lliure làtex,estèril,un ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 30010266

Descripció llarga:

Connector doble, PVC, per a drenatges de silicona post-quirúrgics sistema baix buit, diàmetre dels extrems 0,5"/1,27cm ±2mm, lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 30010876

Descripció llarga:

Sonda nasogàstrica 2vies per a aspiració i irrigació/asp intermitent, PVC transparent i línia radioopaca ,CH-21 x 120+/-5cm, marque s profunditat ,extrem distal tancat, orificis laterals, lliure làtex i DEHP, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 30011151

Descripció llarga:

Tub de plàstic de grau mèdic, per a transport d'O2, tub tipus bulb, anticolzament, eixamplament cada metre per a connexió, diàmetre interior 4mm, un sol ús, no estèril. Presentació: rotlle de 50-55m

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 30012620

Descripció llarga:

Tub per a drenatge ferides post-quirúrgiques tipus Jackson-Pratt, silicona biocompatible, 20Fx90-100cm, marques radioopaques, sense trocar, atraumàtic, rodó multiperforat 20+/-2cm, flexible, lliure de làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 30013458

Descripció llarga:

Connector en Y de polipropilè, radioopac per a sistema derivació vàlvules d'hidrocefàlia, diàmetre exterior 2,0mm i diàmetre interio r 1,0mm, connexió universal per a qualsevol vàlvula, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 30013822

Descripció llarga:

Tub drenatge ferides i abscessos per gravetat tipus Penrose de silicona grau mèdic transparent, acanalat interior longitudinal línia radioopaca, mides: diàmetre 12-13mm, llargària 30-35cm, lliure làtex estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 30015265

Descripció llarga:

Sonda nasogàstrica 2vies per a aspiració i irrigació/asp intermitent, PVC transparent,CH-6x60+/-5cm,línia radioopaca,marques profund itat,extrem distal tancat atraumàtic amb orificis laterals,connexió cònica universal,lliure DEHP,estèril,1 sol ús

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 30016599

Descripció llarga:

Connector de tancament luer femella i tap de bloqueig luer mascle; per a connectar catèters ventriculars de silicona (de Øintern 1,3 -1,5mm) a un drenatge de LCR o al dispositiu de monitorització, o per cloure catèters ventricular, estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 30018114

Descripció llarga:

Filtre de xeringa per a injecció-aspiració de solucions, per a retenció de partícules, baixa absorció proteica, amb membrana poliami da, porus de 5µ i 6-7mm², fluxe 50-60mL/min, volum residual 0,14mL-0,15mL, connexió luer-lock, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 30027051

Descripció llarga:

Connector a/vàlvula bidirec s/pressió+, circuit tancat,fluids,lípids,sang i hemoderiv,s/agulles ni desconnexi,luerlock i luerslip,vo lum purgat 0,1-0,2ml,long2-2,5cm;superf inj plana;cos transp;tapa protectora luerlock mascle;ús 7dies;estèril,n/làtex/DEHP

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 30027516

Descripció llarga:

Filtre#d'escuma forma tap de recanvi#compatible amb analtizador proba d'alè tipus Quintron o equivalent

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 30031370

Descripció llarga:

Sonda esofàgica,silicona transparent,CH-36,longitud 150+/-10cm,punta tancada,cilíndrica amb orificis laterals atraumàtics,marques de profunditat i control radiològic,connexió embut,per a tractament d'estenosis o obstruccions de l'esòfag,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 30031638

Descripció llarga:

Clau de tres vies cos de policarbonat transparent,per a fluïdoteràpia d'alta pressió i infusió de medicaments,resistència a la press ió 72bar/1050psi,al·letes gir 360°,2connexió LL femella,1connector LL mascle rotatori,orient dreta,no làtex,estèril,un ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 30034227

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, policlorur vinil (PVC),masculina tipus Nelaton,CH-12x40-45cm,lubricada,lipofílica baixa fricció a/vàl vula antiretorn,recoberta a/funda protectora d'obertura pre-tallada,a/bossa recollida orina capacitat màx 1250mL,estèr,1ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 30034231

Descripció llarga:

Sonda vesical intermitent SVI, policlorur vinil (PVC),femenina tipus Nelaton,CH-12x20-22cm,lubricada,lipofílica baixa fricció a/vàlv ula antiretorn,recoberta a/funda protectora d'obertura pre-tallada,a/bossa recollida orina capacitat màx 1250mL,estèr,1ús

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 30034656

Descripció llarga:

Tub silicona grau mèdic per a connexions vàries a equips d'aspiració, Øintern 3mm, Øextern 5mm, no estèril, un sol ús. Autoclavable.
Presentació: rotlle de 15-30m

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 30034657

Descripció llarga:

Tub silicona grau mèdic per a connexions vàries a equips d'aspiració, Øintern 6-7mm, Øextern 12-13mm, no estèril, un sol ús. No estè ril.
Autoclavable. Presentació: rotlle 15-30m

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 30034880

Descripció llarga:

Solució per a instil·lació intravesical d'hialuronat sòdic al 0,8% (40mg/50mL). En flascó/vial 50mL, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 30035391

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) pediàtrica tipus Foley 2 vies,silicona transparent,CH-10,llargària 30+/-5,extrem distal recte punta ro ma oberta,
orificis laterals oposats,baló 10-15mL,vàlvula p/ràcords luer,compatible guia 0,038",connexió universal,est,1ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 30035850

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP) irrigació punta colzada tipus Dufour, PVC transparent, tres vies, CH-18, llargària 40-42cm, línia radi oopaca,
orificis laterals, baló 70-80mL, vàlvula p/ràcords luer i luer-lock, connexions universal, estèril, 1 ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 30035869

Descripció llarga:

Tub silicona grau mèdic per a connexions vàries a equips d'aspiració, Øintern 10mm, Øextern 14mm, no estèril, un sol ús. Presentació : rotlle
25-30m

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 30035871

Descripció llarga:

Tub silicona grau mèdic per a connexions vàries a equips d'aspiració, Øintern 7mm, Øextern 10mm, no estèril, un sol ús. Presentació: rotlle
25-30m

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 30039058

Descripció llarga:

Clau d'una via cos de policarbonat transparent,per a fluïdoteràpia d'alta pressió i infusió de medicaments,resistència a la pressió 72bar/1050psi
,al·leta giratòria,connector luer-lock+luer-lock mascle rotatori,lliure làtex,estèril,un sol ús

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 30039161

Descripció llarga:

Solució per a instil·lació intravesical àcid hialurònic sòdic per cistitis intersticial i síndrome del dolor vesical. Flascó de 80mg /50mL, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 30039616

Descripció llarga:

Tap de plàstic rígid transparent amb punt d'injecció per connexió ev luer-lock mascle, lliure de làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 30040706

Descripció llarga:

Dispositiu drenatge de fístula: sonda guia p/rodona Ø 1,5mm-Øeix 0,8mm acer, tub silicona flexible longitud 180-200mm, Ø DI 0,3mm, Ø DE 1,5mm peça unió tanca flexible de sutura PP longitud 20mm. Tractament de fístula perianal. lliure de làtex, estèril.

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 30040792

Descripció llarga:

Sonda esòfag gàstrica doble canal flex,disp guia,descompressió, prova de fuites,en cirurgia gàstrica-bariàtrica a/mànec,CH-36x100+/- 10cm a/marques de profunditat,succió controlada,connexió cònica universal,extrem distal perforat, il·luminació LED,est,1ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 30051620

Descripció llarga:

Tub Sili/PVC conn/aspira per dispositiu neteja procedimients de trombectomia,a/connector adaptable segment proximal i connector lue r al distala/pinça clamp,300+/-10cm long,Øinter 4.1 mm.Compatible sistema aspiració AXS/Dominant Flex o eq

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 30051764

Descripció llarga:

Disp recollida líquits proced trombect,compost:bossa a/solidific i filtre antidesb 1,5L,tapa PE a/vàlv antiret i filtre antibact,con nect angulat 7-11mm p/tub aspir tipus AXS ,tub hermètic,filtre retenc coalls-tromb.Comp sist aspir AXS/Dominant Flex o eq

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 30052226

Descripció llarga:

Filtre per a regulador de buit d'instal·lació gasos centralitzada, per a evitar la contaminació de l'equip. Connexió al regulador ti pus baioneta. Compatible amb REGUVAC II o equivalent

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 30052400

Descripció llarga:

Eq drenatge vesical suprapúbic tèc Seldinger,compost: trocar 18Gx12+/-2cm ,guia tridireccional,2 Xeringues 10mL,1bisturi,dilatador pe lable,sonda Foley 2 vies silicona,Ø CH-16x40-42cm,extrem distal a/punta oberta, punta radioopaca,baló 10mL,s/DEHP,est,1ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 30053812

Descripció llarga:

Adaptador de plàstic transparent per a la conversió de connectors luer a ràcord (luer femella/ràcord femella),volum residual 0,05ml, lliure de làtex,PVC,DEHP,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 30053852

Descripció llarga:

Tub gàstric silicona grau mèdic, 1 llum, 36F, 120-130cm llarg,punta cònica atraumática radioopaca,p/calibració en cirurgia bariàtric a, centimetrat ,connexió p/xeringa,clip tancament,codificació de colors,extrem distal amb orificis laterals alterns,s/làtex

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 1230 MATERIAL: 30053853

Descripció llarga:

Tub gàstric silicona grau mèdic,1 llum, 40F, 120-130cm llarg,punta cònica atraumática radioopaca,p/calibració en cirurgia bariàtrica , centimetrat ,connexió p/xeringa, clip tancament,codificació de colors,extrem distal amb orificis laterals alterns,s/làtex

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 1240 MATERIAL: 30054443

Descripció llarga:

Equip de xeringues i claus de pas per injecció i reconstitució en quimioembolització transarterial convencional (cTACE),resistent a Lipiodol ,per connexions Luer,lliure de làtex i ftalats,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 1250 MATERIAL: 30060323

Descripció llarga:

Connector en "L" de polipropilè, lliure de làtex, compatible amb aspirador tipus Atom Yox o equivalent

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 1260 MATERIAL: 30061176

Descripció llarga:

Connector-vàlvula antiretorn,per bombes infusió,xeringues o infusions presuritzades,connexió luer-lock mascle- femella,volum purgat =o<0,5mL ,policarbonat+silicona,estèril,lliure làtex,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101410863 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 30061953

Descripció llarga:

Sonda vesical permanent (SVP),punta colzada tancada tipus Tiemann, silicona transparent, dues vies, CH-16, llargària 40-42cm, orific i lateral,línia radioopaca, baló 10-15mL, vàlvula p/ ràcords luer, connex univ, lliure làtex, estèril,un sol ús

GENERALITAT DE CATALUNYA

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

GENERALITAT DE CATALUNYA

Institut Català de la Salut

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia: 05/11/2024 07:46:52

GENERALITAT DE CATALUNYA

Institut Català de la Salut

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica ***Licitacion1100XXXXXX.xls*** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat ***Documentació,*** dins de la documentació que hi ha a ***1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip***

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:	CS/CC00/1100656471/18/AMUP
Descripció:	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE
Empresa:	
NIF:	
Data	
Segell Empresa:	
Signatura:	
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B
Número oferta Variant:	

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat
1	0		400	30030787	Sabó en gel per a rentat de mans ph neutre envàs de 900 ml +/- 100ml, per dispensador integrat compacte compatible SAP 30030791	18089	UNI	2,613600	1		0,000000	0,00							
1	0		420	30030791	Dispensador integrat compacte de sabó compatible amb codi SAP 30030787	182	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		380	30030785	Sabó en gel, rentat freqüent (ph 5,5) envàs de 1000 ml amb vàlvula dosificadora de 1ml/2ml	73946	UNI	1,089000	1		0,000000	0,00							
2	0		670	30030982	Canula amb vàlvula per dosificar sabó, envàs 1 litre.Compatible 30030785	75	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		710	30040825	Dispensador colçe per a sabó rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP 30030785	1	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea *DADES DE LA LICITACIÓ*		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l'**ANNEX B.** ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES .		
Nom del camp	**Casuística**	**Origen de la dada**
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	

GENERALITAT DE CATALUNYA

Institut Català de la Salut

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica



FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE *(continuació)*	
Àrea *DADES DEL LICITADOR*	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu* i *ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS. Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. **//** Introductor 6F **//** Introductor 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

GENERALITAT DE CATALUNYA

Institut Català de la Salut

Especificacions tècniques (*continuació)*	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	**Marcat CE = SI** Quan el material té **Marcat CE**, informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge. Exemple: Directiva europea 93/42/CEE **Marcar CE = NO** Quan el material **NO te Marcat CE**, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document *Annex B2 Llista Resum*. **Tipus de classe:** Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

GENERALITAT DE CATALUNYA

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant (SI / NO)

Distribuïdor (SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització *

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

Descripció breu del producte

* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte

Imatge de la referència

Dades d'acreditacions

Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC

Marcat CE/Tipus de classe

Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)

Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material

Altres acreditacions i/o auto certificació

Logo de l'empresa

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

GENERALITAT DE CATALUNYA

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF | Nom | Fabricant | Fabricant (SI / NO) | Distribuïdor (SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

GENERALITAT DE CATALUNYA

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF | Nom | Fabricant | Fabricant (SI / NO) | Distribuïdor (SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

GENERALITAT DE CATALUNYA

Institut Català de la Salut

ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

GENERALITAT DE CATALUNYA

Institut Català de la Salut

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea *DADES DEL LICITADOR*	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del *Resum* de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el *Resum* de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estaré en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Compliment regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

GENERALITAT DE CATALUNYA

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Lot	Codi agrupador	Codi SAP	Tipus Oferta	GTIN (EAN)	Referència proveïdor	Referència distribuïdor	Marca	Normativa		
								Marcatge conf CE (SI/NO)	Compliment de l'apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Altres normatives

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52

GENERALITAT DE CATALUNYA

Salut/Institut Català de la Salut

ANNEX D3 - Fitxa Criteris Addicionals

Aquest model es troba en format informàtic

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
24/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 05/11/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0MTETC4NTFVPN6MT29MQ2O58OP6OQL7I

Data creació còpia:
05/11/2024 07:46:52