

LOT 1 SOLUCIÓ DE LÀSER DE CO2 PER GINECOLOGIA

2a) Característiques bàsiques: 0 punts

INTERMEDIC ARFRAN, S.A, compleix les característiques bàsiques

Punts a atorgar: **28**

2b) Millores a considerar:

Fins a **28** punts

Puntuació	Llindar Puntuació mín.	Índex	Descripció:	INTERMEDIC ARFRAN, S.A.	28,00
4	>2,00		VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millora de les característiques tècniques		4,00
			VTmv -Val.Tècnica millor valorada		4,00
			P op-Puntuació oferta a puntuar		4,00
		1	Versatilitat del control de paràmetres des del panell de control	La pantalla permet modificar diferents paràmetres com per exemple el % àrea tractada, densitat d'energia, la potència, etc.	
		1	Rang de potència de treball de l'equip	Potència en continu màxima de 40 W Potència pic màxima de 290 W en mode "fine pulse"	
		1	Sistema d'escaneig amb figura tipus hexàgon	SI, inclou figura hexagonal per treballar zona intravaginal	
		4	Altres aspectes que millorin les prestacions tècniques de l'equip	Inclou missatges d'alarma i avisos de seguretat específics S'inclou un llapis autoclavable per facilitar el flux de treball dins quiròfan	
		0,5	Solució incorpora gabies per a pacients amb atrofia severa i anells de regulació	SI, inclou gabies per a epècul d'atrofia	
3	>1,50		VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Modes de treball i software		3,00
			VTmv -Val.Tècnica millor valorada		3,00
			P op-Puntuació oferta a puntuar		3,00
		6	Possibilitat de seleccionar tractaments predeterminats	SI, inclou biblioteca de tractaments predefinitos amb possibilitat de crear i emmagatzemar nous tractaments	
		7	Mode de tractament del virus del papiloma humà (accessoris necessaris inclosos a l'oferta)	SI, permet tractar virus del papiloma humà amb peça de mà específica per tractar el coll de l'úter o cervix	
		8	Possibilitat d'utilitzar el làser per a procediments de laparoscopia si en un futur es requereix	SI, disposa de set per a laparoscopia per trocar de 5 mm	
		9	Modes de treball addicionals inclosos en el funcionament de l'equip	2 modes de treball addicionals: - ZETAPLASTIA: Permet realitzar incisions en forma zigzag - THR: Ajuda a accelerar la cicatrització	
4	>2,00		VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta de preus de recanvis i fungible		4,00
			VTmv -Val.Tècnica millor valorada		4,00
			P op-Puntuació oferta a puntuar		4,00
		10	Es valorarà el mínim import dels recanvis principals. Indicar preu de recanvi (indicar referència i preu amb IVA inclòs) de: - Pedal - Braç - Pantalla - Preus d'intercanvi de totes les peces d'instrumental ofertes	SI, indica preus de recanvi: - Pedal: 465,85 - Braç: 2.420 - Pantalla: 617,1 S'indiquen preus d'accessoris i recanvis	
7	>3,50		VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Accessoris		7,00
			VTmv -Val. Tècnica millor valorada		7,00
			P op-Puntuació oferta a puntuar		7,00
		11	Inclòs a l'oferta espècul específic per a tractar atrofies severes amb un diàmetre aproximat de 10 mm.	SI, inclou espècul diàmetre de 15 mm aproximadament	
		12	Inclòs a l'oferta espècul/s fins (diàmetre igual o menor a 20 mm, aproximadament) per a procediments intravaginals amb dispars simultanis 360°	SI, inclou espècul 360° diàmetre 20 mm aproximadament	
		13	Inclòs a l'oferta espècul/s fins (diàmetre aproximat 10 mm) per a tractar atrofies severes amb dispars simultanis 360°	SI, inclou espècul 360° diàmetre de 15 mm aproximadament	
10	>5,00		VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Altres prestacions que millorin l'activitat assistencial i la versatilitat de tractaments		5,50
			VTmv -Val. Tècnica millor valorada		5,50
			P op-Puntuació oferta a puntuar		10,00
		14	L'oferta inclou un micromanipulador i la possibilitat d'adaptar el làser als colposcops existents al Centre	El proveïdor disposa d'un micromanipulador (no inclòs a l'oferta). El proveïdor es compromet a adaptar el làser amb el micromanipulador existent amb el colposcopi	
		15	L'oferta inclou un set per a realitzar procediments laparoscòpics	SI, inclou cànula per a laparoscopia + puntes	
		16	L'oferta inclou una quantitat addicional d'ulleres de protecció per pacient i usuari. Indicar número total (inclouent el mínim exigít)	SI, inclou: - Ulleres de protecció 10.600 nm (4 unitats) per usuari - Protector corneal extern (2 unitats) per pacient	
		17	Indicar si s'inclouen a l'oferta altres accessoris que permetin incrementar les funcionalitats de l'equip i el confort d'ús de l'usuari.	Inclou 2 anells amb marques per a espèculs estàndard i 1 per a l'atrofia.	

Punts a atorgar: **20**

2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial):

Fins a **20** punts

Puntuació	Llindar Puntuació mín.	Índex	Descripció:	INTERMEDIC ARFRAN, S.A.	17,00
6	>3,00		VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Adequació a les necessitats assistencials		5,00
			VTmv -Val.Tècnica millor valorada		5,00
			P op-Puntuació oferta a puntuar		6,00
		18	Es valorarà la idoneïtat del conjunt per a la realització dels procediments i tècniques de tractament i adequació a les necessitats assistencials del servei	Equip adequat per a realitzar el tractament de diferents patologies. Es pot tractar la zona vaginal i vulvar en un mateix tractament.	
6	>3,00		VTop-Valoració tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, transportabilitat, robustesa i neteja		5,00
			VTmv -Val.Tècnica millor valorada		5,00
			P op-Puntuació oferta a puntuar		6,00
		19	Es valorarà l'ergonomia, la seguretat, la transportabilitat i adequació a l'entorn dels gabinets	L'equip és compacte amb facilitat per a moure's	
		20	Facilitat de muntatge de les diferents parts de la solució. Es valorarà que totes les parts quedin ben integrades	L'equip presenta senzill i ràpida en quant al muntatge de les peces i accessoris per a diferents tractaments.	
		21	Es revisarà que els materials dels equips presentin resistència al trencat i robustesa en general per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions.	L'equip es veu robust i amb suficient resistència al trencat	
		22	Facilitat de desmuntatge, rentat, muntatge	L'equip presenta superfície contínua en la majoria sense tenir forats o racons on es puguin emmagatzemar fluids i dificultar la neteja	
		23	Tots els materials són aptes per a neteja amb agents desinfectants d'ús hospitalari. Es revisarà el contingut dels protocols de neteja	Les peces i accessoris s'han de rentar i desinfectar entre pacients. Són compatibles amb la desinfecció per autoclau	
4	>2,00		VTop-Valoració tècnica (Llindar 50%) - Disseny i facilitat d'ús		1,00
			VTmv -Val.Tècnica millor valorada		1,00
			P op-Puntuació oferta a puntuar		1,00
		24	Es revisarà que el braç del làser ofereixi un posicionament ràpid, senzill i exacte	El braç de l'equip és fàcil de moure per a posicionar i la longitud és adequada. Quan s'utilitza no existeixen variacions ni vibracions	
		25	Es revisarà que el peu i braç ofereixin una exposició estable del focus de tractament	Posició estable del braç articulat que perdura durant l'ús. El peu de l'equip és ample i estable	
		26	Es valorarà la comoditat i facilitat de treball	Durant l'ús el cos de l'equip queda lluny pel professional (el professional està separat de l'equip per la cama de la pacient) que impossibilita a aquest controlar l'equip a través de la pantalla de manera còmode El professional ha de controlar la intensitat de l'emergia amb el pedal de peu (enloc d'estar tots centralitzat a la peça de mà)	
		27	Interfície d'usuari d'ús intuïtiu, facilitat de manipulació dels menús i comandaments	La interfície és de fàcil ús i la navegació pels menús i activació de tractaments és intuïtiva	
		28	Es valorarà la maniobrabilitat i lleugeresa mentre es treballa	El suport de l'escàner és pesat i de dimensions considerables	
		29	Altres aspectes que millori el flux de treball assistencial	No es destaca res considerable	
4	>2,00		VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Accessoris		4,00
			VTmv -Val.Tècnica millor valorada		4,00
			P op-Puntuació oferta a puntuar		4,00
		30	Idoneïtat i funcionament dels accessoris i l'ús específic de cadascun	El canvi d'accessoris i peces de mà és senzill i correcte	
		31	Idoneïtat i adequació dels accessoris a les necessitats assistencials	Diferents accessoris per a diferents patologies. Es valora positivament els introductors més petits	

RESUM

2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris

2b) Millores a considerar: Fins a 28 punts, inclouen:

2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 20 punts:

INTERMEDIC ARFRAN, S.A.	45,00
Els equips compleixen amb les característiques bàsiques	
es valoren en	28,00
es valoren en	17,00

LOT 2 LÀSER DE DÍODE BLAU PER ORL

2a) Característiques bàsiques: 0 punts

OTOMEDIC QUIRÚRGICA, S.L. compleix les característiques bàsiques

MEDICAL INN SPAIN S.L. queda exclòs per no complir la característica bàsica n°7 del PPT.

Característica n°7 del PPT demana: "Duració dels micropolsos de 1 a 4500ms (aprox), com a mínim. Especificar rang i freqüència de pols". MEDICAL INN SPAIN S.L. en doc "Ficha técnica Bluescan_20231126.pdf", pàgina 2 indica que la duració dels micropolsos de l'equip ofert és de 5ms-10000ms. El rang indicat no està dins del mínim demanat.

Punts a atorgar:		2b) Milliores a considerar:		OTOMEDIC QUIRÚRGICA, S.L. - A.R.C. LASER		MEDICAL INN SPAIN S.L. - BLUESCAN	
18				BLUE WOLF 445nm		ENT	
Puntuació	Llindar Puntuació min.	Índex	Descripció:	OTOMEDIC QUIRÚRGICA, S.L. - A.R.C. LASER	18,00	MEDICAL INN SPAIN S.L. - BLUESCAN	0,00
10	>5,00		VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta referent a les característiques funcionals i tècniques		10,00		0,00
			VTmv - Val.Tècnica millor valorada		10,00		10,00
			P op - Puntuació oferta a puntuar		10,00		0,00
		1	Optimització de l'espai disponible i ergonomia de treball - Menor petjada del làser (amplada x profunditat) en cm i menor pes	Dimensions i pes adequades a l'espai disponible del gabinet: - Dimensions: 23,9 x 20 x 10,6 cm - Pes: 2,8 kg			
		2	Permet treballar sense contacte: cauterització de llit de estapedectomia més realització d'estapedotomia. Vaporització de lesions benignes en laringe sense contacte	Permet treball sense contacte per cauterització de llit de estapedectomia més realització d'estapedotomia. També permet la vaporització de lesions benignes en laringe sense contacte.			
		3	Altres aspectes que millorin les prestacions tècniques i funcionals de l'equip	No s'han valorat prestacions addicionals a les ja valorades.			
8	>4,00		VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta d'accessoris i preus de recanvis i fungible		7,00		0,00
			VTmv - Val.Tècnica millor valorada		7,00		7,00
			P op - Puntuació oferta a puntuar		8,00		0,00
		4	Es valorarà la inclusió en l'oferta de talladors i peladors. També es valorarà la inclusió de peces de mà i filtrye addicionals	L'oferta inclou el material addicional següent: - Tallador de ceràmica - Peça de mà			
		5	Es valorarà l'amplitud del catàleg de fibres compatibles amb la solució oferta i les seves aplicacions	Catàleg adequat amb àmplia varietat de fibres per a diverses aplicacions.			
		6	Es valorarà el mínim import dels recanvis principals. Indicar preu de recanvi (indicar referència i preu amb IVA inclòs) de: - Unitat làser - Peça de mà per aplicacions d'otologia - Filtres de protecció de microscopi i càmera d'endoscopi - Ulleres de protecció	Els preus dels recanvis indicats a/IVA són adequats d'acord preus de mercat: - Unitat làser (Ref. LS11000): 37.044,63 € - Peça de mà per aplicacions d'otologia (Ref. HS11018): 242,00 € - Filtre de protecció de microscopi quirúrgic Leica (Ref. BG06650): 1.880,15 € - Filtre de protecció microscopi quirúrgic Carl Zeiss (Ref. BG06649): 1.880,15 € - Filtre de protecció càmera d'endoscopi (Ref. BG11200): 1.340,31 € - Ulleres de protecció (Ref. AS01033): 242,00 €			
		7	Es valorarà el mínim import del fungible principal. Indicar preu del fungible (indicar referència, codi SAP si en té, preu dels kits amb IVA inclòs i preu unitari amb IVA inclòs) de: - Fibra nua de 300µm - Fibra nua de 400µm - Fibra nua de 600µm - Agulla de 40mm aproximadament: - Agulla de 70mm aproximadament: - Agulla de 50mm aproximadament: - Agulla de 250mm aproximadament: - Altre fungible	Imports a/IVA del fungible adequats: - Fibra nua de 300µm (Ref. LL28062S - 5u/caixa): 266,20 € - Fibra nua de 400µm (Ref. LL28066S - 5u/caixa): 266,20 € - Fibra nua de 600µm (Ref. LL28068S - 5u/caixa): 266,20 € - Agulla de 40mm aproximadament (Ref. ZU01156S - 25u/caixa): 10,43 € - Agulla de 70mm aproximadament (Ref. ZU01157S - 25u/caixa): 10,43 € - Agulla de 50mm aproximadament (Ref. ZU01158S - 25u/caixa): 10,43 € - Agulla de 250mm aproximadament (Ref. ZU01162S - 25u/caixa): 14,52 € No s'indica si el fungible indicat disposa de codi SAP.			

Punts a atorgar:		2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial):		OTOMEDIC QUIRÚRGICA, S.L. - A.R.C. LASER		MEDICAL INN SPAIN S.L. - BLUESCAN	
30				30,00		0,00	
Puntuació	Llindar Puntuació min.	Índex	Descripció:	OTOMEDIC QUIRÚRGICA, S.L. - A.R.C. LASER	30,00	MEDICAL INN SPAIN S.L. - BLUESCAN	0,00
6	>3,00		Valoració tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, facilitat de transport, robustesa i higiene		6,00		0,00
			VTmv - Val.Tècnica millor valorada		6,00		6,00
			P op - Puntuació oferta a puntuar		6,00		0,00
		8	Es valorarà l'ergonomia, la seguretat, la transportabilitat i adequació a l'entorn de consulta de l'equipament ofert	Unitat làser amb carro compacte, ergonòmic i còmode de transportar. El carro de transport disposa de nansa per facilitar el seu moviment i frens per fixar-lo en la posició desitjada dins de quiròfan. Això evita que pugui caure fàcilment al terra. Addicionalment el carro disposa de prestatgeries per l'emmagatzematge de material addicional o el pedal. El conjunt de la solució té una petjada adequada per l'espai disponible dins de quiròfan.			
		9	Facilitat de muntatge de les diferents parts de la solució. Es valorarà que totes les parts quedin ben integrades	Solució compacte ben integrada en el carro de transport. Connexió molt simple i intuïtiva de les peces de mà i pedal a la unitat làser			
		10	Es revisarà que els materials dels equips presentin resistència al trencat i robustesa en general per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions	Tots els components de la solució estan fabricats amb materials resistents i robustos de difícil trencat.			
		11	Facilitat de neteja i higiene del conjunt	Unitat làser apte per neteja amb agents desinfectants d'ús hospitalari. Les peces de mà s'esterilitzen en autoclau seguint els processos estàndard d'esterilització.			
7	>3,50		Valoració tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús, usabilitat i interfície d'usuari		7,00		0,00
			VTmv - Val.Tècnica millor valorada		7,00		7,00
			P op - Puntuació oferta a puntuar		7,00		0,00
		12	Interfície d'usuari del làser d'ús intuïtiu i facilitat de manipulació dels menús i comandaments	Interfície d'usuari d'ús molt intuïtiu amb indicacions visuals clares que permeten una lectura ràpida de les condicions de treball. Fàcil accés als menús i comandaments de la solució des de la pantalla tàctil de la unitat làser.			
			Millor solució de comandament	Comandament senzill de la solució des de pantalla tàctil de la unitat làser i pedal: - La pantalla tàctil té tots els botons molt ben definits i faciliten el control de la unitat i la navegació pels diferents menús. Fàcil configuració del mode, potència i freqüència de treball, entre d'altres paràmetres. - El pedal permet l'activació del làser quan es prem			
		13	Qualitat de la imatge amb els filtres	Qualitat d'imatge adequada quan s'utilitzen els filtres de microscopi o de càmera d'endoscopi. No hi ha pèrdua de resolució.			
		14	Altres aspectes que millorin les prestacions assistencials en el tractament de lesions vascularitzades	No s'han valorat prestacions addicionals a les ja valorades.			
12	>6,00		Valoració tècnica (Llindar 50%) - Qualitat de tractament		12,00		0,00
			VTmv - Val.Tècnica millor valorada		12,00		12,00
			P op - Puntuació oferta a puntuar		12,00		0,00
		15	Valoració en tractaments reals de la qualitat i eficàcia de tall i vaporització i la seva adequació a les necessitats del Servei de ORL de l'Hospital. Es valorarà la comoditat i facilitat de maneig i maniobrabilitat amb les peces de mà	Eficàcia de tall mitjana sense cap efecte tèrmic. Coagulació molt bona en cirurgies d'orella mitjana i laringe. Maniobrabilitat molt bona i facilitat de maneig correcta.			
5	>2,50		Valoració tècnica (Llindar 50%) - Adequació a les necessitats assistencials		5,00		0,00
			VTmv - Val.Tècnica millor valorada		5,00		5,00
			P op - Puntuació oferta a puntuar		5,00		0,00
		16	Es valorarà l'adequació de l'equipament, les seves característiques i accessoris a les necessitats assistencials i millora del flux de treball	El làser de diòde blau ofert s'adequa a les necessitats assistencials, facilitant l'activitat habitual del servei i ampliant la capacitat de tractament. Tot això millora el fluxe de treball del Servei d'ORL.			
		17	Altres aspectes que millorin l'adequació de l'equip a les necessitats assistencials	No s'han valorat prestacions addicionals a les ja valorades.			

RESUM

2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris

2b) Milliores a considerar: Fins a 18 punts, inclouen:

2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 30 punts:

OTOMEDIC QUIRÚRGICA, S.L. - A.R.C. LASER		48,00	MEDICAL INN SPAIN S.L. - BLUESCAN		0,00
BLUE WOLF 445nm			ENT		
Els equips compleixen amb les característiques bàsiques			Els equips compleixen amb les característiques bàsiques		
es valoren en		18,00	es valoren en		0,00
es valoren en		30,00	es valoren en		0,00

Sra. Raquel Cánovas Paradell
Sotsdirectora de Tecnologia Mèdica
Barcelona, 21 d'octubre de 2024