



**INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS SOBRES B D'OFERTA EN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT ARRENDAMENT, DE MOBILIARI CLÍNIC (LLITS ELÈCTRICS AMB MATALASSOS, I BUTAQUES ELÈCTRIQUES), PER A L'HOSPITAL DE CALELLA DE LA CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA**

El present informe s'emet als efectes de valorar les ofertes del sobre B presentades en l'expedient del contracte per al subministrament en arrendament durant 60 mesos, de mobiliari clínic per a l'Hospital de Calella de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, d'acord amb els criteris de valoració sotmesos a judici de valor prefixats al quadre de característiques específiques del contracte.

Les empreses que han presentat oferta i que han estat admeses a participar són les següents:

**LOT 1:**

- CAIXABANK EQUIPAMENT FINANCE, SAU
- LINET IBERIA, SL

**LOT 2:**

- CAIXABANK EQUIPAMENT FINANCE, SAU

Previ a la valoració de les ofertes presentades en el sobre B per a cada lot, es revisa que les ofertes presentades compleixen amb els requisits tècnics mínims exigits al Plec de Prescripcions Tècniques del contracte d'acord amb la clàusula 2. Les 2 empreses licitadores compleixen amb els mínims corresponents a cada lot.

El resultat de la comprovació és que ambdues empreses licitadores compleixen amb les característiques tècniques mínimes requerides per a cada lot al que s'han presentat, respectivament.

A continuació es tracta la valoració de les ofertes.

D'acord amb l'establert a l'apartat 23 del Quadre de Característiques Específiques del contracte, els criteris de valoració sotmesos a judici de valor i la forma d'aplicar-los, son els següents:

**"CRITERIS SUBJECTIUS O SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR (SOBRE B): fins a 48 punts**

**LOT 1: LLIT ELECTRIC D'ÚS CLÍNIC (AMB MATALASSOS)**

*Els criteris susceptibles de judici de valor es valoren en funció de la puntuació dels subcriteris que els componen:*



**Criteris sotmesos a judici de valor - LOT 1 LLITS ELÈCTRICS I MATALASSOS - Màxim 18 punts**

<b>Criteris avaluables mitjançant judicis de valor: Fins a 14 punts :</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Funcionalitat i ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització: En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte.</i></li></ul>	<b>Fins a 7 punts</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Seguretat i mobilitat del pacient. Es valoraran les característiques del llit en funció del disseny de les baranes, comandament de control, matalàs i altres sistemes de seguretat en quant a la prevenció de caigudes interhospitalàries per la instauració de protocol de caigudes.</i></li></ul>	<b>Fins a 7 punts</b>
<b>Millora: Fins a 4 punts</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>*<i>Inclou tres grues elèctriques amb una capacitat d'elevació <math>\geq 200\text{kg}</math>, un arnés de talla M i un de talla L. Característiques grua: facilitat d'ús, fabricada en alumini, apertura dels peus per facilitar el treball al costat del llit, el traspàs a la butaca i millorar l'estabilitat, doble perxa, comandament i bateria.</i></li></ul> <b>9 punts</b>	<b>Fins a 4 punts</b>

Per a cadascun dels criteris de valoració qualitatiu/tècnics (o, si s'escau, subcriteris) susceptibles d'un judici de valor es realitzaran les valoracions en els termes previstos en cadascun dels criteris, obtenint cadascuna de les ofertes, en cadascun dels criteris, la puntuació corresponent.

Posteriorment, en el cas que com a mínim una de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50% de la puntuació màxima establerta per a cada criteri (o, si s'escau, subcriteri), s'aplicarà a les puntuacions obtingudes inicialment de cada criteri o subcriteri la fórmula següent:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

$P_{op}$  = Puntuació de l'Oferta a Puntuar  
 $P$  = Puntuació del criteri  
 $VT_{op}$  = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua  
 $VT_{mv}$  = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

En cada criteri o subcriteri les puntuacions finals que es concediran a les empreses seran les que resultin d'aplicar aquesta fórmula.

No obstant, en el cas que cap de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50 % de la puntuació de cada criteri o subcriteri, no s'aplicarà la fórmula anterior.



Els licitadors hauran d'aconseguir una puntuació mínima de 9 punts sobre els criteris valorables d'acord amb un judici de valor, per a passar a la següent fase del procediment per al Lot 1. No aconseguir aquest llinar mínim de puntuació suposarà l'exclusió del procediment en el Lot 1.

**LOT 2: BUTAQUES**

Els criteris susceptibles de judici de valor es valoren en funció de la puntuació dels subcriteris que els componen:

**Criteris sotmesos a judici de valor - LOT 2 BUTAQUES - Màxim 30 punts**

<b>Criteris avaluables mitjançant judicis de valor: Fins a 25 punts :</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Funcionalitat i ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització:</b> En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte.</li> </ul>	<b>Fins a 9 punts</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Seguretat i mobilitat del pacient.</b> Es valorarà les característiques de la butaca en funció del disseny, comandament de control, mobilitat del pacient, tacte agradable.</li> </ul>	<b>Fins a 9 punts</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* <b>Tapisseria resistent, rentable, i amb poques costures en els punts de seient.</b> Que pugui suportar una bona desinfecció.</li> </ul>	<b>Fins a 7 punts</b>
<b>Millora: Fins a 5 punts</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>*<b>Inclou dos butaques amb rodes per a obesos amb una carrega segura de treball mínim de 300 kg i amb accionament elèctric del respall.</b> Incorporarà 4 rodes integrals Ø 125 mm , 2 rodes en la part de darrera amb fre central i bloqueig direccional. 5 punts</li> </ul>	<b>Fins a 5 punts</b>

Per a cadascun dels criteris de valoració qualitatiu/tècnics (o, si s'escau, subcriteris) susceptibles d'un judici de valor es realitzaran les valoracions en els termes previstos en cadascun dels criteris, obtenint cadascuna de les ofertes, en cadascun dels criteris, la puntuació corresponent.

Posteriorment, en el cas que com a mínim una de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50% de la puntuació màxima establerta per a cada criteri (o, si s'escau, subcriteri), s'aplicarà a les puntuacions obtingudes inicialment de cada criteri o subcriteri la fórmula següent:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

$P_{op}$  = Puntuació de l'Oferta a Puntuar  
 $P$  = Puntuació del criteri  
 $VT_{op}$  = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua  
 $VT_{mv}$  = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada



*En cada criteri o subcriteri les puntuacions finals que es concediran a les empreses seran les que resultin d'aplicar aquesta fórmula.*

*No obstant, en el cas que cap de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50 % de la puntuació de cada criteri o subcriteri, no s'aplicarà la fórmula anterior*

*Els licitadors hauran d'aconseguir una puntuació mínima de 15 punts sobre els criteris valorables d'acord amb un judici de valor, per a passar a la següent fase del procediment per al Lot 2. No aconseguir aquest llindar mínim de puntuació suposarà l'exclusió del procediment en el Lot 2."*

## **VALORACIÓ DELS CRITERIS SUBJECTIUS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR**

La valoració de les mostres d'equips presentades ha estat realitzada principalment per l'Àrea d'Infermeria.

### **LOT 1: LLIT ELÈCTRIC D'ÚS CLÍNIC (AMB MATALASSOS)**

En aplicació dels criteris prefixats, i havent presentat els licitadors d'aquest Lot la documentació tècnica i les mostres corresponents, la valoració és la següent:

#### **Criteris avaluable mitjançant judicis de valor: Fins a 14 punts :**

**1) Funcionalitat i ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització: Fins a 7 punts.** *En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte.*

- **CAIXABANK EQUIPAMENT FINANCE, SAU:** El llit és de fàcil utilització, lleuger, amb una manipulació intuïtiva i pràctica.
- **LINET IBERIA, SL :** Tot i que es de fàcil d'utilització igual que el llit de l'altra empresa licitadora, els comandaments de les baranes son complicats d'entendre de manera àgil. A més, el matalàs no inclou un espai on introduir la placa per realitzar radiografies al llit. Per aquests motius aquesta empresa obté menys puntuació en aquest apartat.

**2) Seguretat i mobilitat del pacient: Fins a 7 punts.** *Es valoraran les característiques del llit en funció del disseny de les baranes, comandament de control, matalàs i altres sistemes de seguretat en quant a la prevenció de caigudes interhospitalàries per la instauració de protocol de caigudes.*

- **CAIXABANK EQUIPAMENT FINANCE, SAU:** Disposa de Sistema de detecció de moviment del pacient, risc de sortir del llit, llum verda que indica que el llit està en posició baixa. Pot tenir timbre integrat a la barana. Com a millora, tenim la possibilitat de tenir matalassos anti-escares que permeten la lateralització del pacient per facilitar els canvis posturals, circuit intern d'aire, evitant humitat i mobilització passiva antiescares.
- **LINET IBERIA, SL:** No té detecció estricta de caigudes ni timbre integrat a les baranes. Molt important en la seguretat del pacient. Inclou llum de confirmació per assegurar la posició del llit baix. L'estructura del llit realitza moviments laterals per ajudar en els canvis posicionals.



**Millora: Fins a 4 punts**

*o Inclou tres grues elèctriques amb una capacitat d'elevació  $\geq 200\text{kg}$ , un arnés de talla M i un de talla L. Característiques grua: facilitat d'ús, fabricada en alumini, apertura dels peus per facilitar el treball al costat del llit, el traspàs a la butaca i millorar l'estabilitat, doble perxa, comandament i bateria.*

- **CAIXABANK EQUIPAMENT FINANCE, SAU:** La grua que es presenta compleix amb les característiques mínimes demanades en aquest criteri. La grua és de fàcil us i facilita el traspàs del pacient del llit a la butaca amb unes condicions d'estabilitat òptimes.
- **LINET IBERIA, SL :** aquesta empresa no presenta la millora en la seva oferta.

En conclusió, d'acord amb els arguments apuntats, el quadre de valoració de les ofertes del lot 1 del sobre B d'aquesta licitació, és el següent:

**criteris sotmesos a judici de valor - LOT 1 LLITS ELÈCTRICS I MATALASSOS - Màxim 18 punts**

<b>Criteris avaluable mitjançant judicis de valor: Fins a 14 punts :</b>		<b>CAIXABANK</b>	<b>LINET</b>
• Funcionalitat i ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització	<b>Fins a 7 punts</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
• Seguretat i mobilitat del pacient	<b>Fins a 7 punts</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
<b>Millora: Fins a 4 punts</b>			
*Inclou tres grues elèctriques amb una capacitat d'elevació $\geq 200\text{kg}$ , un arnés de talla M i un de talla L.	<b>Fins a 4 punts</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18</b>	<b>11</b>

Es fa constar que ambdues empreses arriben al llindar exigít per a passar a la següent fase del procediment de licitació.

**LOT 2: BUTAQUES**

En aquest lot només s'ha presentat l'empresa CAIXABANK EQUIPAMENT FINANCE, SAU

En aplicació dels criteris prefixats, i havent presentat el licitador d'aquest Lot la documentació tècnica i la mostra corresponent, la valoració és la següent:

**Criteris avaluable mitjançant judicis de valor: Fins a 25 punts :**



**1) Funcionalitat i ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització: Fins a 9 punts.** *Funcionalitat i ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització: En aquest apartat es valoraran els aspectes com la facilitat en la utilització, la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una actuació correcta en el moment de l'ús del producte.*

- **CAIXABANK EQUIPAMENT FINANCE, SAU:** La butaca presentada es mostra fàcil d'utilitzar, i de manipular per pacients, usuaris i els professionals de l'Hospital. Obté la màxima puntuació al ser un producte òptim en tots els seus aspectes i funcionalitats i no haver-hi cap altre oferta amb la qual poder comparar-la.

**2) Seguretat i mobilitat del pacient. Fins a 9 punts:** *Es valorarà las característiques de la butaca en funció del disseny, comandament de control, mobilitat del pacient, tacte agradable.*

- **CAIXABANK EQUIPAMENT FINANCE, SAU:** La butaca presentada té un disseny adequat per al seu us, amb un comandament intuïtiu i fàcil d'utilitzar, i es mostra còmode per al pacient i de tacte agradable. Així mateix el disseny i tacte faciliten la mobilitat del pacient en la butaca. Obté la màxima puntuació al ser un producte òptim en tots els seus aspectes de seguretat i mobilitat i no haver-hi cap altre oferta amb la qual poder comparar-la.

**3) Tapisseria resistent, rentable, i amb poques costures en els punts de seient. Fins a 7 punts:** *Que pugui suportar una bona desinfecció.*

- **CAIXABANK EQUIPAMENT FINANCE, SAU:** La tapisseria de la butaca es mostra resistent i amb capacitat de suportar una desinfecció d'alt nivell. El seient té poques costures, el que facilita la neteja i desinfecció de la butaca. Obté la màxima puntuació al ser un producte òptim en tots els seus aspectes en la tapisseria i el seu rentat i no haver-hi cap altre oferta amb la qual poder comparar-la.

### **Millora: Fins a 5 punts**

**Dos butaques amb rodes per a obesos amb una carrega segura de treball mínim de 300 kg i amb accionament elèctric del respall.** *Fins a 5 punts: Incorporarà 4 rodes integrals Ø 125 mm, 2 rodes en la part de darrera amb fre central i bloqueig direccional.*

- **CAIXABANK EQUIPAMENT FINANCE, SAU:** L'empresa presenta la millora. Aquestes butaques compleixen amb les característiques mínimes fixades al criteri i el seu funcionament és òptim.

En conclusió, d'acord amb els arguments apuntats, el quadre de valoració de l'oferta del lot 2 del sobre B d'aquesta licitació, és el següent:

<b>Criteris avaluables mitjançant judicis de valor: Fins a 25 punts :</b>		<b>CAIXABANK</b>
• Funcionalitat i ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització:	<b>Fins a 9 punts</b>	<b>9</b>
• Seguretat i mobilitat del pacient.	<b>Fins a 9 punts</b>	<b>9</b>



* Tapisseria resistent, rentable, i amb poques costures en els punts de seient.	<b>Fins a 7 punts</b>	<b>7</b>
<b>Millora: Fins a 5 punts</b>		
Dos butaques amb rodes per a obesos amb una carrega segura de treball mínim de 300 kg i amb accionament elèctric del respatller.	<b>Fins a 5 punts</b>	<b>5</b>
<b>TOTAL</b>		<b>30</b>

Es fa constar que l'empresa licitadora del Lot 2 ha superat el llindar de puntuació del sobre B per a passar a la següent fase del procediment de licitació.

Seguidament, d'acord amb l'establert a l'apartat 23 del Quadre de Característiques Específiques del contracte indicat amb anterioritat, una vegada aplicada la fórmula corresponent en aquells criteris o subcriteris on les ofertes hagin obtingut una puntuació igual o superior al 50% de la puntuació màxima establerta, el quadre de puntuació final del sobre B, en cadascun dels lots, resulta ser el següent:

**Criteris sotmesos a judici de valor - LOT 1 LLITS ELÈCTRICS I MATALASSOS - Màxim 18 punts**

<b>Criteris avaluables mitjançant judicis de valor: Fins a 14 punts :</b>		<b>CAIXABANK</b>	<b>LINET</b>
• Funcionalitat i ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització:	<b>Fins a 7 punts</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
• Seguretat i mobilitat del pacient.	<b>Fins a 7 punts</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
<b>Millora: Fins a 4 punts</b>			
*Inclou tres grues elèctriques amb una capacitat d'elevació $\geq 200$ kg, un arnés de talla M i un de talla L.	<b>Fins a 4 punts</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18</b>	<b>11</b>

**Criteris sotmesos a judici de valor - LOT 2 BUTAQUES - Màxim 30 punts**

<b>Criteris avaluables mitjançant judicis de valor: Fins a 25 punts :</b>		<b>CAIXABANK</b>
• Funcionalitat i ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació i utilització:	<b>Fins a 9 punts</b>	<b>9</b>



Corporació de **Salut**  
del **Maresme i la Selva**

• Seguretat i mobilitat del pacient.	<b>Fins a 9 punts</b>	<b>9</b>
* Tapisseria resistent, rentable, i amb poques costures en els punts de seient.	<b>Fins a 7 punts</b>	<b>7</b>
<b>Millora: Fins a 5 punts</b>		
*Inclou dos butaques amb rodes per a obesos amb una carrega segura de treball mínim de 300 kg i amb accionament elèctric del respatller.	<b>Fins a 5 punts</b>	<b>5</b>
<b>TOTAL</b>		<b>30</b>

Tot el que s'eleva a la Mesa de Contractació als efectes oportuns.

Sra. Esther Bou  
Cap de Compres i Logística  
Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Sra. Raquel Bota  
Cap d'Àrea de Hospitalització de les Unitats de Cirurgia, Ginecologia, Obstetrícia i Pediatria  
Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Calella, a 19 de novembre de 2024.