

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE
COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI

CS/CC00/1101412204/25/AMUP

1. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ OBJECTIUS

La Direcció General de Contractació Pública ha establert, mitjançant la Directriu 1/2020, un model de càlcul de puntuació d'ofertes, que com a regla general, es farà servir a totes les licitacions de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Per a l'adjudicació d'aquest contracte s'utilitza una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat preu, d'acord amb criteris econòmics i qualitatius.

Al tractar-se d'una licitació d'aprovisionament de materials, composta per una pluralitat de béns els quals es subministraran de manera successiva i per preu unitari, s'ha decidit de manera excepcional, no aplicar la fórmula prevista a l'esmentada Directriu considerant que els criteris d'adjudicació estan formulats de tal manera que permeten conèixer la proposició amb una millor relació qualitat preu.

Les ofertes que no s'ajustin als requisits tècnics mínims indicats en el plec quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica. Veure document PPT-AMUP-S-11-25, ANNEX B - Descripció tècnica dels materials de l'expedient.

Els criteris d'adjudicació fixats per a la selecció d'empreses i d'articles estan diferenciats per lots, i agrupació de lots. Aquest son:

Agrupacions	Lots inclosos 46-2025							
Agrupació lots 1ª	1							
Agrupació lots 2ª	2							
Agrupació lots 3ª	3							
Agrupació lots 4ª	4							
Agrupació lots 5ª	5							
Agrupació lots 6ª	6							
Agrupació lots 7ª	7							
Agrupació lots 8ª	8	9	10	11	12			
Agrupació lots 9ª	13	14	17	18	19	20	21	22
Agrupació lots 10ª	15	16						

AGRUPACIÓ 1ª - LOT 1_BATES QUIRÚRGIQUES D'ALTA PROTECCIÓ

1. Puntuació econòmica

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **60 punts**.

Es valorarà el preu de sortida de la manera següent:

1. L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
2. La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació.

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta a valorar}} \times P.\text{max. assig.}$$

Px.- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la formula de l'invers proporcional.

P. màx. assig. - Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

2. Puntuació tècnica

Per a la valoració d'aquest criteri es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **40 punts sobre 100** que es distribuïran i es valoraran de la següent manera:

Les característiques que es valoraran en les BATES QUIRÚRGIQUES D'ALTA PROTECCIÓ són:

CRITERIS OBJECTIUS

2.1 Es valorarà l'amplada del puny, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si l'ample del puny està entre 6 i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, la puntuació prevista és de 10 punts.
- Si l'ample del puny es inferior a 6 cm o superior a 8 cm, la puntuació prevista és de 0 punts.

2.2 En relació a la normativa i requisits dels equips de protecció (EPI), es valorarà que l'empresa licitadora certifiqui la bata oferta com a EPI categoria III segons la Directiva 89/686/CEE, acreditat per *Certificat UE de tipus*, amb data de caducitat inclosa, mes una *declaració de conformitat* segons l'article 11, seccions A i B de la *Directiva*. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **3 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la bata s'acredita com a EPI Categoria III amb la presentació dels documents citats en forma i fons, la puntuació prevista és de 3 punts
- Si la bata no s'acreditada com a EPI Categoria III per mitjà de la presentació dels documents citats en forma i fons, la puntuació prevista és de 0 punts.

2.3 Es valorarà que el tancament tipus velcro a l'esquena de la bata sigui solapat, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

- Si l'ample del solapament del tancament *tipus velcro* de la bata està entre 2 i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, la puntuació prevista és de 5 punts.

- Si l'ample del solapament del tancament *tipus velcro* de la bata es inferior a 2 cm o superior a 4 cm, la puntuació prevista és de 0 punts.

2.4 Es valorarà que la **resistència a la penetració de líquids sigui superior al valor indicat a la norma UNE-EN 13795-1:2020, taula 1, pàg. 13, de Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a bates quirúrgiques, prestació alta**, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, per aquest lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el valor de la resistència a la penetració de líquids es superior a l'indicat per a *prestació alta* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 10 punts.

- Si el valor de la resistència a la penetració de líquids es igual o inferior a l'indicat per a *prestació alta* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 0 punts i l'oferta serà desestimada tècnicament al no complir amb el requisit tècnic obligatori.

En cas que varies ofertes coincideixin en el valor màxim de penetració, cadascuna d'elles rebrà els 10 punts de la baremació indicada.

2.5 Es valorarà l'**absència d'ús dels tints Disperse Blue 106 i Disperse Blue 124** el procediment de pigmentació de teixit de la bata, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **2 punts**, baremats de la següent manera:

- Si al procediment de pigmentació no s'utilitzen els tints citats, la puntuació prevista és de 2 punts.

- Si al procediment de pigmentació s'utilitzen els tints citats, la puntuació prevista és de 0 punts.

2.6 Es valorarà el **compliment de la norma ASTM F 1671** mitjançant la presentació de documentació acreditativa homologada o certificat de l'empresa licitadora. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **2 punts**, baremats de la següent manera:

- Si es certifica l'acompliment en la forma especificada, la puntuació prevista és de 2 punts.

- Si no es certifica l'acompliment en la forma especificada, la puntuació prevista és de 0 punts.

2.7 Es valorarà el **tipus de segellat** de la bata, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **8 punts**, baremats de la següent manera::

- Si la bata presenta termo-segellat, la puntuació prevista és de 8 punts.

- Si la bata presenta un segellat diferent a termo-segellat, la puntuació prevista és de 0 punts.

AGRUPACIÓ 2ª - LOT 2_TALLES QUIRÚRGIQUES

1. Puntuació econòmica

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **70 punts**.

Es valorarà el preu de sortida de la manera següent:

1. L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
2. La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació.

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta a valorar}} \times P.\text{max. assig.}$$

Px.- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la formula de l'invers proporcional.

P. màx. assig. - Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

2. Puntuació tècnica

Per a la valoració d'aquest criteri es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **30 punts sobre 100** que es distribuiran i es valoraran de la següent manera:

Les característiques addicionals que es valoraran en la TALLES QUIRÚRGIQUES són:

CRITERIS OBJECTIUS

2.1 A les talles quirúrgiques adhesives, es valorarà la ubicació de l'adhesiu, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si l'adhesiu s'ubica a ras del vorell de la talla, la puntuació prevista és de 10 punts.
- Si l'adhesiu no està ubicat a ras del vorell de la talla, la puntuació prevista és de 0 punts.

2.2 Es valorarà que el gramatge de la talla sigui superior al valor mínim requerit obligatòriament al Plec de Prescripcions Tècniques, punt 2.3, Requisits obligatoris addicionals, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o

informe d'assajos segons la norma, per aquest lot . La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el gramatge es superior a 40 grams/m2, la puntuació prevista és de 10 punts.
- Si el gramatge es igual o inferior a 40 grams/m2, la puntuació prevista és de 0 punts i l'oferta serà desestimada tècnicament al no complir amb el requisit tècnic obligatori.

En cas que varies ofertes coincideixin en el valor màxim de gramatge, cadascuna d'elles rebrà els 10 punts de la baremació indicada.

2.3 Es valorarà que la resistència a la penetració de líquids sigui superior al valor indicat a la norma UNE-EN 13795-1:2020, taula 2, pàg. 14, de *Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics, prestació estàndard*, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, per aquest lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el valor de la resistència a la penetració de líquids es superior a l'indicat per a *prestació estàndard* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 10 punts.
- Si el valor de la resistència a la penetració de líquids es igual o inferior a l'indicat per a *prestació estàndard* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 0 punts i l'oferta serà desestimada tècnicament al no complir amb el requisit tècnic obligatori.

En cas que varies ofertes coincideixin en el valor màxim de penetració, cadascuna d'elles rebrà els 10 punts de la baremació indicada.

AGRUPACIÓ 3ª - LOT 3_LLENÇOLS QUIRÚRGICS

1. Puntuació econòmica

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **70 punts**.

Es valorarà el preu de sortida de la manera següent:

1. L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
2. La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació.

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta a valorar}} \times P.\text{max. assig.}$$

Px .- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la formula de l'invers proporcional.

P. màx . assig. - Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

2. Puntuació tècnica

Per a la valoració d'aquest criteri es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **30 punts sobre 100** que es distribuïran i es valoraran de la següent manera:

Les característiques addicionals que es valoraran en la LLENÇOLS QUIRÚRGICS són:

CRITERIS OBJECTIUS

2.1 Es valorarà que el valor d'emissió de pelussa del llençol ofert (\log_{10}) sigui inferior al valor indicat a la norma UNE-EN 13795-1:2020, taula 2, pàg. 14, de Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics, prestació alta, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, per aquest lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el valor de l'emissió de pelussa es inferior a l'indicat per a *prestació alta* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 15 punts.
- Si el valor de l'emissió de pelussa es igual o superior a l'indicat per a *prestació alta* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 0 punts.

En cas que vàries ofertes coincideixin en el valor màxim d'emissió de pelussa, cadascuna d'elles rebrà els 15 punts de la baremació indicada.

2.2 Es valorarà la ubicació i amplada de l'adhesiu al llençol, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:

- Si l'adhesiu s'ubica a ras del vorell de la part adhesiva i l'amplada de la part adhesiva està entre 5 i 7 cm, la puntuació prevista és de 15 punts.
- Si l'adhesiu no està ubicat a ras del vorell de la part adhesiva i l'amplada de la part adhesiva es inferior entre 5 i superior a 7 cm, la puntuació prevista és de 0 punts.

AGRUPACIÓ 4ª - LOT

4_COBERTORS QUIRÚRGICS

1. Puntuació econòmica

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **70 punts**.

Es valorarà el preu de sortida de la manera següent:

1. L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
2. La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació.

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta a valorar}} \times P.\text{max. assig.}$$

Px.- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la formula de l'invers proporcional.

P. max. assig. - Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

2. Puntuació tècnica

Per a la valoració d'aquest criteri es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **30 punts sobre 100** que es distribuiran i es valoraran de la següent manera:

Les característiques addicionals que es valoraran en els COBERTORS QUIRÚRGICS són:

CRITERIS OBJECTIUS

2.1 Es valorarà que la resistència a la penetració de líquids sigui superior al valor indicat a la norma UNE-EN 13795-1:2020, taula 2, pàg. 14, de Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics, prestació estàndard, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, per aquest lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el valor de la resistència a la penetració de líquids es superior a l'indicat per a *prestació estàndard* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 10 punts.
- Si el valor de la resistència a la penetració de líquids es igual o inferior a l'indicat per a *prestació estàndard* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 0 punts i l'oferta serà desestimada tècnicament al no complir amb el requisit tècnic obligatori.

En cas que varies ofertes coincideixin en el valor màxim de penetració, 0 cadascuna d'elles rebrà els 10 punts de la baremació indicada.

2.2 Es valorarà que la resistència a la tracció en sec sigui superior al valor indicat a la norma UNE-EN 13795-1:2020, taula 2, pàg. 14, de Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics, prestació estàndard, acreditat

mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, per aquest lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el valor de la resistència a la tracció en sec es superior a l'indicat per a *prestació estàndard* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 5 punts.
- Si el valor de la resistència a la tracció en sec es igual o inferior a l'indicat per a *prestació estàndard* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 0 punts i l'oferta serà desestimada tècnicament al no complir amb el requisit tècnic obligatori.

En cas que varies ofertes coincideixin en el valor màxim de penetració, cadascuna d'elles rebrà els 5 punts de la baremació indicada.

2.3 Es valorarà que la resistència a la tracció en humit sigui superior al valor indicat a la norma UNE-EN 13795-1:2020, taula 2, pàg. 14, de *Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics, prestació estàndard*, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, per aquest lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el valor de la resistència a la tracció en humit es superior a l'indicat per a *prestació estàndard* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 5 punts.
- Si el valor de la resistència a la tracció en humit es igual o inferior a l'indicat per a *prestació estàndard* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 0 punts i l'oferta serà desestimada tècnicament al no complir amb el requisit tècnic obligatori.

En cas que varies ofertes coincideixin en el valor màxim de penetració, cadascuna d'elles rebrà els 5 punts de la baremació indicada.

2.4 Es valorarà el valor més alt de gramatge del cobertor ofert (grams/m²), acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts**, baremats de la següent manera:

- Per al valor més alt de gramatge presentat, la puntuació prevista és de 10 punts.
- Per al/s valor/s de gramatge igual/s o inferior/s al valor més alt de presentat, la puntuació prevista és de 0 punts..

En cas que varies ofertes coincideixin en el valor màxim de gramatge, cadascuna d'elles rebrà els 10 punts de la baremació indicada.

AGRUPACIÓ 5ª - LOT 5_CAMPS QUIRÚRGICS

1. Puntuació econòmica

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **80 punts**.

Es valorarà el preu de sortida de la manera següent:

1. L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
2. La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació.

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta a valorar}} \times P.\text{max. assig.}$$

Px.- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la formula de l'invers proporcional.

P. max. assig. - Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

2. Puntuació tècnica

Per a la valoració d'aquest criteri es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **20 punts sobre 100** que es distribuiran i es valoraran de la següent manera:

Les característiques addicionals que es valoraran en els CAMPS QUIRÚRGICS són:

CRITERIS OBJECTIUS

2.1 Es valorarà l'amplitud de gammes per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **20 punts**, baremats de la següent manera:

- El major número d'ofertes validades tècnicament i no desestimades rebrà la màxima puntuació prevista, 20 punts.
- La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació *directament proporcional* respecte al conjunt d'ofertes validades tècnicament i no desestimades, que obtingui la puntuació mes alta.

La puntuació de la gamma s'obtindrà de la següent manera:

$$\text{PUNTUACIÓ CRITERI} = \frac{\text{Rang de mides a valorar (número de referències Ofertades validades tècnicament)}}{\text{Rang de mides mes ample presentant (número de referències mes ample ofert validades tècnicament)}} * \text{Puntuació total criteri}$$

AGRUPACIÓ 6ª - LOT 6_CAMPS D'INCISIÓ ADHESIUS**1. Puntuació econòmica**

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **85 punts**.

Es valorarà el preu de sortida de la manera següent:

1. L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
2. La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació.

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta a valorar}} \times P.\text{max. assig.}$$

Px.- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la fórmula de l'invers proporcional.

P. max. assig. - Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

2. Puntuació tècnica

Per a la valoració d'aquest criteri es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts sobre 100** que es distribuiran i es valoraran de la següent manera:

Les característiques addicionals que es valoraran en els CAMPS D'INCISIÓ ADHESIUS, codi de material 30008159, exclusivament, són:

CRITERIS OBJECTIUS

- 2.1 Es valorarà que l'alliberació de iode sigui continuada de forma que l'acció antimicrobiana també ho sigui, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:

- Si l'alliberació de iode es continuada, la puntuació prevista és de 15 punts.
- Si l'alliberació de iode no es continuada, la puntuació prevista és de 0 punts.

Per a la resta de codis de material inclosos al lot 8, el criteri addicional 2.1 d'alliberació de iode continuada no serà d'aplicació, per tant la puntuació econòmica serà de 100 punts.

AGRUPACIÓ 7ª - LOT 7 _BOSSES I CINTES QUIRÚRGIQUES**1. Puntuació econòmica**

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **85 punts**.

Es valorarà el preu de sortida de la manera següent:

1. L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
2. La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació.

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta a valorar}} \times P.\text{max. assig.}$$

Px.- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la formula de l'invers proporcional.

P. max. assig. - Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

2. Puntuació tècnica

Per a la valoració d'aquest criteri es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts sobre 100** que es distribuiran i es valoraran de la següent manera:

Les característiques addicionals que es valoraran en els BOSSES I CINTES QUIRÚRGIQUES són:

CRITERIS OBJECTIUS

- 2.1 Es valorarà que el **material de composició** de les bosses fabricades amb qualsevol tipus de plàstic catalogat com a tal (polietilè, poliuretà, polipropilè,...) sigui bioplàstic, d'origen vegetal i compostable, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la bossa està fabricada amb bioplàstics, la puntuació prevista és de 15 punts.
- Si la bossa no està fabricada amb bioplàstics, la puntuació prevista és de 0 punts.

Per als codis de material descrits com a "cinta", el criteri addicional 2.1 de *bioplàstic, d'origen vegetal i compostable* no serà d'aplicació, per tant la puntuació econòmica serà de 100 punts.

AGRUPACIÓ 8ª - LOT 8 FUNDA QUIRÚRGICA PER A ENDOSCÒPIA
AGRUPACIÓ 8ª - LOT 9 FUNDA QUIRÚRGICA PER A INTENSIFICADOR D'IMATGES
AGRUPACIÓ 8ª - LOT 10 FUNDA QUIRÚRGICA PER A MICROSCOPI
AGRUPACIÓ 8ª - LOT 11 FUNDA PER A ALTRES EQUIPS
AGRUPACIÓ 8ª - LOT 12 FUNDA PER A LLUM QUIRÚRGIC

1. Puntuació econòmica

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **70 punts**.

Es valorarà el preu de sortida de la manera següent:

1. L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
2. La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació.

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta a valorar}} \times P.\text{max. assig.}$$

Px.- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la formula de l'invers proporcional.

P. max. assig. - Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

2. Puntuació tècnica

Per a la valoració d'aquest criteri es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **30 punts sobre 100** que es distribuiran i es valoraran de la següent manera:

Les característiques que es valoraran de a l'agrupació de lots 10ª, de FUNDES PER A PROCEDIMENTS QUIRÚRGICQUES (estèrils) són:

CRITERIS OBJECTIUS

- 2.1 Es valorarà que l'**embalatge de la funda identifiqui el seu contingut** detallant de forma clara i concisa les especificacions tècniques i les indicacions d'ús, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:

- Si compleix amb el criteri descrit, la puntuació prevista serà de 15 punts.
- Si no compleix amb el criteri descrit, la puntuació prevista serà de 0 punts.

2.2 Es valorarà que el material de composició de les fundes fabricades amb qualsevol tipus de plàstic catalogat com a tal (polietilè, poliuretà, polipropilè,...) sigui bioplàstic, d'origen vegetal i compostable, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la bossa està fabricada amb bioplàstics, la puntuació prevista és de 15 punts.
- Si la bossa no està fabricada amb bioplàstics, la puntuació prevista és de 0 punts.

AGRUPACIÓ 9ª - LOT 13 EQUIPS PER A PROCEDIMENTS INTERVENCIONISTES, QUIRÚRGICS, TERAPÈUTICS I DE COBERTURA UNIVERSALS

AGRUPACIÓ 9ª - LOT 14 EQUIPS PER A PROCEDIMENTS INTERVENCIONISTES, QUIRÚRGICS, TERAPÈUTICS I DE COBERTURA VARIS CENTRES

AGRUPACIÓ 9ª - LOT 17 EQUIPS PER A PROCEDIMENTS INTERVENCIONISTES, QUIRÚRGICS, TERAPÈUTICS I DE COBERTURA H.U. BELLVITGE (HUB)

AGRUPACIÓ 9ª - LOT 18 EQUIPS PER A PROCEDIMENTS INTERVENCIONISTES, QUIRÚRGICS, TERAPÈUTICS I DE COBERTURA H.U. GERMANS TRIAS Y PUJOL (HUGTP)

AGRUPACIÓ 9ª - LOT 19 EQUIPS PER A PROCEDIMENTS INTERVENCIONISTES, QUIRÚRGICS, TERAPÈUTICS I DE COBERTURA H.U. JOSEP TRUETA (HUJT)

AGRUPACIÓ 9ª - LOT 20 EQUIPS PER A PROCEDIMENTS INTERVENCIONISTES, QUIRÚRGICS, TERAPÈUTICS I DE COBERTURA H.U. JOAN XXIII (HUJXXIII)

AGRUPACIÓ 9ª - LOT 21 EQUIPS PER A PROCEDIMENTS INTERVENCIONISTES, QUIRÚRGICS, TERAPÈUTICS I DE COBERTURA H.U. VERGE DE LA CINTA (HUVCL)

AGRUPACIÓ 9ª - LOT 22 EQUIPS PER A PROCEDIMENTS INTERVENCIONISTES, QUIRÚRGICS, TERAPÈUTICS I DE COBERTURA H.U. VALL D'HEBRÓ (HUVH)

1. Puntuació econòmica

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **60 punts**.

Es valorarà el preu de sortida de la manera següent:

1. L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
2. La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació.

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta a valorar}} \times P.\text{max. assig.}$$

Px.- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la fórmula de l'invers proporcional.

P. max. assig. - Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

2. Puntuació tècnica

Per a la valoració d'aquest criteri es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **40 punts sobre 100** que es distribuïran i es valoraran de la manera següent:

Les característiques que es valoraran són:

CRITERIS OBJECTIUS

- **BATES QUIRÚRGIQUES DE PROTECCIÓ ESTÀNDARD, ALTA PROTECCIÓ I D'ALTA PROTECCIÓ REFORÇADA** incloses als equips definits als lots de l'agrupació.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **15 punts sobre 100** que es distribuïran i es valoraran de la manera següent:

2.1 Es valorarà l'amplada del puny, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **4 punts**, baremats de la següent manera:

- Si l'ample del puny està entre 6 i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, la puntuació prevista és de 4 punts.
- Si l'ample del puny és inferior a 6 cm o superior a 8 cm, la puntuació prevista és de 0 punts.

2.2 En relació a la normativa i requisits dels equips de protecció (EPI), es valorarà que l'empresa licitadora acrediti que la bata oferta està catalogada com a EPI categoria III segons la Directiva 89/686/CEE, acreditat per *Certificat UE de tipus*, amb data de caducitat inclosa, mes una *declaració de conformitat* segons l'article 11, seccions A i B de la *Directiva*. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **1 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la bata s'acredita com a EPI Categoria III amb la presentació dels documents citats en forma i fons, la puntuació prevista és de 1 punts.
- Si la bata no s'acreditada com a EPI Categoria III per mitjà de la presentació dels documents citats en forma i fons, la puntuació prevista és de 0 punts.

2.3 Es valorarà que el tancament tipus velcro a l'esquena de la bata sigui solapat, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

- Si l'ample del solapament del tancament *tipus velcro* de la bata està entre 2 i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, la puntuació prevista és de 5 punts.
- Si l'ample del solapament del tancament *tipus velcro* de la bata és inferior a 2 cm o superior a 4 cm, la puntuació prevista és de 0 punts.

2.4 Es valorarà que el gramatge de la bata sigui superior a 35gr/m2 per a bata estàndard; 60gr/m2 per a bata d'alta protecció i 35gr/m2+75gr/m2 per a bata d'alta protecció reforçada, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma,. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **1 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el gramatge es superior al requerit addicionalment de forma obligatòria, al lot que defineix la bata, la puntuació prevista és de 1 punts.
- Si el gramatge es igual o inferior al requerit addicionalment de forma obligatòria, al lot que defineix la bata, la puntuació prevista és de 0 punts i l'oferta serà desestimada tècnicament al no complir amb el requisit tècnic obligatori.

En cas que varies ofertes coincideixin en el valor màxim de gramatge, cadascuna d'elles rebrà els 1 punts de la baremació indicada.

2.5 Es valorarà l'absència d'ús dels tints Disperse Blue 106 i Disperse Blue 124 el procediment de pigmentació de teixit de la bata, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **1 punts**, baremats de la següent manera:

- Si al procediment de pigmentació no s'utilitzen els tints citats, la puntuació prevista és de 1 punts.
- Si al procediment de pigmentació s'utilitzen els tints citats, la puntuació prevista és de 0 punts.

2.6 Es valorarà el compliment de la norma ASTM F 1671, mitjançant la presentació de documentació acreditativa homologada o certificat de l'empresa licitadora_. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **1 punts**, baremats de la següent manera:

- Si es certifica l'acompliment en la forma especificada, la puntuació prevista és de 1 punts.
- Si no es certifica l'acompliment en la forma especificada, la puntuació prevista és de 0 punts.

2.7 Es valorarà que la resistència a la penetració de líquids sigui superior al valor indicat a la norma UNE-EN 13795-1:2020, taula 1, pàg. 13, de *Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a bates quirúrgiques, prestació alta, per a les bates definides i incloses al lot 2*, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, per aquest lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **2 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el valor de la resistència a la penetració de líquids es superior a l'indicat per a *prestació alta* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 2 punts.

- Si el valor de la resistència a la penetració de líquids es igual o inferior a l'indicat per a *prestació alta* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 0 punts i l'oferta serà desestimada tècnicament al no complir amb el requisit tècnic obligatori.

En cas que varies ofertes coincideixin en el valor màxim de penetració, cadascuna d'elles rebrà els 2 punts de la baremació indicada

- **TALLES QUIRÚRGIQUES** incloses als equips definits als lots de l'agrupació.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **9 punts sobre 100** que es distribuïran i es valoraran de la manera següent:

2.8 A les talles quirúrgiques adhesives, es valorarà la ubicació de l'adhesiu, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **3 punts**, baremats de la següent manera:

- Si l'adhesiu s'ubica a ras del vorell de la talla, la puntuació prevista és de 3 punts.
- Si l'adhesiu no està ubicat a ras del vorell de la talla, la puntuació prevista és de 0 punts.

2.9 Es valorarà que el gramatge de la talla sigui superior al valor mínim requerit obligatòriament al Plec de Prescripcions Tècniques, punt 2.3, Requisits obligatoris addicionals, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, per aquest lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **3 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el gramatge es superior a 40 grams/m², la puntuació prevista és de 3 punts.
- Si el gramatge es igual o inferior a 40 grams/m², la puntuació prevista és de 0 punts i l'oferta serà desestimada tècnicament al no complir amb el requisit tècnic obligatori.

En cas que varies ofertes coincideixin en el valor màxim de gramatge, cadascuna d'elles rebrà els 3 punts de la baremació indicada.

2.10 Es valorarà que la resistència a la penetració de líquids sigui superior al valor indicat a la norma UNE-EN 13795-1:2020, taula 2, pàg. 14, de Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics, prestació estàndard, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, per aquest lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **3 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el valor de la resistència a la penetració de líquids es superior a l'indicat per a *prestació estàndard* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 3 punts.
- Si el valor de la resistència a la penetració de líquids es inferior a l'indicat per a *prestació estàndard* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de

0 punts i l'oferta serà desestimada tècnicament al no complir amb el requisit tècnic obligatori.

En cas que vàries ofertes coincideixin en el valor màxim de penetració, cadascuna d'elles rebrà els 3 punts de la baremació indicada.

- **LLENÇOLS QUIRÚRGICS** incloses als equips definits als lots de l'agrupació.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **6 punts sobre 100** que es distribuïran i es valoraran de la manera següent:

2.11 Es valorarà el valor d'emissió de pelussa del llençol ofert (\log_{10}) sigui inferior al valor indicat a la norma UNE-EN 13795-1:2020, taula 2, pàg. 14, de *Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics, prestació alta*, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, per aquest lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **3 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el valor de l'emissió de pelussa es inferior a l'indicat per a *prestació alta* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 3 punts.
- Si el valor de l'emissió de pelussa es igual o superior a l'indicat per a *prestació alta* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 0 punts.

En cas que vàries ofertes coincideixin en el valor màxim d'emissió de pelussa, cadascuna d'elles rebrà els 3 punts de la baremació indicada.

2.12 Es valorarà la ubicació i amplada de l'adhesiu al llençol, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **3 punts**, baremats de la següent manera:

- Si l'adhesiu s'ubica a ras del vorell de la part adhesiva i l'amplada de la part adhesiva està entre 5 i 7 cm, la puntuació prevista és de 3 punts.
- Si l'adhesiu no està ubicat a ras del vorell de la part adhesiva i l'amplada de la part adhesiva es inferior entre 5 i superior a 7 cm, la puntuació prevista és de 0 punts.

- **COBERTORS QUIRÚRGICS** incloses als equips definits als lots de l'agrupació.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **10 punts sobre 100** que es distribuïran i es valoraran de la manera següent:

2.13 Es valorarà que la resistència a la penetració de líquids sigui superior al valor indicat a la norma UNE-EN 13795-1:2020, taula 2, pàg. 14, de *Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics, prestació estàndard*, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, per aquest lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **4 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el valor de la resistència a la penetració de líquids es superior a l'indicat per a *prestació estàndard* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 4 punts.
- Si el valor de la resistència a la penetració de líquids es inferior a l'indicat per a *prestació estàndard* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 0 punts i l'oferta serà desestimada tècnicament al no complir amb el requisit tècnic obligatori.

En cas que varies ofertes coincideixin en el valor màxim de penetració, cadascuna d'elles rebrà els 4 punts de la baremació indicada.

2.14 Es valorarà que la **resistència a la tracció en sec sigui superior al valor indicat a la norma UNE-EN 13795-1:2020, taula 2, pàg. 14, de *Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics, prestació estàndard***, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, per aquest lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **2 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el valor de la resistència a la tracció en sec es superior a l'indicat per a *prestació estàndard* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 2 punts.
- Si el valor de la resistència a la tracció en sec es igual o inferior a l'indicat per a *prestació estàndard* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 0 punts i l'oferta serà desestimada tècnicament al no complir amb el requisit tècnic obligatori.

En cas que varies ofertes coincideixin en el valor màxim de penetració, cadascuna d'elles rebrà els 2 punts de la baremació indicada.

2.15 Es valorarà que la **resistència a la tracció en humit sigui superior al valor indicat a la norma UNE-EN 13795-1:2020, taula 2, pàg. 14, de *Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics, prestació estàndard***, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, per aquest lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **1 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el valor de la resistència a la tracció en humit es superior a l'indicat per a *prestació estàndard* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 1 punts.
- Si el valor de la resistència a la tracció en humit es igual o inferior a l'indicat per a *prestació estàndard* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 0 punts i l'oferta serà desestimada tècnicament al no complir amb el requisit tècnic obligatori.

En cas que varies ofertes coincideixin en el valor màxim de penetració, cadascuna d'elles rebrà els 1 punts de la baremació indicada.

2.16 Es valorarà el **valor més alt de gramatge del cobertor ofert (grams/m²)**, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1. La

puntuació màxima d'aquest criteri serà de **3 punts**, baremats de la següent manera:

- Per al valor més alt de gramatge presentat, la puntuació prevista és de 3 punts.
- Per al/s valor/s de gramatge igual/s o inferior/s al valor més alt de presentat, la puntuació prevista és de 0 punts..

En cas que vàries ofertes coincideixin en el valor màxim de gramatge, cadascuna d'elles rebrà els 3 punts de la baremació indicada.

AGRUPACIÓ 10ª - LOT 15 EQUIPS PER A PROCEDIMENTS INTERVENCIONISTES, QUIRÚRGICS, TERAPÈUTICS I DE COBERTURA H.U. ARNAU DE VILANOVA (ARN)
AGRUPACIÓ 10ª - LOT 16 EQUIPS PER A PROCEDIMENTS INTERVENCIONISTES, QUIRÚRGICS, TERAPÈUTICS I DE COBERTURA GESTIÓ SERVEIS SANITARIS (GSS)

1. Puntuació econòmica

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **55 punts**.

Es valorarà el preu de sortida de la manera següent:

1. L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
2. La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació.

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta } x \text{ a valorar}} \times P.\text{max. assig.}$$

Px.- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la formula de l'invers proporcional.

P. max. assig. - Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

2. Puntuació tècnica

Per a la valoració d'aquest criteri es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **45 punts sobre 100** que es distribuiran i es valoraran de la manera següent:

Les característiques que es valoraran són:

CRITERIS OBJECTIUS

- **BATES QUIRÚRGIQUES DE PROTECCIÓ ESTÀNDARD, ALTA PROTECCIÓ I D'ALTA PROTECCIÓ REFORÇADA** incloses als equips definits als lots de l'agrupació.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **7 punts sobre 100** que es distribuïran i es valoraran de la manera següent:

2.1 Es valorarà l'amplada del puny, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **1 punts**, baremats de la següent manera:

- Si l'ample del puny està entre 6 i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, la puntuació prevista és de 1 punts.

- Si l'ample del puny es inferior a 6 cm o superior a 8 cm, la puntuació prevista és de 0 punts.

2.2 En relació a la normativa i requisits dels equips de protecció (EPI), es valorarà que l'empresa licitadora acrediti que la bata oferta està catalogada com a EPI categoria III segons la Directiva 89/686/CEE, acreditat per *Certificat UE de tipus*, amb data de caducitat inclosa, mes una *declaració de conformitat* segons l'article 11, seccions A i B de la *Directiva*. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **1 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la bata s'acredita com a EPI Categoria III amb la presentació dels documents citats en forma i fons, la puntuació prevista és de 1 punts.

- Si la bata no s'acreditada com a EPI Categoria III per mitjà de la presentació dels documents citats en forma i fons, la puntuació prevista és de 0 punts.

2.3 Es valorarà que el tancament tipus velcro a l'esquena de la bata sigui solapat, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **1 punts**, baremats de la següent manera:

- Si l'ample del solapament del tancament tipus velcro de la bata està entre 2 i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, la puntuació prevista és de 1 punts.

- Si l'ample del solapament del tancament tipus velcro de la bata es inferior a 2 cm o superior a 4 cm, la puntuació prevista és de 0 punts.

2.4 Es valorarà que el gramatge de la bata sigui superior a 35gr/m2 per a bata estàndard; 60gr/m2 per a bata d'alta protecció i 35gr/m2+75gr/m2 per a bata d'alta protecció reforçada, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma,. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **1 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el gramatge es superior al requerit addicionalment de forma obligatòria, al lot que defineix la bata, la puntuació prevista és de 1 punts.

- Si el gramatge es igual o inferior al requerit addicionalment de forma obligatòria, al lot que defineix la bata, la puntuació prevista és de 0 punts i l'oferta serà desestimada tècnicament al no complir amb el requisit tècnic obligatori.

En cas que varies ofertes coincideixin en el valor màxim de gramatge, cadascuna d'elles rebrà els 1 punts de la baremació indicada.

- 2.5 Es valorarà l'absència d'ús dels tints *Disperse Blue 106* i *Disperse Blue 124* el procediment de pigmentació de teixit de la bata, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **1 punts**, baremats de la següent manera:

- Si al procediment de pigmentació no s'utilitzen els tints citats, la puntuació prevista és de 1 punts.
- Si al procediment de pigmentació s'utilitzen els tints citats, la puntuació prevista és de 0 punts.

- 2.6 Es valorarà el compliment de la norma ASTM F 1671, mitjançant la presentació de documentació acreditativa homologada o certificat de l'empresa licitadora. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **1 punts**, baremats de la següent manera:

- Si es certifica l'acompliment en la forma especificada, la puntuació prevista és de 1 punts.
- Si no es certifica l'acompliment en la forma especificada, la puntuació prevista és de 0 punts.

- 2.7 Es valorarà que la resistència a la penetració de líquids sigui superior al valor indicat a la norma UNE-EN 13795-1:2020, taula 1, pàg. 13, de *Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a bates quirúrgiques, prestació alta, per a les bates definides i incloses al lot 2*, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, per aquest lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **1 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el valor de la resistència a la penetració de líquids es superior a l'indicat per a *prestació alta* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 1 punts.
- Si el valor de la resistència a la penetració de líquids es igual o inferior a l'indicat per a *prestació alta* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 0 punts i l'oferta serà desestimada tècnicament al no complir amb el requisit tècnic obligatori.

En cas que varies ofertes coincideixin en el valor màxim de penetració, cadascuna d'elles rebrà 1 punt de la baremació indicada

- **TALLES QUIRÚRGIQUES** incloses als equips definits als lots de l'agrupació.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **3 punts sobre 100** que es distribuïran i es valoraran de la manera següent:

2.8 A les talles quirúrgiques adhesives, es valorarà la ubicació de l'adhesiu, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **1 punts**, baremats de la següent manera:

- Si l'adhesiu s'ubica a ras del vorell de la talla, la puntuació prevista és de 1 punts.
- Si l'adhesiu no està ubicat a ras del vorell de la talla, la puntuació prevista és de 0 punts.

2.9 Es valorarà que el gramatge de la talla sigui superior al valor mínim requerit obligatòriament al Plec de Prescripcions Tècniques, punt 2.3, Requisits obligatoris addicionals, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, per aquest lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **1 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el gramatge es superior a 40 grams/m², la puntuació prevista és de 1 punts.
- Si el gramatge es igual o inferior a 40 grams/m², la puntuació prevista és de 0 punts i l'oferta serà desestimada tècnicament al no complir amb el requisit tècnic obligatori.

En cas que varies ofertes coincideixin en el valor màxim de gramatge, cadascuna d'elles rebrà 1 punt de la baremació indicada.

2.10 Es valorarà que la resistència a la penetració de líquids sigui superior al valor indicat a la norma UNE-EN 13795-1:2020, taula 2, pàg. 14, de Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics, prestació estàndard, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, per aquest lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **1 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el valor de la resistència a la penetració de líquids es superior a l'indicat per a *prestació estàndard* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 1 punts.
- Si el valor de la resistència a la penetració de líquids es inferior a l'indicat per a *prestació estàndard* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 0 punts i l'oferta serà desestimada tècnicament al no complir amb el requisit tècnic obligatori.

En cas que varies ofertes coincideixin en el valor màxim de penetració, cadascuna d'elles rebrà 1 punt de la baremació indicada.

- **LLENÇOLS QUIRÚRGICS** incloses als equips definits als lots de l'agrupació.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **2 punts sobre 100** que es distribuïran i es valoraran de la manera següent:

2.11 Es valorarà el valor d'emissió de pelussa del llençol ofert (\log_{10}) sigui inferior al valor indicat a la norma UNE-EN 13795-1:2020, taula 2, pàg. 14, de Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics, prestació alta, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, per aquest lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **1 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el valor de l'emissió de pelussa es inferior a l'indicat per a *prestació alta* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 1 punts.
- Si el valor de l'emissió de pelussa es igual o superior a l'indicat per a *prestació alta* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 0 punts.

En cas que varies ofertes coincideixin en el valor màxim d'emissió de pelussa, cadascuna d'elles rebrà els 3 punts de la baremació indicada.

2.12 Es valorarà la ubicació i amplada de l'adhesiu al llençol, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **1 punts**, baremats de la següent manera:

- Si l'adhesiu s'ubica a ras del vorell de la part adhesiva i l'amplada de la part adhesiva està entre 5 i 7 cm, la puntuació prevista és de 1 punts.
- Si l'adhesiu no està ubicat a ras del vorell de la part adhesiva i l'amplada de la part adhesiva es inferior entre 5 i superior a 7 cm, la puntuació prevista és de 0 punts.

- **COBERTORS QUIRÚRGICS incloses als equips definits als lots de l'agrupació.**

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **4 punts sobre 100** que es distribuïran i es valoraran de la manera següent:

2.13 Es valorarà que la resistència a la penetració de líquids sigui superior al valor indicat a la norma UNE-EN 13795-1:2020, taula 2, pàg. 14, de Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics, prestació estàndard, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, per aquest lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **1 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el valor de la resistència a la penetració de líquids es superior a l'indicat per a *prestació estàndard* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 1 punts.
- Si el valor de la resistència a la penetració de líquids es inferior a l'indicat per a *prestació estàndard* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 0 punts i l'oferta serà desestimada tècnicament al no complir amb el requisit tècnic obligatori.

En cas que varies ofertes coincideixin en el valor màxim de penetració, cadascuna d'elles rebrà 1 punt de la baremació indicada..

2.14 Es valorarà que la resistència a la tracció en sec sigui superior al valor indicat a la norma UNE-EN 13795-1:2020, taula 2, pàg. 14, de *Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics, prestació estàndard*, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, per aquest lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **1 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el valor de la resistència a la tracció en sec es superior a l'indicat per a *prestació estàndard* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 1 punts.
- Si el valor de la resistència a la tracció en sec es igual o inferior a l'indicat per a *prestació estàndard* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 0 punts i l'oferta serà desestimada tècnicament al no complir amb el requisit tècnic obligatori.

En cas que varies ofertes coincideixin en el valor màxim de penetració, cadascuna d'elles rebrà 1 punt de la baremació indicada.

2.15 Es valorarà que la resistència a la tracció en humit sigui superior al valor indicat a la norma UNE-EN 13795-1:2020, taula 2, pàg. 14, de *Característiques a avaluar i requisits de les prestacions per a panys quirúrgics, prestació estàndard*, acreditat mitjançant certificat emès per organisme notificador acreditat o informe d'assajos segons la norma, per aquest lot. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **1 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el valor de la resistència a la tracció en humit es superior a l'indicat per a *prestació estàndard* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 1 punts.
- Si el valor de la resistència a la tracció en humit es igual o inferior a l'indicat per a *prestació estàndard* segons norma assenyalada, la puntuació prevista és de 0 punts i l'oferta serà desestimada tècnicament al no complir amb el requisit tècnic obligatori.

En cas que varies ofertes coincideixin en el valor màxim de penetració, cadascuna d'elles rebrà 1 punt de la baremació indicada.

2.16 Es valorarà el valor més alt de gramatge del cobertor ofert (grams/m²), acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **1 punts**, baremats de la següent manera:

- Per al valor més alt de gramatge presentat, la puntuació prevista és de 1 punts.
- Per al/s valor/s de gramatge igual/s o inferior/s al valor més alt de presentat, la puntuació prevista és de 0 punts..

En cas que varies ofertes coincideixin en el valor màxim de gramatge, cadascuna d'elles rebrà 1 punt de la baremació indicada.

- **PROJECTE TÈCNIC D'ASSISTÈNCIA LOGÍSTICA I POSTVENDA (PTALPV)** per als equips definits als lots de l'agrupació (punt 3.2. del Plec tècnic, document PPT-S-11-25, d'oferta logística).

➤ **FORMACIÓ**

2.17 Referent al punt 3.2.2 , de *Formació*, es valorarà que el **Pla de formació** inclòs al **PROJECTE ofereixi 1 sessió formativa presencial per cada torn (matí-tarda-nit) durant la 1ª setmana de posada en marxa, a l'àrea quirúrgica, amb periodicitat semestral**, acreditat mitjançant el PROJECTE TÈCNIC D'ASSISTÈNCIA LOGÍSTICA I POSVENDA presentat. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **2 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el Pla de formació inclou les sessions formatives presencials i periodicitat especificades, la puntuació prevista és de 2 punts.
- Si el Pla de formació no inclou les sessions formatives presencials i periodicitat especificades, la puntuació prevista és de 0 punts.

➤ **EMBALATGE I ETIQUETAT DELS PRODUCTES**

2.18 Referent al punt 3.2.3 , d'*Embalatge i etiquetat dels productes oferts*, es valorarà que la empresa licitadora **informi al centre hospitalari dels canvis o modificacions d'embalatge i etiquetatge dels materials licitats i els seu component solts**, acreditat mitjançant el PROJECTE TÈCNIC D'ASSISTÈNCIA LOGÍSTICA I POSVENDA presentat. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **3 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el temps de notificació dels canvis en l'embalatge i etiquetatge es notifiquen al centre hospitalari en un termini igual o inferior a 24 hores, la puntuació prevista és de 3 punts.
- Si el temps de notificació dels canvis en l' embalatge i etiquetatge es notifiquen al centre hospitalari en un termini superior a 24 hores, la puntuació prevista és de 0 punts.

2.19 Referent al punt 3.2.3 , d'*Embalatge i etiquetat dels productes oferts*, es valorarà que la empresa licitadora **acrediti les condicions mediambientals de l'embalatge**, acreditat per organismes oficials mitjançant el PROJECTE TÈCNIC D'ASSISTÈNCIA LOGÍSTICA I POSVENDA presentat. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **2 punts**, baremats de la següent manera:

- Si s'acrediten les condicions mediambientals de l'embalatge, la puntuació prevista és de 2 punts.
- Si no s'acrediten les condicions mediambientals de l'embalatge, la puntuació prevista és de 0 punts

➤ **MANTENIMENT, AVERIES, TERMINIS I RESOLUCIONS**

2.20 Referent al punt 3.2.5, de *Manteniment, averies, terminis i resolucions*, es valorarà **disposar d'un Pla de contingència que ofereixi el menor temps possible de resposta en la resolució d'averies i manteniment de les prestatgeries**, acreditat

mitjançant el PROJECTE TÈCNIC D'ASSISTÈNCIA LOGÍSTICA I POSVENDA presentat. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **8 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el temps de resposta i resolució d'averies i el manteniment i reparació de prestatgeries o armaris volumètric i sistemes informàtics es igual o inferior a 12 hores, la puntuació prevista és de 8 punts.
- Si el temps de resposta i resolució d'averies i el manteniment i reparació de prestatgeries o armaris volumètric i sistemes informàtics es igual o inferior a 24 hores, la puntuació prevista és de 4 punts.
- Si el temps de resposta i resolució d'averies i el manteniment i reparació de prestatgeries o armaris volumètric i sistemes informàtics es superior a 24 hores, la puntuació prevista és de 0 punts.

➤ **MILLORES TÈCNIQUES I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA**

2.21 Referent al punt 3.2.6 , de *Innovació tecnològica i millores del projecte tècnic d'assistència logística i postvenda*, es valorarà que els equips licitats disposin d'un sistema de reconeixement per mitjà d'etiquetatge en colors per especialitats i nomenclatura abreujada, acreditat mitjançant el PROJECTE TÈCNIC D'ASSISTÈNCIA LOGÍSTICA I POSVENDA presentat i la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D4. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **2 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el *PROJECTE* contempla/inclou/presenta la identificació per colors dels equips especificada i la descripció de l'equip de forma abreujada (nomenclatura), la puntuació prevista és de 2 punts.
- Si el *PROJECTE* no contempla/inclou/presenta la identificació per colors dels equips especificada i la descripció de l'equip de forma abreujada (nomenclatura), la puntuació prevista és de 0 punts.

2.22 Referent al punt 3.2.6 , de *Innovació tecnològica i millores del projecte tècnic d'assistència logística i postvenda*, es valorarà que els equips licitats integrin al seu etiquetatge un xip d'identificació de tecnologia RFID, compatible amb dispositius de lectura estàndard i amb el sistema informàtic del centre hospitalari, acreditat mitjançant el PROJECTE TÈCNIC D'ASSISTÈNCIA LOGÍSTICA I POSVENDA presentat i la fitxa pròpia de producte *Product Data*, ANNEX D1. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **3 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el *PROJECTE* contempla/inclou/presenta/integra a l'etiquetatge de l'equip licitat xip RFID i indicacions possibles d'ús i explotació, la puntuació prevista és de 3 punts.
- Si el *PROJECTE* no contempla/inclou/presenta la identificació per colors dels equips especificada i la descripció de l'equip de forma abreujada (nomenclatura), la puntuació prevista és de 0 punts.

CRITERIS DE JUDICI DE VALOR (SUBJECTIUS)

- **PROJECTE TÈCNIC D'ASSISTÈNCIA LOGÍSTICA I POSTVENDA** per als equips definits als lots de l'agrupació (punt 3.2. del Plec tècnic, document PPT-S-39-23, d'oferta logística).

➤ **SUBMINISTRAMENT**

2.23 Referent al punt 3.2.1 , de *Subministrament*, es valorarà que el PROJECTE TÈCNIC D'ASSISTÈNCIA LOGÍSTICA I POSVENDA inclogui un Programa de gestió per a l'anàlisi de consum. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **3 punts**, baremats de la següent manera:

- Si el programa de gestió per a l'anàlisi de consum contempla/inclou/presenta un programa informàtic per a la gestió i visualització dels estocs a consigna, la puntuació màxima prevista és de 3 punts.

2.24 Referent al punt 3.2.1.1 , de *Disponibilitat dels productes*, es valorarà que el PROJECTE TÈCNIC D'ASSISTÈNCIA LOGÍSTICA I POSVENDA inclogui accions i mecanismes varis de control, abastiment, emmagatzematge i periodicitats. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **3 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la disponibilitat dels productes contempla/inclou/presenta les accions i mecanismes, per part de l'empresa licitadora, que garanteixin i assegurin la disponibilitat dels materials per tipologia, evitin sobre-emmagatzematge, descriguin modalitats de subministrament i els seus mecanismes de control d'estoc definint estocs mínims, s'encarreguin d'establir la periodicitat de l'aprovisionament automàtic i cobreixin abastiment en períodes de vacances, tot per a garantir la continuïtat absoluta de subministrament, la puntuació màxima prevista és de 3 punts.

2.25 Referent al punt 3.2.1.2 , de *Gestió logística del subministrament*, es valorarà que el PROJECTE TÈCNIC D'ASSISTÈNCIA LOGÍSTICA I POSVENDA inclogui accions i mecanismes varis d'actualització de producte, reposició, manipulació i ubicació del producte, control de caducitats i depòsits. La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **3 punts**, baremats de la següent manera:

- Si la gestió logística del subministrament contempla/inclou/presenta les accions i mecanismes, per part de l'empresa licitadora, que s'encarreguin de l'actualització tècnica dels components dels equips adjudicats incloent la motivació d'innovació tecnològica, elaborin estocs mínims i màxims, facin la reposició directament al *Servei* informat pel centre hospitalari, portin a terme la col·locació de material als armaris/prestatgeries, controlin les caducitats dels materials adjudicats i informin de les condicions que les mantinguin vàlides, assegurin la disponibilitat d'elements solts dels equips licitats, tot sent responsable total de l'organització, gestió i control dels dipòsits, la puntuació màxima prevista és de 3 punts.

Els projectes tècnics d'assistència logística i postvenda presentats que no obtinguin un mínim del 50% punts de la suma total dels criteris de judici de valor seran desestimades.

2. Aplicació de la puntuació en els lots amb obligatorietat de presentació d'oferta a la totalitat d'articles. Lots obligatoris.

En el cas que sigui obligatori presentar oferta a la totalitat d'articles d'un lot o agrupació de codis de materials, aquests estaran especificats en el Plec de prescripcions tècniques, ANNEX A - Característiques de la licitació (lots: 1-15-16).

En aquests casos, les ofertes s'hauran de presentar per al grup sencer, és a dir, per a tots els articles inclosos a la mateixa. No es valoraran les ofertes que es presentin per articles inclosos en el conjunt però que no ofereixin per la seva totalitat.

Donat que l'adjudicació ha de ser única per les agrupacions conjuntes indicades, i les avaluacions tècniques i econòmiques son individuals per cadascun dels articles dels lots, s'aplicarà un coeficient que ponderi la puntuació total obtinguda individualment en funció del seu pes econòmic en el lot. Aquest coeficient es calcularà en base als imports de licitació.

Els coeficients per a cada material s'obtindrà del coeficient:

$$CI = \frac{Ni * Pi}{\sum(Ni * Pi)}$$

on **CI** és el coeficient de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica);

Ni és la quantitat licitada per material;

Pi és el preu unitari del material, que s'ha utilitzat per a la confecció de el import total del lot.

L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals de les agrupacions conjuntes obligatòries, després d'aplicar la ponderació indicada.