

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101411166/25/AMUP

Subministrament agregat Material de Protecció:
Fàrmacs/Líquids Bioperil·losos:Bates,Guants,Equips
Vessament

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	7
3. Com presentar la oferta	7
3.1. Oferta tècnica	7
3.2. Model d'oferta tècnica	8
3.3. Presentació de mostres	9
3.4. Documentació confidencial.....	10
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	10
4.1. Prevenció de riscos laborals	10
4.2. Formació.....	11
4.3. Manual d'usuari.....	11
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	11
4.4.1. Condicions de subministrament.....	11
4.4.2. Garantia de subministrament	11
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	11
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	13
4.4.2.3. Termini de lliurament	13
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	14
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	14
4.4.3. Sistema EDI.....	14
4.5. Condicions de l'operador logístic	16
4.5.1. Embalatges.....	16
4.5.2. L'albarà.....	17
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	18
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	18

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 19
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)21

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament del material de Material de Protecció: Fàrmacs/Líquids Bioperil·losos: Bates, Guants, Equips Vessament Vestuari de Protecció : Bates, Gorres, Polaines i Maneguins per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'ANNEX A el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals

Els requisits tècnics per lots seran de compliment obligatori així com la presentació de la documentació que acrediti el seu compliment a l'**ANNEX D3**.

No presentar els requeriments tècnics per lot que es detallen en aquest punt suposarà la desestimació directa de les ofertes presentades.

Els requisits tècnics obligatoris son:

LOT	Descripció lot	Requisits d'obligat compliment
1	Bates d'alta protecció per a reconstitució de citostàtics	- Certificat UE de tipus i mòdul corresponent (C2 o D): EPI categoria III, vigent, en castellà o català o traducció jurada (si la documentació demanada consta de varies cares annexar totes) - Informe d'assajos de la norma ASTM F739-99a acreditat per organisme notificador o laboratori acreditat i llistat de temps d'ús per cada producte testat, actualitzat, vigent i en castellà o català
2	Guants de làtex per a citostàtics No estèrils	- Certificat UE de tipus i mòdul corresponent (C2 o D): EPI categoria III, vigent, en castellà o català o traducció jurada (si la documentació demanada consta de varies cares annexar totes) - El certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3 - El certificat UE ha d'incloure el compliment de la norma EN ISO 374-1:2016 protecció química mínim tipus C làtex i llistat de productes testats - Informe d'assajos de la norma ASTM D6978-05 , acreditat per organisme notificador o laboratori certificat, actualitzat, vigent i en castellà o català i llistat de temps d'ús per cada producte testat

3	Guants de làtex per a citostàtics estèrils	- Certificat UE de tipus i mòdul corresponent (C2 o D): EPI categoria III, vigent, en castellà o català o traducció jurada (si la documentació demanada consta de varies cares annexar totes) - El certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3 - El certificat UE ha d'incloure el compliment de la norma EN ISO 374-1:2016 protecció química mínim tipus C làtex i llistat de productes testats - Informe d'assajos de la norma ASTM D6978-05 , acreditat per organisme notificador, actualitzat, vigent i en castellà o català i llistat de temps d'ús per cada producte testat
4	Guants de nitril per a citostàtics No estèrils	- Certificat UE de tipus i mòdul corresponent (C2 o D): EPI categoria III, vigent, en castellà o català o traducció jurada (si la documentació demanada consta de varies cares annexar totes) - El certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3 - El certificat UE ha d'incloure el compliment de la norma EN ISO 374-1:2016 protecció química mínim tipus B nitril i llistat de productes testats - Informe d'assajos de la norma ASTM D6978-05 , acreditat per organisme notificador, actualitzat, vigent i en castellà o català i llistat de temps d'ús per cada producte testat
5	Guants de nitril per a citostàtics punys extra-llargs	- Certificat UE de tipus i mòdul corresponent (C2 o D): EPI categoria III, vigent, en castellà o català o traducció jurada (si la documentació demanada consta de varies cares annexar totes) - El certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3 - El certificat UE ha d'incloure el compliment de la norma EN ISO 374-1:2016 protecció química mínim tipus B nitril i llistat de productes testats - Informe d'assajos de la norma ASTM D6978-05 , acreditat per organisme notificador, actualitzat, vigent i en castellà o català i llistat de temps d'ús per cada producte testat
6	Guants sintètics per a citostàtics estèrils	- Certificat UE de tipus i mòdul corresponent (C2 o D): EPI categoria III, vigent, en castellà o català o traducció jurada (si la documentació demanada consta de varies cares annexar totes) - El certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3 - El certificat UE ha d'incloure el compliment de la norma EN ISO 374-1:2016 protecció química mínim tipus B neoprè i llistat de productes testats - Informe d'assajos de la norma ASTM D6978-05 , acreditat per organisme notificador, actualitzat, vigent i en castellà o català i llistat de temps d'ús per cada producte testat

7	Altres material de protecció per a fàrmacs perillosos i químics	• Mascareta FFP3 s/vàlvula (Codi 30007006) - Certificat d'examen UE de tipus i mòdul corresponent (C2 o D): EPI categoria III, vigent, en castellà o català o traducció jurada (si la documentació demanada consta de varies cares annexar totes) • Guants nitril protecció citostàtics i químics (Codi 30007006 + 30031997) - Certificat d'examen UE de tipus i mòdul corresponent (C2 o D): EPI categoria III, vigent, en castellà o català o traducció jurada (si la documentació demanada consta de varies cares annexar totes) - El certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3 - També inclòs al certificat UE: Segons la norma EN ISO 374-1:2016 protecció química mínim tipus B nitril i llistat de productes testats i nivell de resistència a la permeabilitat - Informe d'assajos de la norma ASTM D6978-05 acreditat per organisme notificador, actualitzat, vigent i en castellà o català. - Llistat de temps d'ús per cada producte testat. • Ulleres protecció integral (30007006+ 30031997) - Certificat d'examen UE de tipus i mòdul corresponent (C2 o D): EPI categoria II, vigent, en castellà o català o traducció jurada (si la documentació demanada consta de varies cares annexar totes) • Mascareta protecció química ABEK (30031997) - Certificat d'examen UE de tipus i mòdul corresponent (C2 o D): EPI categoria III, vigent, en castellà o català o traducció jurada (si la documentació demanada consta de varies cares annexar totes) • Bata protecció citostàtics (30007006) - Certificat d'examen UE de tipus i mòdul corresponent (C2 o D): EPI categoria III, vigent, en castellà o català o traducció jurada (si la documentació demanada consta de varies cares annexar totes) - Informe d'assajos de la norma ASTM F739-99a acreditat per organisme notificador i llistat de temps d'ús per cada producte testat, vigent, i en castellà o català..
---	---	--

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitats establertes a l'**ANNEX 5** del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- Llista-resum, Requisits d'Obligat compliment, ANNEX D3

Hi ha Excel per emplenar, també s'ha de presentar documentació que acrediti el que es demana al Annex D3 = Requeriments Obligat Compliment.

Les ofertes que no presentin aquest annex complimentat i els certificats/informes que es sol·liciten, no seran valorades.

- Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4

Hi ha Excel per emplenar, també s'ha de presentar documentació que acrediti el que es demana al Annex D4 = Criteris puntuables.

Les ofertes que no presentin aquest annex complimentat i els certificats/informes que es sol·liciten, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a tercers persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

Condicions tècniques dels guants:

1. Per tots els guants aportar fulletó informatiu amb recomanacions d'ús i i freqüència de canvi recomanada pel fabricant.

Condicions tècniques dels equips de protecció respiratòria:

1. Fulletó informatiu amb: Recomanacions d'ús; freqüència de canvi recomanada pel fabricant; neteja, desinfecció i manteniment recomanats.
2. Entrega d'un catàleg amb les peces de recanvi de l'aparell, si s'escau.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

En aquells casos en que es sol·liciti, es realitzaran sessions de formació als usuaris dels nous productes sobre les característiques d'ús, muntatge, nivell de protecció i prestacions, manteniment, neteja i desinfecció, i emmagatzematge i eliminació després del seu ús. El contingut de les sessions formatives serà prèviament definit conjuntament amb el Servei de Prevenció i els responsables de les unitats on seran implantats els materials. A més es realitzarà la formació segons les necessitats dels centres i d'acord a una planificació consensuada amb les direccions.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té

tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuals d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	

- F010-Fitxa tècnica actual*
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*
- P010-Pressupost*
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logístics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic

- La referència i el codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic

4.5.1. Embalatges


Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.

- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida**.

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d' utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat . c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	 ES OBLIGATORIO PONER CALZOS
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE

	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d' emergència :	

Abandoni el lloc de treball en condicions segures.
Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme
Vagi a punt de reunió (garita d'entrada)
No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor (NO HI HA)

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Llista-resum, Requisits d'obligat compliment (HI HA EXCEL PER EMPLERAR I CAL ANNEXAR DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITI EL COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS DEMANATS AL ANNEX D3)

ANNEX D4 - Llista-resum, Criteris addicionals (HI HA EXCEL PER EMPLERAR I CAL ANNEXAR DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITI EL COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS DEMANTAS AL ANNEX D4)

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/11014111666/25/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
1	Bates d'alta protecció per a reconstitució de citostàtics	30041724	Bata d'alta protecció en recons citostàtics,PP-LDPE,impermeable,transpirable,gramatge =/ >78gr/m2,subjecció creuada darrera,punys elàstics,subjecció coll,costures segellades.Mida L,llarg 114cm+/-5cm,a/secamans 69x37cm +/-5cm,s/làtex,estèril,1ús. EPI III (PB)4	Lot obligatori
1	Bates d'alta protecció per a reconstitució de citostàtics	30047401	Bata d'alta protecció en reconstitució citostàtics,PP-LDPE,impermeable,transpirable,gramatge =/ >78gr/m2,subjecció creuada darrera,punys elàstics,subjecció coll,costures segellades.Mida L,llarg 114cm+/-5cm.Lliure làtex,no estèril,1ús.EPI III (PB)4	Lot obligatori
2	Guants de làtex per a citostàtics No estèrils	30000487	Guants de làtex per a citostàtics, ambidextre, sense pols, gruix mínim 0,35mm en dits i 0,32mm en mà, texturitrat en mà i dits, llargària mínima 295mm,punys amb voraviu, mida petita S,no estèrils. Protecció contra risc químic.	Lot obligatori
2	Guants de làtex per a citostàtics No estèrils	30000488	Guants de làtex per a citostàtics, ambidextre, sense pols, gruix mínim 0,35mm en dits i 0,32mm en mà, texturitrat en mà i dits, llargària mínima 295mm,punys amb voraviu, mida mitjana M,no estèrils. Protecció contra risc químic.	Lot obligatori
2	Guants de làtex per a citostàtics No estèrils	30000489	Guants de làtex per a citostàtics, ambidextre, sense pols, gruix mínim 0,35mm en dits i 0,32mm en mà, texturitrat en mà i dits, llargària mínima 295mm,punys amb voraviu, mida gran L,no estèrils. Protecció contra risc químic	Lot obligatori
3	Guants de làtex per a citostàtics estèrils	30003099	Guants de làtex per a citostàtics, anatòmics, sense pols, gruix mínim 0,22mm en dits i 0,18mm en mà, texturitrat en mà i dits, llargària mínima 295mm,punys amb voraviu, mida 7,5,estèrils.Parell. Protecció contra risc biològic i químic	Lot obligatori
3	Guants de làtex per a citostàtics estèrils	30059820	Guants de làtex per a citostàtics, anatòmics, sense pols, gruix mínim 0,22mm en dits i 0,18mm en mà, texturitrat en mà i dits, llargària mínima 295mm,punys amb voraviu, mida 6,5,estèrils.Parell. Protecció contra risc biològic i químic	Lot obligatori
3	Guants de làtex per a citostàtics estèrils	30059822	Guants de làtex per a citostàtics, anatòmics, sense pols, gruix mínim 0,22mm en dits i 0,18mm en mà, texturitrat en mà i dits, llargària mínima 295mm,punys amb voraviu, mida 8,5,estèrils.Parell. Protecció contra risc biològic i químic	Lot obligatori
3	Guants de làtex per a citostàtics estèrils	30059878	Guants de làtex per a citostàtics, anatòmics, sense pols, gruix mínim 0,22mm en dits i 0,18mm en mà, texturitrat en mà i dits, llargària mínima 295mm,punys amb voraviu, mida 8,0,estèrils.Parell. Protecció contra risc biològic i químic	Lot obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/11014111666/25/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
4	Guants de nitril per a citostàtics No estèrils	30043198	Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,punta dits micr o-rugosa,gruix mín 0,22mm en dits i mà 0,18mm,puny amb voraviu,longitud 240-260mm,talla mitjana M.No estèril,lliure làtex.	Lot obligatori
4	Guants de nitril per a citostàtics No estèrils	30043486	Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,punta dits micr o-rugosa,gruix mín 0,22mm en dits i mà 0,18mm,puny amb voraviu,longitud 240-260mm,talla petita S.No estèril,lliure làtex.	Lot obligatori
4	Guants de nitril per a citostàtics No estèrils	30061201	Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,punta dits micr o-rugosa,gruix mín 0,22mm en dits i mà 0,18mm,puny amb voraviu,longitud 240-260mm,talla gran L.No estèril,lliure làtex.	Lot obligatori
4	Guants de nitril per a citostàtics No estèrils	30061202	Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,punta dits micr o-rugosa,gruix mín 0,22mm en dits i mà 0,18mm,puny amb voraviu,longitud 240-260mm,talla extra-gran XL.No estèril,lliure làtex.	Lot obligatori
4	Guants de nitril per a citostàtics No estèrils	30061203	Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,punta dits micr o-rugosa,gruix mín 0,22mm en dits i mà 0,18mm,puny amb voraviu,longitud 240-260mm,talla extra-petita XS.No estèril,lliure làtex.	Lot obligatori
5	Guants de nitril per a citostàtics punys extra-llargs	30051253	Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,superfície text uritzada,gruix mín 0,22mm en dits i mà 0,18mm,puny extrallarg amb voravi u longitud >/=402 mm,talla extrapetita XS.No estèril,lliure làtex.	Lot obligatori
5	Guants de nitril per a citostàtics punys extra-llargs	30051278	Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,superfície text uritzada,gruix mín 0,22mm en dits i mà 0,18mm,puny extrallarg amb voravi u longitud >/=402 mm,talla petita S.No estèril,lliure làtex.	Lot obligatori
5	Guants de nitril per a citostàtics punys extra-llargs	30051279	Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,superfície text uritzada,gruix mín 0,22mm en dits i mà 0,18mm,puny extrallarg amb voravi u longitud >/=402 mm,talla mitjana M.No estèril,lliure làtex.	Lot obligatori
5	Guants de nitril per a citostàtics punys extra-llargs	30051280	Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,superfície text uritzada,gruix mín 0,22mm en dits i mà 0,18mm,puny extrallarg amb voravi u longitud >/=402 mm,talla gran L.No estèril,lliure làtex.	Lot obligatori
5	Guants de nitril per a citostàtics punys extra-llargs	30051281	Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,superfície text uritzada,gruix mín 0,22mm en dits i mà 0,18mm,puny extrallarg amb voravi u longitud >/=402 mm,talla extra-gran XL.No estèril,lliure làtex.	Lot obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/11014111666/25/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
6	Guants sintètics per a citostàtics estèrils	30018203	Guants sintètics de neoprè per a citostàtics, anatòmics, sense pols, superfície micro-rugosa, gruix mínim 0,19mm en dits i mà 0,17mm, puny amb voraviu, longitud 280-300mm, talla 7,5, estèrils. Parell. Lliure de làtex. Protecció contra risc químic.	Lot obligatori
6	Guants sintètics per a citostàtics estèrils	30019931	Guants sintètics de neoprè per a citostàtics, anatòmics, sense pols, superfície micro-rugosa, gruix mínim 0,19mm en dits i mà 0,17mm, puny amb voraviu, longitud 280-300mm, talla 6,5, estèrils. Parell. Lliure de làtex. Protecció contra risc químic.	Lot obligatori
6	Guants sintètics per a citostàtics estèrils	30019932	Guants sintètics de neoprè per a citostàtics, anatòmics, sense pols, superfície micro-rugosa, gruix 0,19mm en dits i mà 0,17mm, puny amb voraviu, longitud 280-300mm, talla 7, estèrils. Parell. Lliure de làtex. Protecció contra risc químic.	Lot obligatori
7	Altres materials de protecció per a fàrmacs peril·losos i químics	30007006	Equip de protecció en vessaments de citostàtics, compost per 16 elements: -1 mascareta FFP3 s/vàlvula, -1 parell de guants de nitril s/pols L -1 parell de guants de nitril s/pols M -2 bosses (25cmx35cm ±5cm sistema minigrip i bossa mixta 30x50+/-5cm), -1 cinta senyalització bio perillós, -1 recollidor i escombreta mini, -1 ulleres protectores amb muntura integral de policarbonat -1 bata impermeable -1 gorro mida estàndard, PP, 15gr -2 cobertors per a sabates de plàstic -1 talla viscosa plast 75x100+/-5cm, -1 talla absorbent i impermeable 40cmx60cm+/-5cm -1 pinça pean Kocher de plàstic -pols absorbent de líquids mínim 400gr, - etiqueta làser 105x148mm.	Lot No obligatori
7	Altres materials de protecció per a fàrmacs peril·losos i químics	30031997	Equip de protecció en vessaments de productes químics i líquids peril·losos, compost per: -3 absorbents de solucions orgàniques i aquoses, -1 absorbent de bases amb neutralitzador i tires indicadores de PH, -1 absorbent d'àcids, -1 parell de guants amb barrera química i revestiment nº9 -1 parell de guants amb barrera química i revestiment nº7, -2 mascaretes de protecció química ABEK, -2 ulleres de seguretat de muntura integral, -1 recollidor de pols ergonòmic, -1 raspall de recollida de PBT, -1 bossa rebutjab le de 483x610+/-25mm, -1 cubell de PP. Llistat de contingut, Un sol ús	Lot No obligatori

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101411166	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 30000487
Descripció tècnica: Guants de làtex per a citostàtics, ambidextre, sense pols, gruix mínim 0 ,35mm en dits i 0,32mm en mà, texturitzat en mà i dits, llargària mínima 295mm, punys amb voraviu, mida petita S, no estèrils. Protecció contra risc químic.		
SOL.COMANDA: 1101411166	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 30000488
Descripció tècnica: Guants de làtex per a citostàtics, ambidextre, sense pols, gruix mínim 0 ,35mm en dits i 0,32mm en mà, texturitzat en mà i dits, llargària mínima 295mm, punys amb voraviu, mida mitjana M, no estèrils. Protecció contra risc químic.		
SOL.COMANDA: 1101411166	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 30000489
Descripció tècnica: Guants de làtex per a citostàtics, ambidextre, sense pols, gruix mínim 0 ,35mm en dits i 0,32mm en mà, texturitzat en mà i dits, llargària mínima 295mm, punys amb voraviu, mida gran L, no estèrils. Protecció contra risc químic.		
SOL.COMANDA: 1101411166	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 30003099
Descripció tècnica: Guants de làtex per a citostàtics, anatòmics, sense pols, gruix mínim 0 ,22mm en dits i 0,18mm en mà, texturitzat en mà i dits, llargària mínima 95mm, punys amb voraviu, mida 7,5, estèrils. Parell. Protecció contra risc biològic i químic		
SOL.COMANDA: 1101411166	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 30007006
Descripció tècnica: Equip de protecció en vessaments de citostàtics, compost per 16 elements: -1 mascareta FFP3 s/vàlvula, -1 parell de guants de nitril s/pols L -1 parell de guants de nitril s/pols M -2 bosses (25cmx35cm ±5cm sistema minigrip i bossa mixta 30x50+/-5cm), -1 cinta senyalització bio perillós, -1 recollidor i escombreta mini, -1 ulleres protectores amb muntura integral de policarbonat -1 bata impermeable -1 gorro mida estàndard, PP, 15gr -2 cobertors per a sabates de plàstic -1 talla viscosa plast 75x100+/-5cm, -1 talla absorbent i impermeable 40cmx60cm+/-5cm -1 pinça pean Kocher de plàstic -pols absorbent de líquids mínim 400gr, - etiqueta làser 105x148mm. Un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101411166	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 30018203
Descripció tècnica: Guants sintètics de neoprè per a citostàtics, anatòmics, sense pols, supe rfcie micro-rugosa, gruix mínim 0,19mm en dits i mà 0,17mm, puny amb voraviu, longitud 280-300mm, talla 7,5, estèrils. Parell. Lliure de làtex. Pr otecció contra risc químic.		
SOL.COMANDA: 1101411166	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 30019931
Descripció tècnica: Guants sintètics de neoprè per a citostàtics, anatòmics, sense pols, supe rfcie micro-rugosa, gruix mínim 0,19mm en dits i mà 0,17mm, puny amb voraviu, longitud 280-300mm, talla 6,5, estèrils. Parell. Lliure de làtex. Pr otecció contra risc químic.		

SOL.COMANDA: 1101411166	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 30019932
Descripció tècnica: Guants sintètics de neoprè per a citostàtics, anatòmics, sense pols,supe rficie micro-rugosa, gruix 0,19mm en dits i mà 0,17mm,puny amb voraviu, longitud 280-300mm, talla 7, estèrils. Parell.Lliure de làtex.Protecció contra risc químic.		

SOL.COMANDA: 1101411166	POSICIÓ: 90	MATERIAL: 30031997
Descripció tècnica: Equip de protecció en vessaments de productes químics i líquids perillosos ,compost per: -3 absorbents de solucions orgàniques i aquoses, -1 absor bent de bases amb neutralitzador i tires indicadores de PH, -1 absorbent d'àcids,-1 parell de guants amb barrera química i revestiment nº9 -1 par ell de guants amb barrera química i revestiment nº7, -2 mascaretes de pro tecció química ABEK, -2 ulleres de seguretat de muntura integral, -1 recol lidor de pols ergonòmic, -1 raspall de recollida de PBT, -1 bossa rebutjab le de 483x610+/-25mm, -1 cubell de PP.Llistat de contingut, Un sol ús		

SOL.COMANDA: 1101411166	POSICIÓ: 100	MATERIAL: 30041724
Descripció tècnica: Bata d'alta protecció en reconcs citostàtics,PP- LDPE,impermeable,transpi rable,gramatge =/>78gr/m2,subjecció creuada darrera,punys elàstics,subjecció coll,costures segellades.Mida L, llarg 114cm+/-5cm, a/secamans 69x37c m +/-5cm, s/làtex,estèril,lús. EPI III (PB) 4		

SOL.COMANDA: 1101411166	POSICIÓ: 110	MATERIAL: 30043198
Descripció tècnica: Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,punta dits micr o-rugosa,gruix mín 0,22mm en dits i mà 0,18mm,puny amb voraviu,longitud 240-260mm,talla mitjana M.No estèril,lliure làtex.		

SOL.COMANDA: 1101411166	POSICIÓ: 120	MATERIAL: 30043486
Descripció tècnica: Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,punta dits micr o-rugosa,gruix mín 0,22mm en dits i mà 0,18mm,puny amb voraviu,longitud 240-260mm,talla petita S.No estèril,lliure làtex.		

SOL.COMANDA: 1101411166	POSICIÓ: 130	MATERIAL: 30047401
Descripció tècnica: Bata d'alta protecció en reconstitució citostàtics,PP- LDPE,impermeable ,transpirable,gramatge =/>78gr/m2,subjecció creuada darrera,punys elàstics,subjecció coll,costures segellades.Mida L, llarg 114cm+/-5cm.Lli ure làtex,no estèril,lús.EPI III (PB) 4		

SOL.COMANDA: 1101411166	POSICIÓ: 140	MATERIAL: 30051253
Descripció tècnica: Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,superficie text utitzada,gruix mín 0,22mm en dits i mà 0,18mm,puny extrallarg amb voravi u longitud >/=402 mm,talla extrapetita XS.No estèril,lliure làtex.		

SOL.COMANDA: 1101411166 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30051278

Descripció tècnica:

Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,superfície text uritzada,gruix mín 0,22mm en dits i mà 0,18mm,puny extrallarg amb voravi u longitud >/=402 mm,talla petita S.No estèril,lliure làtex.

SOL.COMANDA: 1101411166 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30051279

Descripció tècnica:

Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,superfície text uritzada,gruix mín 0,22mm en dits i mà 0,18mm,puny extrallarg amb voravi u longitud >/=402 mm,talla mitjana M.No estèril,lliure làtex.

SOL.COMANDA: 1101411166 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30051280

Descripció tècnica:

Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,superfície text uritzada,gruix mín 0,22mm en dits i mà 0,18mm,puny extrallarg amb voravi u longitud >/=402 mm,talla gran L.No estèril,lliure làtex.

SOL.COMANDA: 1101411166 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30051281

Descripció tècnica:

Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,superfície text uritzada,gruix mín 0,22mm en dits i mà 0,18mm,puny extrallarg amb voravi u longitud >/=402 mm,talla extra-gran XL.No estèril,lliure làtex.

SOL.COMANDA: 1101411166 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30059820

Descripció tècnica:

Guants de làtex per a citostàtics, anatòmics, sense pols, gruix mínim 0,22mm en dits i 0,18mm en mà, texturitzat en mà i dits, llargària mínima 295mm, punys amb voraviu, mida 6,5, estèrils. Parell. Protecció contra risc biològic i químic

SOL.COMANDA: 1101411166 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30059822

Descripció tècnica:

Guants de làtex per a citostàtics, anatòmics, sense pols, gruix mínim 0,22mm en dits i 0,18mm en mà, texturitzat en mà i dits, llargària mínima 295mm, punys amb voraviu, mida 8,5, estèrils. Parell. Protecció contra risc biològic i químic

SOL.COMANDA: 1101411166 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30059878

Descripció tècnica:

Guants de làtex per a citostàtics, anatòmics, sense pols, gruix mínim 0,22mm en dits i 0,18mm en mà, texturitzat en mà i dits, llargària mínima 295mm, punys amb voraviu, mida 8,0, estèrils. Parell. Protecció contra risc biològic i químic

SOL.COMANDA: 1101411166 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30061201

Descripció tècnica:

Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,punta dits micr o-rugosa,gruix mín 0,22mm en dits i mà 0,18mm,puny amb voraviu,longitud 240-260mm,talla gran L.No estèril,lliure làtex.

SOL.COMANDA: 1101411166 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30061202

Descripció tècnica:

Guants de nitril per a citostàtics, ambidextre, sense pols, punta dits micr o-rugosa, gruix mín 0,22mm en dits i mà 0,18mm, puny amb voraviu, longitud 240-260mm, talla extra-gran XL.No estèril, lliure làtex.

SOL.COMANDA: 1101411166 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30061203

Descripció tècnica:

Guants de nitril per a citostàtics, ambidextre, sense pols, punta dits micr o-rugosa, gruix mín 0,22mm en dits i mà 0,18mm, puny amb voraviu, longitud 240-260mm, talla extra-petita XS.No estèril, lliure làtex.

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

(No hi ha)

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

RESUM FIXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

[illegible]

ANNEX - D3 - Fitxa Requisits Obligat compliment

Fitxa resum de requisits d'obligat compliment

Identificació de l'empresa

Nom
NIF

Fabricant / Distribuïdor

LOT 1 - Bates d'alta protecció per a reconstitució de citostàtics

REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT		
LOT	Codi SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP
1	30041724	Bata d'alta protecció en recons citostàtics, pp- LDPE, impermeable, transpi rable, gramatge $\geq 78\text{gr/m}^2$, subjecció creuada darrera, punys elàstics, subje cció coll, costures segellades. Mida L, llarg 114cm +/- 5cm, a/secamans 69x37c m +/- 5cm, s/latex, estèril, 1ús. EPI III (PB)4
1	30047401	Bata d'alta protecció en reconstitució citostàtics, pp- LDPE, impermeable , transpirable, gramatge $\geq 78\text{gr/m}^2$, subjecció creuada darrera, punys elàstics, subjecció coll, costures segellades. Mida L, llarg 114cm +/- 5cm. Lli ure làtex, no estèril, 1ús. EPI III (PB)4

NOTA: LA TAULA ES NOMBRARÀ COM TAULA-ANNEX D3, TAMBÉ ES PRESENTARÀ EN AQUEST ANNEX LA DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITI EL COMPLIMENT DE
CADA REQUERIMENT DEMANAT A COLUMNA.

Fitxa resum de requisits d'obligat compliment

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Fabricant / Distribuïdor

LOT 2 - Guants de làtex per a citostàtics No estèrils

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT			
			Certificat UE de tipus I mòdul corresponent (C2 o D); EPI categoria III vigent, en castellà o català o traducció jurada (si la documentació demandada consta de varies cares annexar totes)	El certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3	El certificat UE ha d'incloure el compliment de la norma EN ISO 374-1:2016 protecció química mínim tipus C làtex i llistat de productes testats vigent i en castellà o català.	Informe d'assajos de la norma ASTM D6978-05 acreditat per organisme notificador o laboratori acreditat i llistat de temps d'ús per cada producte testat, vigent i en castellà o català.
			OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)
			En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.
2	30000487	Guants de làtex per a citostàtics, ambidextre, sense pols, gruix mínim 0,35mm en dits i 0,32mm en mà, texturitzat en mà i dits, llargària mínima 295mm, punys amb voraviu, mida petita S, no estèrils. Protecció contra risc químic.				
2	30000488	Guants de làtex per a citostàtics, ambidextre, sense pols, gruix mínim 0,35mm en dits i 0,32mm en mà, texturitzat en mà i dits, llargària mínima 295mm, punys amb voraviu, mida mitjana M, no estèrils. Protecció contra risc químic.				
2	30000489	Guants de làtex per a citostàtics, ambidextre, sense pols, gruix mínim 0,35mm en dits i 0,32mm en mà, texturitzat en mà i dits, llargària mínima 295mm, punys amb voraviu, mida gran L, no estèrils. Protecció contra risc químic.				

NOTA: LA TAULA ES NOMBRARÀ COM TAULA-ANNEX D3. TAMBÉ ES PRESENTARÀ EN AQUEST ANNEX LA DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITI EL COMPLIMENT DE CADA REQUERIMENT DEMANAT A COLUMNA.

Fitxa resum de requisits d'obligat compliment

Identificació de l'empresa

Nom	
NIF	
Fabricant / Distribuïdor	

LOT 3 - Guants de làtex per a citostàtics estèrils

		REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT				
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	Certificat UE de tipus I mòdul corresponent (C2 o D). EPI categoria III vigent, en castellà o català o traducció jurada (si la documentació demandada consta de varies cares annexar totes)	El certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3	El certificat UE ha d'incloure el compliment de la norma EN ISO 374-1:2016 protecció química mínim tipus C llatex i llistat de productes testats	Informe d'assajos de la norma ASTM D6978-05 acreditat per organisme notificador o laboratori acreditat i llistat de temps d'ús per cada producte testat, vigent i en castellà o català.
			OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)
			En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.
3	3003099	Guants de làtex per a citostàtics, anatòmics, sense pols, gruix mínim 0,22mm en dits i 0,18mm en mà, texturitzat en mà i dits, llargària mínima 295mm, punys amb voraviu, mida 7,5 estèrils. Parell. Protecció contra risc biològic i químic				
3	30059820	Guants de làtex per a citostàtics, anatòmics, sense pols, gruix mínim 0,22mm en dits i 0,18mm en mà, texturitzat en mà i dits, llargària mínima 295mm, punys amb voraviu, mida 6,5 estèrils. Parell. Protecció contra risc biològic i químic				
3	30059822	Guants de làtex per a citostàtics, anatòmics, sense pols, gruix mínim 0,22mm en dits i 0,18mm en mà, texturitzat en mà i dits, llargària mínima 295mm, punys amb voraviu, mida 6,5 estèrils. Parell. Protecció contra risc biològic i químic				
3	30059878	Guants de làtex per a citostàtics, anatòmics, sense pols, gruix mínim 0,22mm en dits i 0,18mm en mà, texturitzat en mà i dits, llargària mínima 295mm, punys amb voraviu, mida 8,0 estèrils. Parell. Protecció contra risc biològic i químic				

NOTA: LA TAUULA ES NOMBRARÀ COM TAUULA-ANNEX D3, TAMBE ES PRESENTARÀ EN AQUEST ANNEX LA DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITI EL COMPLIMENT DE CADA REQUERIMENT DEMANAT A COLUMNA.

Fitxa resum de requisits d'obligat compliment

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Fabricant / Distribuïdor

LOT 4 - Guants de nitril per a citostàtics No estèrils

		REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT			
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIO CODI SAP	Certificat UE de tipus i mòdul corresponent (C2 o D); EPi categoria III vigent, en castellà o català o traducció jurada (si la documentació demanada consta de varies cares annexar totes)	El certificat UE ha d'incloure el compliment de la norma EN ISO 374-1:2016 protecció química mínim tipus B nitril i llistat de productes testats	Informe d'assajos de la norma ASTM D6978-05 acreditat per organisme notificador o laboratori acreditat i llistat de temps d'ús per cada producte testat, vigent i en castellà o català.
			OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)
4	30043198	Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,punta dits micr o-rugosa,gruik mín 0,22mm en dits i ma 0,18mm,puny amb voraviu, longitud 240-260mm, talla mitjana M.No estèril,lliure làtex.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.
4	30043486	Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,punta dits micr o-rugosa,gruik mín 0,22mm en dits i ma 0,18mm,puny amb voraviu, longitud 240-260mm, talla petita S.No estèril,lliure làtex.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.
4	30061201	Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,punta dits micr o-rugosa,gruik mín 0,22mm en dits i ma 0,18mm,puny amb voraviu, longitud 240-260mm, talla gran L.No estèril,lliure làtex.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.
4	30061202	Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,punta dits micr o-rugosa,gruik mín 0,22mm en dits i ma 0,18mm,puny amb voraviu, longitud 240-260mm, talla extra-gran XL.No estèril,lliure làtex.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.
4	30061203	Guants de nitril per a citostàtics,ambidextre,sense pols,punta dits micr o-rugosa,gruik mín 0,22mm en dits i ma 0,18mm,puny amb voraviu, longitud 240-260mm, talla extra-petita XS.No estèril,lliure làtex.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.

NOTA: LA TAUULA ES NOMBRARÀ COM TAUULA-ANNEX D3, TAMBE ES PRESENTARÀ EN AQUEST ANNEX LA DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITI EL COMPLIMENT DE CADA REQUERIMENT DEMANAT A COLUMNA.

Fitxa resum de requisits d'obligat compliment

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

Fabricant / Distribuidor

LOT 5 - Guants de nitril per a citostàtics punys extra-llargs

REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT					
		Certificat UE de tipus i modalitat corresponent (C2 o D); EPI categoria III vigent, en castellà o català o traducció jurada (si la documentació demanda constar de varïes cares annexar totes)	El certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3	El certificat UE ha d'incloure el compliment de la norma EN ISO 374-1:2016, protecció química mínim tipus B nitril i llistat de productes testats vigents i en castellà o català.	Informe d'assaigs de la norma ASTM D6978-05 acreditat per organisme notificador o laboratori acreditat i llistat de temps d'ús per cada producte testat, vigent i en castellà o català.
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)
			En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.
5	30051253	Guants de nitril per a citostàtics, ambidextres, sense pols, superfície text unitzada, gruix mín 0,22mm en dits i mà 0,18mm, puny extrallarg amb voravi u longitud >/=402 mm, talla extra petita XS. No estèril, llure làtex.			
5	30051278	Guants de nitril per a citostàtics, ambidextres, sense pols, superfície text unitzada, gruix mín 0,22mm en dits i mà 0,18mm, puny extrallarg amb voravi u longitud >/=402 mm, talla petita S. No estèril, llure làtex.			
5	30051279	Guants de nitril per a citostàtics, ambidextres, sense pols, superfície text unitzada, gruix mín 0,22mm en dits i mà 0,18mm, puny extrallarg amb voravi u longitud >/=402 mm, talla mitjana M. No estèril, llure làtex.			
5	30051280	Guants de nitril per a citostàtics, ambidextres, sense pols, superfície text unitzada, gruix mín 0,22mm en dits i mà 0,18mm, puny extrallarg amb voravi u longitud >/=402 mm, talla gran L. No estèril, llure làtex.			
5	30051281	Guants de nitril per a citostàtics, ambidextres, sense pols, superfície text unitzada, gruix mín 0,22mm en dits i mà 0,18mm, puny extrallarg amb voravi u longitud >/=402 mm, talla extra-gran XL. No estèril, llure làtex.			

NOTA: LA TAULA ES NOMBRARÀ COM TAUULA-ANNEX D3, TAMBÉ ES PRESENTARÀ EN AQUEST ANNEX LA DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITI EL COMPLIMENT DE CADA REQUERIMENT DEMANAT A COLUMNA.

Fitxa resum de requisits d'obligat compliment

Identificació de l'empresa

Nom
NIF
Fabricant / Distribuïdor

LOT 6 - Guants sintètics per a citostàtics estèrils

		REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT			
		Certificat UE de tipus I mòdul corresponent (C2 o D); EPI categoria III vigent, en castellà o català o traducció jurada (si la documentació demandada consta de varies cares annexar totes)	El certificat UE ha d'incloure el compliment de la norma EN ISO 374-1:2016 punt 5.3	El certificat UE ha d'incloure el compliment de la norma EN ISO 374-1:2016 protecció química mínim tipus B neoprè i llistat de productes testats vigent i en castellà o català.	Informe d'assajos de la norma ASTM D6978-05 acreditat per organisme notificador o laboratori acreditat i llistat de temps d'ús per cada producte testat, vigent i en castellà o català.
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)
6	30018203	Guants sintètics de neoprè per a citostàtics, anatòmics, sense pols, superfície micro-rugosa, gruix mínim 0,19mm en dits i mà 0,17mm, puny amb vor aviu, longitud 280-300mm, talla 7,5, estèrils. Parell.Lliure de làtex.Pr otecció contra risc químic.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.
6	30019931	Guants sintètics de neoprè per a citostàtics, anatòmics, sense pols, superfície micro-rugosa, gruix mínim 0,19mm en dits i mà 0,17mm, puny amb vor aviu, longitud 280-300mm, talla 6,5, estèrils. Parell.Lliure de làtex.Pr otecció contra risc químic.			
6	30019932	Guants sintètics de neoprè per a citostàtics, anatòmics, sense pols, superfície micro-rugosa, gruix 0,19mm en dits i mà 0,17mm, puny amb voraviu, longitud 280-300mm, talla 7, estèrils. Parell.Lliure de làtex.Protecció contra risc químic.			

NOTA: LA Taula es nomenarà com TAULA-ANNEX D3, També es presentarà en aquest Annex la documentació que acrediti el compliment de cada requeriment demanat a columna.

Fitxa resum de requisits d'obligat compliment

Identificació de l'empresa	
Nom	
NIF	
Fabricant / Distribuïdor	

LOT 7 - Altre material de protecció per a fàrmacs peril·losos i químics

			REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT									
			Mascareta FFP3 s/Valvula	Guants nitril protecció química i química	Guants nitril protecció química i química	Guants nitril protecció química i química	Guants nitril protecció química i química	Ulleres protecció integral	Mascareta protecció química ABEK	Bata protecció química	Bata protecció química	
		DESCRIPCIÓ CODI SAP	Certificat d'examen UE de tipus EPI Cat III i mòdul corresponent (C2 o D) : EPI categoria III, en castellà o català o traducció jurada (si la documentació demana constar de varies cares anexionar totes)	El certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN 374-5:2016 punt 5.3	El certificat UE ha d'incloure el compliment de la EN ISO 374-1:2016 protecció química mínim tipus B nitril i llistat de productes testats i nivell de resistència a la permeabilitat	Informe d'assaigs de la norma ASTM D6978-05 acreditat per organisme notificador o laboratori acreditat i llistat de temps d'ús per cada producte testat, vigent, en castellà o català.	Certificat d'examen UE de tipus I mòdul corresponent (C2 o D) : EPI categoria II, en castellà o català o traducció jurada (si la documentació demana constar de varies cares anexionar totes)	Certificat d'examen UE de tipus I mòdul corresponent (C2 o D) : EPI categoria III, en castellà o català o traducció jurada (si la documentació demana constar de varies cares anexionar totes)	Certificat d'examen UE de tipus I mòdul corresponent (C2 o D) : EPI categoria III, en castellà o català o traducció jurada (si la documentació demana constar de varies cares anexionar totes)	Certificat d'examen UE de tipus I mòdul corresponent (C2 o D) : EPI categoria III, en castellà o català o traducció jurada (si la documentació demana constar de varies cares anexionar totes)	Informe d'assaigs de la norma ASTM F739-99a acreditat per organisme notificador o laboratori acreditat i llistat de temps d'ús per cada producte testat, vigent, en castellà o català.	
		OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO)	
		En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	En aquest Annex D3 es presentarà també la documentació que acrediti aquest requeriment d'obligat compliment.	

NOTA: LA TÀULA ES NOMBRARÀ COM TAULA-ANNEX D3, TAMBÉ ES PRESENTARÀ EN AQUEST ANNEX LA DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITI EL COMPLIMENT DE CADA REQUERIMENT DEMANAT A COLUMNA.

ANNEX D4

Llista-Resum de criteris objectius d'adjudicació

Aquest model es troba en format informàtic