

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101410426/25/AM

INTERVENCIONISME PERIFÈRIC VASCULAR: CATÈTERS BALÓ
ANGIOPLÀSTIA, CATÈTERS ANGIOGRÀFICS I EXTRACTOR DE
TROMBOS_COMPLEMENTARI

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial.....	7
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació.....	8
4.3. Manual d'usuari.....	8
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	8
4.4.1. Condicions de subministrament.....	8
4.4.2. Garantia de subministrament	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	10
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	11
4.4.3. Sistema EDI.....	11
4.5. Condicions de l'operador logístic	13
4.5.1. Embalatges.....	13
4.5.2. L'albarà.....	14
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	15

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 16
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 18

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material d'intervencionisme perifèric vascular: catèters baló angioplàstia, catèters angiogràfics i extractor de trombos (complementari) per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per cada referència/gama de l'agrupador al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants. S'entén per gamma els articles amb característiques tècniques que només es diferencien per la mida.

Per als codis **30043156-30039579 (lot 6)**, les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

No hi ha requisits obligatoris addicionals.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 9 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

S'ha d'omplir l'Excel Licitació 1101410426_2bis

- Annex D5 - Fitxa Resum Criteris Judici de Valor
S'ha de presentar fitxes/memòria amb documentació/resum amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament la informació necessària per portar a terme la valoració dels criteris de judici de valor.

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4

Hi ha Excel per emplenar i cal annexar documentació que acrediti el que es demana a l'Annex D4 = Criteris puntuables del PCAP.

Les ofertes que no presentin aquest annex complimentat i si es el cas, els certificats/informes que es sol·liciten, no seran valorades.

- Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenició de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenició de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu

- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)

- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor

- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat . c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2 (No hi ha)

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Llista-resum, Requisits d'Obligat compliment (No hi ha)

ANNEX D4 - Fitxa-resum Criteris Objectius (Hi ha Excel per emplenar i cal annexar documentació que acrediti els compliment dels requeriments demanats)

ANNEX D5 - Fitxa resum criteris Judici valor (Sobre 2Bis)

ANNEX E - Presentació de mostres (No hi ha)

ANNEXOS

AL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE

MATERIAL

CS/CC00/1101410426/25/AM

INTERVENCIONISME PERIFÈRIC VASCULAR: CATÈTERS BALÓ
ANGIOPLÀSTIA, CATÈTERS ANGIOGRÀFICS I EXTRACTOR DE
TROMBOS_COMPLEMENTARI

ANNEX A - Característiques de la licitació.

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101410426/25/AM

Lot	Descripció lot	Codi agrupador	Descripció	Proposta d'adjudicataris	Condicció codi agrupador Obligatori S/N
001	Catèters baló OTW i d'intercanvi ràpid per angioplàstia ATP	999302953	A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló OTW/coaxial Molt Alta Pressió per a angioplàstia ATP compatible amb guies 0,018" diferents Ø i longituds	1 proveïdor per agrupador	NO
002	Catèters baló OTW amb alliberador de fàrmac per angioplàstia ATP	999300140	A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló OTW/coaxial per a angioplàstia ATP amb alliberador de fàrmac, alta pressió, per a guia 0,035", diferents Ø i longituds	1 proveïdor per agrupador	NO
		999300122	A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló OTW/coaxial per a angioplàstia ATP amb alliberador de fàrmac Paclitaxel per a guia de 0,018", diferents Ø i longituds	1 proveïdor per agrupador	NO
003	Catèter diagnòstic/angiogràfic selectius hidrof i no hidrof, interv perifèric vascular	999300252	A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu, corba tipus Shepherd Hook, amb recobriment hidrofílic, diferents corbes, Ø i longituds	1 proveïdor per agrupador	NO
004	Catèter diagnòstic/angiogràfic d'alt flux, intervencionisme perifèric vascular	999300184	A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic alt flux pigtail, angulat, diferents Ø i longituds	1 proveïdor per agrupador	NO
005	Microcatèters, intervencionisme perifèric vascular	999302917	A - Intervencionisme perifèric vascular: Microcatèter amb punta deflectable, diferents diàmetres i longituds	1 proveïdor per agrupador	NO
006	Reperfusió vascular perifèrica per aspiració mecànica	30039579	Tub aspir tromb bomba PMX220INDIGO IST3	1 proveïdor	NO
		30043156	Canister+filtre bomba buit eq Indigo	1 proveïdor	NO
		999300000	A - Separador/Fragmentador de trombes, per vasos visceral i venes- perifèric, compatible amb catèter trombectomia mecànica Ø de 3F a 8F, vàries longituds	1 proveïdor per agrupador	NO
		999300003	A - Catèter trombectomia mecànica Ø de 3F a 8F, compatible amb separador/fragmentador de trombes, per a vasos viscerals i venes- perifèric, vàries longituds	1 proveïdor per agrupador	NO
007	Sistema de tancament vascular percutani intra i/o extravascular	999302051	A - Dispositiu de tancament/taponament percutani extravascular bioabsorbible, vàries mides	2 proveïdors per agrupador	NO
		999302963	A - Dispositiu de tancament/taponament percutani vascular actiu bioabsorbible, amb doble sistema de localització de pared vascular, per diàmetre arterial mínim 4mm, vàries mides	2 proveïdors per agrupador	NO
008	Catèter recuperador cossos estranys intravasculars	999302063	A - Catèter recuperador cossos estranys: intravasculars tipus cistella diferents Ø i longituds	1 proveïdor per agrupador	NO

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101410426/25/AM

Lot	Descripció lot	Codi agrupador	Descripció	Proposta d'adjudicataris	Condicció codi agrupador Obligatori S/N
009	Catèter baló oclusió temporal embolectomia i/o trombectomia vascular	999300146	A - Catèter baló oclusió temporal trombectomia vascular amb diàmetre calibrat per a control hemorràgia i/o oclusió pre-operatòria, diferents ø de baló i longituds	1 proveïdor per agrupador	NO
		999302060	A - Catèter baló oclusió temporal de làtex: embolectomia i/o trombectomia vascular sense guia, diferents ø de baló i longituds	1 proveïdor per agrupador	NO
		999302961	A - Catèter baló oclusió temporal 2 llum OTW: embolectomia vascular amb guia, baló de làtex, diferents ø de baló i longituds	1 proveïdor per agrupador	NO
		999302962	A - Catèter baló oclusió temporal 1 llum: embolectomia vascular sense guia, baló silicona, diferents ø de baló i longituds	1 proveïdor per agrupador	NO
010	Trombectomia Pulmonar amb catèter amb control de flux	999302920	A - Separador/Fragmentador de trombes, per vasos visceral i venes- perifèric, compatible amb catèter trombectomia mecànica > a 8F, varies longituds	1 proveïdor per agrupador	SI
		999302921	A - Catèter trombectomia mecànica per aspiració compatible amb separador/fragmentador de trombes, per a vasos viscerals i venes-perifèriques, amb control de flux, varies mides	1 proveïdor per agrupador	SI
		999302964	A - Catèter trombectomia mecànica per aspiració compatible amb separador/fragmentador de trombes, 130cm de longitud, per a vasos viscerals i venes-perifèriques, amb control de flux, varies mides	1 proveïdor per agrupador	SI

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101410426 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30039579

Descripció llarga:

Tub d'aspiració mecànica per a sistema de trombectomia vascular perifèrica amb clau obertura/tancament de control, compatible amb bomba PMX220 sistema INDIGO o equivalent

Descripció tècnica:

Tub d'aspiració mecànica per a sistema de trombectomia vascular perifèrica amb clau obertura/tancament de control, compatible amb bomba PMX220 sistema INDIGO, ref: IST3

SOL.COMANDA: 1101410426 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30043156

Descripció llarga:

Recipient de plàstic tipus Canister per a sistema d'aspiració al buit per a recollida de material trombòtic, amb filtre, compatible amb sistema Indigo o equivalent.

Descripció tècnica:

Recipient de plàstic tipus Canister per a sistema d'aspiració al buit per a recollida de material trombòtic, amb filtre, compatible amb sistema Indigo o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101410426 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 999300000

Descripció llarga:

A - Separador/Fragmentador de trombes, per vasos visceral i venes- perifèric, compatible amb catèter trombectomia mecànica Ø de 3F a 8F, varies longituds

Descripció tècnica:

A - Separador/Fragmentador de trombes, per vasos visceral i venes- perifèric, compatible amb catèter trombectomia mecànica Ø de 3F a 8F, varies longituds

SOL.COMANDA: 1101410426 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 999300003

Descripció llarga:

A - Catèter trombectomia mecànica Ø de 3F a 8F, compatible amb separador/fragmentador de trombes, per a vasos viscerals i venes-perifèric, varies longituds

Descripció tècnica:

A - Catèter trombectomia mecànica Ø de 3F a 8F, compatible amb separador/fragmentador de trombes, per a vasos viscerals i venes-perifèric, varies longituds

SOL.COMANDA: 1101410426 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 999300122

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló OTW/coaxial per a angioplastia ATP amb alliberador de fàrmac Paclitaxel per a guia de 0,018", diferents Ø i longituds

Descripció tècnica:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló OTW/coaxial per a angioplàstia ATP amb alliberador de fàrmac Paclitaxel per a guia de 0,018", diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101410426 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 999300140

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló OTW/coaxial per a angioplàstia ATP amb alliberador de fàrmac, alta pressió, per a guia 0,035", diferents Ø i longituds

Descripció tècnica:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló OTW/coaxial per a angioplàstia ATP amb alliberador de fàrmac, alta pressió, per a guia 0,035", diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101410426 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 999300146

Descripció llarga:

A - Catèter baló oclusió temporal trombectomia vascular amb diàmetre calibrat per a control hemorràgia i/o oclusió pre-operatòria, diferents Ø de baló i longituds

Descripció tècnica:

A - Catèter baló oclusió temporal trombectomia vascular amb diàmetre calibrat per a control hemorràgia i/o oclusió pre-operatòria, diferents Ø de baló i longituds

SOL.COMANDA: 1101410426 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 999300184

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic alt flux pigtail, angulat, diferents Ø i longituds

Descripció tècnica:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic alt flux pigtail, angulat, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101410426 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 999300252

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu, corba tipus Shepherd Hook, amb recobriments hidrofílics, diferents corbes, Ø i longituds

Descripció tècnica:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu, corba tipus Shepherd Hook, amb recobriments hidrofílics, diferents corbes, Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101410426 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 999302051

Descripció llarga:

A - Dispositiu de tancament/taponament percutani extravascular bioabsorbible, varies mides

Descripció tècnica:

A - Dispositiu de tancament/taponament percutani extravascular bioabsorbible, vàries mides

SOL.COMANDA: 1101410426 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 999302060

Descripció llarga:

A - Catèter baló oclusió temporal de làtex: embolectomia i/o trombectomia vascular sense guia, diferents ø de baló i longituds

Descripció tècnica:

A - Catèter baló oclusió temporal de làtex: trombectomia vascular sense guia, diferents ø de baló i longituds

SOL.COMANDA: 1101410426 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 999302063

Descripció llarga:

A - Catèter recuperador cossos estranys: intravasculars tipus cistella diferents ø i longituds

Descripció tècnica:

A - Catèter recuperador cossos estranys: intravasculars tipus cistella diferents ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101410426 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 999302917

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Microcatèter amb punta deflectable, diferents diàmetres i longituds

Descripció tècnica:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Microcatèter amb punta deflectable, diferents diàmetres i longituds

SOL.COMANDA: 1101410426 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 999302920

Descripció llarga:

A - Separador/Fragmentador de trombes, per vasos visceral i venes- perifèric, compatible amb catèter trombectomia mecànica > a 8F, v àries longituds

Descripció tècnica:

A - Separador/Fragmentador de trombes, per vasos visceral i venes- perifèric, compatible amb catèter trombectomia mecànica > a 8F, v àries longituds

SOL.COMANDA: 1101410426 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 999302921

Descripció llarga:

A - Catèter trombectomia mecànica per aspiració compatible amb separador/fragmentador de trombes, per a vasos viscerals i venes-perifèriques, amb control de flux, vàries mides

Descripció tècnica:

A - Catèter trombectomia mecànica per aspiració compatible amb separador/fragmentador de trombes, per a vasos viscerals i venes-perifèriques, amb control de flux, vàries mides

SOL.COMANDA: 1101410426 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 999302953

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló OTW/coaxial Molt Alta Pressió per a angioplàstia ATP compatible amb guies 0,01 8" diferents Ø i longituds

Descripció tècnica:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló OTW/coaxial Molt Alta Pressió per a angioplàstia ATP compatible amb guies 0,018" diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101410426 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 999302961

Descripció llarga:

A - Catèter baló oclusió temporal 2 llum OTW: embolectomia vascular amb guia, baló de làtex, diferents Ø de baló i longituds

Descripció tècnica:

A - Catèter baló oclusió temporal 2 llum OTW: embolectomia vascular amb guia, baló de làtex, diferents Ø de baló i longituds

SOL.COMANDA: 1101410426 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 999302962

Descripció llarga:

A - Catèter baló oclusió temporal 1 llum: embolectomia vascular sense guia, baló silicona, diferents Ø de baló i longituds

Descripció tècnica:

A - Catèter baló oclusió temporal 1 llum: embolectomia vascular sense guia, baló silicona, diferents Ø de baló i longituds

SOL.COMANDA: 1101410426 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 999302963

Descripció llarga:

A - Dispositiu de tancament/taponament percutani vascular actiu bioabsorbible, amb doble sistema de localització de pared vascular, per diàmetre arterial mínim 4mm, varies mides

Descripció tècnica:

A - Dispositiu de tancament/taponament percutani vascular actiu bioabsorbible, amb doble sistema de localització de pared vascular, per diàmetre arterial mínim 4mm, varies mides

SOL.COMANDA: 1101410426 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 999302964

Descripció llarga:

A - Catèter trombectomia mecànica per aspiració compatible amb separador/fragmentador de trombes, 130cm de longitud, per a vasos vis cerals i venes-perifèriques, amb control de flux, varies mides

Descripció tècnica:

A - Catèter trombectomia mecànica per aspiració compatible amb separador/fragmentador de trombes, 130cm de longitud, per a vasos viscerals i venes-perifèriques, amb control de flux, varies mides

ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública

S'ha d'omplir l'Excel Licitació **1101410426_2bis**.

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR i només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

1. Pestanya Oferta

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	Q
1	Num. Exp.:					CS/CC00/1101288868/22/AM									
2	Descripció:					SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE GUIES PER A									
3	Empresa:														
4	NIF:														
5	Data														
6	Segell Empresa:														
7	Signatura:														
8	T. Oferta (B: Base, V: Variant):					B									
9	Número oferta Variant:														
10	Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Referencia	Marca	Model	Forma Pres	Codi Europeu EAN	Caducitat	Oferta presentada
11	1	0		40	999302587	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	820	UNI							
12	1	0		50	999302588	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofílic,diàmetre de 0,014",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	1	UNI							
						A - Guia híbrida extra-rígida per ATP vasos estrets i tortuosos,recobriments hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta cònica,flexible i angulada,longitud entre 180cm i									

Oferta

Hoja4

Hoja1

Hoja2

Hoja3

+

...

4

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya **Oferta**

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya **Oferta**

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya Oferta	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una X i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència marca i model si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2

(No hi ha)

ANNEX D2

Llista resum de referències dels productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum

Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació	
Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació	
Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada codi nacional ofert a la licitació	
Lot	Informar el NOM de l'empresa.
Codi agrupador	Informar el codi agrupador que es licita.
Codi SAP	Per a codis agrupadors, informar aquesta dada quan es coneix el codi SAP de la referència ofertada en el codi agrupador. Aquesta dada no s'haurà informat automàticament, ja que no és a la base de la licitació. SEMPRES caldrà completar-la manualment
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Informar el codi EAN de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada SEMPRES caldrà completar-la manualment, ja que no correspondria al GTIN/EAN de la referència detall de l'oferta econòmica
Referència proveïdor	Informar la referència proveïdor de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada caldrà completar-la manualment,
Referència distribuïdor	Informar la referència distribuïdor de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada caldrà completar-la manualment,
Marca	Informar la Marca i/o Model del producte que es presenta

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES (continuació)

Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

Pels codis agrupadors hi ha camps que cal completar **OBLIGATORIAMENT** i en els que s'ha d'informar la dada que es demana de les referències DETALL presentades al codi agrupador al qual es licita.

DADES OBLIGATÒRIES per a codis agrupadors

DADES DEL LICITADOR: IDENTIFICACIÓ DE L'EMPRESA		
NIF	Informar el NIF del proveïdor	Obligatori
Nom	Informar el NOM de l'empresa	Obligatori
DADES RESUM TÈCNIQUES		
Lot	Informar el Lot al qual es licita	Obligatori
Codi Agrupador	Informar el codi agrupador al qual es licita	Obligatori
Codi Sap	Per a codis agrupadors, informar si es coneix, del codi SAP de la referència ofertada en el codi agrupador. Aquesta dada no s'haurà informat automàticament, ja que no és a la base de la licitació. SEMPRE caldrà completar-la manualment	OPCIONAL
Tipus oferta		Obligatori
GTIN (EAN)	Informar el codi EAN de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada caldrà completar-la manualment	Obligatori
Referència del proveïdor	Informar la referència proveïdor de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada caldrà completar-la manualment	Obligatori
Referència del distribuïdor	Informar la referència distribuïdor de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada caldrà completar-la manualment	Obligatori
Marca	Informar la Marca i/o Model del producte que es presenta	Obligatori

Dades de la licitació

Descripció expedient

Identificació de l'empresa

Nom

[illegible]

ANNEX - D3 - Fitxa Requisits Obligat compliment

(No hi ha)

ANNEX D4

Llista-Resum de criteris objectius d'adjudicació

Aquest model es troba en format informàtic

ANNEX D5 - Fitxa de criteris sotmesos a judici de valor

Annex D5 - FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 001

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Navegabilitat del catèter: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la.
Suport/Estabilitat del catèter: la capacitat de mantenir l'estructura sense plicar-se (doblegar-se)
Radioopacitat del catèter: visibilitat del catèter
Rapidesa/facilitat de buidament
Replegament del catèter: la capacitat del baló a tornar a la seva mida original

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP

Annex D5 - FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 002

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Radioopacitat del catèter: visibilitat del catèter
Rapidesa/facilitat de buidament
Estabilitat del fàrmac al baló: minimitzar els efectes de manipulació i garantir el no desprendiment de partícules durant la navegació.

Es OBLIGATORI presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP

Annex D5 - FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 003

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Radioopacitat del catèter: visibilitat del catèter
Navegabilitat del catèter: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la.
Resistència a la deformació: la capacitat del catèter a no perdre la seva forma durant el procediment, inclús en vascularitzacions tortuoses
Capacitat de torque del catèter: la capacitat de transmetre la força al girar el catèter

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP

Annex D5 - FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 004

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Radioopacitat del catèter: visibilitat del catèter

Es OBLIGATORI presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP
--

Annex D5 - FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 005

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Radioopacitat del catèter: visibilitat del catèter
Navegabilitat del catèter: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la.

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP

Annex D5 - FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 006

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Resistència a l'acodament del catèter, que no es doblegui

Es OBLIGATORI presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP
--

Annex D5 - FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 008

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Desplegament de la cistella d'acer
Capacitat del catèter de reenbeinar la cistella i/o llaços

Es OBLIGATORI presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP

Annex D5 - FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 009

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Navegabilitat del catèter: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la
Capacitat d'oclusió del catèter
Resistència del baló a la ruptura després de l'inflat

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP

Annex D5 - FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 010

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Resistència a l'acodament del catèter, que no es doblegui

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP.

Annex E - Presentació de mostres.

No és necessària la presentació de mostres