

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L'ACORD MARC DELS
SUBMINISTRAMENTS DE DRENATGE I TRANSFUSIÓ, TRAMITAT PEL CONSORCI DE SALUT I
D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI**

EXPEDIENT CSC M 10/23

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives****PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L'ACORD MARC DELS SUBMINISTRAMENTS DE DRENATGE I TRANSFUSIÓ, TRAMITAT PEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI**

LLISTAT DE GRUPS:

Grup 1	Kher
Grup 2	Penrose
Grup 3	Jackson Pratt
Grup 4	Heimlich
Grup 5	Aspirador mucositats
Grup 6	Ascitis
Grup 7	Toràcic
Grup 8	Redon
Grup 9	Sistema aspiració per recollida exsudats
Grup 10	Drenatge baixa pressió
Grup 11	Cànules, tubs aspiració i filtres
Grup 12	Drenatge suprapúbic
Grup 13	Drenatge timpànic
Grup 14	Bossa col·lectora fecal

CÀLCUL DE NECESSITATS

Aquestes quantitats de consum i pressupost corresponen a les previsions anuals per a cada article i han estat extretes a partir dels consums històrics amb adequació a les previsions del 2022 de cada centre. Aquestes quantitats es podran modificar a l'alça o a la baixa en funció de les necessitats reals de cada centre, en funció de la seva activitat assistencial en cada moment.

Els contractes que derivin de l'expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu. En cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació.

COMANDA MÍNIMA

En cas de **NO** indicar-ne cap comanda mínima a la oferta presentada per part del licitador, s'entendrà que no s'està subjecte a cap import mínim de venda per part del centre peticionari.

TERMINI DE LLIURAMENT

No s'acceptaran terminis de lliurament superiors a **3** dies naturals (72h). La indicació de terminis superiors suposarà l'exclusió de l'oferta.

NORMATIVA MDR

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

En la oferta s'haurà d'indicar la classificació MDR o marcat CE de cada producte. En cas de disposar del nou reglament MDR (UE) 2017/745 s'haurà de marcar la casella corresponent en cada producte a la base de dades, indicar el codi UDI/DI, adjuntar la certificació en el Sobre C i indicar a la base de dades en quin document i pàgina es troba la informació.

INFORMACIÓ DE TRENCAMENT D'ESTOC

En cas que, per part de l'empresa adjudicatària es produeixi un desabastiment haurà de compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses d'aquell producte. En el cas que no hi hagi, alternativa de subministrament al mercat, l'empresa adjudicatària s'encarregarà de fer les gestions pertinents per poder subministrar aquell producte als centres.

RETORN DE PRODUCTES

El material de la present licitació retirarà els materials defectuosos i caducats i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec pel centre peticionari.

El material desembalat però no fets servir i en correcte estat, es retornaran al proveïdor, i aquests no seran facturats.

ETIQUETATGE

L'etiquetatge de les caixes i instruccions han de constar en català o castellà i haurà de permetre la traçabilitat del producte i els seus certificats.

PALES

Les empreses que resultin adjudicatàries tindran l'obligació de subministrar les comandes dels centres destinataris amb palé o sense palé, segons requeriment de cada centre en funció de els seves especificitats.

En el cas dels centres que desitgin palé, el palé de fusta que s'utilitzi ha de tenir unes dimensions de 800mm x 1200mm, que corresponen a un palé europeu o europalé.

Tanmateix, els palés han de ser EUR i de qualitat certificada EPAL (Associació Europea de Palés) i hauran de portar gravats els logotips corresponents.

En cas que es consideri necessari, el proveïdor adjudicatari estarà obligat a col·locar el material en les gàbies facilitades pel centre.

EMBALATGES

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

En presentar les ofertes, les empreses hauran d'aportar informació respecte els embalatges per els embalatges primaris i secundaris, tal i com s'especifica a continuació:

- EAN/GTIN
- Unitats caixa

FORMACIÓ

Les empreses adjudicatàries del present acord marc, així com dels contractes que se'n derivin, hauran de formar de manera continuada al personal clínic per al correcte ús dels productes sense cap càrrec addicional.

CARACTERÍSTIQUES COMPLEMENTÀRIES

Si durant a vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel responsable del contracte derivat.

L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

MANUAL D'USUARI

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari o protocol d'utilització del material en alguna de les llengües oficials del territori.

REQUERIMENTS MÍNIMS DELS PRODUCTES

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que no compleixin amb els requeriments mínims que consten a les descripcions de cadascun dels productes.

PRODUCTES ESTÈRILS

En tots els productes estèrils haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa del mateix. En tota s'haurà d'indicar aquesta característica.

PROVES DE LABORATORI

En cas que el contractant consideri necessari, es duran a terme proves en una laboratori extern acreditat que correran a càrrec de cadascuna de les empreses.

<u>TOTS ELS PRODUCTES HAN DE COMPLIR AMB LA NORMATIVA VIGENT</u>

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL SOBRE C

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

- Documentació a aportar comuna per a tots els lots:
 - Fitxa tècnica actualitzada (segons apartat següent del present plec)

Les empreses que no presentin la documentació requerida quedaran excloses de la licitació.

FITXA TÈCNICA

Les fitxes tècniques han de tenir el contingut mínim següent:

- Foto del producte
- Descripció bàsica del producte i destinació d'ús
- Descripció de la composició del producte
- Classificació MDR.
- Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte
- Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor/licitador identifica el producte
- Marca comercial de l'article
- Mesures: Indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc...
- Descripció d'embalatge i etiquetat

Les fitxes tècniques es lliuraran en fitxers individuals, fent constar com a nom del fitxer de la fitxa tècnica, el codi CSC del producte - nom proveïdor (s'adjunta un exemple: ABC123456 – Nom proveïdor).

En el cas que les fitxes tècniques no es lliurin tal i com s'ha especificat anteriorment, l'òrgan de contractació sol·licitarà que, en el termini de tres dies naturals, ho esmenin. En el cas que, no sigui esmenat, serà exclosa de la licitació el producte que no consti correctament el nom del fitxer de la fitxa tècnica.

Es podrà afegir informació al nom de l'arxiu si es desitja, sempre respectant l'ordre inicial: Codi CSC – Nom proveïdor ... Per exemple: Codi CSC – Nom proveïdor – ref – lot - descripció curta.

OBSERVACIONS:

Els preus màxims de licitació són per unitats (o metre lineal excepte en aquelles referències on s'indiqui el contrari, per exemple: preu per bobina, unitats bossa, etc ...).

Informació Social, Medi Ambiental, logística i tècnica: s'haurà d'informar a la BBDD la

Informació específica de:

- Embalatges reciclats/reciclables, SGMA (14001 o equivalent).
- Comerç just cadena logística
- Comanda mínima, unitat mínima de compra i Termini de lliurament.
- Magatzem a un radi de 300 km
- Gestió d'incidències
- Informació logística: EAN/GTIN i unitats embalatge (embalatge primari i secundari).

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

- Actualització Normativa MDR/UDI-DI (serà obligatori adjuntar documentació acreditativa en cas de disposar de l'actualització del reglament).
- Classificació MDR/CE: Classe I, Classe Ie, Classe Ir, Classe IIa Classe IIb, Classe III

Les empreses hauran d'informar a la BBDD en el format proporcionat específicament, els criteris de valoració objectius i la informació logística requerida, tanmateix hauran d'especificar en la mateix BBDD en les columnes expresses per aquest menester, en quin document i pagina certifiquen la Informació introduïda a la BBDD.

En cas de no presentar la documentació sol·licitada per acreditar els diferents criteris d'adjudicació establerts, no s'atorgarà la puntuació al criteri corresponent

Totes les mides i gramatges són aproximats, per tant, s'acceptaran ofertes en que les mides/pes/atributs siguin +/- 10 % (com a màxim) de les especificades al plec tècnic.

Si alguna de les característiques determina una marca registrada o un model exclusiu, aquesta serà només considerada com a referència, guia o orientació per a la presentació de les ofertes, sense que el fet de no ajustar-se exactament, sigui causa de l'exclusió prèvia.

Es podran ofertar productes amb característiques equivalents i, en els que les prestacions finals siguin semblants a les anunciades.

ANNEX
PLEC TÈCNIC

LOT	CODI CSC (nou)	PRODUCTE	DESCRIPCIO PRODUCTE	PRESENTACIO	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	HOCG	BSA	CSA	FHAG	GECOHA	HSJR	TS	ASSAI	CsdM	CHVIC	CST	HCAMP	CSMS	HC	PSPV	PHV	GESAT	TOTAL CONSUM
1	SDD0101010110	DRENATGE TIPUS KHER EN "T" LATEX	DRENATGE BILIAR TIPUS KHER EN "T", LATEX, FLEXIBLE, ESTÈRIL, PERFORAT EN LA UNIÓ DE LA "T", BIOCOMPATIBLE, RADIOPAC, LLARGÀRIES ENTRE 50-100 CM, EXTREMITAT DISTAL: 2 RAMIFICACIONS PERPENDICULARS DE 5-10 CM, CADASCUNA,	10 CH	5,41200	2																	2
1	SDD0101010112	DRENATGE TIPUS KHER EN "T" LATEX	DRENATGE BILIAR TIPUS KHER EN "T", LATEX, FLEXIBLE, ESTÈRIL, PERFORAT EN LA UNIÓ DE LA "T", BIOCOMPATIBLE, RADIOPAC, LLARGÀRIES ENTRE 50-100 CM, EXTREMITAT DISTAL: 2 RAMIFICACIONS PERPENDICULARS DE 5-10 CM, CADASCUNA,	12 CH	5,41200	2	4	5	12	10	50	10											93
1	SDD0101010114	DRENATGE TIPUS KHER EN "T" LATEX	DRENATGE BILIAR TIPUS KHER EN "T", LATEX, FLEXIBLE, ESTÈRIL, PERFORAT EN LA UNIÓ DE LA "T", BIOCOMPATIBLE, RADIOPAC, LLARGÀRIES ENTRE 50-100 CM, EXTREMITAT DISTAL: 2 RAMIFICACIONS PERPENDICULARS DE 5-10 CM, CADASCUNA,	14 CH	5,41200		6	2	4	10		10	10										42
1	SDD0101010116	DRENATGE TIPUS KHER EN "T" LATEX	DRENATGE BILIAR TIPUS KHER EN "T", LATEX, FLEXIBLE, ESTÈRIL, PERFORAT EN LA UNIÓ DE LA "T", BIOCOMPATIBLE, RADIOPAC, LLARGÀRIES ENTRE 50-100 CM, EXTREMITAT DISTAL: 2 RAMIFICACIONS PERPENDICULARS DE 5-10 CM, CADASCUNA,	16 CH	5,41200					10	50	10	10										80
1	SDD0101010118	DRENATGE TIPUS KHER EN "T" LATEX	DRENATGE BILIAR TIPUS KHER EN "T", LATEX, FLEXIBLE, ESTÈRIL, PERFORAT EN LA UNIÓ DE LA "T", BIOCOMPATIBLE, RADIOPAC, LLARGÀRIES ENTRE 50-100 CM, EXTREMITAT DISTAL: 2 RAMIFICACIONS PERPENDICULARS DE 5-10 CM, CADASCUNA,	18 CH	5,41200								10										10
1	SDD0111010125	DRENATGE TIPUS KHER EN "T"	DRENATGE BILIAR EN T DE KHER, ESTÈRIL	2,5mm 70 x 16cm	11,00000									10									10
1	SDD0111010130	DRENATGE TIPUS KHER EN "T"	DRENATGE BILIAR EN T DE KHER, ESTÈRIL	3,0mm 50 x 16cm	11,00000									5	28								33
1	SDD0111010135	DRENATGE TIPUS KHER EN "T"	DRENATGE BILIAR EN T DE KHER, ESTÈRIL	3,5mm 50 x 16cm	11,00000									5									5
1	SDD0111010140	DRENATGE TIPUS KHER EN "T"	DRENATGE BILIAR EN T DE KHER, ESTÈRIL	4,0mm 50 x 16cm	11,00000									5									5
1	SDD0111010145	DRENATGE TIPUS KHER EN "T"	DRENATGE BILIAR EN T DE KHER, ESTÈRIL	4,5mm 50 x 16cm	11,00000									5									5
1	SDD0131020112	DRENATGE TIPUS KHER EN "T" SILICONA	DRENATGE BILIAR TIPUS KHER EN "T", SILICONA, FLEXIBLE, ESTÈRIL, PERFORAT EN LA UNIÓ DE LA "T", BIOCOMPATIBLE, RADIOPAC, LLARGÀRIES ENTRE 50-100 CM, EXTREMITAT DISTAL: 2 RAMIFICACIONS PERPENDICULARS DE 5-10 CM, CADASCUNA,	12 MM ø	12,10000					10	50	10			5								75
1	SDD0131020114	DRENATGE TIPUS KHER EN "T" SILICONA	DRENATGE BILIAR TIPUS KHER EN "T", SILICONA, FLEXIBLE, ESTÈRIL, PERFORAT EN LA UNIÓ DE LA "T", BIOCOMPATIBLE, RADIOPAC, LLARGÀRIES ENTRE 50-100 CM, EXTREMITAT DISTAL: 2 RAMIFICACIONS PERPENDICULARS DE 5-10 CM, CADASCUNA,	14 MM ø	12,10000					10	50	10											70
1	SDD0131020116	DRENATGE TIPUS KHER EN "T" SILICONA	DRENATGE BILIAR TIPUS KHER EN "T", SILICONA, FLEXIBLE, ESTÈRIL, PERFORAT EN LA UNIÓ DE LA "T", BIOCOMPATIBLE, RADIOPAC, LLARGÀRIES ENTRE 50-100 CM, EXTREMITAT DISTAL: 2 RAMIFICACIONS PERPENDICULARS DE 5-10 CM, CADASCUNA,	16 MM ø	12,10000					10	50	10											70
2	SDD0301010106	DRENATGE PENROSE LATEX	TUB DE DRENATGE SIMPLE SENSE ASPIRACIÓ (PER A DRENATGE CAPIL·LAR) TIPUS PENROSE, D'ABCESOS I FERIDES, DE GOMA LATEX TOVA I RADIOPACA, TUBULAR PLA, EXTREM DISTAL OBERT, LLARGÀRIA ENTRE 30 I 50 CM, ESTÈRIL, MATERIAL BIOCOMPATIBLE	6 MM	3,14820					10													10

2 de 11

3 de 11

ANNEX
PLEC TÈCNIC

6	SDD1101031800	AGULLA DRENATGE ASCITIS	AGULLA PER AL DRENATGE D'ASCITIS, 10 MM DE LLARGA, COMPOST PER AGULLA TROCAR TRIBISELADA I BEINA D'ACER INOX, ATRAUMÀTICA AMB PUNTA RECTA, CONNEXIÓ LUER-LOCK, ORIFICI DISTAL I DOS ORIFICIS LATERALS PER OPTIMITZAR EL FLUX DE DRENATGE,	18G	10,67000		6		470		450	5			151	120					116		1.318
7	SDD2101010300	DRENATGE PLEURAL 3 CÀMERES	SISTEMA DE DRENATGE TORÀCIC HUMIT AMB TRES COMPARTIMENTS, CONTROL D'ASPIRACIÓ AMB CAPACITAT MÀXIMA DE 20-25 CM H2O, APROX, RECOL·LECCIÓ GRADUADA DE 2000-2500 ML, APROX, I SEGELL D'AIGUA AMB DUES VÀLVULES DE SEGURETAT,	---	26,07000	33	8		10						188								239
7	SDD2101010400	DRENATGE PLEURAL 4 CÀMERES	SISTEMA DE DRENATGE TORÀCIC HUMIT AMB QUATRE COMPARTIMENTS, CONTROL D'ASPIRACIÓ AMB CAPACITAT MÀXIMA DE 20-25 CM H2O, APROX, RECOL·LECCIÓ GRADUADA DE 2000-2500 ML, APROX, I SEGELL D'AIGUA AMB DUES VÀLVULES DE SEGURETAT,	---	31,04200																21		21
7	SDD2101021000	DRENATGE PLEURAL SEC	SISTEMA DE DRENATGE TORÀCIC SEC AMB 1 O 2 COMPARTIMENTS, AMB CONTROL D'ASPIRACIÓ SECA, RECOL·LECCIÓ GRADUADA DE 1000 ML APROX AMB AIXETA PER BUIDAMENT, INDICADOR DE SORTIDA D'AIRE DEL PACIENT (SEGELL D'AIGUA) PORT PER EXTRACCIÓ	---	20,76100				192														192
7	SDD2101022000	DRENATGE PLEURAL SEC	SISTEMA DE DRENATGE TORÀCIC SEC AMB 1 O 2 COMPARTIMENTS, AMB CONTROL D'ASPIRACIÓ SECA, RECOL·LECCIÓ GRADUADA DE 2000-2500 ML, APROX, INDICADOR DE SORTIDA D'AIRE DEL PACIENT (SEGELL D'AIGUA) PORT PER EXTRACCIÓ DE MOSTRES SENSE	---	37,89500							10				200							210
7	SDD2101023000	SISTEMA DE DRENATGE TORÀCIC SEC AMB 3 CÀMERES	AMB CONTROL D'ASPIRACIÓ SECA, DISPOSITIU TIPOUS "FUELLE" VISIBLE QUAN HI HA ASPIRACIÓ, RECOL·LECCIÓ GRADUADA DE 2000-2500 ML, APROX, INDICADOR DE SORTIDA D'AIRE DEL PACIENT (SEGELL D'AIGUA TOTALMENT CALIBRAT AMB POSSIBILITAT DE CANVI DE	---	29,70000		70		10	590					35								705
7	SDD2105010120	CATETER DRENATGE TORÀCIC RECTE PVC	CATETER DE PVC TRANSPARENT PER POSSIBILITAR UNA VIA ENTRE LA CAVITAT TORÀCICA I L'EXTERIOR PER PODER DRENAR L'EXTRACIÓ DE LÍQUIDS I/O FLUIDS, PUNTA OBERTA ATRAUMÀTICA ARRODONIDA, ORIFICIS LATERALS (ENTRE 4 - 6), EXTREM PROXIMAL EN FORMA	CH 20	3,12400					50						10							60
7	SDD2105010124	CATETER DRENATGE TORÀCIC RECTE PVC	CATETER DE PVC TRANSPARENT PER POSSIBILITAR UNA VIA ENTRE LA CAVITAT TORÀCICA I L'EXTERIOR PER PODER DRENAR L'EXTRACIÓ DE LÍQUIDS I/O FLUIDS, PUNTA OBERTA ATRAUMÀTICA ARRODONIDA, ORIFICIS LATERALS (ENTRE 4 - 6), EXTREM PROXIMAL EN FORMA	CH 24	3,12400					150													150
7	SDD2105010128	CATETER DRENATGE TORÀCIC RECTE PVC	CATETER DE PVC TRANSPARENT PER POSSIBILITAR UNA VIA ENTRE LA CAVITAT TORÀCICA I L'EXTERIOR PER PODER DRENAR L'EXTRACIÓ DE LÍQUIDS I/O FLUIDS, PUNTA OBERTA ATRAUMÀTICA ARRODONIDA, ORIFICIS LATERALS (ENTRE 4 - 6), EXTREM PROXIMAL EN FORMA	CH 28	3,12400					50						16							66
7	SDD2105030124	CATETER DRENATGE TORÀCIC RECTE SILICONA	CATETER DE SILICONA TRANSPARENT PER POSSIBILITAR UNA VIA ENTRE LA CAVITAT TORÀCICA I L'EXTERIOR PER PODER DRENAR L'EXTRACIÓ DE LÍQUIDS I/O FLUIDS, PUNTA OBERTA ATRAUMÀTICA ARRODONIDA, ORIFICIS LATERALS (ENTRE 4 - 6), EXTREM PROXIMAL EN FORMA	CH 24	3,30000					30													30
7	SDD2105050120	CATETER DRENATGE TORÀCIC PVC COLZAT	CATETER DE PVC TRANSPARENT PER POSSIBILITAR UNA VIA ENTRE LA CAVITAT TORÀCICA I L'EXTERIOR PER PODER DRENAR L'EXTRACIÓ DE LÍQUIDS I/O FLUIDS, PUNTA OBERTA ATRAUMÀTICA ARRODONIDA, ORIFICIS LATERALS (ENTRE 4 - 6), EXTREM PROXIMAL EN FORMA	CH 20	3,30000					50													50
7	SDD2105050124	CATETER DRENATGE TORÀCIC PVC COLZAT	CATETER DE PVC TRANSPARENT PER POSSIBILITAR UNA VIA ENTRE LA CAVITAT TORÀCICA I L'EXTERIOR PER PODER DRENAR L'EXTRACIÓ DE LÍQUIDS I/O FLUIDS, PUNTA OBERTA ATRAUMÀTICA ARRODONIDA, ORIFICIS LATERALS (ENTRE 4 - 6), EXTREM PROXIMAL EN FORMA	CH 24	3,30000					36													36
7	SDD2105050128	CATETER DRENATGE TORÀCIC PVC COLZAT	CATETER DE PVC TRANSPARENT PER POSSIBILITAR UNA VIA ENTRE LA CAVITAT TORÀCICA I L'EXTERIOR PER PODER DRENAR L'EXTRACIÓ DE LÍQUIDS I/O FLUIDS, PUNTA OBERTA ATRAUMÀTICA ARRODONIDA, ORIFICIS LATERALS (ENTRE 4 - 6), EXTREM PROXIMAL EN FORMA	CH 28	3,30000					30													30
7	SDD2121010108	TROCAR TORÀCIC + CATETER	TROCAR MASSIS D'ACER INOXIDABLE AMB CATETER DE LLARGARIA 23-40 CM, LINEA RADIOPACA I ORIFICIS TERMINALS I LATERALS, PER A PUNCIÓ I COL·LOCACIÓ DEL CATETER TORÀCIC PER A DRENATGE, ESTERIL	23-40 cm (8CH)	6,27000										10								10

ANNEX
PLEC TÈCNIC

7	SDD2121010110	TROCAR TORACIC + CATETER	TROCAR MASSIS D'ACER INOXIDABLE AMB CATETER DE LLARGARIA 25-40 CM, LINEA RADIOPACA I ORIFICIS TERMINALS I LATERALS , PER A PUNCIÓ I COL·LOCACIÓ DEL CATETER TORACIC PER A DRENATGE, ESTERIL	25-40 cm (10CH)	6,27000																	2		2
7	SDD2121010316	TROCAR TORACIC + CATETER	TROCAR MASSIS D'ACER INOXIDABLE AMB CATETER DE LLARGARIA 25-40 CM, LINEA RADIOPACA I ORIFICIS TERMINALS I LATERALS , PER A PUNCIÓ I COL·LOCACIÓ DEL CATETER TORACIC PER A DRENATGE, ESTERIL	25-40 cm (16CH)	6,27000					10	25				11									46
7	SDD2121010320	TROCAR TORACIC + CATETER	TROCAR MASSIS D'ACER INOXIDABLE AMB CATETER DE LLARGARIA 25-40 CM, LINEA RADIOPACA I ORIFICIS TERMINALS I LATERALS , PER A PUNCIÓ I COL·LOCACIÓ DEL CATETER TORACIC PER A DRENATGE, ESTERIL	25-40 cm (20CH)	6,27000					10	96				22	20						11		159
7	SDD2121010324	TROCAR TORACIC + CATETER	TROCAR MASSIS D'ACER INOXIDABLE AMB CATETER DE LLARGARIA 25-40 CM, LINEA RADIOPACA I ORIFICIS TERMINALS I LATERALS , PER A PUNCIÓ I COL·LOCACIÓ DEL CATETER TORACIC PER A DRENATGE, ESTERIL	25-40 cm (24CH)	6,27000					20	12				8	20						7		67
7	SDD2121010328	TROCAR TORACIC + CATETER	TROCAR MASSIS D'ACER INOXIDABLE AMB CATETER DE LLARGARIA 25-40 CM, LINEA RADIOPACA I ORIFICIS TERMINALS I LATERALS , PER A PUNCIÓ I COL·LOCACIÓ DEL CATETER TORACIC PER A DRENATGE, ESTERIL	25-40 cm (28CH)	6,27000						25				4	20								49
7	SDD2121010332	TROCAR TORACIC + CATETER	TROCAR MASSIS D'ACER INOXIDABLE AMB CATETER DE LLARGARIA 25-40 CM, LINEA RADIOPACA I ORIFICIS TERMINALS I LATERALS , PER A PUNCIÓ I COL·LOCACIÓ DEL CATETER TORACIC PER A DRENATGE, ESTERIL	25-40 cm (32CH)	6,27000										1									1
7	SDD2123010106	TROCAR TORACIC AMB CATETER TIPUS PLEUROCATH O EQUIVALENT	TROCAR TORACIC AMB CATETER CH 6 TIPUS PLEUROCATH, DISPOSITIU DE DRENATGE PLEURAL DE PETIT CALIBRE FORMAT PER AGULLA DE PUNCIÓ PROTEGIDA AMB FUNDA, AGULLA PREFERIBLEMENT TRIBISELADA PER GARANTIR UNA MILLOR PUNCIÓ,	CH 06 30 CM	27,76370								3											3
7	SDD2123010310	TROCAR TORACIC AMB CATETER TIPUS PLEUROCATH O EQUIVALENT	TROCAR TORACIC AMB CATETER CH 10 TIPUS PLEUROCATH, DISPOSITIU DE DRENATGE PLEURAL DE PETIT CALIBRE FORMAT PER AGULLA DE PUNCIÓ PROTEGIDA AMB FUNDA, AGULLA TRIBISELADA PREFERIBLEMENT PER GARANTIR UNA MILLOR PUNCIÓ,	CH 10 50 CM	14,48700							21	20	25			60							126
7	SDD2125010510	EQUIP DRENATGE TORACIC AMB CATETER TIPUS PLEUROCATH SELDINGER O EQUIVALENT	EQUIP DRENATGE TORACIC AMB CATETER TIPUS PLEUROCATH TÈCNICA SELDINGER, PER DRENATGE PLEURAL DE PETIT CALIBRE FORMAT CATETER RADIOPAC DE POLIETILÈ O SIMILAR MULTIPERFORAT NO ACODABLE, AMB CLAU DE 3 VIES RESISTENT A ALTES PRESIONS,	CH 10 40 CM	22,66830				3		20				98									121
7	SDD2125230508	EQUIP DRENATGE TORACIC AMB CATETER TIPUS PLEUROCATH SELDINGER O EQUIVALENT + CLAU DE TRES VIES	EQUIP DRENATGE TORACIC AMB CATETER CH 8 TIPUS PLEUROCATH, DISPOSITIU DE DRENATGE PLEURAL DE PETIT CALIBRE FORMAT PER AGULLA DE PUNCIÓ PROTEGIDA AMB FUNDA, AGULLA TRIBISELADA PREFERIBLEMENT PER GARANTIR UNA MILLOR PUNCIÓ, CATETER POLIETILÈ	CH 08	25,76180		20		10															30
7	SDD2125230510	EQUIP DRENATGE TORACIC AMB CATETER TIPUS PLEUROCATH SELDINGER O EQUIVALENT + CLAU DE TRES VIES	EQUIP DRENATGE TORACIC AMB CATETER CH 10 TIPUS PLEUROCATH, DISPOSITIU DE DRENATGE PLEURAL DE PETIT CALIBRE FORMAT PER AGULLA DE PUNCIÓ PROTEGIDA AMB FUNDA, AGULLA TRIBISELADA PREFERIBLEMENT PER GARANTIR UNA MILLOR PUNCIÓ, CATETER POLIETILÈ	CH 10	25,76180				20															20
7	SDD2127010110	TROCAR TORÀCIC ALUMINI	CATÈTER: PVC TRANSPARENT, PUNTA DISTAL OBERTA AMB ORIFICIS PER DRENATGE, LINEA RADIOPACA, MARQUES DE PROFUNDITAT PER INTERVALS, EXTREM PROXIMAL, TROCAR D'ALUMINI AMB PUNTA AFILADA	CH 10 23CM	9,79000			2																2
7	SDD2127010116	TROCAR TORÀCIC ALUMINI	CATÈTER DE PVC TRANSPARENT, PUNTA DISTAL OBERTA AMB ORIFICIS PER DRENATGE, LINEA RADIOPACA, MARQUES DE PROFUNDITAT PER INTERVALS, EXTREM PROXIMAL, TROCAR D'ALUMINI AMB PUNTA AFILADA	CH 16 23CM	9,79000		5					5					30							40
7	SDD2127010120	TROCAR TORÀCIC ALUMINI	CATÈTER DE PVC TRANSPARENT, PUNTA DISTAL OBERTA AMB ORIFICIS PER DRENATGE, LINEA RADIOPACA, MARQUES DE PROFUNDITAT PER INTERVALS, EXTREM PROXIMAL, TROCAR D'ALUMINI AMB PUNTA AFILADA	CH 20 40 CM	9,79000		15	4					5				40							64

6 de 11

7 de 11

8 de 11

IMP-SC-006

ANNEX
PLEC TÈCNIC

11	SDD6113150100	TUB ASPIRADOR	TUB ASPIRADOR PER DRENATGE 3 m AMB CONNEXIONS,	3 m	1,00120									8.090				1.200				10	9.300
11	SDD6151020400	TUB SILICONA	ROTLLO TUB CONNECTOR DE SILICONA DE GRAU MÈDIC, DIÀMETRE INTERIOR 2mm, EXTERIOR 4 mm (preu i consum per metre)	2,0 mm x 4,0 mm	0,75530											300		15					315
11	SDD6151060900	TUB SILICONA	ROTLLO TUB CONNECTOR DE SILICONA DE GRAU MÈDIC, DIÀMETRE INTERIOR 6,4 mm, EXTERIOR 9,5 mm (preu i consum per metre)	6,4 mm X 9,5 mm	1,22100											7.500		80					7.580
11	SDD6151061200	TUB SILICONA	ROTLLO TUB CONNECTOR DE SILICONA DE GRAU MÈDIC, DIÀMETRE INTERIOR 6,0 mm, EXTERIOR 12 mm (preu i consum per metre)	6,0 mm x 12 mm	1,22100	550	30								1.875								2.455
11	SDD6151081200	TUB SILICONA	ROTLLO TUB CONNECTOR DE SILICONA DE GRAU MÈDIC, DIÀMETRE INTERIOR 8mm, EXTERIOR 12 mm (preu i consum per metre)	8,0 mm X 12 mm	2,26200				120				75	10		500							705
11	SDD6151081400	TUB SILICONA	ROTLLO TUB CONNECTOR DE SILICONA DE GRAU MÈDIC, DIÀMETRE INTERIOR 8mm, EXTERIOR 14 mm (preu i consum per metre)	8,0 mm X 14 mm	5,01820				180														180
11	SDD6171053000	TUB BULB	TUB BULB PER FACILITAR L'ASPIRACIÓ I SUCCIÓ DE FLUIDS CORPORALS, DE PVC TRANSPARENT DE GRAU MÈDIC	5,0 mm X 30 m	6,83760											3.000					4		3.004
11	SDD6171073000	TUB BULB	TUB BULB PER FACILITAR L'ASPIRACIÓ I SUCCIÓ DE FLUIDS CORPORALS, DE PVC TRANSPARENT DE GRAU MÈDIC	7,0 mm X 30 m	8,41500				70	870							20			45	98	10	1.113
11	SDD6175071000	TUB DRENATGE PLA AMB TROCAR	TUB PLA DE DRENATGE POST OPERATORI, DE SILICONA DE GRAU MÈDIC, RADIOPAC, 800 mm LLARG, DIÀMETRE EXTERN 4x10 mm, PERFORAT ¼, ESTÈRIL, SENSE LÀTEX, AMB TROCAR D'ACER INOXIDABLE	10 mm	9,66460												25						25
11	SDD6181010100	FILTRE VÍRIC I BACTERIÀ PROTECCIÓ LÍNIA ASPIRACIÓ EXTERN	FILTRE VÍRIC I BACTERIÀ PROTECCIÓ LÍNIA ASPIRACIÓ EXTERN	---	1,48500	680					50												730
12	SDD7101010108	EQUIP DE DRENATGE SUPRAPÚBIC A/SONDA	EQUIP DE DRENATGE SUPRAPÚBIC S/BALÓ , SONDA DE POLIURETÀ,TRÒCAR, TAP, CLAMP, BOSSA COL·LECTORA, BISTURÍ I MANEGUET , ENVÀS INDIVIDUAL,	CH 08	13,80500													1			8		9
12	SDD7101010111	EQUIP DE DRENATGE SUPRAPÚBIC A/SONDA	EQUIP DE DRENATGE SUPRAPÚBIC S/BALÓ , SONDA DE POLIURETÀ,TRÒCAR, TAP, CLAMP, BOSSA COL·LECTORA, BISTURÍ I MANEGUET , ENVÀS INDIVIDUAL,	CH 11	13,80500						10										9		19
12	SDD7101010112	EQUIP DE DRENATGE SUPRAPÚBIC A/SONDA	EQUIP DE DRENATGE SUPRAPÚBIC S/BALÓ , SONDA DE POLIURETÀ,TRÒCAR, TAP, CLAMP, BOSSA COL·LECTORA, BISTURÍ I MANEGUET , ENVÀS INDIVIDUAL,	CH 12	13,80500								10										10
12	SDD7101010115	EQUIP DE DRENATGE SUPRAPÚBIC A/SONDA	EQUIP DRENATGE VESICAL SUPRAPÚBIC 12CM, CANOLA DE PUNCIÓ D'ACER INOX AMB ALETES, CATÈTER DE POLIURETÀ O SIMILAR, DE 65 CM LONGITUD, EXTREM PIGTAIL I PERFORACIONS LATERALS, CATÈTER PROTEGIT PER FUNDA DE PLÀSTIC, AMB MARQUES DE LONGITUD FINALITAT EN UN CON	CH 15	26,00400		4																4

* Els consums especificats pels centres adherits són unitaris i anuals