

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

SUBMINISTRAMENT DELS REACTIUS I FUNGIBLES NECESSARIS PELS EQUIPS EXISTENTS A L'ÀREA OPERATIVA CORE DE BIOLOGIA MOLECULAR, AL SERVEI DE BIOQUÍMICA I GENÈTICA MOLECULAR I AL SERVEI DE MICROBIOLOGIA DEL CENTRE DE DIAGNÒSTICS BIOMÈDIC (CDB) AMB DESTÍ A L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA (HCB).

EXP. 2024-166

1. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE**1.1. Objecte del contracte:**

Subministrament dels reactius i fungibles necessaris pels equips existents a l'Àrea operativa Core de Biologia Molecular, al Servei de Bioquímica i Genètica Molecular i al Servei de Microbiologia del Centre de Diagnòstics Biomèdic (CDB) amb destí a l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB).

En concret, els equips propietat de l'HCB són:

Denominació Equip	Nº inventari	Ubicació
Seqüenciador GENEXUS 6191	H135962	Àrea Operativa Core de Biologia Molecular
Seqüenciador ION GENESTUDIO S5 PLUS	H143587	
ION CHEF 4247	H143588	
ION REPORTER	H143589	
QUANTSTUDIO 12K FLEX OPEN ARRAY	H141234	
Analitzador genètic 3730XL DNA ANALYZER	H135347	
Analitzador genètic 3500xL Dx	H128081	Servei de Bioquímica i Genètica Molecular
Analitzador genètic 3500DX	H134164	
KINGFISHER FLEX 96 DW	H119658	Servei de Microbiologia

S'entén per "determinació analítica", el resultat d'un paràmetre obtingut per l'anàlisi d'una mostra biològica que, amb independència del mètode i/o procediment analític utilitzat, és clínicament interpretable per haver estat realitzada amb els requeriments de qualitat necessaris per garantir la fiabilitat del procés.

Les quantitats previstes són merament estimatives del consum de l'Hospital en el període que es contracta podent ser objecte de modificació a l'alça o baixa, en funció de les necessitats del centre.

1.2. Denominació tècnica dels elements:

Són reactius específics i fungibles necessaris pels equips existents a l'Àrea operativa Core de Biologia Molecular, al Servei de Bioquímica i Genètica Molecular i al Servei de Microbiologia del Centre de Diagnòstics Biomèdic (CDB) propietat de l'HCB:

ARTICLES: NGS**Genexus:**

1	ONCOMINE PRECISION ASSAY GX COMBO 32T	A46291
---	---------------------------------------	--------

2	KIT SECUENCIACIÓN GENEXUS 2RUNS 24 T	A40271
3	MIELOIDE ONCOMINE DNA/RNA GX V2 32T	A50694
4	KIT ION GX5 CHIP AND GX5 COUPLER 2RUNS 24T	A40269
5	TIRAS GX5 TEMPL 3-GX5 AND 4 2RUNS 24T	A40263
6	KIT ONCOMINE COMP ASSAY V3 GX - 16SAM.	A46296
7	MIELOIDE ONCOMINE DNA GX V2 32T	A50753
8	PUNTAS PIPETA GENEXUS 12RACK/96	A40266
9	KIT GENEXUS BARCODES 1-32 AS 32T	A40258
10	KIT GENEXUS BARCODES 1-32 HD 32T	A40261
11	GENEXUS STRIP 3B&4 KIT	A49782
12	PANEL HRR CORE DNA MANUAL PANEL 24RXN	A45006
13	KIT CUANTIFICACIÓN ION UNIV LIBRARY	A26217

ARTICLES: S5 i Chef:

14	ION 530 CHIP KIT 4 PACK	A27763
15	ONC ION AS LIBRARY KIT PLUS 24RXN manual	A45754/4488990
16	KIT ION 520 CHIP 8 CHIPS	A27762
17	KIT ION AMPLISEQ LIBRARY 96T	A35907
18	KIT CHEF 510/520/530 400PB	A34019
19	KIT ION CHEF 510/520/530 200BP	A34461
20	ONCOMINE SOLIT TUMOR DNA KIT 96 DET	A26761
21	ION 510 CHIPS 8 UDS	A34292
22	ONCOMINE CHILDHOOD CANCER ASSAY 24T	A36485
23	540 CHIPS 8 CHIPS 8UDS	A27766
24	540 KIT CHEF 8 UDS	A30011
25	ION 540 CHIPS 4U	A27765
26	ION XPRESS BARCODE ADPT 65-80 KIT	4474520
27	ION EXPRESS BARCODE ADAPTERS 17-32	4474009
28	ION EXPRESS BARCODE ADAPTERS 33-48 kit	4474518
29	ION XPRESS BARCODE ADPT 81-96 KIT	4474521
30	ION XPRESS BARCODE ADPT 49-64 KIT	4474519
31	ION XPRESS BACORDE ADPT 1-16	4471250
32	KIT ION AMPLISEQ LIBRARY 24T	4488990

ARTICLES: KINGFISHER

33	MAGMAX MICROBIOMA ULTRA 100T	A42358
----	------------------------------	--------

ARTICLES: OPEN ARRAY

34	KIT QS OPENARRAY GT - CSTM B 60	4471115
35	PUNTAS OPENARRAY 1CJA*384UD	4457246
36	KIT MASTER MIX GENOTIPADO OARRAY 5mL	4404846
37	PLACAS OPENARRAY 384P	4482221

ARTICLES: SEQÜENCIADORS CAPIL·LARS

38	Big Dye Terminator V1 5X sequencing 1ml	4336799
39	FORMAMIDA HiDi FORMANIDE 25 ML BOTTLE	4311320
40	CATHODE BUFER CONTAINER 3500 SERIES	4408256
41	ANODE BUFER CONTAINER 3500 SERIES	4393927
42	CONDITIONING REAGENT 3500 SERIES	4393718
43	KIT MATRIZ DS-33 DYE SET G5 8R	4345833
44	MATRIU DS-30	4345827
45	KIT DE SECUENCIACION 1000 UND	4337456
46	POP 7 960 MUESTRAS	4393714
47	POP7 POLIMER FOR 3730 XL	4363929
48	MicroAmpOptical 96 WELL	4306737
49	3730 RUNNIN BUFFER 10X 500ML	4335613
50	CAPILAR 24 X 50 CM	4404689
51	ARRAY DE CAPILARS 96x50 CM (96 T)	4331246
52	GeneScan-500 ROX (800 muestras)	401734
53	POP7 3500DX 384 SAMPLES	4393709
54	GeneScan TM 600LIZ P	4408399
55	CAPILLARY ARRAY 8-CAP 50CM	4404685
56	POP-7 (960)POLYMER 3500DX SERIES	4393713
57	CAPILLARY ARRAY 24-CAP 50CM CE-IVD	4404688
58	ANODE BUFFER CONTAINER 3500 DX SERIES	4393925
59	CATHOD BFR CONTAINR 3500DX SERIES	4408258
60	CONDITIONING REAGNT 3500DX SERIES	4409543
61	CAPILLARY ARRAY 8-CAP 50CM CE-IVD	4404684
62	DS-33 LIZ600 GENESCAN INSTALL KIT	4376911
63	GENESCAN-1000 ROX EACH	401098
64	SEQ STD V1.1 3500/FLEX EACH	4404314
65	SEQUENCING STD BDT V1.1 DX SERIES	4462113
66	SEQUENCING STD BDT V3.1 DX EACH	4404310
67	HI-DI FORMAMIDE 3500 DX SERIES 4X5ML	4440752
68	SEPTA 96-WELL 3500 20 UND	4412614
69	SEPTA CATHODE BUFFER 10 UND	4410715
70	SEQUENCING STANDAR v3.1 4 TUBOS	4404312

L'adquisició de tots els articles abans referits, estarà condicionada pels resultats i necessitats que vagi plantejant l'execució de l'activitat del servei, per al qual es licita aquest expedient.

Si durant l'execució del contracte, alguna referència es modifica, caldrà ofertar la nova al mateix preu, adaptant-se a les presentacions que escaiguin.

2. REQUERIMENTS TÈCNICS

2.1. REACTIUS I MATERIALS ACCESSORIS:

Reactius específics pels equips relacionats en el punt 1 del present plec.

2.1.1. Requeriments tècnics:

- Documentació tècnica:
 - De cada Reactiu es lliurarà un Procediment Normalitzat de Treball (PNT), en català o castellà i suport electrònic, on s'indicarà la següent informació:
 - Descripció de la tècnica, principi de l'anàlisi i explicació del test.
 - Referència
 - Codificació LOINC.
 - N° de determinacions per Kit i per petaca, si escau.
 - Valors de Referència. Si cal especificats per edat i sexe.
 - Temperatura d'emmagatzematge.
 - Estabilitat del Reactiu fora, i un cop introduït en l'Equip.
 - Calibratge: n° de punts i estabilitat.
 - Residus. Tractament dels mateixos.
 - Així com, si necessita algun tractament especial per material perillós.
 - Fitxa de dades de seguretat, en format digital.
 - Marcatge CE-IVDR, CE i/o documentació de conformitat equivalent, segons escaigui
 - Rendibilitat del kit.
 - S'inclourà un resum on s'especifiqui nom de la tècnica, mètode i valors de referència, per edat i sexe si és necessari.
- **Presentació:** Les presentacions de reactius han de ser adequades a l'activitat assistencial existent. Es podrà modificar aquesta presentació, sense canvis en el preu per determinació, si es produeix un canvi en aquesta activitat, i/o hi ha alguna presentació que s'ajusti millor a la activitat.
- **Lots de Reactius:** Per tal de millorar al màxim els rendiments, s'ha de garantir la continuïtat en el temps dels Lots en Reactius, Calibradors i Controls.
- **Caducitat:** Les caducitats dels materials no seran inferiors en cap cas al 50% de la vida útil del material, ni inferiors als 60 dies. En aquells materials on la vida útil dels quals sigui inferior als 60 dies no es lliuraran materials amb caducitats inferiors al 75% de la vida útil.
- **Terminis de Lliurament:** El temps de lliurament per a comandes, serà com a màxim de 5 dies per a comandes ordinàries i de 48 hores per a comandes urgents.

Tenir en compte que les comandes del sublot 1 seran entregades en un termini de 7 dies en una única entrega, excepte sol·licituds urgents.
- Quan per a una prova es requereixi més d'un reactiu, només es facturarà un, que serà el que marqui el preu per determinació.
- **Transport:** L'adjudicatari serà responsable del transport dels reactius, vetllant per complir amb les temperatures de transport adequades i garantint la seva qualitat en el moment del lliurament.

- **Devolucions i reposició:** L'adjudicatari es farà càrrec de les devolucions de reactius si es rebutja el subministrament, ja sigui per caducitat curta (veure apartat caducitat), problemes de transport (ruptura, trencament de la cadena de fred, etc) o defectes tècnics (problemes de sensibilitat o especificitat, baixa estabilitat, etc). En aquest cas l'adjudicatari està obligat a canviar els reactius que es retornen per altres amb la qualitat adequada, en 48 hores màxim.

Si alguna de les tècniques no compleix els criteris de qualitat (control de qualitat intern o extern erronis, estabilitat del reactiu inadequada, etc), l'adjudicatari es compromet a la substitució dels reactius per uns altres que si els compleixin.

L'adjudicatari s'obliga a reposar sense càrrec els kits de reactius malbaratats per causa d'avaría, mal funcionament dels equips, baixa estabilitat d'algun lot que obligui a repetir en excés, i en definitiva en aquells casos en què, per motius no imputables a l'HCB, el consum de reactius sigui desproporcionat.

- **Modificacions:** L'adjudicatari està obligat a comunicar com a mínim amb un mes d'antelació qualsevol canvi de reactius, o material fungible que tingui lloc durant la vigència del contracte. Les modificacions hauran de ser aprovades per l'HCB abans de ser efectives. L'HCB les aprovarà sempre que comportin avenços o innovacions tecnològiques sense que el seu preu s'incrementi. Si la modificació és substancial, l'adjudicatari subministrarà els reactius necessaris per realitzar els estudis de correlació oportuns, segons es descriu en l'apartat corresponent d'aquest plec.
- **Manca de subministrament:** En cas que el proveïdor no pugui subministrar els reactius per ruptura d'estoc, baixa temporal d'un producte o qualsevol altre motiu, l'empresa adjudicatària haurà d'assumir el cost que aquest fet provoqui a l'HCB, ja sigui per compra de materials a un altre proveïdor o per derivació de les proves a laboratoris externs.

2.1.2. Condicions Generals de subministrament:

- L'adjudicatari serà el responsable que tot el material arribi al Magatzem General del HCB en les condicions adequades.
- En el cas que es necessitin condicions especials de temperatura, l'adjudicatari ha de garantir que es realitzin els controls necessaris per assegurar que no s'ha trencat la cadena de fred. En el cas que això passi, el contractista substituirà sense càrrec el material subministrat. Així mateix, es retornaran tots els articles que presentin algun deteriorament, o presentin problemes en el moment de l'ús.
- L'adjudicatari haurà d'incloure controls de qualitat interns i externs de reconegut prestigi per a les tècniques oferides. Si en alguna tècnica hagués problemes d'estabilitat, coeficient de variació elevat per al rang desitjat, o d'una altra índole, ha de subministrar un control alternatiu. La utilització de sèrums de control i de calibradors serà la que es considera necessària pel Laboratori, ajustades al dictat que per a cada tècnica recomanen les societats científiques corresponents. En segona opció s'aplicaran les recomanades pel fabricant d'equips i reactius. Si alguna de les tècniques no compleix els criteris de controls de qualitat, interns i externs, o Linealitat de la tècnica o estabilitat del reactiu, l'empresa adjudicatària es compromet a la seva substitució per una altra que sí que els compleixi.
- Serà obligatori dur a terme la reposició de kits de reactius en aquells casos en els que alguns lots de reactius més inestables ens obliguin a calibrar més sovint, de conformitat amb l'indicat també al punt 2.1.2 d'aquest plec.
- Els reactius o el material gastat per avaria i/o mal funcionament dels equips serà recanvi sense càrrec per l'adjudicatari.

- Si durant la vigència del contracte es produeix un canvi de referència, de tipus de presentació dels productes, de tècniques o altres modificacions, l'empresa adjudicatària s'obliga a informar amb antelació de qualsevol d'aquestes modificacions al HCB i al Servei de Compres per donar-la d'alta en el sistema informàtic, al mateix preu per determinació, i en cas necessari s'obligarà a subministrar els reactius per a la realització dels estudis i correlacions oportunes, de conformitat amb l'indicat també al punt 2.1.2 d'aquest plec.
- L'adjudicatari haurà de subministrar la informació necessària que el centre sol·liciti per a la certificació ISO.
- L'adjudicatari haurà d'obtenir tots aquells permisos, marcatges necessaris i perceptius de la normativa d'aplicació.

3. SEGUIMENT DE L'EXECUCIÓ:

Amb l'objectiu de realitzar un seguiment de la eficiència del contracte conjuntament entre l'empresa adjudicatària i els Laboratoris del CDB, de manera bimestral, analitzarà la correlació entre els reactius subministrats i l'activitat realitzada. Per a això, la Direcció dels Laboratoris designarà una Unitat Tècnica de Control constituïda per personal responsable dels Laboratoris i de la empresa, que analitzaran la informació.

A aquest efecte es verificarà especialment l'ajust entre el material ofert i la realitat consumida en funció de l'activitat real. Quan es produeixin desviacions superiors a un 5% entre les determinacions reals per kit ofertes i les obtingudes pel **Sistema Informàtic de Laboratori LabManager** i/o a través dels equips, l'empresa haurà de compensar les diferències per obtenir els rendiments oferts.

Per tal d'analitzar la producció de cadascun dels components objecte del concurs, serà necessari que es disposi trimestralment d'informació de l'activitat per a la seva explotació.

4. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT

- El material objecte del present contracte haurà de ser lliurat en el Magatzem General de l'Hospital Clínic de Barcelona, o lloc que s'estipuli a la comanda. Les comandes ordinàries es serviran en un termini màxim de 5 dies laborables i les urgents en 48 hores o en el seu cas en els compromesos per l'adjudicatari en la seva oferta si les millorés.
- El lliurament de qualsevol tipus de material o servei, a excepció dels dipòsits autoritzats al proveïdor, haurà de ser cursada per comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a la comanda.
- La comanda mínima serà d'UNA unitat del embalatge mínim adjudicat.
- El lliurament de material es realitzarà en la data i lloc que s'indiqui a la comanda. El lloc i horari es reflecteix a l'apartat: DIRECCIÓ DE SUBMINISTRAMENTS de la comanda i, excepte indicació contrària i expressa a la comanda, serà:

MAGATZEM GENERAL DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Carrer IGNASI IGLESIAS, núm. 13, NAU núm. 9

CORNELLÀ DE LLOBREGAT – 08940 - (Barcelona)

Horari de recepció de materials: De 7.00 h a 10.00 h. de dilluns a divendres no festius.

- Per canvis organitzatius i/o logístics, l'Hospital Clínic de Barcelona, durant el contracte i pròrroques, podrà canviar la ubicació dels magatzems i horaris d'entrega del material acceptant explícitament el licitador que aquests canvis no suposaran en cap cas una modificació del preu d'adjudicació.
- Per a lliuraments al Magatzem General de l'HCB (Cornellà) no s'acceptaran lliuraments fora de l'horari o dia de comanda. Els proveïdors amb dia fix setmanal de lliurament assignat hauran de respectar la planificació. En cas d'incompliment de lliurament previsible o ja incorregut, subministraran el més ràpidament possible coordinant el lliurament de manera explícita amb el responsable de Magatzem per a que autoritzi el seu lliurament fora del dia planificat.
- Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats conforme a Llei i a l'estipulat en les bases de la licitació.

5. CONDICIONS DE LLIURAMENT DELS MATERIALS

Cada comanda cursada s'haurà de subministrar complint els següents requeriments:

- Condicions dels paquets lliurats:
 - L'els albarà/ns haurà/n d'anar a L'EXTERIOR DELS PAQUETS.
 - Cada comanda haurà d'anar en un paquet.
 - Els paquets hauran d'estar identificats individualment amb el NÚMERO D'ALBARÀ, NÚMERO DE COMANDA I PROVEÏDOR.
 - Les etiquetes adhesives, si les hagués, dels operadors logístics no hauran d'anular les identificacions del proveïdor.
 - Las mercaderies es lliuraran en cas de ser paletitzades en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-les (precinte transparent, etc). **NOMÉS S'ACCEPTARAN PALETS D'ESTÀNDARD EUROPEU.**
 - La descàrrega de qualsevol tipus de mercaderia estigui o no paletitzada anirà **SEMPRE** a càrrec del proveïdor o del seu operador logístic amb els seus propis mitjans tant tècnics com humans i es col·locarà dintre el recinte del Magatzem en el lloc que determini el personal de la recepció del l'HCB.
 - Les empreses indicaran obligatòriament als envasos i embalatges de les unitats oferides el sistema d'identificació per codi de barres basat en la norma GTIN-13/14 (antic EAN-13/14) i GS1-EAN-128 (antic EAN-128) tant a la unitat mínima de compra/comanda, com a la unitat mínima d'envasat/distribució.
- Condicions de la documentació de lliurament:
 - El lliurament del material haurà d'anar acompanyat de l'albarà original i còpia. L'original es quedarà en poder del Magatzem, al proveïdor se li retornarà una còpia segellada amb la "CONFORMITAT LLEVAT EXAMEN".
 - A l'albarà valorat haurà de constar necessàriament les següents dades: El nostre número de codi intern de l'article, número de comanda, número d'albarà i número d'expedient; no acceptant aquells albarans i factures que no s'ajustin a l'especificat.

- Les devolucions es notificaran via Fax i els materials hauran de ser retirats del nostre Magatzem General en un termini màxim de 8 dies, en cas contrari, les despeses ocasionades aniran per compte i podran ésser carregades contra el saldo de proveïdor amb l'HCB.
- Responsable de recepció de materials Magatzem General HCB
 - Serveis d'atenció al proveïdor:
 - Responsable de Magatzem: Sr. Carlos Sánchez
 - Recepció de materials, poden contactar al tel. 93 227 54 00 extensió 2328.
 - Staff magatzem , tel. 93 227 55 37 / fax. 93 227 98 81
 - Suport administratiu, tel. 93 227 54 00 extensió 2330
 - mail: csanche2@clinic.cat
 -

6. MOSTRES

Veure apartat 1K del quadre de característiques del PCAP.

Barcelona, 15 d'octubre de 2024

Dra. Aurea Mira
Directora Centre de Diagnòstic Biomèdic

ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 1 PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)



TÍTOL DE L'EXPEDIENT:

Subministrament dels reactius i fungibles necessaris pels equips existents a l'Àrea operativa Core de Biologia Molecular, al Servei de Bioquímica i Genètica Molecular i al Servei de Microbiologia del Centre de Diagnòstics Biomèdic (CDB) amb destí a l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB).

NÚMERO D'EXPEDIENT:

2024-166

LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:		DADES DEL SIGNANT		LLIURAMENT	
EMPRESA		NOM I COGNOMS		TERMINIS DE LLIURAMENT MAXIMS LICITACIÓ	TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR
MAIL		CÀRREC		ORDINARI (dies laborables)	ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*)
		SIGNATURA I SEGELL		5	
		DATA			

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT			IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR		
LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ ARTICLE	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA ARTICLE (***)	UNITATS EN PRESENTACIÓ (**)
	1	ONCOMINE PRECISION ASSAY GX COMBO 32T			
	2	KIT SECUENCIACIÓN GENEXUS 2RUNS 24T			
	3	MIELOIDE ONCOMINE DNA/RNA GX V2 32T			
	4	KIT ION GX5 CHIP AND GX5 COUPLER 2RUNS 24T			
	5	TIRAS GX5 TEMPL 3-GX5 AND 4 2RUNS 24T			
	6	KIT ONCOMINE COMP ASSAY V3 GX - 16SAM.			
	7	MIELOIDE ONCOMINE DNA GX V2 32T			
	8	PUNTAS PIPETA GENEXUS 12RACK/96			
	9	KIT GENEXUS BARCODES 1-32 AS 32T			

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT			IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR		
LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ ARTICLE	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA ARTICLE (***)	UNITATS EN PRESENTACIÓ (**)
	10	KIT GENEXUS BARCODES 1-32 HD 32T			
	11	GENEXUS STRIP 3B&4 KIT			
	12	PANEL HRR CORE DNA MANUAL PANEL 24RXN			
	13	KIT CUANTIFICACIÓ ION UNIV LIBRARY			
	14	ION 530 CHIP KIT 4 PACK			
	15	ONC ION AS LIBRARY KIT PLUS 24RXN manual			
	16	KIT ION 520 CHIP 8 CHIPS			
	17	KIT ION AMPLISEQ LIBRARY 96T			
	18	KIT CHEF 510/520/530 400PB			
	19	KIT ION CHEF 510/520/530 200BP			
	20	ONCOMINE SOLIT TUMOR DNA KIT 96 DET			
	21	ION 510 CHIPS 8 UDS			
	22	ONCOMINE CHILDHOOD CANCER ASSAY 24T			
	23	540 CHIPS 8 CHIPS 8UDS			
	24	540 KIT CHEF 8 UDS			

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT			IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR		
LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ ARTICLE	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA ARTICLE (***)	UNITATS EN PRESENTACIÓ (**)
1	25	ION 540 CHIPS 4U			
	26	ION XPRESS BARCODE ADPT 65-80 KIT			
	27	ION EXPRESS BARCODE ADAPTERS 17-32			
	28	ION EXPRESS BARCODE ADAPTERS 33-48 kit			
	29	ION XPRESS BARCODE ADPT 81-96 KIT			
	30	ION XPRESS BARCODE ADPT 49-64 KIT			
	31	ION XPRESS BACORDE ADPT 1-16			
	32	KIT ION AMPLISEQ LIBRARY 24T			
	33	MAGMAX MICROBIOMA ULTRA 100T			
	34	KIT QS OPENARRAY GT - CSTM B 60			
	35	PUNTAS OPENARRAY 1CJA*384UD			
	36	KIT MASTER MIX GENOTIPADO OARRAY 5mL			
	37	PLACAS OPENARRAY 384P			
	38	Big Dye Terminator V1 5X sequencing 1ml			
	39	FORMAMIDA HiDi FORMANIDE 25 ML BOTTLE			

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT			IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR		
LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ ARTICLE	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA ARTICLE (***)	UNITATS EN PRESENTACIÓ (**)
	40	CATHODE BUFER CONTAINER 3500 SERIES			
	41	ANODE BUFER CONTAINER 3500 SERIES			
	42	CONDITIONING REAGENT 3500 SERIES			
	43	KIT MATRIZ DS-33 DYE SET G5 8R			
	44	MATRIU DS-30			
	45	KIT DE SECUENCIACION 1000 UND			
	46	POP 7 960 MUESTRAS			
	47	POP7 POLIMER FOR 3730 XL			
	48	MicroAmpOptical 96 WELL			
	49	3730 RUNNIN BUFFER 10X 500ML			
	50	CAPILAR 24 X 50 CM			
	51	ARRAY DE CAPILARS 96x50 CM 96 T			
	52	GeneScan-500 ROX			
	53	POP7 3500DX 384 SAMPLES			
	54	GeneScan TM 600LIZ P			

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT			IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR		
LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ ARTICLE	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA ARTICLE (***)	UNITATS EN PRESENTACIÓ (**)
	55	CAPILLARY ARRAY 8-CAP 50CM			
	56	POP-7 (960) POLYMER 3500DX SERIES			
	57	CAPILLARY ARRAY 24-CAP 50CM CE-IDV			
	58	ANODE BUFER CONTAINER 3500 DX SERIES			
	59	CATHOD BFR CONTAINR 3500DX SERIES			
	60	CONDITIONING REAGENT 3500DX SERIES			
	61	CAPILLARY ARRAY 8-CAP 50CM CE-IDV			
	62	DS-33 LIXZ600 GENESCAN INSTALL KIT			
	63	GENESCAN-1000 ROX EACH			
	64	SEQ STD V1.1 ,3500/FLEX EACH			
	65	SEQUENCING STD BDT V1.1 DX SERIES			
	66	SEQUENCING STD BDT V3.1 DX EACH			
	67	HI-DI FORMAMIDE 3500 DX SERIES 4X5ML			
	68	SEPTA 96-WELL 3500 20 UND			
	69	SEPTA CATHODE BUFFER 10 UND			

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT			IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR		
LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ ARTICLE	DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR	REFERÈNCIA ARTICLE (***)	UNITATS EN PRESENTACIÓ (**)
	70	SEQUENCING STANDARD V3.1 4 TUBOS			

*Introduir els terminis d'entrega ordinari (part blanca)	
** S'ha d'indicar a la cel·la d' "unitats en presentació" el nombre d'unitats de l'envàs o presentació ofertada (mínima si hi ha més d'una referència) independentment de la unitat de mesura licitada. Aquestes unitats de l'envàs han de complir els requeriments tècnics d'unitats mínimes/màximes/aproximades de presentació requerides a la licitació.	
*** S'han de fer constar TOTES les referències que el proveïdor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si és necessari, es pot remetre a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article.	
Presentació obligatòria d'aquest annex en un fitxer en suport informàtic al sobre d'oferta	
Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o té dubtes al omplir-la , contacti amb el mail a sc@clinic.cat , per sol·licitar un fitxer corregit o aclariments.	