

**Àmbits d'Atenció Primària de Metropolitana Sud i Penedès
Infraestructures i Serveis Tècnics**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES CONDICIONS 2025
DE L'EXECUCIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU
DE NEVERES, CAMBRES FRIGORÍFIQUES DE FARMÀCIA I
CONGELADORS ALS CENTRES DELS ÀMBITS D'ATENCIÓ
PRIMÀRIA METROPOLITANA SUD I PENEDÈS
CSE/AP57/1101411298/25/PS**

**Àmbits d'Atenció Primària de Metropolitana Sud i Penedès
Infraestructures i Serveis Tècnics**

ÍNDEX:

- 1.- OBJECTE, CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ I PRESSUPOST
- 2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ
- 3.- RESPONSABILITATS I PREVENCIÓ RISCOS LABORALS
- 4.- CONDICIONS DE DOCUMENTACIÓ I INFORMES
- 5.- PENALITZACIONS
- 6.- ANNEXES

Àmbits d'Atenció Primària de Metropolitana Sud i Penedès
Infraestructures i Serveis Tècnics

CONDICIONS 2025 DE L'EXECUCIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU DE NEVERES I CONGELADORS ALS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DELS ÀMBITS DE METROPOLITANA SUD I PENEDÈS.

Amb l'objectiu d'establir les bases del servei, regular les condicions de la seva prestació i minimitzar l'afectació en l'assistència sanitària dels centres, s'estableixen les següents condicions de l'execució del servei de manteniment correctiu de neveres i congeladors als Centres d'Atenció Primària dels Àmbits de Metropolitana Sud i Penedès, dels aparells de propietat de l'ICS:

1.- OBJECTE, CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ I PRESSUPOST

1.1.- L'Àrea Operacional valorarà les ofertes presentades en funció de paràmetres econòmics (60 % de la puntuació final) i d'execució tècnica (40% de la puntuació final). Aquests últims inclouen la valoració en la qualitat del treball en el disseny de la memòria de resum i valoració dels informes, seguint els criteris de l'oferta més avantatjosa en el seu conjunt.

1.2.- Els imports es presentaran per Les ofertes es presentaran desglossades pels 3 **GAPIC (Delta, Baix Llobregat i Penedès) i per SAP comptable en el cas de Baix Llobregat (Centre i Nord)** tenint en compte les quatre SAP comptables que componen el territori dels Àmbits de Metropolitana Sud i Penedès.

1.3.- Les ofertes hauran de presentar-se **signades electrònicament i segellades** per l'empresa.

1.4.- En l'oferta l'empresa farà constar expressament el **nom comercial** complert amb el que apareix al fitxer de creditors de l'ICS així com el **NIF** al que s'hauran de facturar els serveis en el cas de ser l'empresa seleccionada.

1.5.- L'Àrea Operacional valorarà les **tarifes de mà d'obra i de desplaçament** de les reparacions derivades de les revisions així com de la resta de reparacions corresponents a la resta d'avaries de neveres, cambres frigorífiques o congeladors que es vagin produint des del moment de l'adjudicació fins a final

**Àmbits d'Atenció Primària de Metropolitana Sud i Penedès
Infraestructures i Serveis Tècnics**

d'any. Aquestes tarifes de ma d'obra i desplaçaments s'hauran d'adjuntar a l'oferta.

1.6.- l'Àrea Operacional valorarà la quantitat de neveres **de substitució** en el cas de que la reparació no pugui realitzar-se in situ.

1.7.- L'Àrea Operacional facilitarà a les empreses consultades la informació referent a:

- nom del **centre** on es troba cada nevera i la seva adreça.
- nom de la **unitat productiva** on es troba la nevera.
- **descripció de cada nevera**, marca, model, número de sèrie i número d'inventari.

A tal fi s'entregarà:

- **L'annex 1:** resum de la documentació
- **L'Annex 7:** llistat descriptiu dels centres
- **l'Annex 8:** llistat d'Unitats Productives per centre
- **l'Annex 21:** llistat de neveres a reparar

1.8.- Una de les dades imprescindibles és la del núm. d'inventari. Per a facilitar la correcta identificació i consignació, l'Àrea Operacional facilitarà a l'empresa adjudicatària un informe amb la **descripció d'aquesta etiqueta i un exemple** escanejat dels dos tipus de la mateixa (**Annex 3**).

1.9.- L'empresa **no repararà cap nevera que no estigui inventariada**. Únicament realitzarà les reparacions que li siguin encomanades explícitament a través d'OT per l'àrea Operacional. L'empresa adjudicatària en cap cas atendrà requeriments fets directament des dels centres, ja que no s'acceptarà cap pagament que no estigui autoritzat.

1.10.- En el cas de detectar **neveres no inventariades o amb etiquetes d'inventari en mal estat**, avisarà a l'àrea Operacional per a que es pugui procedir a realitzar l'alta d'inventari o la còpia d'etiqueta corresponent, segons el cas.

1.11.- L'empresa adjudicatària s'assegurarà de que disposem dels **manuals d'instruccions del total de les neveres i congeladors inventariats**. S'hauran de presentar en format pdf i en castellà o català. El nom de l'arxiu estarà compostat per: la paraula NEVERA o CONGELADOR en majúscules, guió baix, marca, guió baix, i model (NEVERA_marca_model). Aquest compromís s'haurà de fer constar en l'oferta presentada. La Unitat Operacional entregarà a l'empresa

**Àmbits d'Atenció Primària de Metropolitana Sud i Penedès
Infraestructures i Serveis Tècnics**

adjudicatària els manuals d'instruccions que encara no disposa (**Annex 16**) per tal que l'empresa adjudicatària els proporcioni. Caldrà entregar els corresponents a totes les neveres inventariades que es trobin en aquest llistat.

1.12.- L'empresa haurà d'acreditar la seva **capacitat tècnica**. A tal fi haurà d'entregar documentació **obligatòria** (sense la qual l'oferta serà descartada) i documentació **opcional** (que serà valorada positivament) que es sol·licita per al manteniment preventiu però completant la descripció pel manteniment correctiu. Per a facilitar la correcta consignació d'aquesta informació, es proporcionarà a les empreses una Taula Resum que hauran d'emplenar (**Annex 4**) amb el títol: Taula Informativa de la Capacitat Tècnica dels Professionals, així com una Fitxa Descriptiva de Mitjans i Activitat (**Annex 5**).

1.13.- En el desenvolupament dels treballs serà responsabilitat del contractista el compliment de:

- La normativa legal de caràcter tècnic, administratiu i laboral, amb l'obligació de tenir afiliats a la Seguretat Social als treballadors que realitzin les tasques contractades.
- La normativa de seguretat i salut laboral vigent. El contractista serà responsable de la seguretat del seu personal dels accidents que poguessin derivar-se de les activitats relacionades amb la prestació del servei.
- Les actuacions adaptades a les característiques de l'activitat assistencial i el respecte degut als usuaris.

1.14.- L'empresa adjudicatària haurà de destinar tots els **recursos materials i humans** necessaris per a l'optima prestació del servei i per a l'acompliment dels terminis aprovats.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ

2.1.- El termini de resposta de l'empresa adjudicatària per a personar-se en el centres afectats per les avaries per a valorar el problema, a comptar des de l'avís d'avaria per part de l'Àrea Operacional, no podrà ser superior a :

- **24 hores** en el cas de les neveres amb funció de magatzem

Àmbits d'Atenció Primària de Metropolitana Sud i Penedès
Infraestructures i Serveis Tècnics

- **48 hores** en la resta de neveres o congeladors

Per tan si es tracta d'una nevera amb funció de magatzem, es considerarà reparació urgent. A tal fi, s'entregarà a l'adjudicatari el llistat de neveres amb funció de magatzem. Al rebre cada OTS amb avís d'avaría, el proveïdor adjudicatari haurà de comprovar en el llistat si es tracta d'una nevera amb funció de magatzem, per a saber quin tipus de límit de termini de resposta i reparació ha d'aplicar.

El no acompliment d'aquests terminis o de la millora dels mateixos a que es comprometí en la seva oferta, constituirà motiu de penalització econòmica, que serà aplicada sobre el cost de les reparacions per a correcció d'anomalies que es puguin derivar.

2.2.- El termini màxim per a resoldre les avaries (termini total per a realitzar la reparació) serà de:

- **1 dia laborable** en el cas de les neveres amb funció de magatzem
- **5 dies laborables** en el cas de la resta de neveres i congeladors

2.3.- En el cas que aquests terminis no es puguin acomplir per manca de peces o components, caldrà deixar una nevera de substitució que serà propietat de l'empresa adjudicatària i que retirarà en el moment de resolució de l'avaría. La nevera de substitució haurà de tenir capacitat suficient per a poder encabir el material a emmagatzemar i haurà de ser una nevera clínica per a medicació i farmàcia que compleixi amb la normativa que la regula (a frigorífics de farmàcia per conservació de medicació i principis actius (**DIN 58371 i DIN 58345**), així com la normativa que regula la temperatura estable (**EN 60068-3**).

2.4.- l'empresa **s'haurà de coordinar amb la persona de contacte** de la Unitat (i que apareix a l'OT que se li proporciona per a realitzar la reparació), amb l'objectiu d'executar el servei de manteniment correctiu amb la mínima distorsió possible per a l'activitat assistencial del centre. La unitat Operacional farà un seguiment de les incidències que es poguessin produir.

2.5.- La **normativa i reglaments** a tenir en compte i en base a la qual s'han de realitzar les actuacions és:

- UNE13488:2000 Requisits d'aplicació de la norma ISO 9002 en productes sanitaris
- UNE 9001:2000 Guia per a la gestió i manteniment de productes sanitaris actius

**Àmbits d'Atenció Primària de Metropolitana Sud i Penedès
Infraestructures i Serveis Tècnics**

- UNE 20.613.83 Seguretat d'equips d'electromedicina
- UNE 20.611.79 Aspectes bàsics de seguretat en equips d'electromedicina
- Reglament Electrotècnic B.T. 1973 MIE BT 025 (Ins. Ant.RD.842)
- Reglament Electrotècnic B.T. 2003 ITC - BT - 38 (Ins. Post.RD.842)
- Reial Decret 299/2016, de 22 de juliol, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a camps electromagnètics.
- ITC/155/2020, de 7 de febrer, per la que es regula el control metrològic
- UNE-EN-13485 sobre productes sanitaris
- UNE-EN-12830:219 sobre registradors de temperatura
- UNE-EN-13486:2022 sobre termòmetres
- Altres reglaments vigents que puguin afectar

2.6.- **L'empresa**, a l'hora de realitzar les actuacions en els centres **anirà** convenientment **acreditada** i presentarà la seva acreditació als professionals de les unitats. L'Àrea Operacional informará a través del Rosmiman i sol·licitará que es facilitin als operaris de l'empresa adjudicatària l'accés a les diferents dependències dels centres per a la realització de les tasques contractades.

2.7.- L'empresa adjudicatària a més de reparar les neveres avariades, haurà de posar de manifest qualsevol **defecte dels equips** que pugui disminuir la seva funcionalitat o rendiment o augmenti la despesa energètica o de consumibles o pugui ser motiu de futures avaries o anomalies, així com les que no compleixin la normativa vigent.

2.8.- Per a evitar que la medicació i vacunes emmagatzemades en les neveres s'hagi de llençar per congelació és molt important que les neveres amb funció de magatzem disposin de segon termòstat de seguretat, de manera que la nevera aturi la producció de fred quan es detectin baixes temperatures. L'empresa adjudicatària haurà de revisar i informar a l'Àrea Operacional, en cas d'absència del segon termòstat de seguretat, i sense import afegit, en cadascuna de les intervencions de reparació de neveres amb funció de magatzem (segons el llistat de les neveres amb funció de magatzem a les que cal fer el manteniment preventiu que es proporcionen).

2.9.- L'empresa presentarà en la seva oferta econòmica, un pressupost estàndard de instal·lació del segon termòstat de seguretat que serà valorat.

2.10.- En el cas que l'empresa hagi detectat l'absència de segon termòstat de seguretat, be a conseqüència d'un avís d'avaría o be com a conseqüència de les revisions preventives, ho posarà en coneixement de l'Àrea Operacional i serà

**Àmbits d'Atenció Primària de Metropolitana Sud i Penedès
Infraestructures i Serveis Tècnics**

aquesta la que valorarà (segons l'antiguitat de la nevera, nombre d'avaries, etc.) i aprovarà aquesta instal·lació, aplicant la tarifa presentada en l'oferta econòmica i que caldrà fer constar en el pressupost de reparació.

2.11.- L'empresa també podrà **re - aprofitar les peces de les neveres que no tenen reparació possible** per aconseguir fer el màxim nombre de reparacions sense cost.

2.12.- davant de qualsevol sol·licitud de reparació l'empresa presentarà **pressupost de reparació desglossat**, que **haurà de ser aprovat** per l'Àrea Operacional, amb indicació individualitzada de material, ma d'obra, desplaçaments i IVA. En el pressupost de reparació presentat també haurà d'indicar el núm. d'inventari de la nevera, el codi de l'OTS, la unitat productiva i el centre.

2.13.- En el cas de les **reparacions** derivades de les revisions i corresponents a neveres **no aptes** retirades tindran un import de peces de recanvi, així com de desplaçaments i de ma d'obra, corresponent a la **tarifa aprovada prèviament** i que l'empresa haurà d'acompanyar a l'oferta presentada. L'import de desplaçament tindrà en compte únicament el que correspondrà al retorn dels aparells al lloc de on han estat retirats. No contemplaran, per tant, l'import del desplaçament corresponent a la recollida ja que aquests es retiraran en el moment de fer la revisió i sense cost.

2.14.- En el cas que la reparació no es pugui realitzar in situ, l'empresa haurà de procedir a emplenar **l'albarà de retirada d'aparells** (**Annex 11**). Aquest albarà de retirada d'aparells descriurà les neveres retirades així com el motiu de la seva retirada i haurà d'anar signat per un professional de la Unitat Productiva afectada així com pel tècnic de l'empresa que realitza la retirada. L'empresa haurà de deixar una còpia de l'albarà de retirada d'aparells en la unitat productiva afectada i haurà d'entregar o enviar escanejat aquest albarà a l'Àrea Operacional d'Infraestructures per correu electrònic en el termini **d'1 dia laborable** des de la retirada de la nevera o congelador. Aquest albarà també caldrà complimentar-lo i enviar-lo en cas de deixar nevera de substitució encara que no es retiri la nevera avariada.

2.15.- Quan la correcció de les anomalies, un cop aprovat el pressupost, requereixi que aquestes siguin resoltes traslladant la nevera als tallers de l'empresa adjudicatària, **es pactarà amb la unitat afectada el moment de realitzar-se el trasllat** així com el temps que la unitat haurà d'estar sense aquesta per a minimitzar l'afectació en l'atenció sanitària i poder reorganitzar el magatzematge en les altres neveres del centre. En el cas que fos necessari

**Àmbits d'Atenció Primària de Metropolitana Sud i Penedès
Infraestructures i Serveis Tècnics**

l'empresa haurà de deixar una nevera en servei de préstec fins a retornar la nevera reparada i en tot cas quan els terminis de resolució siguin superiors als establerts en aquest plec.

2.16.- Els **pressupostos** de reparacions es presentaran **desglossats per cada OTS, (i per cada nevera** en el cas de les provinents de manteniment preventiu) , amb descripció individualitzada per cada nevera.

2.17.- Les intervencions correctives aprovades i realitzades tindran una **garantia de 3 mesos** com a mínim (per a peces i mà d'obra). És valorarà el increment del període de garantia.

2.18.- En el cas de les **neveres que no tenen reparació** possible (per peces descatalogades o per reparació anti-econòmica), o be que l'Àrea Operacional no accepta el pressupost de reparació, l'empresa procedirà a retirar-les dels centres i **consignar-lo** a l'informe de reparació. L'empresa haurà de procedir a emplenar l'albarà de retirada d'aparells (**Annex 11**). També caldrà **acordar i coordinar** amb la Unitat Operacional de l'ICS les **accions a realitzar** amb aquestes neveres. l'ICS valorarà l'opció de que l'empresa les porti a la gàbia del punt de recollida de RAEE que indiqui l'Àrea Operacional o be que l'empresa els doni el tractament adequat com a residus. En aquest darrer cas l'empresa haurà de presentar l'**acreditació** de la correcta gestió d'aquest residu (be a través de deixalleria municipal o be a través de gestor autoritzat). Aquesta acreditació de la correcta gestió del residu s'haurà de presentar en el termini de **15 dies** a comptar des del moment en que l'Àrea Operacional comunica a l'empresa la necessitat de realitzar aquesta gestió. En tot cas l'empresa retirarà del centre aquestes neveres, (ja que al no ser aptes no es poden utilitzar), les custodiarà en les seves dependències i esperarà a rebre instruccions l'Àrea Operacional per a la seva gestió.

2.19.- **Davant de cada incident** que es produeixi en el moment de fer les reparacions de neveres, l'empresa **trucarà a l'Àrea Operacional** (a ser possible acompanyada del professional del centre que estigui supervisant les reparacions) per a reportar aquesta incidència. Serà l'Àrea Operacional qui farà les gestions oportunes amb els professionals del centre implicats o be informarà a l'empresa del criteri d'actuació a seguir en cada cas per a resoldre l'incident. L'horari per a fer les trucades serà de 8 a 15 hores.

2.20.- Si es produeix algun **incident fora d'aquest horari**, s'enviarà un **correu electrònic** a l'Àrea Operacional, com a màxim a primera hora del dia següent, indicant noms i cognoms dels professionals del centre de contacte i descrivint detalladament la incidència per a què pugui ser resolta.

**Àmbits d'Atenció Primària de Metropolitana Sud i Penedès
Infraestructures i Serveis Tècnics**

2.21.- En el cas de les reparacions a neveres que es troben en els centres penitenciaris de **Brians 1 i Brians 2**, l'empresa haurà d'emplenar i tramitar, amb la suficient antelació respecte la data pactada, el document d'identificació i d'autorització a l'accés d'empreses per a accedir a centres penitenciaris (**Annex 14 i Annex 15**).

3.- RESPONSABILITATS I PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

3.1.- L'adjudicatari serà responsable durant l'execució del servei de tots els danys i perjudicis directes i indirectes que pugui ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització dels treballs a efectuar.

3.2.- Els serveis públics o privats i persones que resultessin perjudicats, hauran de ser reparats a costa del contractista.

3.3.- L'adjudicatari estarà obligat al compliment del que es diu a la Llei sobre el Contracte de Treball, Reglamentacions de Treball i Disposicions Reguladores dels Subsidis i Assegurances Socials vigents o en el que posteriorment es dicti.

3.4.- En compliment amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 i Llei 54/2003, el proveïdor abans d'iniciar els treballs contractats, haurà d'acreditar la modalitat d'organització preventiva adoptada per l'empresa d'acord amb el requerit al Reglament dels Serveis de Prevenció 39/97 i RD 604/2006 (servei de prevenció propi, servei de prevenció aliè, treballador designat), així com la implantació del pla de prevenció de riscos laborals o sistema de gestió de la prevenció a l'empresa. Dintre d'aquesta obligació, el contractista notificarà i enviarà la documentació necessària d'assignació del recurs preventiu.

3.5.- L'empresa adjudicatària haurà de garantir l'acompliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut, així com el seguiment de la normativa interna de l'ICS per a empreses contractades, les instruccions, mesures específiques, protocols o procediments vigents al centre de treball.

3.6.- El contractista informará als seus treballadors dels riscos i mesures de prevenció a adoptar a les instal·lacions de l'ICS, i s'assegurarà de que disposen dels equips de protecció individual i dels medis adients per desenvolupar les tasques contractades.

3.7.- Coordinació, control i inspecció: L'empresa contractista haurà d'informar dels accidents laborals que es produeixin a centres de l'ICS durant l'execució de les tasques contractades, en els terminis establerts per la legislació vigent.

3.8.- L'empresa lliurarà la documentació sol·licitada per l'ICS en matèria de prevenció de riscos laborals.

**Àmbits d'Atenció Primària de Metropolitana Sud i Penedès
Infraestructures i Serveis Tècnics**

4.- CONDICIONS DE DOCUMENTACIÓ I INFORMES

4.1.- Donat que cada unitat productiva i servei tenen pressupostos diferenciats i responsables diferents caldrà que els informes tècnics de reparació facin referència tant al centre com a la Unitat productiva concreta on es troba la nevera reparada.

4.2.- En el cas dels **canvis d'ubicació** (quan la nevera revisada es localitza en una altra unitat productiva o en un altre edifici diferent del que apareix en l'OT entregada), caldrà informar dels canvis d'ubicació per a què podem procedir a aplicar aquests canvis d'ubicació en l'inventari.

4.3.- els **parts tècnics** de cada reparació hauran de contenir la descripció de la nevera reparada, marca, model, núm. de sèrie i núm. d'inventari així com informació detallada de les actuacions realitzades i també:

- **Descripció de l'emplaçament**
- **Planta on s'ubica**
- **Capacitat en litres de la nevera**
- **Tipus de termògraf que utilitza la nevera i marca (marca, model i núm. de sèrie), en el cas de neveres amb funció de magatzem**
- **Tipus de gas que utilitza la nevera (R-22/resta de gasos)**

4.4.- Els informes escanejats portaran la **data** de la reparació així com el **segell** de la unitat i la **signatura** d'un professional de la unitat productiva afectada que validi que la reparació s'ha efectuat de forma satisfactòria. També hauran d'anar signats per l'empresa. S'hauran de fer arribar escanejats per correu electrònic a l'Àrea Operacional en el termini màxim **d'1 dia** a comptar des de la finalització de la reparació.

4.5.- L'empresa adjudicatària haurà de presentar en la reunió inicial un model de part tècnic de reparació que haurà de contemplar tota aquesta informació i que haurà de ser aprovat per l'Àrea Operacional.

4.6.- L'empresa comprovarà i confirmarà, abans de l'entrega a l'Àrea Operacional, la **correcta visualització** de totes les dades dels informes tècnics i s'assegurarà que tots els camps necessaris estan correctament emplenats i que no manca cap dada.

4.7.- Totes les dades que es generin com a resultat de l'activitat contractada seran **propietat de l'Institut Català de la Salut** des del primer dia de vigència del contracte i hauran de ser tractades amb criteris de confidencialitat sense

**Àmbits d'Atenció Primària de Metropolitana Sud i Penedès
Infraestructures i Serveis Tècnics**

poder fer cap altre ús que l'especificat en el present plec, ni entregades a cap altra entitat o empresa.

5.- PENALITZACIONS

FALTES MOLT GREUS

Per endarreriment (incompliment dels terminis millorats en l'oferta presentada) en l'**execució** de les reparacions contractades en el cas de neveres amb funció de magatzem de vacunes. Per cada dia d'endarreriment s'anirà sumant una penalització molt greu.

Per endarreriment o manca d'entrega de **neveres de substitució** en el cas d'avaries de neveres amb funció de magatzem de vacunes. Per cada dia d'endarreriment s'anirà sumant una penalització molt greu.

Per endarreriment respecte dels terminis millorats en l'oferta presentada en el temps de **resposta presencial** per a valorar l'avaria. Per cada dia d'endarreriment s'anirà sumant una penalització molt greu

La penalització consistirà en la reducció del 40% sobre l'import brut total del cost de la reparació.

Si l'acumulació de dies d'endarreriment fes impossible l'aplicació sobre la mateixa reparació (en el cas que l'import de la penalització sigui superior al de l'import de la reparació), aquesta penalització s'aplicaria sobre l'import del manteniment preventiu amb els mateixos percentatges estipulats per a la tipologia de penalització del manteniment preventiu (assimilant-les d'aquesta manera).

FALTES GREUS

Per endarreriment (incompliment dels terminis millorats en l'oferta presentada) en l'**execució** de les reparacions contractades en el cas de neveres que no tenen la funció de magatzem. Per cada dia d'endarreriment s'anirà sumant una penalització greu.

Per endarreriment o manca d'entrega de **neveres de substitució** en el cas d'avaries de neveres que no tenen funció de magatzem de vacunes. Per cada dia d'endarreriment s'anirà sumant una penalització greu.

Per **endarreriment en l'entrega de pressupostos** de les reparacions. Per cada dia d'endarreriment a en relació al termini estipulat en el present plec per a entregar-los i a comptar des de la data en que l'empresa es persona en el centre afectat per a valorar l'avaria, s'anirà sumant una penalització greu.

La suma de 3 penalitzacions greus acumulades es considerarà una penalització molt greu.

Àmbits d'Atenció Primària de Metropolitana Sud i Penedès Infraestructures i Serveis Tècnics

La penalització consistirà en la reducció del 20% sobre l'import brut total del cost de la reparació.

Si l'acumulació de dies d'endarreriment fes impossible l'aplicació sobre la mateixa reparació (en el cas que l'import de la penalització sigui superior al de l'import de la reparació), aquesta penalització s'aplicaria sobre l'import del manteniment preventiu amb els mateixos percentatges estipulats per a la tipologia de penalització del manteniment preventiu (assimilant-les d'aquesta manera).

FALTES LLEUS

Per endarreriment respecte dels terminis estipulats en el present plec tècnic en **l'entrega de documentació** relacionada amb les reparacions (part tècnic signat i segellat per la unitat productiva afectada). Per cada dia d'endarreriment s'anirà sumant una penalització lleu.

Per endarreriment respecte dels terminis estipulats en el plec tècnic en l'entrega de documentació acreditativa de la correcta **gestió del residu** en el cas de neveres o congeladors a retirar dels centres. Per cada dia d'endarreriment s'anirà sumant una penalització lleu.

La penalització consistirà en la reducció del 10% sobre l'import brut total del cost de la reparació.

Si l'acumulació de dies d'endarreriment fes impossible l'aplicació sobre la mateixa reparació (en el cas que l'import de la penalització sigui superior al de l'import de la reparació), aquesta penalització s'aplicaria sobre l'import del manteniment preventiu amb els mateixos percentatges estipulats per a la tipologia de penalització del manteniment preventiu (assimilant-les d'aquesta manera).

Per no entregar els manuals d'usuari de les neveres que no disposen del mateix. Per cada manual no entregat es considerarà una penalització lleu.

La suma de 3 penalitzacions lleus acumulades es considerarà una penalització greu.

6.- ANNEXES

ANNEX 1: Resum de la documentació

ANNEX 3: Descripció i exemple d'etiqueta d'inventari

ANNEX 4: Taula informativa de la capacitat tècnica dels professionals

ANNEX 5: Fitxa descriptiva de mitjans i activitat

ANNEX 7: Llistat descriptiu del centres (amb adreces i fotos identificatives)

**Àmbits d'Atenció Primària de Metropolitana Sud i Penedès
Infraestructures i Serveis Tècnics**

ANNEX 8: Llistat d'Unitats productives per centre

ANNEX 11: Albarà de retirada d'aparells no aptes

ANNEX 14: Autorització d'accés a Brians 1

ANNEX 15: Autorització d'accés a Brians 2

ANNEX 16: Manuals d'instruccions

ANNEX 21: Llistat de les neveres a reparar

Magnòlia Guillen Villegas
Tècnic d'Infraestructures i Serveis Tècnics
Direcció d'Infraestructures i Serveis Tècnics
Àmbits d'Atenció Primària Metropolitana Sud i Penedès
Institut Català de la Salut

Pere Camps Domènech
Responsable d'Infraestructures i Serveis Tècnics
Direcció d'Infraestructures i Serveis Tècnics
Àmbits d'Atenció Primària Metropolitana Sud i Penedès
Institut Català de la Salut

L'Hospitalet de Llobregat, 23 d'octubre de 2024