

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT 2 TAULES QUIRÚRGIQUES D'ALTA GAMMA PER A
PROCEDIMENTS DE TRAUMATOLOGIA DIRGIDES AL SERVEI DE CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA DE
L'HOSPITAL UNIVERSITARI DOCTOR JOSEP TRUETA**

1. Objecte de la contractació

L'objecte de la contractació és el subministrament de 2 taules quirúrgiques d'alta gamma per a procediments de traumatologia dirigides al servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta de Girona.

2. Àmbit d'actuació

L'àmbit d'actuació serà l'àrea quirúrgica de l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta.

3. Justificació

El servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia té la necessitat d'adquirir 2 taules radiotransparents amb accessoris d'acoblament per fer tracció d'extremitats i procediments específics de posicionament de pacient en les cirurgies de fractures de maluc i fèmur. Degut que tot el parc actual de taules quirúrgiques de l'Hospital està renovat recentment per una mateixa gamma (GETINGE OTESUS), és necessari que les noves taules a adquirir, siguin de la mateixa casa comercial per homogeneïtzació de material compatible entre elles, així com amb els diferents serveis i especialitats que actualment estan utilitzant-les.

Característiques tècniques:

- 2 Columnes quirúrgiques YUNO II
- Elevació de la columna de sustentació mínim de 670 mm i màxim 1.270 (+/- 30mm)
- Posicionament de Trendelenburg de +/- 43º (+/-2º)
- Inclinacions laterals esquerra/dreta de 23º (E) i 23º (D) (+/- 2º)
- Inclinació de respatllet en posició normal i en posició reversa de +/- 90º
- Elevació / baixada de camals seqüencial de +/- 90º
- Funció de posta a zero automàtica, tant de la posició horitzontal del taulell com de les plaques recolza cames
- Funció autodrive / motorització elèctrica de la taula cap endavant i enrere
- Avisador acústic límit de final de carrera i sensors anti-col·lisions
- Alimentació elèctrica i de terra per paret
- Moviments mitjançant botonera de comandament
- Moviments automàtics programats Flex-Pile / Reflex / Cadira de platja
- Abducció de la barra de tracció cap a fora de 45º
- Adducció de la barra de tracció cap a dins de 45º
- Ajustament del travesser del dispositiu d'extensions cap amunt de +15º
- Ajustament del travesser del dispositiu d'extensions cap avall de -30º
- Comandament d'emergència integrat en el lateral de la columna
- Funció programable per auto-bloqueig de la botonera del dispositiu
- Material de construcció d'acer al Crom-Níquel
- Pes de la taula de 400 Kg
- Pes màxim de pacient en posició normal de 454 Kg
- Pes màxim de pacient en posició reversa de 250 Kg
- Pes màxim de pacient amb extensions traumatològiques de fibra de carboni de 250 Kg

Accessoris:

- 2 Unitats de reposacaps
- 4 Plaques d'extensió
- 2 Parells de plaques per cames de quatre seccions
- 4 suports per braços
- 2 Botoneres de comandament amb cablejat
- 2 Plaques d'extensió de fibra de carboni amb 3 orificis
- 2 Parells de plaques per cames
- 4 Barres de tracció de fibra de carboni amb ròtula
- 4 Carros per retirar i transportar les barres de tracció de fibra de carboni
- 4 Dispositius de tensió de cargol
- 2 Parells de plaques per peu
- 1 Extensió de barra
- 2 abraçadores lliscants amb riell lateral
- 2 Dispositius per recolzar el cos
- 2 Suports laterals
- 2 Marcs per a camp estèril
- 2 abraçadores d'ajustament
- 2 Carros porta accessoris YUNO II
- 2 rodets encoixinats per barra de contratiir
- 1 Placa inserible de fibra de carboni
- 1 Carro d'accessoris per plaques inseribles de fibra de carboni
- 1 Adaptador per accessoris
- 1 Dispositiu de fibra de carboni per cirurgia d'espalla
- 1 Adaptador per capçals
- 1 Capçal per cirurgia d'espalla
- 1 Carro de transport per dispositiu d'espalla
- 1 Kit per carro de transport d'espalla

4. Requeriments contractuals obligatoris

4.1. Prevenció de riscos laborals i residus

L'empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals i de tractament de residus sanitaris. Així mateix, quan ho requereixin els serveis de prevenció dels centres, s'aportarà la documentació necessària (Fitxes de Seguretat de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent, certificats de destrucció...etc.).

Compromís de l'adjudicatari gestionar el fi de la vida útil de l'equipament mèdic, sense cost per part de l'Hospital, seguint l'actual llei de gestió de residus i les indicacions de l'ARC (*Agència de Residus de Catalunya*).

4.2. Marcat CE i etiquetat

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat. Obligtorietat de marcat CE i qualsevol altra normativa aplicable.

4.3. Requeriments de subministrament

Entrega d'1 mes de material fungible necessari donat el volum de treball de l'Hospital i les característiques de l'equipament. En cas de no existir registre dins l'ICS, es deure de l'empresa adjudicatària registrar-ho. En cas de no requerir ús de material fungible, aquest punt no té validesa.

L'adjudicatari haurà de garantir el subministrament de peces de recanvi durant un mínim de 10 anys des de la posada en funcionament de l'equip. En cas contrari l'haurà de substituir per un altre de les mateixes característiques sense cap cost pel centre. Aquests materials hauran de lliurar-se a l'Hospital i serà aquest últim qui decideixi quin servei tècnic durà a terme l'acció de manteniment.

En el moment del subministrament o de manera anticipada després de l'adjudicació, l'empresa que en resulti adjudicatària haurà de presentar desglossat tot l'equipament inventariable amb dades, models, números de sèrie d'identificació i preu.

Pel que fa al lloc de lliurament del material, serà el magatzem de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. Tot l'equipament i/o material que no sigui lliurat al magatzem de l'Hospital, es considerarà com a no rebut i per tant, no serà facturat.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi el centre. La recepció del material s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

El lliurament del material vindrà acompanyat de l'albarà corresponent i tota la documentació tècnica pertinent que permeti relacionar cada material amb l'abast d'aquest plec abans de desembalar cap paquet.

És imprescindible aportar un certificat de bon funcionament de l'equipament i acreditar que l'equip ha superat totes les revisions, certificacions i proves necessàries en compliment de la normativa actual per poder utilitzar l'equipament correctament i amb total seguretat un cop realitzada la instal·lació i formació descrita dels punts 3.4 i 3.5. En cas de no aportar aquesta documentació, el període de garantia no començarà a comptabilitzar-se fins que s'aporti el document.

El termini de subministrament dels equips adjudicats serà inferior als 30 dies naturals següents a la data de formalització del contracte. En cas que el lliurament sobrepassi aquest termini l'adjudicatari estarà obligat a cedir un equip de les mateixes característiques fins a l'entrega de l'equip adjudicat.

L'empresa adjudicatària haurà d'assumir el cost de la retirada i baixa de l'equip anterior, si s'escau.

4.4. Instal·lació i integració a l'Hospital

A continuació es detallen els requeriments mínims indispensables i instal·lacions que es realitzaran sense cost per a l'Hospital i a càrrec de l'empresa adjudicatària:

1. Desembalatge, muntatge i registre de l'equip a magatzem de l'Hospital.
2. Instal·lació, configuració, connexió i posada en marxa incloses que haurà de ser realitzada per personal tècnic qualificat. Inclòs tot el hardware, software, servidors, llicències i medis humans necessari per a la completa integració dels equips al sistema informàtic del Hospital. Es considerarà incompliment greu del contracte si la integració no obté el vist i plau de l'Hospital. L'Hospital es reserva el dret a programar la integració en qualsevol moment dins del període de garantia.

4.5. Actualització del programari dels equips

Serà obligació de l'empresa adjudicatària, en cas que l'equip suporti un programari, mantenir-lo actualitzat durant el període de garantia, així com a posteriori, si es contractés el manteniment de l'equip amb aquesta mateixa entitat.

4.6. Formació

El proveïdor es compromet a formar adequadament a tot el personal assistencial i de manteniment del centre (tots els torns). Els cursos inclouran la documentació tècnica adient i seran sempre presencials, llevat que el centre sol·liciti expressament un altre tipus de formació.

El proveïdor es compromet a formar tècnicament amb personal especialitzat, al personal d'Electromedicina en el manteniment de l'equip, mitjançant cursets i la documentació tècnica adient.

L'horari de la formació la proposarà l'Hospital. Les despeses corresponents aniran a càrrec de l'adjudicatari i la formació s'haurà de realitzar en el propi Hospital. La formació serà continuada durant tot el període de vida de l'equipament, a requeriment de l'Hospital, i com a mínim cada dos anys.

4.7. Requeriments respecte condicions de garantia

El termini de garantia mínim de l'equipament s'estableix en 36 mesos i comptarà a partir de la data de posada en funcionament, prèvia acceptació per part de l'Hospital.

Durant el període de garantia anirà a càrrec de l'adjudicatari de l'equip (material, mà d'obra i desplaçaments) que inclouen els següents punts:

La substitució de l'equip quan aquest presenti vicis o defectes (materials i/o de funcionament).

- La reparació, o a petició de l'Hospital, la substitució de les parts defectuoses serà a càrrec de l'adjudicatari.
- Disponibilitat d'equip en préstec en cas d'avaría segons es detalla a l'apartat "*Servei tècnic durant el període de garantia*" descrit a la fitxa tècnica.
- Manteniment preventiu de l'equip: l'adjudicatari haurà de garantir el manteniment preventiu que requereixi l'equip pel seu correcte funcionament.
- Dins de l'oferta tècnica cal incloure el número d'intervencions de manteniment preventiu.

- Així mateix, cal detallar en l'oferta tècnica el Servei tècnic ofert:
 - Horari d'atenció del servei tècnic en dies laborables/festius així com temps de resposta mínim garantit. Màxim 48 hores presència física.
 - Relació de la ubicació dels serveis tècnics destinat a l'equip adjudicat: adreça, telèfon, nombre de tècnics, etc.

4.8. Requeriments en finalitzar el període de garantia mínima

S'inclourà una proposta de contracte de manteniment integral sense exclusions de tots els elements que componen el sistema. Aquesta proposta es farà per elements de forma individualitzada o conjuntament.

S'aportarà una relació detallada i valorada dels elements amb substitució periòdica així com la seva vida estimada i preu.

4.9. Documentació tècnica complementària

Amb el subministrament de l'equip, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació redactada en català, i /o castellà, en format digital:

- Manual complet d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa, precaucions i mesures en cas d'avaries.
- Manual d'instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloses les instruccions de muntatge d'accessoris i la seva aplicació.
- Manual d'instrucció de manteniment que ha de contenir els següents punts:
 - Instruccions de manteniment preventiu, amb esment particular de les instruccions per a la neteja preventiva (compromís revisió anual).
 - Plànols i esquemes, amb dimensions.
 - Relació de components i recanvis que calgui canviar amb més freqüència.
 - Descripció tècnica, que expliqui el muntatge dels accessoris i recanvis.
 - Instruccions de manteniment correctiu, que ha d'incloure una relació d'avaries més usuals i la seva solució.

Tota la documentació aportada haurà de ser en llengua catalana o castellana; quan es presentin documents en altres idiomes, s'hauran d'acompanyar de la seva corresponent traducció a alguna de les llengües esmentades, en cas contrari, s'entendran com a no presentats.

5. CONDICIONS D'OBRES I INSTAL·LACIONS (si s'escau)

L'oferta ha de preveure la instal·lació completa de l'equip (elèctrica, gasos, evacuació d'aigües i d'alarmes si s'escau). Inclou la connexió i integració de maquinari i programari amb altres equips del centre. Totes les operacions va a càrrec de l'empresa adjudicatària, incloses totes les gestions de les actuacions que puguin ser necessàries a fi de deixar els seus productes en perfecte estat de funcionament i completament integrats amb la resta d'equipament del Centre Sanitari.

Si és necessària la integració en xarxa del centre, es farà seguint les indicacions de la unitat d'informàtica i haurà d'incloure totes les necessitats d'ampliació de servidors, protecció, connexió a punts de xarxa estructural i les ampliacions en termini dels diferents recanvis/accessoris.

Les obres que requereixin la instal·lació es faran seguint les indicacions de la Direcció de Serveis Generals. Aquestes intervencions inclouen la retirada dels embalatges i la neteja de les àrees on s'instal·lin els elements.

L'empresa adjudicatària, una vegada instal·lats els equips, haurà de realitzar les proves d'acceptació corresponents. Les proves es realitzaran en presència del personal, tècnicament qualificat, autoritzat pel centre.

6. Import de licitació

El preu màxim de licitació és de **56.344,17€ sense IVA, i 68.176,45€ amb IVA inclòs.**

Nombre unitats	Descripció equipament	Import Unitari sense IVA	Import IVA	Import IVA inclòs
1	Taula quirúrgica	28.172,08	5.916,14	34.088,22
1	Taula quirúrgica	28.172,08	5.916,14	34.088,22
TOTAL		56.344,17	11.832,27	68.176,45

El pagament es farà per comanda, un cop lliurat el material.

7. Garantia definitiva

L'adjudicatari haurà de constituir una garantia corresponent al 5 per cent de l'import adjudicat, IVA exclòs, segons allò previst a l'article 107.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Girona, 26 de novembre de 2024

Jaume Fernàndez Baró
Cap d'Unitat de Manteniment

Marc Rulló Besora
Responsable Electromedicina