

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA LICITACIÓ DEL MANTENIMENT, LA REVISIÓ I LA CERTIFICACIÓ DE RADAR, ETILÒMETRES I ANALITZADOR DE DROGUES, AIXÍ COM A DIVERSOS CONSUMIBLES, DE L'AJUNTAMENT DE VALLIRANA.

1- Objecte del contracte

El present contracte té com a objecte el subministrament dels consumibles dels etilòmetres / alcoholímetres, radar i analitzador de drogues referenciats així com el servei de manteniment preventiu i correctiu d'aquests amb la finalitat de que la Policia Local pugui dur a terme les funcions assignades per llei sobre control de trànsit.

2- Condicions del servei

2.1- Es durà a terme la verificació periòdica dels següents instruments:

Etilòmetre evidencial	Marca: DRÄGER Model: ALCOTEST 7110/MK-III Nº. de sèrie: ARDA-0003
Etilòmetre evidencial	Marca: DRÄGER Model: ALCOTEST 7110/MK-III Nº de sèrie: ARHM-0001
Radar	Marca: LASER TECHNOLOGY Model: LTI 20/20 TruCAM II Nº de sèrie: TC007600
Analitzador Drogues	Marca: DRÄGER Model: DRUGTEST 5000 Nº de sèrie: ARMB-0090
Alcoholímetre	Marca: LION Model: 700 Nº. de sèrie: 71345

La verificació s'ha de fer anualment i coincidint amb la data de caducitat de l'anterior certificat.

La verificació s'ha de fer atenent les característiques dels instruments i segons l'Ordre ITC/155/2020, de 7 de febrer, per la qual es regula el control metrològic de l'Estat de determinats instruments de mesura o aquella que la substitueixi.

Major, 329 · Tel. 93 683 08 10 · Fax 93 683 28 97 · www.vallirana.cat · 08759 VALLIRANA (Baix Llobregat)



S'expediran els certificats de verificació de tots els aparells conforme l'Ordre ITC/155/2020 o aquella que la substitueixi.

La empresa que dugui a terme la verificació periòdica haurà d'acreditar haver estat designada com a organisme autoritzat de verificació metrollògica per etilòmetres, analitzadors de drogues i radars i haurà d'estar acreditada per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) per aquesta activitat, constant la seva inscripció en el Registre de Control Metrollògic del Centre Espanyol de Metrologia segons allò que disposa el RD 244/2016, de 3 de juny, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de metrologia i resolució de 2 de novembre de 2017, de la Secretaria General d'Indústria i de la petita i mitjana empresa, per la que es publica la Directiu 1/2017, de 31 d'octubre, per a la designació i control d'organismes notificats de control autoritzats de verificació metrollògica.

2.2- Calendari d'actuacions i funcionament del servei

Des de el servei de la policia local es prepararan els equips en funció del venciment de les verificacions periòdiques.

Amb un marge de 7 dies naturals es posaran en contacte, mitjançant correu electrònic, amb l'adjudicatari per informar del número d'equips preparats per fer el servei de calibració i verificació contractat. En aquest correu s'especificarà tipus d'aparell, model i marca i el número de sèrie en cada cas per tal de que l'adjudicatari estigui informat i prepari la recollida en cas de necessitat.

Un cop els equips hagin estat verificats i calibrats l'adjudicatari enviarà un correu per tal d'informar que s'ha fet el servei i els equips estan llestos per retornar informant del dia i hora que es poden passar a recollir o, si s'escau, quan arribaran a les dependències policials.

L'adjudicatari haurà d'enviar, també per correu electrònic, els certificats de verificació vigents i els informes de calibració de cada equip així com la informació referent a possibles anomalies, avaries i/o incidències que s'hagin pogut trobar durant els assajos.

El personal tècnic que faci els assajos i la verificació haurà de tenir la capacitat tècnica requerida als efectes de la certificació tècnica que acredita el laboratori mitjançant la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 o aquella que la substitueixi.

Antoni Povea
Cap de la Policia Local

Major, 329 · Tel. 93 683 08 10 · Fax 93 683 28 97 · www.vallirana.cat · 08759 VALLIRANA (Baix Llobregat)

