

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
SUMINISTRO AGREGADO DE MATERIAL**

CS/CC00/1101412204/25/AMUP

COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARIO

ÍNDICE

| | | | | |
|----------|--|----|---|----|
| 1. | Condiciones generales | 4 | Objeto de la contratación | 4 |
| 1.1. | contratación | 4 | | |
| 1.2. | Características de la contratación | 4 | | |
| 1.3. | Técnicos | 4 | | |
| 2. | Requerimientos obligatorios | 4 | | |
| 2.1. | Normativa aplicable | 4 | | |
| 2.2. | Especificaciones técnicas generales | 4 | | |
| 2.3. | Requisitos obligatorios adicionales: | 5 | Cesión de equipos, material complementario y material en depósito | 15 |
| 2.4. | equipo, material complementario y material en depósito | 15 | | |
| 2.4.1. | Cesión de equipos..... | 15 | | |
| 2.4.2. | Material en depósito..... | 15 | | |
| 3. | Cómo presentar la oferta | 16 | | |
| 3.1. | Oferta técnica | 16 | | |
| 3.2. | Oferta logística | 16 | | |
| 3.3. | Modelo de oferta técnica | 16 | | |
| 3.4. | Presentación de muestras | 22 | | |
| 3.5. | Documentación confidencial | 26 | | |
| 4. | Condiciones obligatorias para la empresa contratista | 27 | | |
| 4.1. | Prevención de riesgos laborales | 27 | | |
| 4.2. | Formación | 27 | | |
| 4.3. | Manual de usuario | 27 | | |
| 4.4. | Condiciones logísticas y de suministro..... | 27 | | |
| 4.4.1. | Condiciones de suministro | 27 | | |
| 4.4.2. | Garantía de suministro | 28 | | |
| 4.4.2.1. | El Gestor de las incidencias en compras (GIC) | 28 | | |
| 4.4.2.2. | Garantías durante la ejecución del contrato | 29 | | |
| 4.4.2.3. | Plazo de entrega | 30 | | |
| 4.4.2.4. | Unidades mínimas de pedido | 30 | | |
| 4.4.2.5. | Lugar de entrega de los pedidos | 30 | | |
| 4.4.3. | Sistema EDI | 30 | | |
| 4.5. | Condiciones del operador logístico | 33 | | |
| 4.5.1. | Embalajes | 33 | | |
| 4.5.2. | El albarán | 34 | | |

| | | |
|--------|---|----|
| 4.5.3. | Recepción de mercancías en el operador logístico, Logaritme, AIE. | 34 |
| 4.5.4. | Motivos por los que se rechaza una mercancía | 35 |
| 4.5.5. | Normas de seguridad para los chóferes que transiten a Logaritme Servicios Logísticos, AIE | 35 |
| 4.5.6. | Condiciones de la entrega en el centro peticionario (no pasan por el operador logístico) | 37 |

1. Condiciones generales

1.1. Objeto de la contratación

El objeto de esta licitación es la contratación del suministro complementario de material cobertura quirúrgica para los Centros del Institut Català de la Salut.

1.2. Características de la contratación

Las empresas licitadoras pueden presentar oferta, de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas, bien individualmente a los material que componen el lote o bien, si procede, a la totalidad de los materiales que componen el lote. En este último caso (presentación obligatoria de todos los materiales) será el ANEXO al que determinará qué lotes tienen esta condición y serán desestimadas las ofertas que no cumplan este requisito.

Las empresas licitadoras sólo podrán presentar una oferta para cada artículo al que concurren, salvo en los casos en que se acepten variantes.

Las empresas licitadoras deben tener en cuenta a la hora de configurar su oferta de que una misma referencia no se puede presentar en dos artículos diferentes. Una de ellas será excluida a criterio de la mesa de adjudicación.

1.3. Técnicos

Durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, las empresas interesadas no podrán contactar con el personal técnico designado en el expediente.

2. Requerimientos obligatorios

2.1. Normativa aplicable

Los productos ofrecidos tendrán que cumplir la normativa española y comunitaria vigente en materia de calidad, etiquetado y envasado que sea de aplicación al objeto del contrato. .

Será imprescindible que cuando se trate de productos sanitarios, en el sobre 2 o sobre 2bis la empresa licitadora presente la acreditación de que los productos disponen del mercado de conformidad CE y cualquier otra normativa de aplicación específica que se detallará en los siguientes apartados.

2.2. Especificaciones técnicas generales

Las características técnicas de los artículos que conforman el objeto de la contratación son las que constan en el listado del ANEXO B - Descripción técnica de materiales del expediente.

2.3. Requisitos obligatorios adicionales:

Todos los requisitos técnicos adicionales que se especifiquen en este apartado tendrán que informarse mediante la presentación del ANEXO D3 - Lista-resumen, Requerimientos obligatorios, debidamente cumplimentado.

No presentar los requerimientos técnicos por lote que se detallan en este punto supondrá la desestimación directa de las ofertas presentadas.

La normativa requerida será la siguiente y deberá acreditarse mediante certificado emitido por organismo notificador acreditado o informe de ensayos según la norma, y será de aplicación al material que enumera e incluye:

- UNE-EN 13795-1:2020.
- UNE-EN ISO 11810:2015.
- UNE-EN 29073-1:1993.
- UNE-EN ISO 14001:2015.

Todos los certificados e informes que acrediten las normas requeridas tendrán que presentarse en catalán o castellano.

En relación a las batas quirúrgicas que se licitan de forma individual o como componentes de los equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura, acreditado mediante declaración responsable, certificado vigente emitido por organismo notificado acreditado y/o informe de ensayos emitido por laboratorio externo e interno acreditado, será de obligado cumplimiento:

o Para batas quirúrgicas estándares:

o Gramaje mínimo será de 35 gramos/m², acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D1.

o Costuras selladas sin coser uniformemente, como mínimo, a la totalidad de la zona crítica de la bata y mangas, acreditado mediante certificado de empresa o ensayo clínico.

o Tarjeta de transferencia a la bata, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D1

o Prestación estándar según la norma UNE-EN 13795-1:2020, acreditado mediante certificado emitido por organismo notificador acreditado o informe de ensayos según la norma, actualizado y vigente (pág. 13, tabla 1,

de Características a evaluar y requisitos de las prestaciones para batas quirúrgicas, de la misma norma).

- o En cuanto a las batas, los tamaños deberán situarse dentro de los márgenes siguientes:

| Talla | Largo (cm) | Ancho pecho (cm) | Perímetro (cm) |
|------------|------------|------------------|----------------|
| S | 110 – 115 | 51 – 63 | 129 – 134 |
| M | 115 – 120 | 51 – 69 | 148 – 150 |
| L, LL | 119 – 134 | 55 – 74 | 150 – 157 |
| XL, XL-L | 129 – 150 | 60 – 74 | 165 – 170 |
| XXL, XXL-L | 155 – 160 | 61 – 77 | 163 – 184 |

- o Para batas de alta protección (lote 1):

o Gramaje mínimo será de 60 gramos/m², acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D1.

o Parte del refuerzo frontal y manga sellada, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D1

o Costuras selladas sin coser uniformemente, como mínimo, a la totalidad de la zona crítica de la bata y mangas, acreditado mediante certificado de empresa o ensayo clínico.

o Tarjeta de transferencia a la bata, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D1

o Prestación alta según la norma UNE-EN 13795-1:2020, acreditado mediante certificado emitido por organismo notificador acreditado o informe de ensayos según la norma, actualizado y vigente (pág. 13, tabla 1, de Características a evaluar y requisitos de prestaciones para batas quirúrgicas, de la misma norma).

- o En cuanto a las batas, los tamaños deberán situarse dentro de los márgenes siguientes:

| Talla | Largo (cm) | Ancho pecho (cm) | Perímetro (cm) |
|------------|------------|------------------|----------------|
| M | 115 – 135 | 62 – 71 | 129 – 158 |
| L, LL | 130 – 147 | 69 – 74 | 150 – 173 |
| XL, XL-L | 130 – 155 | 69 – 77 | 150 – 180 |
| XXL, XXL-L | 153 – 177 | 69 – 77 | 150 – 185 |

- o Para batas de alta protección reforzadas:

- o Gramaje mínimo será de 35 gramos/m² y de 75 gramos/m² en la parte reforzada, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D1.
- o Parte del refuerzo frontal y manga sellada, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D1
- o Costuras selladas sin coser uniformemente, como mínimo, a la totalidad de la zona crítica de la bata y mangas, acreditado mediante certificado de empresa o ensayo clínico.
- o Tarjeta de transferencia a la bata, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D1
- o Prestación alta según la norma UNE-EN 13795-1:2020, acreditado mediante certificado emitido por organismo notificador acreditado o informe de ensayos según la norma, actualizado y vigente (pág. 13, tabla 1, de Características a evaluar y requisitos de prestaciones para batas quirúrgicas, de la misma norma).
- o En cuanto a las batas, los tamaños deberán situarse dentro de los márgenes siguientes:

| Talla | Largo (cm) | Ancho pecho (cm) | Perímetro (cm) |
|------------|------------|------------------|----------------|
| S | 115 – 120 | 45 – 63 | 129 – 144 |
| M | 115 – 122 | 46 – 69 | 145 – 148 |
| L, LL | 119 – 140 | 55 – 76 | 150 – 158 |
| XL, XL-L | 129 – 150 | 60 – 82 | 160 – 170 |
| XXL, XXL-L | 130 – 170 | 61 – 82 | 163 – 184 |

Los requisitos técnicos obligatorios por lote son:

- o Lote 1 – Batas quirúrgicas de alta protección

Gramaje mínimo será de 60 gramos/m², acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D1.

Parte del refuerzo frontal y manga sellada, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D1

Costuras selladas sin coser uniformemente, como mínimo, en la totalidad de la zona crítica de la bata y mangas, acreditado mediante certificado de empresa o ensayo clínico.

Tarjeta de transferencia a la bata, acreditado mediante la ficha propia de producto

Product Data, ANEXO D1

Prestación alta según norma UNE-EN 13795-1:2020, acreditado mediante certificado emitido por organismo notificador acreditado o informe de ensayos según norma, actualizado y vigente (pág. 13, tabla 1, de Características a evaluar y requisitos de prestaciones para batas quirúrgicas, de la misma norma).

En cuanto a las batas, los tamaños deberán situarse dentro de los rangos de tamaños:

| Talla | Largo (cm) | Ancho pecho (cm) | Perímetro (cm) |
|------------|------------|------------------|----------------|
| M | 115 – 135 | 62 – 71 | 129 – 158 |
| L, LL | 130 – 147 | 69 – 74 | 150 – 173 |
| XL, XL-L | 130 – 155 | 69 – 77 | 150 – 180 |
| XXL, XXL-L | 153 – 177 | 69 – 77 | 150 – 185 |

o Lote 2 – Tallas quirúrgicas

Gramaje mínimo será de 40 gramos/m², acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D1.

Prestación estándar según norma UNE-EN 13795-1:2020, acreditado mediante certificado emitido por organismo notificador acreditado o informe de ensayos según norma, actualizado y vigente (pág. 14, tabla 2, de Características a evaluar y requisitos de las prestaciones para cerraduras quirúrgicas, de la misma norma).

o Lote 3 – Sábanas quirúrgicas

Gramaje mínimo será de 40 gramos/m², acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D1.

Zona del campo quirúrgico reforzada en sábana bi-laminada o equivalente, acreditada mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D1.

Prestación alta según norma UNE-EN 13795-1:2020, acreditado mediante certificado emitido por organismo notificador acreditado o informe de ensayos según norma, actualizado y vigente (pág. 14, tabla 2, de Características a evaluar y requisitos de las prestaciones para cerraduras quirúrgicas, de la misma norma).

o Lote 4 – Colchas quirúrgicas

Prestación estándar según norma UNE-EN 13795-1:2020, acreditado mediante certificado emitido por organismo notificador acreditado o informe de ensayos según norma, actualizado y vigente (pág. 14, tabla 2, de Características a evaluar y requisitos de las prestaciones para cerraduras quirúrgicas, de la misma norma).

o Lote 5 – Campos quirúrgicos

Prestación alta según norma UNE-EN 13795-1:2020, acreditado mediante certificado emitido por organismo notificador acreditado o informe de ensayos según norma, actualizado y vigente (pág. 14, tabla 2, de Características a evaluar y requisitos de las prestaciones para cerraduras quirúrgicas, de la misma norma).

Superficie total de los rebordes del campo de incisión tendrán que estar cubiertos de adhesivo. El elemento adhesivo deberá ser resistente a líquidos, hipoalérgeno y deberá estar protegido con papel de tamaños superiores a su totalidad para facilitar su extracción, acreditado todo mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D1

o Lote 6 – Campos de incisión adhesivos

Marcado de conformidad CE – Clase III, para el código de material 30008159, acreditado mediante declaración UE de conformidad del producto según su reglamento, emitido por organismo notificador acreditado.

Registro Nacional como antimicrobiano por la AEMyPS, para el código de material 30008159, acreditado mediante declaración UE de conformidad del producto según su reglamento, emitido por organismo notificador acreditado.

Superficie total de los rebordes del campo de incisión tendrán que estar cubiertos de adhesivo. El elemento adhesivo deberá ser resistente a líquidos, hipoalérgeno y deberá estar protegido con papel de tamaños superiores a su totalidad para facilitar su extracción, acreditado todo mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D1.

o Lotes 7 – Bolsas y cintas quirúrgicas

Características técnicas que se enumeran en el listado del ANEXO B - Descripción técnica de materiales del expediente, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D1.

o Lote 8 – Funda quirúrgica para endoscopia o Lote

9 – Funda quirúrgica para intensificador de imagen o Lote 10 –

Funda quirúrgica para microscopio o Lote 11 –

Funda para otros equipos quirúrgicos

o Lote 12 – Funda para luz quirúrgico

Características técnicas que constan en el listado del ANEXO B - Descripción técnica de materiales del expediente, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D1.

- o Lote 13 – Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura universales
- o Lote 14 - Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura varios centros
- o Lote 17 – Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura HUBELLVIGE (HUB)
- o Lote 18 - Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura HUGERMANOS TRIAS Y PUJOL (HUGTP) o Lote 19 - Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura HUJOSEP TRUETA (HUJT) a procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura HUJOAN XXIII (HUJXXIII) o Lote 21 – Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura HUVERGE DE LA CINTA (HUVIC)
- o Lote 22 – Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura HUVALL DE HEBRÓN (HUVH)

De aplicación a los componentes incluidos en los lotes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (componentes de los equipos) de este apartado 2.3 de Requisitos obligatorios adicionales, cumplimiento de los requisitos enumerados para cada lote, para los material incluidos en los equipos , acreditados mediante la documentación descrita e indicada en cada uno de los lotes individuales de los materiales- componentes.

De aplicación a los componentes descritos como GRUPO 1 (GRUPO 1: bolsa de instrumental, bolsa quirúrgica; bolsa cosechadora de fluidos corporales, campo quirúrgico adhesivo, sábana, fundas Mayo, talla, apósito, venda, compresa, gasa, toalla secamanos y toalla seca campos), desempeño de los siguientes condicionantes técnicos, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D1:

- o Serán admitidas las ofertas que presenten tamaños en longitud y anchura iguales o similares hasta un +/- 10%, con o sin margen, de las que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B como mínimas requeridas, en el entendido de que los tamaños deben ser adecuados para cada procedimiento quirúrgico descrito. o Serán admitidas las ofertas que presenten un número de unidades igual o superior a la que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, mínima requerida.
- o Serán admitidas las ofertas de artículos de colores distintos a los descritos, excepto el color blanco que no será admitido.

- o Serán admitidas las ofertas que presenten componentes de la marca descrita u otra equivalente.

De aplicación a los componentes descritos como GRUPO 2 (GRUPO 2: aguja, bisturí, bisturí eléctrico, cánula de aspiración, sonda vesical, catéter, conector, introductor, tubo de aspiración, tubo de drenaje, equipo de drenaje, equipo de infusión, equipo de irrigación, línea de inyección, cinta adhesiva, cinta de velcro y terminal de electrodo), cumplimiento de los siguientes condicionantes técnicos, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D1:

- o Serán admitidas las ofertas que presenten tamaños de longitud iguales o diferentes hasta un +/- 10%, de las que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, mínimas requeridas.
- o Serán admitidas las ofertas que presenten un número de unidades igual o superior a la que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, mínima requerida.
- o Serán admitidas las ofertas de artículos de colores distintos a los descritos, excepto el color blanco que no será admitido.
- o Serán admitidas las ofertas que presenten componentes de la marca descrita u otra equivalente.

De aplicación a los componentes descritos como GRUPO 3 (GRUPO 3: filtro, hoja de bisturí, guante, sutura y jeringa), cumplimiento de los siguientes condicionantes técnicos, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D1:

- o Serán admitidas las ofertas que presenten un número de unidades igual o superior a la que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, mínima requerida.
- o Serán admitidas las ofertas de artículos de colores distintos a los descritos, excepto el color blanco que no será admitido.
- o Serán admitidas las ofertas que presenten componentes de la marca descrita u otra equivalente.

De aplicación a los componentes descritos como GRUPO 4 (GRUPO 4: batea, cápsula, cazoleta, cubilete y bandeja), cumplimiento de los siguientes condicionantes técnicos, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D1:

- o Serán admitidas las ofertas que presenten tamaños de longitud, anchura, altura y volumen iguales o diferentes hasta un +/- 10%, de las que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, mínimas requeridas.
- o Serán admitidas las ofertas que presenten un número de unidades igual o superior a la que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, mínima requerida.

- o Serán admitidas las ofertas de artículos de colores distintos a los descritos, excepto el color blanco que no será admitido.
- o Serán admitidas las ofertas que presenten componentes de la marca descrita u otra equivalente.

o Lote 15 - Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura

HUARNAVO DE VILANOVA (ARN)

Plazo de implantación y puesta en marcha no superior a tres meses, del Programa para la gestión de la cobertura quirúrgica y los sistemas para el suministro, almacenamiento, control de existencias y reposición del material, a partir de la fecha de formalización del contrato.

De aplicación a los componentes incluidos en los lotes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (componentes de los equipos) de este apartado 2.3 de Requisitos obligatorios adicionales, cumplimiento de los requisitos enumerados para cada lote, para los material incluidos en los equipos , acreditados mediante la documentación descrita e indicada en cada uno de los lotes individuales de los materiales-componentes.

De aplicación a los componentes descritos como GRUPO 1 (GRUPO 1: bolsa de instrumental, bolsa quirúrgica; bolsa cosechadora de fluidos corporales, campo quirúrgico adhesivo, colcha, sábana, fundas Mayo, apósito, venda, compresa, gasa, toalla secamanos y toalla seca campos), cumplimiento de los siguientes condicionantes técnicos, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D1:

- o Serán admitidas las ofertas que presenten tamaños en longitud y anchura iguales o similares hasta un +/- 10% de las que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B como mínimas requeridas, en bien entendido que los tamaños han ser adecuados para cada procedimiento quirúrgico descrito.
- o Serán admitidas las ofertas que presenten un número de unidades igual o superior a la que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, mínima requerida.
- o Serán admitidas las ofertas de artículos de colores distintos a los descritos, excepto el color blanco que no será admitido.
- o Serán admitidas las ofertas que presenten componentes de la marca descrita u otra equivalente.

De aplicación a los componentes descritos como GRUPO 2 (GRUPO 2: cánula de aspiración, sonda vesical, catéter, conector, introductor, tubo de aspiración, tubo de drenaje, equipo de drenaje, equipo de infusión, equipo de irrigación, línea de inyección, cinta adhesiva, cinta de velcro y terminal de electrodo), cumplimiento de los siguientes condicionantes técnicos, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D1:

- o Serán admitidas las ofertas que presenten tamaños de longitud iguales o diferentes hasta un +/- 10%, de las que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, mínimas requeridas.
- o Serán admitidas las ofertas que presenten un número de unidades igual o superior a la que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, mínima requerida.
- o Serán admitidas las ofertas de artículos de colores distintos a los descritos, excepto el color blanco que no será admitido.
- o Serán admitidas las ofertas que presenten componentes de la marca descrita u otra equivalente.

Quedan fuera de este grupo la aguja, el bisturí y el bisturí eléctrico, que tendrán que ser de las medidas descritas en el ANEXO B, sin márgenes permitidos que las modifiquen. Sólo se aceptarán los mangos de bisturí compatibles de las casas comerciales que resulten adjudicadas, previa valoración técnica.

De aplicación a los componentes descritos como GRUPO 3 (GRUPO 3: filtro, hoja de bisturí, guante, sutura y jeringa), cumplimiento de los siguientes condicionantes técnicos, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D1:

- o Serán admitidas las ofertas que presenten un número de unidades igual o superior a la que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, mínima requerida.
- o Serán admitidas las ofertas de artículos de colores distintos a los descritos, excepto el color blanco que no será admitido.
- o Serán admitidas las ofertas que presenten componentes de la marca descrita u otra equivalente.

De aplicación a los componentes descritos como GRUPO 4 (GRUPO 4: batea, cápsula, cazoleta, cubilete y bandeja), cumplimiento de los siguientes condicionantes técnicos, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D1:

- o Serán admitidas las ofertas que presenten tamaños de longitud, anchura, altura y volumen iguales o diferentes hasta un +/- 10%, de las que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, mínimas requeridas.
- o Serán desestimadas los componentes que requieran escala de medida graduada y no esté impresa en su superficie.
- o Serán admitidas las ofertas que presenten un número de unidades igual o superior a la que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, mínima requerida.

- o Serán admitidas las ofertas de artículos de colores distintos a los descritos, excepto el color blanco que no será admitido.
- o Serán admitidas las ofertas que presenten componentes de la marca descrita u otra equivalente.

o Lote 16 - Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura
GESTIÓN SERVICIOS SANITARIOS (GSS)

Plazo de implantación y puesta en marcha no superior a tres meses, del Programa para la gestión de la cobertura quirúrgica y los sistemas para el suministro, almacenamiento, control de existencias y reposición del material, a partir de la fecha de formalización del contrato.

De aplicación a los componentes incluidos en los lotes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (componentes de los equipos) de este apartado 2.3 de Requisitos obligatorios adicionales, cumplimiento de los requisitos enumerados para cada lote, para los material incluidos en los equipos , acreditados mediante la documentación descrita e indicada en cada uno de los lotes individuales de los materiales-componentes.

De aplicación a los componentes descritos como GRUPO 1 (GRUPO 1: bolsa de instrumental, bolsa quirúrgica; bolsa cosechadora de fluidos corporales, campo quirúrgico adhesivo, colcha, sábana, fundas Mayo, apósito, venda, compresa, gasa, toalla secamanos y toalla seca campos), cumplimiento de los siguientes condicionantes técnicos, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D1:

- o Serán admitidas las ofertas que presenten tamaños en longitud y anchura iguales o similares hasta un +/- 10%, con o sin margen, de las que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B como mínimas requeridas, en el bien entendido que los tamaños deben ser adecuados para cada procedimiento quirúrgico descrito. o Serán admitidas las ofertas que presenten un número de unidades igual o superior a la se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, mínima requerida.
- o Serán admitidas las ofertas de artículos de colores distintos a los descritos, excepto el color blanco que no será admitido.
- o Serán admitidas las ofertas que presenten componentes de la marca descrita u otra equivalente.

De aplicación a los componentes descritos como GRUPO 2 (GRUPO 2: aguja, bisturí, bisturí eléctrico, cánula de aspiración, sonda vesical, catéter, conector, introductor, tubo de aspiración, tubo de drenaje, equipo de drenaje, equipo de infusión, equipo de irrigación, línea de inyección, cinta adhesiva, cinta de velcro y terminal de electrodo), cumplimiento de los siguientes condicionantes técnicos, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D1:

- o Serán admitidas las ofertas que presenten tamaños de longitud iguales o diferentes hasta un +/- 10%, de las que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, mínimas requeridas.
- o Serán admitidas las ofertas que presenten un número de unidades igual o superior a la que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, mínima requerida.
- o Serán admitidas las ofertas de artículos de colores distintos a los descritos, excepto el color blanco que no será admitido.
- o Serán admitidas las ofertas que presenten componentes de la marca descrita u otra equivalente.

De aplicación a los componentes descritos como GRUPO 3 (GRUPO 3: filtro, hoja de bisturí, guante, sutura y jeringa), cumplimiento de los siguientes condicionantes técnicos, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D1:

- o Serán admitidas las ofertas que presenten un número de unidades igual o superior a la que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, mínima requerida.
- o Serán admitidas las ofertas de artículos de colores distintos a los descritos, excepto el color blanco que no será admitido.
- o Serán admitidas las ofertas que presenten componentes de la marca descrita u otra equivalente.

De aplicación a los componentes descritos como GRUPO 4 (GRUPO 4: batea, cápsula, cazoleta, cubilete y bandeja), cumplimiento de los siguientes condicionantes técnicos, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D1:

- o Serán admitidas las ofertas que presenten tamaños de longitud, anchura, altura y volumen iguales o diferentes hasta un +/- 10%, de las que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, mínimas requeridas.
- o Serán admitidas las ofertas que presenten un número de unidades igual o superior a la que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, mínima requerida.
- o Serán admitidas las ofertas de artículos de colores distintos a los descritos, excepto el color blanco que no será admitido.
- o Serán admitidas las ofertas que presenten componentes de la marca descrita u otra equivalente.

2.4. Cesión de equipos, material complementario y material en depósito

Las empresas adjudicatarias del material de cobertura quirúrgica licitado tendrán que ceder sin ningún coste económico todo aquel material, soporte, aparatos y de más elementos compatibles necesarios para la utilización clínica de este material en nuestros centros.

Las empresas licitadoras deben tener en cuenta, a la hora de configurar su oferta, las necesidades establecidas en el ANEXO 5 del PCAP, en relación a la cesión de equipos, material en depósito, etc que allí se pueda establecer.

3. Cómo presentar la oferta

3.1. Oferta técnica

El/los modelo/s de oferta técnica que a continuación se describen se tendrán que presentar, obligatoriamente, en los formatos que se adjuntan en este pliego de prescripciones técnicas.

No debe presentarse documentación bibliográfica propia de la empresa, ni ningún catálogo ni ninguna documentación no solicitada. En su caso, el órgano de contratación la requerirá.

La aportación de documentación complementaria deberá estar debidamente codificada e identificada como tal. Sólo se aceptará aquella documentación complementaria que sirva para acreditar algún requerimiento solicitado y que no aparece en la Product Data.

La documentación debe estar traducida oficialmente al catalán o castellano. Serán desestimadas las ofertas que no cumplan con este requisito o que presenten la documentación en otro idioma.

3.2. Oferta logística

Única y exclusivamente para los materiales incluidos en los lotes 15 y 16, de equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura para los centros. HOSPITAL UNIVERSITARIO ARNAU DE VILANOVA (ARN), HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA MARÍA y HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS (GESTIÓN SERVICIOS SANITARIOS-GSS), el licitador deberá presentar un PROYECTO TÉCNICO DE ASISTENCIA LOGÍSTICA Y POSTVENTA separado para cada uno de los lotes, donde se recogerán todos los aspectos relativos a la gestión, frecuencia de reposición y garantía del suministro del material de cobertura quirúrgica y de los medios e infraestructuras que se pondrán a disposición del Hospital, y que se valorarán Mediante criterios de adjudicación adicionales

objetivos y de juicio de valor, cuantificados en el documento "ANEXO 4 - Desglose Criterios de valoración". Este proyecto deberá contemplar:

La adjudicación del lote 15 y 16 será a un único proveedor por cada lote.

Cada centro hospitalario valorará de forma independiente la oferta logística presentada por cada licitador, para los materiales incluidos en cada uno de los lotes, de forma que la empresa adjudicataria de cada lote podrá resultar distinta.

3.2.1. Suministro

El suministro, almacenamiento, control de existencias y reposición del material se efectuará íntegramente a cargo del adjudicatario con la frecuencia necesaria para asegurar la disponibilidad de stock en el hospital, utilizando un sistema de reposición automatizado que no necesite participación de recursos humanos por parte del hospital.

El personal de centro hospitalario únicamente deberá encargarse de retirar el producto, y automáticamente, el sistema deberá descontar el stock. En todo momento, el hospital deberá disponer de la información referente a consumos y stock, en el servidor informático del proveedor, tanto como del registro de consumos que permitirá realizar el seguimiento del gasto para automatizar la facturación.

El sistema de reposición automatizado deberá dotar al centro hospitalario de los siguientes componentes, mínimamente:

- Sistema de estanterías volumétricas o armarios modulares

Sistema inteligente de almacenamiento modular adaptado a espacios reducidos, capaz de medir la cantidad de stock que existe en cada ubicación en tiempo real.

El etiquetado de identificación de los productos en las estanterías irá a cargo de la empresa adjudicataria.

Las dimensiones de las estanterías volumétricas o armarios modulares irán en función del stock.

La empresa adjudicataria deberá instalar las estanterías volumétricas o armarios modulares en las ubicaciones que el hospital del ICS indique, tanto en almacenes de esterilización como dentro del bloque quirúrgico, si fuera necesario.

La empresa adjudicataria tendrá que garantizar el suministro a las diferentes áreas quirúrgicas para asegurar la disponibilidad de los productos necesarios para cada tipología de intervención, y evitar su sobre almacenamiento.

La empresa adjudicataria tendrá que poner a disposición del centro hospitalario la modalidad del suministro y los mecanismos de control de stock.

La empresa adjudicataria, conjuntamente con el centro hospitalario ICS, tendrá que definir los stocks mínimos de producto. Será la empresa adjudicataria la que se encargará de aprovisionar automáticamente el material, con una frecuencia de entrega que garantice la disponibilidad continua de producto.

- Gestión automatizada del control de stocks del almacén

Sistema de gestión de los stocks y la trazabilidad de los equipos personalizados que convivirá conjuntamente con el sistema de estanterías volumétricas o armarios modulares. La empresa adjudicataria deberá tener en cuenta que este sistema de gestión deberá ser compatible con el programa informático del hospital para garantizar la trazabilidad a paciente.

El sistema deberá permitir, además:

- o Gestionar el almacén de cobertura y caducidades o
- Gestionar trazabilidad completa o
- Consultar información del producto en tráfico o
- Posibilidad de integración con el sistema del hospital.

El adjudicatario se hará cargo de todos los gastos que origine la conexión, software y equipos necesarios para el funcionamiento.

- Programa de gestión para el análisis de consumo

El licitador deberá presentar un programa informático para la gestión y visualización de los stocks en consigna.

El hospital deberá poder obtener información esmerada y análisis de calidad sobre el consumo, listado de las existencias y listados mensuales que registren, por productos, las veces que se baja del stock mínimo definido y las roturas de stocks. El licitador se hará cargo de todos los gastos que origine la conexión, programa y equipos necesarios para su funcionamiento (Sistema RFID, armarios inteligentes...)

3.2.1.1. Disponibilidad de los productos

La empresa adjudicataria tendrá que garantizar y asegurar la disponibilidad de suministro de los materiales necesarios para cada tipología de intervención, en las diferentes áreas quirúrgicas y evitar el sobre almacenamiento.

La empresa adjudicataria tendrá que describir la modalidad del suministro y los mecanismos de control de stock que tendrá que poner a disposición del Hospital y definir conjuntamente con el centro, los stocks mínimos de producto.

La empresa adjudicataria deberá encargarse de realizar el aprovisionamiento automático con la frecuencia de entrega necesaria para garantizar que siempre haya producto disponible.

La empresa adjudicataria deberá garantizar el suministro con continuidad absoluta durante toda la vigencia del contrato, incluidos los períodos de vacaciones.

3.2.1.2. Gestión logística del suministro

Durante el período de vigencia del contrato, el hospital podrá solicitar la adaptación de todos los equipos de procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura quirúrgica que considere ya no se ajustarán al uso clínico y asistencial para el que fueron adjudicados, actualizando el número de componentes, forma de presentación, características técnicas de los componentes. La actualización técnica del equipo, o por motivo de innovación tecnológica, correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Deberán elaborarse unos stocks máximos y mínimos de seguridad para cada uno de los códigos de material adjudicados que asegurarán el suministro necesario para la actividad quirúrgica ordinaria y extraordinaria del centro.

La empresa adjudicataria efectuará el suministro, almacenamiento, control de existencias y reposición del material, de forma íntegra, y asumirá la responsabilidad total de la organización, gestión y control de los depósitos de los materiales.

La reposición del material se realizará directamente al Servicio asignado por el centro. La empresa adjudicataria deberá encargarse del desembalaje, la colocación del material y la retirada del cartón de embalaje, respetando las medidas de asepsia correspondientes (bata, gorro, bragas e higiene de manos) y circulación del material.

Asimismo, la empresa adjudicataria será responsable de la correcta colocación del material suministrado, debiendo revisar de forma periódica las caducidades de los equipos almacenados en el hospital. Será indispensable que la empresa adjudicataria indique las acciones que se llevarán a cabo para que el material no caduque.

La empresa adjudicataria se será responsable del mantenimiento de los stocks acordados con el centro hospitalario, para cada código de material, mediante las reposiciones necesarias y en función del consumo en tiempo real que será reportado a través del equipamiento/programa/soporte informático instalado a tal fin.

En ningún momento deberá producirse una rotura de stock, que afectaría a las intervenciones programadas y las urgentes. La reposición deberá realizarse en el horario establecido por el centro hospitalario para asegurar el abastecimiento y la calidad asistencial y alterar mínimamente la actividad asistencial de los profesionales del centro.

En caso de ruptura de stock, la empresa adjudicataria deberá proporcionar un nuevo material de características técnicas similares para que no se interrumpa la actividad quirúrgica, en un plazo no superior a 24 horas. Esta sustitución de producto no supondrá ningún coste económico por el centro hospitalario del ICS.

Durante todo el tiempo de ejecución del contrato, la empresa adjudicataria estará obligada a informar y proponer sustituciones de los material adjudicados por otros que incorporen

ventajas o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones asistenciales o características técnicas inicialmente adjudicadas.

El centro deberá poder disponer en las estanterías volumétricas o armarios modulares de los elementos sueltos que configuran los equipos personalizados y codificados con un código de material, que se relacionan a continuación, diferenciado por lote:

LOTE 15 - Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura HU ARNAU DE VILANOVA (ARN)

| STOCK DE COBERTURA QUIRÚRGICA FUERA DE LOS EQUIPOS PERSONALIZADOS | CONSUMO ANUAL PREVISTO (+/- 5%) |
|---|---------------------------------|
| Bata quirúrgica estándar talla L | 200 |
| Batas quirúrgicas estándar talla XL | 100 |
| Batas quirúrgicas estándar talla XXL | 40 |
| Bata quirúrgica reforzada talla L | 100 |
| Batas quirúrgicas reforzada talla XL | 70 |
| Batas quirúrgicas reforzada talla X XL | 20 |
| Cobertor de mesa 100x150cm abs.75 x 150 cm. | 50 |
| Cobertor de mesa de 150 x 190 cm.abs,75x190 | 50 |
| Cobertor de mesa 75x90cm reforzado | 100 |
| Funda mesa de Mayo 80X145CM abs.65x85 | 100 |
| Sábana con adhesivo de 240x150 cm reforzado | 100 |
| Sábana con adhesivo de 150 x 175 cm reforzado | 100 |
| Sábana con adhesivo de 175 x 175 cm reforzado | 100 |
| Talla adhesiva de 75 x 90 cm. | 100 |
| Talla adhesiva de 75 x 75 cm. | 100 |
| Cobertor fenestrado Adh.75cm x 90cm. | 50 |
| Cobertor fenestrado Adh.150x120 | 50 |
| Leggings de 75 x 140 cm. 1pz | 75 |
| Toallas seca campo 33 x 30 cm. | 100 |
| Cinta velcro adhesiva 2x23cm. | 100 |
| Cinta adhesiva de 10 x 50 cm. | 100 |
| Bolsa de instrumentos con adhesivo y dos compartimentos 46x40 | 100 |
| Stockinette de 32x120cm. | 50 |
| Stockinette de 25 x 80 cm | 80 |

LOTE 16 - Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura GESTIÓN SERVICIOS SANITARIOS (GSS)

| STOCK DE COBERTURA QUIRÚRGICA FUERA DE LOS EQUIPOS PERSONALIZADOS | CONSUMO ANUAL PREVISTO (+/- 5%) |
|---|---------------------------------|
| Bata quirúrgica estándar TL | 563 |
| Bata quirúrgica estándar T-XL | 1.589 |
| Bata quirúrgica estándar T- XXL | 163 |
| Bata quirúrgica reforzada TL | 100 |
| Bata quirúrgica reforzada T-XL | 100 |
| Bata quirúrgica reforzada T-XXL | 140 |
| Cobertor de mesa 75x90 (IS) | 3.880 |
| Cobertor mesa 100x150 | 60 |
| Talla adhesiva 75x75 (IS) | 2.255 |
| Talla adhesiva 75x90 (IS) | 90 |
| Cobertor fenestrado 75x90 | 465 |
| Cobertor fenestrado 150x120 | 63 |
| Funda mesa de Mayo 75x150 | 687 |
| Leggings 75x140 | 185 |
| Bolsa instrumentos con adhesivo y dos compartimentos 46x40 | 483 |
| Stockinette 32x120 | 25 |
| Stockinette 25x80 | 25 |
| Cinta velcro adhesiva 10x50 | 810 |
| Cinta velcro adhesiva 2x23 | 200 |
| Colchas mesa individuales 150x190 (PR) | 635 |
| Sábana adhesiva 175x175 (is) | 230 |
| Sábana adhesiva 240x150 | 100 |
| Sábana adhesiva 150x175 | 100 |
| Toalla seca campo 33x30 | 100 |

Las cantidades previstas de la mesa irán a cargo del adjudicatario, que asumirá un margen de maniobra máximo del 5% de la cantidad especificada. El centro hospitalario asumirá el gasto que sobrepase ese margen.

En caso de necesidad de algún otro elemento suelto no descrito en la mesa, el centro hospitalario deberá acordar con el proveedor adjudicatario la cantidad anual que deberá ir a su cargo, atendiendo a la previsión de cantidad anual de consumo del equipo personalizado.

Los equipos de procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura quirúrgica estarán disponibles en un período máximo de 3 meses desde la formalización del contrato.

3.2.2. Formación

La empresa adjudicataria aportará un plan de formación que recoja los puntos que se detallan a continuación:

1. La empresa adjudicataria será la responsable de la formación del personal del Hospital en todo lo relativo a la utilización del material de cobertura quirúrgica, así como al funcionamiento del sistema de gestión ofrecido por el proveedor.
2. Durante la fase de implantación sistema de gestión logística ofrecido por el proveedor, la empresa adjudicataria deberá garantizar la presencia física en el área quirúrgica de personal propio, con amplia experiencia y formación acreditada, para la asistencia y la formación del personal del bloque quirúrgico del hospital, en la correcta utilización de los sistemas logísticos implementados. Deberá garantizarse esta asistencia técnica durante todo el tiempo que sea necesario.
3. La empresa adjudicataria deberá aportar un plan formativo del proyecto técnico

3.2.3. Embalaje y etiquetado de los productos ofrecidos

El centro hospitalario del ICS deberá estar informado y autorizar cualquier modificación que se realice respecto del embalaje del material.

Los códigos de material estériles adjudicados en esta licitación tendrán que tener una tipología de embalaje que garantice una barrera eficaz contra el polvo y la humedad.

Se define como "triple nivel de embalaje" el que consiste en una caja de cartón externa para el transporte, un segundo embalaje mediante bolsa de polietileno o caja dispensadora para su almacenamiento en el quirófano y un envase unitario estéril, de fácil apertura y que garantice la no contaminación.

El etiquetado deberá ser perfectamente legible en español o mediante uso de simbología internacional armonizada.

Cada equipo quirúrgico deberá disponer de un sistema de plegado que garantice la correcta utilización según las normas de asepsia.

Cada envase unitario de producto deberá contener obligatoriamente las informaciones expresadas en español (o que lo incluya si el envase es multilingüe):

- EAN (código del producto). Embalaje primario con etiqueta autoadhesiva removible con código de barras de trazabilidad donde se especifique referencia, lote y fecha de caducidad
- Denominación del artículo o equipo, talla y medidas en su caso

- Relación de todos sus componentes, tamaños y unidades, en texto o en pictogramas
- Marcado CE
- Referencia y lote
- Indicación de producto desecharable •
Indicación de esterilidad y método de esterilización utilizado
- Fecha de caducidad
- Nombre del fabricante y distribuidor
- Embalaje primario con etiqueta autoadhesiva removible con código de barras de trazabilidad donde se especifique referencia lote y fecha de caducidad
- Los equipos estarán etiquetados según normativa GTIN 128

3.2.4. Implementación del sistema logístico

Será requerimiento obligatorio para el licitador que el programa para la gestión de la cobertura quirúrgica y los sistemas para el suministro, almacenamiento, control de existencias y reposición del material esté implementado y preparado para su utilización, en el centro hospitalario, en el plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de formalización del contrato.

3.2.5. Mantenimiento, averías, plazos y resoluciones

La empresa licitadora deberá presentar un plan de contingencia tanto de mantenimiento como de reparación de las estanterías o armarios volumétricos y sistemas informáticos, indicando el tiempo de respuesta y tiempo de resolución que garantice el suministro de material y la continuidad de la actividad asistenciales, en los centros ICS.

3.2.6. Innovación tecnológica y mejoras del proyecto técnico de asistencia logística y postventa

Se considerarán mejoras técnicas valorables adicionalmente de los proyectos técnicos de gestión del suministro de la cobertura quirúrgica y asistencia post-venta que presenten las empresas licitadoras:

a) Identificación por etiquetas de colores

Identificación de los equipos por etiquetas de colores y la nomenclatura del equipo abreviada, teniendo el equipo de cada especialidad un color distinto. Este sistema de etiquetado por colores según la especialidad deberá disponer de una paleta de más de 10 colores disponibles para diferenciar sin problemas a los equipos de las diferentes especialidades. Esta identificación debe ir en uno de los laterales del equipo, para identificarlas durante su almacenamiento y con el tamaño adecuado para la correcta visualización con la denominación del equipo.

b) Estanterías Las

estanterías metálicas y de tipo rejilla abiertas, para evitar la acumulación de polvo. La empresa adjudicataria debe poder ofrecer al menos dos tamaños diferentes

de estas estanterías, cuyas medidas tendrán que estar comprendidas entre las medidas estándares de mercado: entre 450mm y 600mm de fondo, por 1200mm y 1500mm de ancho.

c) Etiqueta RFID

Identificación de los equipos adjudicados mediante etiquetados que integren chip único de tecnología RFID, para la gestión de la trazabilidad del paciente, de lectura posible con cualquier dispositivo y compatible con sistema informático del centro.

3.3. Modelo de oferta técnica

La configuración de los sobres se indica en el cuadro de características, indicándose si existe sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 y sobre 3:

Cuando hay documentación a presentar en el sobre 2 bis, deberá presentarse, lo indicado en el cuadro de características y/o

Modelo de criterios evaluables mediante aplicación de juicio de valor, ANEXO C

Se debe llenar el Excel Licitación 1101412204_2bis

Anexo D5 - Ficha Criterios Adicionales Juicio de Valor

La información contenida en este sobre no podrá contener ninguna información solicitada en los siguientes sobres y que desvele el secreto de la oferta. La oferta será desestimada si se incumple con el requerimiento anterior.

Cuando hay documentación a presentar en sobre 2 deberá presentarse, lo indicado en el cuadro de características y/o

Ficha técnica propia del producto/empresa licitadora o Product Data, ANEXO D1.

La documentación técnica propia del producto/empresa licitadora (Product data), debe presentarse en una sola carpeta ZIP que contenga todas fichas que se presentan.

Dentro de esta carpeta ".ZIP" estarán todas las fichas técnicas propias de los códigos de materiales contra los que se licite.

Esta carpeta debe llamarse: D1-ProductData

El fichero de cada una de las fichas técnicas propias presentada, deberá nombrarse de la siguiente forma: D1-PD-Nº de Lot-Código SAP

Ejemplo código SAP: D1-PD-Lot1-30099999

La documentación debe estar traducida al catalán o castellano. La presentación de la Product Data, ANEXO D1, en otro idioma será motivo de rechazo a la oferta presentada.

Para su trazabilidad, cada ficha deberá ir etiquetada/enumerada/identificada con los siguientes datos:

- Nº. expediente CS/CC00/1101412204/25/AMUP - NIF y nombre de la empresa - Lote - Código de material
- ICS
- Referencia

La presentación de la Product Data indebidamente etiquetada/enumerada/identificada con los datos anteriormente enumerados podrá ser motivo de exclusión.

En caso de que la Product data no refleje los requisitos solicitados la empresa deberá presentar el certificado del fabricante que garantice el cumplimiento de estos requisitos. Este certificado deberá estar traducida al catalán o castellano y presentado como "Documentación complementaria a la Product Data". La no presentación de este certificado podrá ser motivo de exclusión.

Lista-resumen, Modelo y Guía, ANEXO D2 de las fichas presentadas a la licitación.

En la Guía se describen todos los campos de la lista-resumen y la descripción de cada uno de ellos y, en algunos casos, se indica qué información se debe facilitar.

El fichero que contiene la lista-resumen de las fichas técnicas presentadas en la licitación, deberá nombrarse de la siguiente forma: D2-Resumen

Ejemplo: D2-Resumen.xls o .xlsx

Fichas técnicas resumen requerimientos obligatorios, ANEXO D3, detallados en este documento nº. PPT-AMUP-S-11-25, punto 2.3.

Ejemplo: D3-Requerimiento..xls o .xlsx

Fichas técnicas resumen criterios adicionales de adjudicación, ANEXO D4, detallados en el documento "ANEXO 4 - Desglose Criterios de valoración", del pliego administrativo, "Plantilla Puntuación PCAP".

Las ofertas que no presenten la información en estos modelos no serán valoradas

3.4. Presentación de muestras

Para esta licitación no es necesario presentar muestras.

El órgano de contratación, si lo considera oportuno, se reserva el derecho de solicitar muestras o demostraciones durante el período de evaluación de las ofertas. En caso de que se requieran otras muestras, el licitador deberá entregarlas en el lugar y persona de contacto que se indique en la solicitud y en el plazo máximo que se indique en la petición. Si el licitador incumple alguna de las condiciones establecidas en la solicitud de muestras su oferta será desestimada.

Cada muestra deberá ir etiquetada con los siguientes datos:

- Nº. expediente CS/CC00/1101412204/25/AMUP - NIF y nombre de la empresa - Lote - Código de material
- ICS - Referencia

Las muestras serán evaluadas en diferentes centros ICS, por tanto, habrá que presentar tantos juegos de muestras como centros y especialistas de producto evaluadores.

En el supuesto de que las muestras fueran necesarias para completar la valoración técnica y no se presentaran, la oferta presentada no será evaluada y, por tanto, será desestimada.

Con las muestras presentadas, el Instituto Catalán de la Salud se reserva el derecho de hacer el uso que estime conveniente. Si el licitador quiere recuperar el excedente deberá indicarlo por escrito a la Gerencia de Compras en el momento de la entrega.

Todos los gastos que puedan producirse para la entrega y recogida de muestras irán a cargo del proveedor.

3.5. Documentación confidencial

Los documentos y los datos presentados por las empresas licitadoras en el sobre 2 y 2bis pueden considerarse de carácter confidencial si incluyen secretos industriales, técnicos o comerciales y/o derechos de propiedad intelectual y su difusión a terceras personas pueda ser contraria a los sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la competencia leal entre las empresas del sector; o cuando su tratamiento pueda ser contrario a las previsiones de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. Asimismo, el carácter confidencial afecta a cualquier otra información cuyo contenido pueda utilizarse para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitación o en otros posteriores.

No tendrán en ningún caso carácter confidencial la oferta económica de la empresa, ni los datos incluidos en el DEUC. Asimismo tampoco tendrá carácter confidencial ningún ANEXO o MODELO solicitado por el ICS.

La determinación de documentación como confidencialidad que se presente debe ser necesaria y proporcional a la finalidad o interés que se quiere proteger y debe determinar de forma expresa y justificada los documentos y/o los datos facilitados que consideren confidenciales. No se admiten declaraciones genéricas o no justificadas del carácter confidencial.

En todo caso, corresponde al órgano de contratación valorar si la calificación de confidencial de determinada documentación es adecuada y, en consecuencia, decidir sobre el acceso o vista de dicha documentación, previa audiencia de la empresa o empresas licitadoras afectadas.

La designación de la documentación como confidencial comporta la obligación de presentarla en fichero independiente del resto de documentación, en el espacio habilitado a tal efecto en la herramienta del Sobre Digital. No se admitirá ningún documento mezclado con documentación no confidencial.

4. Condiciones obligatorias para la empresa contratista

4.1. Prevención de riesgos laborales

La empresa contratista tendrá que cumplir con la normativa específica de prevención de riesgos laborales.

Asimismo, se aportará obligatoriamente la documentación necesaria (Fichas de Seguridad) de todos aquellos productos que puedan suponer algún riesgo para la salud de los trabajadores, de acuerdo con lo que establezca la normativa vigente.

4.2. Formación

La empresa contratista deberá formar al personal en el correcto uso de los productos adjudicados, si el centro destinatario de los mismos así lo requiere.

4.3. Manual de usuario

La empresa contratista deberá entregar, en su caso, un manual de usuario, documento de instrucciones o protocolo de utilización del material adjudicado cuando se les requiera, preferiblemente en catalán, y en su defecto es posible, en español.

4.4. Condiciones logísticas y de suministro

4.4.1. Condiciones de suministro

Las empresas contratistas se comprometen a suministrar los materiales adjudicados con la mínima caducidad que se indique en el momento de la adjudicación en los atributos logísticos.

Las empresas contratistas retirarán los materiales defectuosos y, sin cargo alguno, los sustituirá por otros nuevos en las condiciones adecuadas.

Si las empresas contratistas tienen materiales en depósitos en los centros, tendrán que garantizar que las caducidades estén dentro de los márgenes que se ha establecido en los atributos logísticos.

4.4.2. Garantía de suministro

4.4.2.1. El Gestor de las incidencias en compras (GIC)

Las incidencias que en relación con los materiales adjudicados se puedan producir durante la vigencia del contrato, se tendrán que notificar a través de la web Gestor de incidencias en compras (GIC). El GIC tiene tipificadas la mayoría de incidencias que se producen habitualmente, y es una herramienta que agiliza y mejora la comunicación de su resolución.

Las casuísticas que deben notificarse a través del GIC son:

Variaciones en el pedido:

- Diferencias en el precio del pedido, por motivos diversos
- Diferencias en las referencias, ya sea por errores o cambios
- Discontinuidades u obsolescencias
- Cesiones/cambios societarios de materiales adjudicados

Notificaciones de previsión de roturas de stock

La dirección del GIC es: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La solicitud de Alta de un nuevo usuario, la gestiona el propio interesado cuando accede a la aplicación, cumplimentando la información que se requiere al pulsar la opción 'Solicitud de alta de nuevo usuario', en la 'apartado 'Alta para nuevos usuarios'. El primer usuario de un NIF será el que posteriormente validará las altas de las nuevas solicitudes del propio NIF y ejercerá las funciones de administrador. Cuando se solicite un nuevo usuario, el administrador del NIF recibirá un correo notificando que es necesaria la validación de una alta. En el Manual de usuario GIC – proveedores, al final está el Anexo administrador NIF'.

En el apartado "Guías y avisos", se encuentran los Manuales de usuario proveedor y el Índice de incidencias del GIC. En caso de que requieran más información al respecto, pueden dirigirse a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitación de información de cualquier incidencia en relación con el material adjudicado por parte de la empresa adjudicataria a través del GIC comportará incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución definidas en el pliego de cláusulas administrativas.

Las empresas contratistas se comprometen a mantener el stock suficiente para garantizar una adecuada continuidad en el abastecimiento a todos y cada uno de los centros destinatarios.

En el caso de imposibilidad del suministro deberá notificarse a la Gerencia de Compras a través del Gestor de Incidencias en Compras (GIC) en el enlace <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> según corresponda:

a) Para roturas con alternativa:

| Agrupación PROVEEDORES | |
|---|--|
| Tipo 404. Aviso de previsión de rotura de stock CON alternativa | Rotura de stock con |
| Motivo | una referencia alternativa Documentos obligatorios a |
| | anexar - F010-Ficha técnica actual* - |
| | F011-Ficha técnica de la |
| | alternativa* - P010-Presupuesto* - E010- |
| | Escrito del proveedor |
| | informando el tiempo estimado de ruptura |

b) Para roturas sin alternativa

| Agrupación PROVEEDORES | |
|--|-------------------------------------|
| Tipo 405. Aviso de previsión de ruptura de stock SIN alternativa | Rotura de stock con |
| Motivo | una referencia sin alternativa |
| | Documentos obligatorios a anexar |
| | - No requiere documento obligatorio |

Las empresas contratistas tendrán que disponer de un teléfono y/o correo electrónico específico de contacto para cualquier consulta que pueda surgir o notificar incidencias que pongan en peligro el suministro.

4.4.2.2. Garantías durante la ejecución del contrato

Dado que en la adjudicación sólo se hará constar el código SAP adjudicado y la referencia correspondiente a la MARCA y MODELO pero sólo consta la relación de aquellos tamaños solicitados por los centros peticionarios en el momento de la adjudicación, la empresa contratista podrá suministrar bienes adicionales a los adjudicados, durante el período de duración del acuerdo marco o de los contratos basados en el acuerdo marco, siempre que estén dentro de la misma gama de bienes. Se entiende como gama todos los tamaños asociados a la MARCA y REFERENCIA ADJUDICADA.

La empresa contratista está obligada a presentar precios más favorables a los inicialmente adjudicados, si los precios y condiciones con los que pujan en el mercado mejoran los de la adjudicación. La presentación de precios más favorables deberá comunicarse a la Gerencia de Compras a través del Gestor de incidencias en compras (GIC).

La empresas contratistas deberá disponer de personal suficiente y con la calificación técnica necesaria para garantizar la calidad de los bienes y la ejecución de los controles procedentes de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

4.4.2.3. Plazo de entrega

Las empresas contratistas deben entregar el material en la fecha y franja horaria que se indica en la orden de entrega que emite el operador logístico del ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centro peticionario, la cual se notifica en el pedido y/o mensaje ORDERS.

El incumplimiento de estos requisitos comportará las penalidades que se especifican en el pliego de cláusulas administrativas particulares, pudiendo comportar incluso la resolución anticipada del contrato a instancia del órgano de contratación.

4.4.2.4. Unidades mínimas de pedido

La unidad mínima de pedido será equivalente a la forma de presentación del producto, por ejemplo: caja de 2 unidades; bolsa de 50 unidades; etc.

No hay cantidad ni importe mínimo de pedido. Al ser un suministro de trato sucesivo, las cantidades de unidades de los pedidos vendrán determinadas en función de las necesidades de los centros.

4.4.2.5. Lugar de entrega de los pedidos

La entrega del material de trato sucesivo, se efectuará en el lugar que se indique en el pedido-mensaje ORDERS emitido por el operador logístico o centro peticionario. Esta entrega estará debidamente documentada con el albarán correspondiente.

El suministro se efectuará en el horario que establezca cada centro. La recepción del material, en el centro que corresponda, deberá realizarse con la presencia del personal que tenga asignadas las tareas de recepción del mismo.

4.4.3. Sistema EDI

El operador logístico del ICS y, los centros peticionarios de forma progresiva, utiliza el sistema EDI como único medio de intercambio de documentos comerciales con sus proveedores. En concreto intercambia los siguientes documentos:

- Pedidos a proveedor (mensaje ORDERS D.96A UN EAN008)
- Respuesta del proveedor al pedido (mensaje ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En este mensaje deberá verificar los siguientes campos: - Código EAN unitario (GTIN) , y en su defecto , código EAN de la caja (GTIN)

- Referencia del producto
- Cantidad
- Precio
- Plazo de Entrega

Si todos los campos son correctos, confirmar el ORDRSP y si no lo son, se iniciará el trámite de gestión de incidencias deberá indicar las incidencias en los campos correspondientes.

- Albarán electrónico, mensaje DESADV D 96A UN EAN005

- Este albarán deberá detallar los siguientes datos:

NIF del proveedor
 Número de orden de entrega o compra (ZOE)
 El código de artículo SAP, y en su caso, el código de artículo del operador logístico
 La referencia y el código EAN unitario (GTIN), y en su defecto, código EAN de la caja (GTIN)
 La descripción del producto
 El número de lote y la caducidad
 La cantidad por referencia
 El precio
 unitario
 Importe total Temperatura de conservación

- Confirmación de recepción o mercancía mensaje RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidencia corresponde a precio y/o referencia, deberá notificarlo tanto al operador logístico o al centro peticionario, a través del ORDRSP, como a la Gerencia de Compras del ICS mediante la aplicación GIC.

Al crear la incidencia en el GIC se tendrán que escoger los siguientes parámetros:

| | |
|---|--|
| Agrupación VARIACIONES EN EL PEDIDO 010. Errores | |
| en precios de materiales Tipo Motivo | |
| Escoger el motivo que sea más adecuado a la incidencia: Error interpretación Unidad | |
| medida Error transcripción | |
| Error de precio en la factura | |
| Diferencia en el precio | |
| Documentos obligatorios a anexar | |
| - P010-Presupuesto o documento propio del solicitante que acredite el ítem a modificar | |

Antes de la formalización del contrato, los adjudicatarios tendrán que aportar un certificado de su proveedor EDI o de GS1 SPAIN, que acredite que disponen del sistema con los siguientes datos:

- Punto Operacional (identificador de usuario EDI)
- Red EDI
- Mensaje ORDERS D.96A UN EAN 008 - Mensaje ORDRSP D.96 A UN EAN 005 - Mensaje DESADV D.96A UN EAN 005 - Mensaje RECADV D.96 A UN EAN 003 - Disponibilidad para intercambiar dichos mensajes.

El incumplimiento de estos requerimientos podrá ser causa de la resolución del contrato de suministro.

Toda la información relativa a los requisitos para intercambiar documentos con Logaritme y centros peticionarios la podrán encontrar en los siguientes enlaces:

ICS Farmacia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa> ICS prótesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa> Logaritmo: https://www.ediversa.com/es/logaritmo_ediversa

Transitoriamente los adjudicatarios que no dispongan del sistema EDI, podrán visualizar los pedidos a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, y podrán acceder introduciendo los siguientes datos:

- Identificador (asignado por proveedor de servicios EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contraseña (asignada por el proveedor de servicios EDI de Logaritme, Ediversa)

En esta plataforma web, los adjudicatarios podrán:

configurar una dirección de correo electrónico para recibir los correspondientes avisos de pedido
visualizar los documentos recibidos
generar fácilmente los documentos a enviar

Una vez que ya se tenga el usuario en la plataforma validado, el proveedor podrá visualizar los documentos recibidos y generar fácilmente los documentos a enviar. Si hace falta más información o aclaraciones respecto al Sistema EDI, pueden contactar directamente con Logaritme Serveis Logístics AIE, en el correo planificación@logaritme.net y en el caso de los centros peticionarios del ICS con suport.ics@ediversa.com y/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condiciones del operador logístico

4.5.1. Embalajes

Los envíos de material deberán realizarse en el almacén del operador logístico Logaritme Serveis Logístics, AIE o en el almacén que se indique en la ORDER.

Con la excepción de la entrega de volúmenes pequeños, los envíos de material se efectuarán en albañiles que deben cumplir las siguientes condiciones y características de embalaje:

- Albañiles europeos de 1,20 x 0,80 x 1,20, que cumplan la directiva UNE-EN 13698-1 y NIMF-15.
- Albañiles retractiladas
- Paletas con un máximo de 750 kg, y altura máxima de 165 cm (con la estructura de la paleta incluida)
- Las paletas deben contener un único material y lote
- En caso de que el volumen del artículo no supere el contenido de una paleta, podrá contener diferentes artículos debidamente ordenados y con identificación clara externamente
- Los albaranes irán al exterior del embalaje

Detalle de la estructura de las paletas:



Las cajas deben venir etiquetadas con etiquetas cerradas, código de barras EAN-13 y/o EAN-128-1, con la siguiente información:

- Referencia
- Lote
- Caducidad
- Cantidad

La referencia de la etiqueta debe ser la referencia adjudicada, que se corresponderá con la indicada en la oferta económica en el campo Referencia.

En el momento de la recepción del material, en el centro destinatario se verificará la integridad del embalaje. En caso de que no esté en condiciones se devolverá a la empresa.

4.5.2. El albarán

Es necesario presentar:

- Albarán en soporte papel por duplicado
- Albarán electrónico, mensaje DESADV D 96A UN EAN005
- Este albarán deberá detallar, de forma obligatoria, los siguientes datos:

NIF del proveedor

Número de orden de entrega o compra (ZOE)

El código de artículo SAP, y en su caso, el código de artículo del operador logístico

La referencia y el código EAN (GTIN).

La descripción del producto El
número de lote y la caducidad La

cantidad por referencia El precio
unitario

Importe total

Temperatura de conservación

4.5.3. Recepción de mercancías en el operador logístico, Logaritme, AIE

Cuando llega la agencia de transporte del proveedor, el transportista entrega los albaranes a la oficina de recepción, donde se comprueba si el pedido puede aceptarse o no.

Verificada la admisión de la mercancía, se dará la orden de descarga al transportista y se sellará con la fecha de la recepción y la conformidad pendiente de examen de la mercancía. Se dará copia al transportista junto con el boletín de recepción para que proceda a la descarga del material ya la ordenación, según las indicaciones del operario del muelle.

Si no lleva los albaranes del proveedor o comprobante de entrega la referencia del albarán electrónico DESADV, se rechazará la mercancía. Esta mercancía queda en cuarentena, hasta que se compruebe el estado, caducidad, cantidad, lote y forma de presentación.

Una vez efectuada la revisión, dentro de las 72 horas de plazo máximo, tal y como establecen las RAAC, Recomendaciones por la Administración Comercial Eficiente, establecidas por el Comité del Sector Salud de GS1 ESPAÑA, se envía al proveedor el correspondiente mensaje RECADV, con la conformidad o incidencia que se haya detectado.

En caso de que exista alguna incidencia se comunicará al proveedor vía correo electrónico.

Si la cantidad entregada es diferente a la que consta en el albarán, se hará la recepción por la cantidad real entregada, y se comunicará la incidencia al proveedor, a fin de que confeccione la factura por la cantidad real recibida. En este caso, la cantidad que ha quedado pendiente de ser suministrada,

se entregará lo antes posible, con el mismo número del pedido que ha quedado parcialmente servido.

4.5.4. Motivos por los que se rechaza una mercancía

1.-La caducidad es inferior a la mínima indicada en la ficha de atributos logísticos cumplimentada en el momento de la adjudicación.

2.-La forma de presentación es diferente, por lo que la cantidad entregada no es múltiplo de la unidad pedida.

3.-Las condiciones del producto no son correctas, por ejemplo: embalaje roto, no conservación de la cadena de frío, o cualquier incidencia que haga que no se pueda poner el producto en situación de stock disponible.

Si se detecta la incidencia en el momento de la descarga, se rechazará la mercancía y el propio transportista de la agencia se lleva el material.

En caso de detectarse en la revisión posterior, el proveedor dispone de 30 días para retirar la mercancía del almacén de Logaritme.

4.-Cualquier entrega que no cumpla las condiciones de embalaje exigidas.

En caso de que la agencia de transporte lleve mercancías de más de un proveedor y se le rechace la mercancía de uno ellos y no pueda llevarse sólo la mercancía rechazada, si no descarga las de los demás proveedores de la expedición, como que no se habrá entregado, constará como suministro pendiente.

4.5.5. Normas de seguridad para los chóferes que transiten a Logaritme Serveis Logístics, AIE

El operador logístico tiene unas instrucciones con las normas de seguridad para los chóferes mientras estén en sus instalaciones, cuyo detalle es el siguiente:

NORMAS DE SEGURIDAD TRANSPORTISTAS

Con el objetivo de evitar situaciones de riesgo de accidente en las instalaciones de LOGARITMO SERVICIOS LOGÍSTICOS, AIE, procede en todo momento desde el acceso a nuestras instalaciones, seguir las siguientes instrucciones:

| | |
|---|---|
| <p>1. Acceso al recinto. Identifíquese cuando llegue a la empresa (garita de control de accesos).</p> |  |
| <p>2. Circulación. Respete la velocidad máxima de 10 km/h, así como los sentidos permitidos de circulación, conforme a la señalización existente.</p> |  |
| <p>3. Carga-descarga de material de la caja del camión. Sigue las indicaciones del personal de Logaritme, y en todo caso conforme a las siguientes normas:</p> <p>a. No se iniciará hasta que el camión se encuentre situado en la zona definida y totalmente estacionado, con el motor parado y vehículo totalmente inmovilizado. Se hará uso obligatorio de calzo en las ruedas en caso de que por motivo de rampa o desnivel debe asegurar la inmovilización de vehículo. En ningún caso permanecerá parado con el motor en marcha.</p> <p>Cuando usted conductor, y/o personal acompañante, deba bajar del camión, deberá</p> <p>b) de utilizar obligatoriamente chaleco o ropa reflectante y calzado de seguridad.</p> <p>c. Posteriormente se procederá a abrir la caja del camión, abaten las puertas, y desplazando los toldos en caso necesario.</p> <p>d. Seguidamente se dirigirá a los operarios de la zona de muelles que le darán las indicaciones necesarias para realizar la descarga</p> <p>e. Una vez finalizada la carga/descarga, se procederá a cerrar las puertas y correr los toldos y posteriormente se podrá iniciar el desplazamiento del vehículo.</p> <p>f. Queda totalmente prohibido saltar por la zona de los muelles.</p> |  ES OBLIGATORIO PONER CALZOS |
| <p>4. Para el acceso a la zona del almacén, es obligatorio el uso de calzado de seguridad y chaleco reflectante. Sigue las instrucciones del personal de Logaritme en todo momento y utilice siempre los pasos habilitados para peatones.</p> |  USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE |
| |  ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD |
| <p>5. Comer y beber sólo en las zonas habilitadas.</p> |  |
| <p>6. En caso de emergencia:</p> <p>Abandone el puesto de trabajo en condiciones seguras.</p> <p>Sigue las instrucciones del personal de Logaritme.</p> <p>Acuda al punto de reunión (garita de entrada).</p> <p>No utilice el teléfono hasta nuevo aviso.</p> | |

NORMAS DE SEGURIDAD VISITAS

Con el objeto de evitar situaciones de riesgo de accidente en las instalaciones de Logaritme Serveis Logísticos, AIE, proceda en todo momento desde el acceso a nuestras instalaciones de acuerdo con las siguientes instrucciones:

| | |
|---|---|
| 7. Acceso al recinto. Una sesión cuando llegue a la empresa (garita de control de accesos). |  |
| 8. Circulación. Respete la velocidad máxima de 10 km/h, así como los sentidos permitidos de circulación, conforme a la señalización existente. |  |
| 9. Para el acceso a la zona de almacén, es obligatorio el uso de calzado de seguridad y chaleco reflectante. Siga las instrucciones del personal de Logaritme en todo momento y utilice siempre los pasos habilitados para peatones. |  |
| 10. Comer y beber sólo en las zonas habilitadas. |  |
| 11. En caso de emergencia: Abandone el puesto de trabajo en condiciones seguras. Siga las instrucciones del personal de Logaritme Vaya a punto de reunión (garita de entrada) No utilice el teléfono hasta nuevo aviso. |  |

4.5.6 Condiciones de la entrega en el centro peticionario (no pasan por el operador logístico)

Las condiciones de las entregas a los centros peticionarios que no requieran ser entregadas al operador logístico Logaritme, deberán ajustarse a las condiciones que establezca cada centro, que deberán establecerse antes del inicio de ejecución.

Relación de anexos específicos pliego técnico

ANEXO A - Características de la licitación

ANEXO B - Descripción técnica de materiales del expediente

ANEXO C - Modelo de criterios evaluables mediante aplicación de juicio de valor

ANEXO D1 - Product data material ofrecido

ANEXO D2 - Lista-resumen, Modelo y Guía

ANEXO D3 - Lista-resumen, Requerimientos obligatorios

ANEXO D4 - Lista-resumen, Criterios adicionales

ANEXO D5 - Lista-resumen, Criterios juicio de valor

ANEXO E - Presentación de muestras

ANEXO A - Características de la licitación

ANEXO A - CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN CS/CC00/1101412204/25/AMUP

| LOTE | DESCRIPCIÓN LOTE 46-2025 | Condición lote |
|------|--|--------------------------|
| 1 | Batas quirúrgicas de alta protección | Cerrado - Obligatorio |
| 2 | Tallas quirúrgicas | Abierto - No obligatorio |
| 3 | Sábanas quirúrgicas | Abierto - No obligatorio |
| 4 | Colchas quirúrgicas | Abierto - No obligatorio |
| 5 | Campos quirúrgicos | Abierto - No obligatorio |
| 6 | Campos de incisión adhesivos | Abierto - No obligatorio |
| 7 | Bolsas y cintas quirúrgicas | Abierto - No obligatorio |
| 8 | Funda quirúrgica para endoscopia | Abierto - No obligatorio |
| 9 | Funda quirúrgica para intensificador de imágenes | Abierto - No obligatorio |
| 10 | Funda quirúrgica para microscopio | Abierto - No obligatorio |
| 11 | Funda quirúrgica para otros equipos | Abierto - No obligatorio |
| 12 | Funda para luz quirúrgica | Abierto - No obligatorio |
| 13 | Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura universales | Abierto - No obligatorio |
| 14 | Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura varios centros | Abierto - No obligatorio |
| 15 | Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura HU ARNAU DE VILANOVA (ARN) | Cerrado - Obligatorio |
| 16 | Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura GESTIÓN SERVICIOS SANITARIOS (GSS) | Cerrado - Obligatorio |
| 17 | Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura HU BELLVITGE (HUB) | Abierto - No obligatorio |
| 18 | Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura HU HERMANS TRIAS Y PUJOL (HUGTP) | Abierto - No obligatorio |
| 19 | Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura HU JOSEP TRUETA (HUJT) | Abierto - No obligatorio |
| 20 | Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura HU JOAN XXIII (HUJXXIII) | Abierto - No obligatorio |
| 21 | Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura HUVERGE DE LA CINTA (HUVVC) | Abierto - No obligatorio |
| 22 | Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura HUVALL DE HEBRÓN (HUVH) | Abierto - No obligatorio |

ANEXO B - Descripción técnica de materiales del expediente

| SOLO PEDIDO: 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: 10 | MATERIAL: 30000323 | |
|---|------------------------------|--|--------------------|--|
| larga: Campo de incisión de polietileno transparente, impermeable, resistente, adhesivo hipoalérgico, transpirable, elástico y resistente a la tracción. Medidas 90x85cm ±5cm, área incisión 58x83cm ±2cm. Libre de látex y celulosa, estéril, desechable. | | | | |
| Descripción técnica: Campo de incisión de polietileno transparente, impermeable, resistente, adhesivo hipoalérgico, transpirable, elástico y resistente a la tracción. Medidas 90x 85cm ±5cm, área incisión 58x83cm ±2cm. Libre de látex y celulosa, estéril, desechable. | | | | |
| SOL. PEDIDO: 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: 20 | MATERIAL: 30000326 | |
| larga: Campo quirúrgico oftalmología polietileno transparente mate, impermeable, resistente con fenestración y bolsa colectora de fluidos. Medidas: 48x 41cm ±2cm, superficie adhesiva incisión 13x1. de látex, estéril, desechable. | | | | |
| Descripción técnica: | | Campo quirúrgico para oftalmología de polietileno transparente, impermeable, resistente con fenestración y bolsa colectora de fluidos. Medidas: 48x41cm ± 2cm, superficie adhesiva incisión 13x10cm ± 2cm, bolsa con bareta maleable. uso. | | |
| SOLO PEDIDO: 1101412204 | Descripción larga: Campo | POSICIÓN: 30 | MATERIAL: 30000409 | |
| quirúrgico de polietileno transparente y mate antirreflectante, impermeable, antiestático, resistente a la tracción. Medidas:90x90cm±2cm, con fenestración redonda flexible diámetro 23cm±2cm,tiras adhesivas.Libre de látex,estéril,desechable. | | | | |
| Descripción técnica: Campo quirúrgico de polietileno transparente y mate antirreflectante, impermeable, antiestático, resistente a la tracción. uso. | | | | |
| SOLO PEDIDO: 1101412204 | Descripción larga: Bata alta | POSICIÓN: 40 | MATERIAL: 30000446 | |
| protección cirugía, TST, total resistencia penetración líquidos y transpira, subjecc delante, cruzada trasera, manga larga, puños tricot, sist sujetado cuello. Costuras sella sin primo, zona critica. Medida M, largo 115cm, 2 secado. Libre látex, estéril, 1 uso. | | | | |
| Descripción técnica: Bata alta | | protección por cirugía, TST, totalmente resistencia a la penetración líquidos y transpirable, sujeción delantera cruzada trasera, manga larga, puños tricot y sistema sujeción al cuello. Costuras selladas sin primo, zona critica. Medida(M)L, largo 115cm, 2 secamanos. | | |
| Libre látex, estéril, 1 uso. | | | | |
| SOLO PEDIDO: 1101412204 | Descripción larga: Bata alta | POSICIÓN: 50 | MATERIAL: 30000447 | |
| protección cirugía, TST, total resistencia penetración líquidos y transpira, subjecc delante, cruzada trasera, manga larga, puño s tricot, sist sujetado cuello. Costuras sella s/primo, zona critica. Medida LL, largo 142cm, 2 secado.Libre látex,estéril,1uso. | | | | |

Descripción técnica: Bata alta

protección por cirugía, TST, totalmente resistencia a la penetración líquidos y transpirable, sujeción delantera cruzada trasera, manga ll arga, puños tricot y sistema sujeción al cuello. Costuras selladas sin primo, zona crítica. Medida LL, largo 142cm, 2 secamanos. Libre látex, estérreo el,1uso.

SOLO PEDIDO: 1101412204

POSICIÓN: 60

MATERIAL: 30001519

Descripción larga:

Cobertor para mesa quirúrgica (instrumental) de tejido sin tejer impermeable, resistente, absorbente. Medidas: 140cm x 190 cm ±5cm, zona absorbente 74x190cm ±2cm, gramaje mínimo 27g/m2, capa de polietileno mínimo 50μ. Libre de látex, estéril, 1uso

Descripción técnica: Cobertor para

mesa quirúrgica (instrumental) de tejido sin tejer impermeable, resistente, absorbente. Medidas: 140cm x 190 cm ±5cm, zona absorbente 74x190cm ±2cm, gramaje mínimo 27g/m2, capa de polietileno mínimo 50μ. Libre de látex, estéril, 1uso

SOLO PEDIDO: 1101412204

POSICIÓN: 70

MATERIAL: 30004325

Descripción larga: Sábana

quirúrgica oftalmología TST, impermeable, resistente, bajo desprende partíco, fenestración con área incisión 11x13cm, 2 bolsas recogido fluidos 21x32cm, todos tamaños ±2cm, baretas maleables. Medidas:165x178cm+/5. Libre látex, estéril, 1uso.

Descripción técnica: Sábana

quirúrgica oftalmología TST, impermeable, resistente, bajo desprende partíco, fenestración con área incisión 11x13cm, 2 bolsas recogido fluidos 21x32cm, todos tamaños ±2cm, baretas maleables. Medidas:165x178cm+/5. Libre látex, estéril, 1uso.

SOL PEDIDO: 1101412204

Descripción: POSICIÓN: 80

MATERIAL: 30004947

larga: Bata alta protección

cirugía,TST, total resistencia penetración líquidos ,transpira,subjecc delante,cruzada detrás,manga larga,puños t ricot,sist sujeto cuello.Costuras sella sin primo,zona crítica. largo 167cm,2 secamanos.Libre látex,estéril,1ú

Descripción técnica: Bata alta

protección por cirugía, TST, totalmente resistencia a la penetración líquidos y transpirable, sujeción delantera cruzada trasera, manga ll arga, puños tricot y sistema sujeción al cuello. Costuras selladas sin primo, zona crítica. Medida XXL,L ,largo 167cm, 2 secamanos.Libre látex,estéril,1uso.

SOLO PEDIDO: 1101412204

POSICIÓN: 90

MATERIAL: 30005523

Descripción larga: HVH - Equipo

general para vitrectomía posterior de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 27 elementos

Descripción técnica: HVH - Equipo

general para vitrectomía posterior de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 27 elementos: 1 Sábana quirúrgica de tejido sin tejer, con doble bolsa de 150 x 250+/-10 cm, 2 apósticos oculares absorbentes, 1 aguja de 20 G x 4,0 cm, 1 cápsula de plástico 250 ml, 10 gasas de 10 x 10 cm, 1 jeringa de 10 ml LL 3 cuerpos,

1 jeringa de 5 ml LL 3 cuerpos, 1 llave de 3 vías a/tapones, 1 colcha de mesa 110 x 190+/-10 cm,
 1 compresa oftálmica TNT 6,2x7,2cm 6 servilletas 43 x30 +/-5cm 1 sujetador tubos con veta adherente 2,5x30+/-5cm

SOLO PEDIDO: 1101412204

POSICIÓN: 100

MATERIAL: 30007910

Descripción larga: ARN-Equipo

para procedimiento en catéter de tejido sin tejer, libre látex, estéril, desechable. Compuesto por 16 elementos.

Descripción técnica: ARN-Equipo

para procedimiento en catéter de tejido sin tejer, libre látex, estéril, desechable, compuesto por 16 elementos: # 2 Toallitas para secamanos. # 3 tallas de 75x90cm a/adh, # 1 sábana con adhesivo de 170 x 175 cm, # 1 Bata estándar L con secamanos.

1 Cobertor de mesa 100x150cm. # 1 Contenedor de agujas. # 1 jeringa Luer-lock 5 ml, # 1 jeringa 10 ml Luer-lock, # 1 paquete de 5 compresas TNT 10x10cm. # 1 apósito adhesivo 7,2X5cm, # 1 aguja 19G*1/2, # 1 aguja 25G 5/8, # 1 aguja 21G 1/2.

SOLO PEDIDO: 1101412204

POSICIÓN: 110

MATERIAL: 30007911

Descripción larga: GSS-ARN-

Equipo de anestesia regional (infiltración epidural) de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 20 elementos.

Descripción técnica:

GSS-ARN-Equipo de anestesia regional (infiltración epidural) de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 20 elementos: # 1 talla de 75x90cm, que envuelve. #2 Toallitas secar manos #1 talla 75x75cm con adhesivo #1 jeringa de 3 cuerpos 10ml. # 1 jeringa de 3 cuerpos 5ml. # 1 aguja 19G 1 1/2.

1 Aguja 25G 5/8. # 10 compresas de tejido sin tejer de 10x10cm, # 1 apósito adhesivo con compresa central de 7x 5cm.
 # 1 contenedor de agujas.

SOLO PEDIDO: 1101412204

POSICIÓN: 120

MATERIAL: 30007912

Descripción larga: GSS-ARN-

Equip Cirugía Menor de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 19 elementos.

Descripción técnica: GSS-ARN-

Equip Cirugía Menor de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 19 elementos: # 1 Cobertor de mesa75x90cm. # 1 Campo adhesivo 75x75cm.

1 Cobertor fenestrado 75cm x 90cm. # 3 Toallitas para secamanos.
 # 10 Gazas TNT 10x10 s/contratos. # 1 Bisturí n15.
 # 1 Contenedor de agujas. # 1 Cubilete 250 ml.

| SOLO PEDIDO: 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: 130 | MATERIAL: 30007913 |
|--|-------------|---------------|--------------------|
| <p>larga: GSS-ARN-Equipo universal otros de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 17 elementos.</p> | | | |
| <p>Descripción técnica: GSS-ARN- Equipo universal otros de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 17 elementos: # 1 Cinta adhesiva de 9x 50 cm. # 1 Sábana adhesiva reforzada de 240 x 150 cm. # 1 Sábana adhesiva reforzada de 175 x 170 cm. # 2 Tallas adhesivas reforzadas de 90 x 75 cm. # 1 Cobertor de mesa 150x200. # 1 Bata estándar L con secamanos. # 2 Bates estándar XL con secamanos. # 4 Toallitas para secar manos. # 1 Bolsa instrumental 46 x 40 cm. # 1 Bisturí electricos. # 1 Mango bisturí n22. # 1 Contenedor de agujas.</p> | | | |
| SOLO PEDIDO: 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: 140 | MATERIAL: 30007914 |
| <p>Descripción larga: ARN-Equipo laparoscopia abdomino-peritoneal de tejido sin tejer, libre látex, estéril, desechable. Compuesto por 16 elementos.</p> | | | |
| <p>Descripción técnica: ARN-Equipo laparoscopia abdomino-peritoneal de tejido sin tejer, libre látex, estéril, desechable, compuesto por 16 elementos: # 1 sábana de laparoscopia abdomino-perineal reforzado 280/250x295 con lámina de incisión de instrumental bilaterales, con paso tubos y perneras. # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos. # 2 Batas quirúrgicas estándar talla XL con secamanos. # 1 Cobertor de mesa de Mayo 80 x 145 cm. # 1 Cobertor de mesa de 150 x 190 cm. # 2 Campos adhesivos de 90 x 75 cm. # 4 Toallitas seca campo. # 1 Cinta adhesiva de 10x 50 cm. # 1 Contenedor de agujas. # 1 Bisturí eléctrico. # 1 Bisturí frío 15 con mango.</p> | | | |
| SOLO PEDIDO: 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: 150 | MATERIAL: 30007915 |
| <p>Descripción larga: GSS-ARN- Equipo laparoscopia decúbito supino, libre de látex, estéril, de un solo uso. Compuesto por 14 elementos</p> | | | |
| <p>Descripción técnica: GSS-ARN- Equipo para laparoscopia en decúbito supino, libre de látex, estéril, de un solo uso, compuesto por 14 elementos: # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos # 2 Batas quirúrgicas estándar talla XL con secamanos # 1 Bolsa instrumental 40x50cm # 1 Cobertor mesa de 150x200cm # 1 sábana pegatinas de 250x150cm. # 1 Sábana adhesiva de 175x175 cm # 2 paños adhesivos de 90x75 cm # 4 toallas yegua campo # 1 Cinta adhesiva 9x50 cm</p> | | | |
| SOL.PEDIDO: 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: 160 | MATERIAL: 30007916 |
| <p>larga: GSS-ARN-Equipo cirugía rectal con perneras de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 9 elementos.</p> | | | |

Descripción técnica: GSS-ARN-

Equip cirugía rectal con perneras de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 9 elementos: # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos. # 2 Batas quirúrgicas estándar talla XL con secamanos.

1 Cobertor de mesa 150 x 190 cm. # 1 Par de perneras de 75 x 120 cm.

1 Campo adhesivo 75x90. # 1 Campo adhesivo 120x150.

1 Bisturí eléctrico. # 1 Contenedor de agujas.

SOLO PEDIDO: 1101412204

POSICIÓN: 170

MATERIAL: 30007917

Descripción larga: GSS-ARN-

Equipo resección transuretral (RTU) de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 19 elementos.

Descripción técnica: GSS-ARN-

Equipo resección transuretral (RTU) de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 19 elementos: # 1 Sábana urología (RTU) con bolsa apertura abdominal adhesiva 260x200x185 y dedal de nitrilo, fenestración plástica. # 1 Bata quirúrgica estándar talla XL con secamanos.

1 Cobertor de mesa de 150 x 200 # 4 Toallas seca campo.

1 Alargadera aspiración 3m. # 1 Funda cámara.

10 Gazas TNT 10x10cm s/contraste.

SOLO PEDIDO: 1101412204

POSICIÓN: 180

MATERIAL: 30007918

Descripción larga:

GSS-ARN-Equipo para procedimientos de oído, de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 20 elementos.

Descripción técnica: GSS-ARN-

Equipo para procedimientos de oído, de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 20 elementos: # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos. # 2 Batas quirúrgicas estándar cortaX L con secamanos.

1 Sábana fenestrada pegatina de 120 x 150cm con una abertura de 7cm. # 1 Sábana pegatina 175 x 150 cm.

1 Cobertor de mesa de 150 x 200cm. # 1 Tubo aspiración 3m. # 1 cinta velcro. # 1 Bolsa instrumental

2 compartimentos.

10 Gazas TNT 10x10 s/contraste. # 1 Contenedor de agujas.

Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101412204

POSICIÓN: 190

MATERIAL: 30007919

Descripción larga:

ARN-Equipo para procedimientos de oído, de tejido sin tejer, libre látex, estéril, desechable. Compuesto por 15 elementos

Descripción técnica:

ARN-Equipo para procedimientos de oído, de tejido sin tejer, libre látex, estéril, desechable, compuesto por 15 elementos: # 1 Campo adhesivo 150 x 175 cm. # 3 Campo adhesivo 75 x 90 cm.

1 Cintas adhesivas 10 x 50 cm. # 1 Cobertor de mesa 150 x 100 cm # 1 Cobertor mesa de Mayo 80 x 145cm. # 2

Toallitas seca campo.

3 Batas estándar L con secamanos # 1 Contenedor de agujas.

1 Cubilete 120 ml. # 1 Goma aspiración 3m

| SOL. PEDIDO: 1101412204 | POSICIÓN: 200 | MATERIAL: 30007920 |
|---|--------------------|--------------------|
| ARN-Equip Cirugía Maxilofacial y ORL (otorrinolaringología) con turbante de tejido sin tejer, libre látex estéril, desechable. Compuesto por 15 elementos. | | |
| Descripción técnica: ARN-Equip Cirugía Maxilofacial y ORL (otorrinolaringología) con turbante de tejido sin tejer, libre látex estéril, desechable, compuesto por 15 elementos: # 2 Batas quirúrgicas estándar talla L con secamanos. # 1 Cobertor de mesa de 150 x 190cm. # 1 Sábana para cabeza 150x175 cm. # 1 Sábana con pegatina de 200x200. # 1 Cinta adhesiva de 10 x 50cm. # 4 Toallas seca campos. # 1 Contenedor de agujas. # 1 Goma aspiración 3m, # 1 canula Yankauer 18fr. # 1 jeringa 10 ml, # 1 bisturí del num 15 con mango. . | | |
| SOLO PEDIDO: 1101412204 | | |
| POSICIÓN: 210 | MATERIAL: 30007921 | |
| Descripción larga: GSS-ARN-Equip cirugía ORL (otorrinolaringología) : nariz y boca de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 15 elementos. | | |
| Descripción técnica: GSS-ARN-Equip cirugía ORL (otorrinolaringología) : nariz y boca de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 15 elementos: # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos. # 2 Batas quirúrgicas estándar talla XL con secamanos. # 1 Cobertor de mesa de 150 x 190cm. # 1 Sábana en Uno adhesivo de 220 x 260 cm. # 1 Talla por cabeza con turbante de 100x 65cm. # 1 Cinta adhesiva de 10 x 50cm. # 4 Toallas seca campos. # 1 Mango de bisturí n15. # 1 bolsa de instrumental. # 1 Tubo aspiración 3m. # 1 Contenedor de agujas. | | |
| SOLO PEDIDO: 1101412204 | | |
| POSICIÓN: 220 | MATERIAL: 30007922 | |
| Descripción larga: ARN-Equipo resección transuretral (RTU) de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 11 elementos. | | |
| Descripción técnica: ARN-Equipo resección transuretral (RTU) de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 11 elementos: # 1 Sábana urología (RTU) con bolsa apertura abdominal adhesiva 200x280x185 y dedal de nitrilo, 2 plástica. # 1 Bata quirúrgica reforzada talla XL con secamanos. # 1 Cobertor de mesa de 150 x 190. # 4 Toallas seca campo. # 1 cinta adhesiva 10x50cm talla aproximación 75x90 # 1 Goma de aspiración 3m # 1 equipo irrigación doble. | | |

| SOL. PEDIDO: 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: 260 | MATERIAL: 30007926 |
|--|-------------|---------------|--------------------|
| <p>larga: GSS-ARN-Equipo de artroscopia para hombro de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. compuesto por 38 elementos.</p> | | | |
| <p>Descripción técnica: GSS-ARN-</p> <p>Equipo de artroscopia para hombro de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 38 elementos: # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos. # 2 Batas quirúrgicas reforzadas talla XL con secamanos.</p> <p># 1 Cobertor de mesa de instrumentos de 100 x 150 cm. # 2 Tallas adhesiva de 90 x 75 cm.</p> <p># 1 Cobertor de mesa de 150 x 200 cm. # 1 Funda mesa de mayo 80x145cm.</p> <p># 1 Sábana a/adh 240x150cm. # 1 Bolsa instrumental 40x50.</p> <p># 1 Sábana de artroscopia de hombro de 250x 170 con bolsa. # 1 Sábana quirúrgica con U 200 x 290cm.</p> <p># 1 Mango bisturí n11. # 1 tubo aspiración 3m.</p> <p># 1 Catéter vascular periférico 14G. # 1 jeringa 2 cuerpos 20ml.</p> <p># 2 Cintas adhesivas de 9 x 50 cm. # 4 Toallas seca campos.</p> <p># 10 Gazas TNT 10x10 s/constraste. # 5 gasas 10x20 s/constraste.</p> <p># 1 Contenedor de agujas.</p> | | | |
| <p>SOL. PEDIDO: 1101412204</p> | | | |
| <p>Descripción</p> | | | |
| <p>POSICIÓN: 270</p> | | | |
| <p>MATERIAL: 30007927</p> | | | |
| <p>larga:</p> <p>ARN-Equipo para cirugía de pie de tejido sin tejer, libre látex, estéril, desechable. Compuesto por 13 elementos.</p> | | | |
| <p>Descripción técnica: ARN-Equipo</p> <p>para cirugía de pie de tejido sin tejer, libre látex, estéril, desechable, compuesto por 13 elementos: # 1 Sábana por pie 245x320 cm. # 1 Cobertor mesa de Mayo 80 x 145cm.</p> <p># 2 Campos estándar 75x90. # 1 Cobertor de mesa estándar 150x190.</p> <p># 1 Cinta velcro adhesiva 2x23cm. # 1 Bata estándar L con secamanos # 2 Bata estándar XL con secamanos # 2 Toallitas para secar campo # 1 Cinta adhesiva de 10x50 cm. # 1 Contenedor de agujas.</p> | | | |
| <p>SOLO PEDIDO: 1101412204</p> | | | |
| <p>Descripción</p> | | | |
| <p>POSICIÓN: 280</p> | | | |
| <p>MATERIAL: 30007928</p> | | | |
| <p>Descripción larga:</p> <p>ARN-Equipo hombro de tejido sin tejer, libre látex estéril, desechable. Compuesto por 20 elementos.</p> | | | |
| <p>Descripción técnica: ARN-Equipo</p> <p>hombro de tejido sin tejer, libre látex estéril, desechable, compuesto por 20 elementos: # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos. # 2 Batas quirúrgicas estándar talla XL con secamanos.</p> <p># 1 Cobertor de mesa de instrumentos de 100 x 150 cm. # 1 Talla adhesiva 75 x 90 cm.</p> <p># 1 Cobertor de mesa de 150 x 190 cm. # 1 sábana 200x260 cm con U de 10x60 cm.</p> <p># 4 Toallas seca campos. # 1 Contenedor de agujas.</p> <p># 1 Funda mesa de Mayo 80x145 reforzada. # 1 Bisturí eléctrico. # 1 goma aspiración 3m. # 1 canula Yankauer.</p> <p># 1 Bisturino del 22 con mango. # 1 bisturí del 15 con mango.</p> | | | |

| | | |
|--|--|--------------------|
| SOL.PEDIDO: 1101412204 Descripción | POSICIÓN: 290 | MATERIAL: 30007929 |
| larga: ARN-Equipo artroscopia | rodilla de tejido sin tejer, impermeable, resistente, Libre látex, estéril, desechable. Compuesto por 16 elementos | |
| Descripción técnica: ARN-Equipo | | |
| artroscopia rodilla de tejido sin tejer, impermeable, resistente, Libre látex, estéril, desechable, compuesto por 16 elementos: # 1 Sábana de artroscopia con bolsa 245x 320 cm. # 1 Funda Mesa Mayo 80x 145 cm. # 2 Batas reforzadas XL con secamanos # 1 Bata estándar L con secamanos # 1 Cobertor de mesa estándar 150 x 190 cm. # 1 stokinette de 35 x 120 cm. # 2 cintas adhesivas de 10 cm x 50 cm. # 2 Toallitas para secar campo. # 1 Cinta adhesiva Velcro 3x23cm. # 1 Contenedor de agujas. # 1 Mango de bisturí del num 11, # 2 gomas de aspiración 3m. | | |

| | | |
|-------------------------------|---|--------------------|
| SOLO PEDIDO: 1101412204 | POSICIÓN: 300 | MATERIAL: 30007930 |
| Descripción larga: | GSS-ARN-Equip cirugía abierta extremidad inferior (MMII) de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. compuesto por 38 elementos. | |
| Descripción técnica: GSS-ARN- | <p>Equip cirugía abierta extremidad inferior (MMII) de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 38 elementos: # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos. # 2 Bata quirúrgica XL reforzada con secamanos.</p> <p># 1 Sábanas quirúrgicas sin adhesivo 100X150. # 2 Talla adhesiva de 75 x 90 cm.</p> <p># 1 Cobertor de mesa de 150 x 200 cm. # 1 Sábana de extremidades fenestrado de 320 x 245 cm.</p> <p># 4 Toallas seca campos. # 20 gasas TNT 10x10 s/contraste. # 1 mango bisturí n15. # 1 mango bisturí n22. # 1 bisturí eléctrico. # 2 Cintas adhesivas de 9 x 50 cm.</p> <p># 1 Contenedor de agujas.</p> | |

| | | |
|---------------------------------|---|--------------------|
| SOLO PEDIDO: 1101412204 | POSICIÓN: 310 | MATERIAL: 30007931 |
| Descripción larga: ARN-Equipo | para implantes de extremidad inferior: fémur, rodilla, tibia, peroné de tejido sin tejer, libre látex, estéril, desechable. Compuesto por 17 elementos. | |
| Descripción técnica: ARN-Equipo | para implantes de extremidad inferior: fémur, rodilla, tibia, peroné de tejido sin tejer, libre látex, estéril, desechable, compuesto por 17 elementos: # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos. # 2 Bata quirúrgica XL reforzada con secamanos. # 1 Sábanas quirúrgicas sin adhesivo 100X150. # 2 Tallas adhesivas de 75 x 90 cm. # 1 Cobertor de mesa de 150 x 190 cm. # 1 Sábana de extremidades fenestrado de 320 x 245 cm. # 4 Toallas seca campos. # 2 Cintas adhesivas de 10 x 50 cm. # 1 Contenedor de agujas. # 1 Goma aspiración 3m. # 1 bisturí eléctrico. | |

| SOL. PEDIDO: 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: 320 | MATERIAL: 30007932 |
|--|-------------|---------------|--------------------|
| <p>larga: ARN-Equipo para ginecología y proctología de tejido sin tejer, libre látex, estéril, desechable.</p> | | | |
| <p>Descripción técnica: ARN-Equipo para ginecología y proctología de tejido sin tejer, libre látex, estéril, desechable, compuesto por 14 elementos: # 1 Sábana con fenestración perianal con adhesivo 160x250x300cm # 1 Bolsa cosechadora de fluidos y perneras. # 1 Cobertor de mesa 150x190cm. # 2 Batas reforzadas XL con secamanos # 1 bata estándar L con secamanos # 4 Toallitas para secar campo. # 1 Contenedor de agujas. # 1 Goma aspiración 3m, # 1 lubricante urológico. # 1 Jeringa 10 ml.</p> | | | |
| SOLO PEDIDO: 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: 330 | MATERIAL: 30007934 |
| <p>Descripción larga: ARN-Equipo de anestesia regional (infiltración epidural), libre látex, estéril, desechable, compuesto por 17 elementos</p> | | | |
| <p>Descripción técnica: ARN-Equipo de anestesia regional (infiltración epidural), libre látex, estéril, desechable, compuesto por 17 elementos: # 1 Campo impermeable 75 x 90 cm. # 2 Toallitas absorbentes. # 1 Envase rígido 230 x 140 mm / 2 compartimentos. # 1 Campo impermeable 75 x 90 cm a/adh. # 1 Jeringa 10 ml Luer Lock. # 1 Jeringa 5 ml Luer Lock. # 1 Pintor de esponja. # 1 Aguja 19G 1 1/2. # 1 Aguja 25G 5/8. # 1 Aguja 21G 1 1/2. # 5 Compresas de TNT 10x10cm cm. # 1 Apósito adhesivo 7,2 x 5 cm.</p> | | | |
| SOLO PEDIDO: 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: 340 | MATERIAL: 30007935 |
| <p>larga: GSS-ARN-Equip cirugía abierta de rodilla de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 50 elementos.</p> | | | |
| <p>Descripción técnica: GSS-ARN- Equip cirugía abierta de rodilla de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 50 elementos: # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos. # 3 Batas quirúrgicas reforzadas talla XXL con secamanos # 1 Cobertor de mesa de 150 x200 cm. # 1 Cobertor de mesa de 100X150 s/adhesivo. # 1 Bolsa de instrumental de 43x38 cm # 1 Sábana en U de 220 x 260cm con la U adhesiva de 7 x 70cm. refuerzo # 2 Talla adhesiva de 75 x 90 cm. refuerzo # 1 Sábana pegatina de 175 x 175 cm.refuerzo # 1 Sábana pegatina de 240 x 150 cm. refuerzo # 1 Cobertor de mesa de Mayo de 85x 145 cm. # 1 Sábana sin adhesivo de 100 x 150 cm. # 1 Sábana de extremidades fenestrado de 245 x 320 cm. refuerzo # 1 stockinette 22cmx75±10cm largo # 2 Cintas adhesivas de 9x50. # 4 Toallas seca campos # 1 Contenedor de agujas. # 1 bisturí eléctrico. # 1 tubo aspiración 3m. # 1 cánula yankauer ch-18. # 10 Gazas TNT 10x10 a/contraste. # 10 Gazas TNT 10x20 a/contraste. # 2 mangos bisturí n22.</p> | | | |

| SOL.PEDIDO: 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: 350 | MATERIAL: 30007936 |
|---|-----------------------------|---------------|--|
| larga: GSS-ARN-Equipo artroscopia | | | rodilla de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 30 elementos. |
| Descripción técnica: | | | |
| SS-ARN-Equipo artroscopia rodilla de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 30 elementos: # 1 Sábana de artroscopia con bolsa 245x 320 cm. refuerzo # 1 Funda Mesa Mayo 80x 145 cm. # 2 Batas estándar XL reforzadas con secamanos # 1 Bata estándar L con secamanos. # 1 Cobertor de mesa estándar 150 x 190 cm. # 1 Cinta adhesiva Velcro 3x23cm. # 2 Tallas adhesivas 75x90. # 1 Mango bisturí n11. # 1 tubo aspiración 3m. # 1 catéter vascular periférico 14G. # 10 Gazas TNT 10x10cm s/contraste. # 1 Contenedor de agujas. | | | |
| SOLO PEDIDO: 1101412204 | Descripción larga: GSS-ARN- | POSICIÓN: 360 | MATERIAL: 30007937 |
| Equip cirugía de artroscopia ligamentos cruzados de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 41 elementos. | | | |
| Descripción técnica: GSS-ARN- | | | |
| Equip cirugía de artroscopia ligamentos cruzados de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 41 elementos: # 1 Bata estándar quirúrgica talla L con secamanos # 2 Bates reforzadas talla XXL con secamanos. # 1 Cobertor de mesa de 100 x 150 cm. # 1 Cobertor de mesa de 150 x 200 cm. # 1 Funda de mesa de Mayo de 80 x 145 cm. # 1 Sábana sin pegatina de 150X200. refuerzo # 1 Sábana de artroscopia fenestrado con bolsa de recogida de fluidos y 2 salidas de líquidos 320x245cm. refuerzo # 2 Cintas adhesivas de 9 x 50 cm. # 1 stokinette de 22cmx75+10cm largo # 2 Tallas adhesivas de 75 x 90 cm. refuerzo # 4 Toallas seca campos. # 5 gasas TNT 10x20cm a/contraste. # 10 gasas TNT 10x10cm a/contraste. # 1 mango bisturí n11. # 1 mango bisturí n15. # 1 mango bisturí n22. # 1 tubo aspiración 3m. # 1 catéter vascular periférico 14G. # 1 jeringa 2 cuerpos 2ml. # 1 aguja carga 19G 1 1/2. # 1 rotulador estéril. # 1 Contenedor de agujas. | | | |
| SOLO PEDIDO: 1101412204 | Descripción larga: GSS-ARN- | POSICIÓN: 370 | MATERIAL: 30007938 |
| Equip cirugía abierta cadera de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 63 elementos. | | | |
| Descripción técnica: GSS-ARN- | | | |
| Equip cirugía abierta cadera de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 63 elementos: # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos. # 3 Batas quirúrgicas reforzadas talla XXL con secamanos. # 3 Colchas de mesa de 100 x 150 cm. # 2 Colchas de mesa de 150 x200, # 1 Bolsa de instrumental de 45x38cm. # 2 Tallas adhesivas de 75 x 90 cm. refuerzo # 1 Cobertor de mesa de Mayo de 80x 145 cm. # 2 Sábanas pegatina de 175x 170. refuerzo # 1 Sábana pegatina de 240x150 cm. refuerzo # 1 Sábana adhesiva en U de 245 x 280 cm. refuerzo | | | |

1 stockinete de 22cmx75±10cm largo # 4 Cintas adhesivas de 10 x 50 cm.
 # 4 Toallas seca campos. # 20 Gazas TNT 10x10 a/contratos.
 # 10 Gazas TNT 10x20 a/contratos # 1 tubo aspiración 3m. # 1 cánula yankauer ch18. # 1 bisturí eléctrico. # 1 electrodo largo de bisturí eléctrico. # 2 mangos bisturí n22.
 # 1 Contenedor de agujas.

SOLO PEDIDO: 1101412204 POSICIÓN: 380 MATERIAL: 30007940

Descripción larga:

GSS-ARN-Equipo laparoscopia con perneras de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 15 elementos.

Descripción técnica:

GSS-ARN-Equipo laparoscopia con perneras de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 15 elementos: # 1 sábana de laparoscopia abdomino-perineal 280/250x295 con lámina de incisión fenestrada y con bolsas integradas de instrumental bilaterales, con pasa tubos y perneras refuerzo # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos # 2 Batas quirúrgicas estándar talla XL con secamanos.

1 Cobertor de mesa de Mayo 80 x 145 cm. # 1 Cobertor de mesa de 150 x 200 cm.

2 Campo adhesivo de 90 x 75 cm. # 4 Toallas seca campo 33 x 34 cm.

1 Cinta adhesiva de 9 x 50 cm.

1 Cinta velcro 2x23cm.

1 Contenedor de agujas.

SOLO PEDIDO: 1101412204 POSICIÓN: 390 MATERIAL: 30007941

Descripción larga:

GSS-ARN-Equipo cesárea de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 15 elementos.

Descripción técnica:

GSS-ARN-Equipo cesárea de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 15 elementos: # 1 Sábana de cesárea 260x320 con bolsa colectora y lámina de incisión integrada.

1 Cobertor de mesa 150x190. # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos.

2 Batas quirúrgicas reforzadas talla L con secamanos. # 1 Talla bebé 90x 87cm.

4 Toallita para secar campo. # 1 Cinta adhesiva de 10x50 cm.

1 Sombrero para bebé. # 1 Contenedor de agujas.

1 Cubilete 250 ml. # 1 Mango con esponja para colorear.

SOLO PEDIDO: 1101412204 POSICIÓN: 400 MATERIAL: 30007943

Descripción larga: ARN-

Equipo de húmero de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto de 43 elementos.

Descripción técnica: ARN-

Equipo de húmero de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto de 43 elementos: # 1 Equipo de extremidades reforzado de 245 x320cm.

1 Cobertor mesa de Mayo 80 x 145cm.

2 Cobertor de mesa reforzado 150x190cm. # 2 Campo adhesivo reforzado 75x90.

2 Bates XL reforzadas con secamanos # 1 Bata estándar L. con secamanos # 4 Toallitas para secar campo. # 2

Cintas adhesivas 10 x 50 cm.

1 Stokinette de 32 X120 cm. # 1 Cinta velcro adhesiva de 2-3 x 23cm.

1 Bolsa auxiliar dos compartimentos. # 10 Gasas TNT 10x20cm.
 # 10 Gasas TNT 10x10cm # 1 Contenedor de agujas.
 # 1 Goma aspiración 3m. # 1 canula Yankauer 18fr, # 1 bisturí del num 22
 con mango, # 1 bisturí del num 15 con mango.

SOLO PEDIDO: 1101412204 POSICIÓN: 410 MATERIAL: 30007946

Descripción larga:

ARN 162059 - Equipo de legrado, intervenciones menores de cuello de útero, vagina, vulva, histeroscopia de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto de 20 componentes.

Descripción técnica: ARN

162059 - Equipo de legrado, intervenciones menores de cuello de útero, vagina, vulva, histeroscopia de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto de 20 componentes: # 1 Sábana fenestrada de 200x175cm apertura de 8x12cm.

1 Cubremesa de 150x190cm. # 2 Perneras de 75x140cm.

1 Talla 75x90 # 2 toallas seca campo. # 2 batas estándar L con secamanos # 5 Gasas TNT 10x10cm # 1 goma aspiración 3m.

5 Gasas TNT 10x20cm

SOLO PEDIDO: 1101412204 POSICIÓN: 420 MATERIAL: 30007952

Descripción larga: ARN-

Equipo de partes de tejido sin tejer, Libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 12 elementos.

Descripción técnica:

ARN-Equipo de partes de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 12 elementos: # 1 Cobertor de mesa con refuerzo 150x190. # 1 Campo 75x75.

1 Sábana bajo nalgas de 75x125cm con bolsa colectora. # 1 Manta para bebé 87x90cm # 2 Perneras 75x140 cm. # 1 Campo adhesivo 75x90.

2 Toallitas para secar campo. # 1 Bata reforzada L con secamanos adhesiva 10x50cm # 1 Contenedor de agujas. # 1 cinta

SOLO PEDIDO: 1101412204 POSICIÓN: 430 MATERIAL: 30007953

Descripción larga: ARN

162068 - Equipo de varices de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 20 elementos.

Descripción técnica: ARN

162068 - Equipo de varices de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 20 elementos: # 4 Toallitas para secar campo. # 1 Sábana adhesiva de 200x200cm.

1 Sábana adhesiva de 150x240cm. # 3 Tallas adhesivas de 90x75cm.

1 Talla de 90x75cm, # 1 Cubremesa de 150x190cm.

#1 Cinta adhesiva de 10x50cm. #1 Funda para cubrir la mesa de Mayo 80x145cm. #1 Bata estándar talla L con secamanos #2 batas estándar XL con secamanos #1 con mango, # 1 bisturí del num 11 con mango.

SOLO PEDIDO: 1101412204 Descripción

POSICIÓN: 440

MATERIAL: 30007958

larga: ARN 162080 - Equipo de

hemodinámica, de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable, envuelto en papel crepe. Compuesto por 69 elementos.

Descripción técnica: ARN 162080 -

Equipo de hemodinámica, de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril y desechable, envuelto en papel crepe, compuesto por 69 elementos: # 1 Sábana de mesa reforzada 190 x150cm.

1 Jeringa de 3ml 3 PL/L. # 4 Jeringas de plástico 10ml 3P L/L.

2 Jeringas 5ml 3P LL # 1 Aguja de 25G x 16mm.

1 Batea 2.500 ml 20 x 9,5 cm graduada azul. # 1 Aguja 21 G x 50mm.

1 Jeringa de plástico 20 ml 3 PL/L. # 2 Fundas amplificador 95 x 85 cuadradas.

1 Talla adhesiva reforzada 75x75cm. # 1 Sábana de angiografía de 240 x 340 cm con 4 fenestraciones 2 de 7 x 12 cm y 2 de 8x16 cm con laterales transparentes de 220cm # 1 Talla super absorbente adhesiva 50 x 50 cm.

1 Talla super absorbente 50 x 80 cm. # 1 Bata estándar talla L 125 cm con secamanos.

1 Bata estándar talla XL 140cm con secamanos. # 10 Toallas seca campo.

30 Gasas algodón Rx 10 x 10 cm 8 capas 17 hilos. # 2 Gasas de TNT 10 x 20 de 6 pliegos de 30 gr/m2.

1 Batea 250 ml 9,3 x 5,4 cm graduada transparente. # 2 Batea 500 ml 11,6 x 6 cm graduada azul.

1 Bisturí con mango n. 11. # 1 Bastón con esponja para pintar.

1 Cubilete 2.500 ml. 22 x 8 cm graduada azul. # 1 Funda amplificador redonda 152 x 76 cm.

SOLO PEDIDO: 1101412204

POSICIÓN: 450

MATERIAL: 30007963

Descripción larga:

ARN 162086 - Equipo de carótida, by pass aórtico bifemoral y aneurisma de aorta, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 45 los elementos.

Descripción técnica: ARN 162086 -

Equipo de carótida, by pass aórtico bifemoral y aneurisma de aorta, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 45 elementos: # 4 Toallitas seca campo. # 1 Sábana pegatina de 200x200cm.reforzada # 1 Sábana pegatina de 150x240cm. reforzado # 4 Tallas adhesivas de 90x75cm. reforzado # 1 Cubremesa de 150x190cm. # 2 Cinta adhesivas de 10x50cm.

2 Bolsas de instrumentos con adhesivo y dos compartimentos 35x35. # 1 Funda mesa de Mayo 80x145cm.

1 Bata estándar L. con secamanos # 2 Batas reforzadas talla XL. con secamanos # 2 Cinta velcro adhesiva de 2-3 cm x 25cm, # 1 Goma aspiración 3m, # 1

bisturí eléctrico, # 1 contenedor agujas, # 1 canula Yankauer 12FR, # 1 canula Yankauer 18FR, # 1 bisturí . # 2 jeringuillas del

20 ml luer-lock, # 2 catéter intravenoso periférico de 18 G, # 1 Jeringa de 3 ml luer-lock,

1 aguja de 18Gx40mm, # 1 aguja subcutánea 25Gx16mm, # 1 allarga 1 Compresa abdominal

4 Vaseloops rojos # 4 Vaseloops azules # 1 bistri con mango nº 22.

| SOL.PEDIDO: 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: 460 | MATERIAL: 30007964 |
|--|-------------|---------------|--------------------|
| larga: ARN 162087 - by pass femoro-popliteo y femoro- tibial, de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 41 elementos. | | | |
| Descripción técnica: ARN 162087 - by pass femoro-popliteo y femoro- tibial, de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 41 elementos: # 1 Sábana reforzada y adhesiva en U de 245X 280 cm. # 1 Campo adhesivo reforzado de 300 x 170cm. | | | |
| # 1 Campo reforzado de 150x190cm. #1 Funda Mesa Mayo 80x145 cm #1 Cobertor de mesa reforzado 150x190 cm. # 1 Campo estándar 75x90adhesivo. | | | |
| #1 Stokinette de 35x120 cm. # 3 Cintas adhesivas 10x50 cm. | | | |
| # 2 Bates estándar XL .con secamanos # 1 Bata estándar L. con secamanos # 4 Toallitas para secar campo. # 2 bolsas instrumental. | | | |
| # 1 Contenedor de agujas # 2 Cinta velcro adhesiva de 2-3 cm x 25cm # 1 Goma aspiración 3m, # 1 bisturí eléctrico # 1 contenedor agujas # 1 canula Yankauer fina # 1 canula Yankauer grande # 1 bisturí del 11 con mango # 2 jeringas del 20 ml, # 2 catéter intravenoso periférico de 18 G. | | | |
| # 1 Compresa abdominal # 4 VESSELLOP 2,5*1,0mm rojos # 4 VESSELLOP 1,3*09mm azul | | | |
| SOLO PEDIDO: 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: 470 | MATERIAL: 30007966 |
| Descripción larga: ARN-Equip cirugía endovascular de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 36 elementos. | | | |
| Descripción técnica: ARN-Equip cirugía endovascular de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 36 elementos: # 2 Cobertor de mesa reforzado 190 x 150cm # 1 Talla Adhesiva 75 x 75cm. | | | |
| # 1 Sábana reforzada de angiografía de 240 x 340 cm con 4 fenestraciones 2 de 8 x 16 cm y 2 de 7x12 cm con laterales transparentes. | | | |
| #1 Bata reforzada L con seca manos #2 Batas reforzadas XL con seca manos #6 Toallitas seca campo #1 Talla superabsorbente 45 x 45 cm. | | | |
| # 1 Cinta adhesiva 10 x 50 cm. # 3 Cubilete de 250 ml. | | | |
| # 1 Cubilete de 500 ml. # 1 Cubilete de 1000 ml. | | | |
| # 1 Bisutri con protector n 11. # 1 Cubilete de 38cm x 28cm. | | | |
| # 1 Pintor # 1 Cobertor RX 95 x 130cm, # 2 colcha RX 90 x 75cm. # 1 colcha RX 152x76 redondo. | | | |
| # 2 Jeringa de 10 ml Luer-Lock 3 partes. # 1 Jeringa de 5 ml Luer-Lock 3 partes. | | | |
| # 2 Jeringa de 20 ml Luer-Lock 3 partes. # 1 Aguja de 21G 50mm. | | | |
| # 1 Aguja de 18G 40mm # 1 contenedor de agujas # 1 funda ecograf | | | |
| SOL.PEDIDO: 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: 480 | MATERIAL: 30007967 |
| larga: ARN 162090 - Equipo de amputación de dedos de tejido sin tejer. Libre delátex, estéril, 1 desechable. Compuesto por 11 elementos. | | | |

Descripción técnica: ARN 162090 -

Equipo de amputación de dedos de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 11 elementos: # 1 Cobertor de mesa de 150 x 190 cm, # 2 sábanas pegatinas de 150x175cm. # 2 batas estándar XL con secamanos # 1 bata estándar L con secamanos # 1 goma aspiración 3m, # 1 batea 45x31x6 cm # 1 bisturí nº 22 con mango. # 1 bisturí nº 15 con mango.

1 Cinta adhesiva 10x50cm

SOLO PEDIDO: 1101412204 Descripción

POSICIÓN: 490

MATERIAL: 30007968

larga: ARN 162092 - Equipo de

Wertheim Meigs (histero con perneras) de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 27 elementos.

Descripción técnica: ARN 162092 -

Equipo de Wertheim Meigs (histero con perneras) de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 27 elementos: # 4 Toallitas seca campo.

1 Sábana refuerzo adhesivo de 200x200cm. # 1 Sábana refuerzo adhesivo de 150x240cm.

2 Tallas adhesivas refuerzo de 90x75cm. # 1 Cubremesa de 150x190cm.

2 Cintas adhesivas de 10x50cm. # 1 Funda para cubrir la mesa de Mayo 80x145cm # 2 Perneras de 75x140cm # 2 Tallas adhesivas de 75x75cm.

2 Tallas de 75x90cm. # 4 Batas estándar L, con secamanos # 1 Bisturí eléctrico. # 1 goma aspiración 3m, # 1

canula Yankauer, # 1 Contenedor de agujas.

1 Mango de bisturí del num 22.

SOLO PEDIDO: 1101412204 Descripción

POSICIÓN: 500

MATERIAL: 30007969

larga: ARN-Equipo universal de

tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 20 elementos.

Descripción técnica: ARN-Equipo

universal de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 20 elementos: # 2 Campos quirúrgicos reforzados con adhesivo 75x90cm # 1 Sábana con adhesivo reforzado de 175 x 200cm.

1 Sábana con adhesivo reforzado de 240 x 150cm. # 1 Cobertor mesa de Mayo 80 x 145cm.

1 Cobertor de mesa con refuerzo 150x190. # 1 Bolsa de instrumentos con adhesivo y 2 compartimentos 35x35cm.

1 Cinta velcro adhesiva de 2-3 cm x 25cm. # 4 Toallitas para secar campo.

1 Bata estándar L con secamanos. # 2 Bates estándar XL con secamanos.

1 Contenedor de agujas. # 1 Bisturí eléctrico. # 1 goma aspiración 3m, # 1 canula

Yankauer, # 1 Mango de bisturí del num 22.

SOL. PEDIDO: 1101412204 Descripción

POSICIÓN: 510

MATERIAL: 30007972

larga: ARN 162098 - Equipo de

urología/ginecología de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 14 elementos.

Descripción técnica: ARN 162098 -

Equipo de urología/ginecología de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 14 elementos: # 1 Sábana con fenestración perianal con adhesivo 160x280x230cm # 1 Bolsa cosechadora y perneras.

1 Cobertor de mesa 150x190cm. # 1 Bata estándar XL con secamanos perneros 75x140cm # 4 Toallita para secar campo.

2

1 Contenedor de agujas. # 1 Cinta adhesiva 10x50cm # 1 talla aproximación 75x90cm # 1 goma aspiración 3m.

SOLO PEDIDO: 1101412204 Descripción POSICIÓN: 520 MATERIAL: 30007974

larga: ARN 162100 - Equipo de cirugía de mano, De tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 12 elementos.

Descripción técnica: ARN 162100 -

Equipo de cirugía de mano, de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 12 elementos: # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos. # 2 Batas quirúrgicas estándar talla XL con secamanos.

1 Cobertor de mesa de instrumentos de 190 x 150 cm. # 1 Talla 75 x 90 cm.

1 Cobertor de mesa de 100 x 150 cm. # 1 Cobertor mesa mayo 80x145cm.

1 Campo de mano refuerzo. de 200/270x 320 cm con fenestración de 3cm. # 1 Cinta velcro 2x23cm.

2 Toallas seca campos. # 1 Contenedor de agujas.

SOLO PEDIDO: 1101412204 Descripción POSICIÓN: 530 MATERIAL: 30007975

Descripción larga:
 ARN-Equip Cirugía Menor de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 11 elementos.

Descripción técnica: ARN-Equip

Cirugía Menor de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 11 elementos: # 1 Cobertor de mesa 75x90cm. # 1 Campo adhesivo 75x75cm.

1 Cobertor fenestrado 75cm x 90cm. # 3 Toallitas para secar campo # 1 Contenedor de agujas. # 10 Gasas TNT 8 capas con contraste 10x20cm.

1 Jeringa 10ml # 1 aguja 25G 19G

1 aguja

SOLO PEDIDO: 1101412204 Descripción POSICIÓN: 540 MATERIAL: 30007977

larga: ARN 162107 - Equipo traqueotomia y tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 16 elementos.

Descripción técnica: ARN 162107 -

Equipo traqueotomía de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 16 elementos: # 4 Toallitas para secar campo. # 1 Sábana adhesiva refuerzo de 200x200cm.

1 Sábana pegatinas refuerzo de 150x240cm. # 2 Tallas adhesivas refuerzo de 90x75cm.

1 Cubremesa de 150x190cm. # 1 Cinta adhesiva de 10x50cm.

2 Bates estándar talla L con secamanos, # 1 bisturí eléctrico, # 1 goma aspiración 3m, # 1 canula Yankauer 18 fr. # 1 bisturí del num 22 con mango

| SOLO PEDIDO: 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: 550 | MATERIAL: 30007980 |
|---|-------------|---------------|--------------------|
| larga: ARN-Equipo de osteosíntesis proximal fémur de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 14 elementos. | | | |
| Descripción técnica: ARN-Equipo de osteosíntesis proximal fémur de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 14 elementos: # 1 Equipo aislamiento vertical 330x234cm. # 1 Cobertor mesa de Mayo 80x145cm. | | | |
| # 1 Cobertor de mesa reforzado 150x190 cm. # 2 Campo 75x90cm # 1 Campo adhesivo reforzado 75x90cm # 1 Bata XL reforzada con secamanos # 1 Bata estándar L con secamanos # 4 Toallitas para secar campo. | | | |
| # 1 Contenedor de agujas. # 1 bisturí del num 22 con mango. | | | |
| SOLO PEDIDO: 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: 560 | MATERIAL: 30008062 |
| Descripción larga: ARN-Equipo cadera fémur de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 24 elementos. | | | |
| Descripción técnica: ARN-Equipo cadera fémur de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 24 elementos: # 1 Sábana reforzada y adhesivo en U de 245X 280 cm. # 1 Campo adhesivo reforzado de 300 x 170cm. | | | |
| # 1 Campo reforzado de 150x190cm. #2 Funda Mesa Mayo 80x 145 cm #1 Cobertor de mesa reforzado 150x190 cm. # 1 Campo estándar 75x90cm adhesivo. | | | |
| #1 Stokinette de 35x120 cm. # 3 Cintas adhesivas 10x50 cm. | | | |
| # 2 Bates XL reforzadas con secamanos # 1 Bata estándar L con secamanos # 4 Toallitas para secar campo. # 1 bolsa instrumental 43x38cm 2 compartimentos. | | | |
| # 1 Contenedor de agujas. # 1 bisturí del num 22 con mango, # 1 goma aspiración 3m, # 1 cánula Yankauer, # 1 bisturí eléctrico. | | | |
| SOLO PEDIDO: 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: 570 | MATERIAL: 30008065 |
| Descripción larga: ARN-Equipo de artroscopia para hombro de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 20 elementos. | | | |
| Descripción técnica: ARN-Equipo de artroscopia para hombro de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 20 elementos: # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos. # 2 Batas quirúrgicas reforzadas talla XL con secamanos. | | | |
| # 1 Cobertor de mesa de instrumentos de 100 x 150 cm. # 2 Talla adhesiva de 90 x 75 cm. | | | |
| # 1 Cobertor de mesa de 150 x 190 cm. # 1 Sábana de artroscopia U de hombro de 250x 170cm con bolsa. | | | |
| # 1 Sábana quirúrgica con U 200 x 290cm refuerzo # 2 Cintas adhesivas de 10 x 50 cm. | | | |
| # 1 Funda mesa de Mayo 80 x 145cm. # 4 Toallas seca campos. | | | |
| # 1 Contenedor de agujas. # 1 Bisturino del num 11 con mango. # 2 gomas de aspiración 3m. | | | |

| SOL.PEDIDO: 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: 580 | MATERIAL: 30008068 |
|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| larga: | | | ARN-Equipo cesárea de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 15 elementos. |
| Descripción técnica: | | | <p>ARN-Equipo cesárea de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 15 elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> # 1 Sábana de cesárea 260x320cm con bolsa colectora y lámina de incisión integrada. # 1 Cobertor de mesa 150x190cm. # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos. # 2 Batas quirúrgicas reforzadas talla L con secamanos. # 1 Corta bebé 90x 100 cm. # 4 Toallitas para secar campo. # 1 Cinta adhesiva de 10x50 cm. # 1 Sombrero para bebé. # 1 Contenedor de agujas. # 1 Cubilete 250 ml. # 1 Mango con esponja para colorear. |
| SOLO PEDIDO: 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: 590 | MATERIAL: 30008073 |
| Descripción larga: | | | ARN 162019 - Equipo de microcirugía laringea de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 20 elementos. |
| Descripción técnica: ARN 162019 | | | <p>- Equipo de microcirugía laringea de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 20 elementos: # 1 Cobertor de mesa 150x90cm. # 2 Campos adhesivo 75x90cm. # 1 sábana pegatina 175 x 150cm. # 3 Toallitas para secar campo. # 1 cinta adhesiva 10x50cm. # 1 cinta de Velcro # 2 Goma aspiración 3m. # 2 Bata L estándar con secamanos canula yankauer estrecha # 5 gasas TNT con RX</p> <p style="text-align: center;"># 1 # 1 bolsa instrumental 2 compartimentos 43x38cm</p> |
| SOLO PEDIDO: 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: 600 | MATERIAL: 30008159 |
| Descripción larga: Campo | | | incisión antimicrobiano yodado poliéster transp, adhesivo hipoalérgico, adaptado, impermea, transp, elástico, resistente tracción, matizado reduciendo reflejo con soporte fácil aplicación. Medidas: 60x65cm±5cm, área incisión 60x56cm ± 2cm. ,estéril,desechable. |
| Descripción técnica: Campo | | | incisión antimicrobiano yodado poliéster transp, adhesivo hipoalérgico, adaptado, impermea, transp, elástico, resistente tracción, matizado reduciendo reflejo con soporte fácil aplicación. Medidas: 60x65cm±5cm, área incisión 60x56cm±2cm.Libre láxico ,estéril,desechable. |
| SOLO PEDIDO: 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: 610 | MATERIAL: 30008334 |
| Descripción larga: HUB - Equipo | | | para laparoscopia de tejido sin tejer, impermeable, resistente, compuesto por 34 elementos. Libre de látex, estéril, un sonido al uso. |
| Descripción técnica: | | | HUB - Equipo para laparoscopia de tejido sin tejer, impermeable, resistente, compuesto por 34 elementos: 1 colcha mesa 140x190±10cm 5 toallas secamanos 1 bata estándar igual o superior a 35g SMS 130cm 2 batas estándar igual o superior a 40g bandeja 250ml 1 esponja con mango 1 colcha mesa impermeable y resistente 140x190±10cm 2 fundas mango lámpara adaptable |

1 jeringa 10ml luer 2p 1 jeringa 20ml Luer 2p 1 bisturí nº11 1 funda para cubrir cámara
 con apertura elástica 13x240±5cm 1 aguja tipo Verres de 14G y 12cm envasada estéril 1 tubo aspiración 1 quirúrgica de piel 10 gasas de TNT
 con c/RX 50 gr plegada 10x10cm 1 bolsa instrumental 43x49cm adhesiva con 2 compartimentos 1 sábana de laparoscopia absorbente tamaño 196/269 x
 300±10cm con fenestración ad2 fijartubos 1 bisturí eléctrico

SOLO PEDIDO: 1101412204

POSICIÓN: 620

MATERIAL: 30008729

Descripción larga: ARN - Equipo

para implantación de marcapasos provisional de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 37 elementos.

Descripción técnica: ARN - Equipo

para implantación de marcapasos provisional de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 37 elementos: # 1 bata estándar L con secamanos, # 1 toalla absorbente 45x45cm, # 1 colcha monitor redondo de 100x50cm, #1 talla adhesiva 50x50cm, #1 sábana angio-femoral de 220x340cm con 2 fenestrac 8x16cm # 1 apósito de 10x8cm, # 2 toallas para secar campo, # 1 cubremesa de 150x190cm, # 1 contenedor agujas con doble imán, # 2 pin disección Adson si/dientes, # 15 compresas de gasa de 10x10cm RX 17H8P, # 2 compresas de gasa de 10x20cm 17H 12P, # 1 lleva agujas 14cm, # 1 aplicador preparación del campo, # 1 aguja hipodérmica 2 del nº 11. # 1 jeringa de 10ml 2P L/S # 1 Jeringa de 5ml 2P L/S.

1 aguja hipodérmica 21Gx37,5mm,

SOLO PEDIDO: 1101412204 Descripción

POSICIÓN: 630

MATERIAL: 30008730

larga: ARN - Equipo para

implantación de marcapasos definitivo, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 59 elementos.

Descripción técnica: ARN - Equipo

para implantación de marcapasos definitivo, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 59 elementos: # 2 batas estándar L con secamanos, # 1 colcha de monitor 95X85cm rectangular, # 1 talla reforzada adhesiva 75x75cm, # 1 sábana fenestrada de 200x300cm, # 1 apósito film transparente 40x34cm., # 4 toallas para secar campo, # 1 cubremesa de 150x190cm, # 1 contenedor de objetos punzantes con doble imán, # 3 cápsulas graduadas azules 250ml, # 8 compresas de gasa de 10x2 hipodérmica 21Gx37,5mm, #1 aguja hipodérmica 25Gx16mm, #1 bisturí con mango del nº 22, #1 jeringa de 10ml 3P LL. # 1 jeringa de 20ml 3P L/L. # 30 compresas RX 10x10cm 8P # 1 palito con esponja para pintar

SOLO PEDIDO: 1101412204 Descripción

POSICIÓN: 640

MATERIAL: 30009223

larga: Equipo de conexión y

desconexión diálisis, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 3 elementos

Descripción técnica:

Equipo de conexión y desconexión diálisis, libre de látex, estéril, desechable compuesto por 3 elementos: 1 talla tisú impermeable 50x60cm 1 par de guantes nitrilo tamaño S 4 gasas algodón absorbente

SOLO PEDIDO: 1101412204

POSICIÓN: 650

MATERIAL: 30009628

Descripción larga:

HUB - Equipo básico para cirugía de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 51 elementos.

Descripción técnica: HUB - Equipo

básico para cirugía de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 51 elementos: 1 colcha de mesa impermeable y resistente 140x190 ±10cm 6 toallas secamanos 2 bata estándar, gramaje 40g, 140 cm tamaño XL 1 bata SMS estándar, 35g 140 cm tamaño L 10 gasas TST 2 plegada 10x10 cm con c/RX 10 gasas TST 50 gr. plegada 10x20 cm. con c/RX 1 bisturí eléctrico control manual 1 hoja de bisturí nº 24 1 lima para bisturí 1 cánula de aspiración yankauer s/control aspiración CH18 1 tubo aspiración 300 cm, ø 0,7 cm ch21 2 colcha mango de 1 grapadora quirúrgica de piel 1 contador agujas 30 espacios 1 cápsula 250 ml 1 colcha para mesa resistente y absorbente 140x190 ±10cm 1 cinta adhesiva 9x50±5cm 1 talla absorbente 45x62,5 ±5cm 2 toallas sin adhesivo de 45x50 ±5cm 2 adhesivos±5cm 1 sábana pies 196x200±10cm adhesivo 1 sábana cabeza 260x160±10cm adhesivo y sistema fija tubos 1 bolsa instrumental de 41x33±5cm 1 cerradura adhesiva de 75x90cm±5cm

SOL.PEDIDO: 1101412204

Descripción

POSICIÓN: 660

MATERIAL: 30011793

larga: HUB - Equipo para prótesis

total de cadera compuesto por 71 elementos, de tejido sin tejer, impermeable, resistente. Libre de látex, este rito, desechable.

Descripción técnica: HUB - Equipo

para prótesis total de cadera de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 71 elementos: -2 colchas de mesa extra resistentes 140x190±10cm -1 colcha de mesa extra resistente 240x160 ±10cm -1 colcha de mesa resistente 140x120±10cm -4 toallas secamanos -1 bata SMS estándar talla L gramaje igual o superior 35g -2 tallas XL gramaje igual o superior a 40g -4 toallas absorbentes 45x62,5cm±5cm -1 talla de TST no adhesiva de 75x90±5cm -2 toallas de TST adhesivas de 75 x 90±5cm -10 gasas de algodón hidrófilo 17 hilos plegadas 10x10 cm con c/RX -30 gasas de TST plegada 10x20cm con c/RX -1 cinta adhesiva -1 botina impermeable de 23x122±5cm -1 bolsa de instrumento 40x33 ±5cm adhesiva -1 tubo de aspiración 300±5cm ØCH21 -1 cánula aspiración Yankauer 27 cm. largo CH22 sin control asp. -1 bisturí eléctrico -1 limón para bisturí -2 hojas de bisturí nº 24 -1 grapadora quirúrgica 35 grapas -1 contador de agujas 30 espacios -1 sábana TST extra resistente y adhesivo de 160 x 260±10cm -1 sábana T resistente de 196 x 254 ±10cm con zona extra absorbente -1 sábana plástica

| SOL.PEDIDO: 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: 670 | MATERIAL: 30011987 |
|--|-------------|---------------|--------------------|
| larga: HUB - Equipo para cirugía de rodilla de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, usual, compuesto 40 elementos | | | |
| <p>Descripción técnica: HUB - Equipo para cirugía de rodilla de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto 76 elementos: -1 colcha de mesa absorbente y extra resistente 160x240±10cm -6 toallas secamanos 30x39±5cm -1 bata SMS estándar talla L -2 batas reforzadas talla XL -2 cápsula 250ml -2 colchas de mesa absorbentes y extra resistente 140x190±10cm -2 fundas mango lámpara adaptables -3 hojas bisturí nº24 -1 contador de agujas transparente 30uni -30 gasas de TST plegada 10x20cm con control RX -10 gasas de TST RX -2 tallas absorbentes 45x62,5cm -1 bisturí eléctrico -1 limpiador bisturí eléctrico -1 cánula aspiración s/ control manual CH22 -1 tubo aspiración 300cm CH21 -1 grapadora quirúrgica de piel -1 talla adhesiva 75x90±5cm -1 talla 75x90 cintas adhesivas 9x50±5cm -1 sábana con abertura en U de polietileno transparente impermeable resistente apertura 120x130±10cm dobladillo adhesiva 16x50cm. -1 botina 23x122±5cm -1 bolsa instrumental 41x33±5cm 1 compartimento adhesiva -1 sábana extremidades 295/221x336cm ±10cm con fenestración elástica 6cm. y zona extra absorbente -1 mango con esponja</p> | | | |

| SOL.PEDIDO: 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: 680 | MATERIAL: 30012558 |
|---|-------------|---------------|--------------------|
| Descripción larga: HUB - Equipo para cistoscopia (CPT) de tejido sin tejer impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 25 elementos | | | |
| <p>Descripción técnica: HUB - Equipo para cistoscopia (CPT) de tejido sin tejer impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 25 elementos: 1 Par de Guantes Quirúrgicos polisopreno 7.0 1 Par de Guantes Quirúrgicos polisopreno 7.5 10 Gasas TST 10x10cm 40gr 4P sin contraste 1 Cápsula graduada transparente 250ml 3 Toallitas eje 4 turndas 19cm plástico azul 1 Sistema irrigación doble 300cm c/cámara 1 Cubrecajas reforzado 150x190±10cm 1 Bata quirúrgica estándar Medida: 134cm x 55cm+/-10cm >/-35g/m² 1 Bata quirúrgica 60cm+/-10cm>/-35g/m² 1 Funda Cámara 14x250±10cm punta perforada 2 Pemeras Litotomía 75x120±5cm 1 Campo Cistoscopia 75x175±10cm apertura 9x15cm romboidal</p> | | | |

| SOL.PEDIDO: 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: 690 | MATERIAL: 30013066 |
|---|-------------|---------------|--------------------|
| Descripción larga: HUV/HGTP/ HJXXXII/HV-Equipo cesárea de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 27 elementos | | | |
| <p>Descripción técnica: HUV/HGTP/ HJXXXII/HV-Equipo cesárea de tejido sin tejer impermeable resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 27 elementos: 4 Toallitas seca manos 47x38±5cm 1 Bata quirúrgica Reforzada Medida: 129cm x 60cm+/-10cm,>/- 35g/m² 1 Bata quirúrgica Reforzada Medida: 157cm x 65cm> 1 Bata quirúrgica estándar Medida: 134cm x 55cm+/-10cm,>/- 35g/m² 2 Toallitas seca manos 47x38±5cm 4 Toallas seca campo 18x25±5cm blanca 1 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 175/250x300±10cm incisión 38x32cm apertura 18x16cm con bolsa de recogida de líquidos con espita y pasatubos 2 Mantas de bebé 90x120±10cm</p> | | | |

1 Cubremesas Reforzado 150x190±10cm 1 Papel crepé 60x60±10cm 60gr/m2 blanco
 1 Limpieza puntas de bisturí 5x5cm 1 Bisturino Eléctrico 320cm botones corte/coagulación
 1 Contenedor de agujas 20u Foam/Magnético 1 Tubo succión PVC 300x0,7cm
 1 Cánula yankauer 25Fx25cm 1 Cápsula circular 120ml transparente
 1 Cápsula circular 250ml azul 1 Mango con esponja

SOLO PEDIDO: 1101412204

POSICIÓN: 700

MATERIAL: 30013549

Descripción larga:

ARN-Equip cirugía pediátrica universal de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 16 elementos

Descripción técnica: ARN-Equip

cirugía pediátrica universal de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 16 elementos: # 2 tallas reforzadas y adhesivas de 90x75cm # 1 Sábana adhesiva de 240x150cm.

1 Sábana adhesiva de 175x150cm # 1 Cobertor de mesa 150x190cm.

1 Cobertor mesa de Mayo 80 x 145cm. # 2 Bata reforzada L con secamanos # 1 Bata estándar L con secamanos # 4 Toallitas para secar campo.

1 Cinta adhesivas 10x50cm. # 1 Contenedor de agujas. # 1 bisturí eléctrico.

SOLO PEDIDO: 1101412204

POSICIÓN: 710

MATERIAL: 30016504

Descripción larga:

HUB - Equipo para ORL (otorrinolaringología) I, de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 63 elementos

Descripción técnica: HUB -

Equipo para ORL (otorrinolaringología) I, de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 63 elementos: 1 colcha de mesa impermeable y resistente de 140 x 190 ±10cm 6 secamanos 4 bata quirúrgica SMS

estándar tamaño L 1 guantes quirúrgicos polisopreno s/ polvo tamaño 7 1 guantes quirúrgicos polisopreno tamaño 7,5 sin polvo 1

turbante de TNT 86x107±5cm 2 tiras adhesivas de 9x50±5cm 1 sábana reforzada de 196 x 279 ±10cm ad ±10cm 6 tallas adhesivas de 75 x 90±5cm

1 colcha de mesa impermeable y resistente de 140 x 190 ±10cm 10 gasas de TST 50 gr. plegadas 10 x 20cm con control RX 10 gasas de

TST 50 gr. plegadas 10 x 10cm con control RX 1 talla extra absorbente 45 x 60 aprox. 1 bolsa para instrumental adhesiva 1 goma

aspiración Ø0,70/1cm x 350±10cm 1 cánula aspiración 12CH sin control de aspiración 2 cánulas 18 CH sin control de

aspiración 1 bisturí eléctrico control manual 2 fundas mango lámpara 3 cápsulas de 250cc 2 hojas de bisturí nº 15 1 contador de agujas 1 bandeja de soporte 1 grapadora 2 mangos de luz 1 contenedor de agujas

SOL.PEDIDO: 1101412204 Descripción

POSICIÓN: 720

MATERIAL: 30016932

larga: Bata alta protección

cirugía,TST,total resistencia penetración líquidos, transpira,subjecc delante, cruzada trasera,manga larga,puños tricot,sist sujetó cuello.Costuras sella sin primo,zona critica.Mida XL,largo 140cm, 2 secado.Libre látex,estéril,1uso

Descripción técnica: Bata alta

protección por cirugía, TST, totalmente resistencia a la penetración líquidos y transpirable, sujeción delantera cruzada trasera, manga ll arga, puños tricot y sistema sujeción al cuello. Costuras termoselladas t ota la zona alta (mangas, hombros) .Medida XL,largo 140cm, 2 secamanos.L libre látex,estéril,1uso.

SOLO PEDIDO: 1101412204

POSICIÓN: 730

MATERIAL: 30017452

Descripción larga:

ARN - Equipo vías bacteriemia de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desecharable. Compuesto por 32 elementos.

Descripción técnica: ARN - Equipo

vías bacteriemia de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desecharable, compuesto por 32 elementos: # 1 colcha reforzada de 100x150cm, # 1 porta-agujas de plástico 14cm, # 1 aguja de 20G, # 1 bisturí nº 11 con protección, # 1 aguja de 21G, # 2 jeringas de plástico de 10ml, # 1 pintor, # 1 sábana ventanado adhesivo de 170x250cm con fenestración de 10cm # 1 bata estándar L con secamanos, # 2 toallitas para secar campo, # 20 gazas de coche

SOLO PEDIDO: 1101412204

POSICIÓN: 740

MATERIAL: 30017460

Descripción larga: HVC - Equipo

para cirugía de cataratas de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desecharable. Compuesto por 25 elementos

Descripción técnica: HVC - Equipo

para cirugía de cataratas de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desecharable. Compuesto por 25 elementos: 1 frasco de solución salina balanceada para irrigación (BSS) de 15ml 1 sábana quirúrgica no ventanada de tejido sin tejer 100x120±5cm con bolsa 1 cubre mesa 140x140±10cm 1 cuchilla 1 cuchilla 1 escleral de 20G 1 aguja 21Gx3,8cm 1 bata grande L con secamanos 1 bata XL con secamanos 1 bata plástico graduada 250ml 1 cánula cámara anterior 30Gx22mm 1 cánula de hidrodissección 25G 1 cisto de 61x72cm 5 gasas de 10x10cm 12 pliegos 1 jeringa 3cc LL 2 jeringa 1cc luer 1 jeringa 10cc LL 1 apósito ocular ovalado 1 hemostetas celulosa

SOLO PEDIDO: 1101412204

POSICIÓN: 750

MATERIAL: 30019676

Descripción larga: HJXXIII/HVC-

Equipo de locales y cirugía urológica de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desecharable. Compuesto por 3 elementos

Descripción técnica: HJXXXIII/HVC-

Equipo de locales y cirugía urológica de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 3 elementos: 1 Talla adhesiva fenestrada 75x90±10cm apertura 6x8cm

1 Cubremesas Reforzado 150x190±10cm 1 Sábana adhesiva 175x15010cm

SOLO PEDIDO: 1101412204

POSICIÓN: 760

MATERIAL: 30021183

Descripción larga:

HUGTP - Equipo básico para angiografía neuroradiológica de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, un solo uso. Compuesto por 43 elementos

Descripción técnica: HUGTP

- Equipo básico para angiografía neuroradiológica de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable.

Compuesto por 43 elementos: 1 colcha quirúrgica de mesa 140x190±10cm 7 toallas secamanos 1 bata

quirúrgica estándar SMS tamaño L gramaje igual o superior a 35g 2 batas quirúrgicas estándar SMS tamaño XL gramaje igual o superior a 35g 2

guías de 2500ml azul 1 mango con esponja 15cm 2 fundas amplificador imágenes RX 50x100±5cm circular 1 funda amplificador imágenes RX 85x95±5cm

rectangular 1 bisturí con mango nº 11 1 aguja 18Gx3 1 aguja 25Gx1,6cm naranja

2 jeringuillas 3ml L/S 3p 1 jeringa 10ml/S 3p 2 jeringuillas 10ml L/L 3p 2 jeringas

20ml L/L 3p 2 bolsas140x75x250±10mm 2 cintas adhesivas 9x50±5cm Angio con bolsa 2

sistema de suero, gravedad, 17 2 sistema infusión 180cm 1 bolsa, piggy, 27x34±2cm 1 talla super

absorbente de 45x61±5cm 1 sábana angiografía 226/243x352±10cm con refuerzo, 4 fenestraciones

, , filtro

SOLO PEDIDO: 1101412204

POSICIÓN: 770

MATERIAL: 30021184

Descripción larga: HUGTP - Equipo

angiográfico vascular (L) de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 31 elementos

Descripción técnica: HUGTP - Equipo

angiográfico vascular (L) de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 31 elementos: 1 colcha quirúrgica de mesa 140x190cm 4 toallitas secamanos 1 bata quirúrgicas SMS tamaño L, gramaje => 40g 1 bata quirúrgicas SMS tamaño XL,

gramaje => 40g 1 toalla cielo 1 mango 1 bolsas140x75x250±5mm 1 talla absorbente 75x90±5cm 1 bandeja transparente

150ml circular 1 bandeja transparente 500ml circular 1 bandeja transparente 120ml circular 1 bandeja circular 500ml azul 3 compresa de gasa plegada (10 unidades) 1 protector rectangular

intensificador imágenes 85 x85 ±5cm 2 protector redondo intensificador imágenes 100x50±5cm 1

sábana angiografía femoral 240x400±10cm 4 fenestraciones 1 bandeja rectangular 45x3 19Gx25mm

marfil 1 aguja hipodérmica 21Gx40mm verde oscuro 1 bisturí nº 11 mango largo 2 jeringas 3p LL 10ml 2 jeringas 3p LL 20ml 1 jeringa 3p L/S

10ml

| | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|
| SOL.PEDIDO: 1101412204 | Descripción larga: | POSICIÓN: 780 | MATERIAL: 30021185 |
| HUGTP-Equipo angiografía vascular(k)libre de látex, estéril, desechable ,compuesto por 60 elementos | | | |

| |
|---|
| Descripción técnica: HUGTP - Equipo |
| angiografía vascular (k) Libre de látex, estéril, desechable. compuesto por 60 elementos: 1 bisturí corto 11 con protección; 2 jeringuillas 20ml luer-lock 3p; 1 jeringuillas 10ml luer-lock; 3p, 1 jeringuillas 10ml luer 3p, 1 jeringa 5ml luer 3p; 2 agujas 18= 1,20Gx 40mm rosa; 1 aguja 21 G x25mm verde 1 aguja 27Gx12mm gris 8 toallitas celulosa 2 batas quirúrgicas de protección estándar tamaño L 125cm; 1 batea plástico 250ml 9,2cm graduada; 1 colcha mesa reforzada de TST /PE 190x150±10cm; 1 batea rectangular plástico 2000ml 27x22x5cm; 2 batea plástico 120ml 9,2cm azul graduada; 1 pintor 5x5x22cm; 30 gasas TST 10x10cm 4P 1 funda intensificador imágenes 102x102±5cm cuadrada 1 funda intensificador imagen 100x51±5cm redonda 1 sábana fenestrada Protect plus 280x365cmx15cm con paneles laterales transparentes |

| | | | |
|---|---------------------------------|---------------|--------------------|
| SOLO PEDIDO: 1101412204 | Descripción larga: HUB - Equipo | POSICIÓN: 790 | MATERIAL: 30024011 |
| para cirugía oftalmológica de órbita tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 33 elementos | | | |

| |
|---|
| Descripción técnica: HUB - Equipo |
| para cirugía oftalmológica de órbita tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 33 elementos: 1 colcha de mesa TST impermeable 140x120±10cm 3 toallas celulosa para cirugía de 30x39±3cm 2 batas estándar- alta 40g TST, alta resistencia penetración líquidos, XL 1 bata de protección estándar talla XL, 35g, 3 tallas quirúrgicas con adhesivo de TST 75x90±5cm 1 sábana con adhesivo TST 190x240±10cm 10 gasas quirúrgicos TST 50gr plegada 10x10cm, 4 capas 1 cánula Yankauer CH 12 longitud 26cm s/control aspiración a/con sistema Ø7mm, longitud 3m±10cm 1 electrobisturí a/ cable de 3m longitud 1 bolsa quirúrgica transparente a/adhesivo para instrumentos 41x33cm±5cm 1 limpiador de electrobisturí 1 hoja de bisturí nº 15 2 jeringa 2pm L/ adaptables 1 cápsula de 250ml 1 colcha mesa 140x120±10cm |

| | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|
| SOLO PEDIDO: 1101412204 | Descripción larga: | POSICIÓN: 800 | MATERIAL: 30029504 |
| Equipo para infiltración caudal (raquianestesia) compuesto por 17 elementos. Libre de látex, estéril, desechable. | | | |

| |
|---|
| Descripción técnica: Equipo para infiltración caudal (raquianestesia) |
| Libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 17 elementos: 1 jeringa 5ml Luer 1 jeringa 10ml Luer 1 aguja hipodérmica G25 long 16mm 1 aguja hipodérmica 81 ±5cm sin ventana 1 talla lateral absorbente 70x80±5cm con adhesivo |

1 aguja aspiración con filtros 5 micras G18 1 aguja raquianestesia Quincke G22 x50mm 1 bandeja 20x15x4cm 1 par guantes estériles sin polvo N 7,5 5 gasas 7,5 x 7,5cm 8p 1 talla 75x50cm±

SOLO PEDIDO: 1101412204

POSICIÓN: 810

MATERIAL: 30030081

Descripción larga:

HJXXIII - Equipo para cirugía de cataratas Centurion compuesto por 24 elementos. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: HJXXIII - Equipo

para cirugía de cataratas de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 24 elementos: 1 sábana quirúrgica de tejido sin tejer de 165x255±10cm no fenestrado con bolsa 2 cánulas de hidrodissección 25G 1 cistotom angulado de irrigación 25G 1 cuchilla de doble corte angulado 1 1 bolsa de 10 microesponjas 1 protector ocular de plástico transparente 1 aguja 21Gx 25mm 3 batas grandes L con secamanos 1 cápsula plástico graduada 250ml 5 gazas

10x10cm con 12 pliegues 1 jeringa 10cc LL 1 xer 1 etiqueta amarilla 38x11mm 1 colcha de mesa 112x100±10cm 1 parche ocular oval

SOLO PEDIDO: 1101412204

POSICIÓN: 820

MATERIAL: 30040770

Descripción larga:

Funda o balón protector para sonda de ultrasonidos en exploraciones rectales, látex de grado medio, compatible en sonda endoanal FU100 EUP-R5 4AW-19/33 mod.R41R/R41RL.

Descripción técnica:

Funda o balones protectores para sonda de ultrasonidos en exploraciones rectales, látex de grado medio. Compatible en sonda endoanal FU100 EUP-R 54AW-19/33 mod.R41R/R41RL.

SOL.PEDIDO: 1101412204 Descripción

POSICIÓN: 830

MATERIAL: 30043476

larga: Talla para campo quirúrgico

de TST, impermeable, resistente, para extremidades inferiores, apertura bilateral, con dos zonas separadas, incisión lámina transparente. Medida total: 240cm±5cm longitud x 400cm ancho ±5cm . Libre de látex y ftalatos, estéril, un solo uso.

Descripción técnica:

Talla por campo quirúrgico de TST, impermeable, resistente, para extremidades inferiores, apertura bilateral, con dos zonas separadas, incisión lámina transparente. Medida total: 240cm±5cm largo x 400cm ancho ±5cm. Libre de látex y ftalatos, estéril desechables.

| SOL.PEDIDO: | 1101412204 | Descripción larga: | POSICIÓN: | 840 | MATERIAL: | 30051460 |
|------------------------------------|---|--|-----------|-----|-----------|----------|
| HTG - Equipo para reesternomotomía | | de emergencia de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desecharable. | | | | |
| Descripción técnica: | HTG - Equipo para reesternomotomía de emergencia de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desecharable. Compuesto por 10 elementos: 1 Cánula succión Yankauer 22Ch 27,5cm punta redonda 6 orificios s/control 1 Bandeja 38x27,6x3cm 2600ml Azul Polipropileno 1 Bisturí con mango núm. 21 1 Pinza Puerta Agujas Mayo-Fegar Punta Fina 15cm Acero inoxidable 1 Talla Alambre curvo 18cm 1 Retractor esternal 33x19cm 4 hojas 1 Cubremesas Reforzado 90x75±10cm 1 Cubremesas 0x1000 OD 30CH 7mm 3,5m F/F 1 Bolsa de Plástico transparente 20x30±5cm con cierre tipo Zip | | | | | |
| SOLO PEDIDO: | 1101412204 | Descripción larga: | POSICIÓN: | 850 | MATERIAL: | 30052069 |
| descripción larga: | desecharable | de polietileno transparente, ajustable con tiras de fijación. Compatible con inyector AVA NTA o Funda para controlador manual de inyector, equivalente. Libre de látex, estéril, | | | | |
| Descripción técnica: | Funda para controlador manual de inyector, equivalente. | de polietileno transparente, ajustable con tiras de fijación. Compatible con inyector AVA NTA o | | | | |
| SOLO PEDIDO: | 1101412204 | Descripción larga: | POSICIÓN: | 860 | MATERIAL: | 30053048 |
| larga: Funda para intensificador | de imágenes arco en C, de plástico, tamaño: 202x32±5cm, ajustado con tiras adhesivas, estéril, desecharable. | | | | | |
| Descripción técnica: | Funda para intensificador de imágenes arco en C, de plástico, tamaño: 202x32±5cm, ajustado con tiras adhesivas, estéril, desecharable. | | | | | |
| SOLO PEDIDO: | 1101412204 | Descripción larga: | POSICIÓN: | 870 | MATERIAL: | 30053107 |
| Campo | quirúrgico de polietileno transparente, impermeable, resistente, a/campo de incisión, adhesivos, a/bolsa recolección fluidos a/filtro y puerto de salida, bolsa instrum adh 25,5x28+/-2cm dos comp. 270x330+/-10cm,campo incisión78x26+/-2cm.Libre látex, estérreo, un uso | | | | | |
| Descripción técnica: | Campo quirúrgico de polietileno transparente, impermeable, resistente, con campo de incisión, adhesivos, con bolsa recolección de fluidos con filtro y porte surtida y bolsa instrumental adhesiva de 25,5x 28 dos compartimentos. Medida total aproximada 270 x 330 cm y campo de incisión 78 x 26 cm. Libre de látex, estéril, desecharable | | | | | |

| | | | |
|---|-------------|---------------|--------------------|
| SOLO PEDIDO: 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: 880 | MATERIAL: 30053286 |
| larga: Equipo de conexión y desconexión diálisis, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 3 elementos | | | |
| Descripción técnica: | | | |
| Equipo de conexión y desconexión diálisis M, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 3 elementos: 1 talla tisú impermeable 50x60cm 1 par de guantes de exploración de nitrilo tamaño M 4 gasas absorbentes de algodón 8x6cm | | | |
| SOL.PEDIDO: 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: 890 | MATERIAL: 30053616 |
| larga: | | | |
| Fundा protectora transparente con tira adhesiva para su fijación con 2 ranuras adicionales para soportes arco, bolsa de drenaje y bolsas para instrumentos. Estéril, desechable. Compatible con marco esterotaxia Leksell y leksell Vantage de ELEKTA o eq | | | |
| Descripción técnica: | | | |
| Fundा protectora transparente con tira adhesiva para su fijación con 2 ranuras adicionales para soportes arco, bolsa de drenaje y bolsas para instrumentos. Compatible con marco esterotaxia ELEKTA o equivalente. Ref:544113R Estéril, desechable. | | | |
| SOLO PEDIDO: 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: 900 | MATERIAL: 30062615 |
| Descripción larga: | | | |
| HUB - Equipo neuroradiología ICTUS de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 14 elementos | | | |
| Descripción técnica: | | | |
| HUB - Equipo neuroradiología ICTUS de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 14 elementos: 1 Cobertor de mesa 100x150cm±5cm 2 jeringuillas 60ml tipo VacLok 1 jeringa 3ml 3P LL émbolo color rojo 2 Claves 3 vías 1050PSI LL rotatorio 2 Equipos infusión a/cámara, toma de aire a/filtro 1890cm 2 Claves 3 vías ON rotación 360°, a /topes c/45° 2 Líneas alargaderas 50cc FM LL con tapones 1 Batea forma de riñón 700ml azul 1 Batea para recolectar fluidos con absorbente | | | |
| SOLO PEDIDO: 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: 910 | MATERIAL: 30063875 |
| Descripción larga: | | | |
| Fundá para mango de luz de quirófano, de polietileno (color) adaptable universal. Medidas: diámetro interno 15mm hasta 48mm, diámetro anel I externo 115mm, ancho bolso 115mm ± 4mm, largo 130mm ± 10mm. Libre de látex, estéril, desechable. | | | |
| Descripción técnica: | | | |
| Fundá para mango de luz de quirófano, de polietileno (color) adaptable universal. Medidas: diámetro interno 15mm hasta 48mm, diámetro anel I externo 115mm, ancho bolso 115mm ± 4mm, largo 130mm ± 10mm. desechables. | | | |
| SOL.PEDIDO: 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: 920 | MATERIAL: 30063880 |
| larga: | | | |
| Fundá quirúrgica microscopio electrónico tipo Zeiss OPMI, polietileno transparente, tamaño 132x391cm, Ø objetivo 65mm, con espacio para dos tubos coobservación y cámara externa, con tiras de sujeción y cierre ajustable a ópticas. Libre de látex, estéril, un solo uso. | | | |

Descripción técnica:

Funda quirúrgica microscopio electrónico tipo Zeiss OPMI, polietileno transparente, tamaño 132x391cm, Ø objetivo 65mm, con espacio para dos tubos coobservación y cámara externa, con tiras de sujeción y cierre ajustable a ópticas. Libre de látex, estéril, un solo uso.

SOLO PEDIDO: 1101412204

POSICIÓN: 930

MATERIAL: 30063925

Descripción larga:

Funda para mango de luz de quirófano, de polietileno+polipropileno, adaptable universal. Medidas: diámetro de apertura 60mm ± 0,2mm, 140 ± 5 mm largo. Libre de látex, estéril, desecharable.

Descripción técnica: Funda para

mango de luz de quirófano, de polietileno+polipropileno, adaptable universal. Medidas: diámetro de apertura 60mm ± 0,2mm, 140 ± 5mm largo. Libre de látex, estéril, desecharable.

SOLO PEDIDO: 1101412204

POSICIÓN: 940

MATERIAL: 30064021

Descripción larga: Bolsa

aislamiento intestinal pediátrica, preformada, silicona, transparente, impermeable, resistente hasta 14 días. Medidas: 40mmx20cm ±2cm. Libre de látex, estéril, desecharable.

Descripción técnica: Bolsa

aislamiento intestinal pediátrica, preformada, silicona, transparente, impermeable, resistente hasta 14 días. Medidas: 40mmx20cm ±2cm. Libre de látex, estéril, desecharable.

SOL. PEDIDO: 1101412204 Descripción

POSICIÓN: 950

MATERIAL: 30064022

larga: Bolsa aislamiento intestinal

pediátrica, preformada, silicona, transparente, impermeable, resistente hasta 14 días. Medidas: 45mmx20cm ±2cm. Libre de látex, estéril, desecharable.

Descripción técnica: Bolsa

aislamiento intestinal pediátrica, preformada, silicona, transparente, impermeable, resistente hasta 14 días. Medidas: 45mmx20cm ±2cm. Libre de látex, estéril, desecharable.

SOL. PEDIDO: 1101412204 Descripción

POSICIÓN: 960

MATERIAL: 30064023

larga: Bolsa aislamiento intestinal

pediátrica, preformada, silicona, transparente, impermeable, resistente hasta 14 días. Medidas: 50mmx20cm ±2cm. Libre de látex, estéril, desecharable.

Descripción técnica:

Bolsa aislamiento intestinal pediátrica, preformada, silicona, transparente, impermeable, resistente hasta 14 días. Medidas: 50mmx20cm ±2cm. Libre de látex, estéril, desecharable.

| SOL. PEDIDO: | 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: | 970 | MATERIAL: | 30066225 |
|----------------------------------|--|-------------|-----------|-----|-----------|----------|
| larga: Sábana quirúrgica de TST, | impermeable, resistente, para extremidades con fenestración elástica de Ø7cm ±2cm con refuerzo extrabsorbente la zona de incisión 70x140cm ±5cm, con 16 pasaubos. Medidas: 230x315cm ±5cm. Libre de látex, estéril, desechable. | | | | | |
| Descripción técnica: Sábana | quirúrgica de TST, impermeable, resistente, para extremidades con fenestración elástica de Ø7cm ±2cm con refuerzo extrabsorbente la zona de incisión 70x140cm ±5cm, con 16 pasaubos. Medidas: 230x315cm ±5cm. Libre de látex, estéril, desechable. | | | | | |
| SOL. PEDIDO: | 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: | 980 | MATERIAL: | 30066816 |
| larga: | Fundá protectora para TAC intraoperatorio tipo telón, antideslizante, fijación con pegatinas indicadoras. Estéril, desechable. Compatible y con tubo O-Arm o equivalente | | | | | |
| Descripción técnica: | Fundá protectora para TAC intraoperatorio tipo telón, antideslizante, fijación con pegatinas indicadoras. Estéril, desechable. Compatible y con tubo O-Arm o equivalente | | | | | |
| SOLO PEDIDO: | 1101412204 | Descripción | POSICIÓN: | 990 | MATERIAL: | 30068700 |
| Descripción larga: Sábana | quirúrgica tejido sin tejer, impermeable, resistente, alta absorción, con abertura en U adhesiva tamaño 7 x102cm, reforzada. Medida total 200 x 260cm +/-10cm, con sistema canalización de fluidos. Libre de látex, estéril, desechable | | | | | |
| Descripción técnica: Sábana | quirúrgica tejido sin tejer, impermeable, resistente, alta absorción, con abertura en U adhesiva tamaño 7 x102cm, reforzada. Medida total 200 x 260cm +/-10cm, con sistema canalización de fluidos. Libre de látex, estéril, desechable | | | | | |

ANEXO C – Modelo y Guía de criterios evaluables mediante aplicación de juicio de valor

Los modelos de los criterios evaluables se encuentran en soporte informático en la Plataforma electrónica de Contratación Pública

Se debe llenar el excel Licitación 110xxxxxxxx_2bis.

Para evitar errores en la carga de la oferta en nuestro sistema informático (SAP) es necesario tener en cuenta las siguientes indicaciones:

1. No utilizar 'intro' en ninguna celda
 2. No eliminar ni filas ni columnas en el documento Excel
 3. No añadir ni filas ni columnas al documento Excel
 4. No modificar el formato de las celdas de Excel

Se recomienda trabajar en el mismo modelo que se ha descargado de la Plataforma y respetar lo que se ha indicado

Esta oferta es para tipo de código SAP y código AGRUPADOR y sólo se debe llenar la pestaña Oferta.

1. Pestaña Oferta

La pestaña Oferta tiene campos que son modificables y otros que no lo son. Se detallan a continuación:

1.1. Datos NO modificables de la pestaña Oferta

| | |
|---------------------------|---|
| Número de lote | Indica el lote del artículo |
| Número de partida | Indica la partida si la licitación está diseñada por partidas |
| Descripción de la partida | Indica el nombre de la partida para las pujas con partidas |
| Posición | Es el número de orden del artículo en la licitación |
| Material | Código del artículo |
| Descripción del material | Descripción del artículo |
| Cantidad | Cantidad estimada de consumo |
| UM | Unidad de medida básica del artículo |

1.2. Datos MODIFICABLES a cumplimentar por el licitador en la pestaña Oferta

| | | | |
|-----------------------|---|---|---------------------------------------|
| Cabecera | Empresa | Informar nombre de la empresa licitadora | Obligatorio |
| | NIF | Informar NIF de la empresa licitadora sin ninguna signo de puntuación: - /, sin espacios ni puntos. En caso de que sea alfanumérico, las letras tendrán que ir en mayúsculas. | Obligatorio |
| | T. Oferta (B: Base, V: Variante) | Habitualmente sólo se admite oferta base. En este caso, informar B Si se admiten ofertas variantes, en este campo informar V Si hay opción de presentar | Obligatorio |
| | Número oferta Variante | oferta variante, indicar el número de variante | Obligatorio si existen variantes |
| Referencia | Pestaña Oferta | Para ofertas de código SAP: <u>Informar la referencia Para ofertas de código agrupador: Informar la referencia GENÉRICA del código agrupador Indicar la marca del producto</u> | Obligatorio |
| Marca | ofrecido. | | Obligatorio |
| Modelo | Indicar el modelo del producto ofrecido. | | Obligatorio |
| Forma de presentación | Indicar la forma de presentación mínima. Por ejemplo: unidad, caja de 100 unidades, rollo, caja de 10 rollos, bolsa de 1000 unidades, etc. | | Obligatorio |
| Código GTIN/EAN | Es el campo GTIN/EAN del producto. IMPORTANTE: informar al ANEXO D2 al GTIN/EAN de la referencia DETALLE ya que la referencia GENÉRICA del agrupador NO tiene (SOBRE 2) Si se informa en el ANEXO D2 un GTIN/EAN-128, indicar qué identificador de aplicación es: (01) o (02), | | No Obligatorio |
| Caducidad | Informar de la caducidad del producto | | NO obligatorio |
| Oferta presentada | En este campo marcar una X e informar OBLIGATORIAMENTE a los campos Referencia marca y modelo si se presenta oferta en el código sabe o código agrupador. | | Obligatorio cuando se presenta oferta |

ANEXO D1 – Ficha técnica Product Data

ANEXO D2 – Lista resumen de fichas técnicas de productos presentados

Modelo y Guía de la Lista-Resumen

1. Lista-resumen de las fichas técnicas presentadas en la licitación

Este documento es una lista-resumen de todas las fichas técnicas individuales de los productos presentados en la licitación.

| RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES | |
|--|--|
| DADES DE LA LICITACIÓ | |
| En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació | |
| Núm. d'expedient | Codi numèric de la licitació |
| Descripció expedient | Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta |
| Àrea DADES DEL LICITADOR | |
| En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa | |
| NIF | |
| Nom | |
| Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades | |
| En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació | |
| Lot | Informa el lot del material presentat |
| Codi agrupador | En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrerà la informació en aquest camp |
| Codi SAP | Si la licitació és per codi SAP, la informació estaré en aquest camp |
| Tipus Oferta | Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant |
| GTIN (EAN) | Indicar aquesta dada del producte ofertat |
| Referència proveïdor | Indicar aquesta dada del producte ofertat |
| Referència distribuïdor | Indicar aquesta dada del producte ofertat |
| Marca | Indicar aquesta dada del producte ofertat |
| Normativa | |
| Marcatge conf CE (SI/NO) | Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual |
| Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO) | Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual |
| Altra normativa | Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual |

RESUMEN FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS

Datos de la licitación

| | |
|------------------------|--|
| Nº. expediente | CS/CC00/1101412204/25/AMUP |
| Descripción expediente | SUMINISTRO AGREGADO DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARIO |

Datos del licitador

Identificación de la empresa

| | |
|-----|--------|
| NIF | Nombre |
|-----|--------|

(** SUPRIMIR LAS LÍNEAS DEL MATERIAL DE LO QUE NO SE PRESENTE OFERTA. UNICAMENTE, DEBEN QUEDAR LAS LINAS DEL MATERIAL OFERTADO)

| Lote | Código agrupador | Código SAP | Tipo Oferta | GTIN (EAN) | Referencia proveedor | Referencia distribuidor | Marca | Normativa | | |
|-------------------|------------------|------------|-------------|------------|----------------------|-------------------------|-------|-------------------------|---------------------------------------|------------------|
| | | | | | | | | Marcaje conf CE (SI/NO) | Cumplimiento RD (UE) 2017/745 (SI/NO) | Otras normativas |
| | | 30000446 | | | | | | | | |
| | | 30000447 | | | | | | | | |
| | | 30004947 | | | | | | | | |
| | | 30016932 | | | | | | | | |
| 1 | | 30043476 | | | | | | | | |
| 1 | | 30004325 | | | | | | | | |
| 1 | | 30066225 | | | | | | | | |
| 1 | | 30068700 | | | | | | | | |
| 2 | | 30001519 | | | | | | | | |
| 3 | | 30000326 | | | | | | | | |
| 3 | | 30000409 | | | | | | | | |
| 3 | | 30053107 | | | | | | | | |
| | | 30000323 | | | | | | | | |
| | | 30008159 | | | | | | | | |
| | | 30064021 | | | | | | | | |
| | | 30064022 | | | | | | | | |
| | | 30064023 | | | | | | | | |
| | | 30040770 | | | | | | | | |
| | | 30053048 | | | | | | | | |
| 4 | | 30063880 | | | | | | | | |
| 5 | | 30052069 | | | | | | | | |
| 5 | | 30053616 | | | | | | | | |
| 5 | | 30066816 | | | | | | | | |
| 6 | | 30063875 | | | | | | | | |
| 6 | | 30063925 | | | | | | | | |
| 7 | | 30009223 | | | | | | | | |
| 7 | | 30029504 | | | | | | | | |
| 7 | | 30053286 | | | | | | | | |
| 8 | | 30007915 | | | | | | | | |
| 9 | | 30007940 | | | | | | | | |
| 10 | | 30013066 | | | | | | | | |
| 11 | | 30019676 | | | | | | | | |
| 11 | | 30007910 | | | | | | | | |
| 11 | | 30007914 | | | | | | | | |
| 12 | | 30007919 | | | | | | | | |
| 12 | | 30007920 | | | | | | | | |
| 13 | | 30007922 | | | | | | | | |
| 13 | | 30007925 | | | | | | | | |
| 13 | | 30007927 | | | | | | | | |
| 14 | | 30007928 | | | | | | | | |
| 14 | | 30007929 | | | | | | | | |
| 14 | | 30007931 | | | | | | | | |
| 14 | | 30007932 | | | | | | | | |
| 15 | | 30007934 | | | | | | | | |
| 15 | | 30007943 | | | | | | | | |
| 15 | | 30007946 | | | | | | | | |
| 15 | | 30007952 | | | | | | | | |
| 15 | | 30007953 | | | | | | | | |
| 15 | | 30007958 | | | | | | | | |
| 15 | | 30007963 | | | | | | | | |
| 15 | | 30007964 | | | | | | | | |
| 15 | | 30007966 | | | | | | | | |
| 15 | | 30007967 | | | | | | | | |
| 15 | | 30007968 | | | | | | | | |
| 15 | | 30007969 | | | | | | | | |
| 15 | | 30007972 | | | | | | | | |
| 15 | | 30007974 | | | | | | | | |
| 15 | | 30007975 | | | | | | | | |
| 15 | | 30007977 | | | | | | | | |
| 15 | | 30007980 | | | | | | | | |
| 15 | | 30008062 | | | | | | | | |
| 15 | | 30008065 | | | | | | | | |
| 15 | | 30008068 | | | | | | | | |
| 15 | | 30008073 | | | | | | | | |
| 15 15 15 15 15 15 | | 30008729 | | | | | | | | |

RESUMEN FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS

Datos de la licitación

| | |
|------------------------|--|
| Nº. expediente | CS/CC00/1101412204/25/AMUP |
| Descripción expediente | SUMINISTRO AGREGADO DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARIO |

Datos del licitador

Identificación de la empresa

| | |
|-----|--------|
| NIF | Nombre |
|-----|--------|

(** SUPRIMIR LAS LÍNEAS DEL MATERIAL DE LO QUE NO SE PRESENTE OFERTA. UNICAMENTE, DEBEN QUEDAR LAS LINAS DEL MATERIAL OFERTADO)

| Lote | Código agrupador | Código SAP | Tipo Oferta | GTIN (EAN) | Referencia proveedor | Referencia distribuidor | Marca | Normativa | | |
|------|------------------|------------|-------------|------------|----------------------|-------------------------|-------|-------------------------|---------------------------------------|------------------|
| | | | | | | | | Marcaje conf CE (SI/NO) | Cumplimiento RD (UE) 2017/745 (SI/NO) | Otras normativas |
| 15 | | 30008730 | | | | | | | | |
| 15 | | 30013549 | | | | | | | | |
| 15 | | 30017452 | | | | | | | | |
| 16 | | 30007911 | | | | | | | | |
| 16 | | 30007912 | | | | | | | | |
| 16 | | 30007913 | | | | | | | | |
| 16 | | 30007916 | | | | | | | | |
| 16 | | 30007917 | | | | | | | | |
| 16 | | 30007918 | | | | | | | | |
| 16 | | 30007921 | | | | | | | | |
| 16 | | 30007923 | | | | | | | | |
| 16 | | 30007924 | | | | | | | | |
| 16 | | 30007926 | | | | | | | | |
| 16 | | 30007930 | | | | | | | | |
| 16 | | 30007935 | | | | | | | | |
| 16 | | 30007936 | | | | | | | | |
| 16 | | 30007937 | | | | | | | | |
| 16 | | 30007938 | | | | | | | | |
| 16 | | 30007941 | | | | | | | | |
| 17 | | 30008334 | | | | | | | | |
| 17 | | 30009628 | | | | | | | | |
| 17 | | 30011793 | | | | | | | | |
| 17 | | 30011987 | | | | | | | | |
| 17 | | 30012558 | | | | | | | | |
| 17 | | 30016504 | | | | | | | | |
| 17 | | 30024011 | | | | | | | | |
| 17 | | 30062615 | | | | | | | | |
| 18 | | 30021183 | | | | | | | | |
| 18 | | 30021184 | | | | | | | | |
| 18 | | 30021185 | | | | | | | | |
| 19 | | 30051460 | | | | | | | | |
| 20 | | 30030081 | | | | | | | | |
| 20 | | 30017460 | | | | | | | | |
| | | 30005523 | | | | | | | | |

ANEXO D3 – Lista-Resumen de requerimientos técnicos obligatorios

ANEXO D3 Lista-resumen. Requisitos obligatorios

Identificación de la empresa:

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre | |
| NIF | |
| Punto operacional / EDI | |
| Fabricante / Distribuidor | |

Lote 1 – Batas quirúrgicas de alta protección

| | | | | | NORMATIVA | | | | REQUISITOS DE OBLIGADO CUMPLIMENTO - LOTE 1 | | | | | | | | |
|------|----------|--|------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|---|---|---|-------------------------|-----------------------------------|--|----|--------------------------|
| LOTE | MATERIAL | DESCRIPCIÓN MATERIAL | REFERENCIA | MARCA COMERCIAL | UNE EN 13795-1:2020 | UNE-EN ISO 11810:2015 | UNE-EN 29073-1:1993 | UNE-EN ISO 14001:2015 | Gramaje 60 gr/m ² | Parte refuerzo manga y frontal sellados | Costuras selladas sin coser uniformemente zona critica y mangas | Tarjeta transferencia | UNE EN ISO 13795-1:2020 | Prestación alta (pág.13, Tabla 1) | Rango de tamaños | | |
| | | | | | Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio interno acreditado | | | | ANEXO D1 - Product Fecha | Certificación de empresa o informe de ensayos | | Certificación de empresa o informe de ensayos | | ANEXO D1 - Product Data | Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio interno acreditado | | ANEXO D1 - Product Fecha |
| SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| 1 | 30000446 | Bata cirugía altaproteco líquido M estéril | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 30000447 | Bata cirugía altaproteco líquido L estéril | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 30004947 | Bata cirugía altaproteco líquido XXL estéril | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 30016932 | Bata cirugía altaproteco líquido XL estéril | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO D3 Lista-resumen, Requisitos obligatorios

Identificación de la empresa:

Nombre
NIF
Punto operacional / EDI
Fabricante / Distribuidor

Lote 2 – Tallas quirúrgicas

| Marcar con una "X" o "Sí"/"No", el cumplimiento o certificación obligatoria incluida en el Sobre 2 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|--|---|----|----|
| LOTE | MATERIAL | DESCRIPCIÓN MATERIAL | REFERENCIA | MARCA COMERCIAL | NORMATIVA | | | | REQUISITOS DE OBLIGADO CUMPLIMENTO - LOTE 2 | | | |
| | | | | | UNE EN 13795-1:2020 | UNE-EN ISO 11810:2015 | UNE-EN 29073-1:1993 | UNE-EN ISO 14001:2015 | Gramaje 40 gr/m ² | UNE EN ISO 13795-1:2020 Prestación estándar (pág.14, Tabla 2) | | |
| Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio interno acreditado | | | | | | | | ANEXO D1 - Product Data | Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio interno acreditado | | | |
| 2 | 30043476 Talla campo quirúrgico TST 240x400 o/bilado | | | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |

ANEXO D3 Lista-resumen. Requisitos obligatorios

Identificación de la empresa:

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre | |
| NIF | |
| Punto operacional / EDI | |
| Fabricante / Distribuidor | |

Lote 3 – Sábanas quirúrgicas

| | | | | | Marcar con una "X" o "Sí"/"No", el cumplimiento o certificación obligatoria incluida en el Sobre 2 | | | | | | | | REQUISITOS DE OBLIGADO CUMPLIMENTO - LOTE 3 | | | | | | | | |
|------|----------|--|------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|----|----|----|---|----|----|----|-------------------------|----|----|----|--|
| LOTE | MATERIAL | DESCRIPCIÓN MATERIAL | REFERENCIA | MARCA COMERCIAL | NORMATIVA | | | | Gramaje 40 gr/m2 | | | | Zona campo quirúrgico | | | | UNE EN ISO 13795-1:2020 | | | | |
| | | | | | UNE EN 13795-1:2020 | UNE-EN ISO 11610:2015 | UNE-EN 29073-1:1993 | UNE-EN ISO 14001:2015 | REFORZADA en sábana bilaminada | | | | (pág.14, Tabla 2) | | | | | | | | |
| | | | | | Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio interno acreditado | | | | | | | | ANEXO D1 - Product Fecha | | | | ANEXO D1 - Product Data | | | | |
| | | | | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
| 3 | 30004325 | Sábana quiro oftalmología 165x178cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30066225 | Sábana quiro extremo f/7cm 230x315cm a/p | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30068700 | Sábana quiro en U alta abs 200x260cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO D3 Lista-resumen, Requisitos obligatorios

| Identificación de la empresa: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|------------|-----------------|--|----|--|----|-----------------------|----|---------------------|--|---|--|---|--|
| Nombre | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Punto operacional / EDI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fabricante / Distribuidor | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lote 4 – Colchas quirúrgicas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marcar con una 'X' o 'Sí'/'No', el cumplimiento o certificación obligatoria incluida en el Sobre 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOTE | MATERIAL | DESCRIPCIÓN MATERIAL | REFERENCIA | MARCA COMERCIAL | NORMATIVA | | | | | | | | REQUISITOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO - LOTE | | | |
| | | | | | UNE EN 13795-1:2020 | | | | UNE-EN ISO 11810:2015 | | UNE-EN 29073-1:1993 | | UNE-EN ISO 14001:2015 | | 4 | |
| | | | | | Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio interno acreditado | | | | | | | | UNE EN ISO 13795-1:2020 Prestación estándar (pág.14, Tabla 2) | | | |
| SI | | NO | | SI | | NO | | SI | | NO | | | | | | |
| 4 | 30001519 Cobertor mesa quir impermo 74x190cm | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO D3 Lista-resumen, Requisitos obligatorios

| | |
|-------------------------------|--|
| Identificación de la empresa: | |
| Nombre | |
| NIF | |
| Punto operacional / EDI | |
| Fabricante / Distribuidor | |

Lote 5 – Campos quirúrgicos

| | | | | | Marcar con una "X" o "Sí"/"No", el cumplimiento o certificación obligatoria incluida en el Sobre 2 | | | | | | | | | |
|------|----------|---|------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|----|----|----|-------------------------|----|
| | | | | | NORMATIVA | | | | REQUISITOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO - LOTE 5 | | | | | |
| | | | | | UNE EN 13795-1:2020 | UNE-EN ISO 11810:2015 | UNE-EN 29073-1:1993 | UNE-EN ISO 14001:2015 | Superficie rebordes campo 100% cubierta de adhesivo | | | | | |
| LOTE | MATERIAL | DESCRIPCIÓN MATERIAL | REFERENCIA | MARCA COMERCIAL | Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio interno acreditado | | | | | | | | ANEXO D1 - Product Data | |
| | | | | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| 5 | 30000326 | Campo quirúrgico oftalmología 48x41cm | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 30000409 | Campo quirúrgico PE labores flex Ø23cm90x90cm | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 30053107 | Campo quirúrgico PE 270x330cm a/campo inc 78x26 | | | | | | | | | | | | |

ANEXO D3 Lista-resumen Requisitos obligatorios

Identificación de la empresa:

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre | |
| NIF | |
| Punto operacional / EDI | |
| Fabricante / Distribuidor | |

Lote 6 - Campos de incisión adhesivos

| Marcar con una "X" o "Sí"/"No", el cumplimiento o certificación obligatoria incluida en el Sobre 2 | | | | | | | | | | REQUISITOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO - LOTE 6 | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|------------|-----------------|--|----|----|----|----|--|----|----|--|--|-------------------------|----|----|----|
| NORMATIVA | | | | | | | | | | REQUISITOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO - LOTE 6 | | | | | | | | |
| LOTE | MATERIAL | DESCRIPCIÓN MATERIAL | REFERENCIA | MARCA COMERCIAL | Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio interno acreditado | | | | | | | | Declaración UE de conformidad del producto emitido por organismo notificador acreditado (30008159) | Declaración UE de conformidad del producto emitido por organismo notificador acreditado (30008159) | ANEXO D1 - Product Data | | | |
| | | | | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | | | SI | NO | SI | NO |
| 6 | 30000323 Campo incisión polietileno adhesivo 85x90cm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 30008159 Campo incisión yodado poliéster adh 60x65cm | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ANEXO D3 Lista-resumen, Requisitos obligatorios | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|------------|-----------------|--|----|----|----|----|----|----|----|
| <p>Identificación de la empresa:</p> <p>Nombre NIF Punto operacional / EDI Fabricante / Distribuidor</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Lote 7 – Bolsas y cintas quirúrgicas</p> | | | | | | | | | | | | |
| Marcar con una "X" o "SI"/"No", el cumplimiento o certificación obligatoria incluida en el Sobre 2 | | | | | | | | | | | | |
| NORMATIVA | | | | | | | | | | | | |
| REQUISITOS DE OBLIGADO CUMPLIMENTO - LOTE 7 | | | | | | | | | | | | |
| UNE EN 13795-1:2020 UNE-EN ISO 11810:2015 UNE-EN 29073-1:1993 UNE-EN ISO 14001:2015 | | | | | | | | | | | | |
| Características técnicas ANEXO B | | | | | | | | | | | | |
| LOTE | MATERIAL | DESCRIPCIÓN MATERIAL | REFERENCIA | MARCA COMERCIAL | Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio interno acreditado | | | | | | | |
| | | | | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| 7 | 30064021 Bolsa aislamiento inteste pedØ40mmx20cm este | | | | | | | | | | | |
| 7 | 30064022 Bolsa aislamiento inteste pedØ45mmx20cm este | | | | | | | | | | | |
| 7 | 30064023 Bolsa aislamiento inteste pedØ50mmx20cm este | | | | | | | | | | | |

ANEXO D3 Lista-resumen: Requisitos obligatorios

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--|--|
| Nombre | Identificación de la empresa: | | |
| NIF | | | |
| Punto operacional / EDI | | | |
| Fabricante / Distribuidor | | | |

- LOTE 8 Funda quirúrgica para endoscopia
 LOTE 9 Funda quirúrgica para intensificador de imágenes
 LOTE 10 Funda quirúrgica para microscopio
 LOTE 11 Funda para otros equipos quirúrgicos
 LOTE 12 Funda para luz quirúrgico

| Marcar con una "X" o "SI"/"NO", el cumplimiento o certificación obligatoria incluida en el Sobre 2 | | | | | | | | | | REQUISITOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO - LOTE 8 a 12 | | | | | |
|--|---|----------------------|------------|-----------------------|--|-------------------------|----|-----------------------|----|---|----|----|----|----|-------------------------|
| NORMATIVA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UNE EN 13795-1:2020 | | UNE-EN ISO 11810:2015 | | UNE-EN ISO 29073-1:1993 | | UNE-EN ISO 14601:2015 | | Características técnicas ANEXO B | | | | | |
| LOTE | MATERIAL | DESCRIPCIÓN MATERIAL | REFERENCIA | MARCA COMERCIAL | Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio interno acreditado | | | | | | | | | | ANEXO D1 - Product Data |
| 8 | 30040770 Funda-balón protect sonda endoanal FU100 | | | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
| 9 | 30053048 Funda intensimatg arco C ajuste Fluoroscan | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 30063880 Funda micro Zeiss OPMI T26 132x391cm este | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 30052069 Funda controlador manual inyector AVANTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 30053616 Funda protector marco esterotaxia estéril | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 30066816 Funda protectora TAC telón O-Arm est | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 30063875 Funda mango luz quirúrgica Ø15-48mmx130mm este | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 30063925 Funda mango luz quirófano Ø60cmx14cm este | | | | | | | | | | | | | | |

Identificació de la empresa:

Nom:

NP:

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distributor

LOTE 11: Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura universals

LOTE 12: Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura vora exterior

LOTE 13: Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura HUBELLIYOTE (HUB)

LOTE 14: Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura HUGERMANN TRÍAS Y PUZO (HUGTP)

LOTE 15: Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura HUJÓSEP TRUETA (HUT)

LOTE 16: Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura HUJÓAN XIII (HUXXIII)

LOTE 17: Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura HUVERNE DE LA CINTA (HUV)

LOTE 22: Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura HUVAL·LE DE HEBRÓN (HUVH)

LOTE 23: Equips per a procediments intervencionistes, quirúrgics, terapèutics i de cobertura HUVALL DE HEBRÓN (HUVH)

| LOTE | MATERIAL | DESCRIPCIÓ MATERIAL | REFERÈNCIA | MARCA COMERCIAL | NORMATIVA | Marcar amb una "X" o "Sí/No", el cumpliment o certificació obligatòria inclosa en el Subje 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|------------|-----------------|-----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | | | | | | REQUISITS DE DRET OBLIGATÒRI DE COMPLIMENT - LOTES 13-14-17-22 | | | | | | | | | | | | ACONDICIONAMENTES TÈCNICS COMPOSANTS EQUIP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | LOT 1 | | | | LOT 2 | | | | LOT 3 | | | | LOT 4 | | | | LOT 5 | | | | LOT 6 | | | | GRUP 1 | | | |
| | | | | | | NO/JO | NO/JO | NO/JO | NO/JO | NO/JO | NO/JO | NO/JO | NO/JO | NO/JO | NO/JO | NO/JO | NO/JO | NO/JO | NO/JO | NO/JO | NO/JO | NO/JO | NO/JO | NO/JO | NO/JO | NO/JO | NO/JO | NO/JO | NO/JO | NO/JO | NO/JO | NO/JO | NO/JO |
| 13 | 30002223 | Equipo conexión-desconexión diáfragma S 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 30029504 | Equipo infiltración caudal regulado 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 30053286 | Equipo conexión-desconexión diáfragma M 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 30007915 | GSS-ARN-Equipo láser de corte supra 14 al | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 30007940 | GSS-ARN-Equipo láser de corte supra 15 al | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 30013086 | HUV/HUGTP/HUXXIII/HV-Eq cedera 27 elements | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 30019676 | HUXXIII/HV-Eq localització C-Logística 3 elements | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 30008334 | HUV-Equipo laringoscopi 34 elements | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 30009628 | HUV-Equipo balaix cringia 51 elements | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 30011793 | HUV-Equipo PT cedera 71 elements | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 30011987 | HUV-Equipo cringia nodilla 70 elements | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 30012558 | HUV-Equipo colostomia (CPT) 25 elements | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 30018504 | HUV-Equipo ORL 1 compuesto 63 elements | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 30024011 | HUV-Equipo cirugía oftálmica 33 elements | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 30062615 | HUV-Equipo neuroradiología 14 elements | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 30021183 | HUGTP-Equipo neuroradiología 43 elements | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 30021184 | HUGTP-Equipo angiografía vascular(L) 370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 30021185 | HUGTP-Equipo angiografía vascular(R) 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 30051460 | HTG-Eq resonànmica de emergència 10 el | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 30030081 | HUXXIII-Eq catéter 24elements Centurion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 30017460 | HVC-Equipo catéters 25 elements | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 30005523 | HVH-Equipo general vibracromia post 27 al | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Identificación de la empresa:

IF
unto operacional / EDI
abricante / Distribuidor

OTE 15 Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura HUARNAU DE VILANOVA (ARN)

OTE 18 Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura GESTIÓN SERVICIOS SANITARIOS (GSS)

ANEXO D5_FICHAS RESUMEN CRITERIOS JUICIO DE VALOR

LOTES: 15 - 16

(NO HAY UN MODELO DEL DOCUMENTO A PRESENTAR. EN TODO CASO, LA EMPRESA DECIDIRÁ EL FORMATO A PRESENTAR)

| CRITERIOS JUICIO DE VALOR |
|---|
| <p>Criterio 2.23 (ANEXO 4 PCAP) - SUMINISTRO (PUNTO 3.2.1 - PLIEGO TÉCNICO)</p> <p>Inclusión en el PROYECTO TÉCNICO DE ASISTENCIA LOGÍSTICA Y POSVENDA de un <u>programa de gestión para el análisis de consumos</u> que contemple, incluya y presente un programa informático para la gestión y visualización de los stocks en consigna.</p> |
| <p>Criterio 2.24 (ANEXO 4 PCAP) - DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS (PUNTO 3.2.1.1 - PLIEGO TÉCNICO)</p> <p>Inclusión en el PROYECTO TÉCNICO DE ASISTENCIA LOGÍSTICA Y POSVENDA de <u>acciones y mecanismos</u> que contemplen, inloguen, presenten, garanticen y aseguren la disponibilidad de los materiales por tipología, evite sobre-almacenamiento, describa modalidades de suministro y sus mecanismos de control de stock definiendo stocks mínimos, se encargue de establecer la periodicidad del aprovisionamiento automático y cubra abastecimiento en períodos de vacaciones.</p> |
| <p>Criterio 2.25 (ANEXO 4 PCAP) - GESTIÓN LOGÍSTICA DEL SUMINISTRO (PUNTO 3.2.1.2 - PLIEGO TÉCNICO)</p> <p>Inclusión en el PROYECTO TÉCNICO DE ASISTENCIA LOGÍSTICA Y POSVENDA de <u>acciones y mecanismos</u> que contemplen, inloguen, presenten, garanticen y aseguren la actualización técnica de los componentes de los equipos adjudicados incluyendo la motivación de innovación tecnológica, elabore stocks mínimos y máximos, haga la reposición directamente al Servicio informado por el centro hospitalario, lleve a cabo la colocación de material en los armarios/estandarías, controle las caducidades de los materiales adjudicados e informe de las condiciones que las mantengan válidas, asegure la disponibilidad de elementos sueltos de los equipos licitados, siendo responsable total de la organización, gestión y control de los depósitos.</p> |

Es OBLIGATORIO presentar la documentación que acredita los criterios descritos.

Se deben presentar memorias, fichas con documentación, resúmenes con la explicación de las características solicitadas, fotografías, etc; en las que hay conste claramente toda la información necesaria para valorar los criterios de juicio de valor.

| |
|---|
| Para ver que se pide en los criterios de juicio de valor, ver ANEXO 4 del PCAP. |
|---|



Anexo E -Presentación de muestras. Relación de códigos SAP afectados



No será necesaria la presentación de muestras de los códigos de materiales incluidos en esta licitación.