

Plec de prescripcions tècniques particulars del contracte del subministrament per a l'actualització del microtomògraf de raigs X "Skyscan 1272" per al Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de l'EEBE de la UPC

Amb la presentació de l'oferta, l'empresa licitadora accepta les prescripcions tècniques establertes en aquest plec, que tenen la consideració d'especificacions mínimes i d'obligat compliment.

Qualsevol proposta que no s'ajusti als requeriments mínims establerts en aquest plec quedarà excloua de la licitació.

1. Objecte del contracte o necessitat a cobrir

L'objectiu d'aquesta compra és l'actualització del sistema amb un nou detector per poder seguir donant servei a la comunitat de recerca associada al centre de recerca multiescala, als usuaris de la UPC així com a usuaris externs. L'actualització consisteix en l'adquisició d'un detector sCMOS de 16 Mp amb tres posicions de mesura, incloent el kit d'adaptació per al canvi de tipus de detector.

2. Activitats i funcions de l'empresa contractista

Les funcions que ha d'assumir l'empresa contractista són les següents:

- Instal·lació del detector
- Calibratge de l'equipament
- Verificació del nivell de detecció

L'oferta que presenti l'empresa licitadora haurà d'abastar la totalitat de les activitats i funcions especificades en el present plec i al Plec de Clàusules Administratives Particulars, essent totes elles obligatòries per a l'admissió de les propostes.

3. Requeriments tècnics generals obligatoris de la prestació i/o rendiment o exigències funcionals de la prestació

Garantia de la reparació i de les parts substituïdes 3 mesos.

L'empresa contractista disposarà dels suficients mitjans tècnics, materials qualitius i personals per a desenvolupar les tasques objecte d'aquest contracte.

Original signat per:

JOSE LUIS TAMARIT MUR
Signat en: 29-11-2024 13:58:10
GMT+1



4. Formes de seguiment i control de l'execució de les condicions

L'empresa contractista ha de designar una persona responsable a qui encarregar la gestió de l'execució del contracte i que haurà de garantir la qualitat de la prestació objecte d'aquest plec, tractant directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec amb la persona interlocutora designada per l'òrgan de contractació.

5. Documentació tècnica a aportar per l'empresa adjudicatària

Les especificacions tècniques proposades per l'empresa licitadora en la seva oferta esdevindran condicions d'obligat compliment al llarg de l'execució del contracte si aquesta esdevé l'adjudicatària.

El responsable del contracte
Josep Lluís Tamarit
Director del Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala

Barcelona, a la data de la signatura electrònica

Original signat per:

JOSE LUIS TAMARIT MUR
Signat en: 29-11-2024 13:58:10
GMT+1

