

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE
SONDES I ALTRE MATERIAL PER L'INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA**

EXP. CONTR/2024/0000000197

PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT

ÍNDEX

1 ANTECEDENTS	3
2 OBJECTE	3
2.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)	4
2.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)	4
2.3 DURADA DEL CONCURS	5
3 REQUISITS TÈCNICS DE L'OBJECTE	5
3.1 REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS	5
3.1.1 NORMATIVA OBLIGATÒRIA	5
3.1.2 MOSTRES	5
3.2 REQUISITS TÈCNICS OBLIGATORIS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL EN FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE	10
4 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR	12
4.1 DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA	12
4.2 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA	12
4.3 OFERTA ECONÒMICA	13
5 CRITERIS D'ADJUDICACIÓ	13
5.1 CRITERIS DE VALORACIÓ MITJANÇANT JUDICI DE VALOR. MÀXIM 50 PUNTS	13
5.2 CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS. MÀXIM 50 PUNTS	15
6 CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT	16
7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ	17
8 DADES DE CONTACTE	17
9 ANNEXES	18
9.1 ANNEX 1 – PLA DE NECESSITATS	18
9.2 ANNEX 2 – REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS	26
9.3 ANNEX 3 – OFERTA ECONÒMICA	36

1 ANTECEDENTS

L' Institut d'Assistència Sanitària (IAS) és una empresa pública que forma part de la xarxa sanitària i social de cobertura pública de la Generalitat de Catalunya, a través de la concertació amb el Departament de Salut i el Departament de Benestar i Família. Presta al conjunt de la Regió Sanitària de Girona, serveis d'atenció especialitzada, serveis de salut mental, serveis sociosanitaris, socials i de suport i diagnòstic, així com atenció primària. Gestiona l'Edifici Santa Caterina (hospital general bàsic de La Selva interior i part del Gironès) i el Parc Hospitalari Martí i Julià.

2 OBJECTE

L'OBJECTE del present expedient és la contractació del subministrament de sondes, catèters i drenatges per cobrir les necessitats de l'Institut d'Assistència Sanitària.

La contractació és per procediment obert i la licitació es farà per lots. Les licitadores podran concórrer a qualsevol lot, tanmateix haurà de ser per lot sencer. No s'admeten ofertes variants.

LOT	DESCRIPCIÓ	IMPORT 1 ANUALITAT	IMPORT 3 ANUALITATS
1	SONDA FOLEY DE LATÈX CILÍNDRICA 2V	2.604,36 €	7.813,07 €
2	SONDA FOLEY DE SILICONA CILÍNDRICA 2V	6.103,11 €	18.309,33 €
3	SONDA FOLEY DE SILICONA DUFOUR 3V	3.507,00 €	10.521,00 €
4	SONDA FOLEY DE PVC AMB BALÓ	11.193,00 €	33.579,00 €
5	SONDA NELATON DE PVC	60,90 €	182,70 €
6	SONDA NELATON DE POLIURETÀ	440,66 €	1.321,99 €
7	SONDA FEMENINA DE POLIURETÀ	3.206,40 €	9.619,19 €
8	SONDA FEMENINA DE PVC	578,34 €	1.735,02 €
9	CATÈTER URETERAL	1.305,00 €	3.915,00 €
10	CATÈTER DOBLE J	11.240,00 €	33.720,00 €
11	SONDA TIEMANN DE POLIURETÀ	329,80 €	989,40 €
12	SONDA TIEMANN DE PVC	396,75 €	1.190,25 €
13	SONDA RECTAL	366,19 €	1.098,57 €
14	CÀNULA BIÒPSIA ENDOMETRIAL	1.828,75 €	5.486,25 €
15	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ	2.712,35 €	8.137,05 €
16	SONDA ASPIRACIÓ TANCADA	1.905,00 €	5.715,00 €
17	SONDA NASOGÀSTRICA TIPUS SALEM	1.047,20 €	3.141,60 €
18	SONDA NASOGÀSTRICA TIPUS LEVIN	93,10 €	279,30 €
19	DRENATGE BILIAR TIPUS T-KEHER	828,08 €	2.484,24 €
20	SET DRENATGE SUPRAPÚBIC	2.250,00 €	6.750,00 €
21	SONDA REDÓN	1.153,71 €	3.461,13 €
22	DRENATGE DE SILICONA MULTIPERFORAT	154,50 €	463,50 €

23	CATÈTER REUTER EPISTAXI	1.029,00 €	3.087,00 €
24	SONDA NELATON PEDIÀTRICA HIDROFÍLICA	230,00 €	690,00 €
25	SONDA DE GASTROSTOMIA	306,00 €	918,00 €
26	DRENATGE DE SILICONA RODÓ	10.352,50 €	31.057,50 €
27	SONDA DE CALIBRACIÓ GÀSTRICA	2.200,00 €	6.600,00 €
28	SONDA INSEMINACIÓ INTRAUTERINA	945,75 €	2.837,25 €
29	SONDA DE NUTRICIÓ + ASPIRACIÓ	816,00 €	2.448,00 €
30	SONDA DE NUTRICIÓ ENTERAL DE POLIURETÀ	900,00 €	2.700,00 €
	TOTAL	70.083,44 €	210.250,32 €

IMPORT TOTAL 1 ANUALITAT	IMPORT TOTAL 3 ANUALITATS	% IVA
70.083,44	210.250,32	10 %

Els preus unitaris corresponents als articles integrants de cadascun dels lots, estan referenciats a **l'ANNEX 1 – PLA DE NECESSITATS (pàg. 18 i s.)**. Les quantitats de consum són orientatives i no representen un compromís de consum anual, sinó que podran ser superiors o inferiors, depenent de les necessitats assistencials del nostre centre. Els preus són per unitat de producte.

2.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)

El pressupost base de licitació (P.B.L.) **pels TRES anys** d'aquest expedient és de:

P.B.L. total sense IVA:	210.250,32
Import total amb IVA:	231.275,35

2.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)

Pressupost base de licitació: 210.250,32 € (SENSE IVA) (10% IVA)
Pròrrogues: SI. 2 anualitats: 70.083,44 € + 70.083,44 € = 140.166,88 €
Possibles opcions eventuais: SI. Modificació 20% = 42.050,06 €.

Import total VEC = 210.250,32 € + 140.166,88 € + 42.050,06 € = 392.467,27 € (IVA EXCLÒS)

2.3 DURADA DEL CONCURS

La durada del concurs serà de TRES anys prorrogable per DUES anualitats més en cas d'acord entre les dues parts.

3 REQUISITS TÈCNICS DE L'OBJECTE

3.1 REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS

Ateses les diferents característiques dels articles objecte de la licitació, s'indica a l'arxiu **Annex 2 – REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS (pàg. 26 i s.)** els requisits d'obligat compliment i les característiques tècniques mínimes que conformen l'objecte contractual. **Aquest arxiu Excel s'ha de presentar al Sobre B degudament emplenat per cada lot licitat.**

La no presentació de l'arxiu **Annex 2- REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS (pàg. 26 i s.)** o la presentació parcial, així com l'incompliment d'un requisit tècnic específic, serà causa d'exclusió de la licitació.

Les característiques, mides i valors dels articles relacionats podran ser aproximades amb un mínim de variació, essent la Unitat Tècnica la que avaluarà si el material presentat per cada licitadora, s'ajusta a les necessitats del centre, de la part assistencial i del pacient. En el cas de no ajustar-se, l'oferta podrà quedar exclosa.

No es valorarà cap mostra que no contingui la totalitat dels components sol·licitats a l'arxiu **Annex 2- REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS (pàg. 26 i s.)**.

3.1.1 NORMATIVA OBLIGATÒRIA

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre B, l'empresa licitadora presenti el **Certificació del marcatge CE per cada lot conforme el MDR (UE) 2017/745** del 5 d'abril de 2017, pel qual es regulen els productes Sanitaris, que deroga a la 90/385/CEE i 93/42/CEE, exceptuant si els productes tenen certificat anterior a 26 de maig de 2021, que es poden comercialitzar amb el certificat antic fins el 27/5/2025, en base a la disposició transitòria de l'article 120. És a dir, s'aplica el nou reglament, però en el cas de certificats expedits amb anterioritat al 26 de maig de 2021 aquests seran acceptables en base a la normativa anterior.

3.1.2 MOSTRES

Serà **OBLIGATORI** que cada licitadora envii les mostres requerides.

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ	UNITAT DE MOSTRES REQUERIDES
LOT 1	SONDA FOLEY LATÈX CILÍNDRICA 2V		
1	50108	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/8	5 unitats
1	50109	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/10	
1	50110	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/12	
1	50111	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/14	10 unitats
1	50112	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/16	
1	50113	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/18	
1	50114	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/20	5 unitats
1	50115	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/22	
1	50116	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/24	
LOT 2	SONDA FOLEY DE SILICONA CILÍNDRICA 2V		
2	50118	SONDA FOLEY SILICONA CH/6	
2	50119	SONDA FOLEY SILICONA CH/8	5 unitats
2	50120	SONDA FOLEY SILICONA CH/10	
2	50121	SONDA FOLEY SILICONA CH/12	
2	50122	SONDA FOLEY SILICONA CH/14	10 unitats
2	50123	SONDA FOLEY SILICONA CH/16	
2	50124	SONDA FOLEY SILICONA CH/18	
2	50125	SONDA FOLEY SILICONA CH/20	
LOT 3	SONDA FOLEY SILICONA DUFOR 3V		
3	50128	SONDA FOLEY DUFOR CH/16	10 unitats
3	50129	SONDA FOLEY DUFOR CH/18	
3	54196	SONDA FOLEY DUFOR CH/20	5 unitats
3	50131	SONDA FOLEY DUFOR CH/22	
LOT 4	SONDA FOLEY PVC AMB BALÓ		
4	50133	SONDA FOLEY COUVELAIRE CH/18	5 unitats
4	50134	SONDA FOLEY COUVELAIRE CH/20	
4	50135	SONDA FOLEY COUVELAIRE CH/22	5 unitats
4	52188	SONDA DE PVC TIEMAN CH/14	5 unitats
4	52187	SONDA DE PVC TIEMAN CH/16	
4	54438	SONDA DE PVC TIEMAN CH/18	
4	54439	SONDA DE PVC TIEMAN CH/20	5 unitats
4	54440	SONDA DE PVC TIEMAN CH/22	

LOT 5	SONDA NELATON DE PVC		
5	53527	SONDA NELATON CH/8	10 unitats
5	54031	SONDA NELATON CH/10	
LOT 6	SONDA NELATON POLIURETÀ		
6	50167	SONDA NELATON CH/8	5 unitats
6	50168	SONDA NELATON CH/10	
6	50169	SONDA NELATON CH/12	
6	50170	SONDA NELATON CH/14	5 unitats
6	50171	SONDA NELATON CH/16	
6	50172	SONDA NELATON CH/18	
LOT 7	SONDA FEMENINA DE POLIURETÀ		
7	50186	SONDA FEMENINA DE POLIURETÀ CH/12	
7	50173	SONDA FEMENINA DE POLIURETÀ CH/14	10 unitats
LOT 8	SONDA VESICAL FEMENINA DE PVC		
8	53465	SONDA FEMENINA DE PVC CH/14	10 unitats
LOT 9	CATÈTER URETERAL		
9	50190	CATÈTER URETERAL CH/4	
9	50182	CATÈTER URETERAL CH/5	5 unitats
9	50183	CATÈTER URETERAL CH/6	
9	50191	CATÈTER URETERAL CH/3	
9	50193	CATÈTER URETERAL CH/7	5 unitats
LOT 10	CATÈTER DOBLE J		
10	52725	CATÈTER URETERAL DOBLE J CH-4,8x26CM	
10	53119	CATÈTER URETERAL DOBLE J CH-6x28CM	10 unitats
10	52763	CATÈTER URETERAL DOBLE J CH-4,8x24CM	
LOT 11	SONDA TIEMANN DE POLIURETÀ		
11	52315	SONDA TIEMANN CH/8	5 unitats
11	50175	SONDA TIEMANN CH/10	
11	50176	SONDA TIEMANN CH/12	
11	50177	SONDA TIEMANN CH/14	5 unitats

11	50178	SONDA TIEMANN CH/16	
11	50180	SONDA TIEMANN CH/20	
LOT 12	SONDA TIEMANN DE PVC		
12	53701	SONDA TIEMANN PVC CH/12	5 unitats
12	53820	SONDA TIEMANN PVC CH/14	
12	53821	SONDA TIEMANN PVC CH/16	
12	50179	SONDA TIEMANN PVC CH/18	5 unitats
LOT 13	SONDA RECTAL		
13	50137	SONDA RECTAL CH/20	5 unitats
13	50138	SONDA RECTAL CH/25	10 unitats
13	50139	SONDA RECTAL CH/28	
LOT 14	CÀNULA BIÒPSIA ENDOMETRIAL		
14	50208	CÀNULA BIÒPSIA ENDOMETRIAL	5 unitats
LOT 15	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ		
15	50147	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ CH/6	5 unitats
15	50149	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ CH/8	
15	50150	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ CH/10	
15	50151	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ CH/12	
15	50152	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ CH/14	10 unitats
15	53102	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ CH/16	
15	53103	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ CH/18	
LOT 16	SONDA ASPIRACIÓ TANCADA		
16	53994	SONDA ASPIRACIÓ TANCADA ENDOTRAQUEAL CH/16	5 unitats
16	54057	SONDA ASPIRACIÓ TANCADA TRAQUEOSTOMIA CH/14	
16	54058	SONDA ASPIRACIÓ TANCADA TRAQUEOSTOMIA CH/16	5 unitats
LOT 17	SONDA NASOGÀSTRICA TIPUS SALEM		

17	50160	SONDA NASOGÀSTRICA TIPUS SALEM CH/14	5 unitats
17	54535	SONDA NASOGÀSTRICA TIPUS SALEM CH/18	5 unitats
LOT 18	SONDA NASOGÀSTRICA TIPUS LEVIN		
18	50154	SONDA NASOGÀSTRICA LEVIN CH14	5 unitats
18	50155	SONDA NASOGÀSTRICA LEVIN CH/16	
18	50156	SONDA NASOGÀSTRICA LEVIN CH/18	5 unitats
LOT 19	DRENATGE BILIAR TIPUS T-KEHER		
19	50102	DRENATGE BILIAR T-KEHER CH/8	5 unitats
19	50103	DRENATGE BILIAR T-KEHER CH/10	
19	50104	DRENATGE BILIAR T-KEHER CH/12	
19	50105	DRENATGE BILIAR T-KEHER CH/15	5 unitats
LOT 20	SET DRENATGE SUPRAPÚBIC		
20	50217	SET DRENATGE SUPRAPÚBIC CH/12	5 unitats
20	54532	SET DRENATGE SUPRAPÚBIC CH/16	
LOT 21	SONDA REDÓN		
21	53390	SONDA REDÓN AMB AGULLA CH/10	5 unitats
21	53391	SONDA REDÓN AMB AGULLA CH/12	
21	53931	SONDA REDÓN AMB AGULLA CH/14	
21	53013	SONDA REDÓN SENSE AGULLA CH/16	5 unitats
LOT 22	DRENATGE DE SILICONA MULTIPERFORAT		
22	52093	DRENATGE SILICONA MULTIPERFORAT CH/20	5 unitats
LOT 23	CATÈTER REUTER EPISTAXI		
23	50222	CATÈTER REUTER EPISTAXIS 120MM	
23	52866	CATÈTER REUTER EPISTAXIS 95MM	5 unitats
LOT 24	SONDA NELATON PEDIÀTRICA HIDROFÍLICA		
24	51901	SONDA NELATON PEDIÀTRICA CH/6	5 unitats
24	51902	SONDA NELATON PEDIÀTRICA CH/8	
LOT 25	SONDA DE GASTROSTOMIA		
25	54588	SONDA DE GASTROSTOMIA 20FR	1 unitat
25	54589	SONDA DE GASTROSTOMIA 22FR	

LOT 26	DRENATGE DE SILICONA RODÓ		
26	51748	DRENATGE RODÓ DE SILICONA CH/10	5 unitats
26	52092	DRENATGE RODÓ DE SILICONA CH/15	5 unitats
26	52647	DRENATGE RODÓ DE SILICONA CH/24	
LOT 27	SONDA DE CALIBRACIÓ GÀSTRICA		
27	54647	SONDA CALIBRACIÓ GÀSTRICA CH/38	5 unitats
LOT 28	SONDA INSEMINACIÓ INTRAUTERINA		
28	51688	SONDA INSEMINACIÓ INTRAUTERINA	5 unitats
LOT 29	SONDA DE NUTRICIÓ + ASPIRACIÓ		
29	54236	SONDA NUTRICIÓ + ASPIRACIÓ DOBLE CANAL	1 unitat
LOT 30	SONDA DE NUTRICIÓ ENTERAL DE POLIURETÀ		
30	53955	SONDA NUTRICIÓ ENTERAL DE POLIURETÀ CH/10	
30	52298	SONDA NUTRICIÓ ENTERAL DE POLIURETÀ CH/12	5 unitats

Les mostres han de ser iguals als models oferts al sobre B i han de portar tots els components necessaris per fer les proves. En el cas que hi hagi algun dubte o que es requereixin més unitats per poder fer les proves i valoracions, es podran sol·licitar més mostres i es farà des del departament de Logística mitjançant un correu electrònic en el qual es demanarà la referència, quantitat i lloc de lliurament. Un cop fetes les valoracions, les mostres que sobrin podran ser retornades en cas de sol·licitar-ho. La recollida i cost del retorn anirà a càrrec de la licitadora.

Les mostres s'hauran d'enviar des de la data de publicació de l'expedient a la Plataforma de Contractació, fins com a màxim la data de finalització de la presentació de les ofertes que dictaminin l'anunci de licitació, a la següent adreça: Hospital Santa Caterina. Magatzem General. C/ Dr. Castany, S/N. 17190 – Salt (Girona).

Serà imprescindible rebre les mostres per fer la valoració tècnica i s'hauran d'acompanyar d'un comprovant signat per l'IAS amb la data de l'entrega. En el cas que alguna licitadora no envii les mostres, quedarà EXCLOSA del procés de licitació.

3.2 REQUISITS TÈCNICS OBLIGATORIS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL EN FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

1. En fase d'execució del contracte, l' incompliment de les condicions del subministrament segons els termes del present plec tècnic, comportarà una falta que provocarà les conseqüents penalitzacions segons els articles 192 i 193 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre) i/o allò que s'estipula al PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars) de la present licitació.
2. Els incompliments de les condicions establertes en la documentació d'aquesta licitació i altres, que se'n derivin de la proposta tècnica i econòmica de la licitadora, es consideraran faltes. La seva gravetat es determinarà en funció de les repercussions al servei i d'acord amb els tràmits establerts en l'article 212 apartat 8 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre).
3. L'empresa adjudicatària ha d'informar a l'IAS amb antelació suficient (1 setmana aprox.) per evitar el desproveïment sobre qualsevol eventualitat en la disponibilitat comercial dels articles adjudicats. En cas de trencament d'estoc, l'empresa adjudicatària haurà d'informar a l'IAS amb antelació suficient per poder prendre mesures adequades per mantenir la continuïtat de l'activitat. En el cas que l'empresa adjudicatària no es pugui comprometre a subministrar el producte segons les condicions establertes en aquest expedient:
 - En el cas que pugui oferir una alternativa equivalent, informará si pot oferir un producte substituït alternatiu al mateix preu adjudicat i haurà de facilitar la fitxa tècnica del nou producte, la qual serà valorada pel comitè tècnic designat. En aquest cas, l'empresa adjudicatària **informará documentalment** del producte afectat pel trencament d'estoc i del temps estimat fins al restabliment del subministrament habitual.
 - En el cas que no pugui oferir una alternativa equivalent i en cas que fos necessari, l'IAS podrà adquirir el producte a una altra empresa. En aquest cas, l'empresa adjudicatària haurà d'assumir el cost de la diferència del preu en la compra del material així com altres despeses que es puguin originar derivades de la compra no contractades amb l'adjudicatària. En el supòsit contemplat, l'empresa adjudicatària **informará documentalment a petició documental també, de l'IAS** del producte afectat pel trencament d'estoc.
4. Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària té l'obligació de notificar qualsevol canvi que es produeixi tant en la identificació del producte com en qualsevol de les característiques tècniques.
5. L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada durant la vigència del contracte, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.
6. L'empresa adjudicatària haurà de formar el personal en el correcte ús dels productes adjudicats si al centre li és necessari.
7. L'empresa adjudicatària haurà de lliurar un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat.
8. En el cas que es descatalogui alguna de les referències licitades durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària i no pugui oferir una alternativa amb la mateixa qualitat i característiques sense incrementar el preu d'adjudicació, es procedirà a la rescissió del contracte d'aquesta referència.

9. En el cas que durant la vigència del contracte l'empresa adjudicatària desenvolupi alguna innovació que afecti al material de licitació, es podrà incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comporti un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, la qual serà valorada pel comitè tècnic designat.

4 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

La documentació es presentarà amb **SOBRE DIGITAL**.

Per tal que la Unitat Tècnica de l'IAS pugui valorar amb objectivitat cada una de les ofertes que presenten les licitadores, és necessari que les ofertes es presentin detallades i que els seus apartats siguin identificables, segons les denominacions i epígrafs, essent la valoració de cada un d'ells el que es descriu en els criteris d'adjudicació especificats en aquest plec i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Es recomana que les memòries siguin concretes i concises amb la mínima extensió possible que permeti la clara comprensió de la proposta aportada. No s'ha d'incloure documentació o informació comercial genèrica si no aporta valor a l'oferta concreta.

Segons es descriu en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, l'oferta completa constarà de 3 sobres: A, B i C. La documentació tècnica s'ha d'incorporar en el sobre B i l'oferta econòmica al sobre C. És molt important la correcta distribució de la documentació en els sobres correctes. Qualsevol error invalida la proposta i l'oferta no es podrà avaluar. En el cas que s'inclouguin ofertes econòmiques al Sobre B, la licitadora quedarà exclosa.

Cada licitadora només podrà presentar una sola oferta per cada lot licitat, tanmateix haurà de ser per la totalitat dels articles que conformen el lot.

Les ofertes hauran de:

- Complir amb totes les característiques i requisits definits en cada apartat del punt 3 **REQUISITS TÈCNICS DE L'OBJECTE** i del punt 4 **DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR** d'aquest plec. En el cas que alguna característica o requisit sol·licitat no es compleixi, l'oferta quedarà EXCLOSA i no s'obrirà el sobre C.
- No es pot superar el preu unitari fixat per cada article que conforma el lot.
- Les ofertes s'han de presentar de la forma que es detalla a **L'ANNEX 3 - OFERTA ECONÒMICA (pàg. 31 i s.)**.

4.1 DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

Segons es disposa en el PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars).

4.2 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

PROPOSTA TÈCNICA. VALORABLE

Per tal que la unitat tècnica de l'IAS pugui valorar cadascuna de les ofertes que presentin les licitadores, **és necessari que la licitadora presenti els següents documents enumerats i anomenats tal i com s'indica a continuació:**

- 1- **FITXES TÈCNIQUES** amb les característiques de cada article ofert i els requisits tècnics específics remarcats.
- 2- **Certificació del marcatge CE per cada lot conforme el MDR (UE) 2017/745** del 5 d'abril de 2017, pel qual es regulen els productes Sanitaris, que deroga a la 90/385/CEE i 93/42/CEE, exceptuant si els productes tenen certificat anterior a 26 de maig de 2021, que es poden comercialitzar amb el certificat antic fins el 27/5/2025, en base a la disposició transitòria de l'article 120. És a dir, s'aplica el nou reglament, però en el cas de certificats expedits amb anterioritat al 26 de maig de 2021 aquests seran acceptables en base a la normativa anterior.
- 3- **Annex 2- REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS.** Caldrà omplir les **fitxes** de l'**annex 2 (pàg. 26 i s.)** per cada lot licitat.
- 4- **COMPROVANT** signat per l'IAS i amb data, de les mostres lliurades.

TOTA LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA AL SOBRE B ÉS DE PRESENTACIÓ OBLIGATÒRIA, LA NO PRESENTACIÓ SERÀ MOTIU D'EXCLUSIÓ DE LA LICITACIÓ.

Tots els requisits tècnics específics han de ser perfectament identificables a les fitxes tècniques i a poder ser remarcats amb color.

En el supòsit que les empreses licitadores no presentin la documentació tècnica amb la suficient qualitat d'informació, i/o la forma de presentació no sigui la sol·licitada, no es garanteix que la seva oferta sigui avaluada.

4.3 OFERTA ECONÒMICA

PROPOSTA ECONÒMICA

La licitadora ha de presentar al SOBRE C, en català i/o castellà:

L'oferta econòmica segons el model de l'**ANNEX 3 - OFERTA ECONÒMICA (pàg. 36 i s.)**, degudament signada.

5 CRITÈRIS D'ADJUDICACIÓ

5.1 CRITERIS DE VALORACIÓ MITJANÇANT JUDICI DE VALOR. MÀXIM 50 PUNTS

CRITERI 1 – ADAPTABILITAT. Màxim 10 punts

Es valorarà que la sonda s'adapti millor a l'anatomia del pacient i que tingui la capacitat per ajustar-se a les necessitats globals del servei.

CRITERI 2 – FACILITAT D'ÚS. Màxim 10 punts

Es valorarà la facilitat d'ús del producte amb l'avaluació de diversos aspectes com ara l'accessibilitat de la sonda, la comoditat durant el seu maneig i l'eficiència en la seva aplicació tant pel personal assistencial com pel pacient.

CRITERI 3 – COMPORTAMENT DEL MATERIAL. Màxim 10 punts

Es valorarà el comportament de material de la sonda en funció de diverses propietats mecàniques, incloent la resistència, la durabilitat, la flexibilitat i la suavitat per garantir la seguretat i l'eficàcia del procediment.

CRITERI 4 – VISIBILITAT I IDENTIFICACIÓ. Màxim 10 punts

Es valorarà la presència de codificacions de color, marques visibles o marcadors de profunditat per facilitar-ne una identificació ràpida i la correcta inserció durant el procediment per evitar que la sonda s'introdueixi massa en la cavitat corporal.

CRITERI 5 – ENVASAT I PRESENTACIÓ. Màxim 10 punts

Es valorarà el disseny de l'envàs en relació a la facilitat d'obertura i manipulació del producte, i la claredat de les instruccions per la facilitat d'identificació i accés al material.

Les propostes es valoraran segons els criteris de la "Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica" de la Direcció General de Contracció Pública de la Generalitat de Catalunya.

S'aplicaran els criteris descrits en aquest apartat i posteriorment s'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent, i s'aplicarà la fórmula següent, per obtenir la puntuació:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar
 P = Puntuació del criteri
 VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua
 VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

Segons l'article 3 d'aquesta directriu, s'aplicarà un llindar mínim en aquest apartat del **80% de cada criteri** de manera que existeixen dues opcions possibles respecte la funció d'aquest llindar segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).

- **Opció 1** - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
- **Opció 2**- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes amb la fórmula anterior i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.

En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació. L'efecte d'aquest llindar és aplicar una o altre de les opcions anteriors, en funció de si alguna oferta o cap superen aquest llindar.

5.2 CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS. MÀXIM 50 PUNTS

Proposta econòmica (**ANNEX 3 - OFERTA ECONÒMICA (pàg. 36 i s.)**)

Criteris de valoració de les ofertes. La valoració de les proposicions es durà a terme per l'aplicació dels següents criteris de valoració:

1. PREU DE L'OBJECTE. MÀXIM 45 PUNTS

Oferta econòmica. Puntuació màxima **45 punts**.

La valoració econòmica es farà seguint la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, segons la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_v = Oferta a Valorar

O_m = Oferta Millor

IL = Import de Licitació

VP = Valor de Ponderació **1,45**

(S'assigna el valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu)

En compliment de que disposa l'art. 149 de la LCSP, es considerarà oferta amb valors anormals o desproporcionats, totes aquelles ofertes econòmiques que siguin inferiors al 80% respecte la mitjana de totes les ofertes presentades.

2. RÀPEL. MÀXIM 5 PUNTS

La licitadora podrà presentar oferta d'aplicació d'un ràpel al final de cada any natural, sobre el total de la facturació, per aquest concepte, sempre i quan compleixi els requisits tècnics mínims indicats al plec de prescripcions tècniques. Obtindrà la màxima puntuació de **5 punts** l'oferta amb el ràpel més alt.

Les restants propostes de ràpels obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula (directament proporcional) :

$$P_x = (O_x/O_e) * 5$$

On:

P_x : puntuació ràpel valorat

O_x : proposta de % ràpel ofert

O_e : proposta de % ràpel més alta

6 CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT

EL LLIURAMENT DEL MATERIAL:

La recepció del material s'haurà de fer al magatzem de Compres Generals, situat a la planta baixa de l'Hospital Santa Caterina, del Parc Hospitalari Martí i Julià, c/ Dr. Castany, s/n, 17190 de Salt (Girona) amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció de material i dins l'horari establert pel centre: 8 h a 14 h.

El lliurament de qualsevol tipus de material haurà de ser cursat per comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda oficial.

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora.

El centre verificarà la integritat de l'embalatge en el moment de la rebuda del material. En el cas que aquest no arribi en les condicions adequades i establertes per el centre, es retornarà a l'empresa.

L'objecte s'haurà de transportar degudament embalat i protegit. El deteriorament de l'objecte degut a la manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega o instal·lació, serà imputable a l'adjudicatari. L'empresa adjudicatària es compromet a reposar l'objecte malmès en un termini no superior a 48h.

El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia. L'original serà pel destinatari (IAS), al proveïdor se li lliurarà la còpia amb el segell. L'albarà haurà d'anar valorat i s'hi haurà de fer constar les següents dades:

- Número de comanda
- Número d'article de l'IAS
- Número d'expedient
- Número d'albarà

Els albarans hauran d'anar a l'exterior dels paquets.

En cas de lliuraments paletitzats, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-la (precinte transparent, etc...). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu. L'alçada del palet i la càrrega no podrà superar en cap cas els 185 cm.

GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT:

L'empresa adjudicatària es compromet a garantir el subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats que s'estableixen en funció del consum del centre.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:

L'empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec per l'IAS.

7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

L'empresa contractista, haurà d'aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant del pagament en termini.

L'empresa contractista haurà de garantir la seguretat i protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.

L'empresa contractista, en relació a l'embalatge de l'objecte (Directiva 94/62/CE) i l'impacte d'aquest al medi ambient, rep les següents recomanacions:

- No fer ús de plàstics que comportin la formació i/o emissió al medi ambient de substàncies tòxiques bioacumulables.
- Utilització de materials reciclats, com el paper o cartró reciclat, així com embalatges reutilitzables.

La licitadora té l'obligació de gestionar aquells embalatges, inclosos a les comandes que rep el centre, que no són reutilitzables, i els farà reciclar per un gestor de residus autoritzat.

8 DADES DE CONTACTE

Per tal de complimentar la informació tècnica que es dona en el present Plec, i per qualsevol dubte, aclariment o visita tècnica, les empreses interessades podran concertar visita contactant amb els Serveis Logístics de l'IAS als telèfons i/o als correus electrònics següents:

607 07 19 45 - vicens.lloret.ias@gencat.cat

972 18 26 00. Ext. 1082 - jaspreet.kaur.ias@gencat.cat

Per qüestions jurídiques: Sra. M^a Jesús Costa, telèfon 972 182 509 - mariajesus.costa.ias@gencat.cat

Signat. Vicens Lloret Alba
Cap de Serveis Logístics de l'IAS
Salt, 5 de desembre de 2024

9 ANNEXES

9.1 ANNEX 1 – PLA DE NECESSITATS

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ	UNITATS DE CONSUM ANUAL	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	% IVA	PREU TOTAL AMB IVA
LOT 1	SONDA FOLEY LATÈX CILÍNDRICA 2V						
1	50108	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/8	35	0,77 €	27,04 €	10%	29,74 €
1	50109	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/10	35	0,77 €	27,04 €	10%	29,74 €
1	50110	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/12	185	0,82 €	152,44 €	10%	167,68 €
1	50111	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/14	1850	0,82 €	1.524,40 €	10%	1.676,84 €
1	50112	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/16	800	0,82 €	659,20 €	10%	725,12 €
1	50113	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/18	180	0,82 €	148,32 €	10%	163,15 €
1	50114	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/20	50	0,82 €	41,20 €	10%	45,32 €
1	50115	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/22	25	0,82 €	20,60 €	10%	22,66 €
1	50116	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/24	5	0,82 €	4,12 €	10%	4,53 €
TOTAL LOT 1					2.604,36 €		2.864,79 €
LOT 2	SONDA FOLEY DE SILICONA CILÍNDRICA 2V						
2	50118	SONDA FOLEY SILICONA CH/6	30	4,75 €	142,50 €	10%	156,75 €
2	50119	SONDA FOLEY SILICONA CH/8	40	4,75 €	190,00 €	10%	209,00 €
2	50120	SONDA FOLEY SILICONA CH/10	50	4,75 €	237,50 €	10%	261,25 €
2	50121	SONDA FOLEY SILICONA CH/12	300	1,82 €	546,93 €	10%	601,62 €
2	50122	SONDA FOLEY SILICONA CH/14	1710	1,82 €	3.117,50 €	10%	3.429,25 €

2	50123	SONDA FOLEY SILICONA CH/16	840	1,82 €	1.531,40 €	10%	1.684,54 €
2	50124	SONDA FOLEY SILICONA CH/18	155	1,82 €	282,58 €	10%	310,84 €
2	50125	SONDA FOLEY SILICONA CH/20	30	1,82 €	54,69 €	10%	60,16 €
TOTAL LOT 2					6.103,11 €		6.713,42 €
LOT 3	SONDA FOLEY SILICONA DUFOUR 3V						
3	50128	SONDA FOLEY DUFOUR CH/16	85	16,70 €	1.419,50 €	10%	1.561,45 €
3	50129	SONDA FOLEY DUFOUR CH/18	65	16,70 €	1.085,50 €	10%	1.194,05 €
3	54196	SONDA FOLEY DUFOUR CH/20	45	16,70 €	751,50 €	10%	826,65 €
3	50131	SONDA FOLEY DUFOUR CH/22	15	16,70 €	250,50 €	10%	275,55 €
TOTAL LOT 3					3.507,00 €		3.857,70 €
LOT 4	SONDA FOLEY PVC AMB BALÓ						
4	50133	SONDA FOLEY COUVELAIRE CH/18	195	8,20 €	1.599,00 €	10%	1.758,90 €
4	50134	SONDA FOLEY COUVELAIRE CH/20	175	8,20 €	1.435,00 €	10%	1.578,50 €
4	50135	SONDA FOLEY COUVELAIRE CH/22	450	8,20 €	3.690,00 €	10%	4.059,00 €
4	52188	SONDA DE PVC TIEMAN CH/14	245	8,20 €	2.009,00 €	10%	2.209,90 €
4	52187	SONDA DE PVC TIEMAN CH/ 16	150	8,20 €	1.230,00 €	10%	1.353,00 €
4	54438	SONDA DE PVC TIEMAN CH/18	50	8,20 €	410,00 €	10%	451,00 €
4	54439	SONDA DE PVC TIEMAN CH/20	50	8,20 €	410,00 €	10%	451,00 €
4	54440	SONDA DE PVC TIEMAN CH/22	50	8,20 €	410,00 €	10%	451,00 €
TOTAL LOT 4					11.193,00 €		12.312,30 €
LOT 5	SONDA NELATON DE PVC						
5	53527	SONDA NELATON CH/8	385	0,140 €	53,90 €	10%	59,29 €
5	54031	SONDA NELATON CH/10	50	0,140 €	7,00 €	10%	7,70 €
TOTAL LOT 5					60,90 €		66,99 €

LOT 6 SONTA NELATON POLIURETÀ							
6	50167	SONDA NELATON CH/8	150	1,10 €	165,00 €	10%	181,50 €
6	50168	SONDA NELATON CH/10	75	0,73 €	54,41 €	10%	59,85 €
6	50169	SONDA NELATON CH/12	120	0,73 €	87,05 €	10%	95,76 €
6	50170	SONDA NELATON CH/14	95	0,73 €	68,92 €	10%	75,81 €
6	50171	SONDA NELATON CH/16	20	0,73 €	14,51 €	10%	15,96 €
6	50172	SONDA NELATON CH/18	70	0,73 €	50,78 €	10%	55,86 €
TOTAL LOT 6					440,66 €		484,73 €
LOT 7 SONTA FEMENINA DE POLIURETÀ							
7	50186	SONDA FEMENINA DE POLIURETÀ CH/12	1570	0,725 €	1.138,92 €	10%	1.252,82 €
7	50173	SONDA FEMENINA DE POLIURETÀ CH/14	2850	0,725 €	2.067,47 €	10%	2.274,22 €
TOTAL LOT 7					3.206,40 €		3.527,04 €
LOT 8 SONTA VESICAL FEMENINA DE PVC							
8	53465	SONDA FEMENINA DE PVC CH/14	4131	0,14 €	578,34 €	10%	636,17 €
TOTAL LOT 8					578,34 €		636,17 €
LOT 9 CATÈTER URETERAL							
9	50190	CATÈTER URETERAL CH/4	30	7,25 €	217,50 €	10%	239,25 €
9	50182	CATÈTER URETERAL CH/5	60	7,25 €	435,00 €	10%	478,50 €
9	50183	CATÈTER URETERAL CH/6	30	7,25 €	217,50 €	10%	239,25 €
9	50191	CATÈTER URETERAL CH/3	30	7,25 €	217,50 €	10%	239,25 €
9	50193	CATÈTER URETERAL CH/7	30	7,25 €	217,50 €	10%	239,25 €
TOTAL LOT 9					1.305,00 €		1.435,50 €
LOT 10 CATÈTER DOBLE J							
10	52725	CATÈTER URETERAL DOBLE J CH-4,8x26CM	10	44,00 €	440,00 €	10%	484,00 €

10	53119	CATÈTER URETERAL DOBLE J CH-6x28CM	120	72,00 €	8.640,00 €	10%	9.504,00 €
10	52763	CATÈTER URETERAL DOBLE J CH-4,8x24CM	30	72,00 €	2.160,00 €	10%	2.376,00 €
TOTAL LOT 10					11.240,00 €		12.364,00 €
LOT 11	SONDA TIEMANN DE POLIURETÀ						
11	52315	SONDA TIEMANN CH/8	80	0,45 €	36,00 €	10%	39,60 €
11	50175	SONDA TIEMANN CH/10	105	0,73 €	76,17 €	10%	83,79 €
11	50176	SONDA TIEMANN CH/12	120	0,73 €	87,05 €	10%	95,76 €
11	50177	SONDA TIEMANN CH/14	120	0,73 €	87,05 €	10%	95,76 €
11	50178	SONDA TIEMANN CH/16	40	0,73 €	29,02 €	10%	31,92 €
11	50180	SONDA TIEMANN CH/20	20	0,73 €	14,51 €	10%	15,96 €
TOTAL LOT 11					329,799 €		362,78 €
LOT 12	SONDA TIEMANN DE PVC						
12	53701	SONDA TIEMANN PVC CH/12	130	1,15 €	149,50 €	10%	164,45 €
12	53820	SONDA TIEMANN PVC CH/14	95	1,15 €	109,25 €	10%	120,18 €
12	53821	SONDA TIEMANN PVC CH/16	70	1,15 €	80,50 €	10%	88,55 €
12	50179	SONDA TIEMANN PVC CH/18	50	1,15 €	57,50 €	10%	63,25 €
TOTAL LOT 12					396,75 €		436,43 €
LOT 13	SONDA RECTAL						
13	50137	SONDA RECTAL CH/20	150	0,30 €	45,00 €	10%	49,5 €
13	50138	SONDA RECTAL CH/25	1025	0,30 €	304,69 €	10%	335,2 €
13	50139	SONDA RECTAL CH/28	55	0,30 €	16,50 €	10%	18,2 €
TOTAL LOT 13					366,19 €		402,81 €
LOT 14	CÀNULA BIÒPSIA ENDOMETRIAL						
14	50208	CÀNULA BIÒPSIA ENDOMETRIAL	475	3,85 €	1.828,75 €	10%	2.011,63 €

TOTAL LOT 14					1.828,75 €		2.011,63 €
LOT 15	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ						
15	50147	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ CH/6	120	0,17 €	20,40 €	10%	22,44 €
15	50149	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ CH/8	365	0,17 €	62,05 €	10%	68,26 €
15	50150	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ CH/10	115	0,17 €	19,55 €	10%	21,51 €
15	50151	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ CH/12	355	0,17 €	60,35 €	10%	66,39 €
15	50152	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ CH/14	14800	0,17 €	2.516,00 €	10%	2.767,60 €
15	53102	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ CH/16	100	0,17 €	17,00 €	10%	18,70 €
15	53103	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ CH/18	100	0,17 €	17,00 €	10%	18,70 €
TOTAL LOT 15					2.712,350 €		2.983,59 €
LOT 16	SONDA ASPIRACIÓ TANCADA						
16	53994	SONDA ASPIRACIÓ TANCADA ENDOTRAQUEAL CH/16	100	12,70 €	1.270,00 €	10%	1.397,00 €
16	54057	SONDA ASPIRACIÓ TANCADA TRAQUEOSTOMIA CH/14	20	12,70 €	254,00 €	10%	279,40 €
16	54058	SONDA ASPIRACIÓ TANCADA TRAQUEOSTOMIA CH/16	30	12,70 €	381,00 €	10%	419,10 €
TOTAL LOT 16					1.905,00 €		2.095,50 €
LOT 17	SONDA NASOGÀSTRICA TIPUS SALEM						
17	50160	SONDA NASOGÀSTRICA TIPUS SALEM CH/14	680	1,40 €	952,00 €	10%	1.047,20 €

17	54535	SONDA NASOGÀSTRICA TIPUS SALEM CH/18	70	1,36 €	95,20 €	10%	104,72 €
TOTAL LOT 17					1.047,20 €		1.151,92 €
LOT 18	SONDA NASOGÀSTRICA TIPUS LEVIN						
18	50154	SONDA NASOGÀSTRICA LEVIN CH14	150	0,23 €	34,50 €	10%	37,95 €
18	50155	SONDA NASOGÀSTRICA LEVIN CH/16	140	0,24 €	33,60 €	10%	36,96 €
18	50156	SONDA NASOGÀSTRICA LEVIN CH/18	100	0,25 €	25,00 €	10%	27,50 €
TOTAL LOT 18					93,10 €		102,41 €
LOT 19	DRENATGE BILIAR TIPUS T-KEHER						
19	50102	DRENATGE BILIAR T-KEHER CH/8	10	13,80 €	138,00 €	10%	151,80 €
19	50103	DRENATGE BILIAR T-KEHER CH/10	10	13,80 €	138,00 €	10%	151,80 €
19	50104	DRENATGE BILIAR T-KEHER CH/12	20	13,80 €	276,04 €	10%	303,64 €
19	50105	DRENATGE BILIAR T-KEHER CH/15	20	13,80 €	276,04 €	10%	303,64 €
TOTAL LOT 19					828,08 €		910,89 €
LOT 20	SET DRENATGE SUPRAPÚBIC						
20	50217	SET DRENATGE SUPRAPÚBIC CH/12	20	75,00 €	1.500,00 €	10%	1.650,00 €
20	54532	SET DRENATGE SUPRAPÚBIC CH/16	10	75,00 €	750,00 €	10%	825,00 €
TOTAL LOT 20					2.250,00 €		2.475,00 €
LOT 21	SONDA REDÓN						
21	53390	SONDA REDÓN AMB AGULLA CH/10	225	1,85 €	417,15 €	10%	458,87 €
21	53391	SONDA REDÓN AMB AGULLA CH/12	340	1,85 €	630,36 €	10%	693,40 €
21	53931	SONDA REDÓN AMB AGULLA CH/14	50	1,85 €	92,70 €	10%	101,97 €
21	53013	SONDA REDÓN SENSE AGULLA CH/16	45	0,30 €	13,50 €	10%	14,85 €
TOTAL LOT 21					1.153,71 €		1.269,08 €
LOT 22	DRENATGE DE SILICONA MULTIPERFORAT						

22	52093	DRENATGE SILICONA MULTIPERFORAT CH/20	30	5,15 €	154,50 €	10%	169,95 €
TOTAL LOT 22					154,50 €		169,95 €
LOT 23	CATÈTER REUTER EPISTAXI						
23	50222	CATÈTER REUTER EPISTAXIS 120MM	6	49,00 €	294,00 €	10%	323,40 €
23	52866	CATÈTER REUTER EPISTAXIS 95MM	15	49,00 €	735,00 €	10%	808,50 €
TOTAL LOT 23					1.029,00 €		1.131,90 €
LOT 24	SONDA NELATON PEDIÀTRICA HIDROFÍLICA						
24	51901	SONDA NELATON PEDIÀTRICA CH/6	185	1,00 €	185,00 €	10%	203,50 €
24	51902	SONDA NELATON PEDIÀTRICA CH/8	45	1,00 €	45,00 €	10%	49,50 €
TOTAL LOT 24					230,00 €		253,00 €
LOT 25	SONDA DE GASTROSTOMIA						
25	54588	SONDA DE GASTROSTOMIA 20FR	3	51,00 €	153,00 €	10%	168,30 €
25	54589	SONDA DE GASTROSTOMIA 22FR	3	51,00 €	153,00 €	10%	168,30 €
TOTAL LOT 25					306,00 €		336,60 €
LOT 26	DRENATGE DE SILICONA RODÓ						
26	51748	DRENATGE RODÓ DE SILICONA CH/10	145	23,50 €	3.407,50 €	10%	3.748,25 €
26	52092	DRENATGE RODÓ DE SILICONA CH/15	220	28,50 €	6.270,00 €	10%	6.897,00 €
26	52647	DRENATGE RODÓ DE SILICONA CH/24	25	27,00 €	675,00 €	10%	742,50 €
TOTAL LOT 26					10.352,50 €		11.387,75 €
LOT 27	SONDA DE CALIBRACIÓ GÀSTRICA						
27	54647	SONDA CALIBRACIÓ GÀSTRICA CH/38	40	55,00 €	2.200,00 €	10%	2.420,00 €
TOTAL LOT 27					2.200,00 €		2.420,00 €
LOT 28	SONDA INSEMINACIÓ INTRAUTERINA						
28	51688	SONDA INSEMINACIÓ INTRAUTERINA	195	4,85 €	945,75 €	10%	1.040,33 €

TOTAL LOT 28					945,75 €		1.040,33 €
LOT 29	SONDA DE NUTRICIÓ + ASPIRACIÓ						
29	54236	SONDA NUTRICIÓ + ASPIRACIÓ DOBLE CANAL	4	204,00 €	816,00 €	10%	897,60 €
TOTAL LOT 29					816,00 €		897,60 €
LOT 30	SONDA DE NUTRICIÓ ENTERAL DE POLIURETÀ						
30	53955	SONDA NUTRICIÓ ENTERAL DE POLIURETÀ CH/10	40	9,00 €	360,00 €	10%	396,00 €
30	52298	SONDA NUTRICIÓ ENTERAL DE POLIURETÀ CH/12	60	9,00 €	540,00 €	10%	594,00 €
TOTAL LOT 30					900,00 €		990,00 €
TOTAL					70.083,44 €		77.091,78 €

9.2 ANNEX 2 – REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS

Nom licitadora: _____

Lot/s licitat/s: _____

LOT	CODI SAP	Descripció general	Descripció ampliada	Compleix (SI/NO)	Especificacions del producte ofert pel licitador. Núm. de pàgina de la fitxa tècnica on consta l'acompliment d'aquest requeriment.
LOT 1	SONDA FOLEY DE LATÈX CILÍNDRICA 2V				
1	50108	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/8	Sonda foley de làtex siliconitzat, CH-8, baló de 3ml, 2 vies, 31cm, punta cilíndrica amb 2 orificis laterals, estèril, un sol ús.		
1	50109	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/10	Sonda foley de làtex siliconitzat, CH-10, baló de 3ml, 2 vies, 31cm, punta cilíndrica amb 2 orificis laterals, estèril, un sol ús.		
1	50110	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/12	Sonda foley de làtex siliconitzat, CH-12, baló de 5-10ml, 2 vies, 40cm, punta cilíndrica amb 2 orificis laterals, estèril, un sol ús.		
1	50111	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/14	Sonda foley de làtex siliconitzat, CH-14, baló de 5-10ml, 2 vies, 40cm, punta cilíndrica amb 2 orificis laterals, estèril, un sol ús.		
1	50112	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/16	Sonda foley de làtex siliconitzat, CH-16, baló de 5-15ml, 2 vies, 40cm, punta cilíndrica amb 2 orificis laterals, estèril, un sol ús.		
1	50113	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/18	Sonda foley de làtex siliconitzat, CH-18, baló de 5-15ml, 2 vies, 40cm, punta cilíndrica amb 2 orificis laterals, estèril, un sol ús.		
1	50114	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/20	Sonda foley de làtex siliconitzat, CH-20, baló de 5-15ml, 2 vies, 40cm, punta cilíndrica amb 2 orificis laterals, estèril, un sol ús.		
1	50115	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/22	Sonda foley de làtex siliconitzat, CH-22, baló de 5-15ml, 2 vies, 40cm, punta cilíndrica amb 2 orificis laterals, estèril, un sol ús.		
1	50116	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/24	Sonda foley de làtex siliconitzat, CH-24, baló de 5-15ml, 2 vies, 40cm, punta cilíndrica amb		

			2 orificis laterals, estèril, un sol ús.		
LOT 2	SONDA FOLEY DE SILICONA CILÍNDRICA 2V				
2	50118	SONDA FOLEY SILICONA CH/6	Sonda foley de silicona, CH-6, amb baló de 1,5ml, 2 vies, amb línia radiopaca, 31cm, punta cilíndrica amb 2 orificis laterals, amb fiador, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
2	50119	SONDA FOLEY SILICONA CH/8	Sonda foley de silicona, CH-8, amb baló de 3ml, 2 vies, amb línia radiopaca, 31cm, punta cilíndrica amb 2 orificis laterals, amb fiador, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
2	50120	SONDA FOLEY SILICONA CH/10	Sonda foley de silicona, CH-10, amb baló de 5ml, 2 vies, amb línia radiopaca, 31cm, punta cilíndrica amb 2 orificis laterals, amb fiador, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
2	50121	SONDA FOLEY SILICONA CH/12	Sonda foley de silicona, CH-12, amb baló de 10ml, 2 vies, amb línia radiopaca, 40cm, punta cilíndrica amb 2 orificis laterals, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
2	50122	SONDA FOLEY SILICONA CH/14	Sonda foley de silicona, CH-14, amb baló de 10ml, 2 vies, amb línia radiopaca, 40cm, punta cilíndrica amb 2 orificis laterals, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
2	50123	SONDA FOLEY SILICONA CH/16	Sonda foley de silicona, CH-16, amb baló de 10ml, 2 vies, amb línia radiopaca, 40cm, punta cilíndrica amb 2 orificis laterals, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
2	50124	SONDA FOLEY SILICONA CH/18	Sonda foley de silicona, CH-18, amb baló de 10ml, 2 vies, amb línia radiopaca, 40cm, punta cilíndrica amb 2 orificis laterals, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
2	50125	SONDA FOLEY SILICONA CH/20	Sonda foley de silicona, CH-20, amb baló de 10ml, 2 vies, amb línia radiopaca, 40cm, punta cilíndrica amb 2 orificis laterals, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
LOT 3	SONDA FOLEY DE SILICONA DUFOR 3V				
3	50128	SONDA FOLEY DUFOR CH/16	Sonda foley tipus Dufour, CH-16, amb baló de 40ml, 3 vies, 42cm, de silicona, punta radiopaca, 2 orificis laterals, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
3	50129	SONDA FOLEY DUFOR CH/18	Sonda foley tipus Dufour, CH-18, amb baló de 50ml, 3 vies, 42cm, de silicona, punta radiopaca, 2 orificis laterals, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
3	54196	SONDA FOLEY DUFOR CH/20	Sonda foley tipus Dufour, CH-20, amb baló de 60ml, 3 vies, 42cm, de silicona, punta radiopaca, 2 orificis laterals, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
3	50131	SONDA FOLEY DUFOR CH/22	Sonda foley tipus Dufour, CH-22, amb baló de 70ml, 3 vies, 42cm, de silicona, punta radiopaca, 2 orificis laterals, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
LOT 4	SONDA FOLEY DE PVC AMB BALÓ				
4	50133	SONDA FOLEY COUVELAIRE CH/18	Sonda foley tipus Couvelaire de PVC, CH-18, amb baló de làtex de 75ml, 3 vies, 42cm, 2 orificis, estèril, amb làtex, un sol ús.		
4	50134	SONDA FOLEY COUVELAIRE CH/20	Sonda foley tipus Couvelaire de PVC, CH-20, amb baló de làtex de 75ml, 3 vies, 42cm, 2 orificis, estèril, amb làtex, un sol ús.		

4	50135	SONDA FOLEY COUVELAIRE CH/22	Sonda Foley tipus Couvelaire de PVC, CH-22, amb baló de làtex de 75ml, 3 vies, 42cm, 2 orificis, estèril, amb làtex, un sol ús.		
4	52188	SONDA DE PVC TIEMANN CH/14	Sonda foley tipus Tiemann de PVC, CH-14, amb baló de 30ml, 2 vies, 42cm, 1 orifici, estèril, amb làtex, un sol ús.		
4	52187	SONDA DE PVC TIEMANN CH/16	Sonda foley tipus Tiemann de PVC, CH-16, amb baló de 30ml, 2 vies, 42cm, 1 orifici, estèril, amb làtex, un sol ús.		
4	54438	SONDA DE PVC TIEMANN CH/18	Sonda foley tipus Tiemann de PVC, CH-18, amb baló de 30ml, 2 vies, 42cm, 1 orifici, estèril, amb làtex, un sol ús.		
4	54439	SONDA DE PVC TIEMANN CH/20	Sonda foley tipus Tiemann de PVC, CH-20, amb baló de 30ml, 2 vies, 42cm, 1 orifici, estèril, amb làtex, un sol ús.		
4	54440	SONDA DE PVC TIEMANN CH/22	Sonda foley tipus Tiemann de PVC, CH-22, amb baló de 30ml, 2 vies, 42cm, 1 orifici, estèril, amb làtex, un sol ús.		
LOT 5 SONDA NELATON DE PVC					
5	53527	SONDA NELATON CH/8	Sonda Nelaton de PVC, CH-8, amb punta cilíndrica, 40cm, 2 orificis laterals, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
5	54031	SONDA NELATON CH/10	Sonda Nelaton de PVC, CH-10, amb punta cilíndrica, 40cm, 2 orificis laterals, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
LOT 6 SONDA NELATON DE POLIURETÀ					
6	50167	SONDA NELATON CH/8	Sonda Nelaton hidrofílica, lubricada, de poliuretà, CH-8, 40cm, 2 orificis laterals, lliure de PVC, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
6	50168	SONDA NELATON CH/10	Sonda Nelaton hidrofílica, lubricada, de poliuretà, CH-10, 40cm, 2 orificis laterals, lliure de PVC, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
6	50169	SONDA NELATON CH/12	Sonda Nelaton hidrofílica, lubricada, de poliuretà, CH-12, 40cm, 2 orificis laterals, lliure de PVC, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
6	50170	SONDA NELATON CH/14	Sonda Nelaton hidrofílica, lubricada, de poliuretà, CH-14, 40cm, 2 orificis laterals, lliure de PVC, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
6	50171	SONDA NELATON CH/16	Sonda Nelaton hidrofílica, lubricada, de poliuretà, CH-16, 40cm, 2 orificis laterals, lliure de PVC, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
6	50172	SONDA NELATON CH/18	Sonda Nelaton hidrofílica, lubricada, de poliuretà, CH-18, 40cm, 2 orificis laterals, lliure de PVC, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
LOT 7 SONDA FEMENINA DE POLIURETÀ					
7	50186	SONDA FEMENINA DE POLIURETÀ	Sonda femenina hidrofílica, lubricada, de poliuretà, CH-12, 20cm, lliure de PVC, lliure de		

		CH/12	làtex, estèril, un sol ús.		
7	50173	SONDA FEMENINA DE POLIURETÀ CH/14	Sonda femenina hidrofílica, lubricada, de poliuretà, CH-14, 20cm, lliure de PVC, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
LOT 8		SONDA FEMENINA DE PVC			
8	53465	SONDA FEMENINA DE PVC CH/14	Sonda vesical femenina de PVC, 1 via, punta cilíndrica, 2 orificis laterals, 20cm, estèril, un sol ús.		
LOT 9		CATÈTER URETERAL			
9	50190	CATÈTER URETERAL CH/4	Catèter ureteral de PVC, CH-4, punta bisellada, 70cm, mínim amb 1 orifici, radiopac, adaptador Luer-Lock inclòs amb fiador, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
9	50182	CATÈTER URETERAL CH/5	Catèter ureteral de PVC, CH-5, punta bisellada, 70cm, mínim amb 1 orifici, radiopac, adaptador Luer-Lock inclòs amb fiador, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
9	50183	CATÈTER URETERAL CH/6	Catèter ureteral de PVC, CH-6, punta recta cilíndrica, 70cm, mínim amb 1 orifici, radiopac, adaptador Luer-Lock inclòs amb fiador, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
9	50191	CATÈTER URETERAL CH/3	Catèter ureteral de PVC, CH-3, punta recta cilíndrica, 70cm, mínim amb 1 orifici, radiopac, adaptador Luer-Lock inclòs amb fiador, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
9	50193	CATÈTER URETERAL CH/7	Catèter ureteral de PVC, CH-7, punta recta cilíndrica, 70cm, mínim amb 1 orifici, radiopac, adaptador Luer-Lock inclòs amb fiador, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
LOT 10		CATÈTER DOBLE J			
10	52725	CATÈTER URETERAL DOBLE J CH-4,8x26CM	Catèter ureteral doble J obert-obert, CH-4,8x26cm, tub exterior de 40cm amb anell radiopac, guia fixa 0,035", lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
10	53119	CATÈTER URETERAL DOBLE J CH-6x28CM	Catèter ureteral doble J obert-obert, CH-6x28cm, tub exterior de 40cm amb anell radiopac, guia fixa 0,035", lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
10	52763	CATÈTER URETERAL DOBLE J CH-4,8x24CM	Catèter ureteral doble J obert-obert, CH-4,8x24cm, tub exterior de 40cm amb anell radiopac, guia fixa 0,035", lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
LOT 11		SONDA TIEMANN DE POLIURETÀ			
11	52315	SONDA TIEMANN CH/8	Sonda Tiemann de poliuretà, hidrofílica, CH-8, 31cm, lubricada, lliure de PVC, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
11	50175	SONDA TIEMANN CH/10	Sonda Tiemann de poliuretà, hidrofílica, CH-10, 31cm, lubricada, lliure de PVC, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
11	50176	SONDA TIEMANN CH/12	Sonda Tiemann de poliuretà, hidrofílica, CH-12, 40cm, lubricada, lliure de PVC, lliure de		

			làtex, estèril, un sol ús.		
11	50177	SONDA TIEMANN CH/14	Sonda Tiemann de poliuretà, hidrofílica, CH-14, 40cm, lubricada, lliure de PVC, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
11	50178	SONDA TIEMANN CH/16	Sonda Tiemann de poliuretà, hidrofílica, CH-16, 40cm, lubricada, lliure de PVC, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
11	50180	SONDA TIEMANN CH/20	Sonda Tiemann de poliuretà, hidrofílica, CH-20, 40cm, lubricada, lliure de PVC, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
LOT 12	SONDA TIEMANN DE PVC				
12	53701	SONDA TIEMANN PVC CH/12	Sonda Tiemann de PVC, CH-12, 40cm, amb cobertura hidrofílica, 2 orificis, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
12	53820	SONDA TIEMANN PVC CH/14	Sonda Tiemann de PVC, CH-14, 40cm, amb cobertura hidrofílica, 2 orificis, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
12	53821	SONDA TIEMANN PVC CH/16	Sonda Tiemann de PVC, CH-16, 40cm, amb cobertura hidrofílica, 2 orificis, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
12	50179	SONDA TIEMANN PVC CH/18	Sonda Tiemann de PVC, CH-18, 40cm, amb cobertura hidrofílica, 2 orificis, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
LOT 13	SONDA RECTAL				
13	50137	SONDA RECTAL CH/20	Sonda rectal de PVC, CH-20, 40cm, punta cilíndrica, 2 orificis laterals, extrem proximal amb connector universal, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
13	50138	SONDA RECTAL CH/25	Sonda rectal de PVC, CH-25, 40cm, punta cilíndrica, 2 orificis laterals, extrem proximal amb connector universal, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
13	50139	SONDA RECTAL CH/28	Sonda rectal de PVC, CH-28, 40cm, punta cilíndrica, 2 orificis laterals, extrem proximal amb connector universal, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
LOT 14	CÀNULA BIÒPSIA ENDOMETRIAL				
14	50208	CÀNULA BIÒPSIA ENDOMETRIAL	Cànula biòpsia endometrial, amb doble pistó siliconat, 262mm de longitud, amb marques de profunditat, estèril, un sol ús.		
LOT 15	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ				
15	50147	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ CH/6	Sonda d'aspiració traqueobronquial recta i amb control de succió, de PVC transparent, CH-6, 50cm, 2 orificis laterals, connector universal, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		

15	50149	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ CH/8	Sonda d'aspiració traqueobronquial recta i amb control de succió, de PVC transparent, CH-8, 50cm, 2 orificis laterals, connector universal, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
15	50150	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ CH/10	Sonda d'aspiració traqueobronquial recta i amb control de succió, de PVC transparent, CH-10, 50cm, 2 orificis laterals, connector universal, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
15	50151	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ CH/12	Sonda d'aspiració traqueobronquial recta i amb control de succió, de PVC transparent, CH-12, 50cm, 2 orificis laterals, connector universal, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
15	50152	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ CH/14	Sonda d'aspiració traqueobronquial recta i amb de control succió, de PVC transparent, CH-14, 50cm, 2 orificis laterals, connector universal, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
15	53102	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ CH/16	Sonda d'aspiració traqueobronquial recta i amb de control succió, de PVC transparent, CH-16, 50cm, 2 orificis laterals, connector universal, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
15	53103	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ CH/18	Sonda d'aspiració traqueobronquial recta i amb de control succió, de PVC transparent, CH-18, 50cm, 2 orificis laterals, connector universal, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
LOT 16	SONDA ASPIRACIÓ TANCADA				
16	53994	SONDA ASPIRACIÓ TANCADA ENDOTRAQUEAL CH/16	Sonda d'aspiració per tubs endotraqueal tancada amb vàlvula d'aspiració rotativa d'accés al pacient, funda protectora de poliuretà, punta atraumàtica, colze giratori doble amb rotació 360º, vàlvula d'aïllament, 54cm, CH-16, lliure de poliestirè i policarbonat.		
16	54057	SONDA ASPIRACIÓ TANCADA TRAQUEOSTOMIA CH/14	Sonda d'aspiració per cànules de traqueostomia tancada amb vàlvula d'aspiració rotativa d'accés al pacient, funda protectora de poliuretà, punta atraumàtica, colze giratori doble amb rotació 360º, vàlvula d'aïllament, 30,5cm, CH-14, lliure de poliestirè i policarbonat.		
16	54058	SONDA ASPIRACIÓ TANCADA TRAQUEOSTOMIA CH/16	Sonda d'aspiració per cànules de traqueostomia tancada amb vàlvula d'aspiració rotativa d'accés al pacient, funda protectora de poliuretà, punta atraumàtica, colze giratori doble amb rotació 360º, vàlvula d'aïllament, 30,5cm, CH-16, lliure de poliestirè i policarbonat.		
LOT 17	SONDA NASOGÀSTRICA TIPUS SALEM				
17	50160	SONDA NASOGÀSTRICA TIPUS SALEM CH/14	Sonda nasogàstrica tipus Salem, 2 vies per a aspiració i/o irrigació continua i simultània, CH-14, 120cm, de PVC, punta tancada, amb orificis, línia radiopaca, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
17	54535	SONDA NASOGÀSTRICA TIPUS SALEM CH/18	Sonda nasogàstrica tipus Salem, 2 vies per a aspiració i/o irrigació continua i simultània, CH-18, 120cm, de PVC, punta tancada, amb orificis, línia radiopaca, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
LOT	SONDA NASOGÀSTRICA TIPUS LEVIN				

18					
18	50154	SONDA NASOGÀSTRICA LEVIN CH/14	Sonda nasogàstrica duodenal tipus Levin amb línia radiopaca, punta cilíndrica, 4 orificis laterals, de PVC de grau mèdic, CH-14, 120cm, connector universal, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
18	50155	SONDA NASOGÀSTRICA LEVIN CH/16	Sonda nasogàstrica duodenal tipus Levin amb línia radiopaca, punta cilíndrica, 4 orificis laterals, de PVC de grau mèdic, CH-16, 120cm, connector universal, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
18	50156	SONDA NASOGÀSTRICA LEVIN CH/18	Sonda nasogàstrica duodenal tipus Levin amb línia radiopaca, punta cilíndrica, 4 orificis laterals, de PVC de grau mèdic, CH-18, 120cm, connector universal, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
LOT 19	DRENATGE BILIAR TIPUS T-KEHER				
19	50102	DRENATGE BILIAR T-KEHER CH/8	Drenatge de silicona de grau mèdic, tipus T-Kehr per a drenats biliars, tub de silicona, CH-8, 50cm, línia radiopaca, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
19	50103	DRENATGE BILIAR T-KEHER CH/10	Drenatge de silicona de grau mèdic, tipus T-Kehr per a drenats biliars, tub de silicona, CH-10, 50cm, línia radiopaca, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
19	50104	DRENATGE BILIAR T-KEHER CH/12	Drenatge de silicona de grau mèdic, tipus T-Kehr per a drenats biliars, tub de silicona, CH-12, 50cm, línia radiopaca, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
19	50105	DRENATGE BILIAR T-KEHER CH/15	Drenatge de silicona de grau mèdic, tipus T-Kehr per a drenats biliars, tub de silicona, CH-15, 50cm, línia radiopaca, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
LOT 20	SET DRENATGE SUPRAPÚBIC				
20	50217	SET DRENATGE SUPRAPÚBIC CH/12	Set drenatge suprapúbic de silicona, punta oberta, amb introductor, CH-12, 42cm, amb agulla hipodèrmica 18g de 12cm, cable guia tridireccional, dues xeringues, dilatador amb funda, bisturí, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
20	54532	SET DRENATGE SUPRAPÚBIC CH/16	Set drenatge suprapúbic de silicona, punta oberta, amb introductor, CH-16, 42cm, amb agulla hipodèrmica 18g de 12cm, cable guia tridireccional, dues xeringues, dilatador amb funda, bisturí, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
LOT 21	SONDA REDÓN				
21	53390	SONDA REDÓN AMB AGULLA CH/10	Conjunt sonda redón de PVC de 50cm, perforada 14cm + agulla semicorba d'acer inoxidable de grau mèdic, amb línia radiopaca, CH-10, exempt de ftalats, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		

21	53391	SONDA REDÓN AMB AGULLA CH/12	Conjunt sonda redón de PVC de 50cm, perforada 14cm + agulla semicorba d'acer inoxidable de grau mèdic, amb línia radiopaca, CH-12, exempt de ftalats, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
21	53931	SONDA REDÓN AMB AGULLA CH/14	Conjunt sonda redón de PVC de 50cm, perforada 14cm + agulla semicorba d'acer inoxidable de grau mèdic, amb línia radiopaca, CH-14, exempt de ftalats, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
21	53013	SONDA REDÓN SENSE AGULLA CH/16	Sonda redón sense agulla de PVC de 50cm, perforada 14cm, amb línia radiopaca, CH-16, exempt de ftalats, estèril, lliure de làtex, un sol ús.		
LOT 22	DRENATGE DE SILICONA MULTIPERFORAT				
22	52093	DRENATGE SILICONA MULTIPERFORAT CH/20	Drenatge de silicona rodó multiperforat, CH-20, 90cm, línia opaca a raigs X, tub de connexió transparent, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
LOT 23	CATÈTER REUTER EPISTAXI				
23	50222	CATÈTER REUTER EPISTAXIS 120MM	Catèter amb globus i terminació en fossa nasal, un globus forma helicoidal i un altre de forma circular, de silicona, sense làtex, longitud de 120 mm.		
23	52866	CATÈTER REUTER EPISTAXIS 95MM	Catèter amb globus i terminació en fossa nasal, un globus de forma helicoidal i un altre de forma circular, de silicona, sense làtex, longitud de 95 mm.		
LOT 24	SONDA NELATON PEDIÀTRICA HIDROFÍLICA				
24	51901	SONDA NELATON PEDIÀTRICA CH/6	Sonda Nelaton pediàtrica, hidrofílica, punta arrodonida CH-6, 20cm, orificis laterals, tub de la sonda fabricada de POBE (elastòmer a base de poliolefines,) de grau mèdic, connector universal, lliure de làtex, ftalats i silicona, estèril, un sol ús.		
24	51902	SONDA NELATON PEDIÀTRICA CH/8	Sonda Nelaton pediàtrica, hidrofílica, punta arrodonida CH-8, 20cm, orificis laterals, tub de la sonda fabricada de POBE (elastòmer a base de poliolefines,) de grau mèdic, connector universal, lliure de làtex, ftalats i silicona, estèril, un sol ús.		
LOT 25	SONDA DE GASTROSTOMIA				
25	54588	SONDA DE GASTROSTOMIA 20FR	Sonda de gastrostomia MIC B amb connexió ENFit integrada a la sonda, anell de retenció externa, tipus SECUR-LOK amb orificis, 20Fr, port d'entrada amb connexió ENFit, banda radiopaca, punta cònica recoberta per baló, de silicona transparent de grau mèdic, capacitat màxima del baló 15 ml, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		

25	54589	SONDA DE GASTROSTOMIA 22FR	Sonda de gastrostomia MIC B amb connexió ENFit integrada a la sonda, anell de retenció externa, tipus SECUR-LOK amb orificis, 22Fr, port d'entrada amb connexió ENFit, banda radiopaca, punta cònica recoberta per baló, de silicona transparent de grau mèdic, capacitat màxima del baló 15 ml, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
LOT 26	DRENATGE DE SILICONA RODÓ				
26	51748	DRENATGE RODÓ DE SILICONA CH/10	Drenatge de silicona rodó i acanalat, continu, extruït en una sola peça amb trocar flexible 3,2mm, CH-10, amb quatre canals, una tira radiopaca, un tub extensor de silicona rodó i un adaptador, estèril.		
26	52092	DRENATGE RODÓ DE SILICONA CH/15	Drenatge de silicona rodó i acanalat, continu, extruït en una sola peça amb trocar flexible 4,8mm, CH-15, amb quatre canals, una tira radiopaca, un tub extensor de silicona rodó i un adaptador, estèril.		
26	52647	DRENATGE RODÓ DE SILICONA CH/24	Drenatge de silicona rodó i acanalat, continu, extruït en una sola peça sense trocar, CH-16, amb quatre canals, una tira radiopaca, un tub extensor de silicona rodó i un adaptador, estèril.		
LOT 27	SONDA DE CALIBRACIÓ GÀSTRICA				
27	54647	SONDA CALIBRACIÓ GÀSTRICA CH/38	Sonda de calibració gàstric, CH-38, quatre orificis de forma ovalada, longitud 900mm, tub de silicona, marques de 20cm a 70cm, lliure de làtex, estèril.		
LOT 28	SONDA INSEMINACIÓ INTRAUTERINA				
28	51688	SONDA INSEMINACIÓ INTRAUTERINA	Sonda per a inseminació intrauterina amb dos orificis laterals de 0,70mm, amb posicionador, diàmetre interior de 1,5mm, diàmetre exterior de 1,85mm, longitud del catèter de 206mm, estèril, un sol ús.		
LOT 29	SONDA DE NUTRICIÓ + ASPIRACIÓ				
29	54236	SONDA NUTRICIÓ + ASPIRACIÓ DOBLE CANAL	Sonda nasoyeyunal de doble/triple llum formada per una sonda de nutrició jejunal de 9FR i 165cm, extrem jejunal radiopac amb 2 orificis laterals i extrem distal obert, amb un connector ENFit integrada en una sonda d'aspiració gàstrica de 18FR i 120cm, situats de forma alterna, extrem gàstric altament radiopac.		
LOT 30	SONDA DE NUTRICIÓ ENTERAL DE POLIURETÀ				

30	53955	SONDA NUTRICIÓ ENTERAL DE POLIURETÀ CH/10	Sonda de nutrició enteral de poliuretà lastrada, amb línia radiopaca, 110cm, CH-10, amb 3 orificis laterals, amb guia de 0,8mm, marques de mesurament, amb connectors ENFit, lliure de làtex, estèril.		
30	52298	SONDA NUTRICIÓ ENTERAL DE POLIURETÀ CH/12	Sonda de nutrició enteral de poliuretà lastrada, amb línia radiopaca, 110cm, CH-12, amb 3 orificis laterals, amb guia de 0,8mm, marques de mesurament, amb connectors ENFit, lliure de làtex, estèril.		

9.3 ANNEX 3 – OFERTA ECONÒMICA

Nom licitadora: _____

Adreça de correu electrònic concursos: _____

Lot licitat: _____

Persona de contacte: _____ **Telèfon:** _____

El/la Sr./Sra.....amb residència
a.....al carrer.....número.....i amb
NIF....., declara que, assabentat/da de les condicions i requisits que s'exigeixen
per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte....., amb expedient
número....., es compromet (en nom propi/ en nom i presentació de
l'empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per
l'import total (TRES anualitats) de:.....€ (xifra en lletres
i en números), IVA exclòs.

PREU IVA (o exempt)

IMPORT TOTAL IVA INCLÒS:

I un ràpel sobre el total de la facturació.....%.

IMPORT 1 ANUALITAT SENSE IVA:

PREU IVA 1 ANUALITAT:

IMPORT TOTAL 1 ANUALITAT IVA INCLÒS:

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.

VALORABLE									NO VALORABLE		
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ	UNITATS DE CONSUM ANUAL	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	% IVA	PREU TOTAL AMB IVA	REFERÈNCIA OFERTA	REFERÈNCIA ALTERNATIVA EN CAS DE TRENCAMENT D'ESTOC	UNITATS PER CAIXA	CODI EAN/QR
LOT 1	SONDA FOLEY LATÈX CILÍNDRICA 2V										
1	50108	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/8	35								
1	50109	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/10	35								
1	50110	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/12	185								
1	50111	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/14	1850								
1	50112	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/16	800								
1	50113	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/18	180								
1	50114	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/20	50								
1	50115	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/22	25								
1	50116	SONDA FOLEY DE LÀTEX CH/24	5								
TOTAL LOT 1											
LOT 2	SONDA FOLEY DE SILICONA CILÍNDRICA 2V										
2	50118	SONDA FOLEY SILICONA CH/6	30								
2	50119	SONDA FOLEY SILICONA CH/8	40								
2	50120	SONDA FOLEY SILICONA CH/10	50								
2	50121	SONDA FOLEY SILICONA CH/12	300								
2	50122	SONDA FOLEY SILICONA CH/14	1710								
2	50123	SONDA FOLEY SILICONA CH/16	840								

2	50124	SONDA FOLEY SILICONA CH/18	155								
2	50125	SONDA FOLEY SILICONA CH/20	30								
TOTAL LOT 2											
LOT 3	SONDA FOLEY SILICONA DUFOUR 3V										
3	50128	SONDA FOLEY DUFOUR CH/16	85								
3	50129	SONDA FOLEY DUFOUR CH/18	65								
3	54196	SONDA FOLEY DUFOUR CH/20	45								
3	50131	SONDA FOLEY DUFOUR CH/22	15								
TOTAL LOT 3											
LOT 4	SONDA FOLEY PVC AMB BALÓ										
4	50133	SONDA FOLEY COUVELAIRE CH/18	195								
4	50134	SONDA FOLEY COUVELAIRE CH/20	175								
4	50135	SONDA FOLEY COUVELAIRE CH/22	450								
4	52188	SONDA DE PVC TIEMAN CH/14	245								
4	52187	SONDA DE PVC TIEMAN CH/ 16	150								
4	54438	SONDA DE PVC TIEMAN CH/18	50								
4	54439	SONDA DE PVC TIEMAN CH/20	50								
4	54440	SONDA DE PVC TIEMAN CH/22	50								
TOTAL LOT 4											
LOT 5	SONDA NELATON DE PVC										
5	53527	SONDA NELATON CH/8	385								
5	54031	SONDA NELATON CH/10	50								
TOTAL LOT 5											
LOT 6	SONDA NELATON POLIURETÀ										

6	50167	SONDA NELATON CH/8	150								
6	50168	SONDA NELATON CH/10	75								
6	50169	SONDA NELATON CH/12	120								
6	50170	SONDA NELATON CH/14	95								
6	50171	SONDA NELATON CH/16	20								
6	50172	SONDA NELATON CH/18	70								
TOTAL LOT 6											
LOT 7	SONDA FEMENINA DE POLIURETÀ										
7	50186	SONDA FEMENINA DE POLIURETÀ CH/12	1570								
7	50173	SONDA FEMENINA DE POLIURETÀ CH/14	2850								
TOTAL LOT 7											
LOT 8	SONDA VESICAL FEMENINA DE PVC										
8	53465	SONDA FEMENINA DE PVC CH/14	4131								
TOTAL LOT 8											
LOT 9	CATÈTER URETERAL										
9	50190	CATÈTER URETERAL CH/4	30								
9	50182	CATÈTER URETERAL CH/5	60								
9	50183	CATÈTER URETERAL CH/6	30								
9	50191	CATÈTER URETERAL CH/3	30								
9	50193	CATÈTER URETERAL CH/7	30								
TOTAL LOT 9											
LOT 10	CATÈTER DOBLE J										
10	52725	CATÈTER URETERAL DOBLE J CH-	10								

		4,8x26CM									
10	53119	CATÈTER URETERAL DOBLE J CH-6x28CM	120								
10	52763	CATÈTER URETERAL DOBLE J CH-4,8x24CM	30								
TOTAL LOT 10											
LOT 11	SONDA TIEMANN DE POLIURETÀ										
11	52315	SONDA TIEMANN CH/8	80								
11	50175	SONDA TIEMANN CH/10	105								
11	50176	SONDA TIEMANN CH/12	120								
11	50177	SONDA TIEMANN CH/14	120								
11	50178	SONDA TIEMANN CH/16	40								
11	50180	SONDA TIEMANN CH/20	20								
TOTAL LOT 11											
LOT 12	SONDA TIEMANN DE PVC										
12	53701	SONDA TIEMANN PVC CH/12	130								
12	53820	SONDA TIEMANN PVC CH/14	95								
12	53821	SONDA TIEMANN PVC CH/16	70								
12	50179	SONDA TIEMANN PVC CH/18	50								
TOTAL LOT 12											
LOT 13	SONDA RECTAL										
13	50137	SONDA RECTAL CH/20	150								
13	50138	SONDA RECTAL CH/25	1025								
13	50139	SONDA RECTAL CH/28	55								
TOTAL LOT 13											

LOT 14 CÀNULA BIÒPSIA ENDOMETRIAL											
14	50208	CÀNULA BIÒPSIA ENDOMETRIAL	475								
TOTAL LOT 14											
LOT 15 SONTA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ											
15	50147	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ CH/6	120								
15	50149	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ CH/8	365								
15	50150	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ CH/10	115								
15	50151	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ CH/12	355								
15	50152	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ CH/14	14800								
15	53102	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ CH/16	100								
15	53103	SONDA ASPIRACIÓ AMB CONTROL DE SUCCIÓ CH/18	100								
TOTAL LOT 15											
LOT 16 SONTA ASPIRACIÓ TANCADA											
16	53994	SONDA ASPIRACIÓ TANCADA ENDOTRAQUEAL CH/16	100								
16	54057	SONDA ASPIRACIÓ TANCADA TRAQUEOSTOMIA CH/14	20								
16	54058	SONDA ASPIRACIÓ TANCADA TRAQUEOSTOMIA CH/16	30								
TOTAL LOT 16											

LOT 17 SONDA NASOGÀSTRICA TIPUS SALEM											
17	50160	SONDA NASOGÀSTRICA TIPUS SALEM CH/14	680								
17	54535	SONDA NASOGÀSTRICA TIPUS SALEM CH/18	70								
TOTAL LOT 17											
LOT 18 SONDA NASOGÀSTRICA TIPUS LEVIN											
18	50154	SONDA NASOGÀSTRICA LEVIN CH14	150								
18	50155	SONDA NASOGÀSTRICA LEVIN CH/16	140								
18	50156	SONDA NASOGÀSTRICA LEVIN CH/18	100								
TOTAL LOT 18											
LOT 19 DRENATGE BILIAR TIPUS T-KEHER											
19	50102	DRENATGE BILIAR T-KEHER CH/8	10								
19	50103	DRENATGE BILIAR T-KEHER CH/10	10								
19	50104	DRENATGE BILIAR T-KEHER CH/12	20								
19	50105	DRENATGE BILIAR T-KEHER CH/15	20								
TOTAL LOT 19											
LOT 20 SET DRENATGE SUPRAPÚBIC											
20	50217	SET DRENATGE SUPRAPÚBIC CH/12	20								
20	54532	SET DRENATGE SUPRAPÚBIC CH/16	10								
TOTAL LOT 20											
LOT 21 SONDA REDÓN											
21	53390	SONDA REDÓN AMB AGULLA CH/10	225								
21	53391	SONDA REDÓN AMB AGULLA CH/12	340								
21	53931	SONDA REDÓN AMB AGULLA CH/14	50								

21	53013	SONDA REDÓN SENSE AGULLA CH/16	45								
TOTAL LOT 21											
LOT 22	DRENATGE DE SILICONA MULTIPERFORAT										
22	52093	DRENATGE SILICONA MULTIPERFORAT CH/20	30								
TOTAL LOT 22											
LOT 23	CATÈTER REUTER EPISTAXI										
23	50222	CATÈTER REUTER EPISTAXIS 120MM	6								
23	52866	CATÈTER REUTER EPISTAXIS 95MM	15								
TOTAL LOT 23											
LOT 24	SONDA NELATON PEDIÀTRICA HIDROFÍLICA										
24	51901	SONDA NELATON PEDIÀTRICA CH/6	185								
24	51902	SONDA NELATON PEDIÀTRICA CH/8	45								
TOTAL LOT 24											
LOT 25	SONDA DE GASTROSTOMIA										
25	54588	SONDA DE GASTROSTOMIA 20FR	3								
25	54589	SONDA DE GASTROSTOMIA 22FR	3								
TOTAL LOT 25											
LOT 26	DRENATGE DE SILICONA RODÓ										
26	51748	DRENATGE RODÓ DE SILICONA CH/10	145								
26	52092	DRENATGE RODÓ DE SILICONA CH/15	220								
26	52647	DRENATGE RODÓ DE SILICONA CH/24	25								
TOTAL LOT 26											
LOT 27	SONDA DE CALIBRACIÓ GÀSTRICA										

27	54647	SONDA CALIBRACIÓ GÀSTRICA CH/38	40								
TOTAL LOT 27											
LOT 28	SONDA INSEMINACIÓ INTRAUTERINA										
28	51688	SONDA INSEMINACIÓ INTRAUTERINA	195								
TOTAL LOT 28											
LOT 29	SONDA DE NUTRICIÓ + ASPIRACIÓ										
29	54236	SONDA NUTRICIÓ + ASPIRACIÓ DOBLE CANAL	4								
TOTAL LOT 29											
LOT 30	SONDA DE NUTRICIÓ ENTERAL DE POLIURETÀ										
30	53955	SONDA NUTRICIÓ ENTERAL DE POLIURETÀ CH/10	40								
30	52298	SONDA NUTRICIÓ ENTERAL DE POLIURETÀ CH/12	60								
TOTAL LOT 30											