

Annex 4 . Model de presentació d'ofertes – Fitxa del producte

Expedient: VIA AÈRIA 2025-24

LOT 6: OXIGENOTERÀPIA

El/la Sr./Sra amb NIF, en qualitat de, de l'empresa **declara que, el producte a subministrar compleix amb tots els requeriments mínims continguts als Plecs de la licitació de referència,**

REFERÈNCIA SEM DEL PRODUCTE	DENOMINACIÓ
FTM003	MASCARETA OXIGEN ADULT

***** Només s'ha de seleccionar una opció (Sí/No), la manca de selecció o una selecció incorrecta suposarà l'exclusió de la oferta *****

Mascareta d'oxigen efecte Venturi per adult amb dosificador de concentració amb 7 seleccions (des de 24-26 % fins 50 %) d'alta precisió, complint Estàndard Europeu EN 13544-3:2001 que afecta i regula equipaments i dispositius per a teràpia respiratòria. Sí ☐ No ☐
Disposa d'un únic dosificador de concentració d'oxigen d'una peça i no desmuntable per totes les seleccions de FiO2. Amb ròtula giratòria i sistema de seguretat per a evitar la modificació de la concentració d'oxigen. Sí ☐ No ☐
Mascareta facial lliure de PVC, làtex i ftalats. Sí ☐ No ☐
Amb orificis d'expiració. Sí ☐ No ☐
Disseny compacte, sense tub corrugat. Sí ☐ No ☐
Transparent i flexible. Sí ☐ No ☐
Fabricada amb vores atraumàtiques i siliconades, doble sistema d'ajust a la barbeta. Sí ☐ No ☐
Amb cinta elàstica regulable per fixar la mascareta, sense elements auxiliars que es puguin despendre. Sí ☐ No ☐

Tub allargadera d'oxigen d'1.8 a 2.1 m amb llum estriada anti-col·lapse amb connectors universals. • Si ☐ No ☐
Tolerància de caudal d'oxigen de 4 a 12 lx' sense desconexió del tub de connexió. Si ☐ No ☐
Connexió de 22 mm mascle de màscara i de 22 mm femella del multiventuri. Si ☐ No ☐
Envàs plàstic individual i transparent. Si ☐ No ☐

(Signatura del/de la representant de l'empresa)

Expedient: VIA AÈRIA 2025-24

LOT 6: OXIGENOTERÀPIA

El/la Sr./Sra amb NIF, en qualitat de, de l'empresa **declara que, el producte a subministrar compleix amb tots els requeriments mínims continguts als Plecs de la licitació de referència,**

REFERÈNCIA SEM DEL PRODUCTE	DENOMINACIÓ
FTM004	MASCARETA OXIGEN NEBULITZADOR

***** Només s'ha de seleccionar una opció (Si/No), la manca de selecció o una selecció incorrecta suposarà l'exclusió de la oferta *****

Màscara facial per adult amb nebulitzador de cassoleta, transparent amb capacitat de 10 ml graduada.	Si ☐ No ☐
Amb tancament de seguretat a rosca i sistema anti-degoteig incorporat	Si ☐ No ☐
Dispositiu de nebulització que funciona amb el pacient assegut o tombat, compacte en la seva connexió a la màscara.	Si ☐ No ☐
Possibilitat d'ompliment del nebulitzador sense desconectar el dispositiu.	Si ☐ No ☐
Base recta del nebulitzador amb bon suport en qualsevol superfície.	Si ☐ No ☐
Lliure de PVC, làtex i ftalats.	Si ☐ No ☐
Amb tub de connexió d'oxigen anti-col·lapse d'1.8 a 2.1 m i connectors universals.	Si ☐ No ☐
Tolerància de caudal d'oxigen de 4 a 8 lx' sense desconexió del tub de connexió a O2.	Si ☐ No ☐

Connexions estàndard i compatibles entre si en tots els components del kit Si ☐ No ☐
Fabricada amb vores atraumàtiques i siliconades, doble sistema d'ajust a la barbeta. Si ☐ No ☐
Amb cinta elàstica regulable per fixar la mascareta. Si ☐ No ☐
Orificis d'expiració a la mascareta. Si ☐ No ☐
Envàs plàstic individual i transparent. Si ☐ No ☐

(Signatura del/de la representant de l'empresa)

Expedient: VIA AÈRIA 2025-24

LOT 6: OXIGENOTERÀPIA

El/la Sr./Sra amb NIF, en qualitat de, de l'empresa **declara que, el producte a subministrar compleix amb tots els requeriments mínims continguts als Plecs de la licitació de referència,**

REFERÈNCIA SEM DEL PRODUCTE	DENOMINACIÓ
FTM005	MASCARETA OXIGEN PEDIÀTRICA

***** Només s'ha de seleccionar una opció (Sí/No), la manca de selecció o una selecció incorrecta suposarà l'exclusió de la oferta *****

Mascareta d'oxigen efecte Venturi talla estàndard infantil amb dosificador de concentració amb 7 seleccions (des de 24-26 % fins 50 %) d'alta precisió, complint Estàndard Europeu EN 13544-3:2001 que afecta i regula equipaments i dispositius per a teràpia respiratòria. Sí ☐ No ☐
Disposa d'un únic dosificador de concentració d'oxigen d'una peça i no desmuntable per totes les seleccions de FiO2. Amb ròtula giratòria i sistema de seguretat per a evitar la modificació de la concentració d'oxigen. Sí ☐ No ☐
Mascareta facial lliure de PVC, làtex i ftalats. Sí ☐ No ☐
Amb orificis d'inspiració. Sí ☐ No ☐
Disseny compacte, sense tub corrugat. Sí ☐ No ☐
Transparent i flexible. Sí ☐ No ☐
Fabricada amb vores atraumàtiques i siliconades, doble sistema d'ajust a la barbeta. Sí ☐ No ☐
Amb cinta elàstica regulable per fixar la mascareta, sense elements auxiliars que es puguin despendre. Sí ☐ No ☐

Tub allargadera d'oxigen d'1.8 a 2.1 m amb llum estriada anti-col·lapse amb connectors universals. • Si ☐ No ☐
Tolerància de caudal d'oxigen de 4 a 12 lx' sense desconexió del tub de connexió. Si ☐ No ☐
Connexió de 22 mm mascle de màscara i de 22 mm femella del multiventuri. Si ☐ No ☐
Envàs plàstic individual i transparent. Si ☐ No ☐

(Signatura del/de la representant de l'empresa)