



SANT PAU
Campus Salut
Barcelona



Hospital de
la Santa Creu i
Sant Pau

Unitat de Contractació
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tel. 93.291.90.00
contractacions@santpau.cat

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES RELATIU AL CONTRACTE QUE TÉ PER OBJECTE EL
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA DE L'EQUIPAMENT D'ENDOSCOPIA
DIGESTIVA, AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I
SANT PAU**

EXP. NSP 24/897



SANT PAU



SANT PAU
Campus Salut
Barcelona



Hospital de
la Santa Creu i
Sant Pau

Unitat de Contractació
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tel. 93.291.90.00
contractacions@santpau.cat

Índex

1. Antecedents
2. Abast del contracte
3. Prescripcions generals
4. Condicions de subministrament
5. Obligacions del contractista



SANT PAU

1. Antecedents

La Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant FGS) es veu en la necessitat d'incorporar **tres (3) Vídeo Colonoscòpis Diagnòstic, un (1) Vídeo Gastroscopi Pediàtric, un (1) Vídeo Duodenoscopi Terapèutic, un (1) Vídeo Entereoscopi Terapèutic, un (1) Vídeo Eco Gastroscopi Terapèutic lineal, un (1) Vídeo Eco Gastroscopi Diagnòstic Radial i una (1) Plataforma de vídeo endoscòpia de la casa comercial Fujifilm Europe GmbH.** Tot l'equipament haurà de ser compatible amb el sistema ja present en els boxs de la unitat d'endoscòpia digestiva pels quals es vol adquirir l'equipament objecte del contracte.

Aquest document pretén definir les prescripcions tècniques particulars de l'equipament i els seus accessoris, això com les de la seva instal·lació i posada en marxa.

2. Abast del contracte

L'abast del present expedient de contractació consisteix en el **subministrament, instal·lació, i posada en funcionament per al servei d'endoscòpia digestiva de tres (3) Vídeo Colonoscòpis Diagnòstic, un (1) Vídeo Gastroscopi Pediàtric, un (1) Vídeo Duodenoscopi Terapèutic, un (1) Vídeo Entereoscopi Terapèutic, un (1) Vídeo Eco Gastroscopi Terapèutic lineal, un (1) Vídeo Eco Gastroscopi Diagnòstic Radial i una (1) Plataforma de vídeo endoscòpia** per al servei d'endoscòpia de la FGS de l'equipament descrit en l'apartat de prescripcions generals.

L'equip i les seves característiques es defineixen en el següent punt de prescripcions generals.

3. Prescripcions generals

El contracte consisteix en el subministrament, instal·lació, muntatge i posada en funcionament de:

- 3 Unitats - Vídeo Colonoscopi Diagnòstic EC-720R-L amb les característiques següents:



- Camp de visió 170º
 - Gamma d'observació 2–100mm
 - Capacitat de flexió a dalt 180º/a baix 180º
dreta 160º/esquerra 160º
 - Longitud de treball de 169cm
 - Diàmetre distal de 12,8mm
 - Canal de treball de 3,8 mm
- 1 Unitats - Vídeo Gastroscoopi Pediàtric EG-740N amb les característiques següents:
 - Camp de visió 140º
 - Gamma d'observació 3–100mm
 - Capacitat de flexió a dalt 210º/a baix 90º
dreta 100º/esquerra 100º
 - Longitud de treball de 110cm
 - Diàmetre distal de 5,8mm
 - Canal de treball de 2,4 mm
- 1 Unitats - Vídeo Duodenoscoopi Terapèutic ED-580XT amb les característiques següents:
 - Camp de visió 95º
 - Gamma d'observació 4–60mm
 - Capacitat de flexió a dalt 120º/a baix 90º
dreta 90º/esquerra 110º
 - Longitud de treball de 125cm
 - Diàmetre distal de 13,1 mm
 - Canal de treball de 4,2 mm





- 1 Unitats - Vídeo Enteroscopi Terapèutic EN-840T amb les característiques següents:
 - Controlador PB-30
 - Camp de visió 140º
 - Gamma d'observació 2–100mm
 - Capacitat de flexió a dalt 180°/a baix 180°
dreta 160°/esquerra 160°
 - Longitud de treball de 200cm
 - Longitud total de 230cm
 - Diàmetre distal de 9,4mm
 - Canal de treball de 3,2 mm

- 1 Unitats - Vídeo Eco Gastroscopi Terapèutic Lineal EG-580UT amb les característiques següents:
 - Camp de visió 140º
 - Gamma d'observació 3–100mm
 - Capacitat de flexió a dalt 150°/a baix 150°
dreta 120°/esquerra 120°
 - Longitud de treball de 125cm
 - Diàmetre distal de 13,9mm
 - Canal de treball de 3,8 mm

- 1 Unitats - Vídeo Eco Gastroscopi Diagnòstic Radial EG-580UR amb les característiques següents:
 - Camp de visió 140º
 - Gamma d'observació 3–100mm
 - Capacitat de flexió a dalt 190°/a baix 90°
dreta 100°/esquerra 100°





- Longitud de treball de 125cm
 - Diàmetre distal de 11,4mm
 - Canal de treball de 2,8 mm
- Plataforma Endoscòpia ELUXEO dotada de:
 - Processador d'imatge ELUXEO 7000
 - Qualitat d'imatge Full HD
 - Modes de visualització BLI i LCI
 - Font de llum ELUXEO 7000
 - Tecnologia LED
 - Control automàtic d'intensitat amb sincronització amb el processador.
 - Carro ITD-03
 - Braç articulats monitor
 - Suport CO2
 - Monitor 32" 4K
 - Irrigador d'aigua JW-3
 - Insuflador de CO2 GW-100
 - Accessoris

Tot l'equipament haurà de ser compatible amb el sistema ja present en els boxs de la unitat d'endoscòpia digestiva pels quals es vol adquirir l'equipament objecte del contracte.

4. Condicions de subministrament

El subministrament dels articles objecte de la present licitació es farà a la FGS. Per tant, l'adjudicatari haurà d'efectuar els treballs de transport i muntatge a partir de la data que determini la FGS en el termini no superior a 1 mes des de la formalització del contracte.





L'equipament es subministrarà amb tots els accessoris necessaris per a un correcte funcionament, instal·lant-se en les dependències definitives i encarregant-se l'adjudicatari de la retirada dels embalatges.

5. Obligacions del contractista

El contractista està obligat a complir el termini d'execució del contracte en els terminis previstos en aquest document i en la seva oferta així com lliurar els béns objecte del contracte en temps i llocs fixats en el contracte.

▪ Condicions d'instal·lació del sistema:

La instal·lació del sistema ha d'incloure:

- Instal·lació i posta a punt de tots els sistemes oferts.
- Interconnexió de tots els elements que formen l'equip.
- Totes aquelles operacions no detallades anteriorment que calgui realitzar per a la correcta instal·lació i posada en funcionament de l'equip.
- El licitador pot efectuar qualsevol consulta o comprovació *in situ* per a adequar millor la seva oferta.
- Les interconnexions de tipus elèctric i de control entre el quadre elèctric de l'equip i el propi equip anirà a càrrec del proveïdor.

▪ L'oferta ha de preveure la instal·lació completa de l'equip d'acord amb les directrius de la direcció de manteniment i obres del centre.

El subministrament, instal·lació i posada en funcionament de l'equipament objecte d'aquest expedient, van a càrrec de l'adjudicatari i estaran incloses en el preu de licitació. L'empresa adjudicatària, una vegada instal·lat l'equip, haurà de realitzar les proves d'acceptació corresponents. Les proves es realitzaran en presència del personal, tècnicament qualificat, autoritzat pel centre.



▪ **Pla de Formació:**

L'objectiu del Pla de Formació és el d'oferir accions formatives inicials pel personal al respecte del funcionament i ús del mòdul de manera que s'optimitzi el seu rendiment i s'aconsegueixi una eficiència òptima que millori la qualitat assistencial.

▪ **Normativa obligatòria:**

Tots els components del sistema hauran de complir amb el que estableix la legislació espanyola i comunitària vigent que sigui d'aplicació, així com altres normes aplicables obligatòriament:

- *Reial Decret 414/1996, d'1 de març, relatiu a la regulació de productes sanitaris (Directiva 93/42/CEE relativa a productes sanitaris).*
- *CEI 601.1 (UNE 606061.1), sobre els nivells de Seguretat Elèctrica*
- *Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, per el que s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió*
- *Marca CE*

Documentació tècnica complementària: Amb el subministrament de l'equip, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació redactada en català i/o en castellà:

- 2 manuals complets d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi la preparació, posada en marxa, precaucions i mesures en cas d'avaries.
- 2 manuals d'instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloent-hi les instruccions de muntatge d'accessoris i la seva aplicació.
- 2 manuals d'instruccions de manteniment que ha de contenir les instruccions següents:
Instruccions de manteniment preventiu, Plànols i esquemes, amb dimensions, Relació de





components i recanvis que calgui canviar amb més freqüència, Esquema tècnic sobre el muntatge dels accessoris i recanvis, Instruccions de manteniment correctiu, incloent-hi la relació d'avaries més usuals i la seva solució.

Garantia

El termini de garantia de l'equip ofert serà mínim d'un (1) any.

Barcelona, a 22 de novembre de 2024.

Rubèn Moragues Pastor
Director de Serveis Generals

NOTA 1: *El present document es troba incorporat a l'expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per la persona competent.*

NOTA 2: *A tots els efectes, es considera que la data d'aquest document és la que figura al final del mateix.*

