



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE 2 CARROS TÈRMICS DE DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS DISSOCIATS I UNA BASE DE REGENERACIÓ I REFRIGERACIÓ DOBLE , PER A L'HOSPITAL SANT JAUME DE CALELLA, PER ENCÀRREC DE LA CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA

EXPEDIENT CSMS PN 6/24-D

(IMP-SC-006)



INDEX

1.- OBJECTE DEL SUBMINISTRAMENT	3
2.- CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES MÍNIMES DE L'EQUIPAMENT	3
3.- NORMATIVA OBLIGATÒRIA	5
5.- MANUALS I DOCUMENTACIÓ	5
6.- LLIURAMENT DEL EQUIPAMENT	5
7.- GARANTIA, MANTENIMENTS I REPOSICIONS EN GENERAL	6
8.- CRITERIS DE VALORACIÓ	7
9.- ESTRUCTURA DE LES OFERTES	7



1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

El present plec té per objecte determinar l'abast i condicions mínimes que hauran de regir en el subministrament i posada en marxa de 2 carros tèrmics de distribució d'aliments dissociats amb capacitat per 24 safates cadascú i la base de regeneració i refrigeració corresponent de doble connexió frontal, per a la primera planta d'Hospitalització de l'Hospital Sant Jaume de Calella, per encàrrec de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (en endavant CSMS).

L'objecte del contracte inclou:

- El subministrament, instal·lació i posada en marxa de l'equip.
- La formació del personal usuari dels equips i personal tècnic.

2.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ DESGLOSSAT

OBJECTE	QUANTITAT	PREU TOTAL S/IVA	IVA	PREU TOTAL AMB IVA
Carro dissociat 24 safates	2	28.144,47€	5.910,34€	34.054,81€
Estació refrigeració doble connexió frontal	1	19.756,80€	4148,93€	23.905,73€
Mòdul traçabilitat	2	2.231,42€	468,60€	2.700,02€

IMPORT MÁXIM LICITACIÓ S/ IVA: 50.132,69€ (60.660,55€ AMB IVA)

3.- CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES MÍNIMES DE L'EQUIPAMENT

Les característiques mínimes de l'equip són les que s'indiquen a l'**annex I Fitxa Tècnica**, de prestacions tècniques i funcionals.

L'equipament ofert ha de ser nou i d'última tecnologia. No s'admetran equips que hagin estat usats, de segona mà, de demostració o similars.

El licitador, que en la seva oferta incompleixi alguna de les especificacions mínimes d'aquest plec, serà exclòs de la licitació. La falta d'informació o la informació incompleta sobre les característiques tècniques de l'equip ofert pot ser motiu de no valoració de l'oferta.

L'import de la licitació indicat en l'apartat anterior inclou tots els costos que el licitador haurà de realitzar per garantir el compliment del contracte en els termes descrits en aquest plec, inclosos el transport, la instal·lació de l'equip, la garantia i altres costos generals i tota classe de tributs i taxes en vigor, així com els que s'estableixin o modifiquin durant la vigència del contracte, i l'Impost del Valor Afegit (IVA).

El licitador haurà de garantir el subministrament de peces de recanvi de l'equipament, com a mínim durant els següents 10 anys a la data d'adquisició.



3.1- CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES PARTICULARS

Donada la naturalesa d'aquest contracte i a causa de la necessitat de substitució urgent dels equips avariats sense que això suposi una interrupció del servei d'àpats al pacient hospitalitzat i tenint en compte que l'hospital ja disposa actualment de 15 carros regeneradors de la marca ERG'ELECT de la casa Electro Calorique (model P4000 sèries), serà condició indispensable que els equips oferts siguin totalment compatibles amb el sistema de traçabilitat autònoma MTAR del fabricant.

Així mateix els carros han de ser compatibles amb les bases de regeneració ja instal·lats en les distintes àrees d'hospitalització.

És per aquest motiu que a les característiques mínimes indicades a l'annex 1 Fitxa Tècnica, es farà esment del model actual que el mateix fabricant disposa per a substituir els equips avariats i que assegurin aquesta sèrie de compatibilitats.

3.2- FITXA TÈCNICA

Les especificacions tècniques concretes dels aparells inclosos a la licitació es troba definit en el document anomenat "Fitxa tècnica" (Annex I), es tracta d'un arxiu en format Microsoft Office Excel (*.xls).

En la fitxa tècnica de cada producte es detallen tots els requeriments tècnics que ha de complir l'article ofert, així com totes aquelles altres dades que els licitadors han d'informar i que seran objecte de valoració i, si s'escau, aquelles altres dades que cal informar tot i no ser objecte de valoració.

En la columna "Índex documental", i per a cadascuna de les corresponents files, caldrà especificar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troba la informació de les característiques tècniques del producte ofert així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment oferts (per exemple: catàleg del producte, pàg. XX del document memòria tècnica,...).

Tal i com s'indica en el quadre de característiques del contracte, totes les característiques tècniques que es detallen, o les condicions de servei tècnic i/o manteniment són d'obligat compliment.

3.3- JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL REQUERIMENT O PRESTACIÓ SOL·LICITADA

Com ja s'ha indicat, la complementació de la fitxa tècnica és necessària per tal d'indicar el compliment o no d'una característica requerida, i especificar en quin apartat de la resta de documentació es troba la informació necessària. En aquest sentit, és important remarcar que la mera indicació afirmativa o negativa d'una prestació, sense la corresponent informació i justificació de la mateixa en la documentació que integra la proposta, es considerarà com a incompliment o manca d'informació, amb les conseqüències que això comporti als efectes de l'admissió o no admissió de la proposta, o la no valoració d'aquella prestació.



4.- NORMATIVA OBLIGATÒRIA

Tots els productes, accessoris dels carros i la base de regeneració objecte del present expedient, han de reunir les condicions per a la seva posada en servei i utilització, venda en el mercat espanyol, a més del total compliment de la normativa espanyola i europea vigent que sigui aplicable, sent així mateix de total responsabilitat del licitador l'obtenció dels certificats de marcat i de declaració de conformitat CE corresponents.

Aquesta documentació, s'haurà d'incloure en el sobre únic de contractació i serà part necessària perquè l'oferta pugui ser tinguda en consideració.

5.- MANUALS I DOCUMENTACIÓ

Serà d'obligat compliment per a l'empresa licitadora el lliurament dels manuals dels equips, en suport informàtic i paper, segons s'especifica:

Característiques dels manuals

- **Manual d'us:** Estarà redactat en Català i/o Castellà i constarà d'una descripció del funcionament i manipulació de l'equip destinat a l'usuari, amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa, precaucions i mesures en cas d'avaries.
- **Manual Tècnic:** Estarà redactat en Català i/o Castellà i constarà de les següents parts:
 - ✓ Descripció de l'equip
 - ✓ Descripció de funcionament
 - ✓ Esquemes elèctrics i electrònics
 - ✓ Plànols mecànics si procedeix
 - ✓ Esquemes de muntatge amb els codis dels components ("especejament amb codis")
 - ✓ Codis d'error
 - ✓ Manteniment de l'equip
 - ✓ Instruccions de neteja
 - ✓ Quadre de manteniment preventiu de l'equip indicant les tasques que requereix l'equip i la seva periodicitat

Sempre que al producte ofert tingui associat material fungible, s'ha d'adjuntar una relació de les referències del material i el seu cost.

Aquests manuals hauran de ser lliurats amb els equips tant a la fase de demostracions, si escau, com al moment de l'entrega i posada en marxa per part de l'empresa que resulti adjudicatària.

6.- LLIURAMENT DE L'EQUIPAMENT

Un cop adjudicat i formalitzat el contracte, l'equipament s'ha de subministrar i instal·lar en un **termini màxim de vuit (8) setmanes**, a comptar des del dia següent a la data de la signatura del contracte. S'entendrà efectivament instal·lat un cop s'hagi signat l'acta de recepció.



En cas de que el lliurament es realitzi sense la recepció per part del Departament de Compres o el departament que es designi, aquest no es considerarà realitzat als efectes de complir amb el termini d'entrega estipulat al contracte.

6.1- CONDICIONS DE TRANSPORT I MUNTATGE

- El transport dels productes fins al seu punt de destinació és a càrrec de l'empresa subministradora.
- L'equipament ha d'estar degudament embalat i protegit per no patir cap cop ni trencadissa durant el transport. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.
- El muntatge dels productes que, per tal de facilitar el seu transport, viatgin desmuntats, va a càrrec dels proveïdors, així com la seva instal·lació i posada en marxa.
- Retirada dels equipaments existents per a la instal·lació dels nous.

Totes les operacions d'instal·lació van a càrrec de l'empresa adjudicatària, incloses totes les gestions de les actuacions que puguin ser necessàries a fi de deixar l'aparell en perfecte estat de funcionament. El subministrament dels equips es contracten com a "claus en mà".

Aquestes intervencions inclouran entre d'altres:

- Tot residu o rebuig originat com a conseqüència de l'actuació dels licitadors serà responsabilitat dels mateixos. En aquest sentit, seran a càrrec dels licitadors i de l'adjudicatari, la recollida i eliminació dels corresponents residus d'acord amb la normativa que sigui aplicable a cada cas.
- Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.

6.2- COMUNICACIONS

Abans de l'entrega dels equips per part de la empresa adjudicatària, es comunicarà al departament de compres de la Corporació de Salut del Maresme i La Selva (tel. 93.769.02.01 (ext. 2269/2000) ó e-mail: ajosep@salutms.cat i saraujoloquez@salutms.cat), la data prevista d'arribada d'aquest a l'hospital de Calella, quedant d'acord en el dia i hora.

7.- GARANTIA, MANTENIMENTS I REPOSICIONS EN GENERAL

El termini de garantia de l'equip comptarà a partir de la finalització de la implantació, instal·lació, posada en marxa i formació inicial, quan es formalitzarà l'acta de recepció entre l'adjudicatari i la CSMS. Aquesta garantia serà d'un mínim de 2 anys de vigència.

Es valorarà com a millora l'extensió d'aquesta garantia.

Els proveïdors han de garantir durant el període de garantia els seus productes contra qualsevol defecte en els materials i en el funcionament del conjunt així com de les actualitzacions del software, i han de garantir la reposició de recanvis durant un període mínim de deu anys (a càrrec de la institució compradora), així com les corresponents actualitzacions de software durant aquest període mínim.



Els punts inclosos en el període de garantia són:

- La substitució íntegra de l'equip quan aquest presenti vicis o defectes importants (materials i funcionament).
- Les actualitzacions de software s'inclouran quan fossin necessàries durant el període de garantia.
- Així mateix, haurà d'incloure tots els costos i despeses de desplaçament del personal responsable del manteniment durant el període de garantia. Incloent tots els components de l'equip, elements auxiliars, instal·lacions, i peces de recanvi, mà d'obra, i demés costos que puguin derivar-se del compliment de la mateixa.
- Manteniment preventiu de l'equip: l'adjudicatari haurà de garantir el manteniment preventiu programat d'acord amb el fabricant durant el període de garantia: revisió de seguretat i control de funcionament, ajustos, calibratges i altres operacions necessàries que requereixi l'equip pel seu correcte funcionament.
- Abans del venciment de la garantia realitzar actualització de tot el programari i revisió de l'equip subministrat.

L'adjudicatari ha de comunicar al servei tècnic de la CSMS les dates de les operacions de manteniment preventiu i correctiu, durant el període de garantia, amb suficient antelació acordant l'horari en funció de l'activitat del servei on s'ubica l'equip.

L'adjudicatari lliurarà al servei tècnic de l'Hospital les fulles de les revisions en les quals s'especificaran les peces substituïdes amb les seves referències i es detallaran les intervencions realitzades, així com les peces substituïdes.

7.1- INFORMACIÓ ADICIONAL A PRESENTAR

- Temps de resposta davant qualsevol avís d'avaria, inclòs festius.
- Necessitat d'interrupció del funcionament normal per realitzar intervencions de manteniment preventiu, periodicitat i durada de les mateixes.
- Ubicació més propera de l'estoc de recanvis complet i de material fungible.
- Especificar recanvis bàsics i preus dels mateixos.
- Termini de lliurament de qualsevol possible material o component a substituir.
- Tarifa d'assistència tècnica. (mà d'obra i desplaçament postcontracte).
- Especificar si el manteniment es exclusiu.

8.- CRITERIS DE VALORACIÓ

Els criteris de valoració per a aquest contracte seran els definits al Quadre de Característiques Específiques del contracte.

9.- ESTRUCTURA DE LES OFERTES

SOBRE A:

.- Documentació administrativa sol·licitada al Plec de Clàusules Administratives del contracte.



SOBRE C:

.- Documentació corresponent als requisits tècnics mínims a complir pels equips a subministrar d'acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques del contracte.

.- Documentació corresponent als criteris de negociació / valoració automàtica definits al quadre de característiques específiques del contracte.

- L'oferta econòmica haurà de detallar el cost unitari indicant la referència del article corresponent, sense IVA i amb IVA inclòs.
- L'oferta econòmica s'haurà de presentar d'acord amb el document Annex Oferta Econòmica adjunt als presents plecs de clàusules del contracte, i que inclou també la possibilitat de millora respecte al període mínim de garantia.

Santiago Araujo
Coordinador de Compres i Logística
Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Calella a la data de la signatura digital.