



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

Contracte núm. CONTR-135/2024

Subministrament d'Analitzador NIR DS3

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Contracte núm. CONTR-135/2024

Subministrament d'Analitzador NIR DS3

1. [Clàusula primera]

Analitzador de rang espectral comprès entre el 400 i 2.500 nm amb resolució espectral de 0,5 nm (4.200 dades/espectre). Patrons interns d'intensitat, amplada de banda i longitud d'ona i ERC (External Reference Correction) per a correcció d'intensitat.

Mode de mesura per reflectància i doble transmissió o transfectància per a líquids.

Adequat per a mostres heterogènies, materials finament molts, líquids i pastosos.

Incloure accessoris per a productes heterogenis, molts, líquids i viscosos.

2. [Clàusula segona]

Complementar amb PC de sobretaula i programari per a treballar en rutina.

Les dades espectrals obtingudes, s'han de poder treballar amb el programari WinISI 4.10.

3. [Clàusula tercera]

Indispensable transferibilitat dels models ja existents en l'equip NIRS 5000 a l'equip nou adquirit.

Lliurament i instal·lació completa i formació d'usuaris abans d'acabar el present any 2014.

Garantia 24 mesos amb contracte de manteniment.