

ACTA de la Mesa per la revisió de l'informe de valoració de la documentació tècnica avaluable mitjançant fórmules.

Expedient núm. CS/AH02/1101409639/25/AMUP per a la contractació del subministrament de kits reactius per a la determinació de clonalitat dels gens del receptor de cèl·lules T i els gens de les immunoglobulines IGH i IGK per l'Hospital Universitari Bellvitge

Membres de la mesa

Han estat designats com a membres de la mesa de contractació:

Presidenta: Cristina Robles Agustín (Direcció Econòmic financera)

Vocals:

1 Sr. Ramon Moreno Fuentes (Control Intern)

2 Sr. Pere Sust Ballester (Assessor Jurídic de l'ICS a l'HUB)

3 Sr. Javier Jiménez Pérez (Tècnic de la Unitat de Compres de l'HUB)

4 Sra. Xenia Rodríguez Busquet (Cap de Contractacions Administratives)

Sr. Secretari: Alfons Mérida Campos (Tècnic de contractacions Administratives)

Orde del dia

Revisió de l'informe de valoració de la documentació tècnica avaluable mitjançant fórmules del sobre digital número 2 presentat en l'expedient de contractació CS/AH02/1101409639/25/AMUP, per a la contractació del subministrament de kits reactius per a la determinació de clonalitat dels gens del receptor de cèl·lules T i els gens de les immunoglobulines IGH i IGK per l'Hospital Universitari Bellvitge.

Desenvolupament de la sessió

A les 10:00 h del dia 24 de desembre de 2024, es constitueix vàlidament la Mesa de contractació, d'acord amb la normativa de desenvolupament (article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic).

Aquesta sessió és continuació de la sessió relativa a l'obertura dels 'sobres 2'.

La documentació que s'ha valorat correspon a les empreses licitadors

- WERFEN ESPAÑA SAU amb CIF A28114742
- VITRO, S.A amb CIF A41361544

S'inicia la sessió, amb la lectura i revisió del contingut de l'informe de valoració redactat pels tècnics, el qual s'adjunta com annex a l'acta

D'acord amb l'informe s'ha detectat la següent incidència:

Una vegada revisada la documentació aportada en el sobre 2 i en relació al compliment dels requisits mínims obligatoris que consta en el Plec de Prescripcions Tècniques no queda clar si el fungible presentat per ambdues empreses es compatible amb el següent model de termociclador, que es el que existeix a l'Hospital:

- Sistema de PCR ProFlex™ 3 X 32 pouets (Applied Biosystems™).

D'acord amb el que anteriorment s'ha exposat, la Mesa adopta els següents:

Acords

1. D'acord amb l'article 176.1 de la Llei de Contractes del Sector Public, , abans de continuar amb la valoració automàtica, és necessari que es requereixi a les empreses perquè manifestin si tots els productes presentats en les seves ofertes compleixen amb la compatibilitat exigida

I, sense més temes a tractar, la Presidència aixeca la sessió de la qual s'estén aquesta acta signada per la secretària i amb el vist-i-plau de la presidenta, quan són les 10:48 hores.

El secretàri

Vist-i-plau La Presidenta

INFORME DE VALORACIÓ D'OFERTES

Número expedient: CS/AH02/1101409639/25/AMUP

Objecte: subministrament de kits reactius per a la determinació de clonalitat dels gens del receptor de cèl·lules T i els gens de les immunoglobulines IGH i IGK per l'Hospital Universitari Bellvitge.

S'han presentat a la licitació electrònica les següents empreses:

- WERFEN ESPAÑA SAU amb CIF A28114742
- VITRO, S.A amb CIF A41361544

Una vegada revisada la documentació aportada en el sobre 2 i en relació al compliment dels requisits mínims obligatoris que consta en el Plec de Prescripcions Tècniques no queda clar si el fungible presentat per ambdues empreses es compatible amb el següent model de termociclador, que es el que existeix a l'Hospital:

- Sistema de PCR ProFlex™ 3 X 32 pouets (Applied Biosystems™).

Es per aquest motiu que, abans de continuar amb la valoració automàtica, és necessari que es requereixi a les empreses perquè manifestin si tots els productes presentats en les seves ofertes compleixen amb la compatibilitat exigida.

SERGIO
VILLATORO
GOMEZ - DNI

Signat digitalment per
SERGIO VILLATORO
GOMEZ - DNI Data:
2024.12.23 12:32:34
+01'00'

Nom: Sergio Villatoro
Especialista en biodiagnòstic (Biòleg Molecular)
Hospital Universitari de Bellvitge