

Expedient: 0414/25

Entitat: EDP Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp

Tipus: Subministrament

Procediment: obert

Tràmit: ordinari

Objecte: Subministrament d'un equip d'estimulació magnètica transcranial repetitiva pel Servei de Neurofisiologia de Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp

RESOLUCIÓ D'EXCLUSIÓ

ANTECEDENTS

1. En data 5 de juny de 2024 per resolució del Gerent de l'Entitat Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp es va aprovar l'expedient de contractació del subministrament d'un equip d'estimulació magnètica transcranial repetitiva pel Servei de Neurofisiologia de Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp (expedient 0414/25).

2. L'empresa MICRODAN ALTA DESINFECCIÓN, S.A. va presentar oferta a l'expedient de contractació 0414/25, publicat al perfil del contractant de Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp en data 12 de juny de 2024, allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

3. En sessió de data 5 de juliol de 2024 va tenir lloc l'acte d'obertura del sobre A i es van efectuar els requeriments d'esmena de la documentació administrativa inclosa en el sobre A que es descriuen a l'acta de la mesa d'aquesta sessió a les empreses ALMEVAN, SL; NEUROGAL ELECTROMEDICINA, SL; MICRODAN ALTA DESINFECCIÓN, SA; i IONCLINICS & DEIONIC, SL.

Posteriorment, un cop rebuda la documentació del Sobre A esmenada, en data 23 de juliol de 2024, es va procedir a l'obertura del sobre B de l'expedient 0414/25.

A continuació, es va fer arribar la documentació de les ofertes tècniques al vocal tècnic, i es van coordinar les demostracions dels equips oferts, d'acord amb el previst a la clàusula J.2 del Quadre de Característiques, per tal que el vocal tècnic no membre de la mesa de contractació emetés el corresponent informe tècnic de valoració de les ofertes tècniques.

Les demostracions es van dur a terme en les següents dates i ubicacions:

- ALMEVAN, S.L.: 22/10/2024 (11h) – Hospital Arnau de Vilanova, València.
- IONCLINICS&DEIONIC, S.L.: 22/10/2024 (12:30) – Hospital Clínic, Unitat del Dolor, València.
- MICRODAN ALTA DESINFECCIÓN, S.A.: 25/10/2024 (12:30) – Hospital San Carlos, Madrid.
- NEUROGAL ELECTROMEDICINA, S.L.: 25/10/2024 (11h) – Clínica Vitruvio, Madrid.

Un cop dutes a terme les demostracions, el vocal tècnic va elaborar l'informe tècnic de valoració dels criteris de judici de valor.

4. En data 17 de desembre de 2024 es reuneix la Mesa de Contractació en acte intern per a l'aprovació de l'informe de valoració tècnica, de data 10 de desembre de 2024, i s'exposen als membres de la mesa les següents observacions en relació amb l'oferta presentada per MICRODAN ALTA DESINFECCIÓN, S.A.

“Les ofertes presentades per les empreses MICRODAN ALTA DESINFECCIÓN, S.A. i NEUROGAL ELECTROMEDICINA, S.L. no compleixen amb els requeriments tècnics establerts al plec de prescripcions tècniques.

Pel que fa a l'empresa MICRODAN ALTA DESINFECCIÓN, S.A., l'incompliment resideix en que la licitadora va presentar en el sobre B la documentació tècnica relativa a un equip d'estimulació magnètica transcranial repetitiva. Això no obstant, en la demostració de l'equip duta a terme a l'Hospital San Carlos de Madrid el dia 25 de novembre de 2024, va presentar un aparell d'estimulació magnètica transcranial simple, equip del qual ja es disposa al Servei de Neurologia de SSJRBC, en comptes d'un equip d'estimulació magnètica transcranial repetitiva tal com s'havia requerit i descrit en les condicions tècniques mínimes del plec de prescripcions tècniques, i d'acord amb l'ofert inicialment per l'empresa.

És a dir, l'equip objecte de la demostració no donava compliment als requisits mínims establerts al plec de prescripcions tècniques ni a les necessitats de l'entitat contractant.

D'acord amb el previst a la clàusula J.2 del Quadre de Característiques, en relació amb les demostracions de l'equipament objecte del present expedient, s'ha de tenir en compte que “els equips instal·lats als altres centres han de ser iguals als equips oferts”. Així mateix, d'acord amb el previst a la clàusula 5 del plec de prescripcions tècniques, “La manca de presentació de demostracions o la presentació de demostracions que no s'ajustin a les condicions establertes serà motiu d'exclusió de la licitació”.

Vist l'anterior, els membres de la mesa de contractació analitzen el que disposen els plecs en aquest sentit:

“Pel que fa a l'exposat en relació amb l'empresa licitadora MICRODAN ALTA DESINFECCIÓN, S.A., efectivament, és un requisit sine qua non que l'equip ofert per l'empresa licitadora doni compliment als requeriments tècnics establerts al PPT, tant pel que fa al que consta descrit en la memòria tècnica (presentada en el sobre B) com en la demostració de l'equip.

En aquest sentit, els plecs disposen el següent:

- *Al Plec de Prescripcions Tècniques, concretament, a la clàusula segona, s'estableix que les especificacions tècniques mínimes de l'equip d'estimulació magnètica transcranial repetitiva que es descriuen en l'esmentat apartat, són d'obligat compliment, i que les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses. La primera característica prevista en aquest apartat és la següent: l'objecte del contracte consisteix en el subministrament d'un estimulador magnètic transcranial repetitiu de polsos bifàsics 100 Hz.*

Així mateix, al PPT també s'estableix que en la demostració dels equips, s'hauran de presentar productes que siguin iguals als productes oferts (ofertes tècniques presentades en el Sobre B), i que s'acompanyin de tots els accessoris requerits en el plec.

La manca de presentació de demostracions o la presentació de demostracions que no s'ajustin a les condicions establertes serà motiu d'exclusió de la licitació.

- *Al Quadre de Característiques s'estableix, a la clàusula J.2, que **en les demostracions s'hauran de presentar equips iguals als oferts.***

En la demostració de l'equip, duta a terme el dia 25 de novembre de 2024 (Hospital San Carlos de Madrid), el vocal tècnic va observar que MICRODAN ALTA DESINFECCIÓN, S.A. presenta un equip d'estimulació magnètica transcranial simple, en comptes d'un equip d'estimulació magnètica transcranial repetitiva, tal com requeria el Plec de Prescripcions Tècniques.

D'acord amb la doctrina reiterada del TACRC i TCCSP, cal recordar que resulta procedent l'exclusió d'una oferta quan presenti un incompliment exprés, clar i palmari de les clàusules dels plecs, de manera que no hi hagi cap dubte que l'oferta és incongruent o s'hi oposa obertament, tal com succeeix en aquest cas.

Per tot l'anterior, i vist el que s'ha descrit per part del vocal tècnic en l'informe de valoració, la mesa de contractació, per unanimitat proposa a l'òrgan de contractació l'exclusió de l'empresa MICRODAN ALTA DESINFECCIÓN, S.A., de l'expedient de contractació 0414/25."

5. Per tot l'anterior, RESOLC:

Primer.- Aprovar l'exclusió de l'empresa MICRODAN ALTA DESINFECCIÓN, S.A. de l'expedient 0414/25, per la contractació del subministrament d'un equip d'estimulació

magnètica transcranial repetitiva pel Servei de Neurofisiologia de Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp, pels motius exposats en la present resolució i en les actes de la Mesa de contractació.

Segon.- Notificar la resolució a l'empresa interessada així com donar-li la publicitat pertinent.

Tercer.- Segons l'article 44.6 de la LCSP, aquesta resolució es susceptible de ser impugnada mitjançant recurs d'alçada davant el superior jeràrquic d'acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

A Reus, en data de la signatura digital

Anton Benet Català
Apoderat
Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp