



Consorci Sanitari
Alt Penedès-Garraf

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ, DEL SUBMINISTRAMENT DE
DIALITZADOR DE TRICETAT DE CEL·LULOSA DEL
CONSORCI SANITARI DE L'ALT Penedès I GARRAF**

Exp: CSAPG OB 2024/33

INDEX

1.	OBJECTE DEL CONTRACTE.....	3
2.	ABAST DEL SUBMINISTRAMENT I ENTREGA	3
3.	CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	3
4.	CONSUMS PREVISTOS.....	4
5.	CONDICIONS I TERMINI DE SUBMINISTRAMENT	4
6.	SEGUIMENT I RÈGIM DE PENALITZACIONS.....	5
7.	COMANDES I PRESENTACIÓ DE FACTURES	6
8.	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.....	6
9.	DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR	6

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ, DEL SUBMINISTRAMENT DE DIALITZADORS DE TRIACETAT DE CEL·LULOSA D'UN SOL ÚS PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDEÈS I GARRAF.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el subministrament de dialitzadors de triacetat de cel·lulosa per al Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (en endavant CSAPG), segons les condicions i característiques tècniques definides en el present Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT).

*** El subministrament ha de complir amb tots els requeriments legals vigents en el moment de la seva contractació.

2. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT I ENTREGA

El material s'haurà d'entregar al magatzem, de l'adreça que figuri a la comanda; principalment seran:

- **Hospital Comarcal de l'Alt Penedès**

Carrer Espirall, s/n

08720 - Vilafranca del Penedès

- **Hospital Residència Sant Camil**

Ronda Sant Camil, s/n

08810 – Sant Pere de Ribes

El CSAPG podrà sol·licitar que s'entregui el material en qualsevol altre centre o ubicació del CSAPG.

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

L'envàs del producte haurà d'indicar com a mínim:

- Nom del producte i/o referència comercial
- Data caducitat (mes i any). Haurà de ser de com a mínim de 2 anys.
- Lot
- Data de fabricació
- Quantitat d'unitats en cada caixa
- Un sol ús
- Pictogrames identificatius normalitzats
- Simbologia Normes UNE

- Marcatge CE amb codi de 4 xifres del organisme de control de qualitat, producte categoria III.

A l'Annex 1 s'indiquen les característiques mínimes que s'exigeixen.

NOTA IMPORTANT: Caldrà complir amb totes les característiques detallades a l'Annex 1, per tant l'incompliment de qualsevol dels requeriments indicats en els referits annexes, **serà causa d'exclusió** de l'oferta del licitador.

En el supòsit que alguna de les característiques establertes determinés una marca o model exclusiu, aquestes seran preses únicament com a guia o orientació, sense que el fet de no ajustar-se exactament sigui causa d'exclusió.

La falta d'informació, absència de fulles de dades del producte, dels seus components o resposta a les qüestions tècniques plantejades que no puguin ser degudament contrastades podrà ser motiu de que l'oferta no sigui valorada.

4. CONSUMS PREVISTOS

A continuació es detallen els consums previstos de cadascun dels materials del CSAPG en un any.

Codi CSAPG	Descripció	Quantitat anual	Preu unitari màxim	Preu màxim licitació S/IVA
102117	DIALITZADOR TRIACETAT DE CEL·LULOSA	1.800	29,000 €	52.200,00 €

Les quantitats indicades són estimades i s'han calculat d'acord amb el consum de l'any 2023; no obstant CSAPG no s'obliga a consumir una quantitat determinada d'aquests productes.

5. CONDICIONS I TERMINI DE SUBMINISTRAMENT

L'empresa adjudicatària del present procediment de licitació haurà de garantir el compliment de les següents condicions del subministrament, que estaran incloses en l'import final d'adjudicació del contracte i no suposarà cap tipus de contraprestació econòmica a favor de l'adjudicatari.

L'adjudicatari haurà de garantir les següents condicions:

- Subministrament exempt de comanda mínima.
- Subministrament en 48h com a màxim (de forma orientativa el CSAPG realitzarà comandes cada 15 dies) des de la data de comanda. Si aquesta no es pot complir s'haurà de comunicar al CSAPG mitjançant correu electrònic i proporcionar una alternativa.

- L'/els albarà/ns haurà/n d'anar a l'exterior dels paquets.
- A l'albarà hi haurà de constar necessàriament les següents dades:
 - El codi intern del CSAPG de l'article
 - Número de comanda
 - Número d'albarà
- Els paquets hauran d'estar identificats individualment amb el número d'albarà, número de comanda i proveïdor.
- Les etiquetes adhesives, si n'hi hagués, dels operadors logístics no hauran d'anul·lar les identifications del proveïdor.
- Les mercaderies es lliuraran en cas de ser paletitzades en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-la (precinte transparent, etc). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu.
- La descàrrega de qualsevol tipus de mercaderia estigui o no paletitzada anirà sempre a càrrec del proveïdor o del seu operador logístic amb els seus propis mitjans tant tècnics com humans i es col·locarà en el recinte del magatzem en el lloc que determini el personal del magatzem del CSAPG
- En cas de trencament d'estoc el proveïdor podrà subministrar xeringues de característiques iguals o superiors, aquest haurà de ser prèviament validat pel CSAPG.

Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades, es podran incorporar en el mateix procés de contractació al mateix preu adjudicat, sempre que comportin un interès d'ús o servei, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat.

6. SEGUIMENT I RÈGIM DE PENALITZACIONS

En cas que l'adjudicatari incompleixi amb els termes fixats en aquest contracte, CSAPG podrà aplicar les següents penalitzacions:

Descripció	Criteri	Penalització
Incompliment del termini de lliurament	Entrega superior a la estipulada en el PPT	2% de l'import de la comanda, per cada dia de demora
Incompliment de la comunicació de ruptura d'estoc i subministrament de producte alternatiu en termini	No es realitza segons l'indicat en aquest PPT	10% de l'import de la comanda
Incompliments d'altres termes fixats en aquest PPT	No es realitza segons l'indicat en aquest PPT	10% de l'import de la comanda

En cas d'incompliment de qualitat del producte subministrat: CSAPG retornarà els bens lliurats que no compleixi amb les característiques mínimes i/o ofertes per l'adjudicatari. Aquest anirà a càrrec de l'adjudicatari.

En cas que durant la vigència del contracte, l'adjudicatari hagi estat penalitzat 3 o més vegades, el CSAPG podrà resoldre el contracte.

7. COMANDES I PRESENTACIÓ DE FACTURES

La plataforma e.FACT és el punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic (Acord GOV/151/2014, d'11 de Novembre). Als efectes de la factura electrònica, s'informa que la unitat tramitadora és (A09006563), l'òrgan gestor és (A09006563) i l'oficina comptable (A09006563).

El seguiment de l'estat de les factures es podrà consultar a la web del Departament de la Vicepresidència d'Economia i Hisenda a l'apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l'Estat de les factures i pagaments de documents), a partir de l'endemà del registre de la factura.

És d'obligat compliment indicar en totes les factures el número de comanda i l'expedient contractual de referència. Sense aquestes dades la factura pot ser retornada.

8. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'empresa o empreses adjudicatàries i els seus empleats resten obligats a complir en tot moment, amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, conforme el Reial Decret 171/2004 de 30 de gener pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats; adoptant les mesures oportunes a tal efecte i durant l'execució del subministrament, seguint les directius especificades pel Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf.

9. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

SOBRE A

- Documentació administrativa (DEUC), (Annex 1 PCAP).

SOBRE B

- Certificat CE en vigor.
- Certificats de compliment de normativa.
- Fitxa tècnica.
- Característiques mínimes (Annex 1 PPT).
- Criteris de valoració objectius (Annex 2 PCAP).

ANNEX 1 – CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES LOT 1

Característiques mínimes dialitzador de triacetat de cel·lulosa
Esterilització sense òxid d'etilè
Material d'un sol ús
Envasat individualment i estèrils
Dialitzador capil·lar de membrana asimètrica de triacetat de cel·lulosa, superfície de 1,7-2,1m ² , d'alt flux.(ambdues mides dins del rang) Per tractament amb malalts amb reacció d'hipersensibilitat als dialitzadors sintètics
Coeficient d'ultrafiltració major a 38 ml/mmHg/h Aclariments in vitro (flux sanguini (Qb) de 300 ml/min, flux de líquid de diàlisi (Qd) 500 ml/min y flux de ultrafiltració (Qf) igual a 10 ml/min, 37°C Urea ≥270ml/min, Fosfats ≥235 ml/min, Creatinina ≥ 252 ml/min, Vit B12 ≥170 ml/min
Coeficients de cribat de β2-microglobulina ≥ 0,7 i albúmina ≤ 0,01