

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE VERIFICACIÓ I CONTROL METROLOGIC DELS DIFERENTS TIPOS DE VASCULES
UTILITZADES EN ELS DIFERENTS CENTRES DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Expedient CSI2024074

(IMP-SC-006)

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE VERIFICACIÓ I CONTROL METROLOGIC DELS DIFERENTS TIPOS DE VASCULES
UTILITZADES EN ELS DIFERENTS CENTRES DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL**

OBJECTE DEL CONTRACTE	3
REQUERIMENTS TÈCNICS DE LA VERIFICACIÓ	3
EQUIPAMENT.....	3
NORMATIVA.....	3
TERMINI DE LLIURAMENT	3
CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE DE SERVEI	4

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VERIFICACIÓ I CONTROL METROLOGIC DELS DIFERENTS TIPOS DE VASCULES UTILITZADES EN ELS DIFERENTS CENTRES DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

OBJECTE DEL CONTRACTE

Prestació del servei de verificació i control metrològic de les balances utilitzades en el Consorci Sanitari Integral.

REQUERIMENTS TÈCNICS DE LA VERIFICACIÓ

Els requeriments i procediments de realització de les validacions i verificacions es realitzaran segons el indicat en la Ordre ICT/155/2020 publicada en el Boletín Oficial del Estado de data 24 de febrer de 2020

EQUIPAMENT

Els equips que han de passar la validació i el control metrològic estan repartits pels diferents centres del CSI de la següent manera:

Centre	Balances fins a 30 quilos	Balances de 31 a 300 quilos	
ABS COLLBLANC	6	32	
CAE CORNELLA		10	
HOSPITAL DEL BAIX LLOBREGAT	6	85	
HOSPITAL DOS DE MAIG	6	35	
HOSPITAL GENERAL DE L'HOSPITALET	15	45	
RESIDENCIA COLLBLANC		7	
RESIDENCIA PADILLA		5	
CAE SANT FELIU		6	
ABS GAUDI SAGRADA FAMILIA	8	48	
ABS TORRASSA	3	27	
TOTAL	44	300	344

NORMATIVA

Les empreses que es presentin han de estar acreditades per la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) i presentar el corresponent certificat vigent.

TERMINI DE LLIURAMENT

El termini de lliurament del servei adjudicat no serà superior als **60 dies** a partir de la data de formalització del contracte

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VERIFICACIÓ I CONTROL METROLOGIC DELS DIFERENTS TIPOS DE VASCULES UTILITZADES EN ELS DIFERENTS CENTRES DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE DE SERVEI

Un cop adjudicat el contracte el servei d'Electromedicina del CSI entregará un llistat amb l'inventari actual d'equips a validar de cada un dels centres del CSI.

S'assignarà un tècnic de Electromedicina de contacte per a cada un dels centres.

L'adjudicatari pactarà amb el tècnic de EMD i amb el personal sanitari de cada centre l'horari i data per realitzar les verificacions. Aquest horari haurà de ser entre les 7,00 hores i les 17.00 hores de dilluns a divendres.

Les verificacions es faran seguint les indicacions de la Ordre ICT/155/2020 i en tot cas es realitzaran en el emplaçament on es trobi cada un dels equips

En cas de localitzar algun equip que no estigui inclòs en el llistat inicial caldrà consultar amb el servei de Electromedicina si es fa o no la verificació.

Si algun dels equips, estigui o no en el llistat inicial, no es possible de validar-lo per motiu de averia el adjudicatari ho haurà de comunicar al servei de Electromedicina.

Un cop finalitzades les verificacions l'adjudicatari haurà de presentar un llistat amb tots els equips verificats en el que com a mínim constarà la marca, model, numero de sèrie (en cas de que es disposi), numero de equip (en cas de que es disposi) i ubicació.

Els licitadors hauran de presentar per escrit el procediment tècnic segons el qual es realitzaran cada una de les tasques pròpies de cada verificació. Aquest procediment serà valorat com a criteri subjectiu.