

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU I CONTINUAT D'AGULLES HIPODÈRMiques DE SEGURETAT AMB DESTÍ A TOTS ELS CENTRES DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA (CMPSB).

Sra. Paloma Garcimartín Cerezo, Directora d'Infermeria del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (en endavant CMPSB), proposa que s'incoï un expedient per a la contractació del subministrament següent:

1. Objecte del contracte i motivació de la necessitat a cobrir

L'objecte del contracte correspon a la realització del subministrament successiu i continuat d'agulles hipodèrmiques de seguretat, per a la seva utilització per part dels professionals sanitaris de tots els centres del CMPSB, durant tota la vigència del contracte.

L'objectiu principal de les agulles hipodèrmiques de seguretat és proporcionar als professionals sanitaris usuaris, un sistema de seguretat d'alta eficàcia per tal d'evitar punxades accidentals que puguin posar en risc la seva salut, així com garantir la màxima qualitat i eficàcia als pacients que assisteixen al centre.

L'esmentat objecte correspon als Codis de la nomenclatura Vocabulari comú de contractes (CPV) de la Comissió Europea següents:

33141320-9 – “Agujas para uso médico”

2. Lots: No. La present licitació està composta per 5 articles.

FLB049	AGUJA HIPODERMICA SEGURIDAD 1.2 X 40MM(+/-2MM) 18G
FLB060	AGUJA HIPODERMICA SEGURIDAD 0.5 X 16MM(+/-2MM) 25G
FLB088	AGUJA HIPODERMICA SEGURIDAD 0.6 X 25MM(+/-2MM) 23G
FLB156	AGUJA HIPODERMICA SEGURIDAD 0.8 X 40MM(+/-2MM) 21G
FLB230	AGUJA HIPODERMICA SEGURIDAD 0.8 X 25MM(+/-2MM) 21G

D'acord amb l'article 99.3 de LCSP, donada la naturalesa i característiques de l'objecte del present contracte, no resulta adient la divisió en lots, essent el principal motiu la necessitat d'executar-lo en mans d'un únic adjudicatari ja que es tracta d'articles de característiques idèntiques que tenen la mateixa utilitat, que és garantir la seguretat, asèpsia i protecció en els procediments.

Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perden les economies d'escala. Es perdria la possibilitat d'aconseguir un millor preu davant la possibilitat de no aconseguir l'adjudicació de la totalitat dels articles d'aquesta licitació.

Les propostes hauran de presentar-se a la totalitat dels articles de la licitació (veure **Annex 1 del PPT**).

3. Mostres:

Sí. Es obligatòria la presentació de mostres segons l'establert al Plec de Prescripcions Tècniques, essent el seu incompliment causa d'exclusió de la licitació. El número de mostres, i el seu lliurament es detalla al punt 7 del Plec de Prescripcions Tècniques d'aquesta licitació.

4. Valor estimat del contracte:

El càlcul del valor estimat inclou, a més dels costos derivats de l'execució de l'objecte del contracte, l'opció de possibles pròrrogues, així com l'import previst per les modificacions, d'acord amb el que s'indica següidament:

2 anys de contracte (IVA exclòs)	208.947,00 €
3 anys de pròrroga (IVA exclòs)	313.420,50 €
20 % modificacions del preu inicial del contracte (IVA exclòs)	41.789,40 €
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE	564.156,90 €

5. Pressupost base de licitació

El límit màxim de despesa que en virtut del contracte el CMPSB pot comprometre, inclòs l'impost sobre el valor afegit contemplat els preus unitaris establerts en el període de contractació de 2 anys, i considerant inclosos tant els costos directes com indirectes i altres despeses derivades de l'execució del contracte, són:

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	
Base Imposable 2 anys	208.947,00 €
21 % IVA	43.878,87 €
TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	252.825,87 €

Preus Unitaris Màxims sense IVA: Sí. (Veure Annex 1 del PPT).

6. Justificació del preu de licitació

El preu de licitació del subministrament s'ha determinat per preus unitaris segons estudis de mercat i es consideren inclosos tant els costos directes com indirectes. Així mateix, s'ha tingut en compte l'històric de consums dels articles (objecte d'aquesta licitació) dels darrers 12 mesos com també l'augment o disminució de l'activitat assistencial prevista per la direcció d'infermeria durant el període de vigència del contracte; es consideren inclosos tant els costos directes com indirectes.

Les quantitats que es faciliten són a nivell orientatiu ja que per la pròpia naturalesa del contracte la quantia exacta de les unitats a subministrar no es pot definir amb exactitud.

7. Durada del contracte:

La durada prevista del contracte serà de 2 anys des de la seva formalització, amb possibilitat de pròrroga fins a un màxim de 3 anys més.

Aquesta durada s'ha determinat tenint en compte la naturalesa de la prestació, d'acord amb l'art. 29.1 de la LCSP, per tal de permetre de donar compliment a les fites i objectius que es descriuen a l'apartat 1 d'aquesta memòria.

8. Termini de garantia de la caducitat de les agulles hipodèrmiques de seguretat:

Respecte el termini de garantia de qualitat de les agulles hipodèrmiques de seguretat objecte de la licitació, coincidirà amb la vigència del contracte.

9. Procediment que es proposa utilitzar:

Obert subjecte a regulació harmonitzada (PORH), de conformitat amb el que s'estableix a l'article 21 de la LCSP, ja que la quantia del seu VEC és superior al llindar de 221.000,00 € indicat a l'esmentat article i modificat segons Ordre HFP/1352/2023, de 15 de desembre.

10. Tramitació:

Via ordinària

11. Criteris de solvència:

Atenent a que l'objecte del contracte i al seu valor estimat, es proposen els següents criteris de solvència.

Solvència econòmica i financera:

De conformitat amb el que disposa l'article 87 de la LCSP, la justificació de la solvència econòmica – financera de l'empresari s'acreditarà pels mitjans següents:

Volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles, en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per import igual o superior al pressupost base de licitació.

Solvència tècnica o professional:

De conformitat amb el que disposa l'article 89 de la LCSP, la justificació de la solvència tècnica de l'empresari s'acreditarà pels mitjans següents:

Relació dels subministraments principals efectuats de la mateixa naturalesa o similar que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres últims anys. Els subministraments efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, indicant l'import, dates i destinatari públic o privat d'aquests, amb pressupostos similars o superiors als que constitueixen l'objecte del contracte en curs executats en els últims 3 anys.

Els licitadors hauran d'acreditar haver executat de forma acumulada un import mínim (sense impostos) igual o superior al pressupost de licitació.

Justificació dels requisits de solvència establerts: S'han establert uns criteris de solvència econòmica i tècnica que són adequats i proporcionals atenent a la naturalesa i dimensió del contracte. Es pretén assegurar que l'adjudicatari tingui la capacitat suficient per fer front amb totes les garanties a l'execució del contracte.

12. Previsió de Modificacions:

D'acord amb l'article 204 de la LCSP, es preveuen un 20% del preu inicial del contracte, amb l'objectiu de cobrir possibles desviacions en cas d'augment/disminució en el consum estimat dels articles objecte de l'expedient derivades de l'increment o reducció de l'activitat assistencial. Aquest percentatge pretén cobrir a l'alça o a la baixa la variació de l'activitat assistencial dels centres i del criteri tècnic dels diferents serveis/departaments usuaris dels articles a licitació.

13. Condicions especials d'execució:

D'acord amb l'article 202 LCSP com a condicions especials d'execució respecte dels aspectes socials i mediambientals es proposen les següents:

- a) L'adjudicatari mantindrà, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte, fixades en el moment de presentar l'oferta, segons el conveni que sigui d'aplicació. Aquesta condició es pot acreditar amb una declaració responsable que presenti el contractista, quan sigui requerit.
- b) L'adjudicatari té l'obligació, de presentar la totalitat dels embalatges dels subministraments objecte del contracte reciclables o reutilitzables. El compliment d'aquesta condició es pot acreditar

mitjançant la presentació d'una declaració responsable indicant aquelles mesures adoptades, quan sigui requerida, sens perjudici que es pugui requerir la presentació de documentació acreditativa addicional.

Aquestes condicions tenen caràcter d'obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d'extinció contractual.

Justificació de les condicions especials d'execució establertes: Les condicions especials d'execució que s'han establert són de tipus social i ambiental i, per tant, van encaminades a garantir que el contracte s'executa garantint les millors condicions socials i el mínim impacte en el medi ambient. Aquestes condicions són adequades i proporcionades atenent a la naturalesa del contracte, i s'han establert amb el benentès que implicaran una millora en la qualitat de la prestació del subministrament

14. Vocals de la Mesa de Contractació:

- Sra. Susana Castellví Lucea, Infermera coordinadora de material de cures i equipament CMPSB
- Sr. Joan Maria Aviñó i Parés, Tècnic en Contractació de Producte Sanitari CMPSB

15. Criteris d'adjudicació:

En primer lloc, es comprovarà el compliment dels requeriments bàsics exigits al plec de prescripcions tècniques i al seu Annex 1. Quan una proposició no aconsegueixi aquests requeriments quedarà exclosa. Les propostes que aconsegueixin els requisits bàsics sol·licitats passaran a ser valorades.

Conforme la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, en aquesta licitació s'utilitzarà la fórmula per a la valoració de les ofertes econòmiques que es descriu a continuació. Aquesta Directriu va ser aprovada per la Direcció General de Contractació Pública d'acord amb les seves competències, les quals queden recollides a l'article 30 del Decret 43/2019, de 25 de febrer, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

1) Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques: fins a 53 punts.

De conformitat amb la Directriu 1/2020 i l'article 146.2 de la LCSP, per a l'avaluació de les ofertes conforme a criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules, s'utilitzaran les següents:

1.1. Oferta Econòmica: fins a 43,00 punts

Es podran obtenir de 0 a 43,00 punts, valorats de la forma següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar
O_v = Oferta a Valorar
O_m = Oferta Millor
IL = Import de Licitació
VP = Valor de Ponderació
P = Punts criteri econòmic

Justificació fórmula: Directriu 1/2020, de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica.

S'assigna un valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu sobre el total de puntuació de la licitació. Aquest pes específic suposa el **43%** de la puntuació total, per tant el **VP = 1,43**, a fi i efecte que les ofertes s'ajustin més als preus de mercat i les seves puntuacions no es distanciïn tant.

Les **baixes presumptament desproporcionades** seran les que **$Ov \leq 0,90 \times PM$** , on PM és la mitja aritmètica dels preus de les ofertes presentades.

La mitja aritmètica es calcularà en funció del número d'empreses "n" presentades:

- Si **$n \leq 4$** , es calcula la mitja amb totes les ofertes.
- Si **$5 \leq n \leq 7$** , es calcula la mitja descartant l'oferta més econòmica i la més cara.
- Si **$n \geq 8$** , es calcula la mitja descartant les 2 ofertes més econòmiques i les 2 més cares.

1.2. Criteris mediambientals del producte: fins a 5,00 punts (comú per a tots els articles):

Es valorarà fins a:

- 5,00 punts en el cas d'acreditar els dos requisits que s'indiquen.
 - 2,50 punts en cas d'acreditar-ne un.
 - 0,00 punts en cas de no acreditar-ne cap.
- Que sigui un producte Eco dissenyat (Sota la Norma ISO 14006 anteriorment UNE 150301).....2,50 punts
 - El compliment d'aquesta condició s'ha d'acreditar mitjançant la presentació d'una declaració responsable indicant els criteris ambientals del producte i l'envasat.
 - Que compleixi amb els criteris d'alguna etiqueta ecològica i declaracions Ambientals (Sota les normes actualment incloses en la sèrie ISO 14020):2,50 punts
 - **Etiquetatge Tipus I:** Ecoetiquetes segons especificacions ISO 14024 (Com Nòrdic Swan, Etiqueta Ecològica de la Unió Europea o equivalent) sistemes voluntaris de qualificació ambiental que certifiquen de forma oficial que els productes tenen un menor efecte negatiu sobre l'ambient.
 - **Etiquetatge Tipus II:** Autodeclaracions segons especificacions ISO 14021. Mitjançant aquestes ecoetiquetes, es fa saber al possible comprador que el producte o servei és amigable amb el medi ambient. Així, aquestes ecoetiquetes, proporcionen al consumidor la informació necessària sobre possibles efectes ambientals deguts al consum o l'ús d'aquest producte.
 - **Etiquetatge Tipus III:** Declaracions ambientals de producte segons especificacions ISO 14025 i la ISO 14040. Són quantificacions mediambientals sobre l'anàlisi del cicle de vida dels productes.
 - El compliment d'aquesta condició s'ha d'acreditar mitjançant l'aportació de la corresponent eco etiqueta, certificació o document acreditatiu.

JUSTIFICACIÓ: Es pretén incentivar la presentació d'ofertes que tenen en compte aspectes mediambientals en la producció i/o comercialització dels productes. Tenint en compte l'elevat consum de material sanitari per part del CMPSB, es considera convenient valorar els aspectes relatius a un menor impacte mediambiental dels productes que es compren.

1.3. Transport a temperatura controlada: fins a 5,00 punts:

Descripció	SÍ/NO	Punts
Es valorarà que el transport per els lliuraments dels materials als centres logístics del CMPSB sigui amb regulador de temperatura	SÍ	5,00
	NO	0,00

JUSTIFICACIÓ: Disposar d'un sistema de transport amb temperatura controlada reverteix en una millor prestació del servei, ja que fa que els embolcalls dels productes no es vegin afectats per factors mediambientals, perquè l'escut protector de les agulles és de plàstic i altes temperatures, podrien alterar les seves propietats de duresa i resistència deixant inservible el producte.

2) Criteris d'adjudicació avaluable segons judicis de valor: (Fins a 47,00 punts)

S'utilitzaran criteris que han estat validats pel responsable del contracte i que s'han descrit atenent a les diferents característiques dels diferents productes, tal com es descriu al punt 1 "objecte del contracte i motivació de la necessitat a cobrir".

S'aplicarà la metodologia descrita a la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya per la valoració dels criteris avaluable segons judicis de valor, considerant que per aquesta licitació, l'òrgan de contractació estableix que els licitadors han d'assolir un llindar mínim del 50% de la puntuació per a cada criteri a valorar:

2.1 S'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent de puntuació.

- a. A tots els criteris on alguna de les propostes aconseguixi una puntuació igual o superior al 50% de la seva puntuació màxima, s'aplicarà, per aquell criteri i per a totes les propostes, la fórmula següent:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

Pop = Puntuació final de l'oferta a puntuar

P = Puntuació del criteri que es valora

VT_{op} = Valoració Tècnica de l'oferta que es puntua

VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta millor valorada

- b. En tots els criteris en què al menys una de les propostes aconseguixi inicialment la puntuació màxima atorgada al criteri, la valoració final del criteri per a totes les propostes coincidirà amb l'obtinguda inicialment (com a conseqüència de l'aplicació de la fórmula anterior).
- c. Per a tots els criteris en què cap de les propostes aconseguixin inicialment una puntuació igual o superior al 50% de la seva puntuació màxima, la puntuació final de totes les propostes coincidirà amb l'obtinguda inicialment (ja que no s'aplicarà la fórmula anterior de regularització de puntuacions).

2.2 Un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, **es consideraran propostes amb qualitat tècnica inacceptable, i per tant, seran excloses de la licitació, les que finalment obtinguin una puntuació total (suma de puntuacions de tots els criteris) inferior al 50% de la puntuació total dels criteris avaluable segons judicis de valor (és a dir, menys de 23,50 punts sobre els 47,00 totals possibles).**

2.3 S'informa que al ser els mateixos articles dels quals només canvia el calibre i les mides, els següents criteris son comuns a tots els articles objecte de la licitació, i per tant es valoraran tots ells conjuntament

Es podran obtenir de 0 a 47,00 punts, valorats de la manera següent:

Criteris subjectius a valorar sobre les mostres, comuns per a tots els codis (FLB049, FLB060, FLB088, FLB156, FLB230) Puntuació màxima 47,00 punts

VALORACIÓ DEL MECANISME DE SEGURETAT		Fins a 23,00 punts
Valoració de la seguretat per a mantenir el control de la tècnica del professional	Es valorarà que el mecanisme de seguretat no obligui a canviar la forma habitual de treballar. (P. ex. Que el mecanisme es pugui plegar a 180º millor que a 90º que pot dificultar la visió)	4,00
Fiabilitat d'activació i eficàcia del mecanisme de seguretat	Es valorarà que el mecanisme de seguretat no mostri fragilitat en l'ús habitual i no es trenqui amb facilitat quan se'n fa ús.	4,00
Adaptabilitat del con amb les xeringues	Es valorarà que el con s'adapti correctament a les xeringues amb connexió Luer i Luer-Lock.	3,00
Valorar l'activació del dispositiu de bioseguretat	Es valorarà que el dispositiu es pugui activar amb una sola mà o pel contrari s'han d'utilitzar les dues mans	3,00
Desactivació de la funció de seguretat un cop activada	Es valorarà que el mecanisme de seguretat no es pugui treure/desactivar un cop activat	3,00
Verificació de la funció de seguretat un cop activada	Es valorarà que es pugui verificar fàcilment que la funció de seguretat està activada	3,00
Valoració de l'adaptabilitat del mecanisme a les diferents característiques individuals	Es valorarà que s'adapti bé a les diferents característiques de l'anatomia de cada professional.	3,00
VALORACIÓ AGULLA I EMBOLCALL		Fins a 24,00 punts
Valoració del color del sistema de seguretat	Es valorarà que es sistema de seguretat sigui color neutre (gris o blanc) per visualitzar millor el color del connector de l'agulla.	4,00
Visualització del bisell	Valorar la bona visualització del bisell durant la utilització i que sempre estigui orientat per a la punció.	4,00

Nivell de traumatisme	Valorar que l'agulla causi el mínim traumatisme possible	4,00
Capacitat de penetració de l'agulla a través de la pell del pacient	Es valorarà que el bisell de l'agulla permeti la facilitat de la inserció i l'extracció	3,00
Valoració de les característiques de l'embolcall individual	Es valorarà que l'embolcall de l'agulla tingui la suficient adhesió a les vores per a garantir l'esterilitat. Que s'obri fàcilment i còmode, que no s'esquinci i que estigui envasat de manera individual.	3,00
Visualització clara de les dades de l'embolcall individual. Que es mostrin correctament totes les dades i característiques del producte	Es valorarà que es visualitzi d'una forma clara i entenedora totes les dades i característiques del producte a l'embolcall: - Color d'identificació internacional. - Mida de l'agulla (longitud i calibre). - Data caducitat. - Número de lot. - Mètode d'esterilització - Referència del producte - Sistema de traçabilitat (p. ex. codi QR)	2,00
Facilitat en l'extracció del protector de l'agulla	Es valorarà que s'extregui fàcilment del protector.	2,00
Deformabilitat de l'acer i flux	Es valorarà que la cànula d'acer no perdi la seva morfologia en l'ús i assegurui un correcte flux de la medicació.	2,00
Total puntuació		47,00

16. Subcontractació:

La subcontractació només serà possible, prèvia autorització expressa per part de l'òrgan de contractació d'acord amb l'article 215 de la LCSP.

17. Cessió del contracte:

L'adjudicatari no podrà cedir les prestacions de subministrament del present contracte sense autorització prèvia de l'Òrgan de Contractació d'acord amb l'article 214 de la LCSP.

18. Visita obligatòria a les instal·lacions: No es precisa en aquesta licitació.

19. Documentació addicional específica: No es requereix.

Barcelona, a la data de la signatura electrònica

Sra. Paloma Garcimartín Cerezo
Directora d'Infermeria
CMPSB