

## ANNEX I. Criteris valorables

| 2 Generadors segelladors de vasos                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | PROVEÏDOR:                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | NIF:                           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | FABRICANT:                     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | MODEL:                         |                  |
| <b>Nota:</b> en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. |                  |                                |                  |
| Definició                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                |                  |
| <b>2 Generadors segelladors de vasos</b> dirigits al servei de bloc quirúrgic de l'Hospital Josep Trueta.                                                                                                                                               |                  |                                |                  |
| Prestacions tècniques i funcionals                                                                                                                                                                                                                      | Puntuació màxima | Resum breu de característiques | Índex documental |
| <b>1 Característiques tècniques</b><br><b>Característiques a valorar</b>                                                                                                                                                                                | <b>5,5</b>       |                                |                  |
| 1 Es valorarà que els electrobisturís incorporin tecnologia plug-and-play, de manera que el generador reconegui automàticament els mànecs als que es connectin.                                                                                         | 1                |                                |                  |
| 2 Es valorarà que la tecnologia de segellat sigui híbrida, combinant energia ultrasònica calorífica de fricció i energia bipolar.                                                                                                                       | 3,5              |                                |                  |
| 3 Es valorarà que els mànecs aplicadors d'energia dels electrobisturís presentin un disseny en forma de pinça o "mandíbula", amb peça superior i inferior, i incloguin botons de control.                                                               | 1                |                                |                  |
| <b>2 Funcionalitats</b><br><b>Característiques a valorar</b>                                                                                                                                                                                            | <b>6,5</b>       |                                |                  |
| <u>Modes de tall bipolar:</u><br>4 Es valorarà la inclusió d'un mode de tall d'estructures de teixits variables.                                                                                                                                        | 1                |                                |                  |
| <u>Modes de tall monopolar:</u><br>5 Es valorarà la inclusió d'un mode de tall monopolar amb zona de coagulació petita.                                                                                                                                 | 1                |                                |                  |
| 6 Es valorarà la inclusió d'un mode polsat, alternant fases de tall i coagulació, per a un tall controlat.                                                                                                                                              | 1                |                                |                  |
| <u>Modes de coagulació bipolar:</u><br>7 Es valorarà la inclusió d'un mode de coagulació suau amb poc enganxament i carbonització.                                                                                                                      | 1                |                                |                  |
| <u>Altres funcions</u><br>8 Es valorarà que els electrobisturís disposin de tecnologia de detecció del tipus de teixit.                                                                                                                                 | 1                |                                |                  |
| 9 Es valorarà que els usuaris puguin configurar procediments.                                                                                                                                                                                           | 1                |                                |                  |
| 10 Detecció de pèrdua de contacte entre elèctrode neutral i pacient.                                                                                                                                                                                    | 0,5              |                                |                  |
| <b>3 Accessoris</b><br><b>Característiques a valorar</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0,5</b>       |                                |                  |
| Es valorarà inclusió d'elèctrodes neutrals.                                                                                                                                                                                                             | 0,5              |                                |                  |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |            |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| <b>5 Servei tècnic durant el període de garantia</b>                        |                                                                                                                                                                                                                      | <b>5,5</b> |  |  |
| <b>Característiques a valorar</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                      |            |  |  |
| 11                                                                          | Equip de substitució en cas d'avaría.                                                                                                                                                                                | 4,5        |  |  |
| 12                                                                          | Temps de resposta en cas d'avaría (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta).                                                                          | 1          |  |  |
| <b>6 Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia</b> |                                                                                                                                                                                                                      | <b>2</b>   |  |  |
| <b>Característiques a valorar</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                      |            |  |  |
| 13                                                                          | Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 1          |  |  |
| 14                                                                          | Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional)                                                 | 1          |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      | <b>20</b>  |  |  |